 <b>Hospital Universitario Ramón y Cajal</b> SERVICIO DE SUMINISTROS <b>SUMIC</b>	<b>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</b>	<b>ANEXO 24</b>
--	----------------------------------	-----------------

**EXPEDIENTE: 2020000024**


### **OBJETO DEL CONTRATO**


El presente contrato tiene por objeto el suministro de MICROESFERAS MARCADAS PARA RADIOEMBOLIZACIÓN HEPÁTICA para cubrir las necesidades del Hospital

LOTE	CÓDIGO	ARTÍCULO
1	307678	<b>VIAL MICROESFERAS MARCADAS CON YTRIO 90 PARA RADIOEMBOLIZACIÓN:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vial de microesferas.</li> <li>• Material necesario para la administración y contención del vial y material accesorio: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Caja acrílica.</li> <li>- Contenedor de metacrilato para residuos.</li> <li>- Al menos 3 set de administración del tratamiento.</li> <li>- Planificador para cálculo de dosis</li> </ul> </li> <li>• Actividad por microesfera igual o superior a 2.000 Bq.</li> <li>• Requerimiento de que la dosis para el día de administración para el tratamiento esté disponible el día del tratamiento a las 8,00 am.</li> </ul>

### **ANEXO:**

1. En cada artículo deberá figurar impreso el correspondiente y obligado marcado CE. Todas las medidas de cada una de las referencias de los artículos ofertados deberán venir expresadas en medidas europeas.
2. Todos los artículos deberán cumplir la normativa vigente en cada caso. Los artículos ofertados deberán cumplir lo establecido en el Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre por el que se regulan los productos sanitarios y, para el caso de productos implantables activos el Real Decreto 1616/2009 de 26 de octubre así como el Real Decreto 1662/2000 de 29 de septiembre para los productos sanitarios diagnóstico "in vitro". En cualquier caso todos los productos que lo requieran deberán incluir el certificado de exención de látex.
3. Los licitadores deberán presentar la siguiente documentación técnica (en castellano o traducida al castellano):
  - Relación de productos ofertados.
  - Ficha técnica del producto, catálogos y toda aquella información que el licitante considere oportuna.
4. Muestras solicitadas para la evaluación de los productos: **NO**.  
En caso de ser necesarias se solicitarían con posterioridad.


  
**EL DIRECTOR MEDICO**  
VºBº Dra. M. FERRE MASFERRER  
SUBDIRECCIÓN MEDICA SERVICIOS CENTRALES  
Fdo. Agustín Utrilla López

 <b>Hospital Universitario Ramón y Cajal</b> SERVICIO DE SUMINISTROS <b>SUMC</b>	<b>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</b>	<b>ANEXO 24</b>
---	----------------------------------	-----------------

5. Etiquetado en el que figure:
  - a. La denominación del artículo.
  - b. El método de esterilización utilizado.
  - c. Las fechas de caducidad del producto.
  - d. El número de lote.
  - e. La referencia comercial.
  - f. Marcado CE.
  - g. Toda la información será perfectamente legible y estará en castellano.
6. Garantía de actualización Tecnológica. En caso de producirse un cambio en la tecnología del material adquirido por este expediente, con renovación de la gama, los modelos adjudicados se actualizarán a los de la nueva gama que corresponda, manteniendo como mínimo el nivel tecnológico del adjudicado y los precios.

EL DIRECTOR MEDICO  
Fdo. Agustín Ltrilla López

VºBº Dra. M. FERRE MASFERRER  
SUBDIRECCIÓN MEDICA SERVICIOS CENTRALES

 <b>Hospital Universitario Ramón y Cajal</b> SaludMadrid SERVICIO DE SUMINISTROS <b>SUMC</b>	<b>ANEXO AL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</b>	<b>ANEXO 25</b>
--	---	-----------------

**P.A. 2020000024**

LOTE	N.O.	CODIGO	ARTICULO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD ESTIMADA (18 meses)	PRECIO UNIDAD MEDIDA (IVA no ncluido)	BASE IMPONIBLE	TIPO IVA	TOTAL IVA	IMPORTE TOTAL ESTIMADO (IVA incluido)
1	1	307678	VIAL MICROESFERA RADIATIVA PARA EMBOLIZACIÓN	VIAL	15	11.200,00	168.000,00	10,00	16.800,00	184.800,00