

EXPEDIENTE: 2020-0-142

PLIEGO PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES PARA EL SUMINISTRO DE SISTEMA EVACUACION HUMO EN CIRUGIA LAPAROSCOPICA PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

OBJETO DEL CONTRATO:

El presente contrato tiene por objeto el suministro de Sistema de evacuación de humo en cirugía laparoscópica.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Filtro ULPA multicapa.
- Posibilidad de uso pasivo (conexión con sistemas de aspiración)
- Conector Luer-Lock estándar a trocar.
- Válvula de ajuste de flujo en el propio sistema.
- Incorporación de tubo de conexión de aspiración

MUESTRAS

Para la evaluación de los productos se solicitan muestras **SI**

Cantidad de muestras: **3 muestras por LOTE**

Lugar de Entrega: **Almacén General. Edificio MI planta -2**

- o No obstante, y durante el período de evaluación técnica de los productos ofertados, se podrán solicitar muestras en aquellos casos que se considere necesario, requisito imprescindible para poder valorar la calidad del producto

OTROS

El presente pliego, así como el de Cláusulas Administrativas Particulares, será incorporado como parte del contrato.

Madrid, 9 de junio de 2020



Fdo.: Dr. Álvaro Tejerizo García
JEFE DE SECCION DE GINECOLOGIA

EXPEDIENTE: 2020-0-142

OBJETO: SUMINISTRO DE SISTEMA EVACUACION HUMO EN CIRUGIA LAPAROSCOPICA PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

					PRESUPUESTO					
LOTE	CODIGO ARTº	DESCRIPCION ARTICULO	CANTIDAD INICIAL 12 MESES	CANTIDAD PRORROGA 12 MESES	PRECIO S/IVA	BASE IMPONIBLE	IVA	IMPORTE TOTAL	VALOR ESTIMADO (incluida modificación)	EPIGRAFE
1	019433	SISTEMA EVACUACION HUMO EN CIRUGIA LAPAROSCOPICA	2.000	2.000	21,00	42.000,00	8.820,00	50.820,00	92.400,000	27004
						42.000,00	8.820,00	50.820,00	92.400,000	