

**SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA LA DETERMINACIÓN DE ANTICUERPOS IgG  
FRENTA AL VIRUS SARS-CoV-2 EN SUERO O PLASMA  
(MÉTODO INMUNOENSAYO)  
P.A. SUM. 018-2020 / A/SUM-028802/2020.**

**RESUMEN INFORME TECNICO**

Una vez analizadas las muestras entregadas por los licitadores y valorada la documentación técnica, se determina lo siguiente:

El kit presentado por **ABBOTT LABORATORIES, S.A.** para la determinación de anticuerpos IgG ANTI SPIKE frente a SARS-CoV-2 en suero o plasma, mediante técnica de inmunoensayo por quimioluminiscencia (CLIA), **no usa antígenos de origen recombinante de la proteína spike**, con la subunidad S1 completa, por lo que no se adapta a la descripción del Pliego de Prescripciones Técnicas.

La especificidad del kits presentado por **DIASORIN IBERIA, S.A.** para la determinación de anticuerpos IgG ANTI SPIKE frente a SARS-CoV-2 en suero o plasma, mediante técnica de inmunoensayo por quimioluminiscencia (CLIA) **es del 98.5% para donantes de sangre/aféresis**, siendo la mínima exigida por el Pliego de Prescripciones Técnicas del 99%.

El Kit presentado por **ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS SPAIN SLU**, cumple con la totalidad de las prescripciones técnicas exigidas en el Pliego.

Resumen:

Nº.	LICITADOR	VALORACION
1	ABBOTT	NO APTO
2	DIASORIN	NO APTO
3	ORTHO CLINICAL	APTO

Madrid, 15 de septiembre de 2020

**EL RESPONSABLE DE HISTOCOMPATIBILIDAD**  
Fdo.: Jose Luis Vicario Moreno

