

EXPEDIENTE:	GCASU2000005
OBJETO:	SUMINISTRO DE INSTRUMENTOS PARA CORTE Y SELLADO DE VASOS SANGUÍNEOS, A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO MEDIANTE CRITERIO ÚNICO.

TABLÓN DE ANUNCIOS ELECTRÓNICO

Celebrada con fecha 19 de agosto de 2020 la Mesa de Contratación ha comprobado la subsanación de incidencias en la documentación administrativa-técnica de las empresas que se relacionan a continuación, por tanto quedan admitidas a licitación:

Nombre/Razón social	NIF
JOHNSON & JOHNSON, S.A.	A-28218675
MEDICAL CAÑADA, S.L.	B-73280349

La relación definitiva de empresas admitidas a este procedimiento es la siguiente:

Nombre/Razón social	NIF
MEDTRONIC IBERICA, S.A.	A-28389484
JOHNSON & JOHNSON, S.A.	A-28218675
OLYMPUS IBERIA, S.A.	A-08214157
B. BRAUN SURGICAL, S.A.	A-08092744
MEDICAL CAÑADA, S.L.	B-73280349

Seguidamente se procede a la valoración técnica de cumplimiento del PPT,

LOTE 1: Pinzas para corte y sellado de vasos sanguíneos mediante tecnología de fusión tisular.

LICITADORES	CUMPLE		OBSERVACIONES
MEDTRONIC IBERICA, S.A.		SI	

LOTE 2: Pinzas para corte y sellado de vasos sanguíneos con cierre distal con articulación flotante.

LICITADORES	CUMPLE		OBSERVACIONES
B.BRAUN SURGICAL, S.A.		SI	

LOTE 3: Pinzas para corte y sellado de vasos sanguíneos mediante tecnología exclusivamente ultrasónica avanzada.

LICITADORES	CUMPLE		OBSERVACIONES
JOHNSON & JOHNSON, S.A.		SI	
MEDICAL CAÑADA, S.L.	NO		La documentación técnica presentada es insuficiente para la evaluación del producto ofertado y en ella no figuran los siguientes aspectos del producto solicitado: Orden 1: Se solicita sellado de 7 mm usando botón de hemostasia avanzada, se solicita pala activa de 15 mm y pala con soporte de teflón, se solicita tecnología adaptativa tisular. Orden 2: Se solicita pala activa de 16 mm y pala de soporte con revestimiento de teflón. Se solicita tecnología adaptativa tisular. Orde 3: Se solicita sellado de hasta 7 mm usando botón de hemostasia avanzada, se solicita que el transductor esté integrado, se solicita que el nivel de potencia se pueda ajustar del 1-5 en el generador, se solicita tecnología adaptativa tisular, se solicita pala activa de 18,5 mm y pala con soporte de teflón. No hace referencia a la cesión de 2 generadores para la conexión de los instrumentos.

LOTE 4: Instrumentos para corte y sellado de vasos sanguíneos mediante tecnología ultrasonica y bipolar avanzada.

LICITADORES	CUMPLE		OBSERVACIONES
OLYMPUS IBERIA, S.A.U.		SI	



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: **1036958068929297315**

Quedando excluido de la licitación MEDICAL CAÑADA, S.L., por no cumplir las exigencias de cumplimiento del Pliego de Prescripciones Técnicas.

Y para que conste, se expide y firma en San Sebastián de los Reyes, a 24 de junio de 2020, de conformidad con lo previsto en el artículo 19 del Reglamento General de Contratación Pública a la Comunidad de Madrid, aprobado por Decreto 49/2003, de 3 de abril.

EL SECRETARIO DE LA MESA DE CONTRATACIÓN,

Fdo.: Jose Alberto Torcal Ochoa.



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv
mediante el siguiente código seguro de verificación: **1036995806892959297315**