

P.A.S.A. 2020 – 0 – 293

**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL SUMINISTRO DE DIALIZADORES PARA
HEMODIÁLISIS EXTENDIDA CON MEMBRANA PUNTO DE CORTE MEDIO**

1. OBJETIVO Y ALCANCE.

El presente pliego regula las condiciones técnicas que deberán cumplir los productos sanitarios objeto de esta licitación para el suministro de DIALIZADORES PARA HEMODIÁLISIS EXTENDIDA CON MEMBRANA PUNTO DE CORTE MEDIO para atender las necesidades asistenciales del Hospital Clínico San Carlos.

2. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL ARTÍCULO

Conforme a lo dispuesto en el Artículo 126.5.a) de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE de 26 de febrero de 2014, los productos ofertados por los distintos licitadores habrán de acreditar el cumplimiento de las siguientes exigencias funcionales y de diseño.

LOTE	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1	<p>DIALIZADOR PARA HEMODIÁLISIS EXTENDIDA CON MEMBRANA PUNTO DE CORTE</p> <p>Dializador con membrana de poliariletersulfona con polivinilpirrolina.</p> <p>Superficie de 2 metros cuadrados.</p> <p>Coeficiente de ultrafiltración igual o mayor a 59 ml/hora*mmHG.</p> <p>Aclaramientos con flujo de sangre de 300 ml/min y flujo de líquido de diálisis de 500 ml/min iguales o mayores a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vitamina B12 215 ml/min. • Insulina 170 ml/min. • Citocromo C 155 ml/min. • Mioglobina 130 ml/min. <p>Estéril</p>

Madrid, a 30 de julio de 2020




**Hospital Clínico
San Carlos**
 Servicio de Nefrología
 Comunidad de Madrid

Fdo: Dra. Ana I. Sánchez Fructuoso
Jefa del Servicio de Nefrología

P.A.S.A. 2020 – 0 – 293

**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL SUMINISTRO DE DIALIZADORES PARA
HEMODIÁLISIS EXTENDIDA CON MEMBRANA PUNTO DE CORTE MEDIO**

3. ACTUACIONES DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO

La empresa adjudicataria realizará, para los profesionales implicados, actuaciones de transferencia de conocimiento en la correcta práctica clínica del manejo de los productos suministrados.

Madrid, a 30 de julio de 2020



Hospital Clínico
San Carlos
SaludMadrid
Servicio de Nefrología
Comunidad de Madrid

Fdo: Dra. Ana I. Sánchez Fructuoso
Jefa del Servicio de Nefrología



ANEXO AL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


P.A.S.A. 2020-0-293

SUMINISTRO DE DIALIZADORES PARA HEMODIÁLISIS EXTENDIDA

Lote/ítem	Descripción	Consumo estimado 12 meses	Uni/€ sin IVA	Uni/€ con IVA	Base imponible	Importe IVA (10%)	TOTAL € c/IVA
1	DIALIZADOR PARA HEMODIÁLISIS EXTENDIDA	780	36,000000 €	39,600000 €	28.080,000000 €	2.808,000000 €	30.888,000000 €

IMPORTE TOTAL					28.080,000000 €	2.808,000000 €	30.888,000000 €
---------------	--	--	--	--	-----------------	----------------	-----------------

Madrid, a 30 de julio de 2020



Hospital Clínico
San Carlos
Servicio de Nefrología
SaludMadrid
Comunidad de Madrid

Fdo: Dra. Ana I. Sánchez Frutuoso

Jefa del Servicio de Nefrología

