

EXPEDIENTE: 2020-0-022

**EMPRESARIOS QUE LA MESA DE CONTRATACIÓN PROPONE ADMITIR Y EXCLUIR DE LA LICITACIÓN DEL EXPEDIENTE “ADQUISICIÓN DE MATERIAL FUNGIBLE DE INFUSIÓN PARA BOMBAS VOLUMÉTRICAS Y DE JERINGA PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR, CESIÓN DE BOMBAS Y MANTENIMIENTO DE LAS MISMAS”.**

EMPRESAS LICITADORAS PRESENTADAS	CIF	LOTES
B.BRAUN MEDICAL, S.A.	A08092744	3
FRESENIUS KABI ESPAÑA, S.A.	A08130502	1 Y 3
ICU MEDICAL PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS, S.L.	B83959056	2
IZASA HOSPITAL, S.L.U.	B08438731	2
LABORATORIOS CAIR ESPAÑA, S.L.U.	B82665373	2 Y 3
BECTON DICKINSON, S.A.	A50140706	2

EMPRESAS LICITADORAS ADMITIDAS	CIF	LOTES
B.BRAUN MEDICAL, S.A.	A08092744	3
FRESENIUS KABI ESPAÑA, S.A.	A08130502	1 Y 3
ICU MEDICAL PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS, S.L.	B83959056	2
LABORATORIOS CAIR ESPAÑA, S.L.U.	B82665373	3

#### EMPRESAS LICITADORAS EXCLUIDAS Y MOTIVOS DE EXCLUSIÓN:

EMPRES	CIF.	LOTES	MOTIVOS
LABORATORIOS CAIR ESPAÑA, S.L.U.	B82665373	2	Tanto en la documentación técnica aportada como en las muestras, la alargadera no presenta el clamp posterior al filtro.
IZASA HOSPITAL, S.L.U.	B08438731	2	Se comprueba con las muestras presentadas que el perforador por su diámetro y longitud no se ajusta al envase de la medicación, provocando su fácil desconexión. Por lo que supondría un riesgo de seguridad ante posibles derramamientos de medicamentos peligrosos. El objeto de estas alargaderas es la de infundir medicamentos citostáticos sin posibilidad de fuga del producto.
BECTON DICKINSON, S.A.	A50140706	2	Se comprueba con las muestras presentadas que los clamp de las alargaderas no realizan bien su función ya que permiten la salida de medicación estando pinzados. Por lo que esto supondría un riesgo de seguridad tanto para el profesional sanitario que lo manipula como para el paciente.

Madrid, a día de la fecha  
Secretaría de la Mesa de Contratación,

Firmado digitalmente por: PÉREZ GARCÍA EMILIANA  
Fecha: 2020.10.15 16:01

Fdo.: Emiliana Pérez García