

## SUMINISTRO DE UN TANQUE DE NITRÓGENO PARA CONSERVACIÓN DE SANGRE DE CORDÓN UMBILICAL (P.A. SUM. 013-2018)

### INFORME VALORACIÓN TÉCNICA

Una vez valorada la oferta presentada por NIRCO, S.L., al expediente **SUMINISTRO DE UN TANQUE DE NITRÓGENO PARA CONSERVACIÓN DE SANGRE DE CORDÓN UMBILICAL (P.A. SUM. 013-2018)**, de acuerdo con el Pliego de Prescripciones Técnica, se determina que el Tanque ofertado NO cumple con los requisitos mínimos exigidos, ya que la capacidad es inferior a la solicitada.

Madrid, 25 de octubre de 2018.



Fdo. Sharon Toral Ibarra.

F.E.A. Hematología y Hemoterapia.

RESPONSABLE CRIOBIOLOGÍA Y BANCO DE SANGRE DE CORDÓN UMBILICAL.