

EXPEDIENTE: 2020-3-8

**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE PARA INYECTOR DE CONTRASTE ACIST Cvi DEL SERVICIO DE HEMODINAMICA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE**

**OBJETO DEL CONTRATO:**

El presente contrato tiene por objeto el suministro de material fungible para inyector de contraste ACIST Cvi del Servicio de Hemodinámica del hospital.

| LOTE | Nº ORDEN | CODIGO ART. | ARTICULO (DESCRIPCION TECNICA)  |
|------|----------|-------------|---|
| 1    | 1        | 010794      | <b>CONTROLADOR MANUAL de PVC</b> de 175 cm de longitud, con doble lumen y diámetro de 3 mm, con conectores Luer hembra y macho a pantalla, <b>CON LÍNEA DE ALTA PRESIÓN</b> para inyección de contraste, de PVC, de 140 cm de longitud y 5 mm de diámetro, con conector Luer hembra a manifold y llave de 3 pasos con Luer hembra a catéter.  |
|      | 2        | 010795      | <b>KIT JERINGA DE INYECCIÓN DE ALTA PRESIÓN</b> , de policarbonato, de al menos 16,67 cm de longitud y 3,7 mm de diámetro, con capacidad de 100 ml, unido a la línea de alta presión por Luer macho rotatorio y al envase de contraste de espita con dispositivo de cierre. Debe venir en Kit premontado, en embalaje estéril en cajas de al menos 10 unidades.   |
|      | 3        | 010799      | <b>LÍNEA DE BAJA PRESIÓN con TRANSDUCTOR FISIOLÓGICO</b> desechable, de PVC compuesto de dos tramos unidos por el transductor. El tramo 1, de 80 cm de longitud y 7 mm de diámetro, con conector tipo espita y el tramo 2, de 30 cm de longitud y 3 mm de diámetro, con conector Luer macho.<br><br><b>LLAVE MANIFOLD</b> con válvula anti-retorno de policarbonato, con conectores Luer hembra a jeringa y a línea de salino y macho a línea de alta presión.<br><br><b>JERINGA MANUAL:</b> De policarbonato, de 12 cc de capacidad con conector Luer macho. |

**OTROS REQUISITOS**

La empresa adjudicataria se hará cargo del mantenimiento de las inyectoras de contraste ACIST Cvi del Servicio de Hemodinámica del Hospital Universitario 12 de Octubre.

### **MUESTRAS**

Para la evaluación de los productos se solicitan muestras: **NO**

Cantidad de muestras:

Lugar de Entrega: **Almacén General. Edificio MI planta -2**

- No obstante, y durante el período de evaluación técnica de los productos ofertados, se **podrán solicitar muestras** en aquellos casos que se considere necesario, requisito imprescindible para poder valorar la calidad del producto

### **FORMACION**

La empresa adjudicataria deberá formar, sin coste alguno para el Centro, si es preciso, al personal que se determine para el correcto uso de los productos, entregándose sin cargo el material docente necesario para la formación.

### **OTROS**

El presente pliego, así como el de Cláusulas Administrativas Particulares, será incorporado como parte del contrato.

Madrid, 05 de marzo de 2020



Fdo.: Dr. Sarnago Cebada

Por el Servº de Cardiología-Hemodinámica