



Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía la firma autentica y, para evitar el acceso a datos personales protegidos, se ha ocultado el código que permitiría comprobar el original.

Dando cumplimiento a lo establecido en la cláusula 12 “Medios electrónicos – Tablón de anuncios electrónico”, y según lo establecido en el Acta de la Mesa de calificación de documentación técnica relativa a los criterios de adjudicación cuya cuantificación depende de un juicio de valor celebrada con fecha 2 de febrero de 2021 correspondiente al Acuerdo Marco PA SUM-24/2019, para la contratación del “Suministro de absorbentes, empapadores y compresas para su utilización en los distintos centros dependientes del Servicio Madrileño de Salud”, a adjudicar por procedimiento abierto mediante pluralidad de criterios (24 LOTES)”, se procede a:

Conceder un plazo de subsanación de 5 días naturales, a contar desde la publicación en el tablón de anuncios del Perfil del Contratante del Portal de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, de la documentación requerida y que seguido se relaciona:

LABORATORIOS HARTMANN, S.A:

1. Lote 1, 2 y 3 (Sublote del 2 al 7 y 9 al 11) y Lotes 7, 8, 9 y 10

- Falta la información de las capas del absorbente, según aparece en el PPT.

Absorbente compuesto de tres capas:

- Capa interior de tejido sin tejer o similar, que aisle la piel de la humedad, resistente a la tracción en seco y en húmedo, tanto longitudinal como transversal. Deberá ser transpirable e hidrófilo.
- Capa media de celulosa. Distribución del líquido en todo el pañal de forma homogénea. El núcleo absorbente dispondrá de un sistema que impida su desplazamiento una vez mojado y en la manipulación. No producirá encharcamiento, y debe mantener su estructura sin roturas.
- Capa externa de material impermeable y transpirable

LABORATORIOS INDAS, S.A.:

1. Lote 1, 2 y 3 (Sublote 1 al 20) y Lotes del 4 al 14:

- Falta información sobre el indicador de humedad según recoge el PPT deberá incluir indicador de humedad que informe del nivel de saturación de líquidos.

2. Lote 22:

- Falta información solicitada en el PPT sobre el marco que rodea a la superficie útil no podrá exceder en ningún caso los 5 cm por cada lado.

LELEMAN, S.L:

Lote 20

- Falta la información de las capas del absorbente, según aparece en el PPT

Absorbente compuesto de tres capas:

- Capa interior de tejido sin tejer o similar, que aisle la piel de la humedad, resistente a la tracción en seco y en húmedo, tanto longitudinal como transversal. Deberá ser transpirable e hidrófilo.
- Capa media de celulosa. Distribución del líquido en todo el pañal de forma homogénea. El núcleo absorbente dispondrá de un sistema que impida su desplazamiento una vez mojado y en la manipulación. No producirá encharcamiento, y debe mantener su estructura sin roturas.
- Capa externa de material impermeable y transpirable.

ALBINO DÍAS ANDRADE, S.L.:

1. Lote 21 y 22

- Falta información solicitada en el PPT sobre el marco que rodea a la superficie útil no podrá exceder en ningún caso los 5 cm por cada lado

LA SECRETARIA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN

Firmado digitalmente por: HERRANZ DE LAS HERAS ANA MARÍA
Fecha: 2021.02.03 13:03