

**EMPRESAS LICITADORAS QUE LA MESA DE CONTRATACIÓN
PROPUSO ADMITIR Y EXCLUIR DURANTE LA FASE DE
LICITACIÓN DEL EXPEDIENTE:**

PA 2020-0-042

Denominación:	Suministro de Coils y otros dispositivos intrasaculares, para el Hospital Clínico San Carlos de Madrid.
---------------	---

	EMPRESAS PRESENTADAS	CIF	FECHA Y HORA DE ENVÍO
1	BALT SPAIN MEDICAL,S.L.	B66878398	29-03-2021 17:17
2	MERCÉ V. ELECTROMEDICINA S.L.	B96056023	08-06-2021 10:47
3	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA S.A.	A80401821	09-06-2021 15:08
4	MEDTRONIC IBÉRICA, S.A.	A28389484	14-06-2021 15:44
5	ANGIONAUTIX, S.L.	B87389169	15-06-2021 16:43
6	CARDIVA 2, S.L.	B80601982	16-06-2021 10:56
7	IZASA HOSPITAL SLU	B08438731	16-06-2021 18:37
8	COOK ESPAÑA, S.L.	B08525073	17-06-2021 13:03
9	WORLD MEDICA, S.L.	B82612599	17-06-2021 16:19
10	GRIFOLS MOVACO, S.A.	A58426008	18-06-2021 10:21
11	STRYKER IBERIA SL	B82173451	18-06-2021 11:46

<div> <div>LOTES</div> <div>LICITADORAS ADMITIDAS</div> </div>		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	BALT SPAIN MEDICAL,S.L.					X					X	
2	MERCÉ V. ELECTROMEDICINA S.L.									X		
3	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA S.A.							X				
4	MEDTRONIC IBERICA, S.A.			X								
5	ANGIONAUTIX, S.L.				X							
6	CARDIVA 2, S.L.		X									
8	COOK ESPAÑA, S.L.								X			
9	WORLD MEDICA, S.L.						X					
10	GRIFOLS MOVACO, S.A.											X
11	STRYKER IBERIA SL	X										

	LICITADORAS EXLUIDAS	CIF	LOTE	MOTIVO DE EXCLUSIÓN
3	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA S.A.	A80401821	8	No cumple las dimensiones requeridas en el PPT al tener como diámetro máximo 6mm para microcoil 0.018" y 7mm para coil 0.035".
7	IZASA HOSPITAL SLU	B08438731	3	No cumple PPT por los siguientes motivos: la aleación no es de tungsteno (se adjunta ficha técnica) y no consta del filamento de polipropileno. Los diámetros externos de los filamentos de los coils son mayores a los solicitados (0.0125 en el sistema de 18 y 0.011 en el sistema 10).

La Secretaria de la Mesa de Contratación,