

SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA CITOMETRIA DE FLUJO (PA SUM 012-2021 - A/SUM-010205/2021)

CRITERIOS OBJETIVOS

Se procede a la valoración de las muestras y documentación técnica presentada con el siguiente resultado:

Nº.	LICITADOR	TECNICA
1	BECKMAN COULTER	40,00

La valoración de las ofertas se ha realizado de acuerdo con los criterios establecidos en el apartado 8 de la cláusula 1 del PCAP dando como resultado el cuadro adjunto.


Edo. Dr. Félix García

Responsable del departamento de Citometría de Flujo

23 ABR. 2021



CRITERIOS TÉCNICOS DE VALORACIÓN		BECKMAN COULTER
1. TUBOS		15
1.1	Agitación de tubos con vórtex, previo a la adquisición	5
1.2	Volumen mínimo de muestra en tubos de 12x75mm de menos de 5µl	5
1.3	Lavado entre tubo y tubo para evitar arrastre	5
2. RAYO DE LUZ		15
2.1	Láser en estado sólido no vehiculado a la cámara de flujo (transmisión por aire)	5
2.2	Detector de dispersión frontal con tres ángulos diferentes	5
2.3	Banco óptico horizontal, ángulo de reflexión de la luz 18°	5
3. ESTACIÓN DE TRABAJO		10
3.1	Procesamiento de señal digital de 20 bits	5
3.2	Resolución de más de un millón de canales	5
		40