

P.A.S. 2020 - 0 - 003

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS RELATIVO A LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE EQUIPOS DE TRANSFUSIÓN DE SANGRE, PARA EL HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS

1. OBJETIVO Y ALCANCE

El presente pliego regula las condiciones técnicas que deberán cumplir los productos sanitarios objeto de esta licitación para el suministro de EQUIPOS DE TRANSFUSIÓN DE SANGRE, para atender las necesidades asistenciales del Hospital Clínico San Carlos.

2. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL ARTÍCULO

Conforme a lo dispuesto en el Artículo 126.5.a) de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE de 26 de febrero de 2014, los productos ofertados por los distintos licitadores habrán de acreditar el cumplimiento de las siguientes exigencias funcionales y de diseño.

LOTE	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1	018894	<p>EQUIPO TRANSFUSIÓN SANGRE S-AGUJA POR GRAVEDAD.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Equipo de infusión de material histocompatible, compuesto por: <ul style="list-style-type: none"> ○ Punzón perforador no venteado y flashball en el extremo terminal. <ul style="list-style-type: none"> - Tamaño de gota: 20 gotas son entre 0,9 g y 1,1 g (agua destilada). - Presión soportada: Hasta 0,5 bares. ○ Doble cámara de sangre no venteadada, transparente y flexible con filtros de malla para retención de coágulos. <ul style="list-style-type: none"> - Debe existir separación entre el filtro y la segunda cámara, de manera que no se produzca obstrucción. ○ Tubo prolongador antiacodado, con regulador de flujo tipo rodillo, que no se desmonte fácilmente, que sea suave y fiable. ○ Sin punto de inyección.

En Madrid, a 24 de noviembre de 2020

Fdo.:



Supervisor de Hematología y Hemoterapia

D. Francisco José Duque Duque

P.A.S. 2020 - 0 - 003

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS RELATIVO A LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE EQUIPOS DE TRANSFUSIÓN DE SANGRE, PARA EL HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS

LOTE	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
		<ul style="list-style-type: none"> • Longitud del tubo: Comprendida entre 175 y 185 cm. • Longitud total: Comprendida entre 190 y 195 cm. • Diámetro interno del tubo: Comprendido entre 2,8 y 3,2 mm. • Diámetro externo del tubo: Comprendido entre 4,0 y 4,5 mm. • Volumen de purga: 14 ml. • Envase individual esterilizado en su conjunto. • Material exento de látex y DEHP.

3. ACTUACIONES DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO

La empresa adjudicataria realizará, para los profesionales implicados, actuaciones de transferencia de conocimiento en la correcta práctica clínica del manejo de los productos suministrados.

En Madrid, a 24 de noviembre de 2020

Fdo.:



Supervisor de Hematología y Hemoterapia
D. Francisco José Duque Duque