

P.A. 2020 – 0 – 085

**SUMINISTRO DE MATERIAL NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DE LITOTRICIA
CORONARIA INTRAVASCULAR**

1. OBJETIVO Y ALCANCE


El presente pliego regula las condiciones técnicas que deberán cumplir los productos sanitarios objeto de esta licitación para el suministro de MATERIAL NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DE LITOTRICIA CORONARIA INTRAVASCULAR para atender las necesidades asistenciales del Hospital Clínico San Carlos.

2. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL ARTÍCULO

Conforme a lo dispuesto en el Artículo 126.5.a) de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE de 26 de febrero de 2014, los productos ofertados por los distintos licitadores habrán de acreditar el cumplimiento de las siguientes exigencias funcionales y de diseño.

LOTE ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1	VARIOS	CATÉTER GENERADOR LITOTRICIA CORONARIA MONORRAIL Con balón de angioplastia en su extremo distal, conteniendo emisores radio-opacos de ondas sónicas en pulsos de baja frecuencia.

Madrid, a 17 de junio de 2020



Fdo.: Dr. Antonio Fernández Ortiz

Jefe de la Unidad de Hemodinámica y Cardiología Intervencionista



**SUMINISTRO DE MATERIAL NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DE LITOTRICIA
CORONARIA INTRAVASCULAR**

3. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL EQUIPAMIENTO EN CESION

La empresa adjudicataria del LOTE 1 deberá ceder en uso, durante la vigencia del contrato el siguiente equipamiento:

➤ **SISTEMA DE LITOTRICIA CORONARIA INTRAVASCULAR:**


Compuesto por:

- Generador de litotricia coronaria intravascular:
 - Potencia: 110-240 VAC; 50-60 Hz; Monofásico, 15 A.
 - Tamaño: 28 x 15,2 x 29,2 cm.
 - Peso: 6,8 Kg.
 - Voltaje de salida: 3.000 V pico, pulso.
 - Frecuencia: 1 Hz.
 - Posibilidad de ser instalado en un pie de sueros.
- Cable conector:
 - Longitud: 1,53 m.
 - Llave macho distal diseñada para conectar el catéter.
 - Botón de accionamiento del equipo integrado.
 - Reutilizable.

4. ACTUACIONES DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO

La empresa adjudicataria realizará, para los profesionales implicados, actuaciones de transferencia de conocimiento en la correcta práctica clínica del manejo de los productos suministrados.

Madrid, a 17 de junio de 2020



Fdo.: Dr. Antonio Fernández Ortiz
Jefe de la Unidad de Hemodinámica y Cardiología Intervencionista



ANEXO AL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

P.A. 2020-0-085

SUMINISTRO DE MATERIAL NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DE LITOTRIZIA CORONARIA INTRAVASCULAR

Lote/ítem	Códigos	Descripción	Consumo estimado 24 meses	Unidad/€ sin IVA	Unidad/€ con IVA	Base imponible	Importe IVA (21%)	TOTAL € c/IVA
1	VARIOS	CATÉTER GENERADOR LITOTRIZIA CORONARIA MONORAIL	30	1.900,00	2.299,00	57.000,00	11.970,00	68.970,00

IMPORTE TOTAL							57.000,00	11.970,00	68.970,00
---------------	--	--	--	--	--	--	-----------	-----------	-----------

Madrid, a 17 de junio de 2020



Fdo: Dr. Antonio Fernández Ortiz

Jefe de la Unidad de Hemodinámica y Cardiología Intervencionista

