

EXP. PASA-SUM 127/20
**SUMINISTRO DE ESTERILIZADOR DE VAPOR A BAJA
TEMPERATURA MEDIANTE FORMALDEHIDO PARA EL
HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN ALCORCON.**
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Y PARTICULARES
1 Objeto:

El Hospital Universitario Fundación Alcorcón, necesita adquirir un esterilizador mediante el nuevo proceso de esterilización por vapor a baja temperatura y formaldehído, que sustituya a alguno de los actualmente existentes con procesos de óxido de etileno, por las dificultades para la adquisición de los suministros necesarios para su funcionamiento (cartuchos de óxido de etileno), por su lentitud y por los riesgos potenciales para la salud que podrían derivarse de una mala manipulación del mismo.

Artículo	Importe máximo sin IVA
Esterilizador de Vapor a baja temperatura y Formaldehido al 2%	34.900,00 euros

CPV: 33191100-6 Esterilizador

2 Características técnicas de los Equipos:

Esterilizador mediante el proceso de vapor a baja temperatura mediante formaldehido al 2% Especialmente indicado para endoscopios. Ópticas y cámaras, por su penetrabilidad y temperatura.

Una puerta,

Volumen mínimo de la cámara: 140 litros

Controlado por microprocesador,

Dos cestas de carga,

Al menos dos ciclos/programas de esterilización diferenciados:

- a) 60 °, hasta 110 minutos hasta 12 kg.
- b) 78 °, hasta 90 minutos hasta 12 kg.

Programa test de vacío para confirmar la hermeticidad de la cámara del esterilizador.

Interfaz del usuario intuitiva, con pantalla iluminada indicando el estado del equipo.

Fácil limpieza por diseño del equipo

Impresora integrada.

Posibilidad de realizar copia de seguridad del historial de ciclos a través de puerto USB.

Capacidad de almacenaje de historial de los últimos 500 ciclos.



3 Prestaciones incluidas en el contrato

3.1 Información del equipo.

El adjudicatario deberá entregar la siguiente información en castellano:

- Manual de instrucciones y operaciones, en formato electrónico independiente del equipo.
- Manual de mantenimiento del usuario.

Así mismo, deberá actualizar los manuales en castellano cuando se incorpore alguna modificación a las características del equipo.

Los equipos se entregarán con la última versión de software disponible.

3.2 Formación.

La empresa adjudicataria ofrecerá programa de formación para el manejo del equipo para todo el personal que lo utilice, de acuerdo con la buena práctica en uso y con un plan de formación que incluirá en la oferta.

3.3 Garantía.

El plazo de garantía del equipo, incluidos sus componentes y accesorios, será, como mínimo de dos años, contado desde la recepción formal del equipo en la que conste la conformidad de su instalación y funcionamiento.

La garantía total incluirá todos los componentes de los equipos, elementos auxiliares, instalaciones y piezas de repuesto, mano de obra, desplazamientos, dietas y demás costes que puedan derivarse del cumplimiento de la misma.

De igual forma. La garantía incluirá las revisiones preventivas y la actualización de la formación en el manejo del equipo que se realizarán en fecha acordada con el Hospital. Las revisiones podrán efectuarse en fines de semana (sábado y/o domingo) si así lo solicita el Hospital.

3.4 Cumplimiento de normativa.

Todos los componentes del contrato cumplirán la normativa española y comunitaria vigente que sea de aplicación., siendo asimismo de total responsabilidad del proveedor la obtención de los certificados de homologación o declaración de conformidad CE correspondientes.

3.5 Accesorios.

La oferta deberá incluir todos los accesorios y suministros para el correcto funcionamiento del equipo.

En la oferta se incluirá una relación del material fungible que consume el equipo ofertado, indicando la siguiente información complementaria:

- Consumo de unidades por tratamiento
- Tipo de fungible
- Si el fungible utilizado es exclusivo del equipo ofertado y de la casa comercial ofertante



- Si es posible su reutilización , el número de veces que puede utilizarse con plena garantía de uso
- Coste aproximado.



Subdirector de Infraestructuras y Servicios Generales

CONFORME, POR EL
ADJUDICATARIO:
FECHA Y FIRMA

POR EL HOSPITAL,

Dr. Modoaldo Garrido Martín
Director Gerente

Juan Carlos Alonso Punter
Director Econ.Fin.. y SS.GG