

P.A. 2020 - 0 - 036

**PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS RELATIVO A LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE DE ENDOSCOPIA, PARA EL HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS**

**1. OBJETIVO Y ALCANCE**

El presente pliego regula las condiciones técnicas que deberán cumplir los productos sanitarios objeto de esta licitación para el suministro de MATERIAL FUNGIBLE DE ENDOSCOPIA, con destino a la Unidad de Endoscopia del Servicio de Aparato Digestivo, para atender las necesidades asistenciales del Hospital Clínico San Carlos.

**2. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL ARTÍCULO**

Conforme a lo dispuesto en el Artículo 126.5.a) de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE de 26 de febrero de 2014, los productos ofertados por los distintos licitadores habrán de acreditar el cumplimiento de las siguientes exigencias funcionales y de diseño.

LOTE	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1	013813	<p><b>PINZA BIOPSIA GÁSTRICA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Longitud: Comprendida entre 158 y 162 cm (ambas incluidas).</li> <li>• Mango ergonómico.</li> <li>• Cazoleta de acero inoxidable de gran capacidad, fenestrada y con diseño ovalado, destinada a obtener muestras de tejido de gran tamaño, que permitan un mejor diagnóstico histológico.</li> <li>• Con diseño de micro dientes en todo el diámetro de la cazoleta.</li> <li>• Diámetro externo de la cazoleta: 2,4 mm.</li> <li>• Sistema de doble tensor que permita apertura y cierre de la cazoleta que favorece la toma de biopsias tangenciales.</li> <li>• Recubrimiento del catéter de un material que facilite el avance por el canal de trabajo.</li> </ul>

En Madrid, a 18 de diciembre de 2020

Fdo.:



**Jefe de la Unidad de Endoscopia del Servicio de Aparato Digestivo**  
*Dr. José Miguel Esteban López-Jamar*



**Importe de compra de este suministro durante los 12 meses anteriores**

Lote	Código	Descripción	Consumo 12 meses anteriores	Unidad	Unidad/€ sin IVA	Unidad/€ con IVA	Base imponible	Importe IVA (21%)	Importe IVA (10%)	Total € con IVA
1	013813	PINZA BIOPSIA GÁSTRICA	2.800	ud	10,00	12,10	28.000,00	5.880,00	---	33.880,00
2	013814	PINZA BIOPSIA COLON	3.520	ud	10,00	12,10	35.200,00	7.392,00	---	42.592,00
3	021138	ASAS POLIPECTOMÍA CON LAZO	1.600	ud	18,00	21,78	28.800,00	6.048,00	---	34.848,00
4	012666	AGUJA ESCLEROSIS COLONOSCOPIA	805	ud	19,00	22,99	15.295,00	3.211,95	---	18.506,95
5	274896	DISPOSITIVO PARA HEMOSTASIA EN TUBO DIGESTIVO	160	ud	78,00	85,80	12.480,00	---	1.248,00	13.728,00
			640	ud	52,50	57,75	33.600,00	---	3.360,00	36.960,00

<b>IMPORTE TOTAL</b>							<b>153.375,00</b>	<b>22.531,95</b>	<b>4.608,00</b>	<b>180.514,95</b>
----------------------	--	--	--	--	--	--	-------------------	------------------	-----------------	-------------------

En Madrid, a 18 de diciembre de 2020

Fdo.:

**Jefe de la Unidad de Endoscopia del Servicio de Aparato Digestivo**  
*Dr. José Miguel Esteban López-Jamar*

P.A. 2020 - 0 - 036

**PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS RELATIVO A LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE DE ENDOSCOPIA, PARA EL HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS**

LOTE	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dotado de protector del extremo distal.</li> <li>• Sin aguja.</li> <li>• Para gastroscopia.</li> <li>• Desechable.</li> <li>• Estéril.</li> </ul>
2	013814	<p><b>PINZA BIOPSIA COLON</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Longitud: Comprendida entre 238 y 242 cm (ambas incluidas).</li> <li>• Mango ergonómico.</li> <li>• Cazoleta de acero inoxidable de gran capacidad, fenestrada y con diseño ovalado, destinada a obtener muestras de tejido de gran tamaño, que permitan un mejor diagnóstico histológico.</li> <li>• Con diseño de micro dientes en todo el diámetro de la cazoleta.</li> <li>• Diámetro externo de la cazoleta: 2,4 mm.</li> <li>• Sistema de doble tensor que permita apertura y cierre de la cazoleta que favorece la toma de biopsias tangenciales.</li> <li>• Recubrimiento del catéter de un material que facilite el avance por el canal de trabajo.</li> <li>• Dotado de protector del extremo distal.</li> <li>• Sin aguja.</li> <li>• Para colonoscopia, aunque también será válida para gastroscopia.</li> <li>• Desechable.</li> <li>• Estéril.</li> </ul>
3	021138	<p><b>ASAS POLIPECTOMÍA CON LAZO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Longitud: Comprendida entre 238 y 242 cm (ambas incluidas).</li> <li>• Apertura del lazo: Comprendida entre 27 y 30 mm (ambas incluidas).</li> </ul>

En Madrid, a 18 de diciembre de 2020

Fdo.:



Jefe de la Unidad de Endoscopia del Servicio de Aparato Digestivo

Dr. José Miguel Esteban López-Jamar





P.A. 2020 - 0 - 036

**PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS RELATIVO A LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE DE ENDOSCOPIA, PARA EL HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS**

LOTE	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Asa formada por hilos dispuestos de manera trenzada.</li> <li>• Revestimiento lubricante que proporciona una fricción mínima durante la extensión y retirada de la vaina.</li> <li>• Mango ergonómico intuitivo ratio 1:1 que transmite los movimientos de la mano al lazo de resección que permite un control absoluto de la apertura y cierre desde el mango.</li> <li>• Marcadores de posición.</li> <li>• Desechable.</li> <li>• Estéril.</li> </ul>
4	012666	<b>AGUJA ESCLEROSIS COLONOSCOPIA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tamaño: 23G x 4 mm.</li> <li>• Longitud: Comprendida entre 238 y 242 cm (ambas incluidas).</li> <li>• Aguja biselada que facilita la penetración de la aguja para la inyección.</li> <li>• De bajo perfil compatible con endoscopias estándar.</li> <li>• Desechable.</li> <li>• Estéril.</li> </ul>
5	274896	<b>DISPOSITIVO PARA HEMOSTASIA EN TUBO DIGESTIVO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diámetro: Comprendido entre 2,74 y 2,86 mm, ambos incluidos.</li> <li>• Apertura: 11 mm.</li> <li>• Con un clip de acero inoxidable precargado en un sistema de liberación flexible.</li> <li>• Permite múltiples aperturas para reposicionamiento.</li> <li>• Radiopaco.</li> <li>• Compatible con endoscopios con canales de trabajo iguales o superiores a 2,8 mm.</li> </ul>

En Madrid, a 18 de diciembre de 2020

Fdo.:



**Jefe de la Unidad de Endoscopia del Servicio de Aparato Digestivo**  
 Dr. José Miguel Esteban López-Jamar

**P.A. 2020 - 0 - 036**

**PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS RELATIVO A LA CONTRATACIÓN DEL  
SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE DE ENDOSCOPIA, PARA EL HOSPITAL  
CLÍNICO SAN CARLOS**

LOTE	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
		<ul style="list-style-type: none"><li>• El catéter dispone de un diseño trenzado de 32 hilos.</li><li>• Compatible con Resonancia Magnética, según la norma ASTM F2503 o similar.</li><li>• Indicado para su uso en profilaxis post polipectomía.</li><li>• Desechable.</li><li>• Estéril.</li></ul>

**3. ACTUACIONES DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO**

La empresa adjudicataria realizará, para los profesionales implicados, actuaciones de transferencia de conocimiento en la correcta práctica clínica del manejo de los productos suministrados.

En Madrid, a 18 de diciembre de 2020

Fdo.:



**Jefe de la Unidad de Endoscopia del Servicio de Aparato Digestivo**  
*Dr. José Miguel Esteban López-Jamar*



**CUADRO DE CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN****P.A. 2020 – 0 – 036****SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE DE ENDOSCOPIA, PARA EL HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS****Definición de criterios**

Conforme a lo dispuesto en el Artículo 145 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE de 26 de febrero de 2014 estos se adjudicarán utilizando una pluralidad de criterios en base a la mejor relación calidad-precio.

**a) Criterios de coste-eficiencia, relacionados con la rentabilidad del bien:**

- **Criterio Económico: PRECIO OFERTADO: .....MAXIMO 50 PUNTOS**

Las ofertas económicas presentadas que coincidan con el importe máximo de licitación según la fórmula que, a continuación se detalla obtendrán 0 puntos.

La asignación de puntos se efectuara proporcionalmente a la oferta económica de los licitadores de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$PL = 50 * \frac{OM}{OL}$$

Donde:

PL = Puntuación otorgada al licitador.

OM = Mejor oferta económica de todas las presentadas.

OL = Oferta económica del licitador.

**b) Criterios cualitativos evaluables de forma automática: .....MAXIMO 50 PUNTOS**

- **Lote 1: PINZA BIOPSIA GÁSTRICA**

- Dispone de marcadores de posición en la vaina externa para visualización endoscópica (20 puntos).
  - 0 puntos: No cumple.
  - 20 puntos: Sí cumple.





- Dispone de un sistema de diferenciación entre pinzas de gastroscopia y de colonoscopia, mediante el uso de colores de la vaina (15 puntos).
  - 0 puntos: No cumple.
  - 15 puntos: Sí cumple.
- Dispone de cabezal basculante (15 puntos).
  - 0 puntos: No cumple.
  - 15 puntos: Sí cumple.
- **Lote 2: PINZA BIOPSIA COLON**
  - Dispone de marcadores de posición en la vaina externa para visualización endoscópica (20 puntos).
    - 0 puntos: No cumple.
    - 20 puntos: Sí cumple.
  - Dispone de un sistema de diferenciación entre pinzas de gastroscopia y de colonoscopia, mediante el uso de colores de la vaina (15 puntos).
    - 0 puntos: No cumple.
    - 15 puntos: Sí cumple.
  - Dispone de cabezal basculante (15 puntos).
    - 0 puntos: No cumple.
    - 15 puntos: Sí cumple.
- **Lote 3: ASAS POLIPECTOMÍA CON LAZO**
  - Están indicadas para polipectomía fría / caliente (15 puntos).
    - 0 puntos: No cumple.
    - 15 puntos: Sí cumple.
  - Dispone de mango con indicación de las medidas del asa (15 puntos).
    - 0 puntos: No cumple.
    - 15 puntos: Sí cumple.
  - El cuerpo del alambre es rígido –Stiff– (10 puntos).
    - 0 puntos: No cumple.
    - 10 puntos: Sí cumple.
  - Dispone de asa redonda (10 puntos).
    - 0 puntos: No cumple.
    - 10 puntos: Sí cumple.



- **Lote 4: AGUJA ESCLEROSIS COLONOSCOPIA**

- Dispone de un catéter interior en forma de estrella, el cual facilite el avance de la aguja en anatomías tortuosas, incluso en caso de acodamiento (20 puntos).
  - 0 puntos: No cumple.
  - 20 puntos: Sí cumple.
- Dispone de conector de bloqueo y clip de seguridad para mantener la posición de la aguja dentro de la vaina (20 puntos).
  - 0 puntos: No cumple.
  - 20 puntos: Sí cumple.
- La vaina del catéter es de color negro para conferir una mayor visibilidad al mismo durante la realización de la técnica (10 puntos).
  - 0 puntos: No cumple.
  - 10 puntos: Sí cumple.

- **Lote 5: DISPOSITIVO PARA HEMOSTASIA EN TUBO DIGESTIVO**

- Longitud del dispositivo comprendido entre 232 y 238 cm (25 puntos).
  - 0 puntos: No cumple.
  - 25 puntos: Sí cumple.
- Dispone de doble sistema de rotación del clip, a través del mango e independientemente de éste (25 puntos).
  - 0 puntos: No cumple.
  - 25 puntos: Sí cumple.

En Madrid, a 18 de diciembre de 2020

Fdo.:



---

**Jefe de la Unidad de Endoscopia del Servicio de Aparato Digestivo**  
*Dr. José Miguel Esteban López-Jamar*





ANEXO AL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

P.A. 2020 - 0 - 036

SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE DE ENDOSCOPIA, PARA EL HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS

Lote	Códigos	Descripción	Consumo estimado 24 meses	Tipo unidad	Unidad sin IVA	Unidad con IVA	Base imponible	Importe IVA (21%)	Importe IVA (10%)	TOTAL € c/IVA
1	013813	PINZA BIOPSIA GÁSTRICA	3.600	ud.	10,00 €	12,10 €	36.000,00 €	7.560,00 €	---	43.560,00 €
2	013814	PINZA BIOPSIA COLON	18.000	ud.	10,00 €	12,10 €	180.000,00 €	37.800,00 €	---	217.800,00 €
3	021138	ASAS POLIPECTOMÍA CON LAZO	5.100	ud.	18,00 €	21,78 €	91.800,00 €	19.278,00 €	---	111.078,00 €
4	012666	AGUJA ESCLEROSIS COLONOSCOPIA	2.800	ud.	19,00 €	22,99 €	53.200,00 €	11.172,00 €	---	64.372,00 €
5	274896	DISPOSITIVO PARA HEMOSTASIA EN TUBO DIGESTIVO	2.800	ud.	70,91 €	85,80 €	198.548,00 €	---	19.854,80 €	218.402,80 €

IMPORTE TOTAL							559.548,00 €	75.810,00 €	19.854,80 €	655.212,80 €
---------------	--	--	--	--	--	--	--------------	-------------	-------------	--------------

Madrid, a 18 de diciembre de 2020

Fdo.:

*[Firma manuscrita]*

Jefe de la Unidad de Endoscopia del Servicio de Aparato Digestivo

Dr. José Miguel Esteban López-Jamar

95.664,80 -  
IVA total



La autenticidad de este documento se puede comprobar en [www.madrid.org/csv](http://www.madrid.org/csv)  
mediante el siguiente código seguro de verificación: **1037791825823758740273**

