

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales protegidos y los códigos que permitían acceder al original.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR EN EL CONTRATO DE: SUMINISTRO DE ELECTRODOS PARA DESFIBRILADORES CON DESTINO A LOS CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO.

CONSIDERACIONES GENERALES:

1. El material presentará una caducidad mínima de 18 meses desde su fecha de recepción, de otra forma se procederá a su devolución y retirada a cargo del proveedor.
 2. El proveedor dispondrá de un procedimiento de retirada del material caducado/defectuoso incluyendo la adecuada eliminación de los mismos.
 3. En los supuestos de rotura de stock y desabastecimiento el proveedor comunicará esta situación de forma inmediata, informando del plazo estimado de normalización del suministro. En ningún caso será superior a tres meses y el proveedor tendrá obligación de sustituir el material objeto del contrato por otro de igual o superior calidad al adjudicado, previa conformidad de la Gerencia.
 4. Existirá un servicio de atención a la gestión y logística de pedidos que comprenderá al menos un teléfono, dirección de e-mail y/o fax específico de contacto.
 5. El adjudicatario garantizará durante la vigencia del contrato la capacidad de abastecimiento.
 6. Las entregas del suministro se efectuarán en los almacenes relacionados en este pliego.
 7. En su caso, todas las instrucciones vendrán en castellano.
 8. En su caso, la fecha de caducidad y el lote estarán indicados en el envase general y en el individual del producto.
 9. Cuando así le sea requerido, el adjudicatario facilitará una o dos muestras para cada uno de los almacenes existentes, que se entregarán en el lugar y fechas indicados en ese requerimiento.
 10. Para Lotes 1- 3 – 4 – 5.: Declaración certificando que el electrodo es original de la marca y modelo para el desfibrilador solicitado. Se presentará para cada uno de los lotes.
Para Lote 2 .Declaración certificando que el electrodo es compatible con la marca y modelo para el desfibrilador solicitado.
- Normativa general**
11. Todo el material ofertado tendrá marcado CE, de acuerdo con la Directiva 93/42/CEE, actualizado por el RD 1591/2009 de productos sanitarios y por el Reglamento UE 2017/745, durante el ámbito de aplicación de sus respectivos artículos.

Otras normativas

- EN ISO 10993-10:2013 Evaluación biológica de productos sanitarios. Parte 10: Ensayos de irritación y sensibilización cutánea. (ISO 10993-10:2010). Biological evaluation of medical devices - Part 10: Tests for irritation and skin sensitization (ISO 10993-10:2)



**Comunidad
de Madrid**

Gerencia Asistencial
de Atención Primaria
CONSEJERÍA DE SANIDAD

Dirección Técnica de Compras, Suministros y Gestión Económica
Gerencia Adjunta de Gestión y Servicios Generales

RELACIÓN DE ALMACENES PARA ENTREGAS DE MATERIAL:

Almacén PAVONES	C.S. Pavones C/ Hacienda de Pavones nº 271, entrada por rampa C/ Brujas 28030 - Madrid 913.016.415
Almacén COSLADA	Avda. de Madrid nº 11, C.S. Ciudad San Pablo 28822 - Coslada 916.714.488
Almacén MELCHOR FDEZ. ALMAGRO	C/ Melchor Fernández Almagro nº 1 28029 - Madrid 913.352.595
Almacén MAJADAHONDA	Avda. España, 7 28220 - Majadahonda (Madrid) 916.026.974
Almacén LEGANÉS	Avda. de los Pinos nº 30, planta -1 28914 - Leganés (Madrid) 915.129.311
Almacén ALBERTO PALACIOS	C/ Domingo de Párraga nº 48, C.S. San Andrés 28021 - Madrid 915.059.416

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS ARTÍCULOS:

Lote	Sublote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
1	1.1	101229	ELECTRODO DESFIBRILADOR ADULTO POWERHEART G3-RESPONDER AED PRO	<ul style="list-style-type: none"> • Electrodo adhesivo de uso para desfibrilación • Electrodo ORIGINAL para desfibrilador CARDIAC SCIENCE POWERHEART G3- GE RESPONDER AED PRO • Parche de desfibrilación con cable Adultos >25 kg • Exento de látex • Foam grado médico • Gel conductor adhesivo baja impedancia • Superficie hipoalérgica no estéril de un solo uso • El envase unitario deberá indicar uso en adultos, marca y modelo, fecha de caducidad y pictograma de uso • Pictograma explicativo de la colocación del electrodo
2	2.1	105688	ELECTRODO DESFIBRILADOR ADULTO MEDIANA D500	<ul style="list-style-type: none"> • Electrodo adhesivo de uso para desfibrilación • Electrodo COMPATIBLE para desfibrilador MEDIANA D500 • Parche de desfibrilación con cable Adultos >25 kg • Exento de látex • Foam grado médico • Gel conductor adhesivo baja impedancia • Superficie hipoalérgica no estéril de un solo uso • El envase unitario deberá indicar uso en adultos, marca y modelo, fecha de caducidad y pictograma de uso • Pictograma explicativo de la colocación del electrodo

Lote	Sublote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
2	2.2	105689	ELECTRODO DESFIBRILADOR PEDIATRICO MEDIANA D500	<ul style="list-style-type: none"> Electrodo adhesivo de uso para desfibrilación Electrodo COMPATIBLE para desfibrilador MEDIANA D500 Parche de desfibrilación con cable Pediátrico < 25 kg Exento de látex Foam grado médico Gel conductor adhesivo baja impedancia Superficie hipoalérgica no estéril de un solo uso El envase unitario deberá indicar pediátrico, marca y modelo, fecha de caducidad y pictograma de uso Pictograma explicativo de la colocación del electrodo
3	3.1	115973	ELECTRODO DESFIBRILADOR ADULTO MINDRAY D3/D6 C/CABLE DESECHABLE	<ul style="list-style-type: none"> Electrodo adhesivo de uso para desfibrilación Electrodo ORIGINAL para desfibrilador para MINDRAY D3/D6 C/CABLE DESECHABLE Parche de desfibrilación con cable Adultos >25 kg Exento de látex Foam grado médico Gel conductor adhesivo baja impedancia Superficie hipoalérgica no estéril de un solo uso El envase unitario deberá indicar uso en adultos, marca y modelo, fecha de caducidad y pictograma de uso Pictograma explicativo de la colocación del electrodo

Lote	Sublote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
4	4.1	101121	ELECTRODO DESFIBRILADOR ADULTO PHILIPS HEARTSTART FR2/FR2 PLUS	<ul style="list-style-type: none"> • Electrodo adhesivo de uso para desfibrilación • Electrodo ORIGINAL para desfibrilador para PHILIPS HEARTSTART FR2/FR2 PLUS • Parche de desfibrilación con cable Adultos >25 kg • Exento de látex • Foam grado médico • Gel conductor adhesivo baja impedancia • Superficie hipoalérgica no estéril de un solo uso • El envase unitario deberá indicar uso en adultos, marca y modelo, fecha de caducidad y pictograma de uso • Pictograma explicativo de la colocación del electrodo
4	4.2	101124	ELECTRODO DESFIBRILADOR PEDIATRICO PHILIPS HEARTSTART FR2/FR2 PLUS	<ul style="list-style-type: none"> • Electrodo adhesivo de uso para desfibrilación • Electrodo ORIGINAL para desfibrilador para PHILIPS HEARTSTART FR2/FR2 PLUS • Parche de desfibrilación con cable Pediátrico < 25 kg • Exento de látex • Foam grado médico • Gel conductor adhesivo baja impedancia • Superficie hipoalérgica no estéril de un solo uso • El envase unitario deberá indicar pediátrico, marca y modelo, fecha de caducidad y pictograma de uso • Pictograma explicativo de la colocación del electrodo • Reductor de energía

Lote	Sublote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
5	5.1	101181	ELECTRODO DESFIBRILADOR FRED EASY DG4000/5000/LIFE ADULTO	<ul style="list-style-type: none">• Electrodo adhesivo de uso para desfibrilación• Electrodo ORIGINAL para desfibrilador para SCHILLER FRED EASY DG4000/5000/LIFE• Parche de desfibrilación con cable Adultos >25 kg• Exento de látex• Foam grado médico• Gel conductor adhesivo baja impedancia• Superficie hipoalérgica no estéril de un solo uso• El envase unitario deberá indicar uso en adultos, marca y modelo, fecha de caducidad y pictograma de uso• Pictograma explicativo de la colocación del electrodo

Madrid,

El Gerente Adjunto de Gestión y Servicios Generales
Resolución 342/2021, de 13 de septiembre
(BOCM nº 222 de 17 de septiembre de 2021)

Firmado digitalmente por: SUÁREZ SÁNCHEZ PEDRO JOSÉ
Fecha: 2022.03.30 09:50

ANEXO RELACIÓN UNIDADES Y PRECIOS

Lote	Sub	Código	Descripción del lote	Precio neto Lic.	Cantidad	Importe lote sin IVA	% IVA	Importe lote
1			ELECTRODO DESFIBRILADOR ADULTO POWERHEART G3-RESPONDER AED PRO			600,00	21	726,00
	1.1	101229	ELECTRODO DESFIBRILADOR ADULTO POWERHEART G3-RESPONDER AED PRO	60,000000	10	600,00	21	726,00
2			ELECTRODO DESFIBRILADOR MEDIANA D500			5.640,00	21	6.824,40
	2.1	105688	ELECTRODO DESFIBRILADOR ADULTO MEDIANA D500	44,000000	60	2.640,00	21	3.194,40
	2.2	105689	ELECTRODO DESFIBRILADOR PEDIATRICO MEDIANA D500	50,000000	60	3.000,00	21	3.630,00
3			ELECTRODO DESFIBRILADOR ADULTO MINDRAY D3/D6 C/CABLE DESECHABLE			6.300,00	21	7.623,00
	3.1	115973	ELECTRODO DESFIBRILADOR ADULTO MINDRAY D3/D6 C/CABLE DESECHABLE	70,000000	90	6.300,00	21	7.623,00
4			ELECTRODO DESFIBRILADOR PHILIPS HEARTSTART FR2/FR2 PLUS			4.600,00	21	5.566,00
	4.1	101121	ELECTRODO DESFIBRILADOR ADULTO PHILIPS HEARTSTART FR2/FR2 PLUS	50,000000	20	1.000,00	21	1.210,00
5	4.2	101124	ELECTRODO DESFIBRILADOR PEDIATRICO PHILIPS HEARTSTART FR2/FR2 PLUS	120,000000	30	3.600,00	21	4.356,00
			ELECTRODO DESFIBRILADOR FRED EASY DG4000/5000/LIFE ADULTO			1.600,00	21	1.936,00
	5.1	101181	ELECTRODO DESFIBRILADOR FRED EASY DG4000/5000/LIFE ADULTO	40,000000	40	1.600,00	21	1.936,00
TOTAL:						18.740,00	3.935,40	22.675,40