

P.A. 2020 – 0 – 259

**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL SUMINISTRO DE MATRIZ BIOLÓGICA  
PARA RECONSTRUCCIÓN MAMARIA, PARA EL HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS**

**1. OBJETIVO Y ALCANCE.**

El presente pliego regula las condiciones técnicas que deberán cumplir los productos sanitarios objeto de esta licitación para el suministro de MATRIZ BIOLÓGICA PARA RECONSTRUCCIÓN MAMARIA para atender las necesidades asistenciales del Hospital Clínico San Carlos.

**2. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL ARTÍCULO**

Conforme a lo dispuesto en el Artículo 126.5.a) de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE de 26 de febrero de 2014, los productos ofertados por los distintos licitadores habrán de acreditar el cumplimiento de las siguientes exigencias funcionales y de diseño.

LOTE ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
<b>1</b>	<b>VARIOS</b>	<p><b>MALLA DE COLAGENO P/RECONSTRUCCION MAMARIA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Matriz dérmica acelular de colágeno biológica hecha de dermis fetal/neonatal bovina, para cirugía reconstructiva.</li> <li>• Rica en colágeno tipo III.</li> <li>• Bio-compatible y compatible con las células, sin reticulación química artificial.</li> <li>• Grosor nominal: 1 mm.</li> <li>• Rehidratable en solución salina.</li> <li>• Estéril.</li> </ul>

En Madrid, a 22 de octubre de 2020

Fdo.:



**Jefe del Servicio de Cirugía Plástica**  
Prof. Dr. Francisco Leyva Rodríguez

P.A. 2020 – 0 – 259

**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA EL SUMINISTRO DE MATRIZ BIOLÓGICA  
PARA RECONSTRUCCIÓN MAMARIA, PARA EL HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS**

LOTE ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1.1	323084	<b>MALLA DE COLAGENO P/RECONSTRUCCION MAMARIA (8X16 CM)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Medidas:               <ul style="list-style-type: none"> <li>Altura: Comprendido entre 7,6 y 8,4 cm.</li> <li>Anchura: Comprendido entre 15,2 y 16,8 cm.</li> </ul> </li> <li>Apariencia: Lisa fenestrada.</li> <li>Forma: Semioval.</li> </ul>
1.2	328438	<b>MALLA DE COLAGENO P/RECONSTRUCCION MAMARIA (10X20 CM)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Medidas:               <ul style="list-style-type: none"> <li>Altura: Comprendido entre 9,5 y 10,5 cm.</li> <li>Anchura: Comprendido entre 19,0 y 21,0 cm.</li> </ul> </li> <li>Apariencia: Lisa fenestrada.</li> <li>Forma: Rectangular.</li> </ul>
1.3	328440	<b>MALLA DE COLAGENO P/RECONSTR.MAMARIA, (20X10X0,76 CM EXPANDE A 18X22X0,76 CM)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Medidas:               <ul style="list-style-type: none"> <li>Altura: Comprendido entre 19,0 y 21,0 cm.</li> <li>Anchura: Comprendido entre 9,5 y 10,5 cm.</li> </ul> </li> <li>Expandida:               <ul style="list-style-type: none"> <li>Altura: Comprendido entre 17,1 y 18,9 cm.</li> <li>Anchura: Comprendido entre 20,9 y 23,1 cm.</li> </ul> </li> <li>Apariencia: Lisa, formando malla.</li> <li>Forma: Rectangular.</li> </ul>

En Madrid, a 22 de octubre de 2020

Fdo.:



**Jefe del Servicio de Cirugía Plástica**  
 Prof. Dr. Francisco Leyva Rodríguez

P.A. 2020 – 0 – 259

**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA EL SUMINISTRO DE MATRIZ BIOLÓGICA  
PARA RECONSTRUCCIÓN MAMARIA, PARA EL HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS**

**3. ACTUACIONES DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO**

La empresa adjudicataria realizará, para los profesionales implicados, actuaciones de transferencia de conocimiento en la correcta práctica clínica del manejo de los productos suministrados.

Firmado digitalmente por: SOTO BONEL JOSE FRANCISCO

En Madrid, a 22 de octubre de 2020

Fdo.:



\_\_\_\_\_  
**Jefe del Servicio de Cirugía Plástica**  
Prof. Dr. Francisco Leyva Rodríguez



ANEXO AL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

P.A. 2020 - 0 - 259

SUMINISTRO DE MATRIZ BIOLÓGICA PARA RECONSTRUCCIÓN MAMARIA, PARA EL HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS

Lote	Item	Códigos	Descripción	Consumo estimado 24 meses	Unidad/€ sin IVA	Unidad/€ con IVA	Base imponible	Importe IVA (10%)	TOTAL € c/IVA
1	1	323084	MALLA DE COLÁGENO PARA RECONSTRUCCIÓN MAMARIA (8X16 CM)	52	1.697,00	1.866,70	88.244,00	8.824,40	97.068,40
	2	328438	MALLA DE COLÁGENO PARA RECONSTRUCCIÓN MAMARIA (10X20 CM)	2	2.876,00	3.163,60	5.752,00	575,20	6.327,20
	3	328440	MALLA DE COLÁGENO PARA RECONSTRUCCIÓN MAMARIA, 10X20X0,75 CM EXPANDE A 18X22X0,76 CM	2	2.199,00	2.418,90	4.398,00	439,80	4.837,80
IMPORTE TOTAL							98.394,00	9.839,40	108.233,40

Madrid, 22 de octubre de 2020

Fdo.:



Jefe del Servicio de Cirugía Plástica

Prof. Dr. Francisco Leyva Rodríguez

