

Expte.: A/SUM-035404/2020

CERTIFICADO DE PROPOSICIONES ADMITIDAS Y DESCARTADAS EN LA LICITACIÓN TRAS EL INFORME TÉCNICO DE APTITUD RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS DE CONVOCATORIA

La Mesa de Contratación del Hospital Universitario de Móstoles de fecha 16 de noviembre de 2020 procedió a la apertura, técnica y económica del procedimiento abierto con pluralidad de criterios, con nº de expediente: **A/SUM-035404/2020**, denominado **"EQUIPOS DE INFUSIÓN INTRAVENOSA"**. Posteriormente, se procedió a remitir la documentación técnica de los licitadores a los responsables de departamento que deben valorar cada lote, siendo el resultado el siguiente:

INFORME TÉCNICO

EQUIPOS DE INFUSIÓN INTRAVENOSAS EXPED. Nº A/SUM-035404/2020

Numero	Artículo
1	ALARGADERA ARTERIAL CONECTOR MACHO-HEMBRA 140-150CM
LICITADOR	VALORACIÓN TÉCNICA DE LA MUESTRA
INTERSURGICAL ESPAÑA,S.L	SI CUMPLE las especificaciones técnicas.
BECTON DICKINSON,S.A	NO CUMPLE las especificaciones técnicas: <ul style="list-style-type: none"> Se solicita sin PVC y en ficha técnica indica que tiene PVC. Se solicita con diámetro interno de 2 mm y en ficha técnica indica que tiene 3 mm.
INTRAVEN,S.L	NO CUMPLE las especificaciones técnicas: <ul style="list-style-type: none"> Presenta alargadera venosa.
VYGON,S.A	SI CUMPLE las especificaciones técnicas
LIBERA MEDICA,S.L	SI CUMPLE las especificaciones técnicas

CRITERIOS TECNICOS	VYGON,S.A	LIBERA MEDICA,S.L	INTERSURGICAL ESPAÑA,S.L
Presenta filtro de purga en el tapón protector para evitar derrames del fluido durante la purga:			
Presenta SI.....10 puntos	0 puntos	0 puntos	0 puntos
Presenta NO.....0 puntos			
Presenta luer-lock rotatorio:			
Presenta SI.....10 puntos			
Presenta NO.....0 puntos	0 puntos	0 puntos	0 puntos
Presenta envoltorio de papel mixto con apertura de solapa que permita el volcado en el campo sin perder la esterilidad:			
Presenta SI.....10 puntos	10 puntos	10 puntos	10 puntos
Presenta NO.....0 puntos			
PUNTUACIÓN TOTAL	10 puntos	10 puntos	10 puntos

Numero	Articulo	
2	ALARGADERA INFUSIÓN CONEXIÓN LUER-LOCK MACHO-HEMBRA 80CM	
	LICITADOR	VALORACIÓN TÉCNICA DE LA MUESTRA
	PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS,S.L	SI CUMPLE las especificaciones técnicas
	INTRAVEN,S.L	NO CUMPLE las especificaciones técnicas. <ul style="list-style-type: none"> Se solicita en PPT con pinza deslizante, la muestra presentada no tiene pinza deslizante. Se solicita longitud de 80-83 cm y la muestra para valorar mide 72 cm.
	OIARSO SDAD.COOP.	NO CUMPLE las especificaciones técnicas. <ul style="list-style-type: none"> Se solicita en PPT con pinza deslizante, la muestra presentada no tiene pinza deslizante.
	BECTON DICKINSON,S.A	NO CUMPLE las especificaciones técnicas. <ul style="list-style-type: none"> Se solicita en PPT con pinza deslizante, la muestra presentada no tiene pinza deslizante

CRITERIOS TECNICOS		PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS,S.L
Presenta filtro de purga en el tapón protector para evitar derrames del fluido durante la purga:		
Presenta SI.....	10 puntos	10 puntos
Presenta NO.....	0 puntos	
Presenta luer-lock rotatorio:		
Presenta SI.....	10 puntos	10 puntos
Presenta NO.....	0 puntos	
Presenta envoltorio de papel mixto con apertura de solapa que permita el volcado en el campo sin perder la esterilidad:		
Presenta SI.....	10 puntos	10 puntos
Presenta NO.....	0 puntos	
PUNTUACIÓN TOTAL		30 Puntos

Numero	Articulo	
3	ALARGADERA INFUSIÓN OPACA CON CONECTOR LUER-LOCK DE 150CM.	
	LICITADOR	VALORACIÓN TÉCNICA DE LA MUESTRA
	LIBERA MEDICA,S.L	SI CUMPLE las especificaciones técnicas
	PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS,S.L	SI CUMPLE las especificaciones técnicas
	BECTON DICKINSON,S.A	SI CUMPLE las especificaciones técnicas
	B.BRAUN MEDICAL,S.A	SI CUMPLE las especificaciones técnicas

CRITERIOS TECNICOS	LIBERA MEDICA,S.L	PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS,S.L	BECTON DICKINSON,S.A	B.BRAUN MEDICAL,S.A
Presenta filtro de purga en el tapón protector para evitar derrames del fluido durante la purga:				
Presenta SI.....10 puntos	10 puntos	10 puntos	10 puntos	
Presenta NO.....0 puntos				0 puntos
Presenta luer-lock rotatorio:				
Presenta SI.....10 puntos	10 puntos	10 puntos	10 puntos	
Presenta NO.....0 puntos				0 puntos
Presenta envoltorio de papel mixto con apertura de solapa que permita el volcado en el campo sin perder la esterilidad:				
Presenta SI.....10 puntos	10 puntos	10 puntos	10 puntos	10 puntos
Presenta NO.....0 puntos				
PUNTUACIÓN TOTAL	30 Puntos	30 Puntos	30 Puntos	10 puntos

Numero	Articulo			
4	ALARGADERA INFUSIÓN VENOSA CON CONECTOR LUER-LOCK 150CM			
LICITADOR		VALORACIÓN TÉCNICA DE LA MUESTRA		
INTRAVEN,S.L		NO CUMPLE las especificaciones técnicas <ul style="list-style-type: none"> Se solicita en PPT interior exento de PVC", según ficha técnica el tubo es de PVC. 		
B.BRAUN MEDICAL,S.A		SI CUMPLE las especificaciones técnicas		
BECTON DICKINSON,S.A		SI CUMPLE las especificaciones técnicas		
LIBERA MEDICA,S.L		SI CUMPLE las especificaciones técnicas		
LABORATORIOS CAIR ESPAÑA,S.L		SI CUMPLE las especificaciones técnicas		
CRITERIOS TECNICOS	LABORATORIOS CAIR ESPAÑA,S.L	LIBERA MEDICA,S.L	B.BRAUN MEDICAL,S.A	BECTON DICKINSON,S.A
Presenta filtro de purga en el tapón protector para evitar derrames del fluido durante la purga:				
Presenta SI.....10 puntos		10 puntos		10 puntos
Presenta NO.....0 puntos	0 puntos		0 puntos	
Presenta luer-lock rotatorio:				
Presenta SI.....10 puntos	10 puntos	10 puntos		10 puntos
Presenta NO.....0 puntos			0 puntos	
Presenta envoltorio de papel mixto con apertura de solapa que permita el volcado en el campo sin perder la esterilidad:				
Presenta SI.....10 puntos	10 puntos	10 puntos	10 puntos	10 puntos
Presenta NO.....0 puntos				
PUNTUACIÓN TOTAL	20 Puntos	30 Puntos	10 Puntos	30 Puntos

Numero	Articulo		
5	ALARGADERA INFUSIÓN C/PUNZÓN CONEXIÓN "Y" SEGURIDAD P/PREPARACIÓN TAXOL		
LICITADOR		VALORACIÓN TÉCNICA DE LA MUESTRA	
LABORATORIOS CAIR ESPAÑA,S.L		NO CUMPLE las especificaciones técnicas. • Se solicita en PPT válvula Unidireccional, en ficha técnica indica que es bidireccional	
PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS,S.L		SI CUMPLE las especificaciones técnicas	
BECTON DICKINSON,S.A		SI CUMPLE las especificaciones técnicas	
ICU MEDICAL PROD.FFARM.HOSPIT.,S.L		SI CUMPLE las especificaciones técnicas	
CRITERIOS TECNICOS		BECTON DICKINSON,S.A	PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS,S.L
Presenta filtro de purga en el tapón protector para evitar derrames del fluido durante la purga:			ICU MEDICAL PROD.FFARM.HOSPIT.,S.L
Presenta SI.....10 puntos		10 puntos	10 puntos
Presenta NO.....0 puntos			
Presenta luer-lock rotatorio:			
Presenta SI.....10 puntos			
Presenta NO.....0 puntos		0 puntos	0 puntos
Presenta válvula de seguridad en el puerto en "Y":			
Presenta SI.....10 puntos		10 puntos	10 puntos
Presenta NO.....0 puntos			
PUNTUACIÓN TOTAL		20 Puntos	20 Puntos

Numero	Articulo		
6	CONECTOR A CATÉTER MACHO/MACHO LUER LOCK		
LICITADOR		VALORACIÓN TÉCNICA DE LA MUESTRA	
VYGON,S.A		SI CUMPLE las especificaciones técnicas	
BECTON DICKINSON,S.A		SI CUMPLE las especificaciones técnicas	
PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS,S.L		SI CUMPLE las especificaciones técnicas	

CRITERIOS TECNICOS		PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS,S.L	VYGON,S.A	BECTON DICKINSON,S.A
Presenta filtro de purga en el tapón protector para evitar derrames del fluido durante la purga:				
Presenta SI.....10 puntos				
Presenta NO.....0 puntos		0 puntos	0 puntos	0 puntos
Presenta luer-lock rotatorio:				
Presenta SI.....10 puntos			10 puntos	10 puntos
Presenta NO.....0 puntos		0 puntos		
Presenta envoltorio de papel mixto con apertura de solapa que permita el volcado en el campo sin perder la esterilidad:				
Presenta SI.....10 puntos		10 puntos	10 puntos	10 puntos
Presenta NO.....0 puntos				
PUNTUACIÓN TOTAL		10 Puntos	20 Puntos	20 Puntos

Numero	Articulo	
7	DISPOSITIVO P/INFUSIÓN C/MANÓMETRO A PRESIÓN PARA SUERO/ SANGRE REUTILIZABLE	
LICITADOR		VALORACIÓN TÉCNICA DE LA MUESTRA
MERIT MEDICAL SPAIN S.L.U	SI CUMPLE las especificaciones técnicas	
LIBERA MEDICA,S.L	SI CUMPLE las especificaciones técnicas	
CRITERIOS TECNICOS		LIBERA MEDICA,S.L
Presenta dispositivo con capacidad para 500ml, según necesidad:		
Presenta SI.....30 puntos		30 puntos
Presenta NO.....0 puntos		
PUNTUACIÓN TOTAL		30 Puntos

Numero	Articulo	
8	FILTRO INFUSIÓN 0,22MICRAS CON ALARGADERA SIN PUNTO DE INYECCIÓN	
LICITADOR		VALORACIÓN TÉCNICA DE LA MUESTRA
ICU MEDICAL PROD.FFARM.HOSPIT.,S.L		NO CUMPLE las especificaciones técnicas <ul style="list-style-type: none"> Se solicita en PPT "tubo alargador de 10 cm aprox" según ficha técnica tiene 21 cm.
INTERSURGICAL ESPAÑA,S.L		NO CUMPLE las especificaciones técnicas <ul style="list-style-type: none"> Se solicita en PPT "tubo alargador de 10 cm aprox" según ficha técnica tiene 23 cm.
BECTON DICKINSON,S.A		SI CUMPLE las especificaciones técnicas
PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS,S.L		SI CUMPLE las especificaciones técnicas
LIBERA MEDICA,S.L		NO CUMPLE las especificaciones técnicas <ul style="list-style-type: none"> Se solicita en PPT "sin PVC en su interior" en ficha técnica indica que es de PVC.
CRITERIOS TECNICOS		PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS,S.L
Presenta filtro de purga en el tapón protector para evitar derrames del fluido durante la purga:		
Presenta SI.....10 puntos		10 puntos
Presenta NO.....0 puntos		0 puntos
Presenta luer-lock rotatorio:		
Presenta SI.....10 puntos		10 puntos
Presenta NO.....0 puntos		0 puntos
Presenta envoltorio de papel mixto con apertura de solapa que permita el volcado en el campo sin perder la esterilidad:		
Presenta SI.....10 puntos		10 puntos
Presenta NO.....0 puntos		
PUNTUACIÓN TOTAL		10 Puntos

Numero	Articulo
9	FILTRO INFUSION BACTERIANO 0,2 MICRAS
LICITADOR	VALORACIÓN TÉCNICA DE LA MUESTRA
OIARSO SDAD.COOP.	SI CUMPLE las especificaciones técnicas
BECTON DICKINSON,S.A	SI CUMPLE las especificaciones técnicas
INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L	SI CUMPLE las especificaciones técnicas
VYGON,S.A	SI CUMPLE las especificaciones técnicas
INTRAVEN,S.L	SI CUMPLE las especificaciones técnicas
PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS S.L	SI CUMPLE las especificaciones técnicas
LIBERA MEDICA, S.L	SI CUMPLE las especificaciones técnicas

CRITERIOS TECNICOS	OIARSO SDAD. COOP.	BECTON DICKINSON,S.A	INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L	VYGON,S.A
Presenta filtro de purga en el tapón protector para evitar derrames del fluido durante la purga:				
Presenta SI.....10 puntos				
Presenta NO.....0 puntos	0 puntos	0 puntos	0 puntos	0 puntos
Presenta luer-lock rotatorio:				
Presenta SI.....10 puntos			10 puntos	10 puntos
Presenta NO.....0 puntos	0 puntos	0 puntos		
Presenta envoltorio de papel mixto con apertura de solapa que permita el volcado en el campo sin perder la esterilidad:				
Presenta SI.....10 puntos	10 puntos	10 puntos	10 puntos	10 puntos
Presenta NO.....0 puntos				
PUNTUACIÓN TOTAL	10 Puntos	10 Puntos	20 Puntos	20 Puntos

CRITERIOS TECNICOS	INTRAVEN,S.L	PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS S.L	LIBERA MEDICA, S.L
Presenta filtro de purga en el tapón protector para evitar derrames del fluido durante la purga:			
Presenta SI.....10 puntos			
Presenta NO.....0 puntos	0 puntos	0 puntos	0 puntos
Presenta luer-lock rotatorio:			
Presenta SI.....10 puntos	10 puntos	10 puntos	10 puntos
Presenta NO.....0 puntos			
Presenta envoltorio de papel mixto con apertura de solapa que permita el volcado en el campo sin perder la esterilidad:			
Presenta SI.....10 puntos	10 puntos	10 puntos	10 puntos
Presenta NO.....0 puntos			
PUNTUACIÓN TOTAL	20 Puntos	20 Puntos	20 Puntos

Numero	Articulo		
10	FILTRO PARA INFUSIÓN DE LÍPIDOS COMPATIBLE CON BOMBA		
LICITADOR		VALORACIÓN TÉCNICA DE LA MUESTRA	
INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L		SI CUMPLE las especificaciones técnicas	
PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS S.L		SI CUMPLE las especificaciones técnicas	
LIBERA MEDICA, S.L		SI CUMPLE las especificaciones técnicas	
CRITERIOS TECNICOS		INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L	PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS S.L
Presenta filtro de purga en el tapón protector para evitar derrames del fluido durante la purga:			
Presenta SI.....10 puntos			
Presenta NO.....0 puntos		0 puntos	0 puntos
Presenta luer-lock rotatorio:			
Presenta SI.....10 puntos		10 puntos	
Presenta NO.....0 puntos			0 puntos
Presenta envoltorio de papel mixto con apertura de solapa que permita el volcado en el campo sin perder la esterilidad:			
Presenta SI.....10 puntos		10 puntos	10 puntos
Presenta NO.....0 puntos			
PUNTUACIÓN TOTAL		20 Puntos	10 puntos

Numero	Articulo	
11	LLAVE 3 VÍAS	
LICITADOR		VALORACIÓN TÉCNICA DE LA MUESTRA
INTRAVERN,S.L		NO CUMPLE las especificaciones técnicas <ul style="list-style-type: none"> Se solicita en PPT "aletas ergonómicas de color azul/blanco/incolore" la muestra recibida es roja
LABOLISER, S.A		NO CUMPLE las especificaciones técnicas <ul style="list-style-type: none"> Se solicita en PPT "exento de látex ftalatos y de PVC en su interior" Según ficha técnica presenta tapón roscado en PVC.
FARMABAN,S.A		SI CUMPLE las especificaciones técnicas
GARRIC MEDICA,S.L		NO CUMPLE las especificaciones técnicas <ul style="list-style-type: none"> Se solicita en PPT "Mínimo espacio muerto". Tras la valoración de la muestra recibida, se comprueba que esta tiene mucho espacio muerto. En la documentación aportada no indica que este exento de PVC
BECTION DICKINSON,S.A		NO CUMPLE las especificaciones técnicas <ul style="list-style-type: none"> Se solicita en PPT "Debe tolerar una presión de al menos 5 bares "En ficha técnica indica que soporta 3 Bares.
PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS S.L		SI CUMPLE las especificaciones técnicas
LIBERA MEDICA, S.L		SI CUMPLE las especificaciones técnicas
PALEX MEDICAL,S.A		SI CUMPLE las especificaciones técnicas
IBERHOSPITEX,S.A		SI CUMPLE las especificaciones técnicas

CRITERIOS TECNICOS	FARMABAN ,S.A	PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS S.L	LIBERA MEDICA, S.L	PALEX MEDICAL,S.A	IBERHOSPITEX ,S.A
Presión que soporta:					
Mayor o igual a 6 bares... 10 puntos	10 puntos	10 puntos	10 puntos	10 puntos	
Menor de 6 bares..... 0 puntos					0 puntos
Presenta filtro de purga en el tapón protector para evitar derrames del fluido durante la purga:					
Presenta SI..... 10 puntos					
Presenta NO..... 0 puntos	0 puntos	0 puntos	0 puntos	0 puntos	0 puntos
Presenta envoltorio de papel mixto con apertura de solapa que permita el volcado en el campo sin perder la esterilidad:					
Presenta SI..... 10 puntos	10 puntos	10 puntos	10 puntos	10 puntos	10 puntos
Presenta NO..... 0 puntos					
PUNTUACION TOTAL	20 Puntos	20 Puntos	20 Puntos	20 Puntos	10 Puntos

Numero	Articulo
12	LLAVE 3 VÍAS CON ALARGADERA 25 CM
LICITADOR	VALORACIÓN TÉCNICA DE LA MUESTRA
IBERHOSPITEX,S.A	SI CUMPLE las especificaciones técnicas
LIBERA MEDICA, S.L	SI CUMPLE las especificaciones técnicas
GARRIC MEDICA,S.A	NO CUMPLE las especificaciones técnicas. <ul style="list-style-type: none"> Se solicita en PPT "Luer Lock rotatorio" la muestra recibida para su valoración o presenta esta característica.
FARMABAN	NO CUMPLE las especificaciones técnicas. <ul style="list-style-type: none"> Se solicita en PPT "Luer Lock rotatorio" la muestra recibida para su valoración o presenta esta característica.

CRITERIOS TECNICOS	IBERHOSPITEX,S.A	LIBERA MEDICA, S.L
Presión que soporta:		
Mayor o igual a 6 bares... 10 puntos		10 puntos
Menor de 6 bares..... 0 puntos	0 puntos	
Presenta filtro de purga en el tapón protector para evitar derrames del fluido durante la purga:		
Presenta SI..... 10 puntos		10 puntos
Presenta NO..... 0 puntos	0 puntos	
Presenta envoltorio de papel mixto con apertura de solapa que permita el volcado en el campo sin perder la esterilidad:		
Presenta SI..... 10 puntos	10 puntos	10 puntos
Presenta NO..... 0 puntos		
PUNTUACIÓN TOTAL	10 puntos	30 puntos

13	EQUIPO INFUSIÓN MICROGOTEO 180CM C/TOMA AIRE C/REGULADOR FLUJO CONEXIÓN LUER LOCK	
LICITADOR		VALORACIÓN TÉCNICA DE LA MUESTRA
PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS S.L		SI CUMPLE las especificaciones técnicas
LABORATORIOS CAIR ESPAÑA,S.L		SI CUMPLE las especificaciones técnicas
CRITERIOS TECNICOS		PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS S.L
Presenta filtro de purga en el tapón protector para evitar derrames del fluido durante la purga:		
Presenta SI.....10 puntos		10 puntos
Presenta NO.....0 puntos		0 puntos
Presenta en el extremo distal punto de inyección con válvula de seguridad.		
Presenta SI.....10 puntos		10 puntos
Presenta NO.....0 puntos		
Presenta envoltorio de papel mixto con apertura de solapa que permita su fácil volcado:		
Presenta SI.....10 puntos		10 puntos
Presenta NO.....0 puntos		
PUNTUACIÓN TOTAL		30 Puntos
		20 Puntos

Numero	Articulo	
14	SISTEMA INFUSIÓN HEMODERIVADOS FILTRO 200MICRAS CONEXIÓN LUER LOCK	
LICITADOR		VALORACIÓN TÉCNICA DE LA MUESTRA
BECTON DICKINSON,S.A		SI CUMPLE las especificaciones técnicas
CRITERIOS TECNICOS		BECTON DICKINSON,S.A
Presenta filtro de purga en el tapón protector para evitar derrames del fluido durante la purga:		
Presenta SI.....10 puntos		10 puntos
Presenta NO.....0 puntos		
Presenta luer-lock rotatorio:		
Presenta SI.....10 puntos		10 puntos
Presenta NO.....0 puntos		
Presenta envoltorio de papel mixto con apertura de solapa que permita el volcado en el campo sin perder la esterilidad:		
Presenta SI.....10 puntos		10 puntos
Presenta NO.....0 puntos		
PUNTUACIÓN TOTAL		30 Puntos

Numero	Articulo	
15	SISTEMA INFUSIÓN HEMODERIVADOS 2 PUNZONES FILTRO 200 MICRAS CONEXIÓN LUER-LOCK	
LICITADOR		VALORACIÓN TÉCNICA DE LA MUESTRA
DESIERTO		DESIERTO

Numero	Articulo
16	SISTEMA INFUSIÓN MACROGOTEO 180CM C/TOMA AIRE CONEXIÓN LUER LOCK
LICITADOR	VALORACIÓN TÉCNICA DE LA MUESTRA
PALEX MEDICAL,S.A	NO CUMPLE las especificaciones técnicas. • Se solicita en PPT " envase individual, estéril y de fácil apertura" La muestra recibida para su valoración , no es de fácil apertura.
FARMABAN,S.A	NO CUMPLE las especificaciones técnicas. • Se solicita en PPT " envase individual, estéril y de fácil apertura" La muestra recibida para su valoración , no es de fácil apertura.
GARRIC MEDICA,S.A	SI CUMPLE las especificaciones técnicas
IHT MEDICAL,S.A	NO CUMPLE las especificaciones técnicas. • Se solicita en PPT "longitud del tubo 180cm" la muestra recibida para su valoración mide 163 cm.
BECTON DICKINSON,S.A	SI CUMPLE las especificaciones técnicas
IZASA HOSPITAL,S.L.U	SI CUMPLE las especificaciones técnicas
LABOLISER S.A	NO PRESETAN MUESTRA PARA SU VALORACION

CRITERIOS TECNICOS	BECTON DICKINSON,S.A	IZASA HOSPITAL,S.L.U	GARRIC MEDICA,S.A
Presenta filtro de purga en el tapón protector para evitar derrames del fluido durante la purga:			
Presenta SI.....10 puntos	10 puntos	10 puntos	10 puntos
Presenta NO.....0 puntos			
Presenta luer-lock rotatorio:			
Presenta SI.....10 puntos	10 puntos	10 puntos	10 puntos
Presenta NO.....0 puntos			
Presenta envoltorio de papel mixto con apertura de solapa que permita el volcado en el campo sin perder la esterilidad:			
Presenta SI.....10 puntos	10 puntos	10 puntos	10 puntos
Presenta NO.....0 puntos			
PUNTUACIÓN TOTAL	30 Puntos	30 Puntos	30 Puntos

Numero	Articulo
17	SISTEMA IRRIGACIÓN EN "Y" CON CÁMARA PARA RESECCION TRANSURETRAL
LICITADOR	VALORACIÓN TÉCNICA DE LA MUESTRA
OIARSO SDA.COOP.	SI CUMPLE las especificaciones técnicas
GARRIC MEDICAL,S.L	SI CUMPLE las especificaciones técnicas
PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS,S.L	SI CUMPLE las especificaciones técnicas
IHT MEDICA,S.A	SI CUMPLE las especificaciones técnicas
INTRAVEN,S.L	NO CUMPLE las especificaciones técnicas • Se solicita en PPT "Debe presentar cámara "la muestra recibida , no tiene cámara.
LABORATORIOS CAIR ESPAÑA,S.L	SI CUMPLE las especificaciones técnicas
BECTON DICKINSON,S.A	SI CUMPLE las especificaciones técnicas
LIBERA MEDICA,S.L	SI CUMPLE las especificaciones técnicas

CRITERIOS TECNICOS	DIARSO SDA.COOP.	GARRIC MEDICAL,S .L	PR.MEDICOS HOSPITALARIOS,S.L	IHT MEDICAS.A	LABOR. CAIR ESPAÑA,S.L	BECTON DICKINSONS.A	LIBERA MEDICAS.L
Presenta envoltorio de papel mixto:							
Presenta SI.....15 puntos	15 puntos	15 puntos	15 puntos	15 puntos	15 puntos	15 puntos	15 puntos
Presenta NO.....0 puntos							
Presenta apertura de solapa que permita su fácil volcado en campos, técnicas estériles:							
Presenta SI.....15 puntos	15 puntos	15 puntos	15 puntos	15 puntos	15 puntos	15 puntos	15 puntos
Presenta NO.....0 puntos							
PUNTUACIÓN TOTAL	30 Puntos	30 Puntos	30 Puntos	30 Puntos	30 Puntos	30 Puntos	30 Puntos

Numero	Articulo			
18	TAPÓN-OBTURADOR JERINGA CONO LUER			
LICITADOR	VALORACIÓN TÉCNICA DE LA MUESTRA			
PALEX MEDICAL,S.A	NO CUMPLE las especificaciones técnicas. <ul style="list-style-type: none">Se solicita en PPT " compatible con cono luer y luer lock" la muestra recibida no es compatible con el sistema que se pide.			
PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS,S.L	SI CUMPLE las especificaciones técnicas			
LIBERA MEDICA,S.L	SI CUMPLE las especificaciones técnicas			
VYGON,S.A	SI CUMPLE las especificaciones técnicas .			
CRITERIOS TECNICOS		PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS,S.L	LIBERA MEDICA,S.L	VYGON,S.A
Presenta envoltorio de papel mixto:				
Presenta SI.....15 puntos		15 puntos	15 puntos	15 puntos
Presenta NO.....0 puntos				
Presenta apertura de solapa que permita su fácil volcado en campos, técnicas estériles:				
Presenta SI.....15 puntos		15 puntos	15 puntos	15 puntos
Presenta NO.....0 puntos				
PUNTUACIÓN TOTAL		30 puntos	30 puntos	30 puntos

Numero	Articulo
19	VÁLVULA DE BIOSEGURIDAD SIMPLE

LICITADOR	VALORACIÓN TÉCNICA DE LA MUESTRA
LABORATORIOS CAIR ESPAÑA,S.L	SI CUMPLE las especificaciones técnicas
VYGON,S.A	SI CUMPLE las especificaciones técnicas
LIBERA MEDICA,S.L	NO CUMPLE las especificaciones técnicas. <ul style="list-style-type: none"> Se solicita en PPT "Mantener barrera estéril superior a 5 días" en ficha técnica no indica esta característica.
PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS,S.L	SI CUMPLE las especificaciones técnicas

BECTON DICKINSON,S.A	SI CUMPLE las especificaciones técnicas
PALEX MEDICAL,S.A	NO CUMPLE las especificaciones técnicas. <ul style="list-style-type: none"> Se solicita en PPT "fácilmente desinfectable, sin surcos ni ranuras, de fácil manejo y conexión cómoda y segura, con optima retención de la jeringa o cualquier otro dispositivo". Tras las pruebas realizadas se comprueba que se desconecta fácilmente de las jeringas.
IHT MEDICAL,S.A	NO CUMPLE las especificaciones técnicas. <ul style="list-style-type: none"> Se solicita en PPT "mantener barrera estéril superior a 5 días" no indica esta característica en ficha técnica. Se solicita en PPT" soportar presiones de al menos 20 Bares" en ficha técnica indica que soporta 140PSI (9.65266 bares).
INTERSURGICAL,ESPAÑA,S.L	SI CUMPLE las especificaciones técnicas
ICU MEDICAL PROD.FARM. HOSPIT.S. L	SI CUMPLE las especificaciones técnicas

CRITERIOS TECNICOS	VYGON,S.A	PROD. MED. HOSPITALARIO S,S.L	BECTON DICKINSON,S. A	LABORATORIO S CAIR ESPAÑA,S.L	INTERSURGI CAL ESPAÑA,S.L	ICU MEDICAL PROD.FARM HOSPIT.S. L
Longitud (tamaño) de la válvula:						
• Longitud igual o inferior a 2,8cm.....15 puntos	15 puntos		15 puntos	15 puntos	15 puntos	15 puntos
• Longitud superior a 2,8cm.... 0 puntos		0 puntos				
Volumen de purga:						
• Volumen de purga igual o inferior a 0,07ml....15 puntos	15 puntos	15 puntos	15 puntos	15 puntos	15 puntos	15 puntos
• Volumen de purga superior a 0,07ml.....0 puntos						
PUNTUACIÓN TOTAL	30 Puntos	15 puntos	30 Puntos	30 Puntos	30 Puntos	30 Puntos

Numero	Articulo
20	VÁLVULA DE BIOSEGURIDAD BIFURCADA

LICITADOR	VALORACIÓN TÉCNICA DE LA MUESTRA
LABORATORIOS CAIR ESPAÑA,S.L	SI CUMPLE las especificaciones técnicas
VYGON,S.A	SI CUMPLE las especificaciones técnicas
IHT MEDICAL,S.A	NO CUMPLE las especificaciones técnicas. <ul style="list-style-type: none"> Se solicita en PPT" soportar presiones de al menos 20 Bares" en ficha técnica indica que soporta 140PSI (9.65266 bares). Se solicita en PPT "mantener barrera estéril superior a 5 días" no indica esta característica en ficha técnica.
BECTON DICKINSON,S.A	SI CUMPLE las especificaciones técnicas

INTERSURGICAL,ESPAÑA,S.L	NO CUMPLE las especificaciones técnicas. <ul style="list-style-type: none"> Se solicita en PPT "impedir que el reflujo hacia el catéter sea superior a 0.5 ml" y lo supera, lo que conlleva el riesgo de obstrucción del catéter. Se solicita en PPT" soportar presiones de al menos 20 Bares" en ficha técnica indica que soporta 16 bares.
LIBERA MEDICA,S.L	NO CUMPLE las especificaciones técnicas. <ul style="list-style-type: none"> Se solicita en PPT" Bifurcaciones del mismo diámetro" la muestra recibida para su valoración presenta diferentes diámetros.
PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS,S.L	NO CUMPLE las especificaciones técnicas. <ul style="list-style-type: none"> Se solicita en PPT" Bifurcaciones del mismo diámetro" la muestra recibida para su valoración presenta diferentes diámetros.
PALEX MEDICAL,S.A	NO CUMPLE las especificaciones técnicas. <ul style="list-style-type: none"> Se solicita en PPT "fácilmente desinfectable, sin surcos ni ranuras, de fácil manejo y conexión como y segura, con optima retención de la jeringa o cualquier otro dispositivo". Tras las pruebas realizadas se comprueba que se desconecta fácilmente de las jeringas.
ICU MEDICAL PROD.FARM. HOSPIT.S. L	NO CUMPLE las especificaciones técnicas <ul style="list-style-type: none"> Debe ser eficaz en bolos de jeringa, en infusión por gravedad (mínimo 140cc/minuto) o mediante bomba de infusión y no lo especifica en ficha técnica Se solicita soportar presiones de 20 bares y no especifica en ficha técnica cuantos soporta Se solicita libre de PVC y en ficha técnica indica que los conectores son de PVC.

CRITERIOS TECNICOS	LABORATORIOS CAIR ESPAÑA,S.L	BECTON DICKINSON,S.A	VYGON,S.A
Mínima línea en común para evitar la permanencia prolongada de distintos fármacos:			
Inferior a 3 cm.....10 puntos	10 puntos	10 puntos	10 puntos
Superior a 3 cm.....0 puntos			
Diámetro interno:			
Inferior a 1,8mm.....10 puntos	10 puntos	10 puntos	10 puntos
Superior a 1,8 mm.....0 puntos			
Longitud total:			
Igual o inferior a 12cm.....10 puntos			
Superior a 12cm.....0 puntos	0 puntos	0 puntos	0 puntos
PUNTUACIÓN TOTAL	20 puntos	20 puntos	20 puntos

Numero	Articulo
21	VÁLVULA DE BIOSEGURIDAD TRIFURCADA

LICITADOR	VALORACIÓN TÉCNICA DE LA MUESTRA
PALEX MEDICAL,S.A	NO CUMPLE las especificaciones técnicas. <ul style="list-style-type: none"> Se solicita en PPT "fácilmente desinfectable, sin surcos ni ranuras, de fácil manejo y conexión como y segura, con optima retención de la jeringa o cualquier otro dispositivo". Tras las pruebas realizadas se comprueba que se desconecta fácilmente de las jeringas.
VYGON,S.A	SI CUMPLE las especificaciones técnicas

IHT MEDICAL,S.A	NO CUMPLE las especificaciones técnicas. <ul style="list-style-type: none"> Se solicita en PPT "mantener barrera estéril superior a 5 días" no indica esta característica en ficha técnica Se solicita en PPT" soportar presiones de al menos 20 Bares" en ficha técnica indica que soporta 140PSI (9.65266 bares)
BECTON DICKINSON,S.A	SI CUMPLE las especificaciones técnicas
INTERSURGICAL,ESPAÑA,S.L	NO CUMPLE las especificaciones técnicas. <ul style="list-style-type: none"> Se solicita en PPT "impedir que el reflujo hacia el catéter sea superior a 0.5 ml" y lo supera, lo que conlleva el riesgo de obstrucción del catéter. Se solicita en PPT" soportar presiones de al menos 20 Bares" en ficha técnica indica que soporta 16 bares.
LABORATORIOS CAIR ESPAÑA,S.L	SI CUMPLE las especificaciones técnicas
LIBERA MEDICA,S.L	NO CUMPLE las especificaciones técnicas. <ul style="list-style-type: none"> Se solicita en PPT" Bifurcaciones del mismo diámetro" la muestra recibida para su valoración presenta diferentes diámetros.
PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS,S.L	NO CUMPLE las especificaciones técnicas. <ul style="list-style-type: none"> Se solicita en PPT" Bifurcaciones del mismo diámetro" la muestra recibida para su valoración presenta diferentes diámetros.
ICU MEDICAL PROD.FARM. HOSPIT.S. L	NO CUMPLE las especificaciones técnicas <ul style="list-style-type: none"> Se solicita libre de PVC y en ficha técnica indica que los conectores son de PVC

CRITERIOS TECNICOS	LABORATORIOS CAIR ESPAÑA,S.L	BECTON DICKINSON,S.A	VYGON,S.A
Mínima línea en común para evitar la permanencia prolongada de distintos fármacos:			
Inferior a 3 cm.....10 puntos	10 puntos	10 puntos	10 puntos
Superior a 3 cm.....0 puntos			
Diámetro interno:	Firmado digitalmente por: TITOS MACHADO MANUEL Fecha: 2020.12.22 12:53		
Inferior a 1,8mm.....10 puntos	10 puntos	10 puntos	10 puntos
Superior a 1,8 mm.....0 puntos			
Longitud total:			
Igual o inferior a 12cm.....10 puntos			
Superior a 12cm.....0 puntos	0 puntos	0 puntos	0 puntos
PUNTUACIÓN TOTAL	20 Puntos	20 Puntos	20 Puntos

Únicamente las ofertas clasificadas como "CUMPLE" continúan en la licitación y, por tanto, pasan a la fase siguiente.

Asimismo en el lote 6 se excluye a la empresa Productos Médicos Hospitalarios S.L, en el Pliego de Cláusulas Administrativas se sacan a licitación 175 unidades y su unidad mínima de envase a la venta es de 250 unidades, sobrepasando el envase mínimo de la empresa el precio máximo de licitación del lote 6.

Esta información se publicará en el tablón de anuncios del Perfil del Contratante de la Comunidad de Madrid en aplicación del artículo 63 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.

EL SECRETARIO DE LA
MESA DE CONTRATACIÓN

