

PLIEGO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

P.A. 36/2021 HUP

PRÓTESIS TOTAL DE RODILLA DE RECAMBIO PARA CASOS DE INSUFICIENCIA LIGAMENTOSA GRAVE Y/O PÉRDIDAS DE SUSTANCIA ÓSEA GRAVE FEMORAL Y/O TIBIAL

Lote	Bien/Producto	Cantidad	Tipo Ud.	BASE IMPONIBLE (IVA EXCLUIDO)	IVA	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
	LOTE 1: PRÓTESIS TOTAL DE RODILLA DE RECAMBIO PARA CASOS DE INSUFICIENCIA LIGAMENTOSA GRAVE Y/O PÉRDIDAS DE SUSTANCIA ÓSEA GRAVE FEMORAL Y/O TIBIAL						
1A	COMPONENTE FEMORAL ESTANDAR (2 TAMAÑOS) + COMPONENTE TIBIAL ESTANDAR (2 TAMAÑOS) + POLIETILENO (2 TAMAÑOS) CON TORNILLO (200586)	16	Ud.	4.100,00 €	410,00 €	4.510 €	72.160 €
1B	ESPACIADOR TIBIAL (200588)	6	Ud.	170,00 €	17,00 €	187 €	1.122 €
1C	COMPONENTE PATELAR (200587)	6	Ud.	190,00 €	19,00 €	209 €	1.254 €
1D	SEGMENTO FEMORAL DE RELLENO EPIFISARIO (201204)	6	Ud.	320,00 €	32,00 €	352 €	2.112 €
1E	SEGMENTO FEMORAL DE RELLENO METAFISARIO (201205)	6	Ud.	1.500,00 €	150,00 €	1.650 €	9.900 €
1F	SEGMENTO FEMORAL DE RELLENO DIAFISARIO (201206)	6	Ud.	1.500,00 €	150,00 €	1.650 €	9.900 €
1G	SEGMENTO TIBIAL PLANO DE RELLENO EPIFISOMETAFISARIO (201207)	16	Ud.	380,00 €	38,00 €	418 €	6.688 €
1H	SEGMENTO TIBIAL DE RELLENO METAFISODIAFISARIO (201208)	6	Ud.	490,00 €	49,00 €	539 €	3.234 €

LOTE 1: PRÓTESIS TOTAL DE RODILLA DE RECAMBIO Y PARA CASOS DE INSUFICIENCIA LIGAMENTOSA, INFECCIONES, AFLOJAMIENTOS PROTÉSICOS PREVIOS O PÉRDIDAS DE SUSTANCIA ÓSEA FEMORAL Y/O TIBIAL:**A. CARACTERÍSTICAS Y PRESTACIONES QUE DEBE COMPRENDER:**

- Prótesis total de rodilla de baja fricción, con movimiento de rotación apoyada en la zona del punto de giro fisiológico, permitiendo una flexión de hasta 165º y una hiperextensión de 3º. El sistema debe incluir mecanismos antiluxación de ambos componentes, y estará formado por componente femoral y tibial que puedan rotar entre sí y con ensamblaje sencillo.
- Prótesis total con mecanismo de bisagra para rectificación de deformidades rotatorias.
- Los vástagos femorales tendrán un valgo fisiológico de 6º, siendo precisos modelos derechos e izquierdos.
- En el componente femoral y tibial cementados, la sección será rectangular con ángulos redondeados.
- En la prótesis cementada se dispondrá de estrellas de centrado en polietileno, con diferentes diámetros para evitar el contacto directo del metal con la pared ósea, y asegurando una posición central en el espacio intramedular.
- La prótesis cementada tendrá 2 tamaños, con escudo patelar; ambos deberán tener un GAB de 14 mm..
- Deberá comprender espaciadores tibiales en polietileno con 3 espesores para cada uno de los tamaños.
- La rótula será de polietileno cementada, comprendiendo al menos 4 tamaños.

B. CARACTERÍSTICAS DE LA OFERTA: Comprenderá el conjunto formado por:

- Vástago femoral con escudo patelar cementado o no cementado modular en 2 tamaños.
- Vástago tibial cementado o no cementado modular en 2 tamaños.
- Polietileno con su tornillo de fijación.
- Espaciadores tibiales en 3 tamaños.
- Suplementos femorales para casos especiales (facultativo).
- Patela en 4 tamaños de diseño circular con 3 tetones y espesores entre 8 y 10 mm.

STOCK EN PRÉSTAMO:

No se exige stock mínimo.

PROCEDIMIENTO ABIERTO 36/2021 HUP.

Una vez elaborado el pliego de prescripciones técnicas correspondientes al Procedimiento Abierto 36/2021 HUP, y para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 124 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (B.O.E. de 9 de noviembre de 2017), el Director Gerente del Hospital Universitario de la Princesa, en uso de las atribuciones que le confiere la Resolución de 11 de junio de 2020, de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria, de delegación de competencias en materia de contratación y gestión económico-presupuestaria en los Directores Gerentes de los Centros de Atención Hospitalaria adscritos al Servicio Madrileño de Salud, Centro de Transfusión y en el Director-Gerente del SUMMA-112, apartado primero (B.O.C.M. núm. 143, de 15 de junio de 2020),

RESUELVE:

Aprobar dichos pliegos para el mencionado Procedimiento Abierto.

Madrid a fecha el día de la firma

EL DIRECTOR GERENTE

Fdo.: Fidel ILLANA ROBLES



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv
mediante el siguiente código seguro de verificación: **1019417702294090113344**