



Gerencia Asistencial
de Atención Primaria
CONSEJERÍA DE SANIDAD

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales protegidos y los códigos que permitían acceder al original.

**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR EN EL CONTRATO DE ADQUISICION DE MOBILIARIO CLINICO CON DESTINO A LOS CENTROS SANITARIOS DE ATENCION PRIMARIA A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO MEDIANTE PLURARIDAD DE CRITERIOS
A/SUM-016960/2021**

CONSIDERACIONES GENERALES:

1. En los anexos a este documento figuran las relaciones de precios y características técnicas de los artículos en licitación.
2. Las empresas en caso de ser adjudicatarias, deberán:
 - Realizar el montaje/instalación, puesta en marcha, pruebas de funcionamiento e instrucción al personal que vaya a manejar el material.
 - Se realizará la retirada de los embalajes de todos los lotes.
 - Garantizarán el suministro de accesorios y repuestos necesarios para mantener el material en perfecto estado de funcionamiento durante un mínimo de 5 años.
 - La garantía será de 48 meses, a contar desde la fecha del acta de conformidad. En el supuesto caso de los materiales que se entreguen en nuestros almacenes para su posterior distribución a los Centros según necesidades, aunque hubiesen transcurrido los 48 meses del plazo de garantía, deberán hacerse cargo si en el momento de la entrega a los Centro de Salud existiese un defecto de fabricación o cualquier otro que cubra la garantía como si ésta estuviese en vigor, lo que supone prorrogar la garantía hasta la fecha de la entrega.
 - Todos los artículos incluirán manual de uso en castellano.
 - El adjudicatario entregará a la firma del contrato en soporte electrónico:
 - Manual de uso en castellano.
 - Ficha técnica del fabricante.
 - Relación de los fungibles necesarios para el funcionamiento del equipo.
3. En el supuesto de no ser conforme la recepción del material, el suministrador dispondrá de un plazo para corregir las eventuales deficiencias, al final del cual y si no llegar a hacerlo, se producirá el rechazo definitivo del artículo.

Normativa General

4. Certificados acreditativos del cumplimiento de la Directiva 93/42/CEE, rectificada por la Directiva 2007/47/EC de productos sanitarios.



ANEXO I

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS ARTÍCULOS:

Lote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
1	3000489	CARRO DE CURAS	<ul style="list-style-type: none"> - Acero inoxidable de alta calidad - Dos bandejas, superior e inferior extraíbles de 60 x 40 x 6 cm aproximadamente. - Medidas aproximadas 40 a 50 cm de ancho por 80 a 90 cm de alto. - Cuatro ruedas de giro completo de 75 mm o superior con freno.
2	3000492	CARRO DE PARADA	<ul style="list-style-type: none"> - Estructura mono bloque de acero inoxidable, resto de polietileno de base amplia y con ruedas de goma resistentes y antiestáticas de giro completo. - Bandeja superior de polietileno con reborde en tres lados sin rincones ni bordes cortantes - Con asa ergonómica que permita su desplazamiento rápido. - Sistema de frenado para inmovilización del carro. - Dotado de 5 cajones extraíbles con apertura del 110% con guías telescópicas de precisión con equipo organizador en cada cajón y precinto de seguridad, el cajón inferior grande para almacenaje. - El equipo organizador de cada cajón se organiza de la siguiente forma: Dos cajones superiores de medicación, el primero con 16 compartimentos y el segundo con 2 compartimentos. Otros dos cajones para almacenaje con 4 compartimentos cada cajón. - El último cajón también va destinados al almacenaje pero sin compartimentos. - Sistema de cierre centralizado con un mínimo de 100 precintos desechables. - Soporte del desfibrilador con bandeja, porta-sueros y soporte de bala de oxígeno. - <u>Tabla de masaje cardíaco (RCP).</u>
3	3000488	CARRO MULTIFUNCION	<ul style="list-style-type: none"> - Acero inoxidable de alta calidad. - Compuesta de dos estantes fijos - Estante superior con reborde protección a 3 lados. - Estante inferior liso. - Medidas aproximadas 40 a 50 cm de ancho por 80 a 90 cm de alto. - Esquinas y cantos redondeados y pulidos sin aristas cortantes - Cuatro ruedas giratorias de 80 mm dos de ellas con freno.

Lote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
4	3000556	ESCALERA DOS PELDAÑOS	<ul style="list-style-type: none"> - Base de apoyo construida en goma antideslizante, estructura acero inoxidable. - Dimensiones 48,50 cm x 47 cm x 47 cm aprox. - Patas con tacos antideslizantes.
5	3000541	LAMPARA DE EXPLORACION	<ul style="list-style-type: none"> - Estructura acero cromado - Foco orientable en todas direcciones y graduable en altura/brazo flexible de aproximadamente 85 cm de altura regulable. - Lámpara de led de luz fría de 10W – 15W - Peana de aluminio con cinco ruedas giratorias de 50 mm - Cabezal LED de 8 cm de diámetro.
6	3000542	LAMPARA QUIRURGICA	<ul style="list-style-type: none"> - Luz led con vida media de 25.000 horas - Estructura de acero cromado, peana con 5 ruedas giratorias de 50 mm - Fuente de luz LED 10 w 24° - Luz fría - Iluminación 15.000 lux a 40 cm - Rendimiento del color del 80% - Temperatura de color de 3000° K a 4500° K - Potencia 10 W - Voltaje 220 / 240 v

Lote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
7	3000929	LAMPARA ULTRAVIOLETA	<ul style="list-style-type: none"> - Lámpara de luz ultravioleta o lámpara de Wood de mano compuesta por una lámpara de mercurio que emite radiación ultravioleta a una longitud de onda de entre 320 y 400 nm. - El haz de luz debe penetrar hasta la dermis media para el diagnóstico de enfermedades pigmentarias, metabólicas e infecciones fúngicas. - Medida lente 10x6cm - Lente de tres dioptrías. - Tapa corredera protectora de lente - Cable a red - Tubos fluorescentes de luz negra de 4 wat - Potencia no inferior a 9 W - Longitud de onda entre 320 y 390 nanómetros. - Interruptor apagado/encendido - Homologado para uso médico
8	3001003	MESA AUXILIAR MAYO	<ul style="list-style-type: none"> - Acero inoxidable alta calidad. - Bandeja superior extraíble. - Regulable en altura, ruedas giratorias de 75 mm. +-5 mm - Medidas aproximadas: 60 x 40 x 102-130 cm +- 10 cm.
9	3001009	MESA PARA PESABEBES	<ul style="list-style-type: none"> - Estructura de acero pintado o esmaltada, pintura epoxi. - Tablero superior de PVC blanco. - Medidas aproximadas 60 x 40 x 80 cm. - Sin ruedas, con tacos en las patas antideslizantes. - Con refuerzo inferior en patas para óptima estabilidad
10	3001320	OPTOTIPO INFANTIL CON LUZ	<ul style="list-style-type: none"> - Plancha de metacrilato con serigrafía infantil escala Wecker. - Estructura de chapa de acero esmaltado epoxi o pintado. - Iluminación por fluorescencia - Medidas aproximadas : 450 x 380 x 110

Lote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
11	3001321	OPTOTIPO INFANTIL PIGASSOU	<ul style="list-style-type: none"> - Plancha de metacrilato con serigrafía infantil escala Pigassou - Estructura de chapa de acero esmaltado epoxi o pintado - Iluminación por fluorescencia Medidas aproximadas : 450 x 380 x 110
12	3000553	PIE DE GOTEO	<ul style="list-style-type: none"> - Fabricado en acero inoxidable. - Dos ganchos. - Regulable en altura 1100 - 2000 mm aproximadamente. - Base en ABS con 5 ruedas de Ø 50 mm
13	3000545	SILLON ABATIBLE PARA EXTRACCIONES Y URGENCIAS	<ul style="list-style-type: none"> - Fabricado en tubo de acero esmaltado epoxi - Respaldo y reposa piernas elevables mediante resortes de gas independientes, actuados mediante palanca hasta la posición horizontal, formando un solo plano el respaldo, asiento y reposa-piernas. - Respaldo mínimo de 85cm de altura para asegurar el apoyo de la cabeza del paciente - Asiento regulable en altura - Reposabrazos para extracción regulables en altura y apertura, desmontables - Dotado de 4 patas y ruedas retráctiles. - Colchón de gomaespuma de gran densidad - Ergonómico, con formas curvas - Tapizado en tejido vinílico liso, sin rebordes ni costuras laterales, ignífugo M2, antibacteriano, anti moho, antisalinico, anti rayos UV, retardante de llama, impermeable, resistente a la transpiración y fluidos humanos. - Libre de látex.

Lote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
14	3001368	TABURETE DE EXTRACCIONES	<ul style="list-style-type: none"> - Asiento y respaldo ergonómicos de poliuretano expandido negro. - Respaldo con regulación en profundidad y altura. - Mecanismo basculante para un mejor apoyo lumbar. - Asiento con forma convexa para una mejor circulación sanguínea y regulable en altura con columna cromada neumática. - Aro reposapiés negro de nylon. - Base de cinco radios de poliamida negra reforzada con fibra de vidrio. - Ruedas autofrenantes de rodadura blanda de 50 mm de diámetro aproximadamente. - Medidas aproximadas: Altura total: 90/110 cm Altura asiento: 45/65 cm Ancho del asiento: 47 cm Fondo del asiento: 44 cm
15	3001367	TABURETE GIRATORIO TAPIZADO SIN RUEDAS CON RESPALDO	<ul style="list-style-type: none"> - Asiento giratorio tapizado poli piel sintético negro ignífugo, con interior de espuma esponjosa de alta calidad y bordes redondeados. Diámetro de 450/500mm. - Regulable en altura por pistón de gas aproximadamente de 450 a 650 mm. - Respaldo de forma ergonómica con apoyo lumbar integral, regulable en altura. Tapizado igual que el asiento. - Base de acero cromado de cinco radios - Regulación del respaldo en altura, profundidad e inclinación

ANEXO II
RELACION PRECIOS Y UNIDADES:

Lote	Material	Descripción del lote	Formato	Precio neto Lic. (unitario sin IVA)	Cantidad	Importe lote sin IVA	% IVA	Importe lote con IVA
1	3000489	CARRO DE CURAS	UNIDAD	198,35	50	9.917,50	21	12.000,18
2	3000492	CARRO DE PARADA	UNIDAD	1.404,96	20	28.099,20	21	34.000,03
3	3000488	CARRO MULTIFUNCION	UNIDAD	190,08	15	2.851,20	21	3.449,95
4	3000556	ESCALERA DOS PELDAÑOS	UNIDAD	66,12	70	4.628,40	21	5.600,36
5	3000541	LAMPARA DE EXPLORACION	UNIDAD	180,00	30	5.400,00	21	6.534,00
6	3000542	LAMPARA QUIRURGICA	UNIDAD	225,00	90	20.250,00	21	24.502,50
7	3000929	LAMPARA ULTRAVIOLETA	UNIDAD	148,76	20	2.975,20	21	3.599,99
8	3001003	MESA AUXILIAR MAYO	UNIDAD	200,00	15	3.000,00	21	3.630,00
9	3001009	MESA PARA PESABEBES	UNIDAD	65,00	10	650,00	21	786,50
10	3001320	OPTOTIPO INFANTIL CON LUZ	UNIDAD	66,12	50	3.306,00	21	4.000,26
11	3001321	OPTOTIPO INFANTIL PIGASSOU	UNIDAD	82,64	50	4.132,00	21	4.999,72
12	3000553	PIE DE GOTEO	UNIDAD	45,45	20	909,00	21	1.099,89
13	3000545	SILLON PARA EXTRACCION DE SANGRE	UNIDAD	850,00	38	32.300,00	21	39.083,00
14	3001368	TABURETE DE EXTRACCIONES	UNIDAD	140,50	20	2.810,00	21	3.400,10
15	3001367	TABURETE GIRATORIO TAPIZADO SIN RUEDAS CON RESPALDO	UNIDAD	78,51	10	785,10	21	949,97
						122.013,60	25.622,85	147.636,45

CONFORME:

POR EL ADJUDICATARIO
Fecha y firma:

EL GERENTE ADJUNTO DE GESTIÓN
Y SERVICIOS GENERALES
P.S.: Resolución 28 de diciembre de 2020

Firmado digitalmente por: SUÁREZ SÁNCHEZ PEDRO JOSÉ
Fecha: 2021.04.13 19:10
Pedro José Suárez Sánchez