

PLIEGO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**SISTEMA DE OCLUSIÓN DEL FORAMEN OVAL PATENTE****P.A. 6/2022 HUP**

Lote	Bien/Producto	Cantidad	Tipo Ud.	BASE IMPONIBLE (IVA EXCLUIDO)	IVA (10 %)	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
1	SISTEMA DE OCLUSIÓN DEL FORAMEN OVAL PATENTE	24	Ud.	4.180 €	418 €	4.598 €	110.352 €

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Ocluser de doble disco autoexpandible de nitinol y relleno de poliéster
- Discos conectados por una cintura corta que les permite moverse libremente
- Ocluser con 2 medidas con discos del mismo diámetro y 2 medidas con el disco izquierdo más grande que el disco derecho.
- Sistema de liberación transcatéter flexible mediante tornillo.

PROCEDIMIENTO ABIERTO 6/2022 HUP.

Una vez elaborado el pliego de prescripciones técnicas correspondientes al Procedimiento Abierto 6/2022 HUP, y para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 124 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (B.O.E. de 9 de noviembre de 2017), el Director Gerente del Hospital U. de la Princesa, en uso de las atribuciones que le confiere la Resolución 342/2021, de 13 de septiembre de 2021, de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria y Salud Pública y Dirección General del Servicio Madrileño de Salud, de delegación de competencias en materia de contratación y gestión económico-presupuestaria en los Directores Gerentes de los Centros de Atención Hospitalaria adscritos al Servicio Madrileño de Salud, Centro de Transfusión y en el Director-Gerente del SUMMA-112, apartado primero (B.O.C.M. núm. 222, de 17 de septiembre de 2021),

RESUELVE:

Aprobar dichos pliegos para el mencionado Procedimiento Abierto.

Madrid, a fecha el día de la firma

EL DIRECTOR GERENTE

Fdo.: Fidel ILLANA ROBLES

