

**PLIEGO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS****P.A. 7/2022 HUP****DIALIZADORES**

Lo te	Bien/Producto	Can- tidad	Tipo Ud.	BASE IMPONIBLE (IVA EXCLUIDO)	IVA (10%)	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
1	<b>DIALIZADOR MEMBRANA POLISULFONA, HUMIEDECIDA, ESTRUCTURA RETICULAR (baja elución PVP), CAPILARES MICROONDULADOS, CARCASA DE POLIPROPILENO SIN BISFENOL (260172):</b> - CUF≥74 ml/h/mmHg. - Esterilización rayos gamma. - Volumen de sangre: 130 ml. - Superficie 2.1 m <sup>2</sup> .	6.000	Uds.	36,40 €	3,64 €	40,04 €	240.240 €
2	<b>DIALIZADOR MEMBRANA POLIMETILMETACRILATO ALTA PERMEABILIDAD (PMMA) (260112):</b> - Esterilización Rayos gamma. - Volumen sangre: 135 ml. - Superficie 2.1 m <sup>2</sup> .	1.100	Uds.	36,40 €	3,64 €	40,04 €	44.044 €
3	<b>DIALIZADOR MEMBRANA polietersulfona+PVP 2,5. m<sup>2</sup> (260138):</b> - Sin bisfenol en carcasa y fibra. - Esterilización Rayos Gamma en seco. - Superficie 2,5. m <sup>2</sup> .	480	Uds.	36,10 €	3,61 €	39,71 €	19.060,80 €
4	<b>DIALIZADOR MEMBRANA POLISULFONA, POLIVINILPIRROLIDONA Y DMAC (N-dimetilacetamido) (260173):</b> - CUF≥110 ml/h/mmHg. - Volumen sangre <120. - Esterilización rayos gamma. - Sin oxígeno. - Superficie 2 m <sup>2</sup> .	2.400	Uds.	39 €	3,90 €	42,90 €	102.960 €
5	<b>KIT DE HEMOFILTRACION CON REINFUSION ENDOGENA : DIALIZADOR MEMBRANA POLIFENILENO (260157):</b> - Superficie 1.7 m <sup>2</sup> más cartucho membrana sinclair superficie 0.7 m <sup>2</sup> .	240	Uds.	163,63 €	16,363 €	179,993 €	43.198,32 €
6	<b>DIALIZADOR MEMBRANA TRIACETATO (260158):</b> - CUF ≥ 76ml/h/mmHg. - Superficie 2.1 m <sup>2</sup> . - Esterilización Rayos Gamma en seco. - Volumen de sangre: 118 ml.	3.500	Uds.	34 €	3,40 €	37,40 €	130.900 €
7	<b>DIALIZADOR POLIARIL-ETER-SULFONA CON POLIVINILPIRROLIDONA (260175):</b> - Superficie 2 m <sup>2</sup> . - Esterilización vapor. - Libre de Bisfenol. - CUF 59.	300	Uds.	36 €	3,60 €	39,60 €	11.880 €

La autenticidad de este documento se puede comprobar en [www.madrid.es/consumo](http://www.madrid.es/consumo) mediante el siguiente código seguro de verificación: **1055303245042668348760**

**PROCEDIMIENTO ABIERTO 7/2022 HUP**

Una vez elaborado el pliego de prescripciones técnicas correspondientes al Procedimiento Abierto 7/2022 HUP, y para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 124 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (B.O.E. de 9 de noviembre de 2017), el Director Gerente del Hospital Universitario de la Princesa, en uso de las atribuciones que le confiere la Resolución 342/2021,

Calle Diego de León, 62  
28006 Madrid  
Telf.: 91 520 22 00  
Fax: 91 520 11 34

de 13 de septiembre de 2021, de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria y Salud Pública y Dirección General del Servicio Madrileño de Salud, de delegación de competencias en materia de contratación y gestión económico-presupuestaria en los Directores Gerentes de los Centros de Atención Hospitalaria adscritos al Servicio Madrileño de Salud, Centro de Transfusión y en el Director-Gerente del SUMMA-112, apartado primero (B.O.C.M. núm. 222, de 17 de septiembre de 2021).

**RESUELVE:**

Aprobar dichos pliegos para el mencionado Procedimiento Abierto.

En Madrid, a fecha de la firma

**EL DIRECTOR GERENTE**

Fdo.: Fidel ILLANA ROBLES



La autenticidad de este documento se puede comprobar en [www.madrid.org/csv](http://www.madrid.org/csv) mediante el siguiente código seguro de verificación: **1055303245042668348760**