

EXPEDIENTE: 2021-0-137

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE PARA ESTERILIZADOR EN PUNTO DE USO DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

OBJETO DEL CONTRATO:

El presente contrato tiene por objeto el SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE PARA ESTERILIZADOR A BAJA TEMPERATURA STERIS EN PUNTO DE USO DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

LOTE 1

Orden	CODIGO ARTICULO	ARTICULO (DESCRIPCIÓN TÉCNICA)
1	015299	TIRA DE CONTROL QUIMICO <ul style="list-style-type: none"> Indicador químico que garantice la concentración adecuada de ácido peracético, en cada ciclo de proceso de esterilización, mediante de cambio de color visible. Concentración ingrediente activo: 1800 ppm de ácido peracético. Con pinza de transferencia incluida, que asegure la colocación y lectura adecuadas una vez completada la esterilización. El indicador debe poder leerse hasta una hora después de abrir la cámara. Tira con mínima caducidad de 2 años sin abrir el envase y 6 meses una vez abierto.
2	015300	TIRA DE CONTROL BIOLOGICO <ul style="list-style-type: none"> Indicador biológico que garantice el control de rutina del sistema de procesamiento estéril. Validación del proceso estéril en presencia de Geobacillus Stearothermophilus en 24 horas. El resultado de la validación puede preservarse una semana.
3	015301	CARTUCHO AGENTE ESTERILIZANTE <ul style="list-style-type: none"> Cartucho Unidosis de concentrado esterilizante. Composición: <ul style="list-style-type: none"> Ácido peracético líquido. Con formulación anticorrosiva para proteger el material a esterilizar. PH: neutro. Solución inocua para material, paciente, profesional y medio ambiente. Que no dañe los dispositivos quirúrgicos y de diagnóstico utilizados en el hospital.
4	159096	PREFILTRO DUAL A Y B <ul style="list-style-type: none"> Doble filtro que elimine todas las partículas definidas por su tamaño de poro, y las partículas mayores de 0,2 µ en el agua corriente de entrada agua al SYSTEM 1.

Orden	CODIGO ARTICULO	ARTICULO (DESCRIPCIÓN TÉCNICA)
5	159097	FILTRO DE AGUA ESTÉRIL <ul style="list-style-type: none"> Filtro absoluto de 0,2 micras que suministra agua estéril durante los cuatro aclarados con agua estéril al final del ciclo de procesamiento estéril en el esterilizador SYSTEM 1. El filtro de agua estéril es el único filtro que forma parte de las líneas de fluido estéril. Filtro que elimina todas las partículas definidas por su tamaño de poro, y las partículas mayores
6	159185	FILTRO DE AIRE ESTÉRIL <ul style="list-style-type: none"> Filtro de 0,2 micras que suministra aire estéril durante la fase de desplazamiento de aire del ciclo de procesamiento estéril en el esterilizador SYSTEM 1. La fase de desplazamiento de aire se produce después de los cuatro aclarados con agua estéril de un ciclo de esterilización.

Indicación: Proceso de esterilización con ácido peracético a baja temperatura de dispositivos quirúrgicos utilizados en el hospital.

Accesorios incluidos:

Bandejas y conectores de flujo dirigido para esterilización de material de endoscopia con ópticas, cables de luz fría, cámaras (medidas orientativas 58x20x7cm)

OTROS REQUISITOS:

Todo el material deberá ser compatible y validados para el Esterilizador en punto de uso, Steris System 1 Express, propiedad del Hospital. Se acreditará la compatibilidad con documentación del fabricante que así lo acredite.

Durante la vigencia del contrato será necesaria la cesión de uso de 4 Esterilizadores en punto de uso, con sus correspondientes bandejas más conectores rápidos, para completar la dotación existente en el Hospital

Los equipos deberán acompañarse de todos los elementos necesarios para su funcionamiento. Además se solicitará, según necesidades de esterilización de nuevo material durante la vigencia del contrato, bandejas y conectores de flujo dirigido para esterilización de material de endoscopia con ópticas, cables de luz fría, cámaras (medidas orientativas 58x20x7cm).

MUESTRAS

Para la evaluación de los productos se solicitan muestras **NO**

- No obstante, y durante el período de evaluación técnica de los productos ofertados, se podrán solicitar muestras en aquellos casos que se considere necesario, requisito imprescindible para poder valorar la calidad del producto.

FORMACIÓN

La empresa adjudicataria deberá formar, sin coste alguno para el Centro, si es preciso, al personal que se determine para el correcto uso de los productos, entregándose sin cargo el material docente necesario para la formación.

OTROS

El presente pliego, así como el de Cláusulas Administrativas Particulares, será incorporado como parte del contrato.

Madrid, a 6 de julio de 2021



Fdo.: Antonio Jarillo Sánchez
SUPERVISOR RECURSOS MATERIALES



Fdo.: Ana Pilar García Almonacid Beamud
SUPERVISORA DE ESTERILIZACION

EXPEDIENTE: 2021-0-137

OBJETO: SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE PARA ESTERILIZADOR EN PUNTO DE USO DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

						PRESUPUESTO				VALOR ESTIMADO (incluida 20% modificación)	EPIGRAFE
LOTE	Nº ORDEN	CODIGO	DESCRIPCION ARTICULO	CANTIDAD INICIAL 12 MESES	CANTIDAD PRORROGA 24 MESES	PRECIO S/IVA	BASE IMPONIBLE	IVA 21%	IMPORTE TOTAL		
1	1	015299	TIRA CONTROL QUIMICO	4.560	9.120	1,4130000	6.443,2800	1.353,089	7.796,3688	20.618,50	27004
	2	015300	TIRA CONTROL BIOLOGICO	760	1.520	9,7520000	7.411,5200	1.556,419	8.967,9392	23.716,86	27004
	3	015301	CARTUCHO AGENTE ESTERILIZANTE	4.140	8.280	16,0000000	66.240,000	13.910,400	80.150,4000	211.968,00	27004
	4	159096	PREFILTRO DUAL A Y B	25	50	168,7600000	4.219,000	885,990	5.104,9900	13.500,80	22109
	5	159097	FILTRO DE AGUA ESTERIL	25	50	26,0000000	650,000	136,500	786,5000	2.080,00	22109
	6	159185	FILTRO DE AIRE ESTERIL	10	20	10,0000000	100,000	21,000	121,0000	320,00	22109
							85.063,800	17.863,398	102.927,198	272.204,160	