

PLIEGO PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA EL SUMINISTRO DE LLAVES, AGUJAS CON ALETAS, TAPON Sonda Y VALVULAS DE SEGURIDAD PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

OBJETO DEL CONTRATO:

El presente contrato tiene por objeto el suministro de llaves, agujas con aletas, tapón sonda y válvulas de seguridad para diferentes servicios del Hospital

El Expediente consta de los siguientes lotes:

LO TE	Nº orden	CODIG O ARTIC ULO	ARTICULO (DESCRIPCION TECNICA)
1	1	011102	<p>AGUJA CON ALETAS DE SEGURIDAD 10 cm: (Nº 23x$\frac{3}{4}$")</p> <p>Equipo para venoclisis compuesto por:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aguja siliconada con punta de triple bisel de $\frac{3}{4}$" - Aletas flexibles para facilitar el manejo y sujeción. - Tubo prolongador <u>máximo de 10 cm.</u> de longitud. - Con un volumen muerto menor de 0,5 ml. - Conexión luer-lock, - Al activar el dispositivo de bioseguridad, la aguja quedará totalmente protegida. - Dispositivo de seguridad que cumpla las condiciones establecidas en la Orden 827/2005 11 de mayo Consejería Sanidad y Consumo C. Madrid - Exenta de látex: reflejado en el envase individual - Exenta de ftalatos. - Presentación en envase individual estéril, con fecha de caducidad. <p>Indicación: Extracción de muestra sanguínea y/o administración de soluciones endovenosas, especialmente utilizada en Neonatología.</p>
2	2	011104	<p>AGUJA CON ALETAS DE SEGURIDAD (Nº 19Gx$\frac{3}{4}$")</p> <p>Equipo para venoclisis compuesto por:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aguja siliconada con punta de triple bisel de $\frac{3}{4}$" - Aletas flexibles para facilitar el manejo y sujeción. - Tubo prolongador menor de 20 cm. de longitud. - Conexión luer-lock. - Al activar el dispositivo de bioseguridad, la aguja quedará totalmente protegida - Dispositivo de seguridad que cumpla las condiciones establecidas en la Orden 827/2005 11 de mayo Consejería Sanidad y Consumo C. Madrid - Exenta de látex: reflejado en el envase individual - Presentación en envase individual estéril, con fecha de caducidad. <p>Indicación: Extracción de muestra sanguínea y/o administración de soluciones endovenosas.</p>

LO TE	Nº orden	CODIG O ARTIC ULO	ARTICULO (DESCRIPCION TECNICA)
3			AGUJAS CON ALETAS DE SEGURIDAD Equipo para venoclisis compuesto por: <ul style="list-style-type: none"> - Aguja siliconada con punta de triple bisel de 3/4" - Aletas flexibles para facilitar el manejo y sujeción. - Tubo prolongador menor de 20 cm. de longitud. - Conexión luer-lock. - Al activar el dispositivo de bioseguridad, la aguja quedará totalmente protegida - Dispositivo de seguridad que cumpla las condiciones establecidas en la Orden 827/2005 11 de mayo Consejería Sanidad y Consumo C. Madrid (*) - Exenta de látex: reflejado en el envase individual - Presentación en envase individual estéril, con fecha de caducidad. Indicación: Extracción de muestra sanguínea y/o administración de soluciones endovenosas.
	3	011105	AGUJA CON ALETAS DE SEGURIDAD Nº 21
	4	011106	AGUJA CON ALETAS DE SEGURIDAD Nº 23
	5	011107	AGUJA CON ALETAS DE SEGURIDAD Nº 25Gx3/4
4	6	011307	TAPON SONDA Tapón de plástico rígido con forma de cono: <ul style="list-style-type: none"> - Con diámetro suficiente para taponar las sondas tipo Foley y de aspiración. - Conexión universal. - Presentación en envase individual estéril, con fecha de caducidad. - Envases con un máximo de 100 uds. - Exenta de látex.
5	7	011098	LLAVE DE TRES VIAS Llave de tres pasos 2 vías compuesta por: <ul style="list-style-type: none"> - Sistema de plástico rígido transparente de tres pasos, 2 hembras y 1 macho. - Conexión luer-lock rotatorio (móvil) - De alta resistencia y cierre hermético. - Facilidad de giro de las alas. - Resistente a material citostático y lípido resistente, al menos 48 horas. - Presión a soportar ≥ 5 bares. - Exenta de látex, - Exento de ftalatos (DEHP) - Presentación en envase individual estéril.

LO TE	Nº orden	CODIG O ARTIC ULO	ARTICULO (DESCRIPCION TECNICA)
6	8	011099	<p>LLAVE DE TRES VIAS CON ALARGADERA</p> <p>Llave de tres pasos 2 vías compuesta por:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sistema de plástico rígido transparente de tres pasos, 2 hembras y 1 macho. - Conexión luer-lock rotatorio (móvil) - De alta resistencia y cierre hermético. - Facilidad de giro de las alas. - Resistente a material citostático y lípido resistente, al menos 48 horas. - Tubo prolongador entre 9 y 11 cm. - Tubos de mínimo espacio muerto. - Presión a soportar ≥ 5 bares. - Exenta de látex, reflejada en el etiquetado - Exento de ftalatos (DEHP) - Presentación en envase individual estéril.
7	9	011306	<p>VÁLVULA SIMPLE DE SEGURIDAD PARA ACCESO INTRAVENOSO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dispositivo de Válvula simple con canal del flujo transparente tipo split septum, según Orden 827/2005 11 de mayo Consejería Sanidad y Consumo C. Madrid, compatible conexión luer y luer-lock, de flujo bidireccional. - Flujo laminar recto - Válvula de desplazamiento neutro. - Volumen de purga $< 0,05\text{cc}$ - Activaciones mínimas de uso de 600. - Presión retrógrada a soportar ≥ 15 bares (217 psi). - Flujo mínimo en gravedad ≥ 160 ml/min y (400 ml/min en bomba). - Flujo mínimo de inyección de contrastes 10 ml/seg (presión a soportar ≥ 95 psi) - Exenta de látex, y ftalatos (DEHP). - Presentación en envase individual estéril. - No debe interferir en exploraciones con RNM. - Debe ser compatible con antisépticos utilizados en el hospital (como puede ser clorhexidina 2% y alcohol isopropílico 70°). - Envase de fácil apertura, con identificación denominación del producto, método de esterilización, fecha caducidad, número de lote. - Compatible con cualquier terapia intravenosa (hemoderivados, lípido resistente, citostáticos). - Debe mantener barrera estéril durante siete días. - Será de obligado cumplimiento la presentación de estudios con evidencia científica que avalen las propiedades de este artículo a reducir las infecciones nosocomiales. <p>Indicación: Infusión de soluciones y extracción de muestras.</p>
8	10	017394	<p>VÁLVULA BIFURCADA (2 VIAS) CON ALARGADERAS Y CONEXION LUER LOCK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Las mismas especificaciones que el lote nº 7, orden nº 9. - Con doble rama, en "Y" de 8 -15 cm. de longitud. - Con pinza clamp en cada una de las alargaderas.

MUESTRAS

Para la evaluación de los productos se solicitan muestras: **SI**

Cantidad de muestras: **5 por cada N° de orden**

Lugar de Entrega: **Almacén General. Edificio MI planta -2**

- No obstante, y durante el período de evaluación técnica de los productos ofertados, se podrán solicitar más muestras en aquellos casos que se considere necesario, requisito imprescindible para poder valorar la calidad del producto

FORMACIÓN

La empresa adjudicataria deberá formar, sin coste alguno para el Centro, si es preciso, al personal que se determine para el correcto uso de los productos, entregándose sin cargo el material docente necesario para la formación.

OTROS

El presente pliego, así como el de Cláusulas Administrativas Particulares, será incorporado como parte del contrato.

Madrid, 8 de junio de 2021

LA JEFE DE Sº PREVENCIÓN RR.LL

EL SUPERVISOR DE RECURSOS MATERIALES

Fdo. Dra. MUÑOZ RUIPEREZ



Fdo. RAMOS PEREIRA



EXPEDIENTE: 2021-0-120

OBJETO: SUMINISTRO DE LLAVES, AGUJAS CON ALETAS, TAPON SONDA Y VALVULAS DE SEGURIDAD PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

						PRESUPUESTO						
LOTE	Nº ORDEN	CODIGO	DESCRIPCION ARTICULO	CANTIDAD INICIAL 24 MESES	CANTIDAD PRORROGA 24 MESES	PRECIO S/IVA	BASE IMPONIBLE	IVA 21%	IVA 10%	IMPORTE TOTAL	VALOR ESTIMADO (incluida 20% modificación)	EPIGRAFE
1	1	011102	AGUJA CON ALETAS DE SEGURIDAD 10 CM Nº 23	900	900	0,4200	378,00	79,380		457,380	831,60	27.004
2	2	011104	AGUJA CON ALETAS DE SEGURIDAD Nº 19	1.400	1.400	0,2700	378,00	79,380		457,380	831,60	27004
3	3	011105	AGUJA CON ALETAS DE SEGURIDAD Nº21	22.400	22.400	0,2200	4.928,00	1.034,880		5.962,880	10.841,60	27004
	4	011106	AGUJA CON ALETAS DE SEGURIDAD Nº 23	14.900	14.900	0,2200	3.278,00	688,380		3.966,380	7.211,60	27004
	5	011107	AGUJA CON ALETAS DE SEGURIDAD Nº 25	1.500	1.500	0,2500	375,00	78,750		453,750	825,00	27004
4	6	011307	TAPON SONDA	12.400	12.400	0,0650	806,00		80,60000	886,600	1.773,20	27004
5	7	011098	LLAVE 3 VIAS	316.000	316.000	0,1100	34.760,00	7.299,600		42.059,600	76.472,00	27004
6	8	011099	LLAVE 3 VIAS CON ALARGADERA	190.000	190.000	0,1900	36.100,00	7.581,000		43.681,000	79.420,00	27004
7	9	011306	VALVULA SIMPLE DE SEGURIDAD PARA ACCESO INTRAVENOSO	690.000	690.000	0,2680	184.920,00	38.833,200		223.753,200	406.824,00	27004
8	10	017394	VÁLVULA BIFURCADA (2 VIAS) CON ALARGADERAS Y CONEXION LUER LOCK	13.800	13.800	1,2500	17.250,00	3.622,500		20.872,500	37.950,00	27004
							283.173,00	59.297,07	80,60	342.550,67	622.980,60	