

EXPEDIENTE. 2020-0-200

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL SUMINISTRO DE TORRE DE ORL Y CALENTADOR DE ESPEJOS LARÍNGEOS CON DESTINO AL SERVICIO DE URGENCIAS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

OBJETO DEL CONTRATO:

Suministro de Torre de ORL y Calentador de espejos laríngeos para la dotación dentro del Plan de Montaje de Urgencias del Hospital Universitario 12 de Octubre

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

LOTE 1:

TORRE DE ORL

Equipos y características técnicas mínimas compuesto

○ **MONITOR:**

- Tamaño mínimo 23"
- Resolución mínima: FHD 1080p
- Entradas mínimas: VGA,DVI,CVBS, SDI, HDMI
- Salidas mínimas CVBS y SDI
- Entrada de audio audio estéreo para PC
- Salida de altavoz de al menos 2 W

○ **PROCESADOR DE IMAGEN Y FUENTE DE LUZ LED**

- Alta definición HDTV y posibilidad de diagnóstico de parámetros vasculares, con capacidad de grabación de imágenes en memoria portátil.
- Lámpara de fuente de luz led de alta intensidad para diagnóstico de parámetros vasculares (o equivalente de xenón con potencia mínima de 300w)
- Salida de señal HDTV analógica
- Salida de señal sdtV analógica
- Salida de señal digital mínimo Hd-sdl, sd-sdl y Dvi

○ **ADAPTADOR DE CAMARA A RINOFIBROLARINGOSCOPIO**

- Adaptador para permitir la fijación del cabezal de la cámara a los fibroscopios convencionales y ópticas de consulta para exploración nasal, que permita su utilización en esta columna de rinolaringofibroscopia.
- Sistema doble lente
- Sumergible en glutaraldehído conectado a la cámara y esterilizable con óxido de etileno

○ **CABEZAL DE CÁMARA**

- Compatible con adaptador a fibroscopios y ópticas antes reseñado.
- Compatible con fibroscopios convencionales y con cualquier óptica del mercado, con efecto antimoire.
- Sumergible en glutaraldehído con tapa estanca y esterilizable en óxido de etileno
- Control remoto

○ **CARRO PORTADOR DE LOS EQUIPOS QUE COMPONEN LA TORRE DE ENDOSCOPIA:**

Que tenga balda superior, segunda balda, tercera balda y base

- Carga total mínimo 100 kg
- Ruedas con frenos
- Debe incluir soporte suspensor ajustable para endoscopio
- Posibilidad de regulación de la altura de algunas baldas según se precise. Asas integradas para facilitar movimiento y maniobra de la columna de endoscopia.

○ **RINOFIBROLARINGOSCOPIO PORTATIL. 2 unidades.**

El rinolaringofibroscopio para el diagnóstico, bien con un cable de luz estándar o con una fuente de luz en miniatura opcional.

- Campo de visión mínima: 85 °
- Profundidad de campo aproximada: 5,0 - 55 mm
- Longitud de trabajo de aproximadamente 300 mm
- Zona de angulación mínima Arriba 130 ° / Abajo 130 °
- Dotado de tapón para esterilización con óxido de etileno y maletín de transporte y almacenamiento.

○ **FUENTE DE LUZ PORTATIL.**

- Fuente de luz led conectable al fibrinolaringoscopio.
- Utilizable tanto con baterías desechables como recargables.

○ **CABLE DE LUZ FRIA.**

LOTE 2

Nº Orden 4 CALENTADOR ESPEJOS LARINGEOS

- Dispositivo que caliente y/o seque los espejos laríngeos para examinar cavidad bucal.
- Dimensiones máximas: 20x10x5-10cm
- Ligero y ergonómico

OTROS REQUISITOS:

Se deberá indicar en la oferta la localización de la totalidad de las características establecidas en cada punto del Pliego Técnico, además de en la Oferta Técnica, en las fichas técnicas oficiales y/o catálogos y/o manuales técnicos del producto ofertado, de no ser así los aspectos no consignados no serán considerados o en caso de ser limitantes se considerará que el producto no cumple el PPT.

MUESTRAS SOLICITADAS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PRODUCTOS:

Para la evaluación de los productos se solicitan muestras: **NO**


- No obstante, y durante el período de evaluación técnica de los productos ofertados, se podrán solicitar más muestras en aquellos casos que se considere necesario, requisito imprescindible para poder valorar la calidad del producto.

OTROS

El presente pliego, así como el de Cláusulas Administrativas Particulares, será incorporado como parte del contrato.

Madrid, a 4 de noviembre de 2020

EL JEFE DE SECCION DE ORL
Lote 1



Fdo. Dr. Alfredo Garcia Fernandez

EL SUPERVISOR DE R. MATERIALES
lote 2



Fdo. D. Antonio Jarillo Sanchez

ANEXO AL PPT

**LOS EQUIPOS Y TODOS SUS COMPONENTES SERAN DE NUEVA FABRICACION
Y SIN NINGUN COMPONENTE REACONDICIONADO**

Requisitos de instalación y mantenimiento

1. Instalación

- Los equipos se suministrarán con todos aquellos dispositivos o elementos de interconexión, accesorios de anclaje o fijación necesarios para un total y correcto funcionamiento y obtención de los correspondientes permisos o autorizaciones requeridas por la legislación vigente.
- Los equipos serán montados por el adjudicatario en el local de destino en condiciones de funcionamiento, incluyendo la retirada de elementos de embalaje así como del equipo al que sustituya independientemente de su ubicación en el Centro o en cualquiera de los CEPS adscritos), en caso de que sea necesario.

2. Información del equipo

- El adjudicatario deberá entregar la siguiente documentación en español:
 - Manual de instrucciones y operaciones, en formato electrónico.
 - Manual de mantenimiento, en formato electrónico.
- El adjudicatario deberá actualizar los manuales en español cuando se incorpore alguna modificación a las características del equipo.
- Los equipos se suministrarán con la última versión de software disponible. Se actualizarán los programas ofertados, sin coste adicional, durante el periodo de garantía (incluida ampliación de garantía si ha sido ofertada por el adjudicatario).
- El adjudicatario colaborará con la Unidad de Electromedicina del Hospital en la inclusión de toda la información necesaria de los equipos en el inventario técnico disponible en la Unidad.

3. Garantía y mantenimiento

- La garantía del equipo incluye durante su vigencia el servicio de mantenimiento en la modalidad “todo incluido con garantía total” y mantenimiento técnico-legal sin coste adicional para el Hospital.
- El adjudicatario está obligado a disponer de todos los repuestos, accesorios, componentes, kits, consumibles que puedan ser necesarios para el correcto mantenimiento preventivo, correctivo y técnico-legal durante un periodo mínimo de 12 años.

4. Formación

Se incluye una completa formación en el manejo del equipo, en su más óptima utilización, tanto desde el punto de vista operativo como funcional, y que comprenderá como mínimo los módulos de:

- Aprendizaje
- Asesoramiento
- Actualizaciones

Esta formación deberá ir dirigida al personal médico, personal de enfermería y personal técnico para utilizar el equipo en la forma prevista por el fabricante y efectuar las rutinas de servicio.

En caso de que el equipo suministrado forme parte de un sistema, la instrucción del personal se extenderá a las funciones del sistema afectadas por el equipo suministrado.

La formación se iniciará antes de que el equipo empiece a dar servicio efectivo y en los locales donde esté ubicado el equipo.

Asimismo, el adjudicatario deberá aportar la documentación e información necesaria para facilitar la formación del personal que efectuará las inspecciones periódicas y el mantenimiento preventivo necesarios una vez transcurrido el plazo de garantía. Deberá expresar su compromiso de impartir, caso de ser requerido, un curso de formación técnica para el personal de mantenimiento que designe el hospital destinatario del equipo.

Deberá incluirse el programa específico de los cursos, profesorado y planificación prevista de los mismos. Su duración (en días/semana) y el número de técnicos asistentes se adecuará al coste, complejidad del sistema o equipo y en cualquier caso deberá conseguir el pleno rendimiento funcional del equipo con los profesionales usuarios del mismo.

5. Servicio Técnico

Si bien no forma parte del concurso, parte esencial de la adquisición, comprometiendo las condiciones de su contratación futura, será la fijación del coste y servicios incluidos en el servicio técnico todo riesgo de los equipos durante la vida útil de los mismos. Para su definición, este deberá incluir:

- La sustitución del equipo en caso de vicios o defectos importantes (materiales y de funcionamiento).
- Mantenimiento preventivo programado: revisión periódica de seguridad y control de funcionamiento, ajustes, calibraciones y otras operaciones necesarias para el correcto funcionamiento del equipo.
- Todas las operaciones correctivas necesarias para la reparación de averías y defectos, incluidas todas las piezas de recambio.

Asimismo, están incluidos todos los costos y gastos de desplazamiento del personal del servicio de mantenimiento.

El adjudicatario entregará al servicio técnico del hospital las hojas de las revisiones en las cuales se especificarán las piezas sustituidas con sus referencias y se detallarán las intervenciones realizadas, así como las piezas sustituidas.

El adjudicatario comunicará al servicio técnico las fechas de las operaciones de mantenimiento preventivo con suficiente antelación acordándose el horario en función de la actividad del servicio donde se ubica el equipo.

Las revisiones y reparaciones realizadas al equipo se realizarán en el lugar donde esté instalado el equipo. El hospital autorizará en su caso, la reparación fuera del Centro, previa justificación.

Para el caso de que el tiempo de parada exceda de 24 horas, el equipo, cuando mediara solicitud de la Dirección del Centro, deberá ser sustituido por otro de iguales características.

El compromiso de demora en la respuesta técnica ante una solicitud de asistencia o de suministro de repuesto en ningún caso podrá ser superior a 6 horas.

El tiempo de “uptime” será de al menos el 95% estableciéndose como periodo base horario de 24 horas diarias durante 7 días a la semana (se valorarán porcentajes mayores). Se deberán justificar los medios empleados para la mejora de la disponibilidad.

Los adjudicatarios se comprometen a que todos los trabajos de mantenimiento serán efectuados por personal especializado de la empresa y debidamente acreditados.

Las empresas adjudicatarias, se harán cargo, sin coste alguno para el hospital, de la retirada, una vez causen baja, y gestión de los residuos a la finalización de la vida útil de los equipos ofertados conforme a lo estipulado en el Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos.

Se deberá indicar claramente los ANS considerados para el servicio postventa y su coste para poder valorar adecuadamente este apartado de la oferta técnica.

El adjudicatario adquiere el compromiso firme de disponibilidad de repuestos durante la vida del equipo, que serán originales y/o autorizados por el fabricante.

EXPEDIENTE: 2020-0-200

OBJETO: SUMINISTRO DE TORRE DE ORL Y CALENTADOR DE ESPEJOS LARINGEOS CON DESTINO AL SERVICIO DE URGENCIAS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

			PRESUPUESTO						
LOTE	CODIGO	DESCRIPCION ARTICULO	CANTIDA D	PRECIO S/ IVA	BASE IMPONIBLE	IVA 21%	IMPORTE TOTAL	VALOR ESTIMADO	EPIGRAFE
1	222169	TORRE ORL	1	22.892,27	22.892,27	4.807,38	27.699,65	22.892,27	63305
2	222450	CALENTADOR ESPEJOS LARINGEOS	1	685,00	685,00	143,85	828,85	685,00	63305
					23.577,27	4.951,23	28.528,50	23.577,27	