



Gerencia Asistencial
de Atención Primaria
CONSEJERÍA DE SANIDAD

Dirección Técnica de Compras, Suministros y Gestión Económica
Gerencia Adjunta de Gestión y Servicios Generales

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales protegidos y los códigos que permitían acceder al original.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR EN EL CONTRATO DE ADQUISICION DE APARATAJE Y EQUIPAMIENTO FISIOTERAPIA Y MATRONA CON DESTINO A LOS CENTROS SANITARIOS DE ATENCION PRIMARIA A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO MEDIANTE PLURARIDAD DE CRITERIOS

CONSIDERACIONES GENERALES:

1. En los anexos a este documento figuran las relaciones de precios y características técnicas de los artículos en licitación.
2. Las empresas en caso de ser adjudicatarias, deberán:
 - Realizar el montaje y puesta en funcionamiento.
 - Garantizarán el suministro de accesorios y repuestos necesarios para mantener el material en perfecto estado de funcionamiento durante un mínimo de 5 años.
 - El tiempo de duración de la garantía será de 24 meses, a contar desde la fecha del acta de conformidad. En el supuesto caso de los equipos que se entreguen en nuestros almacenes para su posterior distribución a los Centros según necesidades, aunque hubiesen transcurrido los 24 meses del plazo de garantía, deberán hacerse cargo si en el momento de la puesta en marcha existiese un defecto de fabricación o cualquier otro que cubra la garantía como si ésta estuviese en vigor, lo que supone prorrogar la garantía hasta la fecha de puesta en marcha.
 - Todos los equipos y aparatos médico-asistenciales incluirán manual de uso en castellano.
 - El adjudicatario entregará a la firma del contrato en soporte electrónico:
 - Manual de uso de los equipos en castellano.
 - Ficha técnica de los equipos
 - Relación de los fungibles necesarios para el funcionamiento del equipo.
3. En el caso de no ser conforme la recepción del material, el suministrador dispondrá de un plazo para corregir las eventuales deficiencias, al final del cual y si no llegar a hacerlo, se producirá el rechazo definitivo del artículo.

Normativa general

4. Certificados acreditativos del cumplimiento de la Directiva 93/42/CEE, rectificada por la Directiva 2007/47/EC de productos sanitarios.



ANEXO I

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS ARTÍCULOS:

Lote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
1	3000863	BICICLETA ESTATICA	<ul style="list-style-type: none">- Bicicleta de ejercicio para adulto, semi-inclinado, con estructura reforzada y sistema de freno magnético.- Asiento regulable longitudinalmente y respaldo ajustable en altura, de fácil acceso para usuarios con poca movilidad,- Monitor LCD orientable con indicadores de tiempo, calorías, pulso y velocidad.- Entre 10 y 12 programas de entrenamiento predeterminados con diferentes niveles de intensidad.- 4 programas personalizables.- Programas de vatios constantes diseñados para rehabilitación.- 4 programas de control del ritmo cardiaco para controlar de forma automática la intensidad del ejercicio y mantener el esfuerzo dentro de los límites de pulsaciones seleccionados.- Test de recuperación.- Ruedas incorporadas.- Peso máximo de usuario hasta 130 kg.- Pedales ajustables.
2	3000774	DETECTOR DE LATIDOS FETALES	<ul style="list-style-type: none">- Portátil con soporte a pared- Funcionamiento batería y red.- Ultrasonidos.- Dos transductores obstétricos de 2 y 3 Mhz. (con posibilidad de detectar fases precoces de gestación a partir de la 9ª semana).- Entrada para doble sonda. Diámetro del cabezal mayor o igual de 32 mm.- Pantalla LCD. Visualización del pulso vascular y ritmo cardiaco fetal.- Apagado automático.



Lote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
3	3000926	LAMPARA DE INFRARROJOS	<ul style="list-style-type: none">- Soporte con cinco ruedas.- Regulable en altura. Inclinação para poder dirigir en cualquier posición.- Columna y brazo giratorio.- Con temporizador.- Altura máxima 180 cm aproximadamente.- Foco de 30 cm de diámetro aproximadamente.- Bombilla especial de 250W, que emite radiaciones infrarrojos, comprendidas en una longitud de onda de 0,76 a 1,4 micras- Regulable en intensidad
4	3000993	MUÑECO DEMOSTRACION	<ul style="list-style-type: none">- Reproducción de niño lactante de un día.- Cuerpo flexible fabricado en tejido suave y resistente, con ombligo- Sentir la fontanela frontal.- Medidas entre 40-50 cm
5	3001524	PELVIS CON SUELO PELVICO	<ul style="list-style-type: none">- Maqueta pelvis con caderas, sacro, coxis y suelo pélvico- Fabricado en material sintético y flexible- 5 piezas.- Dimensiones aproximadas: 27 x 18 x 19 cm- Peso aproximado: 2 Kg.- Tamaño natural.- Modelo de pelvis desmontable con capas musculares, genitales externos e internos



Lote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
6	3001354	PERINEOMETRO	<ul style="list-style-type: none">- Perineómetro digital para evaluación de la fuerza de los músculos del suelo pélvico y tratamiento.- Sonda vaginal.- Pantalla grande de fácil visualización- Tecnología neumática y de retroalimentación biológica (Biofeedback)- Inflado y desinflado automáticos.- Funda protectora (estuche)
7	3001282	SILLON GINECOLOGICO ELECTRICO	<ul style="list-style-type: none">- Sillón de reconocimiento y tratamiento ginecológico regulable eléctricamente- Altura mínima <= 60 cm.- Angulación de la pelvis entre 0° a +29°.- Posición de Trendelemburg de 60 a 100 cm.- Reposapiés plantar.- Activación de las funciones de ajuste mediante control de pie.- Con recorte ginecológico en el asiento.- Diseño ergonómico del asiento, respaldo y cabecero.- Bandeja para colocar rollos de papel.- Acolchado de espuma con funda de cuero sintético de primera calidad de alta resistencia y durabilidad en una amplia gama de colores.- Perfil del asiento de forma recta para una posición de reconocimiento relajada y adecuada- Barnizado de las piezas metálicas de polvo de resina de alta calidad- Superficies resistentes a golpes y arañazos de fácil limpieza, resistente a desinfectantes.- Peso máximo 245 Kg.- Mando y pedal incluidos

ANEXO II

RELACION PRECIOS Y UNIDADES:

Lote	Material	Descripción del lote	Formato	Precio neto Lic. (unitario sin IVA)	Base	Cantidad	Importe lote sin IVA	% IVA	Importe lote con IVA
1	3000863	BICICLETA ESTATICA	UNIDAD	909,09	1	7	6.363,63	21	7.699,99
2	3000774	DETECTOR DE LATIDOS FETALES	UNIDAD	454,55	1	20	9.091,00	21	11.000,11
3	3000926	LAMPARA INFRARROJOS	UNIDAD	190,00	1	20	3.800,00	21	4.598,00
4	3000993	MUÑECO DEMOSTRACION	UNIDAD	300,00	1	9	2.700,00	21	3.267,00
5	3001524	PELVIS CON SUELO PELVICO	UNIDAD	390,00	1	10	3.900,00	21	4.719,00
6	3001354	PERINEOMETRO	UNIDAD	120,00	1	24	2.880,00	21	3.484,80
7	3001282	SILLON GINECOLOGICO ELECTRICO	UNIDAD	3.388,43	1	14	47.438,02	21	57.400,00
							76.172,65		92.168,90

Madrid,

CONFORME:
POR EL ADJUDICATARIO

Fecha y firma:

EL GERENTE ADJUNTO DE GESTIÓN
Y SERVICIOS GENERALES
Resolución 385/2020, de 11 de junio
(BOCM nº 143 de 15 de junio de 2020)

Firmado digitalmente por: SUÁREZ SÁNCHEZ PEDRO JOSÉ
Fecha: 2021 04 23 09:36

Pedro José Suárez Sánchez