

SUMINISTRO DE LANCETAS PARA OBTENER MUESTRAS DE SANGRE DE LOS DONANTES DEL CENTRO DE TRANSFUSION DE LA COMUNIDAD DE MADRID (PA SUM 016-2021 - A/SUM-019870/2021)

PLIEGO PRESCRIPCIONESTECNICAS

1.- OBJETO

Se requiere el suministro de 275.000 lancetas para la obtención de muestras de sangre de los donantes

2.- DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO

Las lancetas objeto del contrato han de disponer de:

- Material de bioseguridad que anule la posibilidad de pinchazo accidental e infecciones cruzadas.
- Envase estéril individual
- Sistema de seguridad según la Orden 827/2005 de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.
- Material de un solo uso de manejo sencillo y automático
- Las lancetas estarán provistas de un sistema automático, para evitar la subjetividad en la intensidad del mismo por parte del que lo realiza.
- El sistema automático estará provisto de una escala de intensidad en la salida de la lanceta.

Los licitadores facilitaran cuantas descripciones técnicas se estimen necesarias para acreditar la calidad de los productos ofertados.

3.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES

De conformidad con el Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios, los productos objeto de este concurso deberán llevar la marca CE.

4.- EQUIPAMIENTO:

El contrato implica que el equipamiento eyector de la lanceta, será cedido en cantidad suficiente, a un ratio de un dispositivo de “bolígrafo” por cada 1.300 lancetas.

5.- FORMACIÓN:

Se suministrará toda la documentación precisa para la correcta realización, utilización y mantenimiento del equipo.

Si fuera necesario se impartirán los cursos de formación sobre el suministro objeto del contrato (así como reciclajes convenidos) al personal usuario.

6.- MUESTRAS SOLICITADAS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PRODUCTOS:

Las muestras se enviarán al Departamento de Compras del Centro de Transfusión, en Avda. de la Democracia s/n. 28032 Madrid claramente identificadas con los siguientes datos:

- Número de expediente
- Número de lote, en su caso
- Nombre de la empresa licitadora.

Los licitadores deberán presentar un número suficiente de muestras del suministro objeto del contrato, con el fin de verificar el total cumplimiento de las características técnicas exigidas en este pliego.

7.- ETIQUETADO

El etiquetado de los envases, se ajustará a lo indicado en el RD 1591/2009, de 16 de


octubre, por el que se regulan los productos sanitarios.

8.- CADUCIDAD




Todos los productos deberán indicar la fecha de caducidad y el control de esterilidad si procede. El periodo de validez o caducidad de los productos entregados será como mínimo de nueve meses.

CONFORME:
EL ADJUDICATARIO
FECHA Y FIRMA

POR LA ADMINISTRACIÓN,
FECHA Y FIRMA


LUISA MARIA
BAREA (R:
S2800474E)

Fdo.: Luisa Barea García

Firmado digitalmente por  LUISA MARIA
BAREA (R: S2800474E)
Nombre de reconocimiento (DN):
2.5.4.13=ref/AEAT/AEAT0299/PUESTO
1/36944/23012020110101,
serialNumber=IDCES-
givenName=LUISA MARIA, sn=BAREA GARCIA,
cn= LUISA MARIA BAREA (R:
S2800474E), 2.5.4.97=VATES-S2800474E,
o=CENTRO DE TRANSFUSION DE LA COMUNIDAD
DE MADRID, c=ES
Fecha: 2021.04.27 13:59:57 +02'00'