

**SUMINISTRO DE LANCETAS PARA OBTENER MUESTRAS DE SANGRE DE LOS DONANTES DEL
CENTRO DE TRANSFUSION DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

(PA SUM 016-2021 - A/SUM-019870/2021)

INFORME TECNICO

Una vez analizadas las muestras entregadas para la licitación de expediente "Suministro de Lancetas para el Centro de Transfusión" se determina que:

| Nº. | LICITADOR | VALORACION |
|-----|--------------------------|------------|
| 1 | BIOGEN DIAGNOSTICA, S.L. | APTO |
| 2 | KRAPE | NO APTO |
| 3 | SMITHS MEDICAL | NO APTO |
| 4 | DISTRAUMA MEDICAL | NO APTO |

BIOGEN DIAGNOSTICA, S.L.

Las muestras presentadas cumplen con la totalidad de las prescripciones técnicas establecidas en el Pliego.

KRAPE

El sistema no está provisto de un sistema de bioseguridad que anule la posibilidad de pinchazo accidental.

SMITHS MEDICAL

El sistema no está provisto de un sistema automático con escala de intensidad en la salida de la lanceta, por lo que no es válido.

DISTRAUMA MEDICAL

El sistema no está provisto de un sistema automático con escala de intensidad en la salida de la lanceta, por lo que no es válido.

Madrid, 24 de mayo de 2021

RESPONSABLE DE DONACIÓN

**YGOR NEIL
HERMENEGILDO
LOPEZ -**

Firmado digitalmente por YGOR
NEIL HERMENEGILDO LOPEZ -
[Firma digital]
Fecha: 2021.05.24 13:44:06 +02'00'

Avenida de la Democracia, s/n
28032 Madrid
Teléfono 913 017 200