



## **PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS**

### **CONTRATO DE MANTENIMIENTO TERMOCICLADOR CFX96 CONTRATO Nº: 277/2020**

Área: Análisis Medio Ambiental

## 1. OBJETO DEL PLIEGO

El laboratorio de Calidad de las Aguas Depuradas, sito en Majadahonda, precisa determinar la posible presencia en agua residual de material genético de COVID-19 en las entradas de Estaciones Depuradoras de Agua Residual y Sistema Integral de Saneamiento como método de control de la presencia del virus en agua residual.

Esta detección puede servir como medida de aviso a las Autoridades Sanitarias pertinentes y puede suponer una anticipación a las medidas a tomar ante un posible rebrote de la pandemia acaecida durante el primer semestre de 2020. Para automatizar los trabajos a realizar, según Protocolo Detección de SARS-CoV-2 en Aguas Residuales (versión 1.5) de junio de 2020, es necesaria la adquisición de dos (2) sistemas purificadores de ácidos nucleicos y proteínas para su uso en aplicaciones de biología molecular.

A esta situación hay que añadir la necesidad de disponer de datos lo antes posible para que, desde las áreas de empresa correspondientes, se informe a las Autoridades Sanitarias pertinentes y se tomen rápidamente medidas y se informe a la población, en caso de ser necesario.

Para los trabajos a realizar, es necesario el mantenimiento del termociclador CFX96 para asegurar la correcta determinación de SARS-CoV-2. En este sentido, el mantenimiento de este equipo permite someter a tratamiento tandas analíticas de 100 muestras a la semana.

## 2. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

El termociclador CFX96 se emplea para la determinación de SARS-CoV-2 y, por ello, requiere tener un mantenimiento periódico. Este mantenimiento debe incluir al menos:

- Gastos de transporte.
- Reparación.
- Piezas de reparación.
- Mano de obra.
- Diagnóstico remoto.
- Soporte técnico.

## 3. CONDICIONES DEL SERVICIO

Se incluye la realización de las visitas técnicas precisas para el mantenimiento y subsanación de posibles averías que pueda tener el sistema.

Además, se tendrá en cuenta la prioridad de respuesta ante posibles averías.

## 4. CONSIDERACIONES DE TIPO SOCIAL, AMBIENTAL Y DE INNOVACIÓN. CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD Y PROTECCION AMBIENTAL.

El mantenimiento del termociclador CFX96 supone un proceso innovador en la dinámica de trabajo de este laboratorio ya que hasta el momento no se dispone de este tipo de equipos para el análisis de PCR en el laboratorio de Aguas Depuradas de Majadahonda.

## 5. ACLARACIONES

Para cualquier consulta sobre este Pliego de Prescripciones Técnicas deben ponerse en contacto con el Área de Análisis Medio Ambiental de Canal de Isabel II, S.A.

Joseba Iñaki  
Urrutia  
Gutiérrez /  
A86488087

Firmado digitalmente  
por Joseba Iñaki Urrutia  
Gutiérrez / A86488087  
Fecha: 2021.02.02  
09:51:18 +01'00'

Joseba Iñaki Urrutia Gutiérrez  
**Jefe Área de Análisis Medio Ambiental**

Alfonso  
González del  
Rey Estévez /  
A86488087

Firmado digitalmente  
por Alfonso González  
del Rey Estévez /  
A86488087  
Fecha: 2021.02.02  
12:44:41 +01'00'

Alfonso González del Rey Estévez  
**Subdirector de Calidad de las Aguas**

Firmado por:

JUAN SÁNCHEZ GARCÍA  
/(R:A86488087)

Fecha:  
2021.02.03  
14:15:38  
+01'00'

Juan Sánchez García  
**Director de Innovación e Ingeniería**