

**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE 20 CAMAS HOSPITALARIAS PARA EL HOSPITAL DR. R. LAFORA.**

**1.- OBJETO**

El presente pliego de prescripciones técnicas tiene por objeto definir las características técnicas que han de cumplir las 20 camas hospitalarias objeto del contrato de suministro para el Hospital Dr. R. Lafora.

**2.- CANTIDADES Y PRECIOS**

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO MAXIMO UNITARIO I.V.A. exc	IVA 21%	PRECIO UNITARIO I.V.A. inc	IMPORTE TOTAL I.V.A. inc
Cama eléctrica	20	1.082 €	227,22 €	1.309,22 €	26.184,40 €

**3.- CARACTERISTICAS TECNICAS:**

**3.1 SOMIER:**

- Estructura fabricada en tubo de acero con revestimiento de epoxy.
- Sistema de fijación de cabecero y piecero, sin necesidad de herramientas.
- Sistema de elevación soportado por compases y carga hasta 250 kg.

**3.2 CONFORT:**

- Cuatro módulos independientes y desmontables realizados en ABS.

**3.3 MANEJO:**

- Sistema anti decúbito, en plano de tronco.
- Articulación de los planos del somier mediante motores eléctricos de baja tensión, cumpliendo con la normativa EN 60601-1 o equivalente.
- Plano de pies independiente del plano de rodillas con articulación mecánica, proporcionando mayor ergonomía.
- Elevación de altura mediante accionamiento eléctrico.
- Sistema de freno centralizado y servo direccionado. Ruedas 150 mm diámetro

**3.4 SEGURIDAD:**

- Barandillas metálicas.
- Sistema de desembrague de emergencia del plano de tronco que permite un descenso rápido del plano en caso de emergencia o fallos eléctricos.

**3.5 CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS:**



- Alimentación eléctrica: 110-230 V 50-60 Hz
- Consumo máximo: 3,15 A, 230 Volt.
- Indicador de protección: IPX4
- Clase de protección: Clase II
- Grados de protección frente a descarga: Tipo B.

### 3.6 DATOS TÉCNICOS:

- Dimensión mínima externa: 213 x 96 cm.
- Dimensión mínima superficie paciente: 200 x 87 cm.
- Inclinación mínima de respaldo: 70 grados
- Inclinación mínima de piernas: 30 grados.
- Carga máxima de la cama: 250 Kg o superior.

## 4.- DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

Los licitadores deberán incluir en el **SOBRE Nº 1** la siguiente documentación para la comprobación del cumplimiento de las características técnicas, indicando claramente el tipo de documento del que se trata:

- ☐ Documentación técnica, ficha de producto o catálogo.
- ☐ Manual de usuario en español.

**La no inclusión de toda la documentación técnica, será causa de exclusión de la licitación.**

Para los propósitos de la verificación del cumplimiento o no de las especificaciones técnicas solicitadas por parte de los productos ofertados, se podrán pedir muestras a los oferentes, y la no presentación de dichas muestras en el Hospital Virgen de la Poveda en el día y hora requerido será causa de rechazo de la oferta presentada.

Madrid, a fecha de firma de huella.

Fdo.: D. Antonio Silvestre Segovia.

Director de Enfermería

