

**CRITERIOS TÉCNICOS DE VALORACIÓN EXPTE. A/SUM-029606//2021:
APARATAJE MÉDICO**

Puntuación máxima de criterios: Total 30 puntos.

JUSTIFICACIÓN

El expediente se articula en 3 lotes independientes, cada uno de los cuales tiene sus propios criterios de valoración, vinculados directamente con las características técnicas de cada uno de los equipos objeto del contrato, en cuanto que afectan a características tales como la calidad de estos productos, funcionalidad y están referidos a prestaciones directas de los productos, lo que supone una mejora sobre las prestaciones base definidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

La puntuación máxima atribuida a estos criterios técnicos se establece en aplicación de la "Circular de criterios de homogeneización de la actividad contractual de la Comunidad de Madrid", remitida por el Director General de Patrimonio de Hacienda de la CAM con fecha 17 de enero de 2020, donde se recomienda establecer criterios de carácter automático para la fase técnica y con un peso del 30% de la puntuación, otorgándose 70% a los relacionados con el precio.

El peso de los subcriterios es proporcional a la importancia que estos tienen en cuanto respecto a la importancia de mejora que aportan a las características definidas en el Pliego de Prescripciones.

LOTE 1: RESPIRADOR NEONATAL

- El respirador presenta tamaño de Pantalla mayor a 15":
 - Presenta SI..... 10 puntos
 - Presenta NO.....0 puntos
- Incluye otros modos ventilatorios no invasivos (BIPAP/Duo PAP, oxigenoterapia):
 - Incluye SI 5 puntos
 - Incluye NO.....0 puntos
- Incluye compensación automática del tubo endotraqueal (ATC):
 - Incluye SI 5 puntos
 - Incluye NO.....0 puntos
- Presenta modo neonatal de presión control-ventilación con volumen garantizado al minuto
 - Presenta SI.....5 puntos
 - Presenta NO.....0 puntos
- Incluye compensación de fugas en modos invasivos y no invasivos, tanto en categoría pediátrica como neonatal, activable y desactivable en la configuración del sistema.

- ☐ Incluye SI..... 5 puntos
- ☐ Incluye NO.....0 puntos

LOTE 2: INCUBADORA INFANTIL

- Sistema de humidificación servo-controlado con posibilidad de ajustar la humedad en modo automático, así como manual.
 - ☐ Presenta SI.....6 puntos
 - ☐ Presenta NO..... 0 puntos
- Rango de ajuste de temperatura del aire: de 20°C a 39°C.
 - ☐ Presenta SI.....6 puntos
 - ☐ Presenta NO..... 0 puntos
- Sistema de inclinación accionable desde el exterior de la incubadora sin necesidad de abrir la canopia y por tanto sin alteración del microambiente de la incubadora.
 - ☐ Presenta SI.....6 puntos
 - ☐ Presenta NO..... 0 puntos
- Sistema de humidificación con gestión de la condensación.
 - ☐ Presenta SI.....6 puntos
 - ☐ Presenta NO..... 0 puntos
- Sistema de humidificación con cartucho extraíble completamente.
 - ☐ Presenta SI.....6 puntos
 - ☐ Presenta NO..... 0 puntos

LOTE 3: TORRE DE LAPAROSCOPIA

1. Videoprocesador de imagen:

- Presenta videoprocesador con fuente de luz LED integrada:
 - ☐ Presenta SI.....10 puntos
 - ☐ Presenta NO.....0 puntos
- Presenta videoprocesador con pantalla táctil integrada:
 - ☐ Presenta SI.....10 puntos
 - ☐ Presenta NO.....0 puntos

2. Insuflador CO2:


- Presenta la función de aspiración de humos integrada dentro del insuflador (automática y manual):
 - ☐ Presenta SI.....5 puntos
 - ☐ Presenta NO.....0 puntos

3. Videolaparoscopia 3D:

- Presenta el cable de luz+ el cable de video unificado sin posibilidad de separarse facilitando de esta manera la ergonomía:
 - Presenta SI.....5 puntos
 - Presenta NO.....0 puntos


3

JEFE DE SERVICIO DE
PEDIATRÍA Y NEONATOLOGÍA



Fdo: Mª Jesús Zeñal GONZÁLEZ-FIERRO

JEFE DE SERVICIO DE GINECOLOGIA
Y OBSTETRICIA



Fdo: Carmen MARTÍN ONDARZA GONZÁLEZ