



EXPEDIENTE: 2021000022

OBJETO DEL CONTRATO

El presente contrato tiene por objeto el suministro de PRÓTESIS HÍBRIDAS PARA REPARACIÓN DE AORTA ASCENDENTE Y ARCO AÓRTICO EN CIRUGÍA ABIERTA, para cubrir las necesidades del Servicio de Cirugía cardiaca adultos del Hospital Ramón y Cajal.

LOTE	Nº ORDEN	ARTÍCULO
1	1	ENDOPRÓTESIS AÓRTICA HÍBRIDA PARA IMPLANTACIÓN MEDIANTE TÉCNICA DE TROMPA DE ELEFANTE <ul style="list-style-type: none">- Injerto de Dacron recto, sellado con gelatina y 4 ramas laterales, calibres de 22-32 mm.- Stent distal de nitinol recubierto con poliéster, calibres de 24-40 mm y longitud de 10-15 cm.- Collar de Siena en la zona de transición entre el tubo y el stent.- Soporte-guía del stent maleable.
2	2	PRÓTESIS QUIRÚRGICA HÍBRIDA CON COLLAR DE SUTURA PARA ANEURISMA DEL CAYADO AÓRTICO Y DISECCIONES TIPO A Y B <ul style="list-style-type: none">- Prótesis híbrida para el tratamiento del arco aórtico con collar de sutura, con una parte quirúrgica de dacron tipo woven recta y/o con ramas, con posibilidad de customización.- Stent distal en forma de Z.- Punta atraumática.


ANEXO:

- En cada artículo deberá figurar impreso el correspondiente y obligado marcado CE. Todas las medidas de cada una de la referencia de los artículos ofertados deberán venir expresadas en medidas europeas.
- Todos los artículos deberán cumplir la normativa vigente en cada caso. Los artículos ofertados deberán cumplir lo establecido en el Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre por el que se regulan los productos sanitarios y, para el caso de productos implantables activos el Real Decreto 1616/2009 de 26 de octubre así como el Real Decreto 1662/2000 de 29 de septiembre para los productos sanitarios diagnóstico "in vitro". En cualquier caso todos los productos que lo requieran deberán incluir el certificado de exención de látex.
- Los licitadores deberán presentar la siguiente documentación técnica (en castellano o traducida al castellano):
 - Relación de productos ofertados.
 - Ficha técnica del producto, catálogos y toda aquella información que el licitante considere oportuna.
- Muestras solicitadas para la evaluación de los productos: **NO**
En caso de ser necesarias se solicitarían con posterioridad.
- Etiquetado en el que figure:
 - La denominación del artículo.
 - El método de esterilización utilizado.
 - Las fechas de caducidad del producto.
 - El número de lote.
 - La referencia comercial.
 - Marcado CE.
 - Toda la información será perfectamente legible y estará en castellano.
- Garantía de actualización Tecnológica. En caso de producirse un cambio en la tecnología del material adquirido por este expediente, con renovación de la gama, los modelos adjudicados se actualizarán a los de la nueva gama que corresponda, manteniendo como mínimo el nivel tecnológico del adjudicado y los precios.

Fdo. Dr. J. Rodríguez-Roda Stuart
Jefe Servicio de Cirugía Cardiaca Adultos

Vº Bº Dr. R. Martínez Fernández
SUBDIRECTOR MÉDICO ÁREA QUIRÚRGICA

Ttmo.: 80.24

 Hospital Universitario Ramón y Cajal SERVICIO DE SUMINISTROS SUMC	ANEXO AL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	ANEXO 25
--	--	----------

P.A. 2021000022

LOTE	N.O.	ARTICULO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD ESTIMADA (24 meses)	PRECIO UNIDAD MEDIDA (IVA no ncluido)	BASE IMPONIBLE	TIPO IVA	TOTAL IVA	IMPORTE TOTAL ESTIMADO (IVA incluido)
1	1	ENDOPRÓTESIS AÓRTICA HÍBRIDA PARA IMPLANTACIÓN MEDIANTE TÉCNICA DE TROMPA DE ELEFANTE	UNIDAD	5	14.990,00	74.950,00	10,00	7.495,00	82.445,00
2	2	PRÓTESIS QUIRÚRGICA HÍBRIDA CON COLLAR DE SUTURA PARA ANEURISMA DEL CAYADO AÓRTICO Y DISECCIONES TIPO A Y B	UNIDAD	12	14.495,00	173.940,00	10,00	17.394,00	191.334,00
						IMPORTE TOTAL:	248.890,00	24.889,00	273.779,00