




**EXPEDIENTE: 2021000039**


**OBJETO DEL CONTRATO**

El presente contrato tiene por objeto el suministro de CATÉTER BALÓN ANGIOPLASTIA, CATÉTER BALÓN C/PACLITAXEL Y GUÍA ANGIOPLASTIA, para cubrir las necesidades del Hospital

LOTE	Nº ORDEN	ARTÍCULO
1	1	<b>CATETER BALÓN ANGIOPLASTIA SEMIDISTENSIBLE 0.018" Y 0.035"</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Catéter balón angioplastia de bajo perfil y alta presión, sistema coaxial y compatible con guía de 0.035", con longitudes de catéter de 80 a 135 cm, diámetro de balón de 4 a 10 mm y longitudes de balón variables desde 20 a 200 mm para balones de 4, 5 y 6 mm de diámetro y compatibles con introductor de 5 Fr para diámetro de balón de hasta 7 mm.</li><li>- En los balones de 6 mm y menores, posibilidad de catéter coaxial compatible con guía de 0.018" e introductor de 4 Fr.</li><li>- Desinflado rápido del balón.</li></ul>
2	2	<b>CATETER BALÓN ANGIOPLASTIA SEMIDISTENSIBLE 0.014"</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Catéter balón de angioplastia coaxial de bajo perfil y alta presión con vaina de una sola pieza y marcas radiopacas flexibles, desinflado rápido y repliegue del balón de bajo perfil que asegure el recruce de la lesión.</li><li>- Compatible con introductor de 4 F y guías de 0.014".</li><li>- Diámetros de 1.5 a 4 mm de diámetros con incrementos de 0.5 mm y longitudes de balones desde 20 hasta 200 mm.</li><li>- Longitud del catéter de al menos 150 mm.</li></ul>
3	3	<b>CATETER BALÓN C/PACLITAXEL DE 4 A 7 MM</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Catéter balón liberador de Paclitaxel de 0.018" y 0.035"</li><li>- Diámetros del balón de 4 a 7 mm compatible con introductor de 5 F</li><li>- Longitud del balón 40 a 120 mm.</li><li>- Longitud del catéter de 80-90 y 130 cm.</li><li>- Sistema coaxial</li><li>- Matriz de administración: urea</li></ul>
4	4	<b>CATETER BALÓN C/PACLITAXEL DE 2 A 4 MM</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Catéter balón recubierto de Paclitaxel, coaxial compatible con guía de 0.018".</li><li>- Diámetro del balón de 2 a 4 mm compatible con introductor de 4 F</li><li>- Longitud del balón de 40 a 120 mm</li><li>- Longitud del catéter de 90 a 150 cm.</li><li>- Matriz de administración: Paclitaxel y citrato butiril trihexil (BTCH)</li></ul>

Fdo. Dr. Claudio Gandarjas Zuñiga  
Jefe Servicio de Angiología y Cirugía Vascular

  
Vº Bº Dr. R. Martínez Fernández  
TÍT. SUBDIRECTOR MÉDICO ÁREA QUIRÚRGICA


 <b>Hospital Universitario Ramón y Cajal</b> SERVICIO DE SUMINISTROS <b>SUMC</b>	<b>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</b>	<b>ANEXO 24</b>
---	----------------------------------	-----------------

LOTE	Nº ORDEN	ARTÍCULO
5	5	<b>GUÍA ANGIOPLASTIA 0.014" PARA EMPUJE Y SOPORTE LESIONES MUY COMPLEJAS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Guía angioplastia de 0.014" con extremo proximal de acero inoxidable y extremo distal de nitinol.</li> <li>- Diseño de cuerpo hasta la punta que conifica de forma parabólica.</li> <li>- Punta de la guía recta moldeable y con carga disponible en 2.8 gr y 3.5 gr.</li> <li>- Longitudes de 190 y 300 cm.</li> </ul>

#### ANEXO:

- En cada artículo deberá figurar impreso el correspondiente y obligado marcado CE. Todas las medidas de cada una de las referencias de los artículos ofertados deberán venir expresadas en medidas europeas.
- Los licitadores deberán presentar la siguiente documentación técnica (en castellano o traducida al castellano):
  - Relación de productos ofertados.
  - Ficha técnica del producto, catálogos y toda aquella información que el licitante considere oportuna.
- Muestras solicitadas para la evaluación de los productos: **NO**.  
En caso de ser necesarias se solicitarían con posterioridad.
- Etiquetado en el que figure:
  - La denominación del artículo.
  - El método de esterilización utilizado.
  - Las fechas de caducidad del producto.
  - El número de lote.
  - La referencia comercial.
  - Marcado CE.
  - Toda la información será perfectamente legible y estará en castellano.
- Garantía de actualización Tecnológica. En caso de producirse un cambio en la tecnología del material adquirido por este expediente, con renovación de la gama, los modelos adjudicados se actualizarán a los de la nueva gama que corresponda, manteniendo como mínimo el nivel tecnológico del adjudicado y los precios.

Fdo. Dr. Claudio Gandarias Zuñiga  
Jefe Servicio de Angiología y Cirugía Vascular

  
**Vº Bº Dr. R. Martínez Fernández**  
SUBDIRECTOR MÉDICO AREA QUIRÚRGICA



Hospital Universitario  
**Ramón y Cajal**

SERVICIO DE SUMINISTROS

**SUMC**

ANEXO AL PLIEGO DE  
ESPECIFICACIONES  
TÉCNICAS

ANEXO 25

**P.A. 2021000039**

LOTE	N.O.	ARTICULO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD ESTIMADA (24 meses)	PRECIO UNIDAD MEDIDA (IVA no neteado)	BASE IMPONIBLE	TIPO IVA	TOTAL IVA	IMPORTE TOTAL ESTIMADO (IVA incluido)
1	1	CATETER BALON ANGIOPLASTIA SEMIDISTENSIBLE 0,018" Y 0,035"	UNIDAD	930	90,00	83.700,00	21	17.577,00	101.277,00
2	2	CATETER BALON ANGIOPLASTIA SEMIDISTENSIBLE 0,014"	UNIDAD	280	120,00	33.600,00	21	7.056,00	40.656,00
3	3	CATETER BALON C/PACLITAXEL DE 4 A 7 MM	UNIDAD	220	710,00	156.200,00	21	32.802,00	189.002,00
4	4	CATETER BALON C/PACLITAXEL DE 2 A 4 MM	UNIDAD	60	661,20	39.672,00	21	8.331,12	48.003,12
5	5	GUIA ANGIOPLASTIA 0,014" PARA EMPUJE Y SOPORTE LESIONES MUY COMPLEJAS	UNIDAD	430	97,00	41.710,00	21	8.759,10	50.469,10

<b>IMPORTE TOTAL:</b>	<b>354.882,00</b>		<b>74.525,22</b>	<b>429.407,22</b>
-----------------------	-------------------	--	------------------	-------------------

