

 <p>SaludMadrid</p>	<p>Hospital Universitario Ramón y Cajal SERVICIO DE SUMINISTROS SUMC</p>	<p>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</p>	<p>ANEXO 24</p>
--	--	----------------------------------	-----------------

EXPEDIENTE: 2021000042

OBJETO DEL CONTRATO

El presente contrato tiene por objeto el suministro de ENDOPRÓTESIS DE AORTA INFRARRENAL Y AORTA TORÁCICA, para cubrir las necesidades del Hospital

LOTE	Nº ORDEN	ARTÍCULO
1	1	<p>ENDOPRÓTESIS BIFURCADA AORTA ABDOMINAL ANCLAJE SUPRARRENAL Y STENT DE NITINOL Dispositivo endoprotésico bimodular o trimodular bifurcado con stent proximal no cubierto con 4 o 6 elementos y sistema de fijación suprarrenal con doble gancho. Recubrimiento textil de dacron con stents de nitinol en todo el cuerpo para facilitar su conformabilidad. Stent proximal suturado justo al inicio de la tela de la endoprótesis para reforzar el sellado en el cuello. Anillo radioopaco en pata contralateral para facilitar cateterización. Marcas radioopacas en inicio de tela, bifurcación de endoprótesis, rama ipsi y contralateral. Sistema para liberación precisa y de bajo perfil y recubrimiento hidrofílico. Refuerzo recolocable durante su liberación. Sistema de bajo perfil y recubrimiento endofílico para mejorar la navegabilidad. Mango ergonómico con opción de puerto de inyección lateral para ayudar a visualizar diferencias anatómicas. Indicación para cuellos desde 10 mm de longitud y angulaciones de hasta 60º. Diferentes longitudes desde el inicio de la tela a la bifurcación. Variedad de diámetros y longitudes</p>
1	2	<p>ENDOPRÓTESIS AORTOUNIILÍACA AORTA ABDOMINAL ANCLAJE SUPRARRENAL Y STENT DE NITINOL Dispositivo endoprotésico modular aorto uni-ilíaco con stent proximal no cubierto con 4 o 6 elementos y sistema de fijación suprarrenal con doble gancho. Recubrimiento textil de dacron con stents de nitinol en todo el cuerpo para facilitar su conformabilidad. Stent proximal suturado al inicio de la tela de la endoprótesis para reforzar el sellado en el cuello. Sistema de liberación preciso y recolocable durante la liberación. Sistema de bajo perfil y recubrimiento hidrofílico para mejorar la navegabilidad. Mango ergonómico con opción de puerto de inyección lateral para ayudar a visualizar diferencias anatómicas. Indicación para cuellos desde 10 mm de longitud y angulaciones de hasta 60º. Variedad de longitudes del cuerpo aorto uni-ilíaco previo al segmento cónico del mismo para diferentes anatomías. Variedad de diámetros y longitudes.</p>

Fdo. Dr. Claudio Gandarías Zufiga
Jefe Servicio de Angiología y Cirugía Vasculár

P.A. LA DIRECTORA DE CONTINUIDAD ASISTENCIAL
Fdo. M^g B. D. P. R. Martínez Fernández
SUBDIRECTOR MÉDICO ÁREA QUIRÚRGICA



LOTE	Nº ORDEN	ARTÍCULO
1	3	EXTENSIÓN RAMA ILIACA CON RECUBRIMIENTO DE DACRON Y STENT DE NITINOL Extensión de rama iliaca con diseño helicoidal para ilíacas tortuosas. Compatible con cuerpo bifurcado y cuerpo aorto uni-iliaco con recubrimiento de dacron y stent de nitinol. Sistema de liberación precisa y recolocable durante su liberación. Sistema de bajo perfil y recubrimiento hidrofílico. Marcas radiopacas proximales, distales y de solapamiento mínimo de 3 cm. Variedad de diámetros y longitudes.
1	4	EXTENSIÓN PROXIMAL ENDOPRÓTESIS ABDOMINAL CON STENT DE NITINOL Dispositivo endoprotésico modular compatible con cuerpo bifurcado y aorto uni-iliaco con stent proximal no cubierto con 4 o 6 elementos y sistema de fijación suprarrenal con doble gancho. Recubrimiento textil de dacron con stent de nitinol. Marcas radiopacas proximales y distales. Sistema para liberación precisa y recolocable. Sistema de bajo perfil y de recubrimiento hidrofílico. Variedad de diámetros.
1	5	OCUSOR DE ILÍACA Oclusor iliaco con sistema de liberación por empuje con stent de acero de varios calibres. Marca radiopaca proximal y distal.
2	6	ENDOPROTESIS AORTA TORACICA C/STENT PROXIMAL LIBRE Y RECUBRIMIENTO DACRON 10 CM LONG.
	7	ENDOPROTESIS AORTA TORACICA C/STENT PROXIMAL LIBRE Y RECUBRIMIENTO DACRON 15 CM LONG.
	8	ENDOPROTESIS AORTA TORACICA C/STENT PROXIMAL LIBRE Y RECUBRIMIENTO DACRON 20 CM LONG. Endoprótesis para aorta torácica con sistema para liberación precisa, controlada, secuencial y recolocable durante su liberación parcial. Recubrimiento de dacron, con stent libre de nitinol con 8 elementos y una longitud menor de 15 mm para reforzar el sellado proximal y distal. Área de fijación extra mediante un stent específico y previo al stent libre. Posibilidad de morfología recta o cónica, así como de stent libre distal o proximal. Variedad de diámetros y longitudes. Catéter hidrofílico. Marcas radiopacas proximales y de solapamiento diferenciadas de las distales

Fdo. Dr. Claudio Gandarias Zuñiga
Jefe Servicio de Angiología y Cirugía Vascular

P.A. LA DIRECTORA DE
CONTINUIDAD ASISTENCIAL

Fdo. María Luisa Palacios Romero

Vº Bº Dr. R. Martínez Fernández
SUBDIRECTOR MÉDICO AREA QUIRÚRGICA

 SaludMadrid	Hospital Universitario Ramón y Cajal SERVICIO DE SUMINISTROS SUMC	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	ANEXO 24
--	---	---------------------------	----------

LOTE	Nº ORDEN	ARTÍCULO
3	9 10 11	ENDOPRÓTESIS AORTA TORÁCICA CONFORMABLE 10 CM LONG. ENDOPRÓTESIS AORTA TORÁCICA CONFORMABLE 15 CM LONG. ENDOPRÓTESIS AORTA TORÁCICA CONFORMABLE 20 CM LONG. Sistema de liberación controlada y secuencial Sistema de angulación del extremo proximal proximal controlada. Recubrimiento de PTFEe/FEP reforzada. Estructura de nitinol. Banda radiopaca en cada extremo de oro. Oliva del extremo anterior curvada. Diámetros de 21 a 45mm.

ANEXO:

1. En cada artículo deberá figurar impreso el correspondiente y obligado marcado CE. Todas las medidas de cada una de la referencia de los artículos ofertados deberán venir expresadas en medidas europeas.
2. Todos los artículos deberán cumplir la normativa vigente en cada caso. Los artículos ofertados deberán cumplir lo establecido en el Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre por el que se regulan los productos sanitarios y, para el caso de productos implantables activos el Real Decreto 1616/2009 de 26 de octubre así como el Real Decreto 1662/2000 de 29 de septiembre para los productos sanitarios diagnóstico "in vitro". En cualquier caso todos los productos que lo requieran deberán incluir el certificado de exención de látex.
3. Los licitadores deberán presentar la siguiente documentación técnica (en castellano o traducida al castellano):
 - Relación de productos ofertados.
 - Ficha técnica del producto, catálogos y toda aquella información que el licitante considere oportuna.
4. Muestras solicitadas para la evaluación de los productos: **NO**
En caso de ser necesarias se solicitarían con posterioridad.
5. Etiquetado en el que figure:
 - a. La denominación del artículo.
 - b. El método de esterilización utilizado.
 - c. Las fechas de caducidad del producto.
 - d. El número de lote.
 - e. La referencia comercial.
 - f. Marcado CE.
 - g. Toda la información será perfectamente legible y estará en castellano.
6. Garantía de actualización Tecnológica. En caso de producirse un cambio en la tecnología del material adquirido por este expediente, con renovación de la gama, los modelos adjudicados se actualizarán a los de la nueva gama que corresponda, manteniendo como mínimo el nivel tecnológico del adjudicado y los precios.

Fdo. Dr. Claudio Gandarias Zuñiga
 Jefe Servicio de Angiología y Cirugía Vascular

P.A. LA DIRECTORA DE
 CONTINUIDAD ASISTENCIAL
 Fdo. María Luisa Palacios Romero

Vº Bº Dr. R. Martínez Fernández
 SUBDIRECTOR MÉDICO AREA QUIRÚRGICA



Hospital Universitario
Ramón y Cajal

SERVICIO DE SUMINISTROS

SUMC

ANEXO AL PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS

ANEXO 25

P.A. 202100042

LOTE	N.O.	ARTICULO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD ESTIMADA (12 meses)	PRECIO UNIDAD MEDIDA (IVA no incluido)	BASE IMPONIBLE	TIPO IVA	TOTAL IVA	IMPORTE TOTAL ESTIMADO (IVA incluido)
1	1	ENDOPRÓTESIS BIFURCADA AORTA ABDOMINAL ANCLAJE SUPRARRENAL Y STENT DE NITINOL	UNIDAD	30	4.250,00	127.500,00	10	12.750,00	140.250,00
1	2	ENDOPRÓTESIS AORTOUNIILÍACA AORTA ABDOMINAL ANCLAJE SUPRARRENAL Y STENT DE NITINOL	UNIDAD	6	5.450,00	32.700,00	10	3.270,00	35.970,00
1	3	EXTENSIÓN RAMA ILIACA CON RECUBRIMIENTO DE DACRON Y STENT DE NITINOL	UNIDAD	90	1.725,00	155.250,00	10	15.525,00	170.775,00
1	4	EXTENSIÓN PROXIMAL ENDOPRÓTESIS ABDOMINAL CON STENT DE NITINOL	UNIDAD	6	1.850,00	11.100,00	10	1.110,00	12.210,00
1	5	OCLUSOR DE ILÍACA	UNIDAD	3	720,00	2.160,00	10	216,00	2.376,00
TOTAL LOTE 1						328.710,00		32.871,00	361.581,00

2	6	ENDOPROTESIS AORTA TORACICA C/STENT PROXIMAL LIBRE Y RECUBRIMIENTO DACRON 10 CM LONG.	UNIDAD	5	4.590,00	22.950,00	10	2.295,00	25.245,00
2	7	ENDOPROTESIS AORTA TORACICA C/STENT PROXIMAL LIBRE Y RECUBRIMIENTO DACRON 15 CM LONG.	UNIDAD	20	7.200,00	144.000,00	10	14.400,00	158.400,00
2	8	ENDOPROTESIS AORTA TORACICA C/STENT PROXIMAL LIBRE Y RECUBRIMIENTO DACRON 20 CM LONG.	UNIDAD	2	9.000,00	18.000,00	10	1.800,00	19.800,00
TOTAL LOTE 2						184.950,00		18.495,00	203.445,00

3	9	ENDOPROTESIS AORTA TORACICA CONFORMABLE 10 CM LONG.	UNIDAD	3	7.704,00	23.112,00	10	2.311,20	25.423,20
3	10	ENDOPROTESIS AORTA TORACICA CONFORMABLE 15 CM LONG.	UNIDAD	6	10.269,00	61.614,00	10	6.161,40	67.775,40
3	11	ENDOPROTESIS AORTA TORACICA CONFORMABLE 20 CM LONG.	UNIDAD	3	12.844,00	38.532,00	10	3.853,20	42.385,20
TOTAL LOTE 3						123.258,00		12.325,80	135.583,80

IMPORTE TOTAL:	636.918,00		63.691,80	700.609,80
-----------------------	-------------------	--	------------------	-------------------

NOTA:
La oferta de los licitadores no podrá superar el precio máximo del lote, ni los precios máximos unitarios de cada número de orden.

