

EXPEDIENTE: P.A. Nº 2021000017

OBJETO DEL CONTRATO

El presente contrato tiene por objeto el suministro de la cobertura estéril desechable, para procedimientos quirúrgicos, así como batas, sábanas y paños estériles desechables, para cubrir las necesidades de Quirófanos y otras Unidades del Hospital.

LOTE Nº 1. COBERTURA POR PROCEDIMIENTO

LOTE	Nº ORDEN	ARTÍCULO	CANTIDAD P/24 MESES	Nº DE MUESTRAS
1	1 - 22	PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS	68.000	1

1.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Equipos quirúrgicos:

- ◆ Fabricados en tejido no tejido o similar conforme a la normativa UNE EN 13795.
- ◆ Resistente a la rotura en condiciones secas y húmedas.
- ◆ Resistente a la penetración microbiana, hipoalérgico, que no desprenda partículas.
- ◆ Incorporación de refuerzos superabsorbentes en el área crítica de las sábanas/paños empleadas en cirugías con alto nivel de fluidos.
- ◆ Las sábanas quirúrgicas serán adaptables, fácilmente moldeables a la anatomía del paciente.
- ◆ Adhesividad prolongada en el tiempo, e hipoalérgica que minimice las reacciones cutáneas, deberá llegar al borde del paño en la zona crítica. Con 5 cm de ancho como mínimo.

Firmado digitalmente por: RUIZ MORALES BERTA
Fecha: 2021.09.23 12:58



 <p>Hospital Universitario Ramón y Cajal SERVICIO DE SUMINISTROS SUMC</p>	<p>PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS</p>	<p>ANEXO 24</p>
--	---	------------------------

- ♦ Las bolsas de recogida de fluidos deben tener conexión de apertura cierre que conecte con los sistemas de aspiración.
- ♦ Todos los materiales deben estar exentos de látex, de ingredientes tóxicos y olores nocivos o desagradables.
- ♦ Envasado estéril con apertura de solapa, pestaña o sistema de rasgado que en ningún caso ponga en riesgo la pérdida de esterilidad al abrirlo.
- ♦ Las medidas reflejadas en los componentes principales de los EQUIPOS QUIRURGICOS ESTERILES, son medidas mínimas, no aceptándose medidas inferiores, salvo que el licitador demuestre que las soluciones que oferta cumplen de forma equivalente los requisitos exigidos en el presente pliego. Las medidas de los cubremesas se adaptaran en cada caso a la mesa quirúrgica principal.
- ♦ Los equipos deben estar envueltos por un paño de mesa impermeable, reforzada y de dimensiones adecuadas para cubrir las mesas quirúrgicas.
- ♦ La composición de los EQUIPOS QUIRURGICOS ESTERILES definidos en cada procedimiento es la que se describe, si bien la variedad y cantidad de componentes debe respetarse en todo caso, pudiendo por tanto variarse la inclusión o no en los EQUIPOS QUIRURGICOS ESTERILES correspondientes.
- ♦ Todos los productos ofertados deben tener una tipología de embalaje que garantice una barrera eficaz contra el polvo y la humedad. Los equipos deberán venir presentados en triple embalaje: caja de transporte, caja o bolsa de almacenamiento para garantizar la esterilidad de los productos.

Además del Pack, se deberá ofertar por cada unidad lo siguiente

Batas:

Bata quirúrgica reforzada:

- ♦ De tejido sin tejer o similar, conforme a la normativa UNE EN 13795, gramaje 35g/m² mínimo en material principal, 80g/m² mínimo zona reforzada,

Firmado digitalmente por: RUIZ MORALES BERTA
Fecha: 2021.09.23 12:58



impermeable a los líquidos, pero permeable al aire permitiendo una buena transpirabilidad

- ♦ Longitud 125-150 cm.
- ♦ Costuras selladas. mínimo en área crítica de la bata
- ♦ Refuerzo en mangas, longitud ≥ 39 cm y parte delantera, longitud ≥ 70 cm y ≥ 50 cm ancho.
- ♦ Rematadas las mangas con puños elásticos de algodón y/o poliéster o similar ajustables a la muñeca y de 8 a 10 cm. De longitud.
- ♦ Escote redondo, ajustable anatómicamente al cuello.
- ♦ Cruzada en la espalda, con cintas a la altura de la cintura para su cruce y cierre.
- ♦ Emisión pelusa $\leq 2,5$
- ♦ En envase individual estéril.
- ♦ Exenta látex
- ♦ **Aplicaciones:** Para protección en las distintas técnicas quirúrgicas.

Bata quirúrgica estándar talla L, XL, XXL: (Ver especificaciones lote 2)

SISTEMA DE GESTIÓN AUTOMATIZADA DE STOCKS Y REPOSICIÓN EN LOS ALMACENES PERIFÉRICOS

Los licitadores deberán ofertar en el Lote nº1, (sobre 2) un proyecto de gestión logística automatizada de los Almacenes Periféricos que se detallan en el presente pliego, del material incluido en los procedimientos quirúrgicos, de forma que controle los stocks y las entradas y salidas del material, por reposición de los consumos realizados y en función de las necesidades establecidas en cada uno de ellos.

Este sistema deberá constar tanto de software como de los equipos necesarios para su funcionamiento, (lectores, impresoras, PCS, servidores, puntos de acceso RFID,....)

Firmado digitalmente por: RUIZ MORALES BERTA
Fecha: 2021.09.23 12:58





Asimismo el adjudicatario deberá adecuar las instalaciones destinadas al almacenaje del material, así como dotar de las estanterías necesarias y medios de transporte interno que sean preciso.

Los puntos de consumo son los siguientes:

GFH	DESCRIPCIÓN GFH
Q11D	QUIRÓFANO 11 DERECHA PEDIATRIA
Q09C	UCMA PLANTA 9 CENTRO
Q08D	QUIRÓFANO OFTALMOLOGIA PLANTA 8 DCHA
Q08I	QUIRÓFANO URO-GINE PLANTA 8 IZDA
Q06D	QUIRÓFANO NEURO PLANTA 6 DCHA
Q05I	QUIRÓFANO TRASPLANTES PLANTA 5 IZDA
Q01I	QUIRÓFANO CARDIACA PLANTA 1 IZDA
Q01D	BLOQUE QUIRURGICO PLANTA 1 DCHA
Q05U	UNIDAD DOLOR 6 DCHA
HMOA	HEMODINAMICA PLANTA 0 IZDA 1
RAVS	RAYOS VASCULAR PLANTA 0 IZDA 2
DERQ	QUIRÓFANO DERMATOLOGIA PLANTA 1 CENTRO
ORAH	ONCOLOGIA PLANTA -3 CENTRO
Q01C	TRAUMA BLOQUE QUIRURGICO PLANTA 1 DCHA

Este sistema contará con al menos los siguientes requisitos mínimos:

- Adaptable a los espacios disponibles en las distintas áreas de almacenaje
- Disponer de capacidad suficiente para atender a la demanda quirúrgica
- Que permita una correcta y rápida identificación de los productos almacenados por parte del personal del hospital.
- El sistema de cableado y tecnología, en su caso, estará totalmente oculto con el objetivo de garantizar las mejores condiciones de higiene y seguridad de la instalación durante la reposición
- El sistema informático permitirá una comunicación bidireccional on line entre el adjudicatario, el servicio de suministros y los almacenes de punto de consumo, generando diariamente de forma automática un informe de reposición de stock de cobertura en los puntos de uso.

Firmado digitalmente por: RUIZ MORALES BERTA
Fecha: 2021.09.23 12:58



El plazo máximo de puesta en marcha de este sistema no será superior a dos meses desde la firma del contrato.

Los licitadores podrán ofertar, los mecanismos que fueran necesarios para garantizar la trazabilidad de las entradas de los artículos de forma automáticas, por código de barras EAN 128 o un sistema RFID o cualquier otro que lo garantice.

1.2. OTROS REQUISITOS

- ♦ Para la realización de la valoración técnica de los productos ofertados: cada licitador admitido, dispondrá de una semana de prueba, en la que se les facilitará el acceso a los quirófanos correspondientes. A estos efectos se elaborará un calendario de prueba con las diferentes empresas dependiendo del parte quirúrgico, coordinado con Recursos de materiales.
- ♦ Las cantidades de muestras requeridas dependerán del parte quirúrgico y deben ser de materiales listos para ser utilizados y serán entregadas el día establecido en el calendario en el quirófano correspondiente.
- ♦ La entrega de material (kits y material suelto) se realizará por el adjudicatario, con sus medios, en el punto de consumo señalado, en las cantidades que el centro determine como pacto, salvo instrucción en contrario. El desembalaje y la retirada del cartón del embalaje será por cuenta del adjudicatario, y se realizará en el Almacén General.
- ♦ La colocación del material en los almacenes periféricos será por cuenta del adjudicatario.
- ♦ Se deberá incluir en la oferta, la formación del personal de los Quirófanos, para las tareas del uso de la cobertura como para la logística. Se deberá especificar el número de horas destinadas a la misma en el sobre 2. Si fuera necesario esta formación se extenderá a toda la vigencia del contrato.
- ♦ La empresa adjudicataria deberá garantizar la presencia de personal cualificado para la asistencia y formación sobre la correcta utilización de los productos.

Firmado digitalmente por: RUIZ MORALES BERTA
Fecha: 2021.09.23 12:58



- ♦ Durante la vigencia del contrato, el Hospital podrá solicitar la adaptación de los equipos que considera que no se ajustan perfectamente al uso para el fueron adjudicados, tanto en su composición, como en su presentación, características del producto, componentes, etc. El proveedor deberá afrontar sin cargo dicha adaptación.

1.3 CERTIFICADO DE VISITA

Para realizar el proyecto, los licitadores deberán concertar una visita a las instalaciones del hospital coordinado por los responsables de Recursos de Materiales, antes de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de publicación en el Perfil del Contratante de la Comunidad de Madrid. Teléfono de contacto: 91 336.84.35(mariajose.villarreal@salud.madrid.org) En la visita se emitirá un certificado que deberá ser presentado junto con la documentación técnica.

1.4. FACTURACION

Lote 1: Se facturará un importe fijo mensual según el número de intervenciones previstas en el cuadro siguiente. Cada 3 meses se procederá a revisar los procesos realmente realizados, procediendo a su regularización en función del número de intervenciones y procesos efectivamente realizados.

	Intervenciones anuales a facturar
Enero	3.000
Febrero	3.000
Marzo	3.000
Abril	3.000
Mayo	3.000
Junio	3.000
Julio	2.500
Agosto	2.000
Septiembre	2.500
Octubre	3.000
Noviembre	3.000
Diciembre	3.000
TOTAL	34.000

Firmado digitalmente por: RUIZ MORALES BERTA
Fecha: 2021.09.23 12:58



El precio medio incluirá el equipo de anestesia, el equipo quirúrgico propiamente dicho, así como los paños, sábanas sueltas, cintas adhesivas, etc, no cuantificadas, pero necesarias para la actividad quirúrgica.

PROCEDIMIENTOS :

1.1	<p>CIRUGIA UNIVERSAL CON MESA DE MAYO..... 10.000</p> <p><u>Composición del pack:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 Cubremesas 140x190cm ▪ 1 Sábana reforzada adhesiva de 240x150cm ▪ 1 Sábana reforzada adhesiva 175x190cm ▪ 2 Paño lateral reforzado adhesivo 90x75cm ▪ 1 Sujetatubos velcro 2,5x14cm ▪ 1 Cinta adh 9x50cm ▪ 4 Toallas secamanos 20x30cm <p><u>Material disponible adicional a cada pack:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> + 1 Sábana adhesiva 260x160cm c/adh 85cm + 1 Funda mesa mayo 77x142cm + 2 Bata quirúrgica estándar L 120cm + 2 Bata quirúrgica estándar, XL 130cm + 1 Bolsa instrumental polietileno, adh, 2 compartimentos
-----	--

1.2	<p>CIRUGIA UNIVERSAL SIN MESA DE MAYO.....19.100</p> <p>Cobertura necesaria:</p> <p>EQUIPO QUIRURGICO UNIVERSAL:</p> <p>Consta de :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 Paño de mesa reforzado 140x190 cm ▪ 1 Sábana adhesiva reforzada, 150x240 cm ▪ 1 Sábana adhesiva reforzada , 190x175 cm ▪ 2 Paños adhesivos reforzados, 75x90 cm ▪ 2 Cintas adhesivas, 10x50 cm ▪ 4 Toallitas de celulosa 33x33 cm <p>Firmado digitalmente por: RUIZ MORALES BERTA Fecha: 2021.09.23 12:58</p>
-----	---



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: 092581123066319499315

	<p><u>Material disponible adicional a cada pack:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> + 1 Bolsa auxiliar 2 compartimentos, 43x38 cm + 3 Batas quirúrgica estándar Talla L + 1 Bata quirúrgica estándar Talla XL
1.3	<p>CIRUGIA MENOR12.000</p> <p>Cobertura necesaria:</p> <p>EQUIPO QUIRURGICO ESTERIL CIRUGIA MENOR</p> <p>Consta de :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 Paño de mesa reforzado 140x160 cm ▪ 4 Paños adhesivos, 90x100 cm ▪ 2 Toallitas secamanos 20X30 cm <p><u>Material disponible adicional a cada pack:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> + 1 Bata quirúrgica estándar Talla L + 1 Bata quirúrgica estándar Talla XL
1.4	<p>ARTROSCOPIA DE HOMBRO.....700</p> <p>Cobertura necesaria:</p> <p>EQUIPO QUIRÚRGICO ESTERIL ARTROSCOPIA DE HOMBRO</p> <p>Consta de :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 Sábana en U reforzada, 196 x295 cm ap 10x70 cm ▪ 1 Sábana en U con bolsa, 240 x160 cm ap 15x45 cm ▪ 1 Cubremesas reforzado, 200x150 cm ▪ 1 Sábana 150x150 cm ▪ 2 Toallas secamanos <p><u>Material disponible adicional a cada pack:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> + 1 Bolsa auxiliar 2 compartimentos, 43x38 cm + 1 Campo de Mesa 150x200 cm + 3 Batas quirúrgicas estándar talla L + 2 Bata quirúrgica reforzada talla XL
1.5	<p>ARTROSCOPIA RODILLA.....1.000</p> <p>Cobertura necesaria:</p> <p>Firmado digitalmente por: RUIZ MORALES BERTA Fecha: 2021.09.23 12:58</p>



EQUIPO QUIRÚRGICO ESTERIL ARTROSCOPIA RODILLA

Consta de:

- 1 Estoquinete impermeable 22x75 cm
- 2 Cubremesas 150x200 cm
- 1 Sábana artroscopia de rodilla 230x320 cm fenestra 6 cm elástica Con bolsa
- Funda cámara punta recortada 13 x 240 cm
- 4 toallas secamanos 20x30 cm

Material disponible adicional a cada pack:

- + 3 Batas quirúrgicas estándar talla L
- + 2 Bata quirúrgica reforzada talla XL

1.6

CIRUGIA DE CADERA1.000

Cobertura necesaria:

EQUIPO QUIRÚRGICO ESTERIL CADERA

Consta de :

- 1 Paño mesa reforzado (200x150 cm)
- 1 Sábana U adhesiva de 160x213 cm
- 1 Sábana reforzada con adhesivo y bolsa de dislocación 290x350 cm
- 1 Estoquinete impermeable 30x120 cm
- 4 Toallitas celulosa 20x30 cm

Material disponible adicional a cada pack:

- + 1 Bolsa auxiliar 2 compartimentos, 43x38 cm
- + 1 Campo de Mesa 150x200 cm
- + 4 Batas quirúrgicas estándar talla L
- + 1 Bata quirúrgica reforzada talla XL

1.7

CIRUGIA EXTREMIDADES INFERIORES.....2.000

Cobertura necesaria:

EQUIPO QUIRÚRGICO ESTERIL EXTREMIDADES INFERIORES

Consta de:

- 4 Cinta adhesiva 8x40 cm
- 1 cubre mesas reforzados 240x160 cm
- 1 Estoquinete impermeable, 30 x 122 cm

Firmado digitalmente por: RUIZ MORALES BERTA
Fecha: 2021.09.23 12:58



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: 103699636091602669892

- 1 Sábana de extremidades 220x326 cm con refuerzo
- 2 Toallas secamanos

Material disponible adicional a cada pack:

- + 1 Bolsa auxiliar 2 compartimentos, 43x38 cm
- + 4 Batas quirúrgicas estándar talla L
- + 1 Bata quirúrgica reforzada talla XL

1.8

CIRUGIA MANO/PIE2.000

Cobertura necesaria:

EQUIPO QUIRÚRGICO ESTERIL MANO/PIE

Consta de :

- 1 Cubremesas reforzado 140x190 cm
- 1 Sábana para cirugía de mano/pie 230 x315 cm fenestración 3,5 cm elástica
- 1 paño 120 x 90 cm
- 2 Toallas secamanos 20x30 cm

Material disponible adicional a cada pack:

- + 3 Batas quirúrgicas estándar talla L
- + 2 Bata quirúrgica reforzada talla XL

1.9

CIRUGIA ABDOMINOPERINEAL.....1.400

Cobertura necesaria:

EQUIPO QUIRÚRGICO ESTERIL P/CIRUGIA ABDOMINOPERINEAL

Consta de :

- 1 Paño de mesa reforzado 140x190 cm
- 1 Paño laparoscopia 300x225 cm. con doble fenestración abdominal (26x30cm) reforzada y bolsas colectoras de fluidos y perineal (12x15cm)
- 1 Paño 75x90 cm
- 1 Cinta adhesiva, 10x50 cm
- 2 Toallitas de celulosa 20 x 30 cm

Material disponible adicional a cada pack

- + 1 Funda mesa de Mayo, 80x145 cm
- + 2 Bata quirúrgica estándar talla L
- + 2 Bata quirúrgica estándar talla XL

Firmado digitalmente por: RUIZ MORALES BERTA
Fecha: 2021.09.23 12:58



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: 0962776509223350980924



1.10	<p>CIRUGIA CARDIOVASCULAR.....600</p> <p>Cobertura necesaria:</p> <p>EQUIPO QUIRÚRGICO ESTERIL CIRUGIA CARDIOVASCULAR</p> <p>Consta de :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 Cubremesas 150x240 cm, extra reforzado ▪ 1 Cubremesas reforzado 140x190 cm ▪ 2 Cubremesas reforzado 200x200 cm ▪ 4 Paños no adhesivos de algodón 43x60 cm azules ▪ 4 Cintas adhesivas 2x33 cm ▪ 4 Paños adhesivos 75x75 cm ▪ 4 Toallas secamanos ▪ 1 Bolsa instrumental 3 compartimentos adhesiva, 32x40 cm ▪ 1 Bolsa instrumental adhesiva, 30x32 cm ▪ 1 Limpia bisturi 5x5 cm ▪ 2 Cintas de velcro 2,5x12,5 cm ▪ 1 Batea 500 ml ▪ 1 Sábana en U 196x240 cm reforzada ▪ 2 Calzas ▪ 1 Sábana cirugía cardiovascular 260x315 cm, fenestración 24x38 cm (260x315 cm), fenestra 32x38 cm ▪ <p><u>Material disponible adicional a cada pack</u></p> <ul style="list-style-type: none"> + 4 Batas quirúrgicas estándar talla L + 1 Bata quirúrgica estándar talla XL
1.11	<p>CRANEOTOMIA C/COLECTOR.....400</p> <p>Cobertura necesaria:</p> <p>EQUIPO COBERTURA ESTERIL P/CRANEOTOMIA C/COLECTOR</p> <p>Consta de :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 Cubremesas reforzado 140x190 cm ▪ Funda mesa de MAYO 80x145 cm ▪ 2 Toallas secamanos 30x20 cm. ▪ 4 Paños tamaño 50x50cm adhesivo ▪ 1 Sábana de neurocirugía 236x406 cm fenestra oval con campo de incisión completo 30x18 cm con bolsa y film de incisión ▪ 1 Cinta adhesiva, 10x50 cm <p>Firmado digitalmente por: RUIZ MORALES BERTA Fecha: 2021.09.23 12:58</p>

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2 Cintas sujetatubos velcro, 2x33 cm <p><u>Material disponible adicional a cada pack</u></p> <ul style="list-style-type: none"> + 1 Paño de mesa reforzado, 140x190 cm + 1 Bolsa auxiliar 2 compartimentos, 43x38 cm + 2 Campo adhesivo ,75x90 cm + 1 Bata quirúrgica estándar talla L + 3 Bata quirúrgica estándar talla XL
--	---

1.12	<p>LAMINECTOMIA.....300</p> <p>Cobertura necesaria:</p> <p>EQUIPO COBERTURA ESTERIL LAMINECTOMIA</p> <p>Consta de:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 Paño columna reforzado 375x230 cm, reforzado, fenestra 9x22cm ▪ 1 Cinta adhesiva, 10x50cm ▪ 1 Cinta de velcro, 2x33 cm ▪ 1 Funda mesa mayo, 80x145 cm ▪ 1 Cubierta mesa reforzada, 140x190cm ▪ 4 Toallita celulosa <p><u>Material disponible adicional a cada pack</u></p> <ul style="list-style-type: none"> + 1 Bolsa auxiliar 2 compartimentos, 43x38 cm + 2 Batas quirúrgicas estándar talla L + 2 Bata quirúrgica estándar talla XXL
------	---

1.13	<p>CIRUGIA MAXILOFACIAL CON CAPELINA.....2.400</p> <p>Cobertura necesaria:</p> <p>EQUIPO COBERTURA ESTERIL P/MAXILOFACIAL CON CAPELINA</p> <p>Consta de :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 Paño de mesa reforzado 140x190 cm ▪ 1 Funda de mesa Mayo 80x145 cm ▪ 1 Capelina adhesiva 85x100 cm ▪ 1 Paño adhesivo en U reforzado 280x190 cm ▪ 2 toallitas secamanos <p><u>Material disponible adicional a cada pack</u></p> <ul style="list-style-type: none"> + 1 Bolsa auxiliar 2 compartimentos, 43x38 cm
------	---

Firmado digitalmente por: RUIZ MORALES BERTA
Fecha: 2021.09.23 12:58



	<ul style="list-style-type: none"> + 3 Batas quirúrgicas estándar talla L + 1 Bata quirúrgica estándar talla XL
1.14	<p>CIRUGIA OJOS/OIDO.....2.000 Cobertura necesaria:</p> <p>EQUIPO COBERTURA ESTERIL P/OJOS/OIDO Consta de:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 Paño mesa reforzado 140x190 cm ▪ 1 Paño oído/oftalmología 165x178 cm con fenestra 6,5x4 cm film de incisión sin perforar con bolsa colectora <p><u>Material disponible adicional a cada pack</u></p> <ul style="list-style-type: none"> + 2 Batas quirúrgicas estándar talla L + 1 Bata quirúrgica estándar talla XXL
1.15	<p>GINECOLOGÍA C/ PERNERAS.....300 Cobertura necesaria:</p> <p>EQUIPO COBERTURA ESTERIL GINECOLOGÍA Consta de:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 Cubremesa 140x190 cm ▪ 1 Paño adhesivo 75x75 cm ▪ 2 Perneras, 75x120 cm ▪ 1 Sábana bajo nalgas 85x114,5 cm con refuerzo de 32,5x50 cm, bolsa de recolección ▪ 1 Cinta adhesiva 9x50 cm <p><u>Material disponible adicional al pack:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> + 2 Batas quirúrgicas estándar talla L + 1 Bata quirúrgica estándar talla XXL
1.16	<p>RTU.....2.400 Cobertura necesaria:</p> <p>EQUIPO COBERTURA ESTERIL P/RTU Consta de:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 Paño reforzado 140x190 cm ▪ 1 Paño urología 185x200 con fenestración suprapúbica (autoadhesiva 7x10 cm) con perneras integradas, fenestra



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: 1295975031885719255723

Firmado digitalmente por: BERTA RUIZ MORALES BERTA
Fecha: 2021.09.23 12:38

	<p>genital (autoadhesiva 7 cm diámetro), dediles libres de látex y bolsa colectora de fluidos de 50x70cm.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 Cinta adhesiva, 9x50cm ▪ 2 Toallitas de celulosa 33x33 cm <p><u>Material disponible adicional a cada pack</u></p> <ul style="list-style-type: none"> + 1 Bolsa auxiliar 2 compartimentos, 43x38 cm + 2 Batas quirúrgicas estándar talla L + 1 Bata quirúrgica estándar talla XL
1.17	<p>MARCAPASOS.....1.000</p> <p>Cobertura necesaria:</p> <p>EQUIPO COBERTURA ESTERIL P/MARCAPASOS</p> <p>Consta de:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 Paño de mesa reforzado 150x160 cm ▪ 1 Sábana fenestrada con 316x210 cm adhesivo <p><u>Material disponible adicional a cada pack</u></p> <ul style="list-style-type: none"> + 2 Batas quirúrgicas estándar talla L + 1 Bata quirúrgica estándar talla XL
1.18	<p>ANGIOGRAFIA FEMORAL.....2.400</p> <p>Cobertura necesaria:</p> <p>EQUIPO COBERTURA ESTERIL P/ANGIOGRAFIA FEMORAL</p> <p>Consta de:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 Paño de mesa reforzado 140x190 cm ▪ 1 Paño de Angiografía reforzado 340x220 cm - Refuerzo 175x90 cm / 70x90 cm – film de incisión Ø 16 / fenestración Ø 8 ▪ 1 Funda de amplificador Ø 89 cm ▪ 2 Toallas secamanos ▪ <u>Material disponible adicional a cada pack</u> <ul style="list-style-type: none"> + 3 Batas quirúrgicas estándar talla L + 1 Bata quirúrgica estándar XL

Firmado digitalmente por: RUIZ MORALES BERTA
Fecha: 2021.09.23 12:58



1.19	<p>ANGIOGRAFIA FEMORAL-RADIAL.....3.300</p> <p>Cobertura necesaria:</p> <p>EQUIPO COBERTURA ESTERIL P/ANGIOGRAFIA FEMORAL-RADIAL</p> <p>Consta de:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 Paño de mesa reforzado 140x190 cm ▪ 1 Sábana de Angiografía femoral-radial reforzada 340x240 cm - Refuerzos 150x110 cm / 70x90 cm – 4 fenestraciones ▪ 2 Toallitas secamanos. ▪ 1 Paño 75x90 cm ▪ Funda de amplificador Ø 89 cm <p><u>Material disponible adicional a cada pack</u></p> <ul style="list-style-type: none"> + 1 Cinta tipo velcro 2x23 cm + 3 Batas quirúrgicas estándar talla L
1.20	<p>LOCALES OFTALMOLOGIA.....500</p> <p>Cobertura necesaria:</p> <p>EQUIPO COBERTURA ESTERIL LOCAL OFTALMOLOGIA</p> <p>Consta de:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 Campo fenestrado adhesivo, 50x60 cm ▪ 1 Paño de mesa reforzado 140x190 cm ▪ 2 Toallitas secamanos ▪ 1 Bata quirúrgica estándar L
1.21	<p>ANESTESIA RAQUIDEA.....2.400</p> <p>Cobertura necesaria:</p> <p>EQUIPO COBERTURA ANESTESIA RAQUIDEA</p> <p>Consta de :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 Campo , 75x90 cm ▪ 1 Campo fenestrado adhesivo, 80 x 120 cm

Firmado digitalmente por: RUJZ MORALES BERTA
Fecha: 2021.09.23 12:58

1.22	VIAS CENTRALES.....800 Cobertura necesaria: EQUIPO COBERTURA VIAS CENTRALES Consta de : <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 Campo , 75x90 cm ▪ 1 Campo adhesivo, 75x90 cm ▪ 1 Sábana, 90x150 cm <u>Material disponible adicional a cada pack</u> + 1 Batas quirúrgicas estándar talla L
------	---

LOTE Nº 2. BATAS COBERTURA ESTERIL DESECHABLE

LOTE	Nº ORDEN	ARTÍCULO	CANTIDAD P/24 MESES	Nº DE MUESTRAS
2	23	BATA COBERTURA ESTERIL DESECHABLE TALLA L	12.000	6
2	24	BATA COBERTURA ESTERIL DESECHABLE TALLA XL	3.000	6
2	25	BATA COBERTURA ESTERIL DESECHABLE TALLA XXL	200	6

CARÁCTERÍSTICAS TÉCNICAS

- De tejido sin tejer, gramaje 35g/m² mínimo, repelente a los líquidos, pero permeable al aire permitiendo una buena transpirabilidad y óptima resistencia a la rotura.
- Costuras selladas mínimo en área crítica de la bata
- Rematadas las mangas con puños elásticos de algodón, y/o poliéster o similar ajustables a la muñeca y de 8 a 10 cm de longitud.
- Escote redondo, ajustable anatómicamente al cuello, bien rematado

Firmado digitalmente por: BERTA RUIZ MORALES BERTA
Fecha: 2021.09.23 12:58



- Cruzada en la espalda, con Cintas a la altura de la cintura para su cruce y cierre.
- Emisión pelusa ≤ 3
- Resistencia penetración Microbiana húmedo ≥ 3
- Resistencia penetración de líquidos ≥ 39
- Resistencia rotura ≥ 110
- En envase individual estéril.

Aplicaciones: Para protección en las distintas técnicas quirúrgicas.

LOTE Nº 3. COBERTURA ESTERIL DESECHABLE P/UNIDADES NO QUIRURGICAS

LOTE	Nº ORDEN	ARTÍCULO	CANTIDAD P/24 MESES	Nº DE MUESTRAS
3	26	SABANA ESTERIL DESECHABLE C/ADHESIVO 100 X 175 CM.	20.000	6
3	27	PAÑO ESTERIL NO ADHESIVO 45X75 CM	34.000	6
3	28	PAÑO ESTERIL NO ADHESIVO 75X75 CM	14.000	6

CARACTERISTICAS TECNICAS

- ♦ Fabricados en tejido no tejido o similar conforme a la normativa UNE EN 13795.
- ♦ Resistente a la rotura en condiciones secas y húmedas.
- ♦ Resistente a la penetración microbiana, hipocalérgico, que no desprenda partículas.
- ♦ Incorporación de refuerzos superabsorbentes en el área crítica de las sábanas/paños empleadas en cirugías con alto nivel de fluidos.

Firmado digitalmente por: RUIZ MORALES BERTA
Fecha: 2021.09.23 12:58



- ◆ Las sábanas quirúrgicas serán adaptables, fácilmente, moldeables a la anatomía del paciente.
- ◆ Adhesividad prolongada en el tiempo, e hipoalérgica que minimice las reacciones cutáneas, con 5 cm de ancho como mínimo.
- ◆ Todos los materiales deben estar exentos de látex, de ingredientes tóxicos y olores nocivos o desagradables.
- ◆ Envasado estéril con apertura de solapa, pestaña o sistema de rasgado que en ningún caso ponga en riesgo la pérdida de esterilidad al abrirlo.
- ◆ Todos los productos ofertados deben tener una tipología de embalaje que garantice una barrera eficaz contra el polvo y la humedad. Los equipos deberán venir presentados en triple embalaje: caja de transporte, caja o bolsa de almacenamiento para garantizar la esterilidad de los productos.
- ◆ Todas las medidas que figuran en las descripciones de los distintos artículos son aproximadas.

NORMATIVA APLICABLE/DOCUMENTACIÓN TÉCNICA GENERAL

En el sobre 2 se incluirá la siguiente información en castellano.

- Catálogo y Foto del producto.
- Ficha descriptiva de las características técnicas de cada uno de los productos ofertados, y referencias con la definición exacta de la composición, diseño, y elementos constituyentes. Y cuanta información el licitador considere necesaria en cuanto a la descripción y definición de los productos ofertados.
- Certificados necesarios que acrediten los requerimientos técnicos y de calidad exigidos por la normativa nacional e internacional vigente sobre la materia y en particular el marcado C.E.
- Descripción de embalaje y etiquetado, haciendo constar en la propuesta técnica la cantidad y la forma en que irán envasados los productos ofertados.

Firmado digitalmente por: RUIZ MORALES BERTA
Fecha: 2021.09.23 12:58



 Hospital Universitario Ramón y Cajal SERVICIO DE SUMINISTROS SUMC	PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	ANEXO 24
---	--	-----------------

Es de obligado cumplimiento la aportación del certificado emitido por el licitador o declaración responsable que acredite el cumplimiento de la norma UNE EN 13795 y específicamente de los requisitos especificados en el Anexo I.

Y cuanta información el licitador considere necesaria en cuanto a la descripción y definición de los productos ofertados.

4. OTROS REQUISITOS

1. **Muestras:** **LOTE 1**, 1 muestra por cada número de orden (no se precisa que la muestra sea estéril); **Lote 2 y 3** (6 muestras estériles por cada número de orden).
En caso de ser necesario un mayor nº de unidades para completar el informe técnico correspondiente, podrán ser solicitadas con posterioridad.

El procedimiento será:

- Entregar las muestras en el Almacén del HOSPITAL RAMON Y CAJAL (CONTROL DE ALMACENES, PTA. -4 DCHA)
 - Cada Licitador deberá entregar en Almacén junto con las muestras dos relaciones en donde aparezca indicado lo siguiente:
 - Nº Procedimiento.
 - Nº Lote – Orden.
 - Nombre del Proveedor.
 - Al entregar en el Almacén las muestras le sellarán 2 copias, una de ellas se quedará en el Almacén, y la otra copia sellada será entregada al Proveedor.
 - Las muestras deben estar bien identificadas con su número de lote, orden y referencia de la misma, siendo desestimadas las que no cumplan con estos requisitos.
2. La reposición del material debe realizarse en las 48 horas al de su petición, salvo en casos de urgencia que será de 24 horas.
 3. Garantía de Actualización Tecnológica. En caso de producirse un cambio en la tecnología del material adquirido por este expediente, con renovación de la gama, los modelos adjudicados se actualizarán a los de la nueva gama que corresponda, manteniendo como mínimo el nivel tecnológico del adjudicado y los precios.
 4. En el etiquetado de materiales deberá figurar:
 - a. La denominación del artículo.
 - b. El método de esterilización utilizado.
 - c. Las fechas de caducidad del producto.
 - d. El número de lote.

Firmado digitalmente por: RUIZ MORALES BERTA
Fecha: 2021.09.23 12:58





SaludMadrid

SERVICIO DE SUMINISTROS

Hospital Universitario
Ramón y Cajal

SUMC

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS


ANEXO 24

- e. La referencia comercial.
- f. Marcado C.E.
- g. Toda la información será perfectamente legible y estará en castellano.
- h. Componentes y medidas de estos.



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv
mediante el siguiente código seguro de verificación: 0945770895040167432522

Firmado digitalmente por: RUIZ MORALES BERTA
Fecha: 2021.09.23 12:58

 Hospital Universitario Ramón y Cajal SERVICIO DE SUMINISTROS	ANEXO AL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	ANEXO 25
SUMC		

P.A. 20210000017

LOTE	N.O.	CODIGO	ARTICULO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD ESTIMADA (24 meses)	PRECIO UNIDAD MEDIDA (IVA no incluido)	BASE IMPONIBLE	TIPO IVA	TOTAL IVA	IMPORTE TOTAL ESTIMADO (IVA incluido)
1	1-22	315534	PROCESO QUIRURGICO COBERTURA ESTERIL DESECHABLE	UNIDAD	68.000	13,2100	898.280,00	21,00	188.638,80	1.086.918,80

2	23	291688	BATA COBERTURA ESTERIL DESECHABLE TALLA L	UNIDAD	12.000	2,3000	27.600,00	21,00	5.796,00	33.396,00
2	24	291689	BATA COBERTURA ESTERIL DESECHABLE TALLA XL	UNIDAD	3.000	2,3000	6.900,00	21,00	1.449,00	8.349,00
2	25	291690	BATA COBERTURA DESECHABLE ESTERIL TALLA XXL	UNIDAD	200	2,3000	460,00	21,00	96,60	556,60
TOTAL LOTE 2:							34.960,00		7.341,60	42.301,60

3	26	285838	SABANA ESTERIL DESECHABLE C/ADHESIVO 175 X 175 CM	UNIDAD	20.000	1,4980	29.960,00	21,00	6.291,60	36.251,60
3	27	303006	PAÑO ESTERIL NO ADHESIVO 45 X 75 CM P/SERVICIOS NO QUIRURGICOS	UNIDAD	34.000	0,3900	13.260,00	21,00	2.784,60	16.044,60
3	28	310611	PAÑO ESTERIL NO ADHESIVO 75 X 75 CM P/SERVICIOS NO QUIRURGICOS	UNIDAD	14.000	0,4800	6.720,00	21,00	1.411,20	8.131,20
TOTAL LOTE3:							49.940,00		10.487,40	60.427,40

IMPORTE TOTAL:	983.180,00	206.467,80	1.189.647,80
----------------	------------	------------	--------------

