

PERFIL DE CONTRATANTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID

CONSEJERÍA DE SANIDAD - HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ.

Resolución de 14 de septiembre de 2021 de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario La Paz por la que se procede a la subsanación de errores en relación con el Pliego de Prescripciones Técnicas. Anuncio de licitación publicado en el perfil de contratante con fecha 27 agosto 2021.

PRIMERO: Detectados errores materiales en *Pliego de Prescripciones Técnicas*, se procede a su rectificación.

- Donde dice:

LOTE 2		
Nº DE ORDEN	CÓDIGO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
2	042033	<p>SENSOR DESECHABLE ADHESIVO MEDIDOR PROFUNDIDAD ANESTESICA P/ADULTOS. P/MONITOR ANALISIS DE HIPNOSIS CLINICA.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Para pacientes adultos. • Índice de consciencia basado en el procedimiento del EEG. • Sensor de 4 a 6 electrodos. • Información en pantalla: <ol style="list-style-type: none"> 1. Valor del índice de consciencia con línea de tendencias. 2. Al menos 1 canal de EEG. 3. Tasa de supresión, intensidad del Electromiograma y matriz de densidad espectral. 4. Salida de conexión de los electrodos. • Sistema compuesto por: monitor, módulo de paciente y cable de conexión • Exento de látex.

LOTE 3		
Nº DE ORDEN	CÓDIGO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
3	049049	<p>SENSOR DESECHABLE ADHESIVO MEDIDOR PROFUNDIDAD ANESTESICA INFANTIL. P/MONITOR ANALISIS DE HIPNOSIS CLINICA.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Para pacientes infantiles. • Índice de consciencia basado en el procedimiento del EEG. • Sensor de 4 a 6 electrodos. • Información en pantalla: <ol style="list-style-type: none"> 1. Valor del índice de consciencia con línea de tendencias. 2. Al menos 1 canal de EEG. 3. Tasa de supresión, intensidad del Electromiograma y matriz de densidad espectral. 4. Salida de conexión de los electrodos. • Sistema compuesto por: monitor, módulo de paciente y cable de conexión • Exento de látex.



- Debe decir:

LOTE 2		
Nº DE ORDEN	CÓDIGO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
2	042033	<p>SENSOR DESECHABLE ADHESIVO MEDIDOR PROFUNDIDAD ANESTESICA P/ADULTOS. P/MONITOR ANALISIS DE HIPNOSIS CLINICA.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Para pacientes adultos. • Índice de consciencia basado en el procedimiento del EEG. • Sensor de 4 a 6 electrodos. • Información en pantalla: <ol style="list-style-type: none"> 1. Valor del índice de consciencia con línea de tendencias. 2. Al menos 1 canal de EEG. 3. Tasa de supresión, intensidad del Electromiograma y matriz de densidad espectral. • Sistema compuesto por: monitor, módulo de paciente y cable de conexión • Exento de látex.

LOTE 3		
Nº DE ORDEN	CÓDIGO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
3	049049	<p>SENSOR DESECHABLE ADHESIVO MEDIDOR PROFUNDIDAD ANESTESICA INFANTIL. P/MONITOR ANALISIS DE HIPNOSIS CLINICA.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Para pacientes infantiles. • Índice de consciencia basado en el procedimiento del EEG. • Sensor de 4 a 6 electrodos. • Información en pantalla: <ol style="list-style-type: none"> 1. Valor del índice de consciencia con línea de tendencias. 2. Al menos 1 canal de EEG. 3. Tasa de supresión, intensidad del Electromiograma y matriz de densidad espectral. • Sistema compuesto por: monitor, módulo de paciente y cable de conexión • Exento de látex.

Dicho pliego, debidamente corregido, se podrá obtener en el Perfil de Contratante Portal de la Contratación Pública de la CAM. www.madrid.org/contratospublicos.

EL DIRECTOR GERENTE,

