

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales protegidos y los códigos que permitirían acceder al original

Expediente :	PA 43/2021
--------------	------------

**EMPRESARIOS ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
DE LA LICITACIÓN
TRAS LA VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS EXIGIDAS Y
EMPRESARIOS EXCLUIDOS POR EXCEDER EL PRECIO DE
LICITACIÓN**

Denominación:	Adquisición de suturas manuales para el hospital Universitario Severo Ochoa
---------------	---

Tipo de procedimiento:	Abierto
Tipo de contrato:	Suministros

EMPRESA/CIF	LOTES	ESTADO
B. BRAUN SURGICAL SA.	1,2,5,6	Admitido
LORCA MARIN SA	1,2,4,5,7,10,11	Admitido
ASSUT EUROPE IBERICA SL	2,6,7,9,11,12	Admitido
MEDTRONIC IBERICA	2,6,9	Admitido

La Mesa de Contratación acordó rechazar las siguientes proposiciones de los licitadores abajo indicados por presentar ofertas que según informe técnico, no se ajusta a lo exigido en los pliegos, todo ello conforme a lo establecido en el art. 139.1 de la LCSP y el art. 20.6 del Decreto 49/2003, de 3 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid.

EMPRESA	LOTES	MOTIVO	ESTADO
ASSUT EUROPE IBERICA SL	1	Se solicitan 75 cm de hilo y se ofertan 45 cm para los códigos F11022,F11045 F11065	EXCLUIDO
	4	Se solicitan 75 cm de hilo y se ofertan 70 cm para los códigos F12001,F12022, F12023,F12033, F12041 Se solicitan 75 cm de hilo y se ofertan 45 cm para los códigos F12020,F12051 Se solicitan 90 cm de hilo y se ofertan 70 cm para los códigos F12248	EXCLUIDO
	5	Se solicitan 90 cm de hilo y se ofertan 75 cm para los códigos F12251	EXCLUIDO
	8	Se solicitan 90 cm de hilo y se ofertan 75 cm para los códigos F12800	EXCLUIDO
	10	Diferente referencia de la muestra y la FT . Además la muestra presentada no cumple con el largo del hilo exigido (en catálogo se corrobora lo indicado).	EXCLUIDO

EMPRESA	LOTES	MOTIVO	ESTADO
BRAUN SURGICAL SA	4	Se solicitan 75 cm de hilo y se ofertan 70 cm para los códigos F12001,F12020,F12022,F12023,F12033 ,F12041,F12024 Se solicitan 90 cm de hilo y se ofertan 70 cm para los códigos f12003	EXCLUIDO
	7	Se solicitan 180 cm de hilo y se ofertan 150 cm para los códigos F12550	EXCLUIDO
	10	Se solicitan 45 cm de hilo y se ofertan 30 cm	EXCLUIDO
	11	Se solicitan aguja de 1/2 de círculo y se ofertan aguja de 1/4 de círculo. F12906	EXCLUIDO
	12	En FT no pone que sea doble aguja. La muestra no presenta doble aguja F11918	EXCLUIDO
MEDTRONIC IBERICA	4	Se solicita aguja cilíndrica 1/2 círculo y se oferta 3/8 de círculo y punta triangular F12033 Se solicita calibre nº 4/0,y punta cilíndrica de 17 mm. de longitud y se oferta calibre de 3/0 con 26mm de longitud de la aguja F12041 Se solicita calibre nº 5/0, longitud de la hebra 45 cm. Aguja cilíndrica 1/2 círculo y punta cilíndrica de 12 mm. de longitud y se oferta calibre nº 4/0, longitud de la hebra 75 cm, y punta cilíndrica de 17 mm. de longitud F12051 Se solicita Hebra calibre nº 2/0, longitud de la hebra 90 cm. Aguja cilíndrica 1/2 círculo y punta cilíndrica de 37 mm. de longitud y se oferta Hebra calibre nº 5/0, longitud de la hebra 45 cm y punta cilíndrica de 12 mm. de longitud F12061 Se solicita Hebra calibre nº 1, longitud de la hebra 90 cm. Aguja cilíndrica 1/2 círculo y punta cilíndrica de 40 mm. de longitud y se oferta Hebra calibre 2/0, Aguja cilíndrica 1/2 círculo y punta cilíndrica de 37 mm. de longitud F12140 Se solicita Aguja punta roma de 48 mm. de longitud d y se oferta Aguja 1/2 círculo y punta cilíndrica de 40 mm. de longitud F12142 Se solicita punta triangular de 48 mm. de longitud y se oferta punta roma de 48 mm F12148 Se solicita Aguja 1/2 círculo punta cilíndrica de 40 mm. de longitud. se oferta Aguja de 1/2 punta triangular de 48 mm. de longitud F12240 Se solicita calibre hebra nº 2 y punta triangular de 48 mm. de longitud, y se oferta calibre nº 2 punta cilíndrica de 40 mm. y 75 cm. de longitud de hilo F12248	EXCLUIDO

EMPRESA	LOTES	MOTIVO	ESTADO
MEDTRONIC IBERICA		Se solicita Aguja cilíndrica 1/2 círculo y punta cilíndrica de 48 mm. de longitud ; se oferta Aguja cilíndrica 1/2 círculo y punta triangular de 48 mm. de longitud F12249 Se solicita Hebra calibre 3/0, longitud de la hebra 75 cm. Aguja cilíndrica 3/8 círculo y punta triangular de 22mm. de longitud ;se oferta Hebra calibre 2/0, longitud de la hebra 90 cm. Aguja cilíndrica 1/2 círculo y 48 mm. de longitud F12024	
	11	Se solicitan aguja de 1/2 de círculo y se ofertan aguja de 1/4 de círculo F12906	EXCLUIDO
AJL OFTALMIC SA	10	Se solicitan 45 cm de hilo y se ofertan 30 cm	EXCLUIDO
	12	Se solicitan 20-30 cm de longitud de la hebra y se ofertan 15 cm F11918	EXCLUIDO
EQUIPAMIENTOS SANITARIOS SA	10	Se solicitan 45 cm de longitud de la hebra y se ofertan 30 cm	EXCLUIDO

Así mismo se acordó rechazar la siguiente proposición del licitador abajo indicado por presentar oferta de importe superior al tipo de licitación, todo ello conforme a lo establecido en el art. 20.6 del Decreto 49/2003, de 3 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid

EMPRESA	LOTE	ESTADO
MEDTRONIC IBERICA	5	EXCLUIDO

Y para que conste se expide y firma en Leganés, a 30 de septiembre de 2021

LA SECRETARIA DE LA MESA DE CONTRATACION

Firmado digitalmente por: ALCALDE GARCIA NURIA

NURIA ALCALDE GARCÍA