

P.A. 2021 – 0 – 112

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS PARA LA EXCLUSIÓN DE LA OREJUELA IZQUIERDA, PARA EL HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS

1. OBJETIVO Y ALCANCE.

El presente pliego regula las condiciones técnicas que deberán cumplir los productos sanitarios objeto de esta licitación para el suministro de DISPOSITIVOS PARA LA EXCLUSIÓN DE LA OREJUELA IZQUIERDA, para atender las necesidades asistenciales del Hospital Clínico San Carlos.

2. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL ARTÍCULO

Conforme a lo dispuesto en el Artículo 126.5.a) de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE de 26 de febrero de 2014, los productos ofertados por los distintos licitadores habrán de acreditar el cumplimiento de las siguientes exigencias funcionales y de diseño.

LOTE ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1	Varios	<p>DISPOSITIVO PARA LA EXCLUSIÓN DE LA OREJUELA IZQUIERDA (ESTERNOTOMÍA)</p> <ul style="list-style-type: none"> Dispositivo para la exclusión de la orejuela izquierda, con un clip Gillinow-Cosgrove precargado en un sistema de liberación. Diseñado para aplicarse a nivel epicárdico y a través de esternotomía. Con guía de selección. Eje flexible de 6 cm. Empuñadura de agarre. Barras internas de sostén en titanio y carbothane. Muelles en nitinol.

Madrid, 18 de mayo de 2021

Fdo.:



Jefe del Servicio de Cirugía Cardíaca
Dr. Luis Carlos Maroto Castellanos

P.A. 2021 – 0 – 112

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS PARA LA EXCLUSIÓN DE LA OREJUELA IZQUIERDA, PARA EL HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS

LOTE ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
		<ul style="list-style-type: none"> Recubrimiento en Dacrón. Medidas: de 35 a 50 mm.
2	Varios	<p>DISPOSITIVO PARA LA EXCLUSIÓN DE LA OREJUELA IZQUIERDA (TORACOTOMÍA)</p> <ul style="list-style-type: none"> Dispositivo para la exclusión de la orejuela izquierda, con un clip Gillinow-Cosgrove precargado en un sistema de liberación. Diseñado para aplicarse de forma epicárdica con acceso por minitoracotomía. Con guía de selección. Eje maleable de 25 cm. Cabeza articulada omnidireccional (180º) dirigido por palancas de articulación horizontal y vertical con función de bloqueo. Sin marco de anclaje. Funciones de implantación rápidas. Barras internas de sostén en titanio y carbothane. Muelles en nitinol. Recubrimiento en Dacrón. Medidas: de 35 a 50 mm.

3. ACTUACIONES DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO

Madrid, 18 de mayo de 2021

Fdo.: 

Jefe del Servicio de Cirugía Cardíaca
Dr. Luis Carlos Maroto Castellanos

P.A. 2021 – 0 – 112

**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS
PARA LA EXCLUSIÓN DE LA OREJUELA IZQUIERDA, PARA EL HOSPITAL CLÍNICO
SAN CARLOS**

La empresa adjudicataria realizará, para los profesionales implicados, actuaciones de transferencia de conocimiento en la correcta práctica clínica del manejo de los productos suministrados.

Firmado digitalmente por: SOTO BONEL JOSE FRANCISCO
Fecha: 2021 06 23 14:00

Madrid, 18 de mayo de 2021

Fdo.:



Jefe del Servicio de Cirugía Cardíaca
Dr. Luis Carlos Maroto Castellanos

ANEXO AL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

P.A. 2021-0-112

SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS PARA LA EXCLUSIÓN DE LA OREJUELA IZQUIERDA

Lote	Código	Descripción	Consumo estimado 24 meses	Uni/€ sin IVA	Uni/€ con IVA	Base imponible	Importe IVA (10%)	TOTAL € c/IVA
1	Varios	DISPOSITIVO PARA LA EXCLUSIÓN DE LA OREJUELA IZQUIERDA (ESTERNOTOMÍA)	124	1.100,000 €	1.210,000 €	136.400,000 €	13.640,000 €	150.040,000 €
2	Varios	DISPOSITIVO PARA LA EXCLUSIÓN DE LA OREJUELA IZQUIERDA (TORACOTOMÍA)	42	3.200,000 €	3.520,000 €	134.400,000 €	13.440,000 €	147.840,000 €

IMPORTE TOTAL	270.800,000 €	27.080,000 €	297.880,000 €
---------------	---------------	--------------	---------------

Madrid, a 14 de mayo de 2021



Fdo: Dr. Luis Carlos Maroto Castellanos

Jefe de Servicio de Cirugía Cardíaca

La autenticidad de este documento se puede comprobar mediante el siguiente código de verificación: