



Gerencia Asistencial
de Atención Primaria
CONSEJERÍA DE SANIDAD

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales protegidos y los códigos que permitían acceder al original.

Dirección Técnica de Compras, Suministros y Gestión Económica
Gerencia Adjunta de Gestión y Servicios Generales

**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR EN EL CONTRATO DE:
SUMINISTRO MATERIAL DE INFUSIÓN A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO
SIMPLIFICADO ABREVIADO A/SUM-028440/2021**

CONSIDERACIONES GENERALES:

1. El material presentará una caducidad mínima de 18 meses desde su fecha de recepción, de otra forma se procederá a su devolución y retirada a cargo del proveedor.
2. El proveedor dispondrá de un procedimiento de retirada del material caducado/defectuoso incluyendo la adecuada eliminación de los mismos.
3. En los supuestos de rotura de stock y desabastecimiento el proveedor comunicará esta situación de forma inmediata, informando del plazo estimado de normalización del suministro. En ningún caso será superior a tres meses y el proveedor tendrá obligación de sustituir el material objeto del contrato por otro de igual o superior calidad al adjudicado, previa conformidad de la Gerencia.
4. Existirá un servicio de atención a la gestión y logística de pedidos que comprenderá al menos un teléfono, dirección de e-mail y/o fax específico de contacto.
5. El adjudicatario garantizará durante la vigencia del contrato la capacidad de abastecimiento.
6. Las entregas del suministro se efectuarán en los almacenes relacionados en este pliego.
7. En su caso, todas las instrucciones vendrán en castellano.
8. La fecha de caducidad y el lote estarán indicados en el envase general y en el individual del producto en los casos en los que proceda.
9. Cuando así le sea requerido, el adjudicatario facilitará una o dos muestras para cada uno de los almacenes existentes, que se entregarán en el lugar y fechas indicados en ese requerimiento.

Normativa general

10. Todo el material ofertado tendrá marcado CE, de acuerdo con la Directiva 1993/42/CEE, rectificada por la Directiva 2007/47/CE de productos sanitarios.

Otras normativas



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/essv mediante el siguiente código seguro de verificación:

RELACIÓN DE ALMACENES PARA ENTREGAS DE MATERIAL:

Almacén PAVONES	C.S. Pavones C/ Hacienda de Pavones nº 271, entrada por rampa C/ Brujas 28030 - Madrid 913.016.415
Almacén COSLADA	Avda. de Madrid nº 11, C.S. Ciudad San Pablo 28822 - Coslada 916.714.488
Almacén MELCHOR FDEZ. ALMAGRO	C/ Melchor Fernández Almagro nº 1 28029 - Madrid 913.352.595
Almacén MAJADAHONDA	Avda. España, 7 28220 - Majadahonda (Madrid) 916.026.974
Almacén LEGANÉS	Avda. de los Pinos nº 30, planta -1 28914 - Leganés (Madrid) 915.129.311
Almacén ALBERTO PALACIOS	C/ Domingo de Párraga nº 48, C.S. San Andrés 28021 - Madrid 915.059.416

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS ARTÍCULOS:

Lote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
1	100453	LLAVE 3 PASOS	<ul style="list-style-type: none"> • Fabricada en policarbonato transparente, para facilitar la observación del flujo que permita la administración de fluidos y medicación al mismo tiempo. • Mínimo espacio muerto • Conectores hembra con tapón estanco y macho con tapón no estanco • Con conexión LUER LOCK • Aletas ergonómicas con flechas indicadoras de la dirección de flujo • Óptima manejabilidad, que pueda ser girada 360° sin límite • Exento de látex y de DEPH • Estéril • Envasado individualmente indicando fecha de caducidad.
2	100314	LLAVE 3 PASOS CON ALARGADERA 10CM	<ul style="list-style-type: none"> • Llave de 3 vías con tubo de extensión de aproximadamente 10cm • Fabricada en policarbonato transparente, para facilitar la observación del flujo que permita la administración de fluidos y medicación al mismo tiempo. • Conectores hembra con tapón estanco • Prolongador conexión Luer Lock macho con tapón no estanco • Con conexión Luer Lock • Aletas ergonómicas con flechas indicadoras de la dirección de flujo. • Óptima manejabilidad, que pueda ser girada 360° sin límite • Exento de látex y de DEPH • Estéril • Envasado individualmente indicando fecha de caducidad

Lote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
3	100115	SISTEMA INFUSION MICROGOTEO 150CM C/TOMA AIRE CONEXIÓN LUER LOCK	<ul style="list-style-type: none"> • Equipo desechable estéril para la infusión de líquidos • Con toma de aire con filtro antibacteriano y tapa de cierre • Filtro de partículas en la base de la cámara de malla de 15 micras • Conexión distal macho Luer-Lock • Cámara recolectora transparente con aproximadamente 10 ml de capacidad y 60 gotas/1cc • El tubo de conexión entre la cámara y la zona de conexión tendrá una medida no inferior a 150cm y un diámetro interior de aproximadamente 3mm, dispondrá de regulador de flujo. • Envase unitario con fecha de caducidad, libre látex y DEPH en el mismo.
4	100360	SISTEMA INFUSION MACROGOTEO 150CM C/TOMA AIRE CONEXIÓN LUER LOCK	<ul style="list-style-type: none"> • Equipo desechable estéril para la infusión de líquidos • Con toma de aire con filtro antibacteriano y tapa de cierre • Filtro de partículas en la base de la cámara de malla de 15 micras • Conexión distal macho Luer-Lock • Cámara recolectora transparente con aproximadamente 10 ml de capacidad y 20 gotas/1cc • El tubo de conexión entre la cámara y la zona de conexión tendrá una medida no inferior a 150cm y un diámetro interior de aproximadamente 3mm. Dispondrá de regulador de flujo • Envase unitario con fecha de caducidad, libre de látex y DEHP en el mismo.

Lote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
5	100009	VÁLVULA BIOSEGURIDAD SIMPLE	<ul style="list-style-type: none"> • Conector mecánica y microbiológicamente cerrado, de uso sin agujas • Conexión Luer. • Con muy bajo volumen de purgado • Se sella automáticamente cuando está desconectado evitando pérdidas de fluido o sangre • Sello comprimible en silicona uso médico • Mantiene barrera estéril al menos 7 días y 700 activaciones • Material biocompatible • Estéril (indicando método) • Libre de látex • Libre de DEHP • Clase IIa. • Envase individual con descripción del producto en castellano, con marcado CE, caducidad mínima de 5 años, número de lote

RELACIÓN DE CÓDIGOS, PRECIOS Y UNIDADES

Expediente: A/SUM-028440/2021

Lote	Grupo de materiales	Código	Descripción del lote	Formato	Precio neto Lic.	Cantidad	Importe lote sin IVA	% IVA	Importe lote
1	010907	100453	LLAVE 3 PASOS	unidad	0,100000	24.000	2.400,00	21	2.904,00
2	010907	100314	LLAVE 3 PASOS CON ALARGADERA 10CM	unidad	0,200000	3.800	760,00	21	919,60
3	010902	100115	SISTEMA INFUSION MICROGOTEO 150CM CON TOMA AIRE CONEXIÓN LUER LOCK	unidad	0,300000	2.500	750,00	21	907,50
4	010902	100360	SISTEMA INFUSION MACROGOTEO 150CM CON TOMA AIRE CONEXIÓN LUER LOCK	unidad	0,180000	32.000	5.760,00	21	6.969,60
5	010907	100009	VÁLVULA BIOSEGURIDAD SIMPLE	unidad	0,700000	10.000	7.000,00	21	8.470,00
							16.670,00	3.500,70	20.170,70
Subtotal:							16.670,00	3.500,70	20.170,70

El Gerente Adjunto de Gestión y Servicios Generales
Resolución 385/2020, de 11 de junio
(BOCM nº 143 de 15 de junio de 2020)

Firmado por Pedro José Suárez Sánchez PEDRO JOSÉ
Fecha: 2021.06.29 15:20