

PLIEGO PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PA SUM 21/027

Primera.- Objeto. El objeto del presente expediente de contratación consiste en el **Suministro de Sistema de curado de heridas por vacío** para el buen funcionamiento del Hospital Universitario de Fuenlabrada.

LOTE	Nº ORDEN	Código producto	Descripción	Medidas	Consumo estimado 24 meses	Precio unitario IVA EXCLUIDO	Importe total IVA EXCLUIDO	TOTAL LOTE IVA EXCLUIDO
1	KIT DE APÓSITOS DE ESPUMA DE POLIURETANO PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS POR PRESION NEGATIVA							
	1	15437	Compuesto de: <ul style="list-style-type: none">Drenaje de silicona con sistema de sellado que sea eficaz. Dispondrá de sistema antiestancamiento del exudado o doble lumen o cualquier otro sistema que mantenga las presiones homogéneas (indicando la casa comercial el sistema que utilice en ficha técnica), y sistema de antiacodamiento que impida que el tubo se acodeFilm transparente impermeable a fluidos y que evite la entrada de aire y transpirable que permita la evaporación con una correcta adherencia y tolerancia cutánea. De retirada fácil y que no deje residuos en su retirada. Tiempo de permanencia mínimo del film en condiciones normales de 3 días. Debe de cumplir la normativa europea UNE EN 13726-2 y deben tener una tasa de transmisión de vapor mínima de 600 g/m2/24h.Espuma de poliuretano hipoalérgica, no irritante y recortable para adaptarse a cualquier forma de la herida. Que no se adhiera al lecho de la herida y no deje residuos en su retirada. Reticulada. Con poros de 400 a 600 µ.	GRANDE 25 cm x 15 cm x 3 cm aprox.	50	60€	3.000,00€	29.770,00€
	2	15436		MEDIANA 20 cm x 12 cm x 3 cm aprox	80	60€	4.800,00€	
	3	11586		PEQUEÑA 10 cm x 8 cm x 3 cm aprox.	150	60€	9.000,00€	

LOTE	Nº ORDEN	Código producto	Descripción	Medidas	Consumo estimado 24 meses	Precio unitario IVA EXCLUIDO	Importe total IVA EXCLUIDO	TOTAL LOTE IVA EXCLUIDO
			El dispositivo no debe producir ningún tipo de daño iatrogénico (decúbitos, irritaciones cutáneas, etc) Exento de látex					
	4	13031	DRENAJES DE SILICONA CON SISTEMA DE SELLADO <ul style="list-style-type: none"> • Compatibles con cualquier tipo de contenedor para exudado Dispondrá de sistema antiestancamiento del exudado o doble lumen o cualquier otro sistema que mantenga las presiones homogéneas (indicando la casa comercial el sistema que utilice en ficha técnica) y sistema de antiacodamiento que impida que el tubo se acode. • El dispositivo no debe producir ningún tipo de daño iatrogénico (decúbitos, irritaciones cutáneas, etc) • Exento de látex 		110	7,00€	770,00€	
	5	11179	CONTENEDOR CLÍNICAMENTE LIMPIO PARA EXUDADO TAMAÑO PEQUEÑO (mínimo 250 ml, máximo 500 ml) <ul style="list-style-type: none"> • Con filtro antidesbordamiento, antimicrobiano y antiolores • Con gel incorporado que evite derrames. • Graduado • Que permita visualizar el líquido drenado • Exento de látex 		175	40,00€	7.000,00€	



LOTE	Nº ORDEN	Código producto	Descripción	Medidas	Consumo estimado 24 meses	Precio unitario IVA EXCLUIDO	Importe total IVA EXCLUIDO	TOTAL LOTE IVA EXCLUIDO
	6	11037	CONTENEDOR CLÍNICAMENTE LIMPIO PARA EXUDADO TAMAÑO GRANDE (mínimo 750 ml, máximo 1000 ml) <ul style="list-style-type: none"> Con filtro antidesbordamiento, antimicrobiano y antiolores Con gel incorporado que evite derrames. Graduado Que permita visualizar el líquido drenado Exento de látex 		100	52,00€	5.200,00€	
2	KITS DE APÓSITO DE GASA PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS POR PRESION NEGATIVA							
	7	15439	Compuesto de: <ul style="list-style-type: none"> Drenaje de silicona con sistema de sellado que sea eficaz. Dispondrá de sistema antiestancamiento del exudado o doble lumen o cualquier otro sistema que mantenga las presiones homogéneas (indicando la casa comercial el sistema que utilice en ficha técnica), y sistema de antiacodamiento que impida que el tubo se acode. Film transparente impermeable a fluidos y que evite la entrada de aire y transpirable que permita la evaporación con una correcta adherencia y tolerancia cutánea. De retirada fácil y que no deje residuos en su retirada. Tiempo de permanencia mínimo del film en condiciones normales de 3 días. Debe de cumplir la normativa europea UNE EN 	GRANDE (rollo de 11 cm x 400 cm aprox.)	15	62,00€	930,00€	11.710,00€
	8	15438		MEDIANA (2 gasas de 15 cm x 17 cm aprox.)	40	62,00€	2.480,00€	
	9	11038		PEQUEÑA (1 gasa de 15 cm x 17 cm aprox)	70	62,00€	4.340,00€	



LOTE	Nº ORDEN	Código producto	Descripción	Medidas	Consumo estimado 24 meses	Precio unitario IVA EXCLUIDO	Importe total IVA EXCLUIDO	TOTAL LOTE IVA EXCLUIDO
			<p>13726-2 y deben tener una tasa de transmisión de vapor mínima de 600 g/m²/24h.</p> <ul style="list-style-type: none"> Gasa antiadherente poliuretano impregnada en parafina Gasa antimicrobiana. Algodón 100% impregnada en POLIHEXAMETILENO BIGUANIDA AL 0,2% Protector para el lecho de la herida <p>El dispositivo no debe producir ningún tipo de daño iatrogénico (decúbitos, irritaciones cutáneas, etc) Exento de látex</p>					
	10	19234	<p>DRENAJES DE SILICONA CON SISTEMA DE SELLADO</p> <ul style="list-style-type: none"> Compatibles con cualquier tipo de contenedor para exudado. Dispondrá de sistema antiestancamiento del exudado o doble lumen o cualquier otro sistema que mantenga las presiones homogéneas (indicando la casa comercial el sistema que utilice en ficha técnica) y sistema de antiacodamiento que impida que el tubo se acode. <p>El dispositivo no debe producir ningún tipo de daño iatrogénico (decúbitos, irritaciones cutáneas, etc) Exento de látex</p>		40	7,00€	280,00€	
	11	19235	<p>CONTENEDOR CLÍNICAMENTE LIMPIO PARA EXUDADO TAMAÑO PEQUEÑO (mínimo 250 ml, máximo 500 ml)</p> <ul style="list-style-type: none"> Con filtro antidesbordamiento, antimicrobiano y antiolores Con gel incorporado que evite derrames. Graduado Que permita visualizar el líquido drenado Exento de látex 		40	40,00€	1.600,00€	



LOTE	Nº ORDEN	Código producto	Descripción	Medidas	Consumo estimado 24 meses	Precio unitario IVA EXCLUIDO	Importe total IVA EXCLUIDO	TOTAL LOTE IVA EXCLUIDO
	12	19236	CONTENEDOR CLÍNICAMENTE LIMPIO PARA EXUDADO TAMAÑO GRANDE (mínimo 750 ml, máximo 1000 ml) <ul style="list-style-type: none"> Con filtro antidesbordamiento, antimicrobiano y antiolores Con gel incorporado que evite derrames. Graduado Que permita visualizar el líquido drenado Exento de látex 		40	52,00€	2.080,00€	
3	SISTEMA DE CURADO DE HERIDAS POR PRESION NEGATIVA DE UN SOLO USO, SIN DEPÓSITO Y AUTOMÁTICO 7 DÍAS							
	13	15433	Dispositivo compuesto de: <ul style="list-style-type: none"> Bomba desechable de un solo uso, que sea capaz de aplicar presión negativa para una duración de tratamiento de al menos 7 días Tubo de drenaje que conecta el apósito a la bomba mediante ventosa, antiacodable, y no debiéndose producir reflujo de líquido hacia la máquina. Al menos 2 apósitos con cada bomba compuestos de cuatro capas: <ul style="list-style-type: none"> Capa con adhesivo de silicona en contacto con el lecho de la herida, que asegure la fijación y facilite el sellado sin dañar la piel. Capa de fibras que permita la transmisión eficaz de la presión negativa y que se distribuya por igual la presión de -80 mmHg por todo el lecho de la herida y que el exudado pase hacia la capa superabsorbente. 	ANAT. GRANDE	5	170,00€	850,00€	87.980,00€
	14	15432		ANAT. PEQ.	25	170,00€	4.250,00€	
	15	12646		10 cm X 20 cm	130	154,00€	20.020,00€	
	16	15425		10 cm X 30 cm	20	154,00€	3.080,00€	
	17	15426		10 cm X 40 cm	55	165,00€	9.075,00€	
	18	15427		15 cm X 15cm	170	154,00€	26.180,00€	
	19	15428		15 cm X 20 cm	100	154,00€	15.400,00€	
	20	15429		15 cm X 30 cm	30	165,00€	4.950,00€	
	21	15430		20 cm X 20 cm	15	165,00€	2.475,00€	



LOTE	Nº ORDEN	Código producto	Descripción	Medidas	Consumo estimado 24 meses	Precio unitario IVA EXCLUIDO	Importe total IVA EXCLUIDO	TOTAL LOTE IVA EXCLUIDO
	22	15431	<ul style="list-style-type: none"> ○ Capa de alta absorción de carboximetil celulosa. ○ Capa de film en el exterior que permita la evaporación y evite que el aire penetre. - El efecto del vacío tiene que durar o debe permanecer al menos 72 horas de forma visible exteriormente. - El dispositivo no debe producir ningún tipo de daño iatrogénico (decúbitos, irritaciones cutáneas, etc) - El dispositivo en su conjunto tiene que ser fácil de manejar. Con instrucciones de uso en castellano. - Las conexiones deben ser seguras, sin que se produzcan desconexiones accidentales y fáciles de manejar. - El dispositivo debe ser silencioso, sin que se produzcan molestias al paciente. - Tiras adhesivas estériles para asegurar el correcto sellado. - Pilas para máquina de aspiración en caso de ser necesarias. - SIN DEPOSITO - Con indicador o alarma de pérdida de presión. <p>Indicaciones: Para la profilaxis y el tratamiento de heridas quirúrgicas. Para el tratamiento ambulatorio de heridas de nivel bajo y medio exudado, con una duración de tratamiento de al menos 7 días.</p>	25 cm X 25 cm	10	170,00€	1.700,00€	
SISTEMA DE CURADO DE HERIDAS POR PRESION NEGATIVA DE UN SOLO USO, SIN DEPÓSITO Y AUTOMÁTICO 14 DÍAS								
4	23	19229	Dispositivo compuesto de:	ANAT. PEQ	10	255,00€	2.550,00€	27.240,00€



LOTE	Nº ORDEN	Código producto	Descripción	Medidas	Consumo estimado 24 meses	Precio unitario IVA EXCLUIDO	Importe total IVA EXCLUIDO	TOTAL LOTE IVA EXCLUIDO
	24	19230	- Bomba desechable de un solo uso, que sea capaz de aplicar presión negativa para una duración de tratamiento de al menos 14 días	10 cm X 20 cm	35	230,00€	8.050,00€	
	25	19231	- Tubo de drenaje que conecta el apósito a la bomba mediante ventosa, antiacodable, y no debiéndose producir reflujo de líquido hacia la máquina.	15 cm X 15cm	45	230,00€	10.350,00€	
	26	19237	- Al menos 2 apósitos con cada bomba compuestos de cuatro capas: <ul style="list-style-type: none"> o Capa con adhesivo de silicona en contacto con el lecho de la herida, que asegure la fijación y facilite el sellado sin dañar la piel. o Capa de fibras que permita la transmisión eficaz de la presión negativa y que se distribuya por igual la presión de -80 mmHg por todo el lecho de la herida y que el exudado pase hacia la capa superabsorbente. o Capa de alta absorción de carboximetil celulosa. o Capa de film en el exterior que permita la evaporación y evite que el aire penetre. - El efecto del vacío tiene que durar o debe permanecer al menos 72 horas de forma visible exteriormente. - El dispositivo no debe producir ningún tipo de daño iatrogénico (decúbitos, irritaciones cutáneas, etc) - El dispositivo en su conjunto tiene que ser fácil de manejar. Con instrucciones de uso en castellano. - Las conexiones deben ser seguras, sin que se produzcan desconexiones accidentales y fáciles de manejar.	15 cm X 20 cm	25	230,00€	5.750,00€	



LOTE	Nº ORDEN	Código producto	Descripción	Medidas	Consumo estimado 24 meses	Precio unitario IVA EXCLUIDO	Importe total IVA EXCLUIDO	TOTAL LOTE IVA EXCLUIDO
			<ul style="list-style-type: none"> - El dispositivo debe ser silencioso, sin que se produzcan molestias al paciente. - Tiras adhesivas estériles para asegurar el correcto sellado. - Pilas para máquina de aspiración en caso de ser necesarias. - SIN DEPOSITO - Con indicador o alarma de pérdida de presión. <p>Indicaciones: Para la profilaxis y el tratamiento de heridas quirúrgicas. Para el tratamiento ambulatorio de heridas de nivel bajo y medio exudado, con una duración de tratamiento de al menos 14 días.</p>					
	27	19232	<p>APÓSITO DE ESPUMA DE RELLENO PARA USO EN TERAPIA DE PRESION NEGATIVA</p> <p>Espuma de poliuretano, reticulado, hipoalérgica, no irritante y recortable para adaptarse a cualquier forma de la herida. Que no se adhiera al lecho de la herida y no deje residuos en su retirada.</p> <p>Exenta de látex</p> <p>Indicación: Como material de relleno en heridas profundas donde se está utilizando terapia de presión negativa</p>	10 cm x 12 cm x 1,5 cm aprox	60	9,00 €	540,00€	
5	APÓSITO DE PLATA PARA USO EN TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA							
	28	16007	<p>APOSITO DE PLATA PARA USO EN TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA</p> <p>Apósito antimicrobiano en malla microperforado, flexible, extensible, recubierto con plata nanocrystalina. Adaptable a cualquier zona del cuerpo. Liberación de la plata de al menos 3 días. Contenido de plata de al menos 110 mg</p>	10 cm x 10 cm	25	11,00€	275,00€	275,00€



LOTE	Nº ORDEN	Código producto	Descripción	Medidas	Consumo estimado 24 meses	Precio unitario IVA EXCLUIDO	Importe total IVA EXCLUIDO	TOTAL LOTE IVA EXCLUIDO
			Que no se adhiera al lecho de la herida y no produzca traumatismos a su retirada. Exento de látex. Estéril Indicaciones: Como material de relleno en heridas, en heridas de espesor parcial o total como barrera antimicrobiana y en heridas con alta carga bacteriana donde se esté utilizando terapia de presión negativa					
6	APÓSITOS DE ESPUMA DE POLIVINILO ALCOHÓLICO PARA TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA							
	29	8981	<ul style="list-style-type: none">Esponja blanca de alcohol polivinilico prehumedecido. Densidad de poro entre 200 a 400 μ.Adaptable a cualquier tipo de heridaQue no se adhiera al lecho de la herida y no deje residuos en su retiradaExento de látex	Grande 10 cm x 15 cm aprox.	20	52€	1.040,00€	1.540,00€
	30	8982	Indicación: Protección de estructuras tisulares sensibles, como órganos, huesos, tendones, etc.	Pequeña 7,5 cm x 10 cm	10	50€	500,00€	
7	TERAPIA INSTILACION/PRESION NEGATIVA							
	31	14443	KIT DE ESPUMA MEDIANA PARA TERAPIA DE INSTILACIÓN/PRESIÓN NEGATIVA Kit compuesto por: <ul style="list-style-type: none">Espuma de poliuretano hidrófoba enrollada de forma espiral, para instilación de soluciones tópicas y aplicación de presión negativa. Medidas aproximadas:	MEDIANA 17 cm x 15 cm x 1,8 cm aprox.	30	105€	3.150,00€	6.120,00€



LOTE	Nº ORDEN	Código producto	Descripción	Medidas	Consumo estimado 24 meses	Precio unitario IVA EXCLUIDO	Importe total IVA EXCLUIDO	TOTAL LOTE IVA EXCLUIDO
			<ul style="list-style-type: none"> Film transparente impermeable a fluidos y que evite la entrada de aire y transpirable que permita la evaporación con una correcta adherencia y tolerancia cutánea. De retirada fácil y que no deje residuos en su retirada. Tiempo de permanencia mínimo del film en condiciones normales de 3 días. Protector cutáneo perilesional Drenaje de silicona o almohadilla de doble lumen, de tal forma que una luz permita el instilado de líquido en la herida, y la otra luz permita la aspiración del contenido drenado mediante aplicación de terapia de vacío. Con pinzas tipo clamp, y conexiones tanto al sistema de irrigación como al de drenado seguras. <p>Libre de látex El dispositivo no debe producir ningún tipo de daño iatrogénico (decúbitos, irritaciones cutáneas, etc.)</p>					
	32	14444	CARTUCHO PARA TERAPIA DE INSTILACIÓN/PRESIÓN NEGATIVA Casette de plástico rígido compuesto por: <ul style="list-style-type: none"> Un tubo de silicona terminado en punzón, que permita perforar la solución a instilar Tubo que conecta al drenaje de silicona con pinza clamp y conexión segura tipo bayoneta 		20	60€	1.200,00€	
	33	14445	CONTENEDOR 500 ML PARA TERAPIA DE INSTILACIÓN/PRESIÓN NEGATIVA Contenedor de plástico rígido de 500 ml de capacidad Graduado		30	59€	1.770,00€	



LOTE	Nº ORDEN	Código producto	Descripción	Medidas	Consumo estimado 24 meses	Precio unitario IVA EXCLUIDO	Importe total IVA EXCLUIDO	TOTAL LOTE IVA EXCLUIDO
			Tubo conector a drenaje con conexión segura y pinza tipo clamp. Con filtro de carbón activado Que permita ver el líquido drenado.					
TOTAL.....								164.635,00€

PARA LOS LOTES 1, 2 Y 7 EL ADJUDICATARIO DEBERÁ CEDER LOS DISPOSITIVOS DE ASPIRACIÓN NECESARIOS PARA LA APLICACIÓN DE LAS TERAPIAS, DURANTE EL PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y DEBERÁN CUMPLIR LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS COMO MÍNIMO:

- Terapia continua e intermitente
- Presión NEGATIVA entre -50 y -250mmHg
- Alarma antiestancamiento o de obstrucción de la terapia
- Alarma de fuga
- Alarma de batería baja
- Alarma de contenedor lleno
- Indicador de batería
- Iconos intuitivos
- Pantalla táctil
- De fácil manejo
- Bolsa de transporte (Solo para los lotes 1 y 2)
- Posibilidad de bloqueo de las funciones
- Capacidad de adaptación a diferentes tamaños de depósitos

EL ADJUDICATARIO SE ENCARGARÁ DE LA FORMACIÓN NECESARIA A TODO EL PERSONAL QUE GARANTICE LA CORRECTA UTILIZACIÓN DE LA TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA TANTO DE LA MAQUINA COMO DEL FUNGIBLE.



Cláusula Segunda

Alcance de las características técnicas.

Las empresas licitadoras deberán ofertar el material que constituye el objeto de este expediente de contratación, tomando como referencia las características técnicas que se describen en la cláusula primera.

Los licitadores deberán ajustar sus ofertas de los números de orden referentes a los implantes, a una propuesta técnica en la que, corriendo todos los gastos por su cuenta, se describa la solución tecnológica ofertada.

Cláusula Tercera:

Los licitadores deberán ofertar por precios unitarios, según modelo de Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Cuando el Precio Unitario, sin IVA ofertado, supere el precio unitario, sin IVA de licitación, la proposición será desechada.

Aquellas proposiciones en las que el resultado del producto del precio unitario, sin IVA, por el número de unidades estimadas, sea superior a la Base Imponible, sin IVA, especificada como base en los Pliegos, serán desechadas.

Asimismo, serán excluidas las proposiciones económicas presentadas a lotes con varios componentes, que no oferten a la totalidad de los mismos, o que excedan el precio de licitación, sin IVA, de alguno de ellos.

Las cantidades propuestas para la adjudicación son estimadas, su entrega está condicionada a las necesidades del Hospital.

Cláusula Cuarta:

Consideraciones sociales.

Las empresas adjudicatarias no deben practicar o apoyar la discriminación en la contratación, remuneración, acceso a la capacitación, promoción, despido o jubilación basada en la raza, origen social o nacional, casta, nacimiento, religión, discapacidad, género, orientación sexual, responsabilidad familiar, estado civil, afiliación a sindicatos, opiniones políticas, edad o cualquier otra condición que pueda dar origen a la discriminación.

Las empresas adjudicatarias no deben interferir en el ejercicio de los derechos de su personal para observar sus creencias o prácticas o para satisfacer sus necesidades relacionadas con la raza, origen social o nacional, religión, discapacidad, género orientación sexual, responsabilidad familiar, estado civil, afiliación a sindicatos, opiniones políticas o cualquier otra condición que pueda dar origen a la discriminación.

Las empresas adjudicatarias no deben permitir ningún comportamiento que sea amenazador, abusivo, explotador o sexualmente coercitivo, incluyendo gestos, lenguajes, y contacto físico en el lugar de trabajo, y donde sea aplicable, en residencias y otras instalaciones para el uso de sus empleados, ofrecidas por la empresa adjudicataria.

Cláusula Quinta:

Incorporación al contrato.

El presente Pliego, así como el de Cláusulas Administrativas Particulares, será incorporado como estipulación al contrato que se suscriba con el adjudicatario.

Fuenlabrada a 14 de junio de 2021
Gema Sarmiento Beltrán
Directora Gerente

CONFORME:
EL ADJUDICATARIO
FECHA Y FIRMA



ESTA PROHIBIDO FUMAR EN TODO EL HOSPITAL