



P.A.S.A. HCCR-16/2021-SU

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HABRÁ DE REGIR EN EL PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO CON CRITERIO PRECIO PARA EL SUMINISTRO DE JERINGAS PRECARGADAS CON 3 ML DE CLORURO SÓDICO AL 0,9% PARA EL LAVADO DE DISPOSITIVOS DE ACCESOS VASCULARES VENOSOS CON DESTINO AL HOSPITAL CENTRAL DE LA CRUZ ROJA

1.- OBJETO DEL CONTRATO

El contrato tiene por objeto el suministro de jeringas precargadas con 3ml de solución salina de cloruro sódico al 0,9% según se detalla en el pliego, para atender las necesidades asistenciales del Hospital Central de la Cruz Roja.

El plazo de ejecución será de veinticuatro meses con posibilidad de prórroga de veinticuatro meses.

2.- CONDICIONES GENERALES

2.1.- Condiciones generales de ejecución del suministro

El suministro se efectuará en el horario y lugar establecido por el Hospital Central de la Cruz Roja.

2.2.- Plazo de entrega/reposición

El plazo de entrega/reposición de los productos demandados será en los pedidos ordinarios, como máximo de 48 horas a contar desde el momento de recepción del pedido. Los pedidos calificados como urgentes por el Hospital, serán suministrados en las 24 horas siguientes a la recepción del pedido.

2.3.- Reposición por anomalía y defectos en el dispositivo

Caso de detectarse defectos en los productos suministrados, el adjudicatario sustituirá en el plazo de 24 horas dichos productos por otros del mismo tipo y con la calidad



adjudicada, debiendo comunicar al Servicio de Suministros la causa y motivo de dicha sustitución.

3.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Jeringa de un solo uso precargada con 3ml de solución de cloruro de sodio al 0,9%, estéril y apirógena indicada para el lavado de accesos vasculares venosos que no requieran manejo en campo estéril.
- Contenido y recorrido del fluido estéril.
- Tres piezas, cuerpo de polipropileno transparente con escala medidora precisa, nítida e imborrable.
- Diámetro de jeringa de 10ml y longitud ajustada al contenido de solución.
- Cono luer-lock estándar compatible con conectores de acceso vascular y con llaves de 3 pasos.
- Émbolo formado por un vástago de fácil desplazamiento y cuerpo translucido.
- Tope trasero de seguridad.
- Con tapón protector de fácil manejo.
- Exento de látex, PVC y Ftalatos/DEHP.
- Envasado individual de fácil apertura

4.- CONSUMOS

DENOMINACIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO S/ IVA	PRECIO UNITARIO C/ IVA
JERINGA PRECARGADA 3 ML DE CLORURO DE SODIO al 0,9%	151.200	0,195	0,236



5.- MUESTRAS

Se entregarán 10 unidades. Si es necesario, durante el periodo de evaluación técnica se podrán solicitar más muestras.

Cada licitador entregará en el almacén junto con las muestras bien identificadas, dos relaciones donde se detalle el número de expediente, de lote y nombre del proveedor.

Cada artículo estará etiquetado exteriormente con el nombre de la empresa y número de expediente.

En caso de no presentar muestras, quedará excluido.

6.- REQUERIMIENTOS PARA EL ENVASADO Y ETIQUETADO DEL PRODUCTO

1. El producto objeto de este contrato deberá cumplir con la normativa en vigor durante toda la duración del contrato.

Deberá reunir las condiciones exigidas en el Real Decreto 1591/2009 del 16 de octubre por el que se regulan los productos sanitarios.

En cada artículo deberá figurar impreso el correspondiente y obligado marcado CE conforme a lo dispuesto en el artículo 125.1 b) de la ley 9/2017 de 8 de noviembre, de contratos del sector público.

2. Las medidas deberán venir expresadas en medidas europeas.

3. La documentación técnica estará en castellano.

4. Etiquetado en el que figure de forma perfectamente legible:

- .Denominación del artículo.
- .Método de esterilización utilizado.
- .Referencia comercial.
- .Número de lote.
- .Fecha de caducidad.
- .Marcado CE.

5. Envasado individual de fácil apertura.



7.- CAMBIOS DE REFERENCIA

En caso de producirse un cambio que incorpore avances o innovaciones que mejoren el producto adjudicado, podrá actualizarse siempre que se mantengan como mínimo las mismas características y el mismo precio, previa solicitud a la unidad de contratación y autorización del responsable del contrato.

LA DIRECTORA DE GESTIÓN

Fdo.: Estrella Mas Cebrián

