

EXPEDIENTE: 2021-3-3

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA EL SUMINISTRO DE KITS DE TERAPIA ENDOLUMINAL DE PRESIÓN NEGATIVA PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

OBJETO DEL CONTRATO:

El presente contrato tiene por objeto el suministro de Kits de Terapia Endoluminal de Presión Negativa para Esófago, Kits de Terapia Endoluminal de Presión Negativa para Colón y Sistemas de Drenaje de Vacio para Terapia Endoluminal para el Hospital.

El Expediente consta del siguiente lote:

LOTE	Nº Orden	DESCRIPCIÓN ARTICULO
1	1	KIT TERAPIA ENDOLUMINAL DE PRESION NEGATIVA PARA ESOFAGO (ESO SPONGE)
	2	KIT TERAPIA ENDOLUMINAL DE PRESION NEGATIVA PARA COLON (ENDO SPONGE)
	3	SISTEMA DRENAJE DE VACIO PARA TERAPIA ENDOLUMINAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

LOTE 1. (ORDEN 1). KIT TERAPIA ENDOLUMINAL DE PRESIÓN NEGATIVA PARA ESOFAGO (ESO SPONGE)

El envase preparado para cada procedimiento de recambio debe disponer de todo el material necesario para su inserción y retirada:

- Esponja específica ESO-SPONGE con sonda flexible.
- Sobretubo y dispositivo empujador.
- Adaptador de irrigación de la esponja.
- Jeringuilla de lavado.
- Conector en "Y".

Debe garantizarse la disponibilidad de los dos tamaños comercializados por el fabricante:

- Tamaño 1: Diámetros de sobretubo: interno: 13 mm / externo 17 mm.
- Tamaño 2: Diámetros de sobretubo: interno: 15 mm / externo 19 mm.

LOTE 1. (ORDEN 2). KIT TERAPIA ENDOLUMINAL DE PRESIÓN NEGATIVA PARA COLÓN (ENDO SPONGE)

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS EXP.2021.3.3

El envase preparado para cada procedimiento de recambio debe disponer de todo el material necesario para su inserción y retirada:

- Esponja específica ENDO-SPONGE con sonda flexible.
- Sobretubo y dispositivo empujador.
- Adaptador de irrigación de la esponja.
- Jeringuilla de lavado.
- Conector en "Y".

LOTE 1. (ORDEN 3). SISTEMA DRENAJE DE VACIO PARA TERAPIA ENDOLUMINAL

- Indicador de vacío mediante escala visual de alto contraste.
- Sistema de regulación de la intensidad de vacío de tres posiciones.
- Conexión de hasta dos esponjas mediante conexión en Y.

MUESTRAS

Para la evaluación de los productos se solicitan muestras: **NO**

- No obstante, y durante el período de evaluación técnica de los productos ofertados, se podrán solicitar muestras en aquellos casos que se considere necesario, requisito imprescindible para poder valorar la calidad del producto

Lugar de Entrega: **Almacén General. Edificio MI planta -2**

FORMACIÓN

La empresa adjudicataria deberá formar, sin coste alguno para el Centro, si es preciso, al personal que se determine para el correcto uso de los productos, entregándose sin cargo el material docente necesario para la formación.

OTROS

El presente pliego, así como el de Cláusulas Administrativas Particulares, será incorporado como parte del contrato.

Madrid, 23 de diciembre del 2021

JEFE DE SECCIÓN UNIDAD DE ENDOSCOPIAS

Fdo.: Dr. José Díaz Tasende



EXPEDIENTE: 2021-3-3

OBJETO: SUMINISTRO DE KITS DE TERAPIA ENDOLUMINAL DE PRESION NEGATIVA PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

					PRESUPUESTO				VALOR ESTIMADO (incluida modificación)	EPIGRAFE
LOTE	Nº orden	DESCRIPCION ARTICULO	CANTIDAD INICIAL 12 MESES	CANTIDAD PRORROGA 12 MESES	PRECIO S/IVA	BASE IMPONIBLE	IVA 21%	IMPORTE TOTAL		
1	1	KIT TERAPIA ENDOLUMINAL DE PRESION NEGATIVA PARA ESOFAGO (ESO SPONGE)	30	30	445,00	13.350,000	2.803,500	16.153,500	29.370,000	27004
	2	KIT TERAPIA ENDOLUMINAL DE PRESION NEGATIVA PARA COLON (ENDO SPONGE)	10	10	445,00	4.450,000	934,500	5.384,500	9.790,000	27004
	3	SISTEMA DRENAJE DE VACIO PARA TERAPIA ENDOLUMINAL	20	20	35,00	700,000	147,000	847,000	1.540,000	27004
						18.500,000	3.885,000	22.385,000	40.700,000	