



**Hospital Universitario
Severo Ochoa**

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía la firma auténtica y, para evitar el acceso a datos personales protegidos, se ha ocultado el código que permitiría comprobar el original.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

Nº EXPEDIENTE: PA 11-2021

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE EQUIPOS DE
ELECTROMEDICINA DEL HOSPITAL U. SEVERO OCHOA Y
CENTRO DE ESPECIALIDADES M^a ANGELES LÓPEZ GÓMEZ**

La autenticidad de este documento se puede
mediante el siguiente código seguro de verifi

**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR LA CONTRATACIÓN
DE SERVICIO “MANTENIMIENTO INTEGRAL DE EQUIPOS DE ELECTROMEDICINA
DEL HOSPITAL U. SEVERO OCHOA Y CENTRO DE ESPECIALIDADES M^a ÁNGELES
LÓPEZ GÓMEZ (PA 11-2021)**

Este Pliego de Prescripciones Técnicas habrá de regir la ejecución de la prestación del servicio cuyo objeto a continuación se indica, de conformidad con los requisitos que para cada contrato establece la LCSP. El plazo de ejecución será de 24 meses y el presupuesto de licitación es **2.577.656,36 €**, siendo la base imponible **2.130.294,51 €** y el IVA (21%) **447.361,85 €**.

1.- OBJETO Y ALCANCE

El objeto de este contrato es el servicio de mantenimiento integral de los equipos de electromedicina del Hospital Universitario Severo Ochoa y Centro de Especialidades M^a Ángeles López Gómez. La prestación del servicio se realizará de acuerdo con los requerimientos y condiciones estipulados en este Pliego, así como en el correspondiente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, de los que se derivarán los derechos y obligaciones de las partes contratantes, teniendo ambos carácter contractual.

1.1. ÁMBITO DE APLICACIÓN

Los equipos de electromedicina que componen la dotación del hospital y centro de especialidades y son objeto del presente contrato, son los incluidos en el ANEXO 1, podrían agruparse en la siguiente clasificación genérica (no exhaustiva):

| NIVEL | CLASIFICACIÓN |
|---------|---|
| CRÍTICO | Instalaciones eléctricas de quirófanos y UCI's (excluyendo SAI's). |
| | Instalación y equipos de esterilización. |
| | Equipos de soporte vital (desfibriladores, equipos quirúrgicos, incubadoras, equipos de ventilación y soporte vital). |
| | Quirófanos integrados (hardware y software). |
| | Software de equipamiento electromédico (aplicaciones: Omnicell, Testo, OGS, TMVUE, OBTVUE). |
| | |

| | |
|---------|--|
| URGENTE | Instalaciones de radiodiagnóstico y equipamientos asociados. |
| | Instalación y equipamiento de cabinas de flujo laminar. |
| | Equipos de imagen médica indicados en el inventario que se adjunta (endoscopia diagnóstica y quirúrgica, equipos de radiología,...). |
| | Equipos de ecografía. |
| | Instalación de medios audiovisuales. |
| NORMAL | Mobiliario electromédico (eléctrico, electrohidráulico o electromecánico). |

1.2.- EXCLUSIONES

Se excluyen del servicio objeto del contrato los siguientes equipos:

- Mobiliario no electromédico.
- Fibroscopios endoscopia.
- Instrumental quirúrgico esterilizable.
- Redes informáticas de equipos no electromédicos y centrales telefónicas.
- Equipos de alta tecnología siguientes:

| EQUIPO | MARCA | MODELO | Nº SERIE |
|--------------|------------------|----------------------|--------------|
| TAC | PHILIPS | BRILLIANCE 16 | 5570 |
| TAC | SIEMENS | SOMATON SESATION 40 | 57312 |
| ANGIOGRAFO | PHILIPS | AZURION | 78952171 |
| RESONANCIA | PHILIPS | INGENIA OMEGA 1.5 T | 87034 |
| RESONANCIA | GENERAL ELECTRIC | SIGNA EXPLORER 1.5 T | DEL71943 |
| HEMODINAMICA | PHILIPS | INTEGRIS ALLURA | 01H032138-14 |

- Para aquel equipamiento electromédico que tenga un contrato de mantenimiento o arrendamiento vigente, se encuentre dentro de la condición de un “equipo en cesión”, o en garantía de compra en el momento de la formalización de este contrato, el mantenimiento estará excluido de la empresa adjudicataria, pero el servicio prestado por esta empresa consistirá en llevar un control y seguimiento del grado de mantenimiento aplicado a estos equipos (indicando al Hospital las posibles irregularidades). Tras la finalización de dichos contratos, garantías y períodos de cesión, se prestará el mismo servicio “todo riesgo integral” también sobre esos equipos en las mismas condiciones que para el resto de equipamiento electromédico.

2.- TIPO DE CONTRATO: MANTENIMIENTO INTEGRAL

El servicio objeto de este contrato será el mantenimiento **integral** de los equipos de electromedicina del HOSPITAL UNIVERSITARIO "SEVERO OCHOA" Y CENTRO DE ESPECIALIDADES "M^a ANGELES LÓPEZ GÓMEZ", que incluirá tanto **la mano de obra como los materiales**. La finalidad de este servicio será alcanzar el mejor estado de las

partes y elementos componentes de los equipos electromédicos e instalaciones médicas correspondientes a quirófanos integrados, resto de salas quirúrgicas y paritorios, UCI's, salas radiológicas, salas de pruebas espaciales y salas blancas.

Facilitando, asimismo, la obtención de las funciones y prestaciones que deben cumplir, minimizando las posibles paradas como consecuencia de averías, y realizando las acciones correctoras en general o de primera intervención en todos aquellos equipos e instalaciones médicas que se asignen, llevando a cabo los planes de **mantenimiento preventivo y correctivo**, establecidos por el fabricante o, en su defecto, los que presente el adjudicatario.

Se llevará, asimismo, una gestión informatizada del servicio con seguimiento estadístico de incidencias y averías de cada aparato, equipo e instalación.

Realización de plan de gestión medioambiental y plan de formación.

Se realizará una colaboración técnica con el Centro.

2.1.- MATERIALES Y REPUESTOS

2.1.1- MATERIALES Y REPUESTOS INCLUIDOS

Los materiales necesarios para la ejecución de los trabajos, objetivo de la presente contratación tendrán una doble consideración:

- a) Materiales propios de equipos e instalaciones medicas correspondientes a quirófanos integrados, resto de salas quirúrgicas y paritorios, UCI's, salas radiológicas, salas de pruebas espaciales y salas blancas. Piezas para sustitución por reparación, que son necesarios sustituirlos por deterioro, envejecimiento, desgaste, rotura o incorrecto funcionamiento serán por cuenta de la empresa adjudicataria.
- b) Los materiales de mantenimiento propiamente dicho, correrán por cuenta del adjudicatario, y a tal efecto mantendrá el adecuado stock para no perturbar el desarrollo de las operaciones de mantenimiento. Estarán comprendidos en este grupo: aceites y grasas ordinarias, desengrasantes, antioxidantes, anticorrosivos, desincrustantes, detergentes y artículos de limpieza, teflón, tornillería, material de soldadura, clemas, conectores, y cualquier otro material que pueda tener la condición de elemento de unión y conexión. En este último sentido, la sustitución de todo repuesto que pueda incidir en la pérdida de garantía de calidad, fiabilidad y seguridad del equipo o la instalación es enteramente responsabilidad del adjudicatario, debiendo asegurar que cumple perfectamente con lo especificado por el fabricante y las normas o recomendaciones que marquen los organismos competentes en cada momento.

De este modo se encuentran incluidos todos los materiales y repuestos necesarios para las reparaciones, ya sea debido a rotura o avería como agotamiento o caducidad.

Todos los materiales empleados para el desarrollo de los trabajos, objeto de esta contratación, serán siempre originales, homologados y/o autorizados por el fabricante mediante el correspondiente certificado de compatibilidad. Si por causa justificada, hubiese que modificarlos, el adjudicatario presentará debidamente documentada la propuesta correspondiente y no procederá a su instalación sin la debida autorización del Hospital.

En este sentido, están expresamente incluidos:

- Hardware y software propio y asociado al equipo electromédico.
- Transductores y sondas de equipamiento, (cuando una sonda no tenga reparación el adjudicatario asumirá el cambio por otra equivalente reacondicionada 'refurbished').
- Válvulas electrónicas.
- Cadenas de imagen.
- Transformadores de alta.
- Intensificadores de imagen.
- Sensores de varios usos.
- Sondas de ecografía.
- Tubos RX.
- Cables que forman parte integrante del equipo.
- Fungible.
- Ópticas, (cuando una óptica no tenga reparación el adjudicatario asumirá el cambio por otra equivalente reacondicionada 'refurbished').
- Baterías, pilas.
- Todo tipo de lámparas (xenon, ultravioleta, ...)
- Células
- Filtros.

La adjudicataria se dotará para su disposición inmediata de un stock de almacenamiento de repuestos en el propio Hospital. De la misma forma, la gestión y almacenaje de los mismos, correrá a cargo de la empresa adjudicataria.

2.1.2.- MATERIALES Y REPUESTOS EXCLUIDOS

La adjudicataria está obligada a suministrar al Hospital, sin cargo alguno, todos los materiales y repuestos necesarios para realizar todos los mantenimientos descritos, a excepción de los consumibles y sensores de un solo uso o vida determinada.

3.- METODOLOGÍA DE PUESTA EN MARCHA Y DESARROLLO DEL CONTRATO

Desde el inicio de la formalización del contrato, el adjudicatario entregará el plan de actuación diseñado en su oferta, tanto para la puesta en marcha, como para el desarrollo del mismo. Éste deberá ser validado por el Centro antes de su puesta en marcha.

3.1. PUESTA EN MARCHA DEL CONTRATO

El adjudicatario deberá entregar en el plazo de 1 mes desde la formalización del contrato, un informe inicial comprensivo del estado de equipamiento objeto del contrato, incluyendo todas las posibles consideraciones que estime oportunas en relación al nivel de funcionamiento, estado del equipo, cumplimiento legal, así como cualquier otra consideración en relación con los mismos. Todo ello teniendo en cuenta, entre otros, la seguridad y funcionalidad previstas por el fabricante del equipamiento

3.2. DESARROLLO DEL CONTRATO

3.2.1. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

Las funciones y obligaciones a desarrollar por el adjudicatario serán:

- Cumplir la normativa en cada uno de los diferentes equipos e instalaciones.
- Poner en marcha todos los planes de mantenimiento
- Proponer correcciones de los programas de Mantenimiento según las necesidades.
- Desarrollo operativo, debidamente protocolizado, de los planes de mantenimiento preventivo, predictivo y técnico legal.
- Tomar decisiones correctivas en general o de primera intervención en todas aquellas instalaciones que así lo requieran.
- Confeccionar el inventario en el plazo de 3 meses desde la formalización del contrato y mantener el historial actualizado de los equipos e instalaciones asignadas, previamente identificados.
- Tramitar al Responsable del Servicio Técnico información puntual relacionada con los equipos e instalaciones asignados.
- El Mantenimiento de Verificaciones Funcionales será realizado sobre aquellas instalaciones que, de acuerdo a las especificaciones de los reglamentos, directrices, normas o recomendaciones industriales o sanitarias, de carácter general, comunitario, nacional o autonómico, lo requieran.
- A solicitud de la Dirección del Hospital se podrán realizar cuantas comprobaciones se consideren necesarias para el correcto funcionamiento de todos los equipos e instalaciones incluidas en el presente pliego, siendo por cuenta de éste los gastos ocasionados en la comprobación por un tercero, cuando quede acreditado por el fabricante del equipo o instalación que el mantenimiento o reparación no se había efectuado de forma satisfactoria.
- Las operaciones o reparaciones cuya ejecución produzcan un gran trastorno al

Servicio serán realizadas durante los horarios que señale la Dirección, siendo válido cualquier turno y en cualquier día de la semana, incluidos sábados, domingos y festivos.

- Mensualmente el adjudicatario emitirá y entregará al Hospital un informe, escrito y protocolizado, de los trabajos y tareas efectuadas, del cumplimiento de todos los programas de Mantenimiento (Preventivo y Correctivo) y de los resultados obtenidos, así como de cualquier incidencia que sea importante destacar.
- Gestión de alertas sanitarias.
- Participación junto con el Servicio de Mantenimiento en trabajos relacionados con el equipamiento: traslados, limpiezas, etc.
- Gestión del almacén.
- Servicio de guardia 24 horas al día, todos los días del año.
- Gestiones y obligaciones medioambientales.
- Subcontratación.
- Obligaciones de carácter laboral.
- Planes de formación.
- El adjudicatario deberá recopilar en un "Libro de Manuales de Equipos Electromedicina" la documentación técnica organizada y codificada de cada equipo donde constará: fichas de características, instrucciones de mantenimiento y explotación, etc.
- Asimismo, en el plazo de 1 mes desde la puesta en marcha del contrato, elaborará un informe detallado de los equipos e instalaciones más representativos, tanto desde el punto de vista técnico como legal, señalando las deficiencias observadas que puedan afectar al cumplimiento del contrato. La reparación de estas deficiencias se realizará a criterio único y exclusivo del Hospital. Dicho informe tendrá la consideración de exclusivo, por lo que todo lo que no quede reflejado en él, será aceptado tácitamente por la empresa adjudicataria como idóneo, pudiendo serle exigido con posterioridad las obligaciones que dimanen de esta contratación. El citado informe será remitido a la Dirección del Hospital.
- Durante la fase de desarrollo del contrato, el adjudicatario emitirá los informes en el formato y con periodicidad mensual, en relación con la situación del equipamiento objeto de este pliego.
- Tanto en la puesta en marcha como en el desarrollo del contrato, se detallarán las condiciones mínimas exigibles: acceso a GMAO y otras herramientas de gestión y

comunicación (correos electrónicos, etc.) que decida el hospital.

- Se detallarán los flujos de información en el desarrollo de las tareas: recepción de órdenes de trabajo, mecanización, informes, autorizaciones, etc. Serán de obligado cumplimiento por parte del adjudicatario.
- Toda la metodología de actuación presentada por la empresa adjudicataria estará sujeta a la aprobación del hospital, en concordancia con la memoria presentada en fase de valoración.
- La empresa adjudicataria efectuará sobre los equipos electromédicos e instalaciones objeto del contrato, las siguientes funciones:
 - Operaciones de mantenimiento preventivo, correctivo y control de calidad según las indicaciones de este pliego, garantizando la adecuada utilización, la buena conservación y durabilidad de los equipos.
 - Se recogerán las acciones a efectuar en los equipos con indicación de su periodicidad.
 - Atender y resolver las consultas y dudas que, de carácter técnico u operativo, les puedan plantear el personal del Hospital responsable de equipos o instalaciones sujetas a este contrato, al objeto de minimizar las incidencias por mal uso.
 - El adjudicatario deberá realizar, cuando así lo designe el Hospital, la comprobación "in situ" y revisión posterior, de las reparaciones amparadas en contratos de mantenimiento específico o excluido de este Pliego y llevadas a cabo por las compañías fabricantes o mantenedoras de los equipos de electromedicina e instalaciones médicas especiales incluidas las exclusiones del apartado 1 de este Pliego.

3.2.2. GMAO Y GESTIÓN DE ALMACÉN

3.2.2.1. GMAO

En la actualidad el centro desarrolla su actividad con el programa informático (GMAO) MANTHOSP.

El adjudicatario deberá correr con las licencias del antecitado programa.

Si en cualquier momento de la vida del contrato, se decidiera implantar una solución corporativa, ésta tendrá que ser asumida por el adjudicatario.

La adjudicataria presentará un programa de trabajo que incluya cronograma, metodología de recogida de datos, desglose de campos de identificación de equipos, etc. La dirección tomará la decisión última en la inclusión de los campos que considere oportuno o modificar los propuestos por la Adjudicataria.

El adjudicatario deberá colaborar con el Hospital, en la gestión y mantenimiento del inventario, manteniendo “vivo” el estado del mismo, mediante la introducción de los datos históricos del mantenimiento de los equipos, incluyendo aspectos administrativos y contables, así como las bajas y altas de equipos.

Deberán presentar en su oferta los campos mínimos de control y seguimiento de carácter técnico, administrativo y contable.

Asimismo, establecerá el suficiente soporte administrativo, tanto personal como de sistemas que le permita disponer en todo momento de información actualizada de todos los equipos e instalaciones objeto del presente Pliego, así como realizar un seguimiento pormenorizado de todo el inventario sujeto al ámbito de este concurso, las actuaciones valoradas que se realicen sobre dichos elementos, plan de revisiones incluidas en el mantenimiento preventivo, imputación de gastos, etc.

El programa informático contemplará las fichas de todas y cada uno de los equipos e instalaciones médicas especiales. Dicho programa informático estará capacitado para imputar individualizadamente a cada instalación, Servicio, Unidad y GFH los costes correspondientes.

A la finalización del presente contrato la aplicación informática quedará en poder del Hospital y estar permanentemente a disposición de este.

3.2.2.2. GESTIÓN DE ALMACÉN

La gestión de almacén será realizada íntegramente por la adjudicataria, tanto de los materiales propios de equipo como de los materiales de mantenimiento propiamente dicho.

La adjudicataria deberá disponer y mantener un stock de material que permita un desarrollo sin perturbaciones de la actividad asistencial, en caso de parada de alguno de los equipos. Será responsabilidad del adjudicatario el mantener almacenados ciertos componentes importantes de equipos o equipos completos (equipos de reserva) para intentar minimizar los tiempos de resolución de averías y por lo tanto los tiempos de parada de los equipos, sobre todo aquellos de mayor impacto en la actividad asistencial.

3.2.3. MEDIOS TÉCNICOS

Los medios técnicos serán aportados por la empresa adjudicataria. Cada equipo técnico irá dotado de los más aventajados equipos de diagnóstico en averías, así como de aquellas herramientas y aparatos de medida precisos para el normal desarrollo de las actividades, siendo los más frecuentes:

- Simuladores de señales.
- Calibradores.
- Medidores de resistencia eléctrica
- Medidores de fugas.

- Registradores de: Tensión, Intensidad y Temperatura.
- Polímetros.
- Osciloscopios.
- Analizadores de Espectros.
- Generadores de señales.
- Fuentes de alimentación.
- Frecuenciómetros,
- Sonómetros.
- Generadores de E.C.G.
- Contadores Geiger.
- Dosimetría.
- Material de protección de RX.
- Mascarillas autónomas protectoras para actuaciones.
- Protecciones adecuadas para la diversidad de trabajos a realizar.
- Maletín individual.

Y en general, todos aquellos necesarios para obtener plenas garantías de los trabajos efectuados.

El Hospital pondrá a disposición del adjudicatario un local de suficiente amplitud para almacén y taller.

3.2.4. COORDINACIÓN, CONTROL E INSPECCIÓN DEL SERVICIO

3.2.4.1. COORDINACIÓN DEL SERVICIO

El Hospital ejercerá la supervisión y coordinación del adjudicatario, a fin de asegurarse que el mantenimiento y conservación se está llevando a cabo conforme a las exigencias del Pliego y compromisos contractuales establecidos, ejerciéndose estas funciones preferentemente por parte del Jefe o responsable del Servicio de Mantenimiento del Centro o persona en quien delegue la Dirección del Centro.

Toda la metodología de actuación presentada por la empresa adjudicataria, estará sujeta a la aprobación del hospital, en concordancia con la memoria presentada en fase de valoración.

3.2.4.2. CONTROL E INSPECCIÓN DEL CONTRATO

Para ejercer las funciones de control e inspección que se deriven del desarrollo del contrato, el Centro cuenta con un representante técnico ante la empresa adjudicataria, que será el Jefe de Servicio de Mantenimiento o persona delegada por la Dirección del Hospital y con todos los medios personales y materiales que el Centro ponga a su disposición.

3.2.4.3. COMUNICACIÓN

La empresa adjudicataria deberá presentar al Jefe de Servicio, por medio de su responsable técnico, los informes de actividad indicados en el presente pliego y cuantos les pudieran ser requeridos relativos al alcance del contrato, con la siguiente periodicidad:

- Mensual para informes periódicos y puntuales a demanda del Jefe de Servicio.

Cualquier incumplimiento en lo establecido en el contrato, será puesto en conocimiento de la empresa adjudicataria a través de su responsable técnico o responsable del contrato. Ello se comunicará mediante la oportuna acta de incidencias, cuya recepción será en cualquier caso firmada y aceptada por los mismos, en cada caso.

3.2.4.4. INSPECCIÓN

El Jefe de Servicio podrá efectuar en cualquier momento las medidas de control que se consideren oportunas para la vigilancia del correcto cumplimiento de las obligaciones a las que está sometido el adjudicatario, mediante controles de cumplimiento de los parámetros de calidad exigidos en el pliego. Para ello tendrá completo dominio sobre los sistemas de información utilizados (GMAO), informes técnicos, documentación técnica, etc.

3.2.4.5. CONTROLES

3.2.4.5.1. CONTROLES INTERNOS DE ACTIVIDAD

a) Mantenimiento Preventivo y técnico legal:

- En la oferta técnica se indicarán las actuaciones de mantenimiento preventivo que el Adjudicatario ejecutará sobre los equipos descritos en el apartado 1 y sus componentes de forma programada y en las que se incluirán todas las actuaciones reflejadas por el fabricante en el correspondiente protocolo del equipo, y todas aquellas acciones que tiendan a asegurar un estado óptimo de los equipos, desde el punto de vista funcional, de seguridad, de rendimiento energético e incluso de protección del medio ambiente. Formarán necesariamente parte de dichas actuaciones aquellas expresamente recomendadas por el fabricante.
- El adjudicatario deberá realizar el seguimiento de los Mantenimientos Preventivos de los equipos llevados a cabo por las empresas mantenedoras, dicho mantenimiento se realizará siguiendo la normativa para cada equipo electromédico.

- El adjudicatario se compromete a la elaboración en el plazo máximo de 1 mes desde la adjudicación de un “Manual de Mantenimiento Preventivo de los Equipos Electromédicos” que definirá el sistema operativo a desarrollar, desde el punto de vista de tareas a realizar, periodicidad para llevarlas a cabo y hará entrega en la oficina técnica de mantenimiento y en los servicios afectados para la facilitar la programación de actividades asistenciales.
- El adjudicatario hará las revisiones en un horario pactado con el Jefe de Servicio de Mantenimiento y Activos Fijos en el que no se interfiera en la actividad asistencial. En caso de ser imposible la realización de la revisión en horario compatible con la asistencia, los equipos deberán ser sustituidos por otros de idénticas características durante la intervención.
- El mantenimiento Preventivo será realizado sobre aquellos equipos que, de acuerdo a las especificaciones de los reglamentos industriales o sanitarios, tanto de carácter general, comunitario, nacional o autonómico, de obligado cumplimiento lo requieran. Así mismo se realizarán, asumiendo todos los costes derivados el adjudicatario, las comprobaciones, cualificaciones y calibraciones (incluidas las que requieran certificado ENAC) que dimanen del aseguramiento de la calidad según normas ISO, EFQM, etc.
- Se incluye en el mantenimiento Preventivo las inspecciones periódicas a realizar por las empresas Colaboradoras de las Administración competente.
- Asimismo, se responsabilizará de la notificación al Hospital de cualquier cambio de la legislación, durante la vigencia del Contrato, que obligará a la modificación total o parcial de los equipos o instalaciones. Si no realizase esta notificación y el Hospital fuera, como consecuencia de ello, objeto de sanción administrativa, el importe de la misma le sería descontado de la facturación.
- Las actualizaciones debidas a alertas de seguridad o mejoras del fabricante (FMI), independientemente de que se realicen por el fabricante según marca la legislación vigente, deberán gestionarse el adjudicatario, tanto en el seguimiento como su recepción y notificación al hospital. Asimismo, cuando el fabricante notifique la necesidad de actualizar un equipo mediante instrucciones internas propias, igualmente deberán ser gestionadas por el adjudicatario.

b) Mantenimiento Correctivo:

- El mantenimiento correctivo será realizado sobre la totalidad de los equipos descritos en los apartados 1 a excepción de los equipos excluidos y detallados en el mismo apartado, realizándose sobre los mismos todo tipo de actuaciones tendentes a su reparación y puesta en servicio, en los plazos más exiguos posibles.
- Si las reparaciones implicaran parada de equipos o instalaciones, o riesgo de parada

sobre otras instalaciones subsidiarias en marcha se requerirá la autorización previa de la Dirección del Hospital, el Jefe de Servicio de Mantenimiento o persona en quien delegue y serán realizadas en los horarios más idóneos a su juicio.

-
- Todas las actuaciones de mantenimiento correctivo deberán ejecutarse, con el conocimiento y autorización previa del Servicio de Mantenimiento.
- La disponibilidad estará en función del nivel de resolución requerido ante una contingencia, de los equipos objeto del contrato; siendo el Hospital quien lo determine. Para ello, se establecen los siguientes parámetros temporales de actuación:
 - ✓ Tiempo máximo de respuesta: tiempo transcurrido entre la recepción del aviso y el tiempo que tarda un técnico de la empresa adjudicataria en personarse en el lugar de la incidencia para revisar el equipo y valorar su situación.
 - ✓ Tiempo máximo de solución: tiempo transcurrido entre la recepción del aviso y la reparación total de la avería.
- A todos los efectos se considerará la siguiente tabla:

| CLASIFICACIÓN DEL EQUIPAMIENTO | TIEMPO MÁXIMO DE RESPUESTA | TIEMPO MÁXIMO DE RESOLUCIÓN |
|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| NORMAL | 24 HORAS | 120 HORAS |
| URGENTE | 1 HORA | 24 HORAS |
| CRÍTICO | 30 MINUTOS | 6 HORAS |

Se basarán en el nivel de resolución establecido según la siguiente tabla, siendo los niveles de clasificación del equipamiento, los establecidos en el apartado 1 de estas instrucciones.

Si por cualquier motivo, el adjudicatario estimase que no va a cumplir con los tiempos máximos de resolución estipulados, podrá proponer la sustitución temporal de los equipos, en su caso, por otros de características funcionales similares que deberán ser aceptados previamente por el Centro. En este caso, no correrá el tiempo establecido en la tabla anterior de penalizaciones.

Todos los equipos de sustitución deberán ir acompañados por una declaración responsable de la empresa adjudicataria, en cuanto a que los mismos se encuentran en perfectas condiciones de utilización y que están sujetos a las revisiones en tiempo y forma que indican los protocolos del fabricante. Asimismo, incluirán en dicha declaración que dichos equipos son propiedad del adjudicatario o, en su defecto, que han sido adquiridos mediante procedimientos puntuales legalmente establecidos.

Esta documentación estará en posesión del adjudicatario, pudiendo el centro demandarla en cualquier momento.

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones señaladas será objeto de penalización.

El adjudicatario elaborará un registro de mantenimiento correctivo de todas las averías producidas, en la que se reflejarán los equipos, ubicación, materiales empleados, tiempos, etc. permaneciendo a disposición del Hospital.

Todas las actuaciones correctivas estarán registradas en la ficha histórica de cada aparato.

Todos los materiales necesarios para las reparaciones serán suministrados por la empresa adjudicataria, sea cual fuere su importe, asimismo la gestión y almacenaje de dichos repuestos será a cargo del mismo.

Los tipos de mantenimiento arriba descritos se corresponden con la clasificación de la norma UNE-EN 13306. Cualquier otro tipo de mantenimiento considerado, adoptará la nomenclatura descrita en dicha norma.

3.2.4.5.2. CONTROLES INTERNOS DE PERSONAL

La empresa adjudicataria deberá dotarse de un sistema de control de fichaje con arreglo a la vigente legislación, que garantice la trazabilidad de la asistencia manteniendo la debida confidencialidad de los trabajadores del servicio de mantenimiento de electromedicina. Este sistema será accesible al Jefe de Servicio de Mantenimiento. La implantación, puesta en marcha, mantenimiento y formación de esta aplicación correrá por cuenta del adjudicatario.

La implantación de este sistema se realizará en el plazo de 1 mes desde la firma del contrato, siendo objeto de penalización su incumplimiento.

En caso de ausencia, falta de cumplimiento en la cobertura del personal técnico según condiciones del pliego, o inobservancia de las normas del hospital en cuanto accesos, identificación, etc., se aplicará las penalidades correspondientes.

3.2.4.5.3. CONTROLES EXTERNOS

El hospital podrá realizar cuando lo estime oportuno, la realización por empresas y/u organismos especializados, sin ningún tipo de vinculación mercantil con la adjudicataria del contrato, de auditorías tendentes a evaluar la calidad del servicio prestado y el grado del cumplimiento del mismo, según las obligaciones establecidas en el Pliego.

El Centro podrá, además, en cualquier momento, efectuar las medidas de control que

considere oportunas para la vigilancia del correcto cumplimiento de las obligaciones a que está sometida la empresa adjudicataria.

Cualquier incumplimiento de las obligaciones contractuales, será comunicado a la empresa adjudicataria a través del Responsable Técnico, mediante la oportuna acta de incidencias, que será en cualquier caso aceptada y firmada por el mismo.

Independientemente de los informes que diariamente aporte al Centro a través de los distintos soportes y documentos, el responsable técnico del contrato deberá elaborar con carácter mensual, dentro de los 10 primeros días del mes, un informe donde se recogerán los trabajos y tareas ejecutados, de acuerdo con la organización del servicio de todos los tipos de mantenimiento.

Este informe tendrá una estructura fija y permanente y recogerá como mínimo:

- Datos relativos a la actividad.
- Servicios realizados por tipos de mantenimiento: averías correctivas, inspecciones preventivas o legales, etc. y desglose por oficios, así como tiempo empleado por cada reparación y/o sustitución, revisión o inspección de todos los equipos incluidos los que estén en garantía y en arrendamiento.
- Datos técnicos.
- Rendimientos, parámetros, niveles seguridad, etc.
- Datos económicos y energéticos.
- Costes relativos por tipo de mantenimiento, costes por Grupos Funcionales Homogéneos (GFH).

Este informe se ajustará a una estructura definida y será básicamente una base de datos que resuma y refleje de forma clara y comprensible el estado y actuaciones realizadas sobre las distintas instalaciones. Cada licitador expondrá el esquema de informe que considera más adecuado, si bien, su contenido será el definitivamente aprobado por el Hospital.

En todo caso, este informe se aportará en soporte informático y papel.

3.2.4.6. MALOS USOS

Se consideran malos usos a aquellas averías provocadas por un uso incorrecto, inapropiado o doloso del equipamiento. Para afrontar estas averías, se establecerá una bolsa económica a cargo del adjudicatario, por un valor máximo del 5% del importe anual del contrato para cada anualidad. El procedimiento se llevará a cabo de la siguiente manera:

- Todas las reparaciones que se realicen por averías provocadas por un uso incorrecto, inapropiado o doloso del equipamiento por el personal del Centro, será cubierto por el adjudicatario mediante la bolsa creada para dicho fin, en un 50% del coste de reparación. Este coste de reparación se entenderá como el importe total de la reparación en caso de que la reparación se realice externamente o del importe de material (excluida mano de obra) si la reparación

la realiza el adjudicatario.

- El procedimiento que se deberá llevar en todo caso para que el coste de dichas averías sea asumido en dicho porcentaje por la bolsa dispuesta a tal efecto, deberá contemplar el valor de la reparación. El adjudicatario deberá presentar informe y presupuesto detallado, debiendo el centro aprobar previamente dicho presupuesto, una vez comprobada la idoneidad del importe presentado.
- En todo caso, no se admitirá el uso de la bolsa para la reparación de otras averías distintas a las previamente definidas como mal uso y que no se hayan previamente aprobado por el centro de manera individualizada.
- En el caso en el que el presupuesto establecido para la Bolsa se haya agotado antes de la finalización del contrato, el coste de la reparación de averías ocasionadas por un uso incorrecto, inapropiado o doloso del equipamiento, será asumido en su totalidad por el Centro, siguiendo el mismo proceso de aprobación previa.

3.2.4.7. BAJAS

Las bajas de los equipos deberán ser aprobadas expresamente por el hospital.

Respecto a las bajas de los equipos, cuando el importe de los repuestos y/o reparación supere el 60% del valor de adquisición del equipo en cuestión, el adjudicatario podrá proponer la baja del mismo. En el caso que al Hospital le interesase repararlo se haría mediante presupuesto previo aprobado, asumiendo el 60% del coste de la reparación, la empresa adjudicataria.

El adjudicatario, en caso de no ser el encargado de la reparación, será el responsable de tramitar y realizar el seguimiento de la reparación una vez aceptado el presupuesto por el Hospital.

Asimismo, deberá realizar las reclamaciones pertinentes a los proveedores en caso de que el equipo no quede funcionando de forma satisfactoria en idénticas condiciones a las de antes de averiarse.

3.2.4.8. ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE

Las actualizaciones debidas a alertas de seguridad, independientemente de que se realicen por el fabricante según marca la legislación vigente, deberán gestionarse el adjudicatario, tanto en el seguimiento como su recepción y notificación al hospital. Asimismo, cuando el fabricante notifique la necesidad de actualizar un equipo mediante instrucciones internas propias, igualmente deberán ser gestionadas por el adjudicatario.

4.- RECURSOS HUMANOS

4.1. MEDIOS PERSONALES PROPIOS

4.1.1. PERSONAL CON PLENA DEDICACIÓN AL CENTRO.

El adjudicatario dispondrá de personal con plena dedicación al Centro. La prestación del servicio será desarrollada por un equipo técnico que se deberá indicar en la oferta, y cuya capacidad técnica y experiencia serán documentadas debidamente (ver en el apdo 10 de la cláusula 1 del PCAP la documentación que se debe incluir en el sobre 2)

El personal asignado a la ejecución del contrato tendrá una experiencia mínima demostrable en el mantenimiento de los equipos objetos del mismo de:

- 3 Técnicos, mínimo 3 años de experiencia.
- 5 Técnicos, mínimo 5 años de experiencia.
- 1 Responsable Técnico, mínimo 5 años de experiencia.

El Responsable Técnico deberá tener, como mínimo, una de las siguientes titulaciones oficiales:

- Grado de Ingeniería electrónica, bioingeniería, electrotecnia, informática o equivalente
- Ingeniería Técnica en electrónica, electrotecnia, informática o equivalente.

La titulación mínima requerida, para los técnicos adscritos al contrato, será FPPII de la rama objeto del contrato y/o Certificado de profesionalidad de nivel 3 (Título Oficial) según el R.D. 683/2011 Gestión y supervisión de la instalación y mantenimiento de sistemas de electro-medicina.

Cualquier titulación técnica oficial superior a las anteriores del ramo de electricidad, electrónica o telecomunicaciones, será también válida.

Con independencia de la titulación aportada, será necesario en todo caso que al menos, 3 de los técnicos adscritos al contrato estén en posesión del Certificado de profesionalidad de nivel 3 (Título Oficial).

La jornada de trabajo con presencia física será de 8 a 17 horas, en días laborables. Este personal será propio del adjudicatario y terminará su servicio en el Centro simultáneamente al término del contrato del servicio. El resto del horario será cubierto mediante un servicio de localización (móviles, buscapersonas...) sólo para casos urgentes. La adjudicataria nombrará a los técnicos que forman parte del personal de guardia y lo comunicará al Hospital.

En caso de enfermedad, vacaciones u otras circunstancias similares, el adjudicatario tomará las medidas oportunas para cubrir el servicio con las mismas prestaciones y con el 100% de los efectivos asignados al Servicio.

El número de efectivos será el siguiente:

| PUESTO | % DEDICACIÓN |
|-----------------------------|-------------------------|
| RESPONSABLE CONTRATO | 50 % |
| RESPONSABLE TÉCNICO | 100 % |
| TECNICO 1 | 100 % |
| TECNICO 2 | 100 % |
| TECNICO 3 | 100 % |
| TECNICO 4 | 100 % |
| TECNICO 5 | 100 % |
| TECNICO 6 | 100 % |
| TECNICO 7 | 100 % |
| TECNICO 8 | 100 % |

4.1.2. SERVICIO DE GUARDIA

Para el resto de la jornada y la totalidad de la jornada de sábados, domingos y festivos el adjudicatario dispondrá de un equipo de guardia compuesto por técnicos especialistas que deberá acudir al Centro en caso de emergencia por parada o avería de alguno de los equipos contratados o por la realización de alguna operación de mantenimiento que implique especial riesgo. Deberá disponer de medios de comunicación adecuados para la localización de este equipo: teléfono 24 horas, buscapersonas, etc.

4.1.3. RESPONSABLE DEL CONTRATO

El adjudicatario deberá designar un Responsable del Contrato con titulación mínima de Ingeniero Técnico con especialización en el objeto del contrato que ostente la representación de la empresa, lleve la coordinación, dirección técnica del contrato y preste asesoramiento técnico y legal sobre la totalidad de los equipos e instalaciones contratados.

4.1.4. ASISTENCIA TÉCNICA

Como complemento a estos medios, en la oferta técnica se indicará el organigrama de la empresa, resaltando la posibilidad y disponibilidad de sus cuadros técnicos para prestar asistencia técnica complementaria, cuantificándolos por cada especialidad.

4.2. ORGANIZACIÓN

En su oferta, definirá claramente la organización que piensa poner en práctica para el mejor cumplimiento del servicio, teniendo en cuenta las singularidades del Hospital y expresará la composición de cada uno de los grupos indicando:

- Número, jornada, turno, categoría y titulación de los de dedicación exclusiva. Se tendrá en cuenta que esta dedicación implica la permanencia en el número y jornadas indicadas, considerando por tanto que en vacaciones y ausencias se sustituirán los titulares.

- La composición, ubicación y tiempo de respuesta del equipo de respuesta rápida.

Siendo el horario presencial mínimo exigido de 7:00 a 17:00 h.

Habrà de entenderse en todo caso, que el personal encargado de realizar los servicios descritos contará con reconocida experiencia y en su caso con la titulación específica requerida.

4.3.- RELACIONES Y OBLIGACIONES DE CARÁCTER LABORAL

La empresa adjudicataria queda obligada y será responsable de que todo el personal propio o subcontratado que emplee para la ejecución de los trabajos objeto de este contrato esté afiliado a la Seguridad Social.

Todos los gastos y remuneraciones de carácter social, así como los relativos a tributos de dicho personal, serán por cuenta del adjudicatario.

Asimismo, el adjudicatario dotará al referido personal de todos los medios de seguridad necesarios, obligándose a cumplir con el mismo toda la legislación sobre Seguridad e Higiene en el trabajo.

La empresa adjudicataria será responsable ante los Tribunales de Justicia de los accidentes que pudieran sobrevenir a su personal (sea propio o subcontratado) por el ejercicio de su profesión en el Centro.

El personal que por su cuenta aporte o utilice la empresa adjudicataria, no adquirirá vinculación alguna con la Consejería de Sanidad, toda vez que dependerá única y exclusivamente de la empresa adjudicataria, la cual tendrá todos los derechos y deberes respecto de dicho personal, con arreglo a la legislación vigente y a la que en lo sucesivo se promulgue, sin que en ningún caso resulte responsable el Hospital de las obligaciones del adjudicatario respecto a sus trabajadores, aun cuando los despidos y medidas que adopte sean consecuencia directa o indirecta del cumplimiento e interpretación del contrato.

Todo el personal de la empresa adjudicataria deberá ir debidamente identificado.

Los daños que el personal del adjudicatario pueda ocasionar en los locales, mobiliario, instalaciones o cualquier propiedad del Centro, ya sean por negligencia o dolo, serán indemnizados por aquel, siempre a juicio de la Dirección del Hospital, la cual podrá detraer la compensación que proceda del importe de las facturas que presente el adjudicatario.

El Hospital podrá solicitar a la adjudicataria el cambio de personal que preste servicios en el

mismo si considera que no cumple las normas vigentes, o bien por una manifiesta y reiterada dejación en la prestación del servicio encomendado.

Asimismo, será responsable la empresa adjudicataria de las pérdidas de cualquier material, valores y efectos que, debidamente probadas, hayan sido imputadas a su personal, siguiéndose para su compensación idéntico procedimiento al señalado en el párrafo anterior.

Cuando el referido personal no procediera con la debida diligencia o corrección o fuera evidentemente poco cuidadoso en el desempeño de su cometido, el Centro podrá exigir de la empresa adjudicataria que sustituya al trabajador que es motivo de conflicto.

El Centro se reserva el derecho de someter a reconocimiento médico a cualquier trabajador aportado por la empresa adjudicataria, así como de exigir al mismo la prueba documental de los reconocimientos, a los que como empresa, le obligue la legislación laboral vigente.

En caso de huelga de su personal, la Dirección del Hospital fijará los mínimos de plantilla para cubrir aquellos servicios o actividades que son indispensables para el funcionamiento del Centro. Todo ello estará regulado de acuerdo con la normativa vigente al respecto.

El Hospital pondrá a disposición del adjudicatario un local de la suficiente amplitud para el cometido de taller y almacén, y le proporcionará la energía eléctrica, agua, aire, combustibles, comunicaciones, gases medicinales, gases frigoríficos, etc., necesarios para el correcto desarrollo de sus operaciones correctivas y preventivas.

4.4.- PLAN DE FORMACIÓN

PARTICIPACIÓN EN LA FORMACIÓN DE LOS USUARIOS DE INSTALACIONES Y EQUIPOS PARA USO MÉDICO.

El personal del adjudicatario participará en la formación continuada de los usuarios de instalaciones y equipos para uso médico, de acuerdo con las directrices que establezca el Hospital. Para ello dispondrá de un plan de formación anual que mantendrá actualizado y que entregará en la oficina técnica donde se recogerán los objetivos de la formación y las distintas actividades que se llevarán a cabo. Estas actividades están orientadas hacia la instrucción inicial por puesta en marcha de un nuevo equipo, así como a la actualización permanente de los conocimientos de los usuarios en cuestiones de funcionamiento, operatividad, optimización y seguridad en el uso del equipamiento instalado.

El adjudicatario pondrá siempre a disposición de los usuarios la documentación vinculada al correcto uso y utilización del equipamiento. Las instrucciones de utilización y la información que acompaña a los productos, necesaria para su correcta utilización y mantenimiento, debe mantenerse, en todo momento, accesible al personal que maneja el equipo.

5.- CALIDAD DEL SERVICIO

En la totalidad del Pliego se describe la metodología, recursos, organización e informatización para conseguir la finalidad pretendida en el presente procedimiento de contratación y en consecuencia serán exigidos y valorados como grado de cumplimiento y calidad del servicio.

Por la importancia que tienen en el objetivo final pretendido, esto es, la total disponibilidad de equipos de instalaciones, dos parámetros tendrán la consideración de críticos en cuanto a la calidad del servicio se refiere:

Tiempo de respuesta.- Definido como el tiempo transcurrido entre la comunicación de una incidencia o avería hasta que un determinado equipo de especialistas está en disposición física para proceder a su solución.

Disponibilidad. Como criterio general de calidad además del cumplimiento de los tiempos de respuesta y resolución, se establece un índice de disponibilidad (D) para cada tipo de equipamiento electromédico incluido en el alcance de este contrato. Para la determinación del índice, que se medirá en cómputo anual, se descontará el tiempo correspondiente a los mantenimientos preventivos programados. Se considera tiempo base de disponibilidad para el cálculo, el tiempo horario de la actividad asistencial en donde se encuentra ubicado el equipo.

Cada uno de los equipos tendrá asociada una disponibilidad garantizada (D_g) en función de su criticidad. El valor de esta disponibilidad garantizada no será fijo y podrá ser variado a lo largo de la vida del equipo previa autorización del órgano de contratación en base a un informe motivado.

La definición de disponibilidad (D) es la siguiente:

$$D = \frac{T_t - T_p - T_c}{T_t - T_p} \geq D_g$$

Siendo T_t el tiempo total de uso del equipo (horas), T_p el tiempo utilizado en el mantenimiento preventivo (horas), T_c el tiempo total de parada del equipo (horas) y D_g la disponibilidad garantizada.

La D se calculará para cada equipo y se registrará en el sistema informático.

El T_c se calculará como la suma de los tiempos (en horas) en que el equipo no está en condiciones de uso debido a avería o a las tareas de reparación y/o sustitución y

mantenimiento correctivo, incluyendo tiempos de espera de repuestos, tiempo de mano de obra o tiempo de reparación en el exterior si procede y/o sustitución en su caso.

Para el establecimiento del tiempo útil de operación de los equipos (en horas), T_t se calculará en base a la jornada u horario de actividad asistencial del servicio o área donde se encuentra ubicado el equipo. Se define como el tiempo en horas durante el cual el usuario tiene la intención de funcionar con el equipo.

Se establece la D_g para cada tipo de equipo de la forma siguiente:

- Para soporte vital: $D_g = 97\%$
- Equipos de imagen: $D_g = 97\%$
- Resto de equipamiento electromédico estándar: $D_g = 95\%$
- Mobiliario clínico eléctrico, electrohidráulico y/o electromecánico: $D_g = 90\%$

A efectos del cálculo de la D , no se computarán como horas de parada aquellas que se produzcan como consecuencia de un uso negligente del equipo por parte del personal usuario o de personal ajeno a la empresa adjudicataria al igual que tampoco se tendrán en cuenta las paradas ocasionadas por incendio, inundación, accidente fortuito o catástrofe natural.

6.- SUBCONTRATACIÓN

Si el adjudicatario necesitara subcontratar a otras empresas especializadas del sector para efectuar trabajos podrá hacerlo, asumiendo toda responsabilidad derivada de los trabajos realizados, y siempre con los límites establecidos en la normativa vigente sobre contratación de las Administraciones Públicas y en el PCAP de este contrato. Esta subcontratación no implicará repercusión económica alguna sobre el contrato establecido.

7.- SEGURIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN

El licitador deberá aportar las certificaciones oportunas de cumplimiento de la normativa de protección de datos personales gestionados por el sistema. El adjudicatario, encargado del tratamiento y gestión de los datos, se compromete a la observancia de las medidas de seguridad correspondientes al tratamiento de los datos personales del HUSO a los que tiene acceso, de acuerdo al nivel de protección que corresponde conforme a lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril del 2016, y



conforme a lo establecido en el RD 1720/2007 de medidas de seguridad de ficheros que contienen datos personales, en lo que no se contradiga con la norma Comunitaria.

El personal técnico del adjudicatario queda expresamente obligado a mantener absoluta confidencialidad y reserva sobre cualquier dato que pudiera conocer con ocasión del cumplimiento de esta oferta, especialmente los de carácter personal, que no podrá copiar o utilizar, ni tampoco ceder a otros ni siquiera a efectos de conservación, sin el previo aviso y consentimiento expreso y por medio fehaciente del HUSO.

Al inicio del contrato el adjudicatario quedará obligado a firmar las correspondientes cláusulas de Encargado de Tratamiento, así como su personal técnico asociado al proyecto el documento de compromiso de confidencialidad, conforme a los modelos que les serán proporcionados por el HUSO.

8.- OBLIGACIONES MEDIOAMBIENTALES DEL CONTRATISTA

El adjudicatario, para el cumplimiento del contrato, adoptarán las medidas oportunas para el estricto cumplimiento de la legislación medioambiental vigente que sea de aplicación al trabajo realizado, debiendo responder de cualquier incidente medioambiental por ellos causados, liberando al Hospital de cualquier responsabilidad sobre el mismo. En especial se deberán adoptar todas aquellas medidas exigidas legalmente, relativas a evitar vertidos indeseados, emisiones contaminantes a la atmósfera y al abandono de cualquier tipo de residuos, con extrema atención en la correcta gestión de los clasificados como peligrosos.

9.- PROTECCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Así mismo el adjudicatario se compromete al cumplimiento de todas las obligaciones laborales vigentes, relativas a la contratación y empleo de su personal y la relativa a Seguridad Social y Seguridad e Higiene (Ley de Protección de Riesgos Laborales).

Leganés, 4 de junio de 2021

EL DIRECTOR GERENTE
HOSPITAL U. SEVERO OCHOA

Firmado digitalmente por: DEL CACHO MALO DOMINGO

CONFORME:

ANEXO I .- PA 11-2021 INVENTARIO EQUIPOS ELECTROMÉDICOS HOSPITAL U. SEVERO OCHOA

| Código | Equipo | Marca | Modelo | Número Serie | Unidad | Fecha | Nivel |
|--------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------|--------------|-----------------------------------|------------|---------|
| 24260 | ADAPTADOR DE RED | MASIMO | Desconocido | 2015410307 | PEDIATRIA CONSULTAS | 04/12/2019 | URGENTE |
| 12262 | AGITADOR | SELECTA | AGIMATIC | 147490 | A. PATOLÓGICA HOSPITAL | | URGENTE |
| 12287 | AGITADOR | SELECTA | AGIMATIC-E | 292557 | FARMACIA | | URGENTE |
| 20908 | AGITADOR | NAHITA | 681/5 | C97775 | URG. PEDIATRICAS | | URGENTE |
| 21711 | AGITADOR | HEIDOLPH | REAX2000 | 54119 | PRUEBAS ESPECIALES ENDOSCOPIAS | | URGENTE |
| 21949 | AGITADOR | GESELLSCHAFT FUR LABORTECHNIK | 3005 | 10108293 | MICROBIOLOGIA HOSPITAL | | URGENTE |
| 21969 | AGITADOR | HEIDOLPH | REAX-2000 | 22144 | MICROBIOLOGIA HOSPITAL | | URGENTE |
| 21999 | AGITADOR | HEIDOLPH | REAX TOP | 039904155 | MICROBIOLOGIA HOSPITAL | | URGENTE |
| 22291 | AGITADOR | EFFEGI BREGA | BB 93 | 071307 | FARMACIA | | URGENTE |
| 24225 | AGITADOR | SORIN BIOMEDICA | WEWARM 1 | 91/121 | ANÁLISIS CLÍNICOS HOSPITAL | | URGENTE |
| 22110 | AGITADOR DE BOLSAS | MELCO | LPR-3 | 001020 | BANCO DE SANGRE | | URGENTE |
| 22111 | AGITADOR DE BOLSAS | HELMER SCIENTIFIC | pf48 | 186400 | BANCO DE SANGRE | | URGENTE |
| 22034 | AGITADOR DE PLACAS | STUART EQUIPMENT | S03 | R0000100114 | BIOQUIMICA HOSPITAL | 30/06/1998 | URGENTE |
| 3375 | AGITADOR DE PLAQUETAS | SIN MARCA | SIN MODELO | SIN N/SERIE | BANCO DE SANGRE | 01/01/1987 | URGENTE |
| 22117 | AGITADOR DE PLAQUETAS REFRIGERADO | HELMER SCIENTIFIC | PC900 | 183328 | BANCO DE SANGRE | 20/08/1996 | URGENTE |
| 12184 | AGITADOR DE TUBOS | GRICEL | 30 | 30-442-2695 | BIOQUIMICA HOSPITAL | | URGENTE |
| 21896 | AGITADOR DE TUBOS | HEIDOLPH | REAX | 120421052 | A. PATOLÓGICA HOSPITAL | 11/05/2006 | URGENTE |
| 21931 | AGITADOR DE TUBOS | HEIDOLPH | REAX 2000 | 2222 | A. PATOLÓGICA HOSPITAL | 25/04/2001 | URGENTE |
| 21950 | AGITADOR DE TUBOS | HEIDOLPH | REAX2000 | 24462 | MICROBIOLOGIA HOSPITAL | | URGENTE |
| 21967 | AGITADOR DE TUBOS | STUART | SSL1 554 | R000100586 | MICROBIOLOGIA HOSPITAL | 31/05/2007 | URGENTE |
| 22014 | AGITADOR DE TUBOS | HEIDOLPH | REAX 2000 | 24472 | BIOQUIMICA HOSPITAL | 01/01/1987 | URGENTE |
| 22026 | AGITADOR DE TUBOS | THERMO FISHER | TOPMIX | 173902 | BIOQUIMICA HOSPITAL | 27/05/2010 | URGENTE |
| 22041 | AGITADOR DE TUBOS | HEIDOLPH | reax 2000 | 24478 | BIOQUIMICA HOSPITAL | | URGENTE |
| 22050 | AGITADOR DE TUBOS | GRICEL | 30 | 30-404-2468 | BIOQUIMICA DE URGENCIAS | | URGENTE |
| 22082 | AGITADOR DE TUBOS | HEIDOLPH | REAX 2000 | 16089 | LAB. HEMATOLOGIA HOSPITAL | 04/05/1999 | URGENTE |
| 22087 | AGITADOR DE TUBOS | KARTELL LABWARE | 2240 | 0973 | LAB. HEMATOLOGIA HOSPITAL | | URGENTE |
| 22095 | AGITADOR DE TUBOS | DENLEY | COULTER MIXER | 329 | LAB. HEMATOLOGIA HOSPITAL | | URGENTE |
| 22097 | AGITADOR DE TUBOS | HEIDOLPH | REAX TOP | 039904147 | LAB. HEMATOLOGIA HOSPITAL | | URGENTE |
| 3624 | AGITADOR DE TUBOS | HEIDOLPH | REAX 2000 | 10978 | MICROBIOLOGIA HOSPITAL | 04/05/1999 | URGENTE |
| 21902 | AGITADOR MAGNETICO | VWR | VV3 | 01.502665 | A. PATOLÓGICA HOSPITAL | | URGENTE |
| 21921 | AGITADOR MAGNETICO | STUART | SB162 | R000105699 | A. PATOLÓGICA HOSPITAL | 31/05/2007 | URGENTE |
| 21987 | AGITADOR MAGNETICO | VWR | VMS-C4 | 07.213589 | MICROBIOLOGIA HOSPITAL | 27/05/2010 | URGENTE |
| 21988 | AGITADOR MAGNETICO | JP SELECTA | AGIMATIC | 139111 | MICROBIOLOGIA HOSPITAL | | URGENTE |
| 21989 | AGITADOR MAGNETICO | JP SELECTA | AGIMATIC | 145650 | MICROBIOLOGIA HOSPITAL | | URGENTE |
| 22037 | AGITADOR MAGNETICO | JP SELECTA | AGIMATIC-N | 0389925 | BIOQUIMICA HOSPITAL | 25/04/2001 | URGENTE |
| 22046 | AGITADOR MAGNETICO | JP SELECTA | AGIMATIC-N | 238181 | BIOQUIMICA HOSPITAL | | URGENTE |
| 22047 | AGITADOR MAGNETICO | ATOM | 80 | 04 | BIOQUIMICA HOSPITAL | | URGENTE |
| 22080 | AGITADOR MAGNETICO | RAYPA | AG-2 | 2794 | LAB. HEMATOLOGIA HOSPITAL | | URGENTE |
| 22285 | AGITADOR MAGNETICO | BOECO | MMS-3000 | 730903074 | FARMACIA | | URGENTE |

ANEXO I .- PA 11-2021 INVENTARIO EQUIPOS ELECTROMÉDICOS HOSPITAL U. SEVERO OCHOA

| Código | Equipo | Marca | Modelo | Número Serie | Unidad | Fecha | Nivel |
|--------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------|----------------------------|------------|---------|
| 22288 | AGITADOR MAGNETICO | BIBBY STERILIN | HC1202 | T02590 | FARMACIA | 27/11/2002 | URGENTE |
| 22302 | AGITADOR MAGNETICO | IKA | MS 450 SWIRLER | 03.217228 | FARMACIA | 16/02/2007 | URGENTE |
| 3339 | AGITADOR MAGNETICO | SIN MARCA | SIN MODELO | 2974 | LAB. HEMATOLOGIA HOSPITAL | 01/01/1992 | URGENTE |
| 3436 | AGITADOR MAGNETICO | BIO-MEDIC | 60 | SIN N/SERIE | ANÁLISIS CLÍNICOS HOSPITAL | 01/01/1990 | URGENTE |
| 3756 | AGITADOR MAGNETICO | AGITAMIC | S-7002431 | SIN N/SERIE | FARMACIA | 19/09/1995 | URGENTE |
| 21488 | AMPLIFICADOR | INTERACOUSTICS | ECLIPSE | 581384 | C. EXTERNAS HOSPITAL | | URGENTE |
| 20698 | AMPLIFICADOR ELECTROFISIOLOGIA | BOTOX | BOTULINUM TOXIN TYPE A | 40075 | UNIDAD DEL DOLOR | | URGENTE |
| 20699 | AMPLIFICADOR ELECTROFISIOLOGIA | BOTOX | BOTULINUM TOXIN TYPE A | B41989 | UNIDAD DEL DOLOR | | URGENTE |
| 22029 | ANALIZADOR HPLC | HITACHI | L-4000 | 0473-013 | BIOQUIMICA HOSPITAL | | URGENTE |
| 12436 | ANESTESIA EQUIPO | HERSILL | PENLON | NV 1199 | RADIOLOGIA HOSPITAL | | CRITICO |
| 20703 | ANESTESIA EQUIPO | DRAGER | PRIMUS | ARSL-0024 | BLOQUE QUIRURGICO | 07/09/2002 | CRITICO |
| 20713 | ANESTESIA EQUIPO | DRAGER | PRIMUS | ARUM-0253 | BLOQUE QUIRURGICO | 10/12/2004 | CRITICO |
| 20726 | ANESTESIA EQUIPO | DRAGER | PRIMUS | ARWB-0141 | BLOQUE QUIRURGICO | 14/09/2006 | CRITICO |
| 20740 | ANESTESIA EQUIPO | DRAGER | PRIMUS | ASFL-0359 | BLOQUE QUIRURGICO | 24/11/2014 | CRITICO |
| 20747 | ANESTESIA EQUIPO | DRAGER | PRIMUS | ARUN-0032 | BLOQUE QUIRURGICO | 10/12/2004 | CRITICO |
| 20751 | ANESTESIA EQUIPO | DATEX OHMEDA | S/5 AVANCE | ANBK-00273 | BLOQUE QUIRURGICO | 27/10/2006 | CRITICO |
| 20774 | ANESTESIA EQUIPO | DRAGER | PRIMUS | ARXB-0206 | BLOQUE QUIRURGICO | 20/10/2006 | CRITICO |
| 20794 | ANESTESIA EQUIPO | DRAGER | PRIMUS | ARXM-0257 | BLOQUE QUIRURGICO | | CRITICO |
| 20804 | ANESTESIA EQUIPO | DATEX OHMEDA | S/5 AVANCE | ANBG-00230 | BLOQUE QUIRURGICO | 18/11/2004 | CRITICO |
| 20823 | ANESTESIA EQUIPO | DATEX OHMEDA | S/5 AVANCE | ANBH00241 | BLOQUE QUIRURGICO | | CRITICO |
| 21305 | ANESTESIA EQUIPO | DRAGER | PRIMUS | ASFC-0076 | BLOQUE QUIRURGICO | 02/04/2014 | CRITICO |
| 21314 | ANESTESIA EQUIPO | DRAGER | FABIUS TIRO | ASAD-0050 | BLOQUE QUIRURGICO | 21/10/2010 | CRITICO |
| 23135 | ANESTESIA EQUIPO | DRAGER | PRIMUS | OP90127 | BLOQUE QUIRURGICO | 05/12/2017 | CRITICO |
| 23557 | ANESTESIA EQUIPO | MAQUET | FLOW-i C20 | 7177 | BLOQUE QUIRURGICO | 2019 | CRITICO |
| 23559 | ANESTESIA EQUIPO | MAQUET | FLOW-i C20 | 7180 | BLOQUE QUIRURGICO | 2019 | CRITICO |
| 23560 | ANESTESIA EQUIPO | MAQUET | FLOW-i C20 | 7178 | BLOQUE QUIRURGICO | 2019 | CRITICO |
| 24095 | ANESTESIA EQUIPO | MAQUET | FLOW-i C20 | 7179 | BLOQUE QUIRURGICO | 2019 | CRITICO |
| 24191 | ANESTESIA EQUIPO | MAQUET | FLOW-i C20 | 7723 | BLOQUE QUIRURGICO | 2019 | CRITICO |
| 24195 | ANESTESIA EQUIPO | MAQUET | FLOW-i C20 | 7724 | BLOQUE QUIRURGICO | 2019 | CRITICO |
| 24199 | ANESTESIA EQUIPO | MAQUET | FLOW-i C20 | 7722 | BLOQUE QUIRURGICO | 2019 | CRITICO |
| 24203 | ANESTESIA EQUIPO | MAQUET | FLOW-i C20 | 7725 | BLOQUE QUIRURGICO | 2019 | CRITICO |
| 21407 | ANGIOGRAFO-RETINOGRAFO | TOPCON | TRC50IX | 177129 | C. EXTERNAS HOSPITAL | | URGENTE |
| 25833 | ANGIOGRAFO-RETINOGRAFO | TOPCON | TRC50IX | | C. EXTERNAS HOSPITAL | | URGENTE |
| 8194 | ANGIORRETINOGRAFO DIGITAL | TOPCON | TRC-50/IMAGENET | 177120 | OFTALMOLOGIA (SERVICIO) | 03/12/1999 | URGENTE |
| 20412 | ANTENA TELEMETRIA | GENERAL ELECTRIC | APEXPRO | S/N | U.HOSPIT. 2-A | | CRITICO |
| 20413 | ANTENA TELEMETRIA | GENERAL ELECTRIC | APEXPRO | S/N | U.HOSPIT. 2-A | | CRITICO |
| 20414 | ANTENA TELEMETRIA | GENERAL ELECTRIC | APEXPRO | S/N | U.HOSPIT. 2-A | | CRITICO |
| 20415 | ANTENA TELEMETRIA | GENERAL ELECTRIC | APEXPRO | S/N | U.HOSPIT. 2-A | | CRITICO |
| 20863 | APARAT.CIRUGIA GANGL.CENT | EUROMEDICAL INSTRUMENTS | EUROPROBE CE 0459 | 0361 | BLOQUE QUIRURGICO | 24/09/2003 | URGENTE |

ANEXO I .- PA 11-2021 INVENTARIO EQUIPOS ELECTROMÉDICOS HOSPITAL U. SEVERO OCHOA

| Código | Equipo | Marca | Modelo | Número Serie | Unidad | Fecha | Nivel |
|---------|--|-------------------------|---------------------------|------------------|-----------------------------------|------------|---------|
| 25740 | ARCO ESTERIL OFTALMOLOGICO | MEDICALMIX | OPERIO M | 3423 | OFTALMOLOGIA CONSULTAS | 18/12/2020 | URGENTE |
| 21772 | ARCO QUIRURGICO | IRE RAYOS X | ZEN-5000 | ZEN-012102-10515 | PRUEBAS ESPECIALES ENDOSCOPIAS | | URGENTE |
| 20801 | ARCO QUIRURGICO AZUL | PHILIPS | BV-PULSERA (REF: 718 093) | 147914-AZUL | RADIOLOGIA HOSPITAL | 27/10/2005 | URGENTE |
| 23765 | ARCO QUIRURGICO AZUL | PHILIPS | BV-VECTRA | 934 | RADIOLOGIA HOSPITAL | | URGENTE |
| 20829 | ARCO QUIRURGICO ROJO | PHILIPS | BV-PULSERA (REF: 718 093) | 147913 | RADIOLOGIA HOSPITAL | | URGENTE |
| 23764 | ARCO QUIRURGICO ROJO | PHILIPS | BV-ENDURA | 5444 | RADIOLOGIA HOSPITAL | | URGENTE |
| 3615-01 | ARCO RADIOQUIRURGICO IRE | IRE | MOD. 140-R/9" | 010184901 | PRUEBAS ESPECIALES ENDOSCOPIAS | 16/11/2001 | URGENTE |
| 12125 | ASPIRADOR | | PORTABLE 80 | 842096 | BLOQUE QUIRURGICO | | URGENTE |
| 20850 | ASPIRADOR | AESCLAP | GF060/GF068 | 3028 | BLOQUE QUIRURGICO | | URGENTE |
| 21735 | ASPIRADOR | MORETI | ASPIMED 2.2 | 2739 | REHABILITACION HOSPITAL | 23/11/2015 | URGENTE |
| 21885 | ASPIRADOR | AESCLAP | SECURAT 80 | 821378 | A. PATOLÓGICA HOSPITAL | | URGENTE |
| 22657 | ASPIRADOR | MORETI | ASPIMED 2.2 | | PSIQUIATRIA (SERVICIO) | 23/11/2015 | URGENTE |
| 22561 | ASPIRADOR DE HUMOS | VIROVAC | BF-W220 | V05223 | BLOQUE QUIRURGICO | 08/08/2016 | URGENTE |
| 23003 | ASPIRADOR DE SECRECIONES | ASPIRA GO 30L | P1611EM-30 | 16A4700040 | OTORRINO M.A.L.G. | 26/10/2017 | URGENTE |
| 23004 | ASPIRADOR DE SECRECIONES | ASPIRA GO 30L | P1611EM-30 | 16A4700039 | OTORRINO M.A.L.G. | 26/10/2017 | URGENTE |
| 24425 | ASPIRADOR DE SECRECIONES | ASPIRA | GO 30 LPM | 17A9110070 | OTROS CENTROS AJENOS | 31/03/2020 | URGENTE |
| 14154 | ASPIRADOR DE SECRECIONES PARA INCUBADORA | DRAGER | TI500 GLOBE-TROTTER | 060000475-018738 | NEONATOLOGIA | 10/08/2007 | URGENTE |
| 5222 | ASPIRADOR ELECTRICO GF060 | AESCLAP | GF060 | SIN N/SERIE | C. EXTERNAS HOSPITAL | 06/09/1994 | URGENTE |
| 21254 | ASPIRADOR PORTATIL | FAZZINI | F-31.00 | 070311 | RADIOLOGIA HOSPITAL | 25/10/2007 | URGENTE |
| 21611 | ASPIRADOR PORTATIL | FAZZINI | F-36.00 | 100102F-36.00 | C. EXTERNAS HOSPITAL | | URGENTE |
| 22109 | ASPIRADOR PORTATIL | FAZZINI | F-31.00 | 070312 | BANCO DE SANGRE | 25/10/2007 | URGENTE |
| 22472 | ASPIRADOR PORTATIL | FAZZINI | F-31 | 070310 | CARDIOLOGIA M.A.L.G. | 25/10/2007 | URGENTE |
| 22671 | ASPIRADOR PORTATIL | desconocida | Desconocido | HS2631 | INFORMATICA | 12/12/2016 | URGENTE |
| 24417 | ASPIRADOR PORTATIL | FAZZINI | F-31 | 080241 | C. EXTERNAS HOSPITAL | 25/10/2007 | URGENTE |
| 25271 | ASPIRADOR PORTATIL | NEW ASKIR 30 | ASKIR 30 | 087601 | URGENCIAS GENERALES | 17/06/2020 | URGENTE |
| 586 | ASPIRADOR PORTATIL | FAZZINI | MODELO F-36 | SIN N/SERIE | C. EXTERNAS M.A.L.G. | 23/05/2001 | URGENTE |
| 587 | ASPIRADOR PORTATIL | FAZZINI | MODELO F-36 | SIN N/SERIE | C. EXTERNAS HOSPITAL | 23/05/2001 | URGENTE |
| 9676 | ASPIRADOR SECRE.ASMOTEC20 | ATMOS | ASMOTEC 20 | 0405/202201/005 | OTORRINO M.A.L.G. | 20/07/2005 | URGENTE |
| 8680 | ASPIRADOR SECREC.ELEC.DEV | DEVILBISS | 7035P | PIL06929 | DIALISIS HOSPITAL | 14/01/2004 | URGENTE |
| 8681 | ASPIRADOR SECREC.ELEC.DEV | DEVILBISS | 7035P | PIL06932 | DIAA | 14/01/2004 | URGENTE |
| 22394 | ASPIRADOR SECRECCIONES | AESCLAP | GF60/GF68 | 1959 | OTORRINO M.A.L.G. | | URGENTE |
| 20872 | ASPIRADOR ULTRASONICO | INTEGRA NEUROSCIENCES | DISSECTRON (REF: F75401) | FCE060402 | BLOQUE QUIRURGICO | 01/12/2006 | URGENTE |
| 3441 | ASPIRALECHES ELECTRICO | MEDELA LACTINA ELECTRIC | SELECT+0.3KBAS+0.3.KBR | 860963 | NEONATOLOGIA | 30/05/2001 | URGENTE |

ANEXO I .- PA 11-2021 INVENTARIO EQUIPOS ELECTROMÉDICOS HOSPITAL U. SEVERO OCHOA

| Código | Equipo | Marca | Modelo | Número Serie | Unidad | Fecha | Nivel |
|--------|---------------------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------|-----------------------------|------------|---------|
| 6096 | ASPIRALECHES ELECTRICO | MEDELA LACTINA ELECTRIC | SELECT+0.3KBAS+0.3.KBR | 878767 | NEONATOLOGIA | 06/11/2002 | URGENTE |
| 21480 | AUDIOMETRO | INTERACOUSTICS | PA5 | 649883 | C. EXTERNAS HOSPITAL | 13/09/2007 | URGENTE |
| 22389 | AUDIOMETRO | HYBRID | AD629 | 0934695 | OTORRINO M.A.L.G. | 16/02/2016 | URGENTE |
| 5022 | AUDIOMETRO | INTER ACOUSTICS | AC33 | 025008 | OTORRINO CONSULTAS | 19/12/2001 | URGENTE |
| 21483 | AUDIOMETRO INFANTIL | MAICO DIAGNOSTIC | CLASS 4 | 8913378 | C. EXTERNAS HOSPITAL | | URGENTE |
| 8863 | AUDIOMETRO MAICO MA 41 | MAICO | MA 41 | 65876 | OTORRINO CONSULTAS | 01/01/1995 | URGENTE |
| 12145 | AUTOANALIZADOR | ADVIA CENTAUR | INMUNOASSAY | IRL44800422 | BIOQUIMICA HOSPITAL | | URGENTE |
| 5600 | AUTOANALIZADOR ACA STAR | DADE BEHRING | ACA STAR | 96290507 | ANÁLISIS CLÍNICOS URGENCIAS | 22/04/2002 | URGENTE |
| 10342 | AUTOANALIZADOR MODULAR CORE | HITACHI | CORE WITH 1 ISE | 1701-11/1790-16 | ANÁLISIS CLÍNICOS HOSPITAL | 03/03/2005 | URGENTE |
| 21990 | AUTOCLAVE | JP SELECTA | PRESOCLAVE 75 | 6480601 | MICROBIOLOGIA HOSPITAL | 29/06/2006 | URGENTE |
| 21024 | AUTOCPAP | VIASYS HEALTHCARE | INFANT FLOW | AJN01426 | NEONATOLOGIA | 06/06/2008 | CRITICO |
| 21037 | AUTOCPAP | MEDIN MEDICAL INNOVATIONS | SINDI 1080 | 80080292 | NEONATOLOGIA | 30/07/2008 | CRITICO |
| 21618 | AUTOCPAP | RESMED | AUTOSET SPIRIT | 20060108514 | C. EXTERNAS HOSPITAL | | CRITICO |
| 22411 | AUTOCPAP | MEDIN MEDICAL INNOVATIONS | SINDI 1080 | 80080289 | NEONATOLOGIA | | CRITICO |
| 9565 | AUTOKERATO-REFRACT.TOPCON | TOPCON | REF.KR-8100P | 3396096 | OFTALMOLOGIA CONSULTAS | 21/05/2003 | URGENTE |
| 12457 | AUTORREFRACTOMETRO | CANON | | | OFTALMOLOGIA CONSULTAS | | URGENTE |
| 21397 | AUTORREFRACTOMETRO | TOPCON | KR-8100P | 3396096 | C. EXTERNAS HOSPITAL | | URGENTE |
| 21423 | AUTORREFRACTOMETRO | NIKON | SPEEDY-K | 75295 | C. EXTERNAS HOSPITAL | | URGENTE |
| 22447 | AUTORREFRACTOMETRO | TOPCON | RM-8000B | 2096215 | OFTALMOLOGIA M.A.L.G. | 31/07/2002 | URGENTE |
| 22449 | AUTORREFRACTOMETRO | NIKON | NR5100 | 67768 | OFTALMOLOGIA M.A.L.G. | 01/01/1993 | URGENTE |
| 8861 | AUTORREFRACTOMETRO NIKON | NIKON | NR5100 | 67603 | OFTALMOLOGIA M.A.L.G. | 01/01/1993 | URGENTE |
| 22149 | BALANZA AGITADORA DE BOLSAS DE SANGRE | BAXTER | EASYMIX | V3C7350516 | BANCO DE SANGRE | 11/08/1997 | URGENTE |
| 22150 | BALANZA AGITADORA DE BOLSAS DE SANGRE | LJUNGBERG & KOGEL | BM315 | 3066 | BANCO DE SANGRE | 01/01/1990 | URGENTE |
| 22151 | BALANZA AGITADORA DE BOLSAS DE SANGRE | LJUNGBERG & KOGEL | BM315 | 3067 | BANCO DE SANGRE | | URGENTE |
| 22152 | BALANZA AGITADORA DE BOLSAS DE SANGRE | MOELLER MEDICAL | COMPOMIXER M2 | 527357 | BANCO DE SANGRE | 23/07/2003 | URGENTE |
| 22153 | BALANZA AGITADORA DE BOLSAS DE SANGRE | DELCON | HEMOMIX-PLUS | 1606 | BANCO DE SANGRE | 23/07/2003 | URGENTE |
| 22141 | BALANZA AGITADORA DE BOLSAS SANGRE | MENARINI | MW-5001 | 522761 | BANCO DE SANGRE | 17/09/1996 | URGENTE |
| 22142 | BALANZA AGITADORA DE BOLSAS SANGRE | LJUNGBERG & KOGEL | BM321 | 006306 | BANCO DE SANGRE | 01/01/1987 | URGENTE |
| 22143 | BALANZA AGITADORA DE BOLSAS SANGRE | DIDASTEL | HEMOMIXER | 758 | BANCO DE SANGRE | 22/05/2000 | URGENTE |
| 22144 | BALANZA AGITADORA DE BOLSAS SANGRE | DIDASTEL | HEMOMIXER | 756 | BANCO DE SANGRE | 22/05/2000 | URGENTE |
| 24166 | BALANZA AGITADORA DE BOLSAS SANGRE | COMPOGUARD | DATA | 9CHA5885 | BANCO DE SANGRE | 23/05/2019 | URGENTE |
| 24167 | BALANZA AGITADORA DE BOLSAS SANGRE | COMPOGUARD | DATA | 9CHA5884 | BANCO DE SANGRE | 23/05/2019 | URGENTE |

ANEXO I .- PA 11-2021 INVENTARIO EQUIPOS ELECTROMÉDICOS HOSPITAL U. SEVERO OCHOA

| Código | Equipo | Marca | Modelo | Número Serie | Unidad | Fecha | Nivel |
|--------|------------------------------------|---------------------|-----------------|------------------|-----------------------------|------------|---------|
| 24233 | BALANZA AGITADORA DE BOLSAS SANGRE | COMPOGUARD | DATA | 9CHA5955 | BANCO DE SANGRE | 29/08/2019 | URGENTE |
| 25489 | BALANZA AGITADORA DE BOLSAS SANGRE | COMPOGUARD | DATA | OCHA6941 | BANCO DE SANGRE | 21/10/2020 | URGENTE |
| 21883 | BALANZA AUTOMATICA | ARISO | AUTOMATICA | A155557 | A. PATOLÓGICA HOSPITAL | 01/01/1985 | URGENTE |
| 20992 | BALANZA DE PRECISION | GRAM PRECISION | GM-1100 | eh 2424 | NEONATOLOGIA | 17/11/1997 | URGENTE |
| 21901 | BALANZA DE PRECISION | OHAUS | SCOUTPRO SPU402 | B322378922 | A. PATOLÓGICA HOSPITAL | | URGENTE |
| 21920 | BALANZA DE PRECISION | COBOS PRECISION | CB-6000PJ | 01260138 | A. PATOLÓGICA HOSPITAL | 03/10/2000 | URGENTE |
| 22038 | BALANZA DE PRECISION | SALTER | EK1200A | C0245261 | BIOQUIMICA HOSPITAL | 01/01/2000 | URGENTE |
| 22085 | BALANZA DE PRECISION | SARTORIUS | A200S | 10601283 | LAB. HEMATOLOGIA HOSPITAL | 01/01/1995 | URGENTE |
| 22100 | BALANZA DE PRECISION | KERN & SOHN | PLJ 6000-1GM | WL100865 | BANCO DE SANGRE | 03/06/2010 | URGENTE |
| 22112 | BALANZA DE PRECISION | A&D WEIGHING | EK-2000G | 0539217 | BANCO DE SANGRE | 28/11/2001 | URGENTE |
| 22124 | BALANZA DE PRECISION | GIBERTINI | EU-C7500 | 105415 | BANCO DE SANGRE | 23/10/2002 | URGENTE |
| 22286 | BALANZA DE PRECISION | A&D WEIGHING | EK1200I | P1876669 | FARMACIA | 15/12/2009 | URGENTE |
| 22287 | BALANZA DE PRECISION | KERN & SOHN | ABJ 120-4M | WB1140242 | FARMACIA | 10/07/2012 | URGENTE |
| 20987 | BALANZA DE PRECISIÓ | GRAM PRECISION | SV-3100 | CH1202164 | NEONATOLOGIA | 09/07/2012 | URGENTE |
| 21096 | BALANZA DE PRECISIÓ | JADEVER | JB-600 | 4014747 | PEDIATRIA HOSPITALIZACION | | URGENTE |
| 2974 | BALANZA DE SANGRE | BIOMIXER | VARIOS | 186400 | BANCO DE SANGRE | 27/10/1995 | URGENTE |
| 3403 | BALANZA DE SANGRE | LJUGBERG & HÖGEL AB | BM321 | 006306 | BANCO DE SANGRE | 01/01/1991 | URGENTE |
| 22848 | BALANZA ELECTRONICA | VWR | VWRI611-3268Q | ITA 1702311 | FARMACIA | 23/03/2017 | URGENTE |
| 5095 | BALANZA MONOPLATO | AE | SIN MODELO | 1386 | FARMACIA | 01/01/1990 | URGENTE |
| 5979 | BALANZA PREC.ELECTR.JADEV | JADEVER | NTW-3K | 4075507 | REGISTRO GENERAL | 09/10/2002 | URGENTE |
| 2833 | BALANZA PREC.ELECTR.SC300 | SALVADOR NAVARRO | SC 300 | SIN N/SERIE | UROLOGÍA PRUEBAS ESPECIALES | 07/10/1997 | URGENTE |
| 8702 | BALANZA PREC.ELECTRON.AND | AND | EK2000G/GX400EC | 14522352 | FARMACIA | 28/01/2004 | URGENTE |
| 5094 | BALANZA PRECISI.SARTORIUS | SARTORIUS | VARIOS MODELOS | 36030080 | FARMACIA | 01/01/1985 | URGENTE |
| 11922 | BALANZA PRECISIÓ | AND | HL2KI | Q40014156 | UROLOGÍA QUIRÓFANO | 30/08/2007 | URGENTE |
| 21884 | BALANZA PRECISIÓ DIGITAL | GRAM PRECISION | ADM-3000 | ADM-G3242 | A. PATOLÓGICA HOSPITAL | 14/10/2014 | URGENTE |
| 22400 | BALANZA PRECISIÓ DIGITAL | A&D WEIGHING | EK3000i | P1827918 | A. PATOLÓGICA HOSPITAL | 21/09/2006 | URGENTE |
| 24105 | BALANZA PRECISIÓ DIGITAL | kern | FFN1K-ANM | WF18034330 | NEONATOLOGIA | 04/04/2019 | URGENTE |
| 3881 | BALANZA PRECISION JB 600 | AKAELL | JB 600 | SIN N/SERIE | PEDIATRIA HOSPITALIZACION | 23/05/2000 | URGENTE |
| 805 | BAÑO AGITA.DESCONG.PLASMA | HERMLE | DH-4 | MDD2345622 | BANCO DE SANGRE | 21/11/2000 | URGENTE |
| 12260 | BAÑO DE FLOTACION | KUNZ | HIS 2 | 390 | A. PATOLÓGICA HOSPITAL | | URGENTE |
| 22036 | BAÑO DE ULTRASONIDO | BRANSON | 1510E-MT | EKA04112681G | BIOQUIMICA HOSPITAL | 14/06/2011 | URGENTE |
| 20781 | BAÑO DE ULTRASONIDOS | JP SELECTA | ULTRASONS | 0421113 | BLOQUE QUIRURGICO | 23/04/2003 | URGENTE |
| 21897 | BAÑO DE ULTRASONIDOS | BANDELIN ELECTRONIC | RK 31 | 329.00059514.026 | A. PATOLÓGICA HOSPITAL | | URGENTE |
| 21907 | BAÑO FLOTACION HISTOLOGICO | JP SELECTA | S/N | 204127 | A. PATOLÓGICA HOSPITAL | | URGENTE |
| 21912 | BAÑO FLOTACION HISTOLOGICO | JP SELECTA | TERMOFIN | 0389747 | A. PATOLÓGICA HOSPITAL | 25/04/2001 | URGENTE |
| 21918 | BAÑO FLOTACION HISTOLOGICO | JP SELECTA | TERMOFIN | 0389745 | A. PATOLÓGICA HOSPITAL | 25/04/2001 | URGENTE |
| 21911 | BAÑO FLOTACIÓN HISTOLÓGICO | THERMO FISHER | BIP17-70 | 2.00.ES5TA0502 | A. PATOLÓGICA HOSPITAL | 12/08/2015 | URGENTE |
| 21919 | BAÑO FLOTACIÓN HISTOLÓGICO | BIO OPTICA | 1770 | 21-0650-740 | A. PATOLÓGICA HOSPITAL | 06/07/2006 | URGENTE |

ANEXO I .- PA 11-2021 INVENTARIO EQUIPOS ELECTROMÉDICOS HOSPITAL U. SEVERO OCHOA

| Código | Equipo | Marca | Modelo | Número Serie | Unidad | Fecha | Nivel |
|---------|----------------------------|--------------------|-------------------|---------------|-----------------------------------|------------|---------|
| 12259 | BAÑO HISTOLO.PARAFINA | SELECTA | TERMOFIN | 3000306 | A. PATOLÓGICA HOSPITAL | | URGENTE |
| 2949 | BAÑO INCLUSION PARAFINA | SELECTA | S-459 | 2 UNIDADES | A. PATOLÓGICA HOSPITAL | 27/10/1995 | URGENTE |
| 2950 | BAÑO INCLUSION PARAFINA | SELECTA | S-459 | SIN N/SERIE | A. PATOLÓGICA HOSPITAL | 01/01/1995 | URGENTE |
| 21965 | BAÑO INCUBADOR | DIAGNOSTIC GRIFOLS | DG210 | 21069882 | MICROBIOLOGIA HOSPITAL | | URGENTE |
| 12305 | BAÑO MARIA MEMMERT WB14 | MEMMERT | WB 10 | 1395.0382 | ANÁLISIS CLÍNICOS HOSPITAL | | URGENTE |
| 3344 | BAÑO MARIA PARA COAGULACI | SELECTA | 3000423/1000397 | 0342043 | LAB. HEMATOLOGIA HOSPITAL | 14/07/1998 | URGENTE |
| 12032 | BAÑO MARIA SELECTA PRESCI | SELECTA | PRECISTERM | 234172 | MEDICINA INTENSIVA (SERVICIO) | | URGENTE |
| 4469 | BAÑO PARAFINA C/CARRO | LA CASA DEL MEDICO | 489.1015 | SIN N/SERIE | REHABILITACION HOSPITAL | 18/04/2000 | URGENTE |
| 21802 | BAÑO PARAFINA CON CARRO | ENRAF NONIUS | REF.3448.162 | 10-1745 | REHABILITACION HOSPITAL | 04/09/2002 | URGENTE |
| 974 | BAÑO PARAFINA CON CARRO | ENRAF | REF.3448.162 | 1501 | REHA | 03/05/2001 | URGENTE |
| 4468 | BAÑO PARAFINA REF.H005 | CARIN | H005 | SIN N/SERIE | REHABILITACION HOSPITAL | 10/06/1997 | URGENTE |
| 3527 | BAÑO SECO | SELECTA | P-SELECTA | SIN N/SERIE | ANÁLISIS CLÍNICOS HOSPITAL | 01/01/1987 | URGENTE |
| 20711 | BAÑO TERMICO | JP SELECTA | PRECISTERM S-138 | 182448 | BLOQUE QUIRURGICO | | URGENTE |
| 20718 | BAÑO TERMICO | JP SELECTA | PRECISTERM S-138 | 182451 | BLOQUE QUIRURGICO | | URGENTE |
| 20722 | BAÑO TERMICO | JP SELECTA | PRECISTERM S-138 | 182450 | BLOQUE QUIRURGICO | | URGENTE |
| 20723 | BAÑO TERMICO | JP SELECTA | PRECISTERM | 311046 | BLOQUE QUIRURGICO | | URGENTE |
| 20733 | BAÑO TERMICO | JP SELECTA | PRECISDIG | 611150 | BLOQUE QUIRURGICO | 05/12/2014 | URGENTE |
| 20738 | BAÑO TERMICO | JP SELECTA | PRECISTERM | 0360731 | BLOQUE QUIRURGICO | | URGENTE |
| 20988 | BAÑO TERMICO | JP SELECTA | PRECISDIG | 0396467 | NEONATOLOGIA | 27/06/2001 | URGENTE |
| 22113 | BAÑO TERMICO AGITADOR | JP SELECTA | UNITRONIC | 245265 | BANCO DE SANGRE | 01/01/1987 | URGENTE |
| 3600 | BAÑO TERMICO UNITRONIC | SELECTA | UNITRONIC 6320100 | SIN N/SERIE | BIOQUIMICA HOSPITAL | 01/01/1991 | URGENTE |
| 20909 | BAÑO TERMOSTATICO | JP SELECTA | PRECISTERM | 0453057 | URG. PEDIATRICAS | 04/10/2004 | URGENTE |
| 21092 | BAÑO TERMOSTATICO | JP SELECTA | PRECISTERM | 0441437 | NEONATOLOGIA | 20/07/2005 | URGENTE |
| 21099 | BAÑO TERMOSTATICO | JP SELECTA | PRECISTERM | 0465355 | PEDIATRIA HOSPITALIZACION | 18/05/2005 | URGENTE |
| 22033 | BAÑO TERMOSTATICO | JP SELECTA | PRECISTERM | 0478582 | BIOQUIMICA HOSPITAL | 21/06/2006 | URGENTE |
| 22135 | BAÑO TERMOSTATICO | MEMMERT | WB 14 | 1497,1145 | BANCO DE SANGRE | 11/08/1997 | URGENTE |
| 22289 | BAÑO TERMOSTATICO | JP SELECTA | PRECISTERM | 0441442 | FARMACIA | 28/01/2004 | URGENTE |
| 22086 | BAÑO TERMOSTATICO AGITADOR | GRANT INSTRUMENTS | GD100 | GK0742020 | LAB. HEMATOLOGIA HOSPITAL | | URGENTE |
| 22027** | BAÑO TERMOSTATICO AGITADOR | GRANT INSTRUMENTS | W38 | 028809053 | MICROBIOLOGIA HOSPITAL | | URGENTE |
| 22120 | BAÑO TERMOSTATICO AGITADOR | JULABO | SW 20 | 03802260363 | BANCO DE SANGRE | 26/07/1996 | URGENTE |
| 3358 | BAÑO TERMOSTATIZADO | MICROTERM | 423 | SIN N/SERIE | BANCO DE SANGRE | 15/10/1993 | URGENTE |
| 21976 | BAÑO ULTRASONIDOS | JP SELECTA | 3000512 | 320572 | MICROBIOLOGIA HOSPITAL | | URGENTE |
| 12310 | BASCULA | SECA | 780 | 1780065010346 | TRAUMA CONSULTAS | | URGENTE |
| 12311 | BASCULA | SECA | 708 | N422 | GINECOLOGIA CONSULTAS | | URGENTE |
| 12427 | BASCULA | MOBBA | LB | 701363 | DIALISIS HOSPITAL | | URGENTE |
| 12494 | BASCULA | SECA | 812 | 059900245 | CARDIOLOGIA CONSULTAS | | URGENTE |
| 21803 | BASCULA | SECA | 708 | BORRADO | REHABILITACION HOSPITAL | 04/02/2002 | URGENTE |
| 22871 | BASCULA | SECA | 797 | 1797355041193 | PRUEBAS ESPECIALES ENDOSCOPIAS | | URGENTE |
| 25486 | BASCULA | HELIANTHUS MEDICAL | MPE250K100HM | WF20004366 | RADIOLOGIA HOSPITAL | 13/11/2020 | URGENTE |

ANEXO I .- PA 11-2021 INVENTARIO EQUIPOS ELECTROMÉDICOS HOSPITAL U. SEVERO OCHOA

| Código | Equipo | Marca | Modelo | Número Serie | Unidad | Fecha | Nivel |
|--------|---------------------------|-------------------|----------------------|---------------|-----------------------------------|------------|---------|
| 21855 | BASCULA PESA PERSONAS | SECA | 780 | 1780064010179 | C. EXTERNAS HOSPITAL | 10/10/2000 | URGENTE |
| 25450 | BASCULA BEBE | | MBC20K10M | WF19002332 | PEDIATRIA CONSULTAS | 24/09/2020 | URGENTE |
| 25451 | BASCULA BEBE | | MBC20K10M | WF19002335 | PEDIATRIA CONSULTAS | 24/09/2020 | URGENTE |
| 25452 | BASCULA BEBE | | MBC20K10M | WF19002497 | PEDIATRIA CONSULTAS | 24/09/2020 | URGENTE |
| 25453 | BASCULA BEBE | | MBC20K10M | WF19030641 | PEDIATRIA CONSULTAS | 24/09/2020 | URGENTE |
| 25454 | BASCULA BEBE | | MBC20K10M | WF19030577 | PEDIATRIA CONSULTAS | 24/09/2020 | URGENTE |
| 3537 | BASCULA BOLS.SANGRE | SALVADOR NAVARRO | SIN MODELO | SIN N/SERIE | BANCO DE SANGRE | 23/09/1997 | URGENTE |
| 1769 | BASCULA C/TALLIM.D.E.HOSP | D.E.HOSPITALARIOS | B15 Y T15 | SIN N/SERIE | U.HOSPIT. 4-C | 01/01/1993 | URGENTE |
| 1170 | BASCULA CON TALLIMETRO | SECA | 780+TALLIMETRO 220 | 4012 | OTORRINO CONSULTAS | 08/08/2001 | URGENTE |
| 1255 | BASCULA CON TALLIMETRO | SECA | 728 + TALLIMETRO 220 | 1780157016599 | U.HOSPIT. 3-A | 15/06/2001 | URGENTE |
| 20093 | BASCULA CON TALLIMETRO | SECA | 797 | 1797232024288 | U.HOSPIT. 4-B | 24/07/2002 | URGENTE |
| 20136 | BASCULA CON TALLIMETRO | SECA | 701 | 1701268024890 | U.HOSPIT. 4-C | 16/04/2003 | URGENTE |
| 20244 | BASCULA CON TALLIMETRO | SECA | 701 | 34795 | U.HOSPIT. 3-B | 20/04/1999 | URGENTE |
| 20365 | BASCULA CON TALLIMETRO | SECA | 797 | 1797200060104 | U.HOSPIT. 2-A | 10/08/2006 | URGENTE |
| 20553 | BASCULA CON TALLIMETRO | SECA | 797 | 1797291025289 | REANIMACION | 16/10/2002 | URGENTE |
| 20662 | BASCULA CON TALLIMETRO | SECA | 797 | 1797134031904 | HEMODINÁMICA | 06/08/2003 | URGENTE |
| 20899 | BASCULA CON TALLIMETRO | SECA | 797 | 1797106070449 | URG. PEDIATRICAS | 14/06/2007 | URGENTE |
| 20964 | BASCULA CON TALLIMETRO | SECA | 780 | BORRADO | PARITORIO | 10/10/2000 | URGENTE |
| 21081 | BASCULA CON TALLIMETRO | SECA | 799 | 5799289094992 | PEDIATRIA HOSPITALIZACION | 13/05/2010 | URGENTE |
| 21083 | BASCULA CON TALLIMETRO | SECA | 797 | 1797292049152 | PEDIATRIA HOSPITALIZACION | 05/11/2004 | URGENTE |
| 21381 | BASCULA CON TALLIMETRO | AÑO SAYOL | BAS 60E | 4433 | HOSPITAL DE DIA | 24/10/1995 | URGENTE |
| 21501 | BASCULA CON TALLIMETRO | SECA | 799 | 5799359118512 | C. EXTERNAS HOSPITAL | 08/10/2013 | URGENTE |
| 21509 | BASCULA CON TALLIMETRO | SECA | 799 | 5799293095241 | C. EXTERNAS HOSPITAL | 11/03/2010 | URGENTE |
| 21534 | BASCULA CON TALLIMETRO | SECA | 780 | 1780045002066 | C. EXTERNAS HOSPITAL | 04/04/2000 | URGENTE |
| 21548 | BASCULA CON TALLIMETRO | SECA | 797 | 1797095021562 | C. EXTERNAS HOSPITAL | 13/03/2002 | URGENTE |
| 21552 | BASCULA CON TALLIMETRO | SECA | 797 | 1797232024286 | C. EXTERNAS HOSPITAL | 09/10/2002 | URGENTE |
| 21592 | BASCULA CON TALLIMETRO | SECA | 780 | 1780102990666 | C. EXTERNAS HOSPITAL | 20/04/1999 | URGENTE |
| 21604 | BASCULA CON TALLIMETRO | SECA | 799 | 5799290095007 | C. EXTERNAS HOSPITAL | 13/05/2010 | URGENTE |
| 21614 | BASCULA CON TALLIMETRO | SECA | 799 | 5799061120543 | C. EXTERNAS HOSPITAL | 02/07/2012 | URGENTE |
| 21641 | BASCULA CON TALLIMETRO | DETECTO | S/M | 9204-28 | C. EXTERNAS HOSPITAL | 26/03/1996 | URGENTE |
| 21648 | BASCULA CON TALLIMETRO | SECA | 797 | 1797161032963 | C. EXTERNAS HOSPITAL | 17/09/2003 | URGENTE |
| 21651 | BASCULA CON TALLIMETRO | SECA | 797 | 1797095021563 | C. EXTERNAS HOSPITAL | 13/03/2002 | URGENTE |
| 21654 | BASCULA CON TALLIMETRO | SECA | 780 | 1780059019958 | C. EXTERNAS HOSPITAL | | URGENTE |
| 21660 | BASCULA CON TALLIMETRO | SECA | 797 | 1797232024287 | C. EXTERNAS HOSPITAL | 24/07/2002 | URGENTE |
| 21684 | BASCULA CON TALLIMETRO | SECA | 797 | 1797051041089 | PRUEBAS ESPECIALES ENDOSCOPIAS | 01/10/2004 | URGENTE |
| 21724 | BASCULA CON TALLIMETRO | SECA | 708 | 1714008 | PRUEBAS ESPECIALES ENDOSCOPIAS | | URGENTE |
| 21785 | BASCULA CON TALLIMETRO | SECA | 797 | 1780102990654 | PRUEBAS ESPECIALES ENDOSCOPIAS | 10/10/2000 | URGENTE |

ANEXO I .- PA 11-2021 INVENTARIO EQUIPOS ELECTROMÉDICOS HOSPITAL U. SEVERO OCHOA

| Código | Equipo | Marca | Modelo | Número Serie | Unidad | Fecha | Nivel |
|--------|------------------------|-------|---------------------|---------------|-----------------------------|------------|---------|
| 21807 | BASCULA CON TALLIMETRO | SECA | 797 | 1797316049949 | REHABILITACION HOSPITAL | 10/12/2004 | URGENTE |
| 21808 | BASCULA CON TALLIMETRO | SECA | 713 | BORRADO | REHABILITACION HOSPITAL | 01/01/1985 | URGENTE |
| 21821 | BASCULA CON TALLIMETRO | SECA | 797 | 1797095021569 | C. EXTERNAS HOSPITAL | 13/03/2002 | URGENTE |
| 21834 | BASCULA CON TALLIMETRO | SECA | 799 | 5799297104307 | C. EXTERNAS HOSPITAL | 28/05/2012 | URGENTE |
| 21861 | BASCULA CON TALLIMETRO | SECA | 797 | 1797135066973 | C. EXTERNAS HOSPITAL | 25/05/2006 | URGENTE |
| 22154 | BASCULA CON TALLIMETRO | SECA | 799 | 5799289095000 | BANCO DE SANGRE | 13/05/2010 | URGENTE |
| 22186 | BASCULA CON TALLIMETRO | SECA | 797 | 1797095021570 | DIALISIS HOSPITAL | 19/06/2002 | URGENTE |
| 22252 | BASCULA CON TALLIMETRO | SECA | 797 | 1797135066980 | DIALISIS HOSPITAL | 15/06/2006 | URGENTE |
| 22262 | BASCULA CON TALLIMETRO | SECA | 799 | 5799293095013 | DIALISIS HOSPITAL | | URGENTE |
| 22327 | BASCULA CON TALLIMETRO | SECA | 799 | 5799293095249 | DIALISIS HOSPITAL | 03/12/2009 | URGENTE |
| 22424 | BASCULA CON TALLIMETRO | SECA | 797 | 1797232024300 | OBSTETRICIA M.A.L.G. | 24/07/2002 | URGENTE |
| 22428 | BASCULA CON TALLIMETRO | SECA | 797 | 1797161032969 | OBSTETRICIA M.A.L.G. | 17/09/2003 | URGENTE |
| 22458 | BASCULA CON TALLIMETRO | SECA | 797 | 1797232024285 | REUMATOLOGIA M.A.L.G. | 24/07/2002 | URGENTE |
| 22459 | BASCULA CON TALLIMETRO | SECA | 797 | 1797232024290 | REUMATOLOGIA M.A.L.G. | 24/07/2002 | URGENTE |
| 22465 | BASCULA CON TALLIMETRO | SECA | 797 | 1797232024291 | DIGESTIVO M.A.L.G. | 24/07/2002 | URGENTE |
| 22468 | BASCULA CON TALLIMETRO | SECA | 797 | 1797232024295 | DERMATOLOGIA M.A.L.G. | 24/07/2002 | URGENTE |
| 22477 | BASCULA CON TALLIMETRO | SECA | 797 | 1797232024292 | NEUMOLOGIA M.A.L.G. | 24/07/2002 | URGENTE |
| 22478 | BASCULA CON TALLIMETRO | SECA | 797 | 1797232024293 | NEUMOLOGIA M.A.L.G. | 24/07/2002 | URGENTE |
| 22482 | BASCULA CON TALLIMETRO | SECA | 799 | 5799290095022 | NEUMOLOGIA M.A.L.G. | 13/05/2010 | URGENTE |
| 22488 | BASCULA CON TALLIMETRO | SECA | 797 | 1797143067360 | ENDOCRINO M.A.L.G. | 29/06/2006 | URGENTE |
| 22489 | BASCULA CON TALLIMETRO | SECA | 797 | 1797232024296 | ENDOCRINO M.A.L.G. | 24/07/2002 | URGENTE |
| 22967 | BASCULA CON TALLIMETRO | SECA | 797+ TALLIMETRO 220 | 1797232024297 | OBSP-E | 24/07/2002 | URGENTE |
| 25446 | BASCULA CON TALLIMETRO | | MPE250K100HM | W20000729 | PEDIATRIA CONSULTAS | 24/09/2020 | URGENTE |
| 25447 | BASCULA CON TALLIMETRO | | MPE250K100HM | WF20004148 | PEDIATRIA CONSULTAS | 24/09/2020 | URGENTE |
| 25448 | BASCULA CON TALLIMETRO | | MPE250K100HM | WF20004150 | PEDIATRIA CONSULTAS | 24/09/2020 | URGENTE |
| 25449 | BASCULA CON TALLIMETRO | | MPE250K100HM | WF20004155 | PEDIATRIA CONSULTAS | 24/09/2020 | URGENTE |
| 25567 | BASCULA CON TALLIMETRO | KERN | MPE250K100HM | | PEDIATRIA CONSULTAS | 19/01/2020 | URGENTE |
| 25568 | BASCULA CON TALLIMETRO | KERN | MPE250K100HM | | PEDIATRIA CONSULTAS | 19/01/2020 | URGENTE |
| 25569 | BASCULA CON TALLIMETRO | KERN | MPE250K100HM | | PEDIATRIA CONSULTAS | 19/01/2020 | URGENTE |
| 25570 | BASCULA CON TALLIMETRO | KERN | MPE250K100HM | | PEDIATRIA CONSULTAS | 19/01/2020 | URGENTE |
| 25571 | BASCULA CON TALLIMETRO | KERN | MPE250K100HM | | PEDIATRIA CONSULTAS | 19/01/2020 | URGENTE |
| 25572 | BASCULA CON TALLIMETRO | KERN | MPE250K100HM | | PEDIATRIA CONSULTAS | 19/01/2020 | URGENTE |
| 25573 | BASCULA CON TALLIMETRO | KERN | MPE250K100HM | | PEDIATRIA CONSULTAS | 19/01/2020 | URGENTE |
| 25574 | BASCULA CON TALLIMETRO | KERN | MPE250K100HM | | PEDIATRIA CONSULTAS | 19/01/2020 | URGENTE |
| 25575 | BASCULA CON TALLIMETRO | KERN | MPE250K100HM | | PEDIATRIA CONSULTAS | 19/01/2020 | URGENTE |
| 25576 | BASCULA CON TALLIMETRO | KERN | MPE250K100HM | | PEDIATRIA CONSULTAS | 19/01/2020 | URGENTE |
| 7840 | BASCULA CON TALLIMETRO | SECA | 797 | 1797296025538 | ANÁLISIS CLÍNICOS HOSPITAL | 24/07/2002 | URGENTE |
| 9459 | BASCULA CON TALLIMETRO | SECA | 797 | 1797355041193 | PSIQUIATRÍA HOSPITALIZACIÓN | 09/02/2005 | URGENTE |

ANEXO I .- PA 11-2021 INVENTARIO EQUIPOS ELECTROMÉDICOS HOSPITAL U. SEVERO OCHOA

| Código | Equipo | Marca | Modelo | Número Serie | Unidad | Fecha | Nivel |
|--------|--|-------------------------|--------------|----------------|------------------------------------|------------|---------|
| 16944 | BASCULA DE PLATAFORMA PARA SILLA DE RUEDAS | REF MWS300K100M 965-129 | | WOC14009613 | TRAUMA HOSPITALIZACION | 27/04/2015 | URGENTE |
| 22265 | BASCULA DE PLATAFORMA PARA SILLA DE RUEDAS | SECA | 665 | 1665088079768 | DIALISIS HOSPITAL | 14/06/2007 | URGENTE |
| 4387 | BASCULA DE PLATAFORMA PARA SILLA DE RUEDAS | MOBBA | LB-88/V-2001 | SIN N/SERIE | DIALISIS HOSPITAL | 24/02/1998 | URGENTE |
| 8483 | BASCULA DE PLATAFORMA PARA SILLA DE RUEDAS | SECA | 665 | 16651550326947 | DIAA | 09/07/2003 | URGENTE |
| 1826 | BASCULA DETECTO- VARIAS | DETECTO | MOMON | SIN N/SERIE | U.HOSPIT. 4-C | 01/01/1987 | URGENTE |
| 5110 | BASCULA DETECTO- VARIAS | DETECTO | 6027/6029B | 8910-133 | ENDOCRINO CONSULTAS | 01/01/1990 | URGENTE |
| 5111 | BASCULA DETECTO- VARIAS | DETECTO | 6027/6028B | 8906-207 | URG. PEDIATRICAS | 01/01/1990 | URGENTE |
| 555 | BASCULA DIG.PORT.SECA 812 | SECA | 812 | 2500000233 | FARMACIA | 23/05/2001 | URGENTE |
| 13110 | BASCULA DIGITAL | | | | PRUEBAS ESPECIALES ENDOSCOPIAS | 01/01/2004 | URGENTE |
| 16879 | BASCULA DIGITAL | | 597KGWA | 597KGWA714 | ALMACEN HOSPITAL | 11/11/2014 | URGENTE |
| 16880 | BASCULA DIGITAL | | 597KGWA | 597KGWA716 | ALMACEN HOSPITAL | 11/11/2014 | URGENTE |
| 20451 | BASCULA DIGITAL | WELCHALLYN | 597KGWA | 597KG00712 | U. HOSPIT. 2-C | 11/11/2014 | URGENTE |
| 21267 | BASCULA DIGITAL | WELCHALLYN | 597KGWA | 597KG00714 | RADIOLOGIA HOSPITAL | 11/11/2014 | URGENTE |
| 21543 | BASCULA DIGITAL | WELCHALLYN | 597KGWA | 597KG00765 | C. EXTERNAS HOSPITAL | 04/03/2014 | URGENTE |
| 21576 | BASCULA DIGITAL | WELCHALLYN | 597KGWA | 597KG00780 | C. EXTERNAS HOSPITAL | 23/10/2014 | URGENTE |
| 21644 | BASCULA DIGITAL | WELCHALLYN | 597KGWA | 597KG00790 | C. EXTERNAS HOSPITAL | 04/03/2014 | URGENTE |
| 21659 | BASCULA DIGITAL | WELCHALLYN | 597KGWA | 597KGWA715 | C. EXTERNAS HOSPITAL | 11/11/2014 | URGENTE |
| 21736 | BASCULA DIGITAL | WELCHALLYN | 597KGWA | 597KG00761 | REHABILITACION HOSPITAL | 04/03/2014 | URGENTE |
| 21824 | BASCULA DIGITAL | WELCHALLYN | 597KGWA | 597KG00716 | C. EXTERNAS HOSPITAL | 11/11/2014 | URGENTE |
| 21831 | BASCULA DIGITAL | WELCHALLYN | 597KGWA | 597KG00710 | C. EXTERNAS HOSPITAL | 24/10/2014 | URGENTE |
| 21839 | BASCULA DIGITAL | WELCHALLYN | 597KGWA | 597KGWA708 | C. EXTERNAS HOSPITAL | 24/10/2014 | URGENTE |
| 22255 | BASCULA DIGITAL | WELCHALLYN | 597KGWA | 597KG703 | DIALISIS HOSPITAL | 24/10/2014 | URGENTE |
| 22485 | BASCULA DIGITAL | WELCHALLYN | 597KGWA | 597KG00709 | ENDOCRINO M.A.L.G. | 24/10/2014 | URGENTE |
| 22486 | BASCULA DIGITAL | TANITA | T6360 | 10010460 | ENDOCRINO M.A.L.G. | 03/06/2010 | URGENTE |
| 22879 | BASCULA DIGITAL | krem | MPE250K100HM | WF17023826 | U.HOSPIT. 3-B | 06/07/2017 | URGENTE |
| 22880 | BASCULA DIGITAL | krem | MPE250K100HM | WF17001694 | U.HOSPIT. 4-A | 06/07/2017 | URGENTE |
| 22897 | BASCULA DIGITAL | krem | MPE250K100HM | WF17006835 | CARDIOLOGIA CONSULTAS | 06/07/2017 | URGENTE |
| 22974 | BASCULA DIGITAL | krem | MPE250K100HM | WF17001723 | ALMACEN HOSPITAL | 06/07/2017 | URGENTE |
| 22975 | BASCULA DIGITAL | krem | MPE250K100HM | WF17001892 | U.HOSPIT. 3-A | 06/07/2017 | URGENTE |
| 22976 | BASCULA DIGITAL | krem | MPE250K100HM | WF17006702 | REUMATOLOGIA CONSULTAS | 06/07/2017 | URGENTE |
| 22977 | BASCULA DIGITAL | krem | MPE250K100HM | WF17006717 | U.HOSPIT. 4-B | 06/07/2017 | URGENTE |
| 22978 | BASCULA DIGITAL | krem | MPE250K100HM | WF17006752 | PEDIATRIA CONSULTAS | 06/07/2017 | URGENTE |
| 22979 | BASCULA DIGITAL | krem | MPE250K100HM | WF17006813 | PREVENCION DE RIESGOS LABORALES | 06/07/2017 | URGENTE |
| 22980 | BASCULA DIGITAL | krem | MPE250K100HM | WF17006814 | NEUMOLOGIA CONSULTAS | 06/07/2017 | URGENTE |
| 22981 | BASCULA DIGITAL | krem | MPE250K100HM | WF17006821 | U. HOSPIT. 3-C | 06/07/2017 | URGENTE |

ANEXO I .- PA 11-2021 INVENTARIO EQUIPOS ELECTROMÉDICOS HOSPITAL U. SEVERO OCHOA

| Código | Equipo | Marca | Modelo | Número Serie | Unidad | Fecha | Nivel |
|--------|------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|-----------------------------------|------------|---------|
| 22982 | BASCULA DIGITAL | KERN | MPE250K100HM | WF17006822 | ALMACEN HOSPITAL | 06/07/2017 | URGENTE |
| 22983 | BASCULA DIGITAL | kern | MPE250K100HM | WF17006823 | UROLOGIA CONSULTAS | 06/07/2017 | URGENTE |
| 22994 | BASCULA DIGITAL | kern | MPE250K100HM | WF17006836 | PEDIATRIA CONSULTAS | 06/07/2017 | URGENTE |
| 22995 | BASCULA DIGITAL | kern | MPE250K100HM | WF17006841 | UROLOGIA CONSULTAS | 06/07/2017 | URGENTE |
| 22996 | BASCULA DIGITAL | kern | MPE250K100HM | WF17006756 | PEDIATRIA CONSULTAS | 06/07/2017 | URGENTE |
| 22997 | BASCULA DIGITAL | kern | MPE250K100HM | WF17006787 | ALERGOLOGÍA M.A.L.G. | 06/07/2017 | URGENTE |
| 22870 | BASCULA ELE.C/TA.SECA 797 | SECA | 797 | 1797232024297 | PRUEBAS ESPECIALES ENDOSCOPIAS | | URGENTE |
| 3012 | BASCULA ELE.C/TA.SECA 780 | SECA | 780+TALLIMETRO 220 | SIN N/SERIE | U.HOSPIT. 2-A | 15/09/1997 | URGENTE |
| 4869 | BASCULA ELE.C/TA.SECA 780 | SECA | 780+TALLIMETRO 220 | 1780059019958 | CIRUGIA CONSULTAS | 10/10/2000 | URGENTE |
| 4880 | BASCULA ELE.C/TA.SECA 780 | SECA | 780+TALLIMETRO 220 | SIN N/SERIE | DIÁLISIS CONCERTADA | 20/04/1999 | URGENTE |
| 4919 | BASCULA ELE.C/TA.SECA 780 | SECA | 780+TALLIMETRO 220 | 1780059019967 | TRAUMA CONSULTAS | 10/10/2000 | URGENTE |
| 988 | BASCULA ELE.C/TA.SECA 780 | SECA | 780+TALLIMETRO 220 | SIN N/SERIE | C. EXTERNAS HOSPITAL | 10/10/2000 | URGENTE |
| 989 | BASCULA ELE.C/TA.SECA 780 | SECA | 780+TALLIMETRO 220 | SIN N/SERIE | GINECOLOGIA CONSULTAS | 10/10/2000 | URGENTE |
| 990 | BASCULA ELE.C/TA.SECA 780 | SECA | 780+TALLIMETRO 220 | SIN N/SERIE | CIRUGIA CONSULTAS | 10/10/2000 | URGENTE |
| 1838 | BASCULA ELECTRON.SECA 708 | SECA | 708 | 1942 | PEDIATRIA HOSPITALIZACION | 03/10/1995 | URGENTE |
| 3886 | BASCULA ELECTRON.SECA 708 | SECA | 708 | SIN N/SERIE | ENDOCRINO CONSULTAS | 17/10/1995 | URGENTE |
| 22555 | BASCULA ELECTRON.SECA 797 | SECA | 797 | 1797095021564 | DIGESTIVO CONSULTAS | 13/03/2002 | URGENTE |
| 20006 | BASCULA ELECTRONICA | SECA | 336 | 1336095110540 | U.HOSPIT. 4-A | 28/05/2012 | URGENTE |
| 20010 | BASCULA ELECTRONICA | SECA | 736 | 1736297001443 | U.HOSPIT. 4-A | | URGENTE |
| 20022 | BASCULA ELECTRONICA | SECA | 708 | 2044 | U.HOSPIT. 4-A | 01/01/1993 | URGENTE |
| 20038 | BASCULA ELECTRONICA | SECA | 335 | 1335332022826 | U.HOSPIT. 4-A | 16/10/2002 | URGENTE |
| 20044 | BASCULA ELECTRONICA | SECA | 736 | 1736311016368 | U.HOSPIT. 4-A | 01/10/2001 | URGENTE |
| 21104 | BASCULA ELECTRONICA | SECA | 797 | 1797013062979 | PEDIATRIA HOSPITALIZACION | 23/02/2006 | URGENTE |
| 21823 | BASCULA ELECTRONICA | TANITA | BC-420 MA | 07040201 | C. EXTERNAS HOSPITAL | 17/09/2007 | URGENTE |
| 21836 | BASCULA ELECTRONICA | TANITA | TDF-300 | 07060227 | C. EXTERNAS HOSPITAL | | URGENTE |
| 21845 | BASCULA ELECTRONICA | SECA | 736 | 173648004876 | C. EXTERNAS HOSPITAL | 10/10/2000 | URGENTE |
| 22872 | BASCULA ELECTRONICA | SECA | 797 | 1797296025538 | PRUEBAS ESPECIALES ENDOSCOPIAS | | URGENTE |
| 25488 | BASCULA ELECTRONICA | HELIANTHUS MEDICAL | MPE250K100HM | | RADIOLOGIA HOSPITAL | 13/11/2020 | URGENTE |
| 23847 | BASCULA ELECTRONICA BEBES | seca | 376 | 106539 | U.HOSPIT. 4-A | 14/11/2018 | URGENTE |
| 22364 | BASCULA ELECTRONICA CON TALLIMETRO | SECA | 799 | 5799289094999 | TRAUMA M.A.L.G. | 13/05/2010 | URGENTE |
| 22365 | BASCULA ELECTRONICA CON TALLIMETRO | SECA | 797 | 1797232024299 | GINECOLOGIA M.A.L.G. | 24/07/2002 | URGENTE |
| 22375 | BASCULA ELECTRONICA CON TALLIMETRO | SECA | 797 | 1797232024294 | GINECOLOGIA M.A.L.G. | 24/07/2002 | URGENTE |
| 15292 | BASCULA ELECTRONICA CON TALLIMETRO | SECA | 799 | 5799290095013 | DIALISIS HOSPITAL | 13/05/2010 | URGENTE |
| 20898 | BASCULA ELECTRONICA PESA BEBES | SECA | 375 | 5375041074785 | URG. PEDIATRICAS | 13/09/2007 | URGENTE |

ANEXO I .- PA 11-2021 INVENTARIO EQUIPOS ELECTROMÉDICOS HOSPITAL U. SEVERO OCHOA

| Código | Equipo | Marca | Modelo | Número Serie | Unidad | Fecha | Nivel |
|--------|---------------------------------|----------------|--------------------|-----------------|---------------------------|------------|---------|
| 20942 | BASCULA ELECTRONICA PESA BEBES | SECA | 375 | 5375037074712 | PARITORIO | 15/11/2007 | URGENTE |
| 20946 | BASCULA ELECTRONICA PESA BEBES | SECA | 375 | 5375270075029 | PARITORIO | 05/05/2014 | URGENTE |
| 21013 | BASCULA ELECTRONICA PESA BEBES | SECA | 727 | 860153 | NEONATOLOGIA | 01/01/1991 | URGENTE |
| 21093 | BASCULA ELECTRONICA PESA BEBES | SECA | 336 | 1336025110016 | NEONATOLOGIA | 28/04/2011 | URGENTE |
| 21103 | BASCULA ELECTRONICA PESA BEBES | SECA | 376 | 5376311054476 | PEDIATRIA HOSPITALIZACION | 23/02/2006 | URGENTE |
| 21832 | BASCULA ELECTRONICA PESA BEBES | SECA | 834 | 5834040090050 | C. EXTERNAS HOSPITAL | 21/05/2009 | URGENTE |
| 21838 | BASCULA ELECTRONICA PESA BEBES | SECA | 375 | 5375270075020 | C. EXTERNAS HOSPITAL | 22/12/2014 | URGENTE |
| 5096 | BASCULA INDUSTRIAL MOBBA | MOBBA | SIN MODELO | SIN N/SERIE | MANTENIMIENTO HOSPITAL | 01/07/1987 | URGENTE |
| 12377 | BASCULA PESA BEBES | SECA | 727 | 751 | PARITORIO | | URGENTE |
| 72 | BASCULA PESA BEBES | SECA | 736-1321209 | 1736305990319 | U.HOSPIT. 4-A | 01/01/1999 | URGENTE |
| 21829 | BASCULA PESA PERSONA | SECA | 780 | 1780065010346 | C. EXTERNAS HOSPITAL | 10/10/2000 | URGENTE |
| 21841 | BASCULA PESA PERSONA | SECA | 780 | SIN N/SERIE | C. EXTERNAS HOSPITAL | 30/06/1998 | URGENTE |
| 21844 | BASCULA PESA PERSONA | SECA | 780 | 1780059019964 | C. EXTERNAS HOSPITAL | 10/10/2000 | URGENTE |
| 21850 | BASCULA PESA PERSONA | SECA | 780 | 1780157016598 | C. EXTERNAS HOSPITAL | 10/10/2000 | URGENTE |
| 21856 | BASCULA PESA PERSONA | SECA | 704 | 5704024077982 | C. EXTERNAS HOSPITAL | 14/06/2007 | URGENTE |
| 21827 | BASCULA PESA PERSONA 780 | SECA | 780+TALLIMETRO 220 | 1780102990673 | C. EXTERNAS HOSPITAL | 20/04/1999 | URGENTE |
| 21589 | BASCULA PESA PERSONAS | SECA | 770 | 12492 | C. EXTERNAS HOSPITAL | | URGENTE |
| 22192 | BASCULA PESA PERSONAS | SECA | 708 | BORRADO | DIALISIS HOSPITAL | | URGENTE |
| 22525 | BASCULA PESA PERSONAS | WELCHALLYN | 597KGWA | 597KG00506 | U.HOSPIT. 2-A | 02/06/2016 | URGENTE |
| 20452 | BASCULA PESA PERSONAS CON SILLA | KERN & SOHN | MWS300K100M | WOC14009613 | U. HOSPIT. 2-C | | URGENTE |
| 22844 | BASCULA PESAB. SECA 725 | SECA | SE | 078776 | PEDIATRIA CONSULTAS | 01/01/1995 | URGENTE |
| 22845 | BASCULA PESAB. SECA 725 | SECA | SE | 916906 | PEDIATRIA CONSULTAS | 17/10/1995 | URGENTE |
| 22846 | BASCULA PESAB. SECA 725 | SECA | SE | 916946 | PEDIATRIA CONSULTAS | 01/01/1995 | URGENTE |
| 3909 | BASCULA PESAB. SECA 725 | SECA | 725 | 078844 | PEDIATRIA HOSPITALIZACION | 17/10/1995 | URGENTE |
| 5278 | BASCULA PESAB. SECA 725 | SECA | SE | 078813 | PEDIATRIA CONSULTAS | 01/01/1995 | URGENTE |
| 11408 | BASCULA PORTATIL | SECA | 841 | | U.HOSPIT. 4-B | 14/06/2007 | URGENTE |
| 9558 | BASCULA PORTATIL SECA 760 | SECA | 760 | 2760081055032 | U.HOSPIT. 4-C | 08/06/2005 | URGENTE |
| 1981 | BASCULA SAYOL ATLANTIDA | SAYOL ATANTIDA | VARIOS MODELOS | SIN N/SERIE | U. HOSPIT. 3-C | 02/11/1994 | URGENTE |
| 5099 | BASCULA SAYOL ATLANTIDA | SAYOL ATANTIDA | VARIOS MODELOS | SIN N/SERIE | PEDIATRIA HOSPITALIZACION | 01/01/1987 | URGENTE |
| 5097 | BASCULA SECA 661 | SECA | 661 | 8812238 | PEDIATRIA HOSPITALIZACION | 01/01/1985 | URGENTE |
| 5098 | BASCULA SECA 661 | SECA | 661 | 8712077 | PEDIATRIA HOSPITALIZACION | 01/01/1985 | URGENTE |
| 5107 | BASCULA SECA 661 | SECA | 661 | 8712041 | URPE-E | 01/01/1985 | URGENTE |
| 4563 | BASCULA SECA 714 + T 220 | SECA | 714 + T 220 | SIN N/SERIE | REHA | 26/08/1997 | URGENTE |
| 4918 | BASCULA SECA 780 S/TALLI. | SECA | 780 | 211780045002066 | OTORRINO CONSULTAS | 11/04/2000 | URGENTE |

ANEXO I .- PA 11-2021 INVENTARIO EQUIPOS ELECTROMÉDICOS HOSPITAL U. SEVERO OCHOA

| Código | Equipo | Marca | Modelo | Número Serie | Unidad | Fecha | Nivel |
|---------|-------------------------------------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------------------------|------------|---------|
| 21809 | BASE CENTRAL SONDAS DE TEMPERATURAS | TESTO | SAVERIS BASE | 02821096 | INFORMATICA | | |
| 20752 | BASE MODULOS MONITOR MULTICANAL | DATEX OHMEDA | F-CU8-10-VG1 | 6114493 | BLOQUE QUIRURGICO | 27/10/2006 | CRITICO |
| 20805 | BASE MODULOS MONITOR MULTICANAL | DATEX OHMEDA | F-CU8..08 | 4994817 | BLOQUE QUIRURGICO | | CRITICO |
| 20824 | BASE MODULOS MONITOR MULTICANAL | DATEX OHMEDA | F-CU8..07 | 4592162 | BLOQUE QUIRURGICO | 19/12/2001 | CRITICO |
| 5932-03 | BASE REUT.P/CALENT.OPTICA | PRIM | REF.C3002 | LOT.101715 | GINECOLOGÍA QUIRÓFANO | 25/09/2002 | URGENTE |
| 24306 | BASTIDOR PARA GRÚA | MAXIMOVE | MAXIMOVE | 700-19302 | MEDICINA INTENSIVA (SERVICIO) | 03/01/2020 | URGENTE |
| 21726 | BICICLETA ESTATICA | SANRO | ERGOLINE | 2014004351 | REHABILITACION HOSPITAL | | NORMAL |
| 21727 | BICICLETA ESTATICA | SANRO | ERGOLINE | 2014004349 | REHABILITACION HOSPITAL | | NORMAL |
| 21728 | BICICLETA ESTATICA | SANRO | ERGOLINE | 2014004347 | REHABILITACION HOSPITAL | | NORMAL |
| 21729 | BICICLETA ESTATICA | SANRO | ERGOLINE | 2014004352 | REHABILITACION HOSPITAL | | NORMAL |
| 21730 | BICICLETA ESTATICA | SANRO | ERGOLINE | 2014004348 | REHABILITACION HOSPITAL | | NORMAL |
| 21731 | BICICLETA ESTATICA | SANRO | ERGOLINE | 2014004350 | REHABILITACION HOSPITAL | | NORMAL |
| 20018 | BILIRRUBINOMETRO | KONICA MINOLTA | JM-103 | 3003463 | U.HOSPIT. 4-A | | URGENTE |
| 21391 | BIOMETRO | ALCON LABORATORIES | ULTRASCAN | 000131350IX | C. EXTERNAS HOSPITAL | | URGENTE |
| 21422 | BIOMETRO | 3M | ECHOLUE | 912B2689 | C. EXTERNAS HOSPITAL | | URGENTE |
| 21424 | BIOMETRO | ALCON LABORATORIES | OCUSCAN RXP | 1003311601X | C. EXTERNAS HOSPITAL | | URGENTE |
| 4475 | BIOMETRO OCULAR ALCON | ALCON | OCUSCAN | 72408 | OFTALMOLOGIA CONSULTAS | 21/11/2001 | URGENTE |
| 20602 | BOMBA DE IRRIGACION | MTW ENDOSKOPIE | REF.10012 | 209 | REANIMACION | 06/08/2003 | CRITICO |
| 20889 | BOMBA DE IRRIGACION | WUEST UROPOWER | 5002 | 88-10-115 | BLOQUE QUIRURGICO | | CRITICO |
| 24223 | BOMBA DE IRRIGACION QX3 | STORZ | UP210 | ZR907 | OTORRINO QUIRÓFANO | 18/11/2018 | CRITICO |
| 24224 | BOMBA DE IRRIGACION QX8 | STORZ | UP210 | ZR905 | UROLOGÍA QUIRÓFANO | 18/11/2018 | CRITICO |
| 21696 | BOMBA HISTEROSCOPIA | RICHARD WOLF | 2220 HYSTERO PUMP | 010505 | PRUEBAS ESPECIALES ENDOSCOPIAS | 01/08/2001 | URGENTE |
| 22030 | BOMBA HPLC | HITACHI | L-6200A | 0310-053 | BIOQUIMICA HOSPITAL | | URGENTE |
| 20843 | BOMBA INFUSION | BECTON DICKINSON | VIAL MEDICAL PROGRAM 1 | 14611158 | BLOQUE QUIRURGICO | | URGENTE |
| 20844 | BOMBA INFUSION | BECTON DICKINSON | MASTER TCI SP | 16200565 | BLOQUE QUIRURGICO | | URGENTE |

ANEXO I .- PA 11-2021 INVENTARIO EQUIPOS ELECTROMÉDICOS HOSPITAL U. SEVERO OCHOA

| Código | Equipo | Marca | Modelo | Número Serie | Unidad | Fecha | Nivel |
|----------|---|------------------|--|-----------------|-----------------------------------|------------|---------|
| 20845 | BOMBA INFUSION | BECTON DICKINSON | MASTER TCI SP | 16170949X | BLOQUE QUIRURGICO | | URGENTE |
| 21240 | BUCKY PARED | SIEMENS | 0476630 G051G | 04660S07 L | RADIOLOGIA HOSPITAL | 12/08/1999 | URGENTE |
| 21247 | BUCKY PARED | PHILIPS | BUCKY DIAGNOST VS (REF: 9890 01083641) | 0800101018 | RADIOLOGIA HOSPITAL | 20/10/2008 | URGENTE |
| 21275 | BUCKY PARED | PHILIPS | 9890 010 82662 | 05000161 | RADIOLOGIA HOSPITAL | | URGENTE |
| 21287 | BUCKY PARED | PHILIPS | 9890 010 83641 | 09000628 | RADIOLOGIA HOSPITAL | | URGENTE |
| 22340 | BUCKY PARED | SIEMENS | 3832537 G5457 | 02160s85 | RADIOLOGIA M.A.L.G | | URGENTE |
| 22349 | BUCKY PARED | SIEMENS | 3832537 G5457 | 02162S85 | RADIOLOGIA M.A.L.G | | URGENTE |
| 22355 | BUCKY PARED | SIEMENS | 3832537 G5457 | 02165S85 | RADIOLOGIA M.A.L.G | | URGENTE |
| 15035-04 | CABEZAL SEÑALES EEG PARA POLISOMNOGRAFO | SANRO | SEN 040 | PED3062 | NEUMOLOGIA BRONCOSCOPIAS | 12/11/2012 | URGENTE |
| 4566 | CABEZAL ULTRASONIDO | SIN MARCA | SIN MODELO | SIN N/SERIE | REHA | 01/11/1992 | URGENTE |
| 4567 | CABEZAL ULTRASONIDO | SIN MARCA | SIN MODELO | 2 UNIDADES | REHA | 01/04/1997 | URGENTE |
| 21443 | CABINA | INTERACOUSTICS | S/M | S/N | C. EXTERNAS HOSPITAL | 19/12/2001 | URGENTE |
| 21718 | CABINA DE ESPIROMETRIA | JAEGER | MASTER SCREEN BODY | 690390-175400 | PRUEBAS ESPECIALES ENDOSCOPIAS | | URGENTE |
| 23556 | CABINA DE ESPIROMETRIA | HANS E RUTH | POWECUBE BODY | M10520171250524 | PRUEBAS ESPECIALES ENDOSCOPIAS | 15/11/2018 | URGENTE |
| 22102 | CABINA DE FLUJO LAMINAR | TELSTAR | BV-100 | 22013 | BANCO DE SANGRE | | URGENTE |
| 22290 | CABINA DE FLUJO LAMINAR | TELSTAR | AH-100 | 9673 | FARMACIA | | URGENTE |
| 21647 | CABINA DE FOTOTERAPIA UVA | WALDMANN | 7002 | 76105-16 | C. EXTERNAS HOSPITAL | 08/01/2016 | URGENTE |
| 21930 | CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA | NUAIRE | NU437-400 | 89761031904 | A. PATOLÓGICA HOSPITAL | 26/10/2004 | URGENTE |
| 21968 | CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA | GELAIRE | BSB 4A | 10429 | MICROBIOLOGIA HOSPITAL | | URGENTE |
| 21980 | CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA | TELSTAR | BIO II ADVANCE-3 | EN-12469-2000 | MICROBIOLOGIA HOSPITAL | 24/06/2013 | URGENTE |
| 22300 | CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA | TELSTAR | CYTOSTAR | 21273 | FARMACIA | | URGENTE |
| 22301 | CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA | TELSTAR | BIO II A | 2954 | FARMACIA | | URGENTE |
| 25806 | CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA | TELSTAR | BIO II A | | ONCOLOGIA HOSPITAL DE DIA DE MAMA | 16/12/2020 | URGENTE |

ANEXO I .- PA 11-2021 INVENTARIO EQUIPOS ELECTROMÉDICOS HOSPITAL U. SEVERO OCHOA

| Código | Equipo | Marca | Modelo | Número Serie | Unidad | Fecha | Nivel |
|--------|--------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|-----------------------------------|------------|---------|
| 21707 | CABINA FLUJO LAMINAR | TELSTAR | MICRO-V | 6141 | PRUEBAS ESPECIALES ENDOSCOPIAS | 27/10/1995 | URGENTE |
| 21996 | CABINA FLUJO LAMINAR | ASTEC MICROFLOW | 51423/2 | 96092021 | MICROBIOLOGIA HOSPITAL | | URGENTE |
| 21997 | CABINA FLUJO LAMINAR | TELSTAR | BIO II A | 9848 | MICROBIOLOGIA HOSPITAL | | URGENTE |
| 22296 | CABINA FLUJO LAMINAR | TELSTAR | BH-100 | 2135 | FARMACIA | | URGENTE |
| 22297 | CABINA FLUJO LAMINAR | GLATT LABORTECNIC | HORIZONTAL | 30025 | FARMACIA | | URGENTE |
| 3400 | CABINA FLUJO LAMINAR | HERAEUS | HB2448S | 9063B | A. PATOLÓGICA HOSPITAL | 01/01/1990 | URGENTE |
| 24418 | CABINA SEGURIDAD BIOL.NUA | NUARIE | BIO II ADVANCE PLUS 3 | 525226 | MICROBIOLOGIA HOSPITAL | 13/03/2020 | URGENTE |
| 25308 | CABINA SEGURIDAD BIOL.NUA | | BIO II ADVANCE 4 | 526517 | MICROBIOLOGIA HOSPITAL | 20/06/2020 | URGENTE |
| 12161 | CALENTADOR | SELECTA | COMBIPLAC | | BIOQUIMICA HOSPITAL | | URGENTE |
| 12343 | CALENTADOR | FISHER-PAYKEL | MR-730 | 9573ASV17429 | NEONATOLOGIA | | URGENTE |
| 20985 | CALENTADOR COLCHON TERMICO | KANMED | BABY WARMER 50W | B3935/03 | NEONATOLOGIA | | URGENTE |
| 20993 | CALENTADOR COLCHON TERMICO | KANMED | BABY WARMER 50W | B3958/03 | NEONATOLOGIA | 26/02/2003 | URGENTE |
| 20994 | CALENTADOR COLCHON TERMICO | KANMED | BABY WARMER 50W | B9135/09 | NEONATOLOGIA | 21/05/2009 | URGENTE |
| 21059 | CALENTADOR COLCHON TERMICO | KANMED | BABY WARMER 50W | B2429/99 | NEONATOLOGIA | 20/04/1999 | URGENTE |
| 21074 | CALENTADOR COLCHON TERMICO | KANMED | BABY WARMER | B9152/09 | NEONATOLOGIA | 21/05/2009 | URGENTE |
| 21075 | CALENTADOR COLCHON TERMICO | KANMED | BABY WARMER 50W | B1750 | NEONATOLOGIA | | URGENTE |
| 12527 | CALENTADOR DE SANGRE | HOTLINE | | 19990333 | BLOQUE QUIRURGICO | | URGENTE |
| 10730 | CALENTADOR DE SISTEMAS ÓPTICOS | APPLIED BIOSYSTEMS | C3001 | | CIRUGÍA QUIRÓFANO | 29/06/2006 | URGENTE |
| 3694 | CALENTADOR DE SUERO PRECI | PRECISTERM | 455.60000140 | SIN N/SERIE | BLOQUE QUIRURGICO | 01/01/1996 | URGENTE |
| 5932 | CALENTADOR OPTICAS PRIM | PRIM | C3001/C3101/C3002 | SIN N/SERIE | GINECOLOGÍA QUIRÓFANO | 25/09/2002 | URGENTE |
| 3890 | CALENTADOR P/NEBULIZADOR | OHMEDA | SIN MODELO | SIN N/SERIE | PEDIATRIA HOSPITALIZACION | 18/06/1996 | CRITICO |
| 3891 | CALENTADOR P/NEBULIZADOR | OHMEDA | SIN MODELO | SIN N/SERIE | PEDIATRIA HOSPITALIZACION | 22/11/1995 | CRITICO |
| 3892 | CALENTADOR P/NEBULIZADOR | OHMEDA | SIN MODELO | 2 CALENTADORES | PEDIATRIA HOSPITALIZACION | 05/11/1993 | CRITICO |
| 8182 | CALENTADOR SISTEM.OPTICOS | RICHARD WOLF | 2320 | 020453 | CIRUGÍA QUIRÓFANO | 23/10/2002 | URGENTE |
| 3696 | CALENTADOR SUERO 12L | SALVADOR NAVARRO | 1604-1651 | SIN N/SERIE | BLOQUE QUIRURGICO | 01/01/1997 | URGENTE |
| 3695 | CALENTADOR SUERO SELECTA | SELECTA | SE6000140+SE6000044 | SIN N/SERIE | BLOQUE QUIRURGICO | 01/01/1999 | URGENTE |

ANEXO I .- PA 11-2021 INVENTARIO EQUIPOS ELECTROMÉDICOS HOSPITAL U. SEVERO OCHOA

| Código | Equipo | Marca | Modelo | Número Serie | Unidad | Fecha | Nivel |
|-----------------|-------------------------------------|------------------|-----------------------|--------------|---------------------------------|------------|---------|
| 16053 | CALIBRADOR DE TERMOMETROS DIGITALES | GENERAL ELECTRIC | EXERGEN | | MANTENIMIENTO HOSPITAL | 28/10/2010 | URGENTE |
| 13068-01 | CALIBRADOR SONOMETRO | CASELLA | CEL 282 | 3/12921571 | PREVENCION DE RIESGOS LABORALES | 15/12/1999 | URGENTE |
| 3894 | CALIENTABIBERONES | PRECISTERM | 6000142/5000088 | SIN N/SERIE | PEDIATRIA HOSPITALIZACION | 17/09/1996 | URGENTE |
| 3913 | CALIENTABIBERONES | CHICCO | VARIOS MODELOS | SIN N/SERIE | PEDIATRIA CONSULTAS | 09/05/2000 | URGENTE |
| 3914 | CALIENTABIBERONES | CHICCO | VARIOS MODELOS | SIN N/SERIE | PEDIATRIA CONSULTAS | 06/07/1999 | URGENTE |
| 1181 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | DESAN FLEX | S.OMEGA BASE ET3C000 | 083 | U.HOSPIT. 4-C | 01/01/1985 | NORMAL |
| 1184 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | DESAN FLEX | DESAN ADVANC.S.BASE 6 | 009 | U.HOSPIT. 4-C | 01/01/1985 | NORMAL |
| 1187 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | DESAN FLEX | S.OMEGA BASE ET3C000 | 060 | U.HOSPIT. 4-C | 01/01/1985 | NORMAL |
| 1194 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | DESAN FLEX | S.OMEGA BASE ET3C000 | 093 | U.HOSPIT. 4-C | 01/01/1985 | NORMAL |
| 1203 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | DESAN FLEX | S.OMEGA BASE ET3C000 | 033 | U.HOSPIT. 3-B | 01/01/1985 | NORMAL |
| 1204 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | DESAN FLEX | DESAN ADVANC.S.BASE 6 | 014 | U.HOSPIT. 3-B | 01/01/1985 | NORMAL |
| 1234 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | DESAN FLEX | S.OMEGA BASE ET3C000 | 085 | U.HOSPIT. 3-B | 01/01/1985 | NORMAL |
| 13040 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | DESAN FLEX | LINET ELEGANZA | 20070037479 | CIRUGIA MAYOR AMBULATORIA | 03/12/2008 | NORMAL |
| 14011 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | HILL ROM | EVOLUTION | 020 | PARITORIO | 27/09/2007 | NORMAL |
| 17313 PRUEBAS F | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | DESAN FLEX | ADVANCE.S.BASE 6 | | U.HOSPIT. 4-B | 17/05/2007 | NORMAL |
| 20001 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | DESAN FLEX | S.OMEGA BASE ET3C000 | 012 | U.HOSPIT. 4-A | 01/08/2001 | NORMAL |
| 20002 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | DESAN FLEX | S.OMEGA BASE ET90 BB | BORRADO | U. HOSPIT. 3-C | | NORMAL |
| 20003 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | DESAN FLEX | S.OMEGA BASE ET3C000 | 007 | U.HOSPIT. 4-A | 13/10/2005 | NORMAL |
| 20004 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | DESAN FLEX | DESAN ADVANC.S.BASE6 | 011 | U.HOSPIT. 4-A | 11/07/2000 | NORMAL |
| 20005 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | DESAN FLEX | S.OMEGA BASE ET3C000 | 079 | U.HOSPIT. 4-A | 11/07/2000 | NORMAL |
| 20028 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | DESAN FLEX | SOM.D.AD.S.HL.ELEC-3 | 043 | U.HOSPIT. 4-A | 03/12/2008 | NORMAL |
| 20029 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | DESAN FLEX | DESAN ADVANC.S.BASE6 | SIN N/SERIE | U.HOSPIT. 4-A | 16/10/2002 | NORMAL |
| 20031 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | DESAN FLEX | S.OMEGA BASE ET3C000 | 049 | U.HOSPIT. 4-A | | NORMAL |
| 20032 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | DESAN FLEX | S.OMEGA BASE ET3C000 | 083 | U.HOSPIT. 4-A | | NORMAL |

ANEXO I .- PA 11-2021 INVENTARIO EQUIPOS ELECTROMÉDICOS HOSPITAL U. SEVERO OCHOA

| Código | Equipo | Marca | Modelo | Número Serie | Unidad | Fecha | Nivel |
|--------|-----------------------------|------------|--------------------------------|--------------|----------------|------------|--------|
| 20033 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | DESAN FLEX | DESAN ADVANC S.BASE | 038 | U.HOSPIT. 4-A | 11/07/2000 | NORMAL |
| 20035 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | DESAN FLEX | DESAN ADVANC S.BASE6 | 026 | U.HOSPIT. 4-A | | NORMAL |
| 20036 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | DESAN FLEX | S.OMEGA BASE ET3C000 | 075 | U.HOSPIT. 4-A | 11/07/2000 | NORMAL |
| 20037 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | PARDO | 30522200 | 28 | U.HOSPIT. 4-A | 17/11/1998 | NORMAL |
| 20039 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | DESAN FLEX | DESAN ADVANC.S.BASE6 | 001 | U.HOSPIT. 4-A | 11/07/2000 | NORMAL |
| 20040 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | DESAN FLEX | DESAN ADVANC.S.BASE6 | 004 | U.HOSPIT. 4-A | 10/10/2000 | NORMAL |
| 20066 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | DESAN FLEX | S.OMEGA BASE ET90BB | 029 | U.HOSPIT. 4-B | 01/01/1985 | NORMAL |
| 20067 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | DESAN FLEX | S.OMEGA BASE ET 3C000 | 088 | U.HOSPIT. 4-B | 12/01/2005 | NORMAL |
| 20069 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | DESAN FLEX | ADVANCE. S. OMEGA BASE ET90 BB | 031 | U.HOSPIT. 4-B | 20/07/2005 | NORMAL |
| 20070 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | DESAN FLEX | S.OMEGA BASE ET 3C000 | 002 | U.HOSPIT. 4-B | 11/07/2000 | NORMAL |
| 20071 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | DESAN FLEX | ADVANCE. S. OMEGA BASE ET90 BB | 005 | U.HOSPIT. 4-B | | NORMAL |
| 20072 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | DESAN FLEX | DESAN ADVANC.S.BASE6 | 014 | U.HOSPIT. 4-B | | NORMAL |
| 20076 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | DESAN FLEX | S.OMEGA BASE ET3C000 | 070 | U.HOSPIT. 4-B | 20/07/2005 | NORMAL |
| 20236 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | DESAN FLEX | ADVANCE. S. OMEGA BASE ET90 BB | 014 | U.HOSPIT. 3-B | | NORMAL |
| 20237 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | DESAN FLEX | S.OMEGA BASE ET 3C000 | 092 | U.HOSPIT. 3-B | 16/11/2009 | NORMAL |
| 20248 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | DESAN FLEX | S.OMEGA BASE ET3C000 | 068 | U.HOSPIT. 3-B | 20/07/2005 | NORMAL |
| 20249 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | DESAN FLEX | S.OMEGA BASE ET3C000 | 47 | U.HOSPIT. 3-B | 16/10/2002 | NORMAL |
| 20255 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | DESAN FLEX | S.OMEGA BASE ET3C000 | 026 | U.HOSPIT. 3-B | 11/07/2000 | NORMAL |
| 20256 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | DESAN FLEX | DES.A HI LO T ELEC 3 | 002 | U.HOSPIT. 3-B | 20/07/2005 | NORMAL |
| 20268 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | DESAN FLEX | S.OMEGA BASE ET3C000 | 084 | U.HOSPIT. 3-B | 01/01/1985 | NORMAL |
| 20273 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | DESAN FLEX | S.OMEGA BASE ET 3C000 | 014 | U. HOSPIT. 3-C | 11/07/2000 | NORMAL |
| 20281 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | DESAN FLEX | S.OMEGA BASE ET3C000 | 051 | U. HOSPIT. 3-C | 11/07/2000 | NORMAL |
| 20306 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | DESAN FLEX | S.OMEGA BASE ET3C000 | 19 | U. HOSPIT. 3-C | 16/10/2002 | NORMAL |

ANEXO I .- PA 11-2021 INVENTARIO EQUIPOS ELECTROMÉDICOS HOSPITAL U. SEVERO OCHOA

| Código | Equipo | Marca | Modelo | Número Serie | Unidad | Fecha | Nivel |
|--------|-----------------------------|------------|-----------------------|--------------|----------------|------------|--------|
| 20307 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | DESAN FLEX | S.OMEGA BASE ET3C000 | 058 | U. HOSPIT. 3-C | 08/09/2004 | NORMAL |
| 20309 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | DESAN FLEX | S.OMEGA BASE ET3C000 | 015 | U. HOSPIT. 3-C | 11/07/2000 | NORMAL |
| 20311 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | DESAN FLEX | S.OMEGA BASE ET3C000 | 080 | U. HOSPIT. 3-C | | NORMAL |
| 20318 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | DESAN FLEX | S.OMEGA BASE ET3C000 | 082 | U. HOSPIT. 3-C | 16/10/2002 | NORMAL |
| 20319 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | DESAN FLEX | S.OMEGA BASE ET3C000 | 061 | U. HOSPIT. 3-C | 11/07/2000 | NORMAL |
| 20320 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | DESAN FLEX | S.OMEGA BASE ET3C000 | 50 | U. HOSPIT. 3-C | 16/10/2002 | NORMAL |
| 20324 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | DESAN FLEX | S.OMEGA BASE ET3C000 | 004 | U. HOSPIT. 3-C | 01/01/1985 | NORMAL |
| 20328 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | DESAN FLEX | S.OMEGA BASE ET3C000 | 003 | U. HOSPIT. 3-C | 03/12/2008 | NORMAL |
| 20329 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | DESAN FLEX | S.OMEGA BASE ET3C000 | | U. HOSPIT. 3-C | | NORMAL |
| 20330 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | DESAN FLEX | S.OMEGA BASE ET3C000 | 039 | U. HOSPIT. 3-C | 22/12/2004 | NORMAL |
| 20333 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | DESAN FLEX | S.OMEGA BASE ET3C000 | 012 | U. HOSPIT. 3-C | 20/07/2005 | NORMAL |
| 20336 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | DESAN FLEX | S.OMEGA BASE ET3C000 | 072 | U. HOSPIT. 3-C | 01/01/1985 | NORMAL |
| 20339 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | DESAN FLEX | S.OMEGA BASE ET3C000 | 009 | U. HOSPIT. 3-C | 05/07/2006 | NORMAL |
| 20342 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | DESAN FLEX | S.OMEGA BASE ET3C000 | 021 | U.HOSPIT. 2-A | 01/01/1985 | NORMAL |
| 20345 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | DESAN FLEX | S.OMEGA BASE ET3C000 | 35 | U.HOSPIT. 2-A | 02/08/2007 | NORMAL |
| 20346 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | DESAN FLEX | S.OMEGA BASE ET3C000 | 073 | U.HOSPIT. 2-A | 01/01/1985 | NORMAL |
| 20354 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | DESAN FLEX | S.OMEGA BASE ET3C000 | 023 | U.HOSPIT. 2-A | 20/07/2005 | NORMAL |
| 20357 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | DESAN FLEX | DESAN ADVANC.S.BASE 6 | 007 | U.HOSPIT. 2-A | 16/10/2002 | NORMAL |
| 20362 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | DESAN FLEX | DESAN ADVANC.S.BASE 6 | 007 | U.HOSPIT. 2-A | 12/01/2005 | NORMAL |
| 20363 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | DESAN FLEX | S.OMEGA BASE ET3C000 | 041 | U.HOSPIT. 2-A | 12/01/2005 | NORMAL |
| 20386 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | DESAN FLEX | S.OMEGA BASE ET3C000 | 028 | U.HOSPIT. 4-A | | NORMAL |
| 20396 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | DESAN FLEX | SOM.D.AD.S.HL.ELEC-3 | 000024 | U.HOSPIT. 2-A | 01/01/1985 | NORMAL |
| 20399 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | DESAN FLEX | S.OMEGA BASE ET3C000 | 065 | U.HOSPIT. 2-A | | NORMAL |
| 20404 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | DESAN FLEX | S.OMEGA BASE ET3C000 | 066 | U.HOSPIT. 2-A | 13/10/2005 | NORMAL |
| 20409 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | DESAN FLEX | S.OMEGA BASE ET3C000 | 017 | U.HOSPIT. 2-A | 10/10/2000 | NORMAL |
| 20463 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | DESAN FLEX | SOM.D.AD.S.HL.ELEC-3 | 000004 | U. HOSPIT. 2-C | 11/07/2000 | NORMAL |

ANEXO I .- PA 11-2021 INVENTARIO EQUIPOS ELECTROMÉDICOS HOSPITAL U. SEVERO OCHOA

| Código | Equipo | Marca | Modelo | Número Serie | Unidad | Fecha | Nivel |
|--------|-----------------------------|------------|----------------------|--------------|----------------|------------|--------|
| 20466 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | DESAN FLEX | SOM.D.AD.S.HL.ELEC-3 | 000014 | U. HOSPIT. 2-C | 11/07/2000 | NORMAL |
| 20470 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | DESAN FLEX | SOM.D.AD.S.HL.ELEC-3 | 0029 | U. HOSPIT. 2-C | 10/10/2000 | NORMAL |
| 20473 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | DESAN FLEX | SOM.D.AD.S.HL.ELEC-3 | 000001 | U. HOSPIT. 2-C | 22/12/2004 | NORMAL |
| 20476 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | DESAN FLEX | SOM.D.AD.S.HL.ELEC-3 | 000030 | U. HOSPIT. 2-C | 16/10/2002 | NORMAL |
| 20478 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | DESAN FLEX | SOM.D.AD.S.HL.ELEC-3 | 000031 | U. HOSPIT. 2-C | 20/07/2005 | NORMAL |
| 20480 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | DESAN FLEX | SOM.D.AD.S.HL.ELEC-3 | 076 | U. HOSPIT. 2-C | 01/01/1985 | NORMAL |
| 20482 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | DESAN FLEX | SOM.D.AD.S.HL.ELEC-3 | 000013 | U. HOSPIT. 2-C | 11/07/2000 | NORMAL |
| 20483 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | DESAN FLEX | SOM.D.AD.S.HL.ELEC-3 | 000002 | U. HOSPIT. 2-C | | NORMAL |
| 20485 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | DESAN FLEX | SOM.D.AD.S.HL.ELEC-3 | 000003 | U. HOSPIT. 2-C | 11/07/2000 | NORMAL |
| 20486 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | DESAN FLEX | SOM.D.AD.S.HL.ELEC-3 | 000022 | U. HOSPIT. 2-C | 11/07/2000 | NORMAL |
| 20488 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | DESAN FLEX | SOM.D.AD.S.HL.ELEC-3 | 000023 | U. HOSPIT. 2-C | 16/11/2009 | NORMAL |
| 20489 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | DESAN FLEX | SOM.D.AD.S.HL.ELEC-3 | 000003 | U. HOSPIT. 2-C | 11/07/2000 | NORMAL |
| 20490 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | DESAN FLEX | SOM.D.AD.S.HL.ELEC-3 | 000012 | U. HOSPIT. 2-C | 11/07/2000 | NORMAL |
| 20492 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | DESAN FLEX | SOM.D.AD.S.HL.ELEC-3 | 000018 | U. HOSPIT. 2-C | 01/08/2001 | NORMAL |
| 20496 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | DESAN FLEX | SOM.D.AD.S.HL.ELEC-3 | 000016 | U. HOSPIT. 2-C | 11/07/2000 | NORMAL |
| 20497 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | DESAN FLEX | SOM.D.AD.S.HL.ELEC-3 | 000015 | U. HOSPIT. 2-C | | NORMAL |
| 20499 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | DESAN FLEX | SOM.D.AD.S.HL.ELEC-3 | 002 | U. HOSPIT. 2-C | 11/07/2000 | NORMAL |
| 20500 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | DESAN FLEX | SOM.D.AD.S.HL.ELEC-3 | 001 | U. HOSPIT. 2-C | 11/07/2000 | NORMAL |
| 20501 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | DESAN FLEX | SOM.D.AD.S.HL.ELEC-3 | SIN N/SERIE | U. HOSPIT. 2-C | 16/10/2002 | NORMAL |
| 20502 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | DESAN FLEX | S.OMEGA BASE ET90 BB | 035 | U. HOSPIT. 2-C | 08/09/2004 | NORMAL |
| 20503 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | DESAN FLEX | SOM.D.AD.S.HL.ELEC-3 | 000020 | U. HOSPIT. 2-C | 17/11/1998 | NORMAL |
| 20504 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | DESAN FLEX | SOM.D.AD.S.HL.ELEC-3 | 000005 | U. HOSPIT. 2-C | 11/07/2000 | NORMAL |
| 20505 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | DESAN FLEX | SOM.D.AD.S.HL.ELEC-3 | 000006 | U. HOSPIT. 2-C | 11/07/2000 | NORMAL |
| 20506 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | DESAN FLEX | SOM.D.AD.S.HL.ELEC-3 | 000001 | U. HOSPIT. 2-C | 11/07/2000 | NORMAL |
| 20507 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | DESAN FLEX | SOM.D.AD.S.HL.ELEC-3 | 000019 | U. HOSPIT. 2-C | 26/09/2000 | NORMAL |

ANEXO I .- PA 11-2021 INVENTARIO EQUIPOS ELECTROMÉDICOS HOSPITAL U. SEVERO OCHOA

| Código | Equipo | Marca | Modelo | Número Serie | Unidad | Fecha | Nivel |
|---------|-----------------------------|------------|--------------------------------|--------------|-------------------------------|------------|--------|
| 20508 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | DESAN FLEX | S.OMEGA BASE ET90 BB | 007 | U. HOSPIT. 2-C | 20/07/2005 | NORMAL |
| 20509 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | DESAN FLEX | SOM.D.AD.S.HL.ELEC-3 | 000028 | U. HOSPIT. 2-C | 11/07/2000 | NORMAL |
| 20511 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | DESAN FLEX | SOM.D.AD.S.HL.ELEC-3 | 000021 | U. HOSPIT. 2-C | 01/08/2001 | NORMAL |
| 20550 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | DESAN FLEX | ADVANCE. S. OMEGA BASE ET90 BB | 022 | U.HOSPIT. 3-B | 01/01/1985 | NORMAL |
| 20618 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | HILL ROM | EVOLUTION | HRP000263032 | MEDICINA INTENSIVA (SERVICIO) | 16/10/2002 | NORMAL |
| 20634 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | HILL ROM | EVOLUTION | BORRADO | MEDICINA INTENSIVA (SERVICIO) | 16/10/2002 | NORMAL |
| 20637 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | HILL ROM | EVOLUTION | HRP0059821 | MEDICINA INTENSIVA (SERVICIO) | 16/10/2002 | NORMAL |
| 20642 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | HILL ROM | EVOLUTION | BORRADO | MEDICINA INTENSIVA (SERVICIO) | 16/10/2002 | NORMAL |
| 20646 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | HILL ROM | EVOLUTION | BORRADO | MEDICINA INTENSIVA (SERVICIO) | 16/10/2002 | NORMAL |
| 20684 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | HILL ROM | EVOLUTION | HRP0060075 | MEDICINA INTENSIVA (SERVICIO) | 16/10/2002 | NORMAL |
| 20685 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | HILL ROM | EVOLUTION | BORRADO | MEDICINA INTENSIVA (SERVICIO) | 16/10/2002 | NORMAL |
| 20689 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | HILL ROM | EVOLUTION | HRP000263038 | MEDICINA INTENSIVA (SERVICIO) | 16/10/2002 | NORMAL |
| 20780 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | DESAN FLEX | ADVANCE. S. OMEGA BASE ET90 BB | 028 | U.HOSPIT. 4-B | 13/10/2005 | NORMAL |
| 20802 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | DESAN FLEX | S.OMEGA BASE ET3C000 | 004 | U.HOSPIT. 4-B | 10/10/2000 | NORMAL |
| 20948 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | DESAN FLEX | S.OMEGA BASE ET3C000 | 008 | PARITORIO | 22/12/2004 | NORMAL |
| 20981 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | DESAN FLEX | S.OMEGA BASE ET3C000 | 045 | PARITORIO | | NORMAL |
| 21144 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | DESAN FLEX | S.OMEGA BASE ET3C000 | 040 | URGENCIAS GENERALES | 12/01/2005 | NORMAL |
| 2115 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | PARDO | 30522200 | 38 | U.HOSPIT. 4-A | 17/11/1998 | NORMAL |
| 21150 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | DESAN FLEX | S.OMEGA BASE ET3C000 | 017 | URGENCIAS GENERALES | 11/07/2000 | NORMAL |
| 21185 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | DESAN FLEX | S.OMEGA BASE ET3C000 | 091 | URGENCIAS GENERALES | 01/01/1985 | NORMAL |
| 21206 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | DESAN FLEX | S.OMEGA BASE ET3C000 | 002 | URGENCIAS GENERALES | 01/01/1985 | NORMAL |
| 21218 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | DESAN FLEX | S.OMEGA BASE ET3C000 | 031 | URGENCIAS GENERALES | 11/07/2000 | NORMAL |
| 2208 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | DESAN FLEX | DESAN ADVANC.S.BASE6 | 008 | U. HOSPIT. 3-C | 11/07/2000 | NORMAL |
| 2209 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | DESAN FLEX | S.OMEGA BASE ET3C000 | 074 | U.HOSPIT. 3-B | 11/07/2000 | NORMAL |
| 2216 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | DESAN FLEX | ADVANCE S. BASE 6 | 018 | U. HOSPIT. 3-C | 11/07/2000 | NORMAL |
| 2223-01 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | DESAN FLEX | ADVANCE S. BASE 6 | 002 | U.HOSPIT. 2-A | 11/07/2000 | NORMAL |
| 22307 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | HILL ROM | 1 IPX4 TIPO B | HRP001383009 | DIALISIS HOSPITAL | | NORMAL |
| 22308 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | HILL ROM | 1 IPX4 TIPO B | HRP001383001 | DIALISIS HOSPITAL | | NORMAL |

ANEXO I .- PA 11-2021 INVENTARIO EQUIPOS ELECTROMÉDICOS HOSPITAL U. SEVERO OCHOA

| Código | Equipo | Marca | Modelo | Número Serie | Unidad | Fecha | Nivel |
|---------|-----------------------------|------------|-----------------------|--------------|-----------------------------------|------------|--------|
| 22309 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | HILL ROM | 1 IPX4 TIPO B | HRP001383006 | DIALISIS HOSPITAL | | NORMAL |
| 22310 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | HILL ROM | 1 IPX4 TIPO B | HRP001383002 | DIALISIS HOSPITAL | | NORMAL |
| 2231-01 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | DESAN FLEX | S. BASE OMEGA ET3C000 | 051 | U. HOSPIT. 2-C | 11/07/2000 | NORMAL |
| 22311 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | HILL ROM | 1 IPX4 TIPO B | HRP001383008 | DIALISIS HOSPITAL | | NORMAL |
| 22318 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | HILL ROM | 1 IPX4 TIPO B | HRP001383003 | DIALISIS HOSPITAL | | NORMAL |
| 22319 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | HILL ROM | 1 IPX4 TIPO B | HRP001383004 | DIALISIS HOSPITAL | 16/11/2009 | NORMAL |
| 22320 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | HILL ROM | 1 IPX4 TIPO B | HRP001383005 | DIALISIS HOSPITAL | | NORMAL |
| 2232-01 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | DESAN FLEX | ADVANCE S. BASE 6 | 002 | U. HOSPIT. 2-C | 11/07/2000 | NORMAL |
| 22321 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | HILL ROM | 1 IPX4 TIPO B | HRP001383007 | DIALISIS HOSPITAL | | NORMAL |
| 22495 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | DESAN FLEX | S.OMEGA BASE ET3C000 | 071 | U.HOSPIT. 4-C | 20/07/2005 | NORMAL |
| 22496 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | DESAN FLEX | S.OMEGA BASE ET3C000 | 062 | U.HOSPIT. 4-A | 01/01/1985 | NORMAL |
| 22497 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | DESAN FLEX | S.OMEGA BASE ET3C000 | 059 | U.HOSPIT. 4-A | 16/10/2002 | NORMAL |
| 22498 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | DESAN FLEX | S.OMEGA BASE ET3C000 | 018 | U.HOSPIT. 4-A | 01/01/1985 | NORMAL |
| 22499 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | DESAN FLEX | S.OMEGA BASE ET3C000 | 078 | U.HOSPIT. 4-A | 11/07/2000 | NORMAL |
| 22505 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | DESAN FLEX | DESAN ADVANC S.BASE6 | 019 | U.HOSPIT. 4-A | 19/01/2005 | NORMAL |
| 22518 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | DESAN FLEX | ADVANCE.S.ET90BB | 013 | U. HOSPIT. 2-C | 20/07/2005 | NORMAL |
| 22527 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | DESAN FLEX | DESAN ADVANCE.S.BASE6 | 008 | U.HOSPIT. 3-B | | NORMAL |
| 22528 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | DESAN FLEX | S.OMEGA BASE ET3C000 | 089 | U.HOSPIT. 3-B | | NORMAL |
| 22529 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | PARDO | 40024100 | 263 | URGENCIAS GENERALES | | NORMAL |
| 22531 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | DESAN FLEX | S. OMEGA BASE ET3C000 | 009 | U. HOSPIT. 3-C | 03/12/2008 | NORMAL |
| 22532 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | DESAN FLEX | S.OMEGA BASE ET3C000 | 038 | U.HOSPIT. 4-C | 01/01/1985 | NORMAL |
| 22537 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | DESAN FLEX | S. OMEGA BASE ET3C000 | 007 | U.HOSPIT. 4-A | 03/12/2008 | NORMAL |
| 22538 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | PARDO | 3052200 | 84 | U.HOSPIT. 4-C | 11/07/2000 | NORMAL |
| 22542 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | DESAN FLEX | S.OMEGA BASE ET3C000 | 003 | U.HOSPIT. 3-B | | NORMAL |
| 22543 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | PARDO | | | PRUEBAS ESPECIALES ENDOSCOPIAS | 17/10/2016 | NORMAL |

ANEXO I .- PA 11-2021 INVENTARIO EQUIPOS ELECTROMÉDICOS HOSPITAL U. SEVERO OCHOA

| Código | Equipo | Marca | Modelo | Número Serie | Unidad | Fecha | Nivel |
|---------|-----------------------------|-------------|----------------------|------------------|---------------------------|------------|--------|
| 22557 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | PARDO | 30522200 | 62 | U. HOSPIT. 3-C | 11/07/2000 | NORMAL |
| 22625 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | PARDO | 30522200 | 55 | U. HOSPIT. 3-C | 16/10/2002 | NORMAL |
| 22627 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | PARDO | 30522200 | 67 | U. HOSPIT. 3-C | 17/11/1998 | NORMAL |
| 22628 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | DESAN FLEX | DESAN ADVANC.S.BASE6 | 013 | U.HOSPIT. 4-A | 11/07/2000 | NORMAL |
| 22650 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | DESAN FLEX | ADVANCE.S.BASE 6 | 000022 | U.HOSPIT. 4-A | 20/07/2005 | NORMAL |
| 22652 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | DESAN FLEX | ADVANC BASE 6 | SIN N/SERIE | HOSPITAL DE DIA | 10/10/2000 | NORMAL |
| 22653 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | DESAN FLEX | base et90bb | 15 | URGENCIAS GENERALES | 18/05/1999 | NORMAL |
| 22658 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | STRYKER SV1 | 7100000100 | 3777100008510012 | PEDIATRIA HOSPITALIZACION | 17/10/2016 | NORMAL |
| 22659 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | STRYKER SV1 | 7100000100 | 3777100008510003 | PEDIATRIA HOSPITALIZACION | 17/10/2016 | NORMAL |
| 22660 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | STRYKER SV1 | 7100000100 | 3777100008510009 | PEDIATRIA HOSPITALIZACION | 17/10/2016 | NORMAL |
| 22661 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | STRYKER SV1 | 7100000100 | 3777100008510007 | PEDIATRIA HOSPITALIZACION | 17/10/2016 | NORMAL |
| 22662 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | STRYKER SV1 | 7100000100 | 3777100008510013 | PEDIATRIA HOSPITALIZACION | 17/10/2016 | NORMAL |
| 22663 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | STRYKER SV1 | 7100000100 | 3777100008510010 | PEDIATRIA HOSPITALIZACION | 17/10/2016 | NORMAL |
| 22664 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | STRYKER SV1 | 7100000100 | 3777100008510008 | PEDIATRIA HOSPITALIZACION | 17/10/2016 | NORMAL |
| 22665 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | STRYKER SV1 | 7100000100 | 3777100008510011 | U.HOSPIT. 4-A | 17/10/2016 | NORMAL |
| 22666 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | STRYKER SV1 | 7100000100 | 3777100008510004 | U.HOSPIT. 4-A | 17/10/2016 | NORMAL |
| 22667 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | STRYKER SV1 | 7100000100 | 3777100008510002 | U.HOSPIT. 4-A | 17/10/2016 | NORMAL |
| 22668 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | STRYKER SV1 | 7100000100 | 3777100008510005 | U.HOSPIT. 4-A | 17/10/2016 | NORMAL |
| 22669 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | STRYKER SV1 | 7100000100 | 3777100008510001 | U.HOSPIT. 4-A | 17/10/2016 | NORMAL |
| 22670 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | STRYKER SV1 | 7100000100 | 3777100008510006 | U.HOSPIT. 4-A | 17/10/2016 | NORMAL |
| 22709 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | DESAN FLEX | AVANC.S BASE 6 | 030 | U.HOSPIT. 3-B | 16/10/2002 | NORMAL |
| 2273-22 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | PARDO | 30497900 | | U.HOSPIT. 4-B | 01/09/1998 | NORMAL |
| 22762 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | PARDO | 30497900 | 288 | U.HOSPIT. 4-A | 01/12/1998 | NORMAL |
| 22763 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | PARDO | 30497900 | 00022 | U.HOSPIT. 4-A | 01/09/1998 | NORMAL |
| 22764 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | PARDO | 30497900 | 331 | U.HOSPIT. 4-A | 01/12/1998 | NORMAL |
| 22765 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | PARDO | 30497900 | 308 | U.HOSPIT. 4-A | 01/12/1998 | NORMAL |
| 22766 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | PARDO | 30497900 | 00064 | U.HOSPIT. 4-B | 01/09/1998 | NORMAL |
| 22767 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | PARDO | 30497900 | 313 | U.HOSPIT. 4-B | 01/12/1998 | NORMAL |
| 22768 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | PARDO | 30426500 | 1321 | REANIMACION | 01/12/2001 | NORMAL |
| 22770 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | PARDO | 30497900 | 00010 | U. HOSPIT. 3-C | 01/09/1998 | NORMAL |
| 22771 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | PARDO | 40026800 | 93 | REANIMACION | 01/01/2001 | NORMAL |
| 22773 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | PARDO | 30497900 | 311 | U. HOSPIT. 3-C | 01/12/1998 | NORMAL |
| 22774 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | PARDO | 30497900 | 298 | U. HOSPIT. 3-C | 01/12/1998 | NORMAL |
| 22775 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | PARDO | 30497900 | 00077 | U. HOSPIT. 3-C | 01/09/1998 | NORMAL |
| 22776 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | PARDO | 30497900 | 00093 | U. HOSPIT. 3-C | 01/09/1998 | NORMAL |

ANEXO I .- PA 11-2021 INVENTARIO EQUIPOS ELECTROMÉDICOS HOSPITAL U. SEVERO OCHOA

| Código | Equipo | Marca | Modelo | Número Serie | Unidad | Fecha | Nivel |
|--------|-----------------------------|-------------|----------------------|-------------------|-----------------------------------|------------|--------|
| 22777 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | PARDO | 30547100 | 57 | REANIMACION | 01/10/1999 | NORMAL |
| 22797 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | DESAN FLEX | ADVANCE.S.BASE 6 | 000020 | U.HOSPIT. 4-B | 20/07/2005 | NORMAL |
| 22800 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | PARDO | 30522200 | 14 | U.HOSPIT. 4-A | 17/11/1998 | NORMAL |
| 22804 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | DESAN FLEX | S.OMEGA ET3C000 | 090 | U.HOSPIT. 4-B | 01/01/1985 | NORMAL |
| 22812 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | PARDO | 30522200 | 83 | U.HOSPIT. 4-C | 17/11/1998 | NORMAL |
| 22832 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | DESAN FLEX | ADVANCE S. BASE6 | 034 | U. HOSPIT. 3-C | | NORMAL |
| 22833 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | PARDO | 30522200 | 59 | U.HOSPIT. 3-B | 17/11/1998 | NORMAL |
| 22834 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | DESAN FLEX | ADVANC S BASE 6 | 039 | U.HOSPIT. 2-A | 01/08/2001 | NORMAL |
| 22868 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | PARDO | 30522200 | 72 | U.HOSPIT. 4-C | 17/11/1998 | NORMAL |
| 22898 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | DESAN FLEX | BASE ET3C000 | 074 | PRUEBAS ESPECIALES ENDOSCOPIAS | | NORMAL |
| 22936 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | DESAN FLEX | S.OMEGA BASE ET3C000 | 085 | PRUEBAS ESPECIALES ENDOSCOPIAS | | NORMAL |
| 22970 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | PARDO | 30498200 | 00008 | PRUEBAS ESPECIALES ENDOSCOPIAS | | NORMAL |
| 22998 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | DESAN FLEX | ADVANCE S.BASE6 | 000018 | PRUEBAS ESPECIALES ENDOSCOPIAS | | NORMAL |
| 23005 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | PARDO | 30522200 | 007 | U.HOSPIT. 4-C | 17/11/1998 | NORMAL |
| 23040 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | STRYKER SV1 | 7100000200 | 5696100014330075 | U.HOSPIT. 4-A | 02/11/2017 | NORMAL |
| 23041 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | STRYKER SV1 | 7100000200 | 56961000143 30077 | U.HOSPIT. 4-A | 02/11/2017 | NORMAL |
| 23042 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | STRYKER SV1 | 7100000200 | 56961000143 30078 | U.HOSPIT. 4-A | 02/11/2017 | NORMAL |
| 23043 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | STRYKER SV1 | 7100000200 | 56961000143 30021 | U.HOSPIT. 4-A | 02/11/2017 | NORMAL |
| 23044 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | STRYKER SV1 | 7100000200 | 56961000143 30079 | U.HOSPIT. 4-A | 02/11/2017 | NORMAL |
| 23045 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | STRYKER SV1 | 7100000200 | 56961000143 30030 | U.HOSPIT. 4-A | 02/11/2017 | NORMAL |
| 23046 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | STRYKER SV1 | 7100000200 | 56961000143 30060 | U.HOSPIT. 4-A | 02/11/2017 | NORMAL |
| 23047 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | STRYKER SV1 | 7100000200 | 56961000143 30027 | U.HOSPIT. 4-A | 02/11/2017 | NORMAL |
| 23048 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | STRYKER SV1 | 7100000200 | 56961000143 30067 | U.HOSPIT. 4-A | 02/11/2017 | NORMAL |
| 23049 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | STRYKER SV1 | 7100000200 | 56961000143 30068 | U.HOSPIT. 4-A | 02/11/2017 | NORMAL |

ANEXO I .- PA 11-2021 INVENTARIO EQUIPOS ELECTROMÉDICOS HOSPITAL U. SEVERO OCHOA

| Código | Equipo | Marca | Modelo | Número Serie | Unidad | Fecha | Nivel |
|--------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|--------------------|-------------------------------|------------|--------|
| 23050 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | STRYKER SV1 | 7100000200 | 56961000143 30050 | U.HOSPIT. 4-A | 02/11/2017 | NORMAL |
| 23051 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | STRYKER SV1 | 7100000200 | 56961000143 30017 | U.HOSPIT. 4-A | 02/11/2017 | NORMAL |
| 23052 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | STRYKER SV1 | 7100000200 | 56961000143 30024 | U.HOSPIT. 4-A | 02/11/2017 | NORMAL |
| 23053 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | STRYKER SV1 | 7100000200 | 56961000143 30023 | U.HOSPIT. 4-A | 02/11/2017 | NORMAL |
| 23054 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | STRYKER SV1 | 7100000200 | 56961000143 30028 | U.HOSPIT. 4-A | 02/11/2017 | NORMAL |
| 23055 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | STRYKER SV1 | 7100000200 | 56961000143 30074 | U.HOSPIT. 4-A | 02/11/2017 | NORMAL |
| 23058 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | STRYKER SV1 | 7100000200 | 569610000143 30076 | U. HOSPIT. 2-C | 02/11/2017 | NORMAL |
| 23059 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | STRYKER SV1 | 7100000200 | 5696100014330070 | PARITORIO | 02/11/2017 | NORMAL |
| 23060 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | STRYKER SV1 | 7100000200 | 56961000143 30039 | U. HOSPIT. 2-C | 02/11/2017 | NORMAL |
| 2311 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | DESAN FLEX | T ELEC-3 | 001 | U. HOSPIT. 2-C | 11/07/2000 | NORMAL |
| 23138 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | ARJO HUNTLEIGH | ENTERPRISE 9X22BE101ABAIB | PO472081 | MEDICINA INTENSIVA (SERVICIO) | 02/11/2017 | NORMAL |
| 23139 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | ARJO HUNTLEIGH | ENTERPRISE 9X22BE101ABAIB | PO472077 | U.HOSPIT. 4-A | 02/11/2017 | NORMAL |
| 23140 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | ARJO HUNTLEIGH | ENTERPRISE 9X22BE101ABAIB | PO472079 | MEDICINA INTENSIVA (SERVICIO) | 02/11/2017 | NORMAL |
| 23141 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | ARJO HUNTLEIGH | ENTERPRISE 9000X 9X21DQ111BFAIB | P0472078 | MEDICINA INTENSIVA (SERVICIO) | 02/11/2017 | NORMAL |
| 23142 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | GETINGE | ENTERPRISE 9000X 9X21DQ111BFAIB | P0472080 | U.HOSPIT. 4-A | 02/11/2017 | NORMAL |
| 23143 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | | | | U.HOSPIT. 4-A | 02/11/2017 | NORMAL |
| 23152 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | DESAN FLEX | SOM.D.AD.S.HL.ELEC3 | 000017 | U.HOSPIT. 4-C | 01/01/1985 | NORMAL |
| 23153 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | STRYKER SV1 | 7100000200 | 5696100014330097 | PEDIATRIA HOSPITALIZACION | 02/11/2017 | NORMAL |
| 23154 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | STRYKER SV1 | 7100000200 | 5696100014330098 | PEDIATRIA HOSPITALIZACION | 02/11/2017 | NORMAL |
| 23155 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | STRYKER SV1 | 7100000200 | 5696100014330099 | PEDIATRIA HOSPITALIZACION | 02/11/2017 | NORMAL |
| 23156 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | STRYKER SV1 | 7100000200 | 5696100014330002 | PEDIATRIA HOSPITALIZACION | 02/11/2017 | NORMAL |
| 23157 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | STRYKER SV1 | 7100000200 | 5696100014330004 | PEDIATRIA HOSPITALIZACION | 02/11/2017 | NORMAL |
| 23158 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | STRYKER SV1 | 7100000200 | 5696100014330007 | PEDIATRIA HOSPITALIZACION | 02/11/2017 | NORMAL |
| 23159 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | STRYKER SV1 | 7100000200 | 5696100014330008 | PEDIATRIA HOSPITALIZACION | 02/11/2017 | NORMAL |
| 23160 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | PARDO | 30497900 | 00018 | URGENCIAS GENERALES | | NORMAL |
| 23161 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | PARDO | 30497900 | 00030 | URGENCIAS GENERALES | | NORMAL |
| 23162 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | PARDO | 30497900 | 328 | URGENCIAS GENERALES | | NORMAL |
| 23163 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | PARDO | 30497900 | 317 | URGENCIAS GENERALES | | NORMAL |
| 23164 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | PARDO | 30497900 | 289 | URGENCIAS GENERALES | | NORMAL |
| 23165 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | PARDO | 30497900 | 00012 | URGENCIAS GENERALES | | NORMAL |
| 23166 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | DESAN FLEX | S.MEGA BASE ET3C000 | 086 | U.HOSPIT. 4-C | 20/07/2005 | NORMAL |
| 23168 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | PARDO | 40024100 | 249 | URGENCIAS GENERALES | 17/11/1998 | NORMAL |

ANEXO I .- PA 11-2021 INVENTARIO EQUIPOS ELECTROMÉDICOS HOSPITAL U. SEVERO OCHOA

| Código | Equipo | Marca | Modelo | Número Serie | Unidad | Fecha | Nivel |
|--------|-----------------------------|------------|-----------------------|-----------------|----------------|------------|--------|
| 23169 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | DESAN FLEX | DESAN ADVANC.S.BASE 6 | 028 | U.HOSPIT. 3-B | 01/01/1985 | NORMAL |
| 23171 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | PARDO | 30497900 | 20 | U.HOSPIT. 4-A | 01/12/1998 | NORMAL |
| 2319 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | DESAN FLEX | S. OMEGA BASE ET3C000 | 003 | U. HOSPIT. 2-C | 11/07/2000 | NORMAL |
| 23200 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | DESAN FLEX | ADVANCE.S.BASE 6 | 035 | U.HOSPIT. 4-B | 01/01/1985 | NORMAL |
| 23235 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | LINET | ELEGANZA | 1GSMA731250600X | PARITORIO | | NORMAL |
| 23393 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | DESAN FLEX | DESAN ADVANC.S.BASE 6 | 015 | U.HOSPIT. 4-A | 20/07/2005 | NORMAL |
| 23504 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | HILL ROM | 900 5RO | HRP002718808 | U. HOSPIT. 2-C | 19/11/2018 | NORMAL |
| 23505 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | HILL ROM | 1 IPX4 TIPO B | HRP002718812 | U. HOSPIT. 2-C | | NORMAL |
| 23506 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | HILL ROM | 1 IPX4 TIPO B | HRP002718813 | U. HOSPIT. 2-C | | NORMAL |
| 23507 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | HILL ROM | 1 IPX4 TIPO B | HRP002718869 | U. HOSPIT. 2-C | | NORMAL |
| 23508 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | HILL ROM | 1 IPX4 TIPO B | HRP002718870 | U. HOSPIT. 2-C | | NORMAL |
| 23509 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | HILL ROM | 1 IPX4 TIPO B | HRP002718872 | U. HOSPIT. 2-C | | NORMAL |
| 23510 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | HILL ROM | 1 IPX4 TIPO B | HRP002718875 | U. HOSPIT. 2-C | | NORMAL |
| 23511 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | HILL ROM | 1 IPX4 TIPO B | HRP002718876 | U. HOSPIT. 2-C | | NORMAL |
| 23512 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | HILL ROM | 1 IPX4 TIPO B | HRP002718883 | U. HOSPIT. 2-C | | NORMAL |
| 23513 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | HILL ROM | 1 IPX4 TIPO B | HRP002718885 | U. HOSPIT. 2-C | | NORMAL |
| 23514 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | HILL ROM | 1 IPX4 TIPO B | HRP002718888 | U. HOSPIT. 2-C | | NORMAL |
| 23515 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | HILL ROM | 1 IPX4 TIPO B | HRP002718890 | U. HOSPIT. 2-C | | NORMAL |
| 23516 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | HILL ROM | 1 IPX4 TIPO B | HRP002718898 | U. HOSPIT. 2-C | | NORMAL |
| 23517 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | HILL ROM | 1 IPX4 TIPO B | HRP002718900 | U. HOSPIT. 2-C | | NORMAL |
| 23518 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | HILL ROM | 1 IPX4 TIPO B | HRP002718901 | U. HOSPIT. 2-C | | NORMAL |
| 23519 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | HILL ROM | 1 IPX4 TIPO B | HRP002718902 | U. HOSPIT. 2-C | | NORMAL |
| 23520 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | HILL ROM | 1 IPX4 TIPO B | HRP002718905 | U. HOSPIT. 3-C | | NORMAL |
| 23521 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | HILL ROM | 1 IPX4 TIPO B | HRP002718911 | U. HOSPIT. 3-C | | NORMAL |
| 23522 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | HILL ROM | 1 IPX4 TIPO B | HRP002718912 | U. HOSPIT. 3-C | | NORMAL |
| 23523 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | HILL ROM | 1 IPX4 TIPO B | HRP002718913 | U. HOSPIT. 3-C | | NORMAL |
| 23524 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | HILL ROM | 1 IPX4 TIPO B | HRP002718914 | U. HOSPIT. 3-C | | NORMAL |
| 23525 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | HILL ROM | 1 IPX4 TIPO B | HRP002718917 | U. HOSPIT. 3-C | | NORMAL |

ANEXO I .- PA 11-2021 INVENTARIO EQUIPOS ELECTROMÉDICOS HOSPITAL U. SEVERO OCHOA

| Código | Equipo | Marca | Modelo | Número Serie | Unidad | Fecha | Nivel |
|--------|-----------------------------|----------|---------------|--------------|----------------|-------|--------|
| 23526 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | HILL ROM | 1 IPX4 TIPO B | HRP002718918 | U. HOSPIT. 3-C | | NORMAL |
| 23527 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | HILL ROM | 1 IPX4 TIPO B | HRP002718919 | U. HOSPIT. 3-C | | NORMAL |
| 23528 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | HILL ROM | 1 IPX4 TIPO B | HRP002718921 | U. HOSPIT. 3-C | | NORMAL |
| 23529 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | HILL ROM | 1 IPX4 TIPO B | HRP002718922 | U. HOSPIT. 3-C | | NORMAL |
| 23530 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | HILL ROM | 1 IPX4 TIPO B | HRP002718923 | U. HOSPIT. 3-C | | NORMAL |
| 23531 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | HILL ROM | 1 IPX4 TIPO B | HRP002718924 | U. HOSPIT. 3-C | | NORMAL |
| 23532 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | HILL ROM | 1 IPX4 TIPO B | HRP002718926 | U. HOSPIT. 3-C | | NORMAL |
| 23533 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | HILL ROM | 1 IPX4 TIPO B | HRP002718927 | U. HOSPIT. 3-C | | NORMAL |
| 23534 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | HILL ROM | 1 IPX4 TIPO B | HRP002718928 | U. HOSPIT. 3-C | | NORMAL |
| 23535 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | HILL ROM | 1 IPX4 TIPO B | HRP002718930 | U. HOSPIT. 3-C | | NORMAL |
| 23536 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | HILL ROM | 1 IPX4 TIPO B | HRP002718934 | U. HOSPIT. 3-C | | NORMAL |
| 23537 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | HILL ROM | 1 IPX4 TIPO B | HRP002718935 | U. HOSPIT. 3-C | | NORMAL |
| 23538 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | HILL ROM | 1 IPX4 TIPO B | HRP002718936 | U. HOSPIT. 3-C | | NORMAL |
| 23539 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | HILL ROM | 1 IPX4 TIPO B | HRP002718939 | U. HOSPIT. 3-C | | NORMAL |
| 23540 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | HILL ROM | 1 IPX4 TIPO B | HRP002718941 | U. HOSPIT. 3-C | | NORMAL |
| 23541 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | HILL ROM | 1 IPX4 TIPO B | HRP002718942 | U. HOSPIT. 3-C | | NORMAL |
| 23542 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | HILL ROM | 1 IPX4 TIPO B | HRP002718945 | U. HOSPIT. 3-C | | NORMAL |
| 23543 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | HILL ROM | 1 IPX4 TIPO B | HRP002718946 | U. HOSPIT. 3-C | | NORMAL |
| 23544 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | HILL ROM | 1 IPX4 TIPO B | HRP002719001 | U. HOSPIT. 3-C | | NORMAL |
| 23545 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | HILL ROM | 1 IPX4 TIPO B | HRP002719006 | U. HOSPIT. 3-C | | NORMAL |
| 23546 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | HILL ROM | 1 IPX4 TIPO B | HRP002719007 | U. HOSPIT. 3-C | | NORMAL |
| 23547 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | HILL ROM | 1 IPX4 TIPO B | HRP002719008 | U. HOSPIT. 3-C | | NORMAL |
| 23548 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | HILL ROM | 1 IPX4 TIPO B | HRP002719010 | U. HOSPIT. 3-C | | NORMAL |
| 23549 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | HILL ROM | 1 IPX4 TIPO B | HRP002719012 | U. HOSPIT. 3-C | | NORMAL |
| 23550 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | HILL ROM | 1 IPX4 TIPO B | HRP002718868 | U. HOSPIT. 3-C | | NORMAL |
| 23551 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | HILL ROM | 1 IPX4 TIPO B | HRP002718896 | U. HOSPIT. 3-C | | NORMAL |

ANEXO I .- PA 11-2021 INVENTARIO EQUIPOS ELECTROMÉDICOS HOSPITAL U. SEVERO OCHOA

| Código | Equipo | Marca | Modelo | Número Serie | Unidad | Fecha | Nivel |
|--------|-----------------------------|-------------|-----------------------|------------------|-------------------------------|------------|--------|
| 2361 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | DESAN FLEX | S.OMEGA BASE ET3C000 | 063 | U.HOSPIT. 2-A | 10/10/2000 | NORMAL |
| 24035 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | PARDO | 30522200 | 77 | U.HOSPIT. 3-B | 17/11/1998 | NORMAL |
| 24171 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | DESAN FLEX | ADVANCE S. BASE 6 | 006 | U.HOSPIT. 2-A | 11/07/2000 | NORMAL |
| 24177 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | PARDO | 30522200 | SIN N/SERIE | PSIQUIATRÍA HOSPITALIZACIÓN | 22/12/2004 | NORMAL |
| 24279 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | PARDO | 4002600 | 148 | URGENCIAS GENERALES | | NORMAL |
| 25244 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | STRYKER SV1 | SV1 7100-000-200 | 5696100014330076 | PEDIATRIA HOSPITALIZACION | 02/11/2017 | NORMAL |
| 25275 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | DESAN FLEX | BASE ET3C000 | SIN N/SERIE | HOSPITAL DE DIA | 10/10/2000 | NORMAL |
| 25306 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | DESAN FLEX | OMEGA BASE ET3C000 | 024 | U.HOSPIT. 2-A | 01/08/2001 | NORMAL |
| 2954 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | DESAN FLEX | S.OMEGA BASE ET3C000 | 089 | MEDICINA INTENSIVA (SERVICIO) | 11/07/2000 | NORMAL |
| 339 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | PARDO | 30522200 | 34 | U.HOSPIT. 4-C | 17/11/1998 | NORMAL |
| 3474 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | DESAN FLEX | ETC3000 | SIN N/SERIE | HOSPITAL DE DIA | 10/10/2000 | NORMAL |
| 348 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | PARDO | 30522200 | 49 | U. HOSPIT. 3-C | 17/11/1998 | NORMAL |
| 3482 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | DESAN FLEX | BASE ET3C000 | SIN N/SERIE | HOSPITAL DE DIA | 10/10/2000 | NORMAL |
| 3486 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | DESAN FLEX | OMEGA | | FARMACIA | | NORMAL |
| 790 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | DESAN FLEX | CAB/PIE M.INOX/MEL90 | 017 | U.HOSPIT. 4-C | 11/07/2000 | NORMAL |
| 7990 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | DESAN FLEX | ADVANC S BASE 6 | 001 | U.HOSPIT. 3-A | 16/10/2002 | NORMAL |
| 7991 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | DESAN FLEX | S.OMEGA BASE ET3C000 | 055 | U.HOSPIT. 3-A | 16/10/2002 | NORMAL |
| 825 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | DESAN FLEX | S. OMEGA BASE ET3C000 | 013 | U.HOSPIT. 4-C | 17/11/1998 | NORMAL |
| 833 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | DESAN FLEX | S. OMEGA BASE ET3C000 | 038 | U.HOSPIT. 4-C | 17/11/1998 | NORMAL |
| 9291 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | PARDO | 30522200 | 61 | PSIQUIATRÍA HOSPITALIZACIÓN | 22/12/2004 | NORMAL |
| 9292 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | PARDO | 30522200 | 36 | PSIQUIATRÍA HOSPITALIZACIÓN | 22/12/2004 | NORMAL |
| 9294 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | DESAN FLEX | S OMEGA BASE ET3C000 | 009 | PSIQUIATRÍA HOSPITALIZACIÓN | 22/10/2004 | NORMAL |
| 9303 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | DESAN FLEX | M90 | 017 | PSIQUIATRÍA HOSPITALIZACIÓN | 12/01/2005 | NORMAL |
| 9920 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | DESAN FLEX | S.BASE OMEGA ET3C000 | 014 | U.HOSPIT. 4-A | 20/07/2005 | NORMAL |
| 9926 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | DESAN FLEX | S.BASE.OMEGA ET3C000 | 001 | U.HOSPIT. 4-A | 20/07/2005 | NORMAL |
| 9933 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | DESAN FLEX | S.OMEGA BASE ET3C000 | 036 | U.HOSPIT. 4-A | 13/10/2005 | NORMAL |
| 9970 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | DESAN FLEX | S.OMEGA BASE ET3C000 | 022 | U.HOSPIT. 4-A | 20/07/2005 | NORMAL |
| 9997 | CAMA DE PACIENTES ELECTRICA | DESAN FLEX | DESAN ADVANC.S.BASE 6 | 005 | U.HOSPIT. 4-C | 20/07/2005 | NORMAL |
| 20007 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | PARDO | 30522200 | 6 | U.HOSPIT. 4-A | 16/10/2002 | NORMAL |
| 20008 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | PARDO | 30522200 | 80 | U.HOSPIT. 4-A | 17/11/1998 | NORMAL |
| 20030 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | PARDO | 30522200 | 35 | U.HOSPIT. 4-A | 17/11/1998 | NORMAL |

ANEXO I .- PA 11-2021 INVENTARIO EQUIPOS ELECTROMÉDICOS HOSPITAL U. SEVERO OCHOA

| Código | Equipo | Marca | Modelo | Número Serie | Unidad | Fecha | Nivel |
|--------|-----------------------------|------------|-----------------------|--------------|---------------|------------|--------|
| 20068 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | PARDO | 30522200 | 73 | U.HOSPIT. 4-B | 17/11/1998 | NORMAL |
| 20073 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | PARDO | 30522200 | BORRADO | U.HOSPIT. 4-B | 17/11/1998 | NORMAL |
| 20074 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | PARDO | 30522200 | 20 | U.HOSPIT. 4-B | 17/11/1998 | NORMAL |
| 20075 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | PARDO | 30522200 | 79 | U.HOSPIT. 4-B | 17/11/1998 | NORMAL |
| 20078 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | PARDO | 30522200 | 627 | U.HOSPIT. 4-B | | NORMAL |
| 20079 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | PARDO | 30522200 | 75 | U.HOSPIT. 4-B | 17/11/1998 | NORMAL |
| 20080 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | PARDO | 30514100 | 124 | U.HOSPIT. 4-B | | NORMAL |
| 20081 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | DESAN FLEX | DESAN ADVANC.S.BASE6 | 015 | U.HOSPIT. 4-B | 01/01/1985 | NORMAL |
| 20082 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | DESAN FLEX | DESAN ADVANC.S.BASE6 | 008 | U.HOSPIT. 4-B | 11/07/2000 | NORMAL |
| 20083 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | DESAN FLEX | DESAN ADVANC.S.BASE6 | 016 | U.HOSPIT. 4-B | 01/01/1985 | NORMAL |
| 20084 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | DESAN FLEX | S.OMEGA BASE ET3C000 | 069 | U.HOSPIT. 4-B | 03/12/2008 | NORMAL |
| 20085 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | DESAN FLEX | S.OMEGA BASE ET3C000 | 013 | U.HOSPIT. 4-B | 17/11/1998 | NORMAL |
| 20086 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | DESAN FLEX | S.OMEGA BASE ET3C000 | 005 | U.HOSPIT. 4-B | 10/10/2000 | NORMAL |
| 20087 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | PARDO | 40024101 | 417 | U.HOSPIT. 4-B | | NORMAL |
| 20088 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | PARDO | 30514000 | 339 | U.HOSPIT. 4-B | | NORMAL |
| 20089 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | PARDO | 30522200 | 21 | U.HOSPIT. 4-B | 17/11/1998 | NORMAL |
| 20091 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | DESAN FLEX | S.OMEGA BASE ET3C000 | 094 | U.HOSPIT. 4-B | 01/01/1985 | NORMAL |
| 20096 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | PARDO | 30522200 | 1 | U.HOSPIT. 4-B | 17/11/1998 | NORMAL |
| 20097 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | DESAN FLEX | S.OMEGA BASE ET3C000 | 064 | U.HOSPIT. 4-B | 20/07/2005 | NORMAL |
| 20098 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | DESAN FLEX | DESAN ADVANC.S.BASE 6 | 014 | U.HOSPIT. 4-B | 26/09/2000 | NORMAL |
| 20099 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | DESAN FLEX | S.OMEGA BASE ET3C000 | 021 | U.HOSPIT. 4-B | 03/12/2008 | NORMAL |
| 20100 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | PARDO | 40097000 | 61 | U.HOSPIT. 4-B | | NORMAL |
| 20102 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | PARDO | 30522200 | 40 | U.HOSPIT. 4-B | 17/11/1998 | NORMAL |
| 20104 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | DESAN FLEX | DESAN ADVANC.S.BASE6 | BORRADO | U.HOSPIT. 4-B | 11/07/2000 | NORMAL |

ANEXO I .- PA 11-2021 INVENTARIO EQUIPOS ELECTROMÉDICOS HOSPITAL U. SEVERO OCHOA

| Código | Equipo | Marca | Modelo | Número Serie | Unidad | Fecha | Nivel |
|--------|-----------------------------|------------|-----------------------|--------------|---------------|------------|--------|
| 20105 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | DESAN FLEX | DESAN ADVANC.S.BASE 6 | 005 | U.HOSPIT. 4-B | 20/07/2005 | NORMAL |
| 20106 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | PARDO | 30522200 | 42 | U.HOSPIT. 4-B | 17/11/1998 | NORMAL |
| 20107 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | PARDO | 30863500 | 1380 | U.HOSPIT. 4-B | | NORMAL |
| 20109 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | PARDO | 30863500 | 76 | U.HOSPIT. 4-C | 17/11/1998 | NORMAL |
| 20110 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | DESAN FLEX | LINET ELEGANZA | 20070037486 | U.HOSPIT. 4-C | 03/12/2008 | NORMAL |
| 20111 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | PARDO | 30514000 | 311 | U.HOSPIT. 4-C | | NORMAL |
| 20112 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | DESAN FLEX | SOM.D.AD.S.HL.ELEC-3 | 002 | U.HOSPIT. 4-C | 11/07/2000 | NORMAL |
| 20116 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | DESAN FLEX | SOM.D.AD.S.HL.ELEC-3 | 000027 | U.HOSPIT. 4-C | 17/11/1998 | NORMAL |
| 20118 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | DESAN FLEX | S.OMEGA BASE ET3C000 | 096 | U.HOSPIT. 4-C | | NORMAL |
| 20119 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | DESAN FLEX | S.OMEGA BASE ET3C000 | 077 | U.HOSPIT. 4-C | | NORMAL |
| 20120 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | PARDO | 30863500 | 10 | U.HOSPIT. 4-C | 17/11/1998 | NORMAL |
| 20121 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | PARDO | 30863500 | SIN N/SERIE | U.HOSPIT. 4-C | 01/01/1985 | NORMAL |
| 20122 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | DESAN FLEX | S.OMEGA BASE ET3C000 | 027 | U.HOSPIT. 4-C | | NORMAL |
| 20123 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | DESAN FLEX | DESAN ADVANC.S.BASE6 | 003 | U.HOSPIT. 4-C | 01/01/1985 | NORMAL |
| 20124 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | PARDO | 30514000 | 120 | U.HOSPIT. 4-C | | NORMAL |
| 20125 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | DESAN FLEX | S.OMEGA BASE ET3C000 | 037 | U.HOSPIT. 4-C | 01/08/2001 | NORMAL |
| 20126 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | PARDO | 30522200 | 43 | U.HOSPIT. 4-C | 17/11/1998 | NORMAL |
| 20142 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | DESAN FLEX | DESAN ADVANC.S.BASE6 | 023 | U.HOSPIT. 4-C | 01/01/1985 | NORMAL |
| 20143 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | PARDO | 30522200 | 46 | U.HOSPIT. 4-C | 16/11/2009 | NORMAL |
| 20144 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | DESAN FLEX | S.OMEGA BASE ET3C000 | 052 | U.HOSPIT. 4-C | 16/10/2002 | NORMAL |
| 20146 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | DESAN FLEX | S.OMEGA BASE ET3C000 | 034 | U.HOSPIT. 4-B | 20/07/2005 | NORMAL |
| 20147 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | DESAN FLEX | DESAN ADVAVC.S.BASE6 | 004 | U.HOSPIT. 4-C | 10/10/2000 | NORMAL |
| 20148 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | DESAN FLEX | DESAN ADVAVC.S.BASE6 | 002 | U.HOSPIT. 4-C | 11/07/2000 | NORMAL |
| 20149 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | DESAN FLEX | DESAN ADVAVC.S.BASE6 | 027 | U.HOSPIT. 4-C | 16/10/2002 | NORMAL |

ANEXO I .- PA 11-2021 INVENTARIO EQUIPOS ELECTROMÉDICOS HOSPITAL U. SEVERO OCHOA

| Código | Equipo | Marca | Modelo | Número Serie | Unidad | Fecha | Nivel |
|--------|-----------------------------|------------|-----------------------|----------------|---------------|------------|--------|
| 20150 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | DESAN FLEX | SOM.D.AD.S.HL.ELEC-3 | 003 | U.HOSPIT. 4-C | 10/10/2000 | NORMAL |
| 20152 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | PARDO | 30514100 | 173 | U.HOSPIT. 4-C | | NORMAL |
| 20153 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | PARDO | 30522200 | 87 | U.HOSPIT. 4-C | 15/06/2001 | NORMAL |
| 20154 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | DESAN FLEX | S.OMEGA BASE ET90BB | 009 | U.HOSPIT. 4-C | 16/11/2009 | NORMAL |
| 20156 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | DESAN FLEX | S.OMEGA BASE ET90BB | 006 | U.HOSPIT. 4-C | 16/10/2002 | NORMAL |
| 20157 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | DESAN FLEX | S.OMEGA BASE ET3C000 | 048 | U.HOSPIT. 4-C | 20/07/2005 | NORMAL |
| 20158 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | DESAN FLEX | S.OMEGA BASE ET3C000 | 010 | U.HOSPIT. 4-C | 17/11/1998 | NORMAL |
| 20160 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | PARDO | 30522200 | 60 | U.HOSPIT. 4-C | 17/11/1998 | NORMAL |
| 20161 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | DESAN FLEX | S.OMEGA BASE ET3C000 | 006 | U.HOSPIT. 4-C | 16/11/2009 | NORMAL |
| 20162 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | DESAN FLEX | DESAN ADVANC.S.BASE6 | 001 | U.HOSPIT. 4-C | 16/11/2009 | NORMAL |
| 20163 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | DESAN FLEX | ELEGANZA | 20070060883 | U.HOSPIT. 4-C | | NORMAL |
| 20164 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | DESAN FLEX | DESAN ADVANC.S.BASE6 | 012 | U.HOSPIT. 4-C | 03/12/2008 | NORMAL |
| 20165 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | PARDO | 30522200 | 22 | U.HOSPIT. 4-C | 17/11/1998 | NORMAL |
| 20166 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | DESAN FLEX | DESAN ADVANC.S.BASE6 | 018 | U.HOSPIT. 4-C | | NORMAL |
| 20167 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | PARDO | 30522200 | 57 | U.HOSPIT. 4-A | 17/11/1998 | NORMAL |
| 20168 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | PARDO | 30522200 | 070 | U.HOSPIT. 4-A | 17/11/1998 | NORMAL |
| 20171 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | DESAN FLEX | LINET ELEGANZA | 427257-2250162 | U.HOSPIT. 4-A | | NORMAL |
| 20172 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | DESAN FLEX | DESAN ADVANC.S.BASE6 | 000024 | U.HOSPIT. 4-A | 11/07/2000 | NORMAL |
| 20177 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | DESAN FLEX | S. BASE OMEGA ET3C000 | 044 | U.HOSPIT. 4-B | 03/12/2008 | NORMAL |
| 20178 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | PARDO | 30522200 | 51 | U.HOSPIT. 4-A | 17/11/1998 | NORMAL |
| 20180 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | DESAN FLEX | S. BASE OMEGA ET3C000 | 011 | U.HOSPIT. 4-C | 01/01/1985 | NORMAL |
| 20185 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | DESAN FLEX | ADVANCE.S.ET90 BB | 021 | U.HOSPIT. 4-C | 17/05/2007 | NORMAL |
| 20186 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | DESAN FLEX | S.BASE OMEGA ET3C000 | 015 | U.HOSPIT. 4-C | 20/07/2005 | NORMAL |

ANEXO I .- PA 11-2021 INVENTARIO EQUIPOS ELECTROMÉDICOS HOSPITAL U. SEVERO OCHOA

| Código | Equipo | Marca | Modelo | Número Serie | Unidad | Fecha | Nivel |
|--------|-----------------------------|------------|-----------------------|--------------|---------------|------------|--------|
| 20206 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | DESAN FLEX | ADVANCE.S.BASE 6 | 004 | U.HOSPIT. 3-B | 17/05/2007 | NORMAL |
| 20207 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | DESAN FLEX | LINET ELEGANZA | 20070058630 | U.HOSPIT. 3-B | 03/12/2008 | NORMAL |
| 20208 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | PARDO | 30522200 | 39 | U.HOSPIT. 3-B | 17/11/1998 | NORMAL |
| 20209 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | DESAN FLEX | LINET ELEGANZA | 20070046755 | U.HOSPIT. 3-B | 03/12/2008 | NORMAL |
| 20210 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | DESAN FLEX | S.OMEGA BASE ET3C000 | 018 | U.HOSPIT. 3-B | 19/01/2005 | NORMAL |
| 20211 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | DESAN FLEX | S.OMEGA BASE ET3C000 | 081 | U.HOSPIT. 3-B | 01/01/1985 | NORMAL |
| 20212 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | DESAN FLEX | S.OMEGA BASE ET3C000 | 005 | U.HOSPIT. 3-B | 16/11/2009 | NORMAL |
| 20213 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | PARDO | 30522200 | 36 | U.HOSPIT. 3-B | 17/11/1998 | NORMAL |
| 20214 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | DESAN FLEX | S.OMEGA BASE ETC3C000 | 016 | U.HOSPIT. 3-B | 11/07/2000 | NORMAL |
| 20215 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | DESAN FLEX | LINET ELEGANZA | 20070037495 | U.HOSPIT. 3-B | 03/12/2008 | NORMAL |
| 20216 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | DESAN FLEX | DESAN ADVANC.S.BASE 6 | 021 | U.HOSPIT. 3-B | 01/01/1985 | NORMAL |
| 20217 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | PARDO | 30522200 | 52 | U.HOSPIT. 3-B | 17/11/1998 | NORMAL |
| 20218 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | PARDO | 30522200 | 81 | U.HOSPIT. 3-B | 16/10/2002 | NORMAL |
| 20219 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | DESAN FLEX | S.OMEGA BASE ET90BB | 010 | U.HOSPIT. 3-B | 17/11/1998 | NORMAL |
| 20220 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | DESAN FLEX | LINET ELEGANZA | 20070044409 | U.HOSPIT. 3-B | 11/07/2000 | NORMAL |
| 20221 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | DESAN FLEX | S.OMEGA BASE ET3C000 | 008 | U.HOSPIT. 3-B | 20/07/2005 | NORMAL |
| 20222 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | DESAN FLEX | LINET ELEGANZA | 20070046778 | U.HOSPIT. 3-B | 03/12/2008 | NORMAL |
| 20234 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | DESAN FLEX | LINET ELEGANZA | 20070037479 | U.HOSPIT. 3-B | | NORMAL |
| 20235 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | PARDO | 30522200 | 8 | U.HOSPIT. 3-B | 17/11/1998 | NORMAL |
| 20238 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | DESAN FLEX | DESAN ADVANC.S.BASE6 | 029 | U.HOSPIT. 3-B | 01/01/1985 | NORMAL |
| 20245 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | DESAN FLEX | DESAN ADVANC.S.BASE6 | 037 | U.HOSPIT. 3-B | 16/10/2002 | NORMAL |
| 20246 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | PARDO | 30522200 | 058 | U.HOSPIT. 3-B | 12/01/2005 | NORMAL |
| 20250 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | DESAN FLEX | LINET ELEGANZA | 20070060891 | U.HOSPIT. 3-B | 03/12/2008 | NORMAL |
| 20251 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | PARDO | 30522200 | 13 | U.HOSPIT. 3-B | 17/11/1998 | NORMAL |

ANEXO I .- PA 11-2021 INVENTARIO EQUIPOS ELECTROMÉDICOS HOSPITAL U. SEVERO OCHOA

| Código | Equipo | Marca | Modelo | Número Serie | Unidad | Fecha | Nivel |
|--------|-----------------------------|------------|----------------------|--------------|----------------|------------|--------|
| 20252 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | DESAN FLEX | LINET ELEGANZA | 20070039390 | U.HOSPIT. 3-B | 03/12/2008 | NORMAL |
| 20253 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | PARDO | 30522200 | 29 | U.HOSPIT. 3-B | 17/11/1998 | NORMAL |
| 20254 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | DESAN FLEX | S.OMEGA BASE ET90 BB | 020 | U.HOSPIT. 3-B | | NORMAL |
| 20257 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | DESAN FLEX | DESAN ADVANC.S.BASE6 | 002 | U.HOSPIT. 3-B | 01/01/1985 | NORMAL |
| 20258 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | DESAN FLEX | LINET ELEGANZA | 20070060860 | U.HOSPIT. 3-B | 03/12/2008 | NORMAL |
| 20259 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | PARDO | 30522200 | 11 | U.HOSPIT. 3-B | 17/11/1998 | NORMAL |
| 20260 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | DESAN FLEX | DESAN ADVANC.S.BASE6 | 005 | U.HOSPIT. 3-B | 16/10/2002 | NORMAL |
| 20261 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | PARDO | 30522200 | 26 | U.HOSPIT. 3-B | 17/11/1998 | NORMAL |
| 20263 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | DESAN FLEX | LINET ELEGANZA | 2005002907 | U.HOSPIT. 3-B | 01/08/2001 | NORMAL |
| 20264 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | DESAN FLEX | LINET ELEGANZA | 20070037489 | U.HOSPIT. 3-B | | NORMAL |
| 20265 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | DESAN FLEX | DESAN ADVANC.S.BASE6 | 001 | U.HOSPIT. 3-B | 20/07/2005 | NORMAL |
| 20266 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | DESAN FLEX | DESAN ADVANC.S.BASE6 | 012 | U.HOSPIT. 3-B | 20/07/2005 | NORMAL |
| 20267 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | DESAN FLEX | LINET ELEGANZA | 20070058638 | U.HOSPIT. 3-B | | NORMAL |
| 20269 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | DESAN FLEX | S.OMEGA BASE ET90 BB | 025 | U.HOSPIT. 3-B | 01/01/1985 | NORMAL |
| 20270 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | PARDO | 40097000 | 29 | U.HOSPIT. 3-B | | NORMAL |
| 20271 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | PARDO | 30522200 | 23 | U.HOSPIT. 3-B | 17/11/1998 | NORMAL |
| 20274 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | DESAN FLEX | LINET ELEGANZA | 20070058268 | U. HOSPIT. 3-C | 03/12/2008 | NORMAL |
| 20275 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | DESAN FLEX | LINET ELEGANZA | 20070044429 | U. HOSPIT. 3-C | 03/12/2008 | NORMAL |
| 20276 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | PARDO | 30522200 | 53 | U. HOSPIT. 3-C | 17/11/1998 | NORMAL |
| 20277 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | PARDO | 30522200 | 55 | U. HOSPIT. 3-C | 22/12/2004 | NORMAL |
| 20278 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | PARDO | 30522200 | 05 | U. HOSPIT. 3-C | 17/11/1998 | NORMAL |
| 20279 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | PARDO | 30522200 | 16 | U. HOSPIT. 3-C | 17/11/1998 | NORMAL |
| 20280 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | DESAN FLEX | S.OMEGA BASE ET90 BB | 033 | U. HOSPIT. 3-C | 01/01/1985 | NORMAL |
| 20282 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | DESAN FLEX | S.OMEGA BASE ET90 BB | 011 | U. HOSPIT. 3-C | 11/07/2000 | NORMAL |
| 20285 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | PARDO | 30522200 | 33 | U. HOSPIT. 3-C | 17/11/1998 | NORMAL |
| 20286 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | PARDO | 30522200 | 30 | U. HOSPIT. 3-C | 17/11/1998 | NORMAL |

ANEXO I .- PA 11-2021 INVENTARIO EQUIPOS ELECTROMÉDICOS HOSPITAL U. SEVERO OCHOA

| Código | Equipo | Marca | Modelo | Número Serie | Unidad | Fecha | Nivel |
|--------|-----------------------------|------------|----------------------|--------------|----------------|------------|--------|
| 20287 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | PARDO | 30522200 | 17 | U. HOSPIT. 3-C | 17/11/1998 | NORMAL |
| 20308 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | DESAN FLEX | LINET ELEGANZA | 20070058756 | U. HOSPIT. 3-C | | NORMAL |
| 20312 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | DESAN FLEX | LINET ELEGANZA | 2007004419 | U. HOSPIT. 3-C | | NORMAL |
| 20313 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | DESAN FLEX | DESAN ADVANC.S.BASE6 | 011 | U. HOSPIT. 3-C | | NORMAL |
| 20314 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | DESAN FLEX | DESAN ADVANC.S.BASE6 | 003 | U. HOSPIT. 3-C | | NORMAL |
| 20315 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | DESAN FLEX | S.OMEGA BASE ET90 BB | 30 | U. HOSPIT. 3-C | 16/10/2002 | NORMAL |
| 20316 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | DESAN FLEX | DESAN ADVANC.S.BASE6 | S/N | U. HOSPIT. 3-C | 16/10/2002 | NORMAL |
| 20317 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | PARDO | 30522200 | 34 | U. HOSPIT. 3-C | 17/11/1998 | NORMAL |
| 20326 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | PARDO | 30522200 | 71 | U. HOSPIT. 3-C | 17/11/1998 | NORMAL |
| 20327 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | DESAN FLEX | DESAN ADVANC.S.BASE6 | 008 | U. HOSPIT. 3-C | 13/10/2005 | NORMAL |
| 20331 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | DESAN FLEX | LINET ELEGANZA | 20070054587 | U. HOSPIT. 3-C | 03/12/2008 | NORMAL |
| 20332 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | PARDO | 30522200 | 37 | U. HOSPIT. 3-C | 17/11/1998 | NORMAL |
| 20334 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | PARDO | 30522200 | 12 | U. HOSPIT. 3-C | 02/09/1998 | NORMAL |
| 20337 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | DESAN FLEX | S.OMEGA BASE ET90 BB | 023 | U. HOSPIT. 3-C | 26/01/2005 | NORMAL |
| 20338 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | PARDO | 30522200 | 45 | U. HOSPIT. 3-C | 17/11/1998 | NORMAL |
| 20340 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | PARDO | 30522200 | 61 | U.HOSPIT. 2-A | 17/11/1998 | NORMAL |
| 20341 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | DESAN FLEX | S.OMEGA BASE ET90 BB | 032 | U.HOSPIT. 2-A | 13/10/2005 | NORMAL |
| 20343 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | PARDO | 30522200 | 4 | U.HOSPIT. 2-A | 10/10/2000 | NORMAL |
| 20344 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | PARDO | 30522200 | 24 | U.HOSPIT. 2-A | 16/10/2002 | NORMAL |
| 20348 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | DESAN FLEX | DESAN ADVANC.S.BASE6 | 003 | U.HOSPIT. 2-A | 16/10/2002 | NORMAL |
| 20349 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | DESAN FLEX | DESAN ADVANC.S.BASE6 | 40 | U.HOSPIT. 2-A | 16/10/2002 | NORMAL |
| 20351 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | PARDO | 30522200 | 25 | U.HOSPIT. 2-A | 03/12/2008 | NORMAL |
| 20352 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | PARDO | 30522200 | 56 | U.HOSPIT. 2-A | 17/11/1998 | NORMAL |
| 20355 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | DESAN FLEX | DESAN ADVANC.S.BASE6 | 020 | U.HOSPIT. 2-A | | NORMAL |
| 20358 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | PARDO | 30522200 | 66 | U.HOSPIT. 2-A | 17/11/1998 | NORMAL |
| 20359 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | PARDO | 30522200 | 86 | U.HOSPIT. 2-A | 17/11/1998 | NORMAL |
| 20360 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | DESAN FLEX | S.OMEGA BASE ET90 BB | 034 | U.HOSPIT. 2-A | 01/01/1985 | NORMAL |
| 20385 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | DESAN FLEX | DESAN ADVANC.S.BASE6 | 033 | U.HOSPIT. 4-A | 01/01/1985 | NORMAL |
| 20397 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | PARDO | 30522200 | 44 | U.HOSPIT. 2-A | 26/09/2000 | NORMAL |
| 20398 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | DESAN FLEX | DESAN ADVANC.S.BASE6 | 031 | U.HOSPIT. 2-A | 11/07/2000 | NORMAL |
| 20400 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | PARDO | 30522200 | 64 | U.HOSPIT. 2-A | 17/11/1998 | NORMAL |
| 20401 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | PARDO | 30522200 | 19 | U.HOSPIT. 2-A | 17/11/1998 | NORMAL |
| 20402 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | DESAN FLEX | DESAN ADVANC.S.BASE6 | 009 | U.HOSPIT. 2-A | 16/10/2002 | NORMAL |
| 20403 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | DESAN FLEX | S.OMEGA BASE ET90 BB | 016 | U.HOSPIT. 2-A | 01/01/1985 | NORMAL |
| 20405 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | DESAN FLEX | S.OMEGA BASE ET90 BB | 003 | U.HOSPIT. 2-A | 20/07/2005 | NORMAL |

ANEXO I .- PA 11-2021 INVENTARIO EQUIPOS ELECTROMÉDICOS HOSPITAL U. SEVERO OCHOA

| Código | Equipo | Marca | Modelo | Número Serie | Unidad | Fecha | Nivel |
|--------|-----------------------------|------------|----------------------|--------------|----------------|------------|--------|
| 20406 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | DESAN FLEX | DESAN ADVANC.S.BASE6 | 10 | U.HOSPIT. 2-A | 17/11/1998 | NORMAL |
| 20408 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | DESAN FLEX | S.OMEGA BASE ET90 BB | 008 | U.HOSPIT. 2-A | 16/10/2002 | NORMAL |
| 20462 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | DESAN FLEX | DESAN ADVANC.S.BASE6 | 000023 | U. HOSPIT. 2-C | 01/08/2001 | NORMAL |
| 20465 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | DESAN FLEX | DESAN ADVANC.S.BASE6 | 000009 | U. HOSPIT. 2-C | 11/07/2000 | NORMAL |
| 20471 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | DESAN FLEX | DESAN ADVANC.S.BASE6 | 010 | U. HOSPIT. 2-C | 11/07/2000 | NORMAL |
| 20472 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | DESAN FLEX | DESAN ADVANC.S.BASE6 | 000011 | U. HOSPIT. 2-C | | NORMAL |
| 20474 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | DESAN FLEX | DESAN ADVANC.S.BASE6 | 000013 | U. HOSPIT. 2-C | | NORMAL |
| 20475 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | DESAN FLEX | DESAN ADVANC.S.BASE6 | 000014 | U. HOSPIT. 2-C | 11/07/2000 | NORMAL |
| 20479 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | DESAN FLEX | DESAN ADVANC.S.BASE6 | 000003 | U. HOSPIT. 2-C | 20/07/2005 | NORMAL |
| 20481 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | DESAN FLEX | DESAN ADVANC.S.BASE6 | 000016 | U. HOSPIT. 2-C | 11/07/2000 | NORMAL |
| 20484 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | DESAN FLEX | DESAN ADVANC.S.BASE6 | 000021 | U. HOSPIT. 2-C | 20/07/2005 | NORMAL |
| 20487 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | DESAN FLEX | DESAN ADVANC.S.BASE6 | 000001 | U. HOSPIT. 2-C | 11/07/2000 | NORMAL |
| 20491 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | PARDO | 30514000 | 114 | U. HOSPIT. 2-C | | NORMAL |
| 20493 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | DESAN FLEX | DESAN ADVANC.S.BASE6 | 000004 | U. HOSPIT. 2-C | 11/07/2000 | NORMAL |
| 20494 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | DESAN FLEX | DESAN ADVANC.S.BASE6 | 000012 | U. HOSPIT. 2-C | 03/12/2008 | NORMAL |
| 20495 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | DESAN FLEX | DESAN ADVANC.S.BASE6 | 007 | U. HOSPIT. 2-C | 16/10/2002 | NORMAL |
| 20498 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | DESAN FLEX | DESAN ADVANC.S.BASE6 | 000015 | U. HOSPIT. 2-C | 11/07/2000 | NORMAL |
| 20512 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | PARDO | 30522200 | 65 | U. HOSPIT. 2-C | 17/11/1998 | NORMAL |
| 20524 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | DESAN FLEX | LINET ELEGANZA | 20060029096 | REANIMACION | 05/07/2006 | NORMAL |
| 20533 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | DESAN FLEX | LINET ELEGANZA | 20060029094 | REANIMACION | 05/07/2006 | NORMAL |
| 20536 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | DESAN FLEX | LINET ELEGANZA | 20070020092 | REANIMACION | 17/05/2007 | NORMAL |
| 20540 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | DESAN FLEX | LINET ELEGANZA | 20060029093 | REANIMACION | 05/07/2006 | NORMAL |
| 20543 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | DESAN FLEX | LINET ELEGANZA | 20060029091 | REANIMACION | 05/07/2006 | NORMAL |
| 20544 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | DESAN FLEX | LINET ELEGANZA | 20070020094 | REANIMACION | | NORMAL |

ANEXO I .- PA 11-2021 INVENTARIO EQUIPOS ELECTROMÉDICOS HOSPITAL U. SEVERO OCHOA

| Código | Equipo | Marca | Modelo | Número Serie | Unidad | Fecha | Nivel |
|--------|-----------------------------|------------|----------------------|--------------|-------------------------------|------------|--------|
| 20548 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | DESAN FLEX | LINET ELEGANZA | 20060029090 | REANIMACION | 05/07/2006 | NORMAL |
| 20551 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | DESAN FLEX | DESAN ADVANC.S.BASE6 | 017 | U.HOSPIT. 3-B | 01/01/1985 | NORMAL |
| 20552 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | DESAN FLEX | LINET ELEGANZA | 20070060938 | U.HOSPIT. 3-B | 03/12/2008 | NORMAL |
| 20585 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | DESAN FLEX | DESAN ADVANC.S.BASE6 | 006 | REANIMACION | 16/11/2009 | NORMAL |
| 20589 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | PARDO | 30522200 | 27 | REANIMACION | 10/10/2000 | NORMAL |
| 20605 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | DESAN FLEX | LINET ELEGANZA | 20060029095 | REANIMACION | 05/07/2006 | NORMAL |
| 20631 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | PARDO | 30514100 | 318 | MEDICINA INTENSIVA (SERVICIO) | | NORMAL |
| 20655 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | DESAN FLEX | LINET ELEGANZA | 200700546704 | MEDICINA INTENSIVA (SERVICIO) | | NORMAL |
| 20665 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | DESAN FLEX | DESAN ADVANC.S.BASE6 | 000005 | HEMODINÁMICA | 01/01/1985 | NORMAL |
| 20681 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | DESAN FLEX | LINET ELEGANZA | 20070056165 | MEDICINA INTENSIVA (SERVICIO) | 03/12/2008 | NORMAL |
| 20701 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | DESAN FLEX | S.OMEGA BASE ET90 BB | 026 | U.HOSPIT. 4-A | 01/01/1985 | NORMAL |
| 20746 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | PARDO | 30522200 | 50 | U.HOSPIT. 4-B | 17/11/1998 | NORMAL |
| 20783 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | DESAN FLEX | DESAN ADVANC.S.BASE6 | 013 | U.HOSPIT. 4-A | 16/10/2002 | NORMAL |
| 20913 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | PARDO | 30522200 | 18 | URG. PEDIÁTRICAS | 10/10/2000 | NORMAL |
| 21149 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | DESAN FLEX | S.OMEGA BASE ET90 BB | 037 | URGENCIAS GENERALES | 03/12/2008 | NORMAL |
| 21151 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | DESAN FLEX | S.OMEGA BASE ET90 BB | 024 | URGENCIAS GENERALES | 11/07/2000 | NORMAL |
| 21165 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | PARDO | 30522200 | 3 | URGENCIAS GENERALES | 17/11/1998 | NORMAL |
| 21166 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | PARDO | 30522200 | 31 | URGENCIAS GENERALES | 17/11/1998 | NORMAL |
| 21173 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | DESAN FLEX | S.OMEGA BASE ET90 BB | 038 | URGENCIAS GENERALES | 17/11/1998 | NORMAL |
| 21182 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | DESAN FLEX | S.OMEGA BASE ET90 BB | 019 | URGENCIAS GENERALES | 16/10/2002 | NORMAL |
| 21184 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | DESAN FLEX | S.OMEGA BASE ET90 BB | 041 | URGENCIAS GENERALES | 17/11/1998 | NORMAL |
| 21186 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | DESAN FLEX | DESAN ADVANC.S.BASE6 | 032 | URGENCIAS GENERALES | 17/11/1998 | NORMAL |
| 21187 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | DESAN FLEX | S.OMEGA BASE ET90 BB | 002 | URGENCIAS GENERALES | 01/01/1985 | NORMAL |
| 21188 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | DESAN FLEX | DESAN ADVANC.S.BASE6 | 006 | URGENCIAS GENERALES | 05/07/2006 | NORMAL |
| 21197 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | PARDO | 30522200 | 54 | URGENCIAS GENERALES | 17/11/1998 | NORMAL |
| 21198 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | PARDO | 30522200 | 41 | URGENCIAS GENERALES | 17/11/1998 | NORMAL |
| 21205 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | DESAN FLEX | DESAN ADVANC.S.BASE6 | 016 | URGENCIAS GENERALES | | NORMAL |
| 21214 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | PARDO | 30522200 | 69 | URGENCIAS GENERALES | 17/11/1998 | NORMAL |

ANEXO I .- PA 11-2021 INVENTARIO EQUIPOS ELECTROMÉDICOS HOSPITAL U. SEVERO OCHOA

| Código | Equipo | Marca | Modelo | Número Serie | Unidad | Fecha | Nivel |
|--------|-----------------------------|------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|------------|--------|
| 21217 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | DESAN FLEX | S.OMEGA BASE ET90 BB | 001 | URGENCIAS GENERALES | | NORMAL |
| 21378 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | PARDO | 40024100 | 268 | HOSPITAL DE DIA | | NORMAL |
| 21562 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | PARDO | 40097000 | 25 | URGENCIAS GENERALES | | NORMAL |
| 21563 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | PARDO | 40024101 | 299 | URGENCIAS GENERALES | | NORMAL |
| 21564 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | PARDO | 30514000 | 272 | URGENCIAS GENERALES | | NORMAL |
| 21565 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | PARDO | 40097000 | 49 | URGENCIAS GENERALES | | NORMAL |
| 21566 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | PARDO | 40024100 | 242 | URGENCIAS GENERALES | | NORMAL |
| 21567 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | PARDO | 30522200 | 63 | URGENCIAS GENERALES | 17/11/1998 | NORMAL |
| 21568 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | PARDO | 30522200 | BORRADO | URGENCIAS GENERALES | | NORMAL |
| 21569 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | PARDO | 30522200 | 48 | URGENCIAS GENERALES | 17/11/1998 | NORMAL |
| 21570 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | PARDO | 30514000 | 269 | URGENCIAS GENERALES | | NORMAL |
| 21571 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | PARDO | 30514000 | 323 | URGENCIAS GENERALES | | NORMAL |
| 21572 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | PARDO | 40024101 | 413 | URGENCIAS GENERALES | | NORMAL |
| 21573 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | PARDO | 40097000 | 43 | URGENCIAS GENERALES | | NORMAL |
| 21574 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | PARDO | 30514000 | 90 | URGENCIAS GENERALES | | NORMAL |
| 21678 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | DESAN FLEX | LINET ELEGANZA | 427257-2550203 | PRUEBAS ESPECIALES ENDOSCOPIAS | | NORMAL |
| 21685 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | DESAN FLEX | LINET ELEGANZA | 427257-2550147 | PRUEBAS ESPECIALES ENDOSCOPIAS | | NORMAL |
| 21686 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | DESAN FLEX | LINET ELEGANZA | 427257-2550190 | PRUEBAS ESPECIALES ENDOSCOPIAS | | NORMAL |
| 21687 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | DESAN FLEX | LINET ELEGANZA | 427257-2250209 | PRUEBAS ESPECIALES ENDOSCOPIAS | | NORMAL |
| 21688 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | DESAN FLEX | LINET ELEGANZA | 427257-2250142 | PRUEBAS ESPECIALES ENDOSCOPIAS | | NORMAL |
| 21689 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | DESAN FLEX | LINET ELEGANZA | 427257-2250165 | PRUEBAS ESPECIALES ENDOSCOPIAS | | NORMAL |
| 22059 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | DESAN FLEX | S.OMEGA BASE ET90 BB | 18 | U. HOSPIT. 3-C | 17/11/1998 | NORMAL |
| 22116 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | DESAN FLEX | DESAN ADVANC.S.BASE6 | 025 | BANCO DE SANGRE | | NORMAL |
| 22169 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | DESAN FLEX | LINET ELEGANZA | S/N | DIALISIS HOSPITAL | | NORMAL |
| 22170 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | DESAN FLEX | LINET ELEGANZA | 20070020093 | DIALISIS HOSPITAL | | NORMAL |

ANEXO I .- PA 11-2021 INVENTARIO EQUIPOS ELECTROMÉDICOS HOSPITAL U. SEVERO OCHOA

| Código | Equipo | Marca | Modelo | Número Serie | Unidad | Fecha | Nivel |
|---------|-----------------------------|------------|----------------------------|--------------|---------------------|------------|--------|
| 22171 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | DESAN FLEX | LINET ELEGANZA | S/N | DIALISIS HOSPITAL | | NORMAL |
| 22172 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | DESAN FLEX | S.OMEGA BASE ET90 BB | 027 | DIALISIS HOSPITAL | 20/07/2005 | NORMAL |
| 22177 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | DESAN FLEX | LINET ELEGANZA | 20070038847 | DIALISIS HOSPITAL | | NORMAL |
| 22178 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | DESAN FLEX | LINET ELEGANZA 1GMR2421-19 | 20070038885 | DIALISIS HOSPITAL | | NORMAL |
| 22195 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | DESAN FLEX | DESAN ADVANC.S.BASE6 | 036 | DIALISIS HOSPITAL | 01/01/1985 | NORMAL |
| 22322 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | DESAN FLEX | LINET ELEGANZA | 1GMR2421-19 | DIALISIS HOSPITAL | 11/07/2000 | NORMAL |
| 22500 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | PARDO | 30522200 | 47 | U.HOSPIT. 4-A | 17/11/1998 | NORMAL |
| 22895 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | DESAN FLEX | S.OMEGA BASE ET90 BB | 039 | U.HOSPIT. 3-B | | NORMAL |
| 22965 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | PARDO | 30547100 | 33 | U.HOSPIT. 4-A | 16/10/2002 | NORMAL |
| 23008 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | PARDO | 30547100 | 66 | URGENCIAS GENERALES | 17/11/1998 | NORMAL |
| 23035 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | PARDO | 30863500 | | URGENCIAS GENERALES | 17/11/1998 | NORMAL |
| 24179 | CAMA DE PACIENTES ELÉCTRICA | DESAN FLEX | DESAN ADVANC.S.BASE6 | 015 | U.HOSPIT. 3-B | 11/07/2000 | NORMAL |
| 2234-01 | CAMA ELEC.TRAUMA HILO ELE | FLEX | HIGEA PE-430E-C | SIN N/SERIE | U. HOSPIT. 2-C | 11/07/2000 | NORMAL |
| 2307-01 | CAMA ELEC.TRAUMA HILO ELE | FLEX | HIGEA PE-430E-C | SIN N/SERIE | U. HOSPIT. 2-C | 11/07/2000 | NORMAL |
| 2309-01 | CAMA ELEC.TRAUMA HILO ELE | FLEX | HIGEA PE-430E-C | SIN N/SERIE | U. HOSPIT. 2-C | 11/07/2000 | NORMAL |
| 2310-01 | CAMA ELEC.TRAUMA HILO ELE | FLEX | HIGEA PE-430E-C | SIN N/SERIE | U. HOSPIT. 2-C | 11/07/2000 | NORMAL |
| 2311-01 | CAMA ELEC.TRAUMA HILO ELE | FLEX | HIGEA PE-430E-C | SIN N/SERIE | U. HOSPIT. 2-C | 11/07/2000 | NORMAL |
| 2312-01 | CAMA ELEC.TRAUMA HILO ELE | FLEX | HIGEA PE-430E-C | SIN N/SERIE | U. HOSPIT. 2-C | 11/07/2000 | NORMAL |
| 2313-01 | CAMA ELEC.TRAUMA HILO ELE | FLEX | HIGEA PE-430E-C | SIN N/SERIE | U. HOSPIT. 2-C | 11/07/2000 | NORMAL |
| 2315-01 | CAMA ELEC.TRAUMA HILO ELE | FLEX | HIGEA PE-430E-C | SIN N/SERIE | U. HOSPIT. 2-C | 11/07/2000 | NORMAL |
| 2319-01 | CAMA ELEC.TRAUMA HILO ELE | FLEX | HIGEA PE-430E-C | SIN N/SERIE | U. HOSPIT. 2-C | 11/07/2000 | NORMAL |
| 2320-01 | CAMA ELEC.TRAUMA HILO ELE | FLEX | HIGEA PE-430E-C | SIN N/SERIE | U. HOSPIT. 2-C | 11/07/2000 | NORMAL |
| 2322-01 | CAMA ELEC.TRAUMA HILO ELE | FLEX | HIGEA PE-430E-C | SIN N/SERIE | U. HOSPIT. 2-C | 11/07/2000 | NORMAL |

ANEXO I .- PA 11-2021 INVENTARIO EQUIPOS ELECTROMÉDICOS HOSPITAL U. SEVERO OCHOA

| Código | Equipo | Marca | Modelo | Número Serie | Unidad | Fecha | Nivel |
|--------|---------------------------|-------|-----------------------|--------------|----------------|------------|--------|
| 369-01 | CAMA ELEC.TRAUMA HILO ELE | FLEX | HIGEA PE-430E-C | SIN N/SERIE | U. HOSPIT. 2-C | 11/07/2000 | NORMAL |
| 6500 | CAMA ELECTR.TR.FIJA DESAN | FLEX | DESAN ADVANCE/MENPHIX | SIN N/SERIE | U.HOSPIT. 2-A | 02/10/2002 | NORMAL |
| 6501 | CAMA ELECTR.TR.FIJA DESAN | FLEX | DESAN ADVANCE/MENPHIX | SIN N/SERIE | U.HOSPIT. 2-A | 02/10/2002 | NORMAL |
| 6503 | CAMA ELECTR.TR.FIJA DESAN | FLEX | DESAN ADVANCE/MENPHIX | SIN N/SERIE | U.HOSPIT. 2-A | 02/10/2002 | NORMAL |
| 6505 | CAMA ELECTR.TR.FIJA DESAN | FLEX | DESAN ADVANCE/MENPHIX | SIN N/SERIE | U.HOSPIT. 2-A | 02/10/2002 | NORMAL |
| 6507 | CAMA ELECTR.TR.FIJA DESAN | FLEX | DESAN ADVANCE/MENPHIX | SIN N/SERIE | U.HOSPIT. 2-A | 02/10/2002 | NORMAL |
| 6509 | CAMA ELECTR.TR.FIJA DESAN | FLEX | DESAN ADVANCE/MENPHIX | SIN N/SERIE | U.HOSPIT. 2-A | 02/10/2002 | NORMAL |
| 6511 | CAMA ELECTR.TR.FIJA DESAN | FLEX | DESAN ADVANCE/MENPHIX | SIN N/SERIE | U.HOSPIT. 2-A | 02/10/2002 | NORMAL |
| 6513 | CAMA ELECTR.TR.FIJA DESAN | FLEX | DESAN ADVANCE/MENPHIX | SIN N/SERIE | U.HOSPIT. 2-A | 02/10/2002 | NORMAL |
| 6515 | CAMA ELECTR.TR.FIJA DESAN | FLEX | DESAN ADVANCE/MENPHIX | SIN N/SERIE | U.HOSPIT. 2-A | 02/10/2002 | NORMAL |
| 6518 | CAMA ELECTR.TR.FIJA DESAN | FLEX | DESAN ADVANCE/MENPHIX | SIN N/SERIE | U.HOSPIT. 2-A | 02/10/2002 | NORMAL |
| 6520 | CAMA ELECTR.TR.FIJA DESAN | FLEX | DESAN ADVANCE/MENPHIX | SIN N/SERIE | U.HOSPIT. 2-A | 02/10/2002 | NORMAL |
| 6522 | CAMA ELECTR.TR.FIJA DESAN | FLEX | DESAN ADVANCE/MENPHIX | SIN N/SERIE | U.HOSPIT. 2-A | 02/10/2002 | NORMAL |
| 6524 | CAMA ELECTR.TR.FIJA DESAN | FLEX | DESAN ADVANCE/MENPHIX | SIN N/SERIE | U.HOSPIT. 2-A | 02/10/2002 | NORMAL |
| 6525 | CAMA ELECTR.TR.FIJA DESAN | FLEX | DESAN ADVANCE/MENPHIX | SIN N/SERIE | U.HOSPIT. 2-A | 02/10/2002 | NORMAL |
| 6526 | CAMA ELECTR.TR.FIJA DESAN | FLEX | DESAN ADVANCE/MENPHIX | SIN N/SERIE | U.HOSPIT. 2-A | 02/10/2002 | NORMAL |
| 6528 | CAMA ELECTR.TR.FIJA DESAN | FLEX | DESAN ADVANCE/MENPHIX | SIN N/SERIE | U.HOSPIT. 2-A | 02/10/2002 | NORMAL |
| 6530 | CAMA ELECTR.TR.FIJA DESAN | FLEX | DESAN ADVANCE/MENPHIX | SIN N/SERIE | U.HOSPIT. 2-A | 02/10/2002 | NORMAL |
| 6531 | CAMA ELECTR.TR.FIJA DESAN | FLEX | DESAN ADVANCE/MENPHIX | SIN N/SERIE | U.HOSPIT. 2-A | 02/10/2002 | NORMAL |
| 6532 | CAMA ELECTR.TR.FIJA DESAN | FLEX | DESAN ADVANCE/MENPHIX | SIN N/SERIE | U.HOSPIT. 2-A | 02/10/2002 | NORMAL |
| 6533 | CAMA ELECTR.TR.FIJA DESAN | FLEX | DESAN ADVANCE/MENPHIX | SIN N/SERIE | U.HOSPIT. 2-A | 02/10/2002 | NORMAL |
| 6534 | CAMA ELECTR.TR.FIJA DESAN | FLEX | DESAN ADVANCE/MENPHIX | SIN N/SERIE | U.HOSPIT. 2-A | 02/10/2002 | NORMAL |
| 6535 | CAMA ELECTR.TR.FIJA DESAN | FLEX | DESAN ADVANCE/MENPHIX | SIN N/SERIE | U.HOSPIT. 2-A | 02/10/2002 | NORMAL |
| 6606 | CAMA ELECTR.TR.FIJA DESAN | FLEX | DESAN ADVANCE/MENPHIX | SIN N/SERIE | U.HOSPIT. 3-B | 16/10/2002 | NORMAL |
| 6607 | CAMA ELECTR.TR.FIJA DESAN | FLEX | DESAN ADVANCE/MENPHIX | SIN N/SERIE | U.HOSPIT. 3-B | 16/10/2002 | NORMAL |
| 6608 | CAMA ELECTR.TR.FIJA DESAN | FLEX | DESAN ADVANCE/MENPHIX | SIN N/SERIE | U.HOSPIT. 3-B | 16/10/2002 | NORMAL |
| 6609 | CAMA ELECTR.TR.FIJA DESAN | FLEX | DESAN ADVANCE/MENPHIX | SIN N/SERIE | U.HOSPIT. 3-B | 16/10/2002 | NORMAL |
| 6610 | CAMA ELECTR.TR.FIJA DESAN | FLEX | DESAN ADVANCE/MENPHIX | SIN N/SERIE | U.HOSPIT. 3-B | 16/10/2002 | NORMAL |
| 6611 | CAMA ELECTR.TR.FIJA DESAN | FLEX | DESAN ADVANCE/MENPHIX | SIN N/SERIE | U.HOSPIT. 3-B | 16/10/2002 | NORMAL |
| 6612 | CAMA ELECTR.TR.FIJA DESAN | FLEX | DESAN ADVANCE/MENPHIX | SIN N/SERIE | U.HOSPIT. 3-B | 16/10/2002 | NORMAL |
| 6613 | CAMA ELECTR.TR.FIJA DESAN | FLEX | DESAN ADVANCE/MENPHIX | SIN N/SERIE | U.HOSPIT. 3-B | 16/10/2002 | NORMAL |
| 6614 | CAMA ELECTR.TR.FIJA DESAN | FLEX | DESAN ADVANCE/MENPHIX | SIN N/SERIE | U.HOSPIT. 3-B | 16/10/2002 | NORMAL |
| 6615 | CAMA ELECTR.TR.FIJA DESAN | FLEX | DESAN ADVANCE/MENPHIX | SIN N/SERIE | U.HOSPIT. 3-B | 16/10/2002 | NORMAL |
| 6616 | CAMA ELECTR.TR.FIJA DESAN | FLEX | DESAN ADVANCE/MENPHIX | SIN N/SERIE | U.HOSPIT. 3-B | 16/10/2002 | NORMAL |
| 6617 | CAMA ELECTR.TR.FIJA DESAN | FLEX | DESAN ADVANCE/MENPHIX | SIN N/SERIE | U.HOSPIT. 3-B | 16/10/2002 | NORMAL |

ANEXO I .- PA 11-2021 INVENTARIO EQUIPOS ELECTROMÉDICOS HOSPITAL U. SEVERO OCHOA

| Código | Equipo | Marca | Modelo | Número Serie | Unidad | Fecha | Nivel |
|--------|---------------------------|-------|-----------------------|--------------|---------------|------------|--------|
| 6618 | CAMA ELECTR.TR.FIJA DESAN | FLEX | DESAN ADVANCE/MENPHIX | SIN N/SERIE | U.HOSPIT. 3-B | 16/10/2002 | NORMAL |
| 6619 | CAMA ELECTR.TR.FIJA DESAN | FLEX | DESAN ADVANCE/MENPHIX | SIN N/SERIE | U.HOSPIT. 3-B | 16/10/2002 | NORMAL |
| 6620 | CAMA ELECTR.TR.FIJA DESAN | FLEX | DESAN ADVANCE/MENPHIX | SIN N/SERIE | U.HOSPIT. 3-B | 16/10/2002 | NORMAL |
| 6621 | CAMA ELECTR.TR.FIJA DESAN | FLEX | DESAN ADVANCE/MENPHIX | SIN N/SERIE | U.HOSPIT. 3-B | 16/10/2002 | NORMAL |
| 6622 | CAMA ELECTR.TR.FIJA DESAN | FLEX | DESAN ADVANCE/MENPHIX | SIN N/SERIE | U.HOSPIT. 3-B | 16/10/2002 | NORMAL |
| 6623 | CAMA ELECTR.TR.FIJA DESAN | FLEX | DESAN ADVANCE/MENPHIX | SIN N/SERIE | U.HOSPIT. 3-B | 16/10/2002 | NORMAL |
| 6624 | CAMA ELECTR.TR.FIJA DESAN | FLEX | DESAN ADVANCE/MENPHIX | SIN N/SERIE | U.HOSPIT. 3-B | 16/10/2002 | NORMAL |
| 6625 | CAMA ELECTR.TR.FIJA DESAN | FLEX | DESAN ADVANCE/MENPHIX | SIN N/SERIE | U.HOSPIT. 3-B | 16/10/2002 | NORMAL |
| 6626 | CAMA ELECTR.TR.FIJA DESAN | FLEX | DESAN ADVANCE/MENPHIX | SIN N/SERIE | U.HOSPIT. 3-B | 16/10/2002 | NORMAL |
| 6627 | CAMA ELECTR.TR.FIJA DESAN | FLEX | DESAN ADVANCE/MENPHIX | SIN N/SERIE | U.HOSPIT. 3-B | 16/10/2002 | NORMAL |
| 6628 | CAMA ELECTR.TR.FIJA DESAN | FLEX | DESAN ADVANCE/MENPHIX | SIN N/SERIE | U.HOSPIT. 3-B | 16/10/2002 | NORMAL |
| 6629 | CAMA ELECTR.TR.FIJA DESAN | FLEX | DESAN ADVANCE/MENPHIX | SIN N/SERIE | U.HOSPIT. 3-B | 16/10/2002 | NORMAL |
| 6630 | CAMA ELECTR.TR.FIJA DESAN | FLEX | DESAN ADVANCE/MENPHIX | SIN N/SERIE | U.HOSPIT. 3-B | 16/10/2002 | NORMAL |
| 6631 | CAMA ELECTR.TR.FIJA DESAN | FLEX | DESAN ADVANCE/MENPHIX | SIN N/SERIE | U.HOSPIT. 3-B | 16/10/2002 | NORMAL |
| 6632 | CAMA ELECTR.TR.FIJA DESAN | FLEX | DESAN ADVANCE/MENPHIX | SIN N/SERIE | U.HOSPIT. 3-B | 16/10/2002 | NORMAL |
| 6633 | CAMA ELECTR.TR.FIJA DESAN | FLEX | DESAN ADVANCE/MENPHIX | SIN N/SERIE | U.HOSPIT. 3-B | 16/10/2002 | NORMAL |
| 6634 | CAMA ELECTR.TR.FIJA DESAN | FLEX | DESAN ADVANCE/MENPHIX | SIN N/SERIE | U.HOSPIT. 3-B | 16/10/2002 | NORMAL |
| 6635 | CAMA ELECTR.TR.FIJA DESAN | FLEX | DESAN ADVANCE/MENPHIX | SIN N/SERIE | U.HOSPIT. 3-B | 16/10/2002 | NORMAL |
| 6636 | CAMA ELECTR.TR.FIJA DESAN | FLEX | DESAN ADVANCE/MENPHIX | SIN N/SERIE | U.HOSPIT. 3-B | 16/10/2002 | NORMAL |
| 6637 | CAMA ELECTR.TR.FIJA DESAN | FLEX | DESAN ADVANCE/MENPHIX | SIN N/SERIE | U.HOSPIT. 3-B | 16/10/2002 | NORMAL |
| 6638 | CAMA ELECTR.TR.FIJA DESAN | FLEX | DESAN ADVANCE/MENPHIX | SIN N/SERIE | U.HOSPIT. 3-B | 16/10/2002 | NORMAL |
| 6639 | CAMA ELECTR.TR.FIJA DESAN | FLEX | DESAN ADVANCE/MENPHIX | SIN N/SERIE | U.HOSPIT. 3-B | 16/10/2002 | NORMAL |
| 6640 | CAMA ELECTR.TR.FIJA DESAN | FLEX | DESAN ADVANCE/MENPHIX | SIN N/SERIE | U.HOSPIT. 3-B | 16/10/2002 | NORMAL |
| 6641 | CAMA ELECTR.TR.FIJA DESAN | FLEX | DESAN ADVANCE/MENPHIX | SIN N/SERIE | U.HOSPIT. 3-B | 16/10/2002 | NORMAL |
| 6642 | CAMA ELECTR.TR.FIJA DESAN | FLEX | DESAN ADVANCE/MENPHIX | SIN N/SERIE | U.HOSPIT. 3-B | 16/10/2002 | NORMAL |
| 6643 | CAMA ELECTR.TR.FIJA DESAN | FLEX | DESAN ADVANCE/MENPHIX | SIN N/SERIE | U.HOSPIT. 3-B | 16/10/2002 | NORMAL |
| 6644 | CAMA ELECTR.TR.FIJA DESAN | FLEX | DESAN ADVANCE/MENPHIX | SIN N/SERIE | U.HOSPIT. 3-B | 16/10/2002 | NORMAL |
| 6645 | CAMA ELECTR.TR.FIJA DESAN | FLEX | DESAN ADVANCE/MENPHIX | SIN N/SERIE | U.HOSPIT. 3-B | 16/10/2002 | NORMAL |
| 6646 | CAMA ELECTR.TR.FIJA DESAN | FLEX | DESAN ADVANCE/MENPHIX | SIN N/SERIE | U.HOSPIT. 3-B | 16/10/2002 | NORMAL |
| 6647 | CAMA ELECTR.TR.FIJA DESAN | FLEX | DESAN ADVANCE/MENPHIX | SIN N/SERIE | U.HOSPIT. 3-B | 16/10/2002 | NORMAL |
| 6648 | CAMA ELECTR.TR.FIJA DESAN | FLEX | DESAN ADVANCE/MENPHIX | SIN N/SERIE | U.HOSPIT. 3-B | 16/10/2002 | NORMAL |

ANEXO I .- PA 11-2021 INVENTARIO EQUIPOS ELECTROMÉDICOS HOSPITAL U. SEVERO OCHOA

| Código | Equipo | Marca | Modelo | Número Serie | Unidad | Fecha | Nivel |
|--------|---------------------------|------------|-----------------------|--------------|----------------|------------|--------|
| 6649 | CAMA ELECTR.TR.FIJA DESAN | FLEX | DESAN ADVANCE/MENPHIX | SIN N/SERIE | U.HOSPIT. 3-B | 16/10/2002 | NORMAL |
| 6650 | CAMA ELECTR.TR.FIJA DESAN | FLEX | DESAN ADVANCE/MENPHIX | SIN N/SERIE | U.HOSPIT. 3-B | 16/10/2002 | NORMAL |
| 6651 | CAMA ELECTR.TR.FIJA DESAN | FLEX | DESAN ADVANCE/MENPHIX | SIN N/SERIE | U.HOSPIT. 3-B | 16/10/2002 | NORMAL |
| 6652 | CAMA ELECTR.TR.FIJA DESAN | FLEX | DESAN ADVANCE/MENPHIX | SIN N/SERIE | U.HOSPIT. 3-B | 16/10/2002 | NORMAL |
| 6653 | CAMA ELECTR.TR.FIJA DESAN | FLEX | DESAN ADVANCE/MENPHIX | SIN N/SERIE | U.HOSPIT. 3-B | 16/10/2002 | NORMAL |
| 6949 | CAMA ELECTR.TR.FIJA DESAN | FLEX | DESAN ADVANCE/MENPHIX | SIN N/SERIE | U.HOSPIT. 3-A | 16/10/2002 | NORMAL |
| 6950 | CAMA ELECTR.TR.FIJA DESAN | FLEX | DESAN ADVANCE/MENPHIX | | U.HOSPIT. 3-A | 16/10/2002 | NORMAL |
| 6952 | CAMA ELECTR.TR.FIJA DESAN | FLEX | DESAN ADVANCE/MENPHIX | SIN N/SERIE | U.HOSPIT. 3-A | 16/10/2002 | NORMAL |
| 6953 | CAMA ELECTR.TR.FIJA DESAN | FLEX | DESAN ADVANCE/MENPHIX | SIN N/SERIE | U.HOSPIT. 3-A | 16/10/2002 | NORMAL |
| 6955 | CAMA ELECTR.TR.FIJA DESAN | FLEX | DESAN ADVANCE/MENPHIX | SIN N/SERIE | U.HOSPIT. 3-A | 16/10/2002 | NORMAL |
| 6956 | CAMA ELECTR.TR.FIJA DESAN | FLEX | DESAN ADVANCE/MENPHIX | SIN N/SERIE | U.HOSPIT. 3-A | 16/10/2002 | NORMAL |
| 6957 | CAMA ELECTR.TR.FIJA DESAN | FLEX | DESAN ADVANCE/MENPHIX | SIN N/SERIE | U.HOSPIT. 3-A | 16/10/2002 | NORMAL |
| 6958 | CAMA ELECTR.TR.FIJA DESAN | FLEX | DESAN ADVANCE/MENPHIX | SIN N/SERIE | U.HOSPIT. 3-A | 16/10/2002 | NORMAL |
| 7989 | CAMA ELECTR.TR.FIJA DESAN | FLEX | DESAN ADVANCE/MENPHIX | SIN N/SERIE | U.HOSPIT. 3-A | 16/10/2002 | NORMAL |
| 13033 | CAMA ELECTRICA | DESAN FLEX | DESAN FLEX S.BASE 6 | 010 | U. HOSPIT. 3-C | 03/12/2008 | NORMAL |
| 22811 | CAMA ELECTRICA | DESAN FLEX | S. OMEGA BASE ET3000 | 053 | U.HOSPIT. 4-C | 17/11/1998 | NORMAL |
| 364 | CAMA ELECTRICA MEDISA | MEDISA | REF.MB0175E | SIN N/SERIE | U.HOSPIT. 2-A | 28/10/1997 | NORMAL |
| 365 | CAMA ELECTRICA MEDISA | MEDISA | REF.MB0175E | SIN N/SERIE | U.HOSPIT. 2-A | 28/10/1997 | NORMAL |
| 366 | CAMA ELECTRICA MEDISA | MEDISA | REF.MB0175E | SIN N/SERIE | U.HOSPIT. 2-A | 28/10/1997 | NORMAL |
| 367 | CAMA ELECTRICA MEDISA | MEDISA | REF.MB0175E | SIN N/SERIE | U.HOSPIT. 2-A | 28/10/1997 | NORMAL |
| 368 | CAMA ELECTRICA MEDISA | MEDISA | REF.MB0175E | SIN N/SERIE | U.HOSPIT. 2-A | 28/10/1997 | NORMAL |
| 22539 | CAMA ELECTRICA PARDO | DESAN FLEX | S.OMEGA BASE ET90 BB | 12 | U.HOSPIT. 4-C | 17/11/1998 | NORMAL |
| 832 | CAMA ELECTRICA PARDO | PARDO | TREND/90-EMB-99 | SIN N/SERIE | U.HOSPIT. 4-C | 17/11/1998 | NORMAL |
| 845 | CAMA ELECTRICA PARDO | PARDO | TREND/90-EMB-99 | SIN N/SERIE | U.HOSPIT. 4-C | 17/11/1998 | NORMAL |
| 846 | CAMA ELECTRICA PARDO | PARDO | TREND/90-EMB-99 | SIN N/SERIE | U.HOSPIT. 4-C | 17/11/1998 | NORMAL |

ANEXO I .- PA 11-2021 INVENTARIO EQUIPOS ELECTROMÉDICOS HOSPITAL U. SEVERO OCHOA

| Código | Equipo | Marca | Modelo | Número Serie | Unidad | Fecha | Nivel |
|------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------------|-------------------------------|------------|--------|
| 847 | CAMA ELECTRICA PARDO | PARDO | TREND/90-EMB-99 | SIN N/SERIE | U.HOSPIT. 4-C | 17/11/1998 | NORMAL |
| 2274 | CAMA ELECTRICA TR.REGULA | FLEX | HIGEA PE-430E-C/HI-LO ELE | SIN N/SERIE | U. HOSPIT. 2-C | 11/07/2000 | NORMAL |
| 2310 | CAMA ELECTRICA TR.REGULA | FLEX | HIGEA PE-430E-C/HI-LO ELE | SIN N/SERIE | U. HOSPIT. 2-C | 11/07/2000 | NORMAL |
| 2313 | CAMA ELECTRICA TR.REGULA | FLEX | HIGEA PE-430E-C/HI-LO ELE | SIN N/SERIE | U. HOSPIT. 2-C | 11/07/2000 | NORMAL |
| 369 | CAMA ELECTRICA TR.REGULA | FLEX | HIGEA PE-430E-C/HI-LO ELE | SIN N/SERIE | U. HOSPIT. 2-C | 11/07/2000 | NORMAL |
| 17315 P-ESDEC | CAMA ELECTRICA UCI | HILL-ROM | EVOLUTION E | | MEDICINA INTENSIVA (SERVICIO) | 08/09/2004 | NORMAL |
| 4382 | CAMA ELECTRICA UCI HILL-R | NF MEDICAL | EVOLUTION | SIN N/SERIE | MEDICINA INTENSIVA (SERVICIO) | 19/12/2001 | NORMAL |
| 4383 | CAMA ELECTRICA UCI HILL-R | HILL-ROM | EVOLUTION | HRP0059821 | MEDICINA INTENSIVA (SERVICIO) | 19/12/2001 | NORMAL |
| 4386 | CAMA ELECTRICA UCI HILL-R | NF MEDICAL | EVOLUTION | SIN N/SERIE | MEDICINA INTENSIVA (SERVICIO) | 19/12/2001 | NORMAL |
| 6172 | CAMA ELECTRICA UCI HILL-R | HILL-ROM | EVOLUTION E | HRP0088107 | MEDICINA INTENSIVA (SERVICIO) | 16/10/2002 | NORMAL |
| 6173 | CAMA ELECTRICA UCI HILL-R | HILL-ROM | EVOLUTION E | HRP0088104 | MEDICINA INTENSIVA (SERVICIO) | 16/10/2002 | NORMAL |
| 4385 | CAMA ELECTRICA UCI HILL-ROM | NF MEDICAL | EVOLUTION | SIN N/SERIE | MEDICINA INTENSIVA (SERVICIO) | 19/12/2001 | NORMAL |
| 7297 | CAMA HOSPITALIZACION BASI | PARDO | BASIC | SIN N/SERIE | HOSPITAL DE DIA | 02/10/2002 | NORMAL |
| 7298 | CAMA HOSPITALIZACION BASI | PARDO | BASIC | SIN N/SERIE | HOSPITAL DE DIA | 02/10/2002 | NORMAL |
| 7299 | CAMA HOSPITALIZACION BASI | PARDO | BASIC | SIN N/SERIE | HOSPITAL DE DIA | 02/10/2002 | NORMAL |
| 7300 | CAMA HOSPITALIZACION BASI | PARDO | BASIC | SIN N/SERIE | HOSPITAL DE DIA | 02/10/2002 | NORMAL |
| 363 | CAMA PACIENTE | DESAN FLEX | S.OMEGA BASE ET3C000 | 016 | U.HOSPIT. 2-A | 28/10/1997 | NORMAL |
| 837 | CAMA PACIENTE | DESAN FLEX | S.OMEGA S.BASE ET3C000 | 046 | U.HOSPIT. 4-C | 17/11/1998 | NORMAL |
| 20353 | CAMA PACIENTE ELECTRICA | DESAN FLEX | DES.A.HILO T.ELEC3 | 000002 | U.HOSPIT. 2-A | 17/11/1998 | NORMAL |
| 23149 | CAMA PACIENTE ELECTRICA | FLEX | DESAN ADVANC.S.BASE 6 | 009 | U. HOSPIT. 2-C | 11/07/2000 | NORMAL |
| 24326 | CAMA PACIENTE ELECTRICA | MEDISA | GALAXY II | F200110-0008 | REHABILITACION HOSPITAL | 17/03/2020 | NORMAL |
| 24327 | CAMA PACIENTE ELECTRICA | MEDISA | GALAXY II | F200110-0006 | REHABILITACION HOSPITAL | 17/03/2020 | NORMAL |
| 24328 | CAMA PACIENTE ELECTRICA | MEDISA | GALAXY II | F200110-0007 | REHABILITACION HOSPITAL | 17/03/2020 | NORMAL |
| 24329 | CAMA PACIENTE ELECTRICA | MEDISA | GALAXY II | F200110-0005 | REHABILITACION HOSPITAL | 17/03/2020 | NORMAL |
| 24330 | CAMA PACIENTE ELECTRICA | MEDISA | GALAXY II | F200110-0004 | REHABILITACION HOSPITAL | 17/03/2020 | NORMAL |
| 24331 | CAMA PACIENTE ELECTRICA | MEDISA | GALAXY II | F2001100009 | REHABILITACION HOSPITAL | 17/03/2020 | NORMAL |
| 24332 | CAMA PACIENTE ELECTRICA | MEDISA | GALAXY II | F200110-0010 | REHABILITACION HOSPITAL | 17/03/2020 | NORMAL |

ANEXO I .- PA 11-2021 INVENTARIO EQUIPOS ELECTROMÉDICOS HOSPITAL U. SEVERO OCHOA

| Código | Equipo | Marca | Modelo | Número Serie | Unidad | Fecha | Nivel |
|--------|-------------------------|--------|-----------|--------------|-------------------------------|------------|--------|
| 24333 | CAMA PACIENTE ELECTRICA | MEDISA | GALAXY II | F200110-0013 | REHABILITACION HOSPITAL | 17/03/2020 | NORMAL |
| 24334 | CAMA PACIENTE ELECTRICA | MEDISA | GALAXY II | F2001100011 | REHABILITACION HOSPITAL | 17/03/2020 | NORMAL |
| 24335 | CAMA PACIENTE ELECTRICA | MEDISA | GALAXY II | F200110-0012 | REHABILITACION HOSPITAL | 17/03/2020 | NORMAL |
| 24336 | CAMA PACIENTE ELECTRICA | MEDISA | GALAXY II | F200114-0050 | CIRUGIA MAYOR AMBULATORIA | 17/03/2020 | NORMAL |
| 24337 | CAMA PACIENTE ELECTRICA | MEDISA | GALAXY II | F200114-0001 | REHABILITACION HOSPITAL | 17/03/2020 | NORMAL |
| 24338 | CAMA PACIENTE ELECTRICA | MEDISA | GALAXY II | F200114-0004 | REHABILITACION HOSPITAL | 17/03/2020 | NORMAL |
| 24339 | CAMA PACIENTE ELECTRICA | MEDISA | GALAXY II | F200114-0003 | REHABILITACION HOSPITAL | 17/03/2020 | NORMAL |
| 24340 | CAMA PACIENTE ELECTRICA | MEDISA | GALAXY II | F200114-0002 | REHABILITACION HOSPITAL | 17/03/2020 | NORMAL |
| 24341 | CAMA PACIENTE ELECTRICA | MEDISA | GALAXY II | F200114-0006 | REHABILITACION HOSPITAL | 17/03/2020 | NORMAL |
| 24342 | CAMA PACIENTE ELECTRICA | MEDISA | GALAXY II | F200114-0009 | REHABILITACION HOSPITAL | 17/03/2020 | NORMAL |
| 24343 | CAMA PACIENTE ELECTRICA | MEDISA | GALAXY II | F200114-0005 | MEDICINA INTENSIVA (SERVICIO) | 17/03/2020 | NORMAL |
| 24344 | CAMA PACIENTE ELECTRICA | MEDISA | GALAXY II | F200114-0007 | CIRUGIA MAYOR AMBULATORIA | 17/03/2020 | NORMAL |
| 24345 | CAMA PACIENTE ELECTRICA | MEDISA | GALAXY II | F200114-0008 | REHABILITACION HOSPITAL | 17/03/2020 | NORMAL |
| 24346 | CAMA PACIENTE ELECTRICA | MEDISA | GALAXY II | F200114-0010 | MEDICINA INTENSIVA (SERVICIO) | 20/03/2020 | NORMAL |
| 24376 | CAMA PACIENTE ELECTRICA | MEDISA | GALAXY II | F200114-0011 | REHABILITACION HOSPITAL | 20/03/2020 | NORMAL |
| 24377 | CAMA PACIENTE ELECTRICA | MEDISA | GALAXY II | F200114-0016 | REHABILITACION HOSPITAL | 20/03/2020 | NORMAL |
| 24378 | CAMA PACIENTE ELECTRICA | MEDISA | GALAXY II | F200114-0016 | REHABILITACION HOSPITAL | 20/03/2020 | NORMAL |
| 24379 | CAMA PACIENTE ELECTRICA | MEDISA | GALAXY II | F200106-0005 | REHABILITACION HOSPITAL | 20/03/2020 | NORMAL |
| 24380 | CAMA PACIENTE ELECTRICA | MEDISA | GALAXY II | F200114-0017 | REHABILITACION HOSPITAL | 21/03/2020 | NORMAL |
| 24381 | CAMA PACIENTE ELECTRICA | MEDISA | GALAXY II | F200114-0013 | REHABILITACION HOSPITAL | 21/03/2020 | NORMAL |
| 24382 | CAMA PACIENTE ELECTRICA | MEDISA | GALAXY II | F200114-0014 | REHABILITACION HOSPITAL | 21/03/2020 | NORMAL |
| 24383 | CAMA PACIENTE ELECTRICA | MEDISA | GALAXY II | F200114-0020 | REHABILITACION HOSPITAL | 21/03/2020 | NORMAL |
| 24384 | CAMA PACIENTE ELECTRICA | MEDISA | GALAXY II | F200114-0015 | CIRUGIA MAYOR AMBULATORIA | 21/03/2020 | NORMAL |
| 24385 | CAMA PACIENTE ELECTRICA | MEDISA | GALAXY II | F200114-0018 | REHABILITACION HOSPITAL | 21/03/2020 | NORMAL |
| 24388 | CAMA PACIENTE ELECTRICA | MEDISA | GALAXY II | F200114-0024 | REHABILITACION HOSPITAL | 23/03/2020 | NORMAL |

ANEXO I .- PA 11-2021 INVENTARIO EQUIPOS ELECTROMÉDICOS HOSPITAL U. SEVERO OCHOA

| Código | Equipo | Marca | Modelo | Número Serie | Unidad | Fecha | Nivel |
|--------|-------------------------|--------|-----------|--------------|---------------------------|------------|--------|
| 24389 | CAMA PACIENTE ELECTRICA | MEDISA | GALAXY II | F200114-0025 | REHABILITACION HOSPITAL | 23/03/2020 | NORMAL |
| 24390 | CAMA PACIENTE ELECTRICA | MEDISA | GALAXY II | F200114-0021 | REHABILITACION HOSPITAL | 23/03/2020 | NORMAL |
| 24391 | CAMA PACIENTE ELECTRICA | MEDISA | GALAXY II | F200114-0022 | REHABILITACION HOSPITAL | 23/03/2020 | NORMAL |
| 24392 | CAMA PACIENTE ELECTRICA | MEDISA | GALAXY II | F200114-0023 | REHABILITACION HOSPITAL | 23/03/2020 | NORMAL |
| 24393 | CAMA PACIENTE ELECTRICA | MEDISA | GALAXY II | F200114-0029 | REHABILITACION HOSPITAL | 23/03/2020 | NORMAL |
| 24394 | CAMA PACIENTE ELECTRICA | MEDISA | GALAXY II | F200114-0028 | REHABILITACION HOSPITAL | 23/03/2020 | NORMAL |
| 24395 | CAMA PACIENTE ELECTRICA | MEDISA | GALAXY II | F200114-0027 | REHABILITACION HOSPITAL | 23/03/2020 | NORMAL |
| 24396 | CAMA PACIENTE ELECTRICA | MEDISA | GALAXY II | F200114-0019 | REHABILITACION HOSPITAL | 23/03/2020 | NORMAL |
| 24397 | CAMA PACIENTE ELECTRICA | MEDISA | GALAXY II | F200114-0026 | REHABILITACION HOSPITAL | 23/03/2020 | NORMAL |
| 24398 | CAMA PACIENTE ELECTRICA | MEDISA | GALAXY II | F200114-0033 | REHABILITACION HOSPITAL | 24/03/2020 | NORMAL |
| 24399 | CAMA PACIENTE ELECTRICA | MEDISA | GALAXY II | F200114-0031 | REHABILITACION HOSPITAL | 24/03/2020 | NORMAL |
| 24400 | CAMA PACIENTE ELECTRICA | MEDISA | GALAXY II | F200114-0032 | REHABILITACION HOSPITAL | 24/03/2020 | NORMAL |
| 24401 | CAMA PACIENTE ELECTRICA | MEDISA | GALAXY II | F200114-0034 | REHABILITACION HOSPITAL | 24/03/2020 | NORMAL |
| 24402 | CAMA PACIENTE ELECTRICA | MEDISA | GALAXY II | F200114-0030 | REHABILITACION HOSPITAL | 24/03/2020 | NORMAL |
| 24403 | CAMA PACIENTE ELECTRICA | MEDISA | GALAXY II | F200114-0035 | REHABILITACION HOSPITAL | 24/03/2020 | NORMAL |
| 24404 | CAMA PACIENTE ELECTRICA | MEDISA | GALAXY II | F200114-0036 | U.HOSPIT. 4-A | 24/03/2020 | NORMAL |
| 24405 | CAMA PACIENTE ELECTRICA | MEDISA | GALAXY II | F200114-0037 | REHABILITACION HOSPITAL | 24/03/2020 | NORMAL |
| 24406 | CAMA PACIENTE ELECTRICA | MEDISA | GALAXY II | F200114-0038 | REHABILITACION HOSPITAL | 24/03/2020 | NORMAL |
| 24471 | CAMA PACIENTE ELECTRICA | MEDISA | GALAXY II | F200141-0005 | OTROS CENTROS AJENOS | 01/04/2020 | NORMAL |
| 24472 | CAMA PACIENTE ELECTRICA | MEDISA | GALAXY II | F200141-0006 | OTROS CENTROS AJENOS | 01/04/2020 | NORMAL |
| 24473 | CAMA PACIENTE ELECTRICA | MEDISA | GALAXY II | F200141-0003 | OTROS CENTROS AJENOS | 01/04/2020 | NORMAL |
| 24474 | CAMA PACIENTE ELECTRICA | MEDISA | GALAXY II | F200141-0009 | CIRUGIA MAYOR AMBULATORIA | 01/04/2020 | NORMAL |
| 24475 | CAMA PACIENTE ELECTRICA | MEDISA | GALAXY II | F200141-0004 | REANIMACION | 01/04/2020 | NORMAL |
| 24476 | CAMA PACIENTE ELECTRICA | MEDISA | GALAXY II | F200141-0008 | OTROS CENTROS AJENOS | 01/04/2020 | NORMAL |
| 24477 | CAMA PACIENTE ELECTRICA | MEDISA | GALAXY II | F200141-0007 | OTROS CENTROS AJENOS | 01/04/2020 | NORMAL |
| 24478 | CAMA PACIENTE ELECTRICA | MEDISA | GALAXY II | F200141-0001 | OTROS CENTROS AJENOS | 01/04/2020 | NORMAL |
| 24479 | CAMA PACIENTE ELECTRICA | MEDISA | GALAXY II | F200141-0002 | OTROS CENTROS AJENOS | 01/04/2020 | NORMAL |
| 24480 | CAMA PACIENTE ELECTRICA | MEDISA | GALAXY II | F200141-0010 | OTROS CENTROS AJENOS | 01/04/2020 | NORMAL |

ANEXO I .- PA 11-2021 INVENTARIO EQUIPOS ELECTROMÉDICOS HOSPITAL U. SEVERO OCHOA

| Código | Equipo | Marca | Modelo | Número Serie | Unidad | Fecha | Nivel |
|----------|---|-----------------|----------------------|--------------|-------------------------------|------------|---------|
| 24994 | CAMA PACIENTE ELECTRICA | MEDISA | GALAXY II | F200141-0012 | REHABILITACION HOSPITAL | 06/04/2020 | NORMAL |
| 24995 | CAMA PACIENTE ELECTRICA | MEDISA | GALAXY II | F200141-0011 | REHABILITACION HOSPITAL | 06/04/2020 | NORMAL |
| 24996 | CAMA PACIENTE ELECTRICA | MEDISA | GALAXY II | F200141-0013 | CIRUGIA MAYOR AMBULATORIA | 06/04/2020 | NORMAL |
| 24997 | CAMA PACIENTE ELECTRICA | MEDISA | GALAXY II | F200141-0015 | CIRUGIA MAYOR AMBULATORIA | 06/04/2020 | NORMAL |
| 24998 | CAMA PACIENTE ELECTRICA | MEDISA | GALAXY II | F200141-0014 | CIRUGIA MAYOR AMBULATORIA | 06/04/2020 | NORMAL |
| 24999 | CAMA PACIENTE ELECTRICA | MEDISA | GALAXY II | F200141-0020 | REHABILITACION HOSPITAL | 06/04/2020 | NORMAL |
| 25000 | CAMA PACIENTE ELECTRICA | MEDISA | GALAXY II | F200141-0016 | REHABILITACION HOSPITAL | 06/04/2020 | NORMAL |
| 25001 | CAMA PACIENTE ELECTRICA | MEDISA | GALAXY II | F200141-0019 | CIRUGIA MAYOR AMBULATORIA | 06/04/2020 | NORMAL |
| 25002 | CAMA PACIENTE ELECTRICA | MEDISA | GALAXY II | F200141-0017 | REHABILITACION HOSPITAL | 06/04/2020 | NORMAL |
| 25003 | CAMA PACIENTE ELECTRICA | MEDISA | GALAXY II | F200141-0018 | MEDICINA INTENSIVA (SERVICIO) | 06/04/2020 | NORMAL |
| 25846 | CAMA PACIENTE ELECTRICA | PARDO | 40024101 | 321 | REHABILITACION HOSPITAL | 06/04/2020 | NORMAL |
| 3898 | CAMA PACIENTE MET.180 | FLEX | SANIFLEX | 2 CAMAS | PEDIATRIA HOSPITALIZACION | 30/09/1997 | NORMAL |
| 6974 | CAMA PACIENTES | DESAN FLEX | S.OMEGA BASE ET3C000 | 027 | U.HOSPIT. 3-A | 16/10/2002 | NORMAL |
| 20933 | CAMA PARITORIA DE PACIENTES ELECTRICA | HILL ROM | AFFINITY P3700 | P057AA1738 | PARITORIO | 23/01/2013 | NORMAL |
| 20971 | CAMA PARITORIA DE PACIENTES ELECTRICA | HILL ROM | AFFINITY P3700 | P057AA1739 | PARITORIO | 23/01/2014 | NORMAL |
| 20975 | CAMA PARITORIA DE PACIENTES ELECTRICA | HILL ROM | AFFINITY P3700 | P057AA1737 | PARITORIO | 23/01/2014 | NORMAL |
| 20979 | CAMA PARITORIA DE PACIENTES ELECTRICA | HILL ROM | AFFINITY P3700 | I289AA7387 | PARITORIO | | NORMAL |
| 12309-01 | CAMARA | OLYMPUS | OTV-56H1F | 7000669 | BLOQUE QUIRURGICO | | URGENTE |
| 12372-01 | CAMARA | STORZ | TELECAM PAL 20210030 | 58154 | U.HOSPIT. 4-C | | URGENTE |
| 20197 | CAMARA | S/M | S/M | S/N | U.HOSPIT. 3-A | | URGENTE |
| 20201 | CAMARA | S/M | S/M | S/N | U.HOSPIT. 3-A | | URGENTE |
| 20202 | CAMARA | URMET DOMUS | 480TVL | 1090/109 | U.HOSPIT. 3-A | | URGENTE |
| 20204 | CAMARA | S/M | S/M | S/N | U.HOSPIT. 3-A | | URGENTE |
| 21485 | CAMARA | INTERACOUSTICS | S/M | S/N | C. EXTERNAS HOSPITAL | | URGENTE |
| 11239 | CAMARA CIRCUITO CERRADO | CIECA | KPC-2022NV ZOOM | | PSIQUIATRÍA HOSPITALIZACIÓN | 17/05/2007 | URGENTE |
| 11240 | CAMARA CIRCUITO CERRADO | CIECA | KPC-2022NV ZOOM | | PSIQUIATRÍA HOSPITALIZACIÓN | 17/05/2007 | URGENTE |
| 24243 | CAMARA DE ENDOSCOPIA | KARL STORZ | H3-Z | UW814619-H | BLOQUE QUIRURGICO | 06/11/2014 | URGENTE |
| 22090 | CAMARA DE FOTOMIOGRAFIA | NIKON | DS-Fi1 | 113489 | LAB. HEMATOLOGIA HOSPITAL | | URGENTE |
| 16631 | CAMARA DE QUIROFANO DE GINECOLOGIA | RICHARD WOLF HD | HD1080P AUTOCLAVE | | GINECOLOGÍA QUIRÓFANO | 26/10/2012 | URGENTE |
| 24136 | CAMARA DE SALA | ORI HD | 3G-SDI | SO13304613 | BLOQUE QUIRURGICO | 19/12/2018 | CRITICO |
| 24117 | CAMARA DE SALA (QUIROFANO INTEGRADO COMPLETO) | ORI HD | 3G-SDI | SO13304599J | BLOQUE QUIRURGICO | 19/12/2018 | CRITICO |
| 16822-04 | CAMARA DE VIDEO | STORZ | IMAGE 1 H3-Z FULL HD | ZW828340-H | BLOQUE QUIRURGICO | 06/11/2014 | URGENTE |
| 20737 | CAMARA DE VIDEO | KARL STORZ | TELECAM 20212030 | MB744229-H | BLOQUE QUIRURGICO | | URGENTE |
| 20769 | CAMARA DE VIDEO | KARL STORZ | IMAGE 1 (22220055) | UW814619-H | BLOQUE QUIRURGICO | 23/09/2013 | URGENTE |

ANEXO I .- PA 11-2021 INVENTARIO EQUIPOS ELECTROMÉDICOS HOSPITAL U. SEVERO OCHOA

| Código | Equipo | Marca | Modelo | Número Serie | Unidad | Fecha | Nivel |
|--------|--|----------------------|--------------------------|--------------|--------------------------------|------------|---------|
| 20815 | CAMARA DE VIDEO | RICHARD WOLF | LOGIC HD (REF: 85525922) | 1100196044 | PRUEBAS ESPECIALES ENDOSCOPIAS | | URGENTE |
| 20816 | CAMARA DE VIDEO | RICHARD WOLF | 5512.901 | 053163 | BLOQUE QUIRURGICO | | URGENTE |
| 20869 | CAMARA DE VIDEO | KARL STORZ | IMAGE 1 (22220055) | IA753138 | BLOQUE QUIRURGICO | | URGENTE |
| 20883 | CAMARA DE VIDEO | KARL STORZ | TRICAM (20221030) | IF619213-H | BLOQUE QUIRURGICO | | URGENTE |
| 21408 | CAMARA DE VIDEO | SONY | DXC-950P | 406312 | C. EXTERNAS HOSPITAL | | URGENTE |
| 21409 | CAMARA DE VIDEO | HITACHI | KP-160 | 9084764 | C. EXTERNAS HOSPITAL | | URGENTE |
| 21695 | CAMARA DE VIDEO | KARL STORZ | TELECAM-C | 20210034 | U.HOSPIT. 4-C | | URGENTE |
| 21868 | CAMARA DE VIDEO | JAPAN VICTOR COMPANY | TK-C1481BEG | 12037730 | A. PATOLÓGICA HOSPITAL | | URGENTE |
| 21873 | CAMARA DE VIDEO | LEICA | DP70 | 5F15641 | A. PATOLÓGICA HOSPITAL | 17/08/2005 | URGENTE |
| 22055 | CAMARA DE VIDEO | LEICA | EC3 | 30090024 | BIOQUIMICA DE URGENCIAS | | URGENTE |
| 22058 | CAMARA DE VIDEO | LEICA | DFC 425 | 430634809 | BIOQUIMICA DE URGENCIAS | | URGENTE |
| 20732 | CAMARA DE VIDEO CON SALIDA DIGITAL | SONY | 3CCD EXWAVE | 402576 | BLOQUE QUIRURGICO | 20/11/2009 | URGENTE |
| 14249 | CAMARA DE VIGILANCIA | SONY | | | CONSERJERIA M.A.L.G. | 17/01/2008 | URGENTE |
| 21650 | CAMARA DERMATOSCOPICA | FOTOFINDER | MEDICAN 800HD | MC8001640226 | C. EXTERNAS HOSPITAL | | URGENTE |
| 8195 | CAMARA DIGITAL GRABADORA | CANON | A.40 | SIN N/SERIE | OTORRINO QUIRÓFANO | 18/03/2003 | URGENTE |
| 3360 | CAMARA ELECTROFORESIS | BIOMETA | 4063+ 4084 | SIN N/SERIE | LAB. HEMATOLOGIA HOSPITAL | 08/08/2001 | URGENTE |
| 24049 | CAMARA ENDOSCOPIA | STORZ | IMAGEN1 4U TH120 | TR996005-H | OTORRINO QUIRÓFANO | 18/11/2018 | URGENTE |
| 12480 | CAMARA FIBROSCOPIO | RICHARD WOLF | | 85261272 | OTORRINO CONSULTAS | | |
| 24044 | CAMARA HD | STORZ | H3-Z FI TC300 | YR002604-K | GINECOLOGÍA QUIRÓFANO | 18/11/2018 | URGENTE |
| 24115 | CAMARA INALAMBRICA LEDVISION (LAMPARA QUI) | STORZ | LEDVISION | 18.11.0008 | BLOQUE QUIRURGICO | 19/12/2018 | CRITICO |
| 24134 | CAMARA INALAMBRICA LEDVISION (LAMPARA QUI) | STORZ | LEDVISION | B18110009 | BLOQUE QUIRURGICO | 19/12/2018 | CRITICO |
| 20198 | CAMARA INFRARROJOS | LITE | POS-126SN | S/N | U.HOSPIT. 3-A | | URGENTE |
| 20199 | CAMARA INFRARROJOS | LITE | POS-126SN | S/N | U.HOSPIT. 3-A | | URGENTE |
| 20200 | CAMARA INFRARROJOS | LITE | POS-126SN | 100301084 | U.HOSPIT. 3-A | | URGENTE |
| 20203 | CAMARA INFRARROJOS | S/M | S/M | S/N | U.HOSPIT. 3-A | | URGENTE |
| 20205 | CAMARA INFRARROJOS | LITE | POS-126SN | S/N | U.HOSPIT. 3-A | | URGENTE |
| 40242 | CAMARA PARA ENDOSCOPIA | STORZ | S 4U TH120 | WR999457-H | BLOQUE QUIRURGICO | 18/11/2018 | URGENTE |
| 21939 | CAMARA ULTRAVIOLETA | SPECTROLINE | MODEL TVC-312A | S/N | A. PATOLÓGICA HOSPITAL | | URGENTE |
| 21943 | CAMARA ULTRAVIOLETA | VISIBLE GENETICS | 3.1 | GT3000112 | A. PATOLÓGICA HOSPITAL | 25/06/2002 | URGENTE |
| 21125 | CAMILLA ELECTRICA | DESAN FLEX | S/M | S/N | URGENCIAS GENERALES | | URGENTE |

ANEXO I .- PA 11-2021 INVENTARIO EQUIPOS ELECTROMÉDICOS HOSPITAL U. SEVERO OCHOA

| Código | Equipo | Marca | Modelo | Número Serie | Unidad | Fecha | Nivel |
|---------|----------------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------------------|------------|---------|
| 21132 | CAMILLA ELECTRICA | DESAN FLEX | S/M | S/N | URGENCIAS GENERALES | | NORMAL |
| 21358 | CAMILLA ELECTRICA | MAGNETIC ELECTROMOTOREN | TLG10-AD3XA-018 | L04657170 | RADIOLOGIA HOSPITAL | 28/12/2006 | NORMAL |
| 21556 | CAMILLA ELECTRICA | GIVAS | AV4110 | 001151303 | C. EXTERNAS HOSPITAL | | NORMAL |
| 21610 | CAMILLA ELECTRICA | ELECTROMEDICARIN | CARIN | S/N | C. EXTERNAS HOSPITAL | | NORMAL |
| 21683 | CAMILLA ELECTRICA | MEDISA | GALICIA | S/N | PRUEBAS ESPECIALES ENDOSCOPIAS | 08/08/2001 | NORMAL |
| 21780 | CAMILLA ELECTRICA | MEDISA | GALICIA | SIN N/SERIE | PRUEBAS ESPECIALES ENDOSCOPIAS | 28/11/2000 | NORMAL |
| 21794 | CAMILLA ELECTRICA | L&C ARNOLD | S/M | S/N | PRUEBAS ESPECIALES ENDOSCOPIAS | | NORMAL |
| 3059 | CAMPANA ASPIRADORA GASES | MATERLAB | 185G900-A | SIN N/SERIE | A. PATOLÓGICA HOSPITAL | 01/01/1992 | URGENTE |
| 24005 | CAMPANA EXTRACT.GASES | ERLAB | SMART 483 2C | 29528-1901 | ANÁLISIS CLÍNICOS HOSPITAL | 05/12/2018 | URGENTE |
| 948 | CAMPANA EXTRACT.GASES | LABCAIRE SYSTEMS | T400 SCHOLLS MODEL | T400/319 + 14209 | FARMACIA | 09/05/2001 | URGENTE |
| 21432 | CAMPIMETRO | INTERZEAG | OCTOPUS 1-2-3 | 4736 | C. EXTERNAS HOSPITAL | | URGENTE |
| 21434 | CAMPIMETRO | HAAG STREIT DIAGNOSTICS | OCTOPUS 500EZ | 3410 | C. EXTERNAS HOSPITAL | | URGENTE |
| 8857 | CAMPO VISUAL AUTOM.INTERZ | INTERZEAG SUIZA | OCTOPUS PERIMETER 1-2-3 | 4736 | OFTALMOLOGIA CONSULTAS | 23/07/1999 | URGENTE |
| 22813 | CAÑON DE PROYECCION BENQ | BENQ | MX722 | PDK3D02236000S | PRUEBAS ESPECIALES ENDOSCOPIAS | 09/05/2014 | URGENTE |
| 9796 | CAÑON DE PROYECCION BENQ | BENQ | PP7210 | 99J7677BF651100290H | A. PATOLÓGICA HOSPITAL | 21/07/2005 | URGENTE |
| 8214 | CAÑON RETROPROYECTOR PHIL | PHILIPS | SV1LC3131 | WR10030261014229 | NEFROLOGIA (SERVICIO) | 24/03/2003 | URGENTE |
| 22695 | CAPILAROSCOPIO | MEDISCOPE D1282 | OP-120011 | 0282 | REUMATOLOGIA CONSULTAS | 10/12/2016 | URGENTE |
| 12525 | CAPNOGRAFO | DATEX-OHMEDA | G-AIOV..03 | 3612109 | BLOQUE QUIRURGICO | | CRITICO |
| 25222 | CAPNOGRAFO | COMEN | 115-003720-00 | CF01-2003300049 | MANTENIMIENTO HOSPITAL | 06/05/2020 | CRITICO |
| 25226 | CAPNOGRAFO | COMEN | 115-003720-00 | CF01-2003300059 | MANTENIMIENTO HOSPITAL | 06/05/2020 | CRITICO |
| 25230 | CAPNOGRAFO | COMEN | 115-003720-00 | CF012005120100 | URG. PEDIATRICAS | 06/05/2020 | CRITICO |
| 25234 | CAPNOGRAFO | COMEN | 115-003720-00 | CF01-2005120024 | URG. PEDIATRICAS | 06/05/2020 | CRITICO |
| 25238 | CAPNOGRAFO | COMEN | 115-003720-00 | CF01-2005120045 | URG. PEDIATRICAS | 06/05/2020 | CRITICO |
| 25242 | CAPNOGRAFO | COMEN | 115-003720-00 | CF01-2005120029 | URG. PEDIATRICAS | 06/05/2020 | CRITICO |
| 9119-04 | CAPNOGRAFO | DATEX-OHMEDA | M-CAiOV | - | BLOQUE QUIRURGICO | | CRITICO |
| 20772 | CAPTURADORA DE VIDEO | MEDICAPTURE | MEDICAP USB200 | 2112835 | BLOQUE QUIRURGICO | 27/09/2013 | URGENTE |
| 1707 | CARDIOTOCOGRAFO | CARDIVA | M1353A.OB3.C11/129 C/CARR | SIN N/SERIE | U.HOSPIT. 4-A | 01/06/1999 | URGENTE |
| 20918 | CARDIOTOCOGRAFO | AGILENT | M-1351A | 3816G17867 | URG. OBST.-GINECOLOGICAS | 14/11/2000 | URGENTE |
| 20919 | CARDIOTOCOGRAFO | PHILIPS | M-1353A | 4219G05993 | URG. OBST.-GINECOLOGICAS | 04/08/2004 | URGENTE |
| 20925 | CARDIOTOCOGRAFO | PHILIPS | M-1353A | 4219G05416 | PARITORIO | 07/07/2004 | URGENTE |
| 20926 | CARDIOTOCOGRAFO | AGILENT | M1350B | 3650G09585 | PARITORIO | | URGENTE |
| 3825 | CARDIOTOCOGRAFO FETAL I/E | HEWLETT PACKARD | M1350B | 3850G09585 | URG. OBST.-GINECOLOGICAS | 28/07/2000 | CRITICO |
| 11924 | CARGADOR BASCULA | SECA | 708/447 | S/N | DIALISIS HOSPITAL | 30/08/2007 | URGENTE |
| 20531 | CARGADOR BASE MONITOR MULTICANAL | WELCH ALLYN | PROPAQ LT | KW003660 | REANIMACION | | CRITICO |
| 20538 | CARGADOR BASE MONITOR MULTICANAL | WELCH ALLYN | PROPAQ LT | KV003662 | REANIMACION | 16/12/2010 | CRITICO |

ANEXO I .- PA 11-2021 INVENTARIO EQUIPOS ELECTROMÉDICOS HOSPITAL U. SEVERO OCHOA

| Código | Equipo | Marca | Modelo | Número Serie | Unidad | Fecha | Nivel |
|---------|--|----------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------|------------|---------|
| 20546 | CARGADOR BASE MONITOR MULTICANAL | WELCH ALLYN | PROPAQ LT | KV002059 | REANIMACION | 14/05/2009 | CRITICO |
| 21163 | CARGADOR BASE MONITOR MULTICANAL | WELCH ALLYN | PROPAQ LT | KV003357 | URGENCIAS GENERALES | | CRITICO |
| 21168 | CARGADOR BASE MONITOR MULTICANAL | WELCH ALLYN | PROPAQ LT | KV004230 | URGENCIAS GENERALES | | CRITICO |
| 21178 | CARGADOR BASE MONITOR MULTICANAL | WELCH ALLYN | PROPAQ LT | KV003353 | URGENCIAS GENERALES | | CRITICO |
| 21209 | CARGADOR BASE MONITOR MULTICANAL | WELCH ALLYN | PROPAQ LT | KV003284 | URGENCIAS GENERALES | 18/06/2012 | CRITICO |
| 20611 | CARGADOR BATERIAS | PHYSIO CONTROL | SYSTEM 2 | 31786169 | MEDICINA INTENSIVA (SERVICIO) | | URGENTE |
| 20759 | CARGADOR BATERIAS | STRYKER | 7110-120-000 | 1603300393 | BLOQUE QUIRURGICO | | URGENTE |
| 24069 | CARGADOR BATERIAS | STRYKER | 6110-120 | 0718700833 | BLOQUE QUIRURGICO | | URGENTE |
| 20019 | CARGADOR BILIRRUBINOMETRO | KONICA MINOLTA | JM-A030 | 7033052 | U.HOSPIT. 4-A | | URGENTE |
| 1742-01 | CARGADOR DE LA GRUA MOVIL.PACIENTE MOVE | ARJO | MAXIMOVE | GB3201878157005 | U.HOSPIT. 4-C | 01/08/2001 | URGENTE |
| 21624 | CARGADOR DE MODULO OPTOAISLAMIENTO | SIBELMED | SIBELHOME PLUS | 00770 | C. EXTERNAS HOSPITAL | | URGENTE |
| 21625 | CARGADOR DE MODULO OPTOAISLAMIENTO | SIBELMED | 534-250000 | BORRADO | C. EXTERNAS HOSPITAL | | URGENTE |
| 21626 | CARGADOR DE MODULO OPTOAISLAMIENTO | SIBELMED | 534-250000 | BORRADO | C. EXTERNAS HOSPITAL | | URGENTE |
| 21627 | CARGADOR DE MODULO OPTOAISLAMIENTO | SIBELMED | 534-250000 | BORRADO | C. EXTERNAS HOSPITAL | | URGENTE |
| 20607 | CARGADOR DESFIBRILADOR | PHYSIO CONTROL | LIFEPAK 12 | 003104 | MEDICINA INTENSIVA (SERVICIO) | 11/05/1999 | CRITICO |
| 21119 | CARRO CARGA Y DESCARGA P/AUTOCLAVE DE ELEVACIÓN HIDRÁULICA | REMEDA AB | 100 80-12-IM (REF: 75010.1) | 392 52-153 | ESTERILIZACION HOSPITAL | 21/09/2005 | CRITICO |
| 21120 | CARRO CARGA Y DESCARGA P/AUTOCLAVE DE ELEVACIÓN HIDRÁULICA | REMEDA AB | 100 80-12-IM (REF: 75010.1) | 392 52-112 | ESTERILIZACION HOSPITAL | 28/07/2004 | CRITICO |
| 21121 | CARRO CARGA Y DESCARGA P/AUTOCLAVE DE ELEVACIÓN HIDRÁULICA | REMEDA AB | 100 80-12-IM (REF: 75010.1) | 392 52-375 | ESTERILIZACION HOSPITAL | 20/04/2011 | CRITICO |
| 20013 | CARRO CON CESTILLO | PHILIPS | 989803144001 | S/N | U.HOSPIT. 4-A | 03/11/2015 | NORMAL |
| 20016 | CARRO CON CESTILLO | PHILIPS | 989803144001 | S/N | U.HOSPIT. 4-A | 03/11/2015 | NORMAL |
| 20052 | CARRO CON CESTILLO | PHILIPS | 989803144001 | S/N | U.HOSPIT. 4-B | 03/11/2015 | NORMAL |
| 20055 | CARRO CON CESTILLO | PHILIPS | 989803144001 | S/N | U.HOSPIT. 4-B | 03/11/2015 | NORMAL |
| 20058 | CARRO CON CESTILLO | PHILIPS | 989803144001 | S/N | U.HOSPIT. 4-B | 03/11/2015 | NORMAL |

ANEXO I .- PA 11-2021 INVENTARIO EQUIPOS ELECTROMÉDICOS HOSPITAL U. SEVERO OCHOA

| Código | Equipo | Marca | Modelo | Número Serie | Unidad | Fecha | Nivel |
|--------|--------------------|-----------|-----------------|--------------|-----------------------------------|------------|---------|
| 20115 | CARRO CON CESTILLO | PHILIPS | 989803144001 | S/N | U.HOSPIT. 4-C | 03/11/2015 | NORMAL |
| 20129 | CARRO CON CESTILLO | PHILIPS | 989803144001 | S/N | U.HOSPIT. 4-C | 03/11/2015 | NORMAL |
| 20132 | CARRO CON CESTILLO | PHILIPS | 989803144001 | S/N | U.HOSPIT. 4-C | 03/11/2015 | NORMAL |
| 20135 | CARRO CON CESTILLO | PHILIPS | 989803144001 | S/N | U.HOSPIT. 4-C | 03/11/2015 | NORMAL |
| 20233 | CARRO CON CESTILLO | PHILIPS | 989803144001 | S/N | U.HOSPIT. 3-B | 03/11/2015 | NORMAL |
| 20241 | CARRO CON CESTILLO | PHILIPS | 989803144001 | S/N | U.HOSPIT. 3-B | 03/11/2015 | NORMAL |
| 20292 | CARRO CON CESTILLO | PHILIPS | 989803144001 | S/N | U. HOSPIT. 3-C | 03/11/2015 | NORMAL |
| 20298 | CARRO CON CESTILLO | PHILIPS | 989803144001 | S/N | U. HOSPIT. 3-C | 03/11/2015 | NORMAL |
| 20305 | CARRO CON CESTILLO | PHILIPS | 989803144001 | S/N | U. HOSPIT. 3-C | 03/11/2015 | NORMAL |
| 20374 | CARRO CON CESTILLO | PHILIPS | 989803144001 | S/N | U.HOSPIT. 2-A | 03/11/2015 | NORMAL |
| 20377 | CARRO CON CESTILLO | PHILIPS | 989803144001 | S/N | U.HOSPIT. 2-A | 03/11/2015 | NORMAL |
| 20380 | CARRO CON CESTILLO | PHILIPS | 989803144001 | S/N | U.HOSPIT. 2-A | 03/11/2015 | NORMAL |
| 20442 | CARRO CON CESTILLO | PHILIPS | 989803144001 | S/N | U. HOSPIT. 2-C | 03/11/2015 | NORMAL |
| 20445 | CARRO CON CESTILLO | PHILIPS | 989803144001 | S/N | U. HOSPIT. 2-C | 03/11/2015 | NORMAL |
| 20448 | CARRO CON CESTILLO | PHILIPS | 989803144001 | S/N | U. HOSPIT. 2-C | 03/11/2015 | NORMAL |
| 20515 | CARRO CON CESTILLO | PHILIPS | 989803144001 | S/N | U.HOSPIT. 3-B | 03/11/2015 | NORMAL |
| 20518 | CARRO CON CESTILLO | PHILIPS | 989803144001 | S/N | U.HOSPIT. 3-B | | NORMAL |
| 20521 | CARRO CON CESTILLO | PHILIPS | 989803144001 | S/N | U. HOSPIT. 2-C | 03/11/2015 | NORMAL |
| 20528 | CARRO CON CESTILLO | PHILIPS | 989803144001 | S/N | REANIMACION | 03/11/2015 | NORMAL |
| 20565 | CARRO CON CESTILLO | PHILIPS | 989803144001 | S/N | REANIMACION | 03/11/2015 | NORMAL |
| 20571 | CARRO CON CESTILLO | PHILIPS | 989803144001 | S/N | REANIMACION | 03/11/2015 | NORMAL |
| 20916 | CARRO CON CESTILLO | PHILIPS | 989803144001 | S/N | URG. PEDIATRICAS | 03/11/2015 | NORMAL |
| 20922 | CARRO CON CESTILLO | PHILIPS | 989803144001 | S/N | URG. OBST.-GINECOLOGICAS | 03/11/2015 | NORMAL |
| 21089 | CARRO CON CESTILLO | PHILIPS | 989803144001 | S/N | PEDIATRIA HOSPITALIZACION | 03/11/2015 | NORMAL |
| 21202 | CARRO CON CESTILLO | PHILIPS | 989803144001 | S/N | URGENCIAS GENERALES | | NORMAL |
| 21386 | CARRO CON CESTILLO | PHILIPS | 989803144001 | S/N | HOSPITAL DE DIA | 03/11/2015 | NORMAL |
| 21692 | CARRO CON CESTILLO | PHILIPS | 989803144001 | S/N | PRUEBAS ESPECIALES ENDOSCOPIAS | | NORMAL |
| 50561 | CARRO CON CESTILLO | PHILIPS | 989803144001 | S/N | REANIMACION | 03/11/2015 | NORMAL |
| 21882 | CARRO ELEVADOR | MATACHANA | LIFTING TROLLEY | ELE0213101 | A. PATOLÓGICA HOSPITAL | | NORMAL |
| 21328 | CASCO BINOCULAR | KEELER | VANTAGE | 012777 | BLOQUE QUIRURGICO | | URGENTE |
| 21519 | CASCO BINOCULAR | KEELER | ALLPUPIL | M19057 | C. EXTERNAS HOSPITAL | | URGENTE |
| 21545 | CASCO BINOCULAR | KEELER | ALLPUPIL | S/N | C. EXTERNAS HOSPITAL | | URGENTE |

ANEXO I .- PA 11-2021 INVENTARIO EQUIPOS ELECTROMÉDICOS HOSPITAL U. SEVERO OCHOA

| Código | Equipo | Marca | Modelo | Número Serie | Unidad | Fecha | Nivel |
|--------|--|----------------------|--------------------|---------------|-------------------------------|------------|---------|
| 22446 | CASCO BINOCULAR | KEELER | VANTAGE | 100870 | OFTALMOLOGIA M.A.L.G. | 09/10/2002 | URGENTE |
| 22454 | CASCO BINOCULAR | KEELER | ALL PUPIL II | 145269 | OFTALMOLOGIA M.A.L.G. | | URGENTE |
| 21402 | CASCO BINOCULAR DE PARED | WELCH ALLYN | 74341 | 1417805 | C. EXTERNAS HOSPITAL | 13/05/2010 | URGENTE |
| 21418 | CASCO BINOCULAR DE PARED | KEELER | 1202-P-6237 | 147149 | C. EXTERNAS HOSPITAL | | URGENTE |
| 21438 | CASCO BINOCULAR DE PARED | WELCH ALLYN | 743 | 74341 | C. EXTERNAS HOSPITAL | 26/07/2007 | URGENTE |
| 21512 | CASCO BINOCULAR DE PARED | WELCH ALLYN | 12500 | 1415687 | C. EXTERNAS HOSPITAL | 28/05/2009 | URGENTE |
| 21531 | CASCO BINOCULAR DE PARED | KEELER | VANTAGE | 100918 | C. EXTERNAS HOSPITAL | | URGENTE |
| 23230 | CENTRAL DE MONITORIZACION | CARESCAPE | CENTRAL STATION V2 | SKN8290033SA | U.HOSPIT. 2-A | 31/05/2018 | CRITICO |
| 23177 | CENTRAL DE MONITORIZACION UCI 1 | CARESCAPE | CENTRAL STATION V2 | SKN17420050SA | MEDICINA INTENSIVA (SERVICIO) | | CRITICO |
| 23178 | CENTRAL DE MONITORIZACION UCI 2 | CARESCAPE | CENTRAL STATION V2 | SKN17420044SA | MEDICINA INTENSIVA (SERVICIO) | | CRITICO |
| 25625 | CENTRAL MONITORIZACIÓN | GENERAL ELECTRIC | CARESCAPE CENTRAL | SKN20450179SA | REANIMACION | 21/10/2020 | CRITICO |
| 20644 | CENTRAL MORDENADOR CENTRAL DE MONITORIZACION | MARQUETTE HELIGE | CIC 418779-004 | A9GU0429G | MEDICINA INTENSIVA (SERVICIO) | | CRITICO |
| 20658 | CENTRAL MORDENADOR CENTRAL DE MONITORIZACION | MARQUETTE HELIGE | CIC APEX PRO | F1GQ0626G | MEDICINA INTENSIVA (SERVICIO) | 07/12/2001 | CRITICO |
| 20195 | CENTRAL MULTIPLEXOR | MULTI-WINDOWS | 9 S-CHANEL DUPLEX | S/N | U.HOSPIT. 3-A | | CRITICO |
| 12265 | CENTRIFUGA | HUCOA | IEC CENTRA-2 | 8923801060 | A. PATOLÓGICA HOSPITAL | | URGENTE |
| 12286 | CENTRIFUGA | MOVACO-GRIFOLS | DG-28 | | BANCO DE SANGRE | | URGENTE |
| 21094 | CENTRIFUGA | ORTO ALRESA | DIDACEN II | 446 | PEDIATRIA HOSPITALIZACION | | URGENTE |
| 21555 | CENTRIFUGA | ORTO ALRESA | DIDACEN II | 090433/06 | C. EXTERNAS HOSPITAL | 21/12/2010 | URGENTE |
| 21706 | CENTRIFUGA | KUBOTA | 2420 | G32152-M000 | BIOQUIMICA HOSPITAL | 29/06/2006 | URGENTE |
| 21893 | CENTRIFUGA | LABNET INTERNATIONAL | SPECTRAFUGE 24D | D805380 | A. PATOLÓGICA HOSPITAL | 14/05/2009 | URGENTE |
| 21903 | CENTRIFUGA | EPPENDORF | MINISPIN | 5452ZQ058231 | A. PATOLÓGICA HOSPITAL | | URGENTE |
| 21924 | CENTRIFUGA | SHANDON LIPSHAW | CYTOSPIN-3 | MA1109E9705 | A. PATOLÓGICA HOSPITAL | 11/08/1997 | URGENTE |
| 21932 | CENTRIFUGA | HERAEUS | BIOFUGE | 75005282 | MICROBIOLOGIA HOSPITAL | 18/06/2002 | URGENTE |
| 21933 | CENTRIFUGA | SIGMA | 4-15C | 101726 | MICROBIOLOGIA HOSPITAL | | URGENTE |
| 21934 | CENTRIFUGA | ABBOTT | 75003530 | 225386 | MICROBIOLOGIA HOSPITAL | 01/01/1985 | URGENTE |
| 21935 | CENTRIFUGA | ALC | PK 121 | 11172022 | A. PATOLÓGICA HOSPITAL | 30/10/2002 | URGENTE |
| 21946 | CENTRIFUGA | KUBOTA | KS 5200C | K00475 | MICROBIOLOGIA HOSPITAL | | URGENTE |
| 21964 | CENTRIFUGA | ABBOTT | TDX CENTRIFUGE | 163804 | MICROBIOLOGIA HOSPITAL | 01/01/1999 | URGENTE |
| 21972 | CENTRIFUGA | KUBOTA | KS8000 | K00299 | MICROBIOLOGIA HOSPITAL | | URGENTE |
| 21973 | CENTRIFUGA | HERMLE LABORTECHNIK | Z383K | 31090021 | MICROBIOLOGIA HOSPITAL | 27/05/2010 | URGENTE |
| 21998 | CENTRIFUGA | KUBOTA | 2100 | X41484 | MICROBIOLOGIA HOSPITAL | 11/08/1997 | URGENTE |
| 22018 | CENTRIFUGA | HERMLE LABORTECHNIK | Z-300K | 55040020 | BIOQUIMICA HOSPITAL | 24/03/2004 | URGENTE |
| 22019 | CENTRIFUGA | KUBOTA | 8420 | M81107-F000 | BIOQUIMICA HOSPITAL | 10/09/2012 | URGENTE |
| 22020 | CENTRIFUGA | KUBOTA | 8100 | X11149 | BIOQUIMICA HOSPITAL | | URGENTE |
| 22042 | CENTRIFUGA | ABBOTT | 75003530 | 40343766 | BIOQUIMICA HOSPITAL | | URGENTE |

ANEXO I .- PA 11-2021 INVENTARIO EQUIPOS ELECTROMÉDICOS HOSPITAL U. SEVERO OCHOA

| Código | Equipo | Marca | Modelo | Número Serie | Unidad | Fecha | Nivel |
|--------|-----------------------|---------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------|------------|---------|
| 22051 | CENTRIFUGA | ORTOALRESA | CONSUL 21 | 150832/1 | BIOQUIMICA DE URGENCIAS | 21/07/2015 | URGENTE |
| 22052 | CENTRIFUGA | ABBOTT | 75003530 | 40902925 | BIOQUIMICA DE URGENCIAS | 25/06/2009 | URGENTE |
| 22053 | CENTRIFUGA | HERAEUS | LABOFUGE 400 | 245368 | BIOQUIMICA HOSPITAL | | URGENTE |
| 22066 | CENTRIFUGA | HERMLE LABORTECHNIK | Z 233 M2 | 51030141 | LAB. HEMATOLOGIA HOSPITAL | 23/07/2003 | URGENTE |
| 22075 | CENTRIFUGA | DIAMED ID | DIACENT 12 | 892932004 | LAB. HEMATOLOGIA HOSPITAL | 21/11/2000 | URGENTE |
| 22077 | CENTRIFUGA | ORTOALRESA | CONSUL 21 | 141134/01 | LAB. HEMATOLOGIA HOSPITAL | 25/11/2014 | URGENTE |
| 22078 | CENTRIFUGA | HETTICH | ROTANTA 460R | 0006854-02-01 | LAB. HEMATOLOGIA HOSPITAL | | URGENTE |
| 22088 | CENTRIFUGA | DIAMED ID | ID CENTRIFUGE 24S | 8659.37.009 | LAB. HEMATOLOGIA HOSPITAL | | URGENTE |
| 22114 | CENTRIFUGA | DIAMED ID | DIACENT CW | 89100.35.056 | BANCO DE SANGRE | 21/11/2000 | URGENTE |
| 22126 | CENTRIFUGA | HERAEUS | CRYOFUGE 6000I | 40222581 | BANCO DE SANGRE | 15/10/2002 | URGENTE |
| 22131 | CENTRIFUGA | DIAMED ID | DIACENT-12 | 9000060008 | BANCO DE SANGRE | 14/09/1999 | URGENTE |
| 22132 | CENTRIFUGA | DIAMED ID | DIACENT-12 | 8929.32.003 | BANCO DE SANGRE | | URGENTE |
| 22139 | CENTRIFUGA | KUBOTA | 5400 | A61170 | BANCO DE SANGRE | 21/11/2000 | URGENTE |
| 22140 | CENTRIFUGA | KUBOTA | 5400 | X30369 | BANCO DE SANGRE | 11/08/1997 | URGENTE |
| 23148 | CENTRIFUGA | AFI LOREENA | AFI-C300V-E | 17C300VE_1041 | BIOQUIMICA HOSPITAL | 15/11/2017 | URGENTE |
| 24124 | CENTRIFUGA | HERMLE | Z-300K | 55060126 | ONCOLOGÍA DOCENCIA | 27/07/2006 | URGENTE |
| 24182 | CENTRIFUGA | | | KGZ123519070172 | BIOQUIMICA HOSPITAL | | URGENTE |
| 24369 | CENTRIFUGA | BIO-RAD LABORATORIES, INC | CPX90 TOUCH SYSTEM | 1855196 | BIOQUIMICA HOSPITAL | 16/03/2020 | URGENTE |
| 5066 | CENTRIFUGA | MOVACO-GRIFOLS | CG-28 | 2954-561 | BANCO DE SANGRE | 26/12/2000 | URGENTE |
| 21732 | CINTA DE CORRER | MEDISOFT | 870A | 012A16 | REHABILITACION HOSPITAL | | URGENTE |
| 21733 | CINTA DE CORRER | MEDISOFT | 870A | 025A14 | REHABILITACION HOSPITAL | | URGENTE |
| 21854 | CINTA DE CORRER | PROFORM | 530 | S/N | C. EXTERNAS HOSPITAL | | URGENTE |
| 21606 | CINTA PRUEBA ESFUERZO | MARQUETTE HELIGE | SERIE 2000 | K 0Y55393M | C. EXTERNAS HOSPITAL | 01/01/2001 | URGENTE |
| 22096 | CITOMETRO DE FLUJO | BECTON DICKINSON | FACSCALIBUR 4CA | E6002 | LAB. HEMATOLOGIA HOSPITAL | 01/02/2006 | URGENTE |
| 10290 | COLCHON ANTIESCARAS | | PRIMO | 05AG1025 | MEDICINA INTENSIVA (SERVICIO) | 09/03/2006 | NORMAL |
| 10604 | COLCHON ANTIESCARAS | | PRIMO | 06AG0343 | MEDICINA INTENSIVA (SERVICIO) | 08/06/2006 | NORMAL |
| 10606 | COLCHON ANTIESCARAS | | PRIMO | 05AG1023 | MEDICINA INTENSIVA (SERVICIO) | 08/06/2006 | NORMAL |
| 10607 | COLCHON ANTIESCARAS | | PRIMO | 05AG1021 | MEDICINA INTENSIVA (SERVICIO) | 08/06/2006 | NORMAL |
| 10608 | COLCHON ANTIESCARAS | | THERMOCONTOUR | | MEDICINA INTENSIVA (SERVICIO) | 08/06/2006 | NORMAL |
| 10609 | COLCHON ANTIESCARAS | | THERMOCONTOUR | | MEDICINA INTENSIVA (SERVICIO) | 08/06/2006 | NORMAL |
| 10610 | COLCHON ANTIESCARAS | | THERMOCONTOUR | | MEDICINA INTENSIVA (SERVICIO) | 08/06/2006 | NORMAL |

ANEXO I .- PA 11-2021 INVENTARIO EQUIPOS ELECTROMÉDICOS HOSPITAL U. SEVERO OCHOA

| Código | Equipo | Marca | Modelo | Número Serie | Unidad | Fecha | Nivel |
|--------|---------------------|------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------|--------|
| 10611 | COLCHON ANTIESCARAS | | DUO2 | | MEDICINA INTENSIVA (SERVICIO) | 08/06/2006 | NORMAL |
| 16500 | COLCHON ANTIESCARAS | AEROCARE 2050-90 | REF. 54602050-90 | P1101-03300 | U. HOSPIT. 2-C | 28/05/2012 | NORMAL |
| 22509 | COLCHON ANTIESCARAS | AEROCARE | 2050 | 1101-3223 | U. HOSPIT. 2-C | 20/04/2011 | NORMAL |
| 22516 | COLCHON ANTIESCARAS | AEROCARE | 2050 | 1101-3224 | REANIMACION | 20/04/2011 | NORMAL |
| 22517 | COLCHON ANTIESCARAS | SMITH&NEPHEW | AEROCARE 2010 CODIGO 5462010 | 24040174 | U.HOSPIT. 4-B | 17/05/2007 | NORMAL |
| 22624 | COLCHON ANTIESCARAS | SMITH & NEPHEW | AEROCARE 2010 | 24040231 | U.HOSPIT. 3-B | 02/08/2006 | NORMAL |
| 22801 | COLCHON ANTIESCARAS | AEROCARE | 2050 | 1001-02481 | U.HOSPIT. 4-B | 27/05/2010 | NORMAL |
| 22802 | COLCHON ANTIESCARAS | SMITH & NEPHEW | AEROCARE 2010 | 24040257 | U.HOSPIT. 4-B | 02/08/2006 | NORMAL |
| 22889 | COLCHON ANTIESCARAS | ALPHA | ACTIVE 4 DARTEX | 648231746 | U. HOSPIT. 2-C | 03/08/2017 | NORMAL |
| 22890 | COLCHON ANTIESCARAS | ALPHA | ACTIVE 4 DARTEX | 648432558 | U. HOSPIT. 2-C | 03/08/2017 | NORMAL |
| 22891 | COLCHON ANTIESCARAS | ALPHA | ACTIVE 4 DARTEX | 648231775 | U. HOSPIT. 2-C | 03/08/2017 | NORMAL |
| 22893 | COLCHON ANTIESCARAS | ALPHA | ACTIVE 4 DARTEX | 648231776 | U. HOSPIT. 2-C | 03/08/2017 | NORMAL |
| 23497 | COLCHON ANTIESCARAS | ALPHA | ACTIVE 4 DARTEX | | MEDICINA INTENSIVA (SERVICIO) | 14/11/2018 | NORMAL |
| 23498 | COLCHON ANTIESCARAS | ALPHA | ACTIVE 4 DARTEX | | MEDICINA INTENSIVA (SERVICIO) | 14/11/2018 | NORMAL |
| 23499 | COLCHON ANTIESCARAS | ARJO HUNTLEIGHT | ALPHA ACTIVE | 1700035455 | MEDICINA INTENSIVA (SERVICIO) | 14/11/2018 | NORMAL |
| 23500 | COLCHON ANTIESCARAS | ALPHA | ACTIVE 4 DARTEX | | U. HOSPIT. 2-C | 14/11/2018 | NORMAL |
| 24080 | COLCHON ANTIESCARAS | ALPHA | ACTIVE 4 DARTEX | 18000063065/1900012579 | U.HOSPIT. 4-B | 04/04/2019 | NORMAL |
| 4177 | COLCHON ANTIESCARAS | desconocida | Desconocido | SIN N/SERIE | NEUROLOGIA (SERVICIO) | 30/09/1997 | NORMAL |
| 8262 | COLCHON ANTIESCARAS | VARIAS MARCAS | VARIOS MODELOS | 22011819 | U.HOSPIT. 3-B | 23/04/2003 | NORMAL |
| 8570 | COLCHON ANTIESCARAS | VARIAS MARCAS | VARIOS MODELOS | 02/ACP100148 | MEDICINA INTENSIVA (SERVICIO) | 08/10/2003 | NORMAL |
| 8880 | COLCHON ANTIESCARAS | VARIAS MARCAS | VARIOS MODELOS | SIN N/SERIE | U.HOSPIT. 2-A | 04/08/2004 | NORMAL |
| 9576 | COLCHON ANTIESCARAS | VARIAS MARCAS | VARIOS MODELOS | 05AG1028 | MEDICINA INTENSIVA (SERVICIO) | 13/07/2005 | NORMAL |
| 9678 | COLCHON ANTIESCARAS | VARIAS MARCAS | VARIOS MODELOS | OV14760 | U. HOSPIT. 3-C | 20/07/2005 | NORMAL |
| 9679 | COLCHON ANTIESCARAS | VARIAS MARCAS | VARIOS MODELOS | OV14763 | REANIMACION | 20/07/2005 | NORMAL |

ANEXO I .- PA 11-2021 INVENTARIO EQUIPOS ELECTROMÉDICOS HOSPITAL U. SEVERO OCHOA

| Código | Equipo | Marca | Modelo | Número Serie | Unidad | Fecha | Nivel |
|--------|----------------------------------|----------------|------------------------------|--------------|-----------------------------------|------------|---------|
| 9680 | COLCHON ANTIESCARAS | VARIAS MARCAS | VARIOS MODELOS | OV14762 | U.HOSPIT. 2-A | 20/07/2005 | NORMAL |
| 9728 | COLCHON ANTIESCARAS | VARIAS MARCAS | VARIOS MODELOS | OV14864 | U.HOSPIT. 4-C | 20/07/2005 | NORMAL |
| 9729 | COLCHON ANTIESCARAS | VARIAS MARCAS | VARIOS MODELOS | OV14865 | U.HOSPIT. 4-B | 20/07/2005 | NORMAL |
| 9730 | COLCHON ANTIESCARAS | VARIAS MARCAS | VARIOS MODELOS | OV14866 | U. HOSPIT. 2-C | 20/07/2005 | NORMAL |
| 10787 | COLCHON ANTIESCARAS ALTO RIESGO | SMITS & NEPHEW | AEROCARE 3010 | 24013042 | U.HOSPIT. 3-B | 02/08/2006 | URGENTE |
| 11238 | COLCHON ANTIESCARAS ALTO RIESGO | SMITH&NEPHEW | AEROCARE 3010 CODIGO 5463010 | 24040301 | U. HOSPIT. 2-C | 17/05/2007 | URGENTE |
| 11237 | COLCHON ANTIESCARAS MEDIO RIESGO | SMITH&NEPHEW | AEROCARE 2010 CODIGO 5462010 | 24040180 | U. HOSPIT. 2-C | 17/05/2007 | URGENTE |
| 22508 | COLCHON ANTIESCARAS MEDIO RIESGO | SMITH & NEPHEW | AEROCARE 2010 | 24013224 | U. HOSPIT. 3-C | 02/08/2006 | URGENTE |
| 22515 | COLCHON ANTIESCARAS MEDIO RIESGO | SMITS & NEPHEW | AEROCARE 2010 | 24040203 | U. HOSPIT. 2-C | 02/08/2006 | URGENTE |
| 20629 | COLIMADOR | RALCO | R108F | R108FDHHS | MEDICINA INTENSIVA (SERVICIO) | | URGENTE |
| 21233 | COLIMADOR | RALCO | R 108 | R 104/A | RADIOLOGIA HOSPITAL | | URGENTE |
| 21239 | COLIMADOR | SIEMENS | 0474726 G052G | 02052S07 L | RADIOLOGIA HOSPITAL | 12/08/1999 | URGENTE |
| 21246 | COLIMADOR | RALCO | P 313/A | 08013894 | RADIOLOGIA HOSPITAL | 20/10/2008 | URGENTE |
| 21274 | COLIMADOR | PHILIPS | 9896 01022161 | 001287 | RADIOLOGIA HOSPITAL | | URGENTE |
| 21286 | COLIMADOR | PHILIPS | 9896 01022161 | 992111 | RADIOLOGIA HOSPITAL | | URGENTE |
| 21296 | COLIMADOR | SIEMENS | 5662403 | 03584 | RADIOLOGIA HOSPITAL | | URGENTE |
| 22334 | COLIMADOR | SIEMENS | 5662403 | 03344s07 | RADIOLOGIA HOSPITAL | | URGENTE |
| 22342 | COLIMADOR | SIEMENS | 0468207 G052G | 04248S07 | RADIOLOGIA M.A.L.G | | URGENTE |
| 22348 | COLIMADOR | SIEMENS | 0468207 G052G | 04245S07 | RADIOLOGIA M.A.L.G | | URGENTE |
| 22354 | COLIMADOR | SIEMENS | 0468207 G052G | 04230S07 | RADIOLOGIA M.A.L.G | | URGENTE |
| 12312 | COLPOSCOPIO | LEISEGANG | 1DF | 10737 | GINECOLOGIA CONSULTAS | | URGENTE |
| 20838 | COLPOSCOPIO | VIKING | CM-006 | 10718 | BLOQUE QUIRURGICO | 13/04/2012 | URGENTE |
| 20873 | COLPOSCOPIO | LEISEGANG | B6 | 25036 | BLOQUE QUIRURGICO | | URGENTE |
| 21699 | COLPOSCOPIO | LEISEGANG | B | 36682 | PRUEBAS ESPECIALES ENDOSCOPIAS | 31/07/2002 | URGENTE |
| 21830 | COLPOSCOPIO | LEISEGANG | BG/LED | 40389 | C. EXTERNAS HOSPITAL | 31/05/2007 | URGENTE |
| 21862 | COLPOSCOPIO | LEISEGANG | BF-1 | 10738 | C. EXTERNAS HOSPITAL | 21/11/2000 | URGENTE |
| 22370 | COLPOSCOPIO | LEISEGANG | B | 36683 | GINECOLOGIA M.A.L.G. | 31/07/1952 | URGENTE |
| 21524 | COLUMNA OFTALMICA MULTIFUNCIONAL | INOPSA | MULTI-UNIT 11 | S/N | C. EXTERNAS HOSPITAL | | URGENTE |
| 21236 | CONSOLA | SIEMENS | 4819913 X2187 | 01066S01 L | RADIOLOGIA HOSPITAL | | URGENTE |
| 21243 | CONSOLA | PHILIPS | 9890 000 02408 | 08 01 1068 | RADIOLOGIA HOSPITAL | | URGENTE |
| 21271 | CONSOLA | PHILIPS | 9890 000 02408 | 05 01 0987 | RADIOLOGIA HOSPITAL | | URGENTE |
| 21283 | CONSOLA | PHILIPS | 9890 010 87393 | 141493018 | RADIOLOGIA HOSPITAL | | URGENTE |
| 21293 | CONSOLA | SIEMENS | 7030708 | 1970 | RADIOLOGIA HOSPITAL | | URGENTE |

ANEXO I .- PA 11-2021 INVENTARIO EQUIPOS ELECTROMÉDICOS HOSPITAL U. SEVERO OCHOA

| Código | Equipo | Marca | Modelo | Número Serie | Unidad | Fecha | Nivel |
|--------|---------------------------------------|------------------|-------------------------------------|---------------|--------------------------------|------------|---------|
| 21353 | CONSOLA | GENERAL ELECTRIC | 2223736 | 008504 | RADIOLOGIA HOSPITAL | | URGENTE |
| 21445 | CONSOLA | INTERACOUSTICS | AUDIMETER KEYBOARD | S/N | C. EXTERNAS HOSPITAL | | URGENTE |
| 22331 | CONSOLA | SIEMENS | 7030708 | 01645S50 | RADIOLOGIA M.A.L.G | | URGENTE |
| 22338 | CONSOLA | SIEMENS | 5760157 X2294 | 1527s50 | RADIOLOGIA M.A.L.G | | URGENTE |
| 22345 | CONSOLA | SIEMENS | 5760157 X2294 | 1546s50 | RADIOLOGIA M.A.L.G | | URGENTE |
| 22357 | CONSOLA | SIEMENS | 5760157 X2294 | 1545S50 | RADIOLOGIA M.A.L.G | | URGENTE |
| 21368 | CONSOLA ESTACION DE TRABAJO MAMOGRAFO | GENERAL ELECTRIC | SA KEYPAD | 011301 | RADIOLOGIA HOSPITAL | | URGENTE |
| 20757 | CONSOLA PARA MOTOR ARTROSCOPIA | CONMED LINVATEC | ADVANTAGE D3000I | BBB46391 | BLOQUE QUIRURGICO | 17/11/2004 | URGENTE |
| 20763 | CONSOLA PARA MOTOR ARTROSCOPIA | CONMED LINVATEC | CONMED (REF: D3000I) | 1430 | BLOQUE QUIRURGICO | | URGENTE |
| 20764 | CONSOLA PARA MOTOR ARTROSCOPIA | STRYKER | EHD | 97110183 | BLOQUE QUIRURGICO | | URGENTE |
| 20788 | CONSOLA PARA MOTOR ORL | CONMED LINVATEC | E9000G | 210-0041 | BLOQUE QUIRURGICO | 11/11/2010 | URGENTE |
| 20789 | CONSOLA PARA MOTOR ORL | KARL STORZ | UNIDRIVE ENT (REF: 207116 20) | LE1197 | BLOQUE QUIRURGICO | 09/02/2006 | URGENTE |
| 20792 | CONSOLA PARA MOTOR QUIRURGICO | AESCLAP | ELAN-E | 2409 | BLOQUE QUIRURGICO | | URGENTE |
| 22094 | CONTADOR MANUAL DE CELULAS | JP SELECTA | 7121431 | 0491109 | LAB. HEMATOLOGIA HOSPITAL | 31/05/2007 | URGENTE |
| 22092 | CONTADOR MANUAL DE CELELAS | CRISON | L2830 | 341 | LAB. HEMATOLOGIA HOSPITAL | | URGENTE |
| 22070 | CONTADOR MANUAL DE CELULAS | HECTH ASSISTENT | AC8 | 60040-00-0125 | LAB. HEMATOLOGIA HOSPITAL | | URGENTE |
| 22071 | CONTADOR MANUAL DE CELULAS | METEOR | CLM-2 | 82080 | LAB. HEMATOLOGIA HOSPITAL | | URGENTE |
| 22072 | CONTADOR MANUAL DE CELULAS | CRISON | L2830 | 340 | LAB. HEMATOLOGIA HOSPITAL | | URGENTE |
| 25781 | CONTADOR PARTICULAS DE ARCO ESTERIL | MEDCALMIX | CONTADOR PARTICULAS DE ARCO ESTERIL | 200302052 | OFTALMOLOGIA CONSULTAS | 18/12/2020 | URGENTE |
| 21704 | CONTADOR-ANALIZADOR FORMA | JP SELECTA | CC1431 | 0450268 | PRUEBAS ESPECIALES ENDOSCOPIAS | 04/10/2004 | URGENTE |
| 21705 | CONTADOR-ANALIZADOR FORMA | CRISON | L283 | 3422 | PRUEBAS ESPECIALES ENDOSCOPIAS | | URGENTE |
| 12372 | CONTROL CAMARA | STORZ | TELECAM PAL 20212020 | P013050 | BLOQUE QUIRURGICO | | URGENTE |
| 12413 | CONTROL CAMARA | STORZ | 20211020 | IECR4968 | PRUEBAS ESPECIALES ENDOSCOPIAS | | URGENTE |
| 12506 | CONTROL CAMARA | STORZ | TELECAM PAL 20211020 | IRD55154 | BLOQUE QUIRURGICO | | URGENTE |
| 12514 | CONTROL CAMARA | WOLF | 5520 | 20034 | BLOQUE QUIRURGICO | | URGENTE |
| 1252 | CONTROL CAMARA | STORZ | 20212020 | | BLOQUE QUIRURGICO | 01/01/1985 | URGENTE |
| 20046 | CONTROL DE CAMARA | RICHARD WOLF | 5516.101 | 1077 | U.HOSPIT. 4-B | 15/11/2005 | URGENTE |
| 20768 | CONTROL DE CAMARA | KARL STORZ | 222010 20 | SY685094-P | BLOQUE QUIRURGICO | 23/09/2013 | URGENTE |
| 20812 | CONTROL DE CAMARA | RICHARD WOLF | 5512.101 | 053163 | BLOQUE QUIRURGICO | 15/11/2005 | URGENTE |
| 20814 | CONTROL DE CAMARA | RICHARD WOLF | 5525201 | 1100194142 | BLOQUE QUIRURGICO | | URGENTE |
| 20847 | CONTROL DE CAMARA | RICHARD WOLF | 5506 3 CCD ENDOCAM | 2440 | BLOQUE QUIRURGICO | 06/07/2006 | URGENTE |
| 20858 | CONTROL DE CAMARA | RICHARD WOLF | 5550101 | 1100159113 | U.HOSPIT. 4-C | | URGENTE |
| 20868 | CONTROL DE CAMARA | KARL STORZ | 222010 20 | WZ676911-P | BLOQUE QUIRURGICO | 06/11/2014 | URGENTE |
| 20882 | CONTROL DE CAMARA | KARL STORZ | 222020 20 | HF612924-P | BLOQUE QUIRURGICO | 23/11/2004 | URGENTE |
| 21414 | CONTROL DE CAMARA | SONY | CMA-D2 | 24044 | C. EXTERNAS HOSPITAL | | URGENTE |
| 21471 | CONTROL DE CAMARA | KARL STORZ | 202120 20 | KO P000555 | C. EXTERNAS HOSPITAL | | URGENTE |

| ANEXO I .- PA 11-2021 INVENTARIO EQUIPOS ELECTROMÉDICOS HOSPITAL U. SEVERO OCHOA | | | | | | | |
|--|--|--------------------|------------------------|---------------|-----------------------------------|------------|---------|
| Código | Equipo | Marca | Modelo | Número Serie | Unidad | Fecha | Nivel |
| 21694 | CONTROL DE CAMARA | KARL STORZ | 202310 20 | IFC58309 | PRUEBAS ESPECIALES ENDOSCOPIAS | 21/10/2000 | URGENTE |
| 21778 | CONTROL DE CAMARA | KARL STORZ | 202320 20 | DIP031450 | PRUEBAS ESPECIALES ENDOSCOPIAS | | URGENTE |
| 21632 | CONTROL DE CAMARAS | TOPECAM | H.264 | S/N | C. EXTERNAS HOSPITAL | | URGENTE |
| 21052 | CONVERTIDOR WIPT PARA Sonda TEMPERATURA | TESTO | CONVERTER | 02556575 | URG. PEDIATRICAS | | URGENTE |
| 21204 | CONVERTIDOR WIPT PARA Sonda TEMPERATURA | TESTO | SAVERIS STENDED | 60384916 | URGENCIAS GENERALES | | URGENTE |
| 21492 | CONVERTIDOR WIPT PARA Sonda TEMPERATURA | TESTO | CONVERTER | 02556583 | PEDIATRIA HOSPITALIZACION | | URGENTE |
| 21702 | CONVERTIDOR WIPT PARA Sonda TEMPERATURA | TESTO | CONVERTER | 02667156 | BIOQUIMICA HOSPITAL | | URGENTE |
| 21900 | CONVERTIDOR WIPT PARA Sonda TEMPERATURA | TESTO | CONVERTER | 01866750 | A. PATOLÓGICA HOSPITAL | | URGENTE |
| 21936 | CONVERTIDOR WIPT PARA Sonda TEMPERATURA | TESTO | CONVERTER | 02730566 | A. PATOLÓGICA HOSPITAL | | URGENTE |
| 21960 | CONVERTIDOR WIPT PARA Sonda TEMPERATURA | TESTO | CONVERTER | 61582850 | MEDICINA PREVENTIVA | | URGENTE |
| 22003 | CONVERTIDOR WIPT PARA Sonda TEMPERATURA | TESTO | CONVERTER | 02667164 | BIOQUIMICA HOSPITAL | | URGENTE |
| 22006 | CONVERTIDOR WIPT PARA Sonda TEMPERATURA | TESTO | CONVERTER | 02656497 | MICROBIOLOGIA HOSPITAL | | URGENTE |
| 22044 | CONVERTIDOR WIPT PARA Sonda TEMPERATURA | TESTO | CONVERTER | 02667195 | BIOQUIMICA HOSPITAL | | URGENTE |
| 22115 | CONVERTIDOR WIPT PARA Sonda TEMPERATURA | TESTO | CONVERTER | 02763946 | LAB. HEMATOLOGIA HOSPITAL | | URGENTE |
| 22148 | CONVERTIDOR WIPT PARA Sonda TEMPERATURA | TESTO | CONVERTER | 01796011 | BANCO DE SANGRE | | URGENTE |
| 22157 | CONVERTIDOR WIPT PARA Sonda TEMPERATURA | TESTO | CONVERTER | 02667171 | BIOQUIMICA HOSPITAL | | URGENTE |
| 22160 | CONVERTIDOR WIPT PARA Sonda TEMPERATURA | TESTO | CONVERTER | 02687407 | MICROBIOLOGIA HOSPITAL | | URGENTE |
| 22164 | CONVERTIDOR WIPT PARA Sonda TEMPERATURA | TESTO | CONVERTER | 02556593 | C. EXTERNAS HOSPITAL | | URGENTE |
| 22283 | CONVERTIDOR WIPT PARA Sonda TEMPERATURA | TESTO | CONVERTER | 0267230 | FARMACIA | | URGENTE |
| 22401 | CONVERTIDOR WIPT PARA Sonda TEMPERATURA | TESTO | CONVERTER | 02667173 | MICROBIOLOGIA HOSPITAL | | URGENTE |
| 22408 | CONVERTIDOR WIPT PARA Sonda TEMPERATURA | TESTO | CONVERTER | 02580394 | U.HOSPIT. 4-A | | URGENTE |
| 22413 | CONVERTIDOR WIPT PARA Sonda TEMPERATURA | TESTO | CONVERTER | 01796003 | C. EXTERNAS HOSPITAL | | URGENTE |
| 22546 | CONVERTIDOR WIPT PARA Sonda TEMPERATURA | TESTO | CONVERTER | 60707196 | MICROBIOLOGIA HOSPITAL | 15/09/2016 | URGENTE |
| 11057 | COOXIMETRO | MICRO MEDICAL | MICRO CO | 10554 | NEUMOLOGIA (SERVICIO) | | URGENTE |
| 22479 | COOXIMETRO | BEDFONT SCIENTIFIC | S/M | B42326 | NEUMOLOGIA M.A.L.G. | | URGENTE |
| 22480 | COOXIMETRO | MICRO MEDICAL | CO | 14208 | NEUMOLOGIA M.A.L.G. | | URGENTE |
| 16605 | CRIOCOAGULADOR CRY-AC | CRY-AC | CRA-001 | | DERC-E | 26/07/2012 | URGENTE |
| 4987 | CRIOCOAGULADOR CRY-AC | CRY-AC | CRA-05 | SIN N/SERIE | GINECOLOGIA CONSULTAS | 21/11/2000 | URGENTE |
| 6174 | CRIOCOAGULADOR CRY-AC | CRY-AC | CRA-05 | 34996-B | DERMATOLOGIA M.A.L.G. | 24/07/2002 | URGENTE |
| 6175 | CRIOCOAGULADOR CRY-AC | CRY-AC | CRA-05 | 34998-B | DERA | 16/10/2002 | URGENTE |
| 9732 | CRIOCONSERVADOR PORTÁTIL | THERMO FORMA | 8040 | 503657-308 | ONCOLOGÍA DOCENCIA | 09/06/2005 | URGENTE |
| 12296 | CRIOGELES | | | | REHABILITACION HOSPITAL | | URGENTE |
| 21887 | CRIOSTATO | THERMO SCIENTIFIC | MICROM HM525 | 46889 | A. PATOLÓGICA HOSPITAL | 20/05/2010 | URGENTE |
| 11241 | CRIOTERAPIA, EQUIPO PARA | CRY-AC | | 02070594 | DERP-M | 17/05/2007 | URGENTE |
| 14214 | CRIOTERAPIA, EQUIPO PARA | CRY-AC | 0.5 LITROS | 04071494 | DERP-M | 15/11/2007 | URGENTE |
| 3599 | CROMATOGRAFO GASES | MILLIPORE S.A. | HP LC | SIN N/SERIE | ANÁLISIS CLÍNICOS HOSPITAL | 01/01/1999 | URGENTE |
| 16903 | CUNA PARA BASCULA | seca375 | REFERENCIA 375SECAcuna | 5375270075020 | PEDIATRIA HOSPITALIZACION | 22/12/2014 | URGENTE |
| 12336 | CUNA TERMICA | DRAGÉR | PP800 | 1134 | NEONATOLOGIA | | URGENTE |

ANEXO I .- PA 11-2021 INVENTARIO EQUIPOS ELECTROMÉDICOS HOSPITAL U. SEVERO OCHOA

| Código | Equipo | Marca | Modelo | Número Serie | Unidad | Fecha | Nivel |
|--------|------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|------------|---------|
| 20709 | CUNA TERMICA | DRAGER | GSDTC2-1 (RESUSCITAIRE) | GM01875 | BLOQUE QUIRURGICO | 23/01/2014 | URGENTE |
| 20932 | CUNA TERMICA | GENERAL ELECTRIC | PANDA WARMER (REF: M1112198) | HDJT51059 | PARITORIO | | URGENTE |
| 20936 | CUNA TERMICA | DRAGER | PP800 | 1143 | PARITORIO | | URGENTE |
| 20940 | CUNA TERMICA | DRAGER | PP800 | ARBJ-0028 | PARITORIO | | URGENTE |
| 20970 | CUNA TERMICA | GENERAL ELECTRIC | PANDA WARMER (REF: M1112198) | HDJT51020 | PARITORIO | | URGENTE |
| 20974 | CUNA TERMICA | GENERAL ELECTRIC | PANDA WARMER (REF: M1112198) | HDJT51019 | PARITORIO | | URGENTE |
| 20978 | CUNA TERMICA | GENERAL ELECTRIC | PANDA WARMER (REF: M1112198) | HDJR50506 | PARITORIO | 18/06/2012 | URGENTE |
| 21065 | CUNA TERMICA | DRAGER | PP 800 | 5749 | NEONATOLOGIA | | URGENTE |
| 21073 | CUNA TERMICA | DATX OHMEDA | 3300 | RANP00904 | NEONATOLOGIA | | URGENTE |
| 21080 | CUNA TERMICA | DRAGER | BABYTHERM 8000 | ARPB-0005 | NEONATOLOGIA | 16/05/2000 | URGENTE |
| 14387 | DERMATOSCOPIO | DERMA INSTRUMENTS | DERMLITE | 1200700028 | DERMATOLOGIA CONSULTAS | 31/07/2008 | URGENTE |
| 14388 | DERMATOSCOPIO | DERMA INSTRUMENTS | DERMLITE | 1200700030 | DERMATOLOGIA CONSULTAS | 31/07/2008 | URGENTE |
| 14877 | DERMATOSCOPIO | DERMA MEDICAL SYSTEMS | DERMLITE II PRO | 2200900329 | DERP-M | 04/06/2009 | URGENTE |
| 6001 | DERMATOSCOPIO DERMLITE | DERMA INSTRUMENTS | DERMLITE | DLA2026 | DERMATOLOGIA CONSULTAS | 16/10/2002 | URGENTE |
| 8265 | DERMATOSCOPIO DERMLITE | DERMA INSTRUMENTS | DERMLITE | DLA2994 | DERMATOLOGIA CONSULTAS | 07/05/2003 | URGENTE |
| 21649 | DERMATOSCOPIO DIGITAL | FOTOFINDER | VEXIA | 2014-40873 | C. EXTERNAS HOSPITAL | 04/05/2015 | URGENTE |
| 16745 | DESFIBRILADOR | PHILIPS | M4735A | US00607654 | PARITORIO | 28/02/2014 | CRITICO |
| 1987 | DESFIBRILADOR | MEDTRONIC | LIFEPAK 9B/P | SIN N/SERIE | U. HOSPIT. 3-C | 03/08/1992 | CRITICO |
| 20065 | DESFIBRILADOR | PHILIPS | HEARTSTART XL | US00465223 | U.HOSPIT. 4-B | 03/07/2008 | CRITICO |
| 20138 | DESFIBRILADOR | PHILIPS | HEARTSTART XL | US00576500 | U.HOSPIT. 4-C | 30/12/2009 | CRITICO |
| 20193 | DESFIBRILADOR | MEDTRONIC | LIFEPAK 20 | 32801296 | U.HOSPIT. 3-A | 25/01/2005 | CRITICO |
| 20224 | DESFIBRILADOR | MEDTRONIC | LIFEPAK 20 | 31574581 | U.HOSPIT. 3-B | 29/09/2004 | CRITICO |
| 20322 | DESFIBRILADOR | PHILIPS | HEARTSTART XL | US00583885 | U. HOSPIT. 3-C | 05/08/2010 | CRITICO |
| 20384 | DESFIBRILADOR | PHILIPS | HEARTSTART XL | US00463065 | U.HOSPIT. 2-A | 03/07/2008 | CRITICO |
| 20450 | DESFIBRILADOR | MEDTRONIC | LIFEPAK 20 | 33915960 | U. HOSPIT. 2-C | 10/08/2006 | CRITICO |
| 20572 | DESFIBRILADOR | AGILENT | HEARTSTART XL | US00103194 | REANIMACION | 19/12/2001 | CRITICO |
| 20606 | DESFIBRILADOR | PHYSIO CONTROL | LIFEPAK 12 | 3104 | MEDICINA INTENSIVA (SERVICIO) | 11/05/1999 | CRITICO |
| 20657 | DESFIBRILADOR | MEDTRONIC | LIFEPAK 20 | 31425013 | MEDICINA INTENSIVA (SERVICIO) | 18/09/2003 | CRITICO |
| 20664 | DESFIBRILADOR | PHILIPS | HEARTSTART XL | US00122856 | HEMODINÁMICA | 30/09/2003 | CRITICO |
| 20865 | DESFIBRILADOR | AGILENT | M4735A | US00103187 | BLOQUE QUIRURGICO | 23/10/2002 | CRITICO |
| 20902 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-7621K | 80515 | URG. PEDIATRICAS | 05/05/2004 | CRITICO |
| 20935 | DESFIBRILADOR | PHILIPS | M4735A | US00507654 | PARITORIO | 28/02/2014 | CRITICO |
| 21095 | DESFIBRILADOR | PHILIPS | HEARTSTART XL | US00572806 | PEDIATRIA HOSPITALIZACION | 21/05/2009 | CRITICO |
| 21134 | DESFIBRILADOR | PHILIPS | HEARTSTART XL | US00443223 | URGENCIAS GENERALES | 24/04/2006 | CRITICO |
| 21137 | DESFIBRILADOR | PHILIPS | 861290 | US71201986 | URGENCIAS GENERALES | 25/06/2012 | CRITICO |
| 21222 | DESFIBRILADOR | MEDTRONIC | LIFEPAK 20 | 35371704 | URGENCIAS GENERALES | 24/05/2007 | CRITICO |
| 21253 | DESFIBRILADOR | PHILIPS | HEARTSTART XL | US00465225 | RADIOLOGIA HOSPITAL | 03/07/2008 | CRITICO |
| 21335 | DESFIBRILADOR | MEDTRONIC | LIFEPAK 20 | 35027638 | BLOQUE QUIRURGICO | 30/11/2006 | CRITICO |
| 21380 | DESFIBRILADOR | MEDTRONIC | LIFEPAK 20E | 40543229 | HOSPITAL DE DIA | 25/06/2012 | CRITICO |

ANEXO I .- PA 11-2021 INVENTARIO EQUIPOS ELECTROMÉDICOS HOSPITAL U. SEVERO OCHOA

| Código | Equipo | Marca | Modelo | Número Serie | Unidad | Fecha | Nivel |
|---------|---------------------------|--------------------|---|----------------|-----------------------------------|------------|---------|
| 21416 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | CARDIO LIFE TEC-7300K | 20123 | C. EXTERNAS HOSPITAL | | CRITICO |
| 21495 | DESFIBRILADOR | PHYSIO CONTROL | LIFEPAK 12 | 4116 | URGENCIAS GENERALES | 06/11/1998 | CRITICO |
| 21605 | DESFIBRILADOR | MEDTRONIC | LIFEPAK 20 | 31275939 | C. EXTERNAS HOSPITAL | 31/07/2002 | CRITICO |
| 21713 | DESFIBRILADOR | MEDTRONIC | LIFEPAK 20 | 35257864 | PRUEBAS ESPECIALES ENDOSCOPIAS | 18/01/2007 | CRITICO |
| 21734 | DESFIBRILADOR | INNOMED | CARDIO-AID 200-B | 13126057-000 | REHABILITACION HOSPITAL | | CRITICO |
| 22108 | DESFIBRILADOR | PHILIPS | HEARTSTART XL | US00465224 | BANCO DE SANGRE | 03/07/2008 | CRITICO |
| 22168 | DESFIBRILADOR | MEDTRONIC | LIFEPAK 20 | 34171603 | DIALISIS HOSPITAL | 03/08/2006 | CRITICO |
| 22254 | DESFIBRILADOR | PHYSIO CONTROL | LIFEPAK 9P | 11881528 | DIALISIS HOSPITAL | 21/05/2003 | CRITICO |
| 22471 | DESFIBRILADOR | MEDTRONIC | LIFEPAK 20 | 36234066 | CARDIOLOGIA M.A.L.G. | 15/11/2007 | CRITICO |
| 22882 | DESFIBRILADOR | PHYSIO CONTROL | LIFEPAK 20E | 46035612 | MEDICINA INTENSIVA (SERVICIO) | 06/07/2017 | CRITICO |
| 23176 | DESFIBRILADOR | PHYSIO CONTROL | LIFEPAK 20E | 46910270 | DIALISIS HOSPITAL | 08/03/2018 | CRITICO |
| 23278 | DESFIBRILADOR | PHYSIO CONTROL | LIFEPAK 20E | 47457958 | BLOQUE QUIRURGICO | 31/08/2018 | CRITICO |
| 24426 | DESFIBRILADOR | LIFEPARK | LIFEPARK 15 | 99577-0015XX | MEDICINA INTENSIVA (SERVICIO) | 31/03/2020 | CRITICO |
| 25475 | DESFIBRILADOR LIFEPAK 20 | STRYKER | LP20E PACKAGE -V2016, PACING (LIFEPAK 20E) | 49029953 | PEDIATRIA HOSPITALIZACION | 30/09/2020 | CRITICO |
| 20020 | DETECTOR FETAL | SONICAID | IMEXDOP CT+ | CTV-3812 | U.HOSPIT. 4-A | 27/04/2000 | URGENTE |
| 20041 | DETECTOR FETAL | SONICAID | 421 | CTS-3391 | U.HOSPIT. 4-A | 07/08/2002 | URGENTE |
| 20959 | DETECTOR FETAL | OXFORD INSTRUMENTS | SONICAID 421 | CTS-3487 | URG. OBST.-GINECOLOGICAS | 07/08/2002 | URGENTE |
| 22423 | DETECTOR FETAL | SONICAID | IMEXDOP CT+ | CTVG0333 | OBSTETRICIA M.A.L.G. | 21/06/2006 | URGENTE |
| 22433 | DETECTOR FETAL | SONICAID | 421 | CTS-3481 | OBSTETRICIA M.A.L.G. | 31/07/2002 | URGENTE |
| 22838 | DETECTOR FETAL | SONICAID-OXFORD | MODELO 421 | CTS2598/SE1197 | U.HOSPIT. 4-A | 04/05/1999 | URGENTE |
| 3830 | DETECTOR FETAL + SONDA | SONICAID-OXFORD | MODELO 421 | SIN N/SERIE | URG. OBST.-GINECOLOGICAS | 22/06/2001 | URGENTE |
| 8922 | DETECTOR FETAL + SONDA | SONICAID-OXFORD | MODELO 421 | CTS2933/SE2269 | PAR | 11/07/2001 | URGENTE |
| 1161 | DETECTOR FETAL SONICAID | SONICAID-OXFORD | MODELO 421 | CTS-2933 | OBSA | 22/06/2001 | URGENTE |
| 3830-01 | DETECTOR FETAL SONICAID | SONICAID-OXFORD | MODELO 421 | CTS-2932 | URG. OBST.-GINECOLOGICAS | 22/06/2001 | URGENTE |
| 5872-01 | DETECTOR FETAL SONICAID | SONICAID-OXFORD | MODELO 421 | CTS-3487 | URG. OBST.-GINECOLOGICAS | 07/08/2002 | URGENTE |
| 5873-01 | DETECTOR FETAL SONICAID | SONICAID-OXFORD | MODELO 421 | CTS-3391 | URG. OBST.-GINECOLOGICAS | 07/08/2002 | URGENTE |
| 5874-01 | DETECTOR FETAL SONICAID | SONICAID-OXFORD | MODELO 421 | CTS-3481 | OBSTETRICIA M.A.L.G. | 31/07/2002 | URGENTE |
| 8891 | DETECTOR FETAL SONIC-IMEX | SONICAID-IMEX | IMEXDOP CT+ | CTVE0373 | OBSP-E | 22/09/2004 | URGENTE |
| 9733 | DICTAFONO BOLS.PHILIPS488 | PHILIPS | 488 | 81999 | MEDICINA INTERNA (SERVICIO) | 10/08/2005 | URGENTE |
| 9734 | DICTAFONO BOLS.PHILIPS488 | PHILIPS | 488 | 82000 | MEDICINA INTERNA (SERVICIO) | 10/08/2005 | URGENTE |
| 9735 | DICTAFONO BOLS.PHILIPS488 | PHILIPS | 488 | 82001 | MEDICINA INTERNA (SERVICIO) | 10/08/2005 | URGENTE |
| 10420 | DICTAFONO BOLSIL.PHIL.388 | PHILIPS | 388 | 309001 | REUMATOLOGIA CONSULTAS | 04/05/2006 | URGENTE |
| 10421 | DICTAFONO BOLSIL.PHIL.388 | PHILIPS | 388 | 309002 | REUMATOLOGIA CONSULTAS | 04/05/2006 | URGENTE |
| 10422 | DICTAFONO BOLSIL.PHIL.388 | PHILIPS | 388 | 309003 | REUMATOLOGIA CONSULTAS | 04/05/2006 | URGENTE |
| 10424 | DICTAFONO BOLSIL.PHIL.388 | PHILIPS | 388 | 309004 | REUMATOLOGIA CONSULTAS | 04/05/2006 | URGENTE |
| 7311 | DICTAFONO BOLSIL.PHIL.388 | PHILIPS | 388 | 79722 | RADIOLOGIA M.A.L.G | 24/07/2002 | URGENTE |
| 7312 | DICTAFONO BOLSIL.PHIL.388 | PHILIPS | 388 | 79724 | RADIOLOGIA M.A.L.G | 24/07/2002 | URGENTE |

ANEXO I .- PA 11-2021 INVENTARIO EQUIPOS ELECTROMÉDICOS HOSPITAL U. SEVERO OCHOA

| Código | Equipo | Marca | Modelo | Número Serie | Unidad | Fecha | Nivel |
|--------|---------------------------|----------------------|------------------------|--------------|------------------------------------|------------|---------|
| 7313 | DICTAFONO BOLSIL.PHIL.388 | PHILIPS | 388 | 79726 | RADIOLOGIA M.A.L.G | 24/07/2002 | URGENTE |
| 7314 | DICTAFONO BOLSIL.PHIL.388 | PHILIPS | 388 | 79693 | RADIOLOGIA M.A.L.G | 24/07/2002 | URGENTE |
| 7315 | DICTAFONO BOLSIL.PHIL.388 | PHILIPS | 388 | 79695 | RADIOLOGIA M.A.L.G | 24/07/2002 | URGENTE |
| 7316 | DICTAFONO BOLSIL.PHIL.388 | PHILIPS | 388 | 79705 | RADIOLOGIA M.A.L.G | 24/07/2002 | URGENTE |
| 3907 | DICTAFONO BOLSILLO D1220 | JEBRIMONT | MOD. D-1220 SERIE 100 | 4 DICTAFONOS | PEDIATRIA HOSPITALIZACION | 28/04/1998 | URGENTE |
| 3578 | DICTAFONO BOLSILLO LFH491 | PHILIPS | LFH-491 | SIN N/SERIE | LAB. HEMATOLOGIA HOSPITAL | 25/05/1999 | URGENTE |
| 11189 | DICTAFONO DIGITAL | OLYMPUS | VN-3100 PC | E1-BZ3315-01 | A. PATOLÓGICA HOSPITAL | 04/04/2007 | URGENTE |
| 2790 | DICTAFONO POCKET 393 | PHILIPS | 393 | | CARDIOLOGIA (SERVICIO) | 15/10/1993 | URGENTE |
| 2791 | DICTAFONO POCKET 393 | PHILIPS | 393 | SIN N/SERIE | CARDIOLOGIA (SERVICIO) | 15/10/1993 | URGENTE |
| 2394 | DICTAFONO POCKET BOLS.396 | PROYECTOS COMBINADOS | MOD.396 | SIN N/SERIE | MEDICINA INTENSIVA (SERVICIO) | 22/11/1995 | URGENTE |
| 3903 | DICTAFONO POCKET BOLS.928 | OLYMPUS | S928 | 3 DICTAFONO | PEDIATRIA HOSPITALIZACION | 09/07/1996 | URGENTE |
| 21914 | DISPENSADOR DE PARAFINA | LEICA | EG1150H | 0388 37689 | A. PATOLÓGICA HOSPITAL | 14/05/2009 | URGENTE |
| 3395 | DISPENSADOR PARAFINA | MILES BAYER | TISSUE-TEK | SIN N/SERIE | A. PATOLÓGICA HOSPITAL | 01/01/1985 | URGENTE |
| 25402 | ECOCARDIOGRAFO | GENERAL ELECTRIC | VIVID E95 | AU20004 | CARDIOLOGIA CONSULTAS | 20/04/2020 | URGENTE |
| 25416 | ECOCARDIOGRAFO | GENERAL ELECTRIC | VIVID T9 | 6084064WX0 | PEDIATRIA CONSULTAS | 14/10/2020 | URGENTE |
| 25420 | ECOCARDIOGRAFO | GENERAL ELECTRIC | LOGIQ P9 R3 | LP9352187 | ENDOCRINO CONSULTAS | 14/10/2020 | URGENTE |
| 21428 | ECODOPPLER | HUNTLEIGH | SUPERDOPPLEX II | S/N | C. EXTERNAS HOSPITAL | | URGENTE |
| 21429 | ECODOPPLER | HUNTLEIGH | SUPERDOPPLEX II | S/N | C. EXTERNAS HOSPITAL | | URGENTE |
| 21430 | ECODOPPLER | HUNTLEIGH | SUPERDOPPLEX II | S/N | C. EXTERNAS HOSPITAL | | URGENTE |
| 11980 | ECOGRAFO | HITACHI | EUB-6500HV | 11839702 | PRUEBAS ESPECIALES ENDOSCOPIAS | 28/09/2007 | URGENTE |
| 17270 | ECOGRAFO | ALOKA | A F37 | V0009403 | GINECOLOGIA CONSULTAS | 08/01/2016 | URGENTE |
| 20595 | ECOGRAFO | SONOSITE | MICRO MAXX (P08840-20) | WK03L7 | REANIMACION | 15/11/2005 | URGENTE |
| 20623 | ECOGRAFO | SIEMENS | SONOLINE G50 | GEE1255 | MEDICINA INTENSIVA (SERVICIO) | 26/11/2003 | URGENTE |
| 20666 | ECOGRAFO | SIEMENS | ACUSO SEQUOIA C512 | 52753 | HEMODINÁMICA | 01/06/2008 | URGENTE |
| 20672 | ECOGRAFO | GENERAL ELECTRIC | VIVID 3 | 8044 | HEMODINÁMICA | 10/01/2007 | URGENTE |
| 20874 | ECOGRAFO | SIEMENS | SONOLINE PRIMA | BBE0609 | PARITORIO | 12/07/1996 | URGENTE |
| 20958 | ECOGRAFO | TOSHIBA | SSA-550 A (NEMIO) | P5603900 | URG. OBST.-GINECOLOGICAS | 15/11/2005 | URGENTE |
| 20965 | ECOGRAFO | TOSHIBA | APLIO 300 | E5A1512184 | PARITORIO | 19/01/2015 | URGENTE |
| 21105 | ECOGRAFO | GENERAL ELECTRIC | VIVID 7 PRO DIMENSION | 7758V7C | PEDIATRIA HOSPITALIZACION | 28/05/2007 | URGENTE |
| 21229 | ECOGRAFO | HITACHI ALOKA | F37 | 203Z2339 | URGENCIAS GENERALES | 19/01/2015 | URGENTE |
| 21249 | ECOGRAFO | SIEMENS | ACUSON ANTARES | 115737 | RADIOLOGIA M.A.L.G | | URGENTE |
| 21342 | ECOGRAFO | PHILIPS | HD11 XE | US30771763 | MEDICINA INTERNA CORTA ESTANCIA | 24/10/2006 | URGENTE |
| 21347 | ECOGRAFO | PHILIPS | ENVISOR SYSTEM | USD0507616 | RADIOLOGIA HOSPITAL | 01/12/2009 | URGENTE |
| 21350 | ECOGRAFO | PHILIPS | HD5 | 989605407911 | RADIOLOGIA HOSPITAL | | URGENTE |
| 21372 | ECOGRAFO | TOSHIBA | APLIO 500 | T5A14Y2129 | RADIOLOGIA HOSPITAL | 01/01/2015 | URGENTE |

ANEXO I .- PA 11-2021 INVENTARIO EQUIPOS ELECTROMÉDICOS HOSPITAL U. SEVERO OCHOA

| Código | Equipo | Marca | Modelo | Número Serie | Unidad | Fecha | Nivel |
|--------|---|------------------------|--|-----------------|---|------------|---------|
| 21374 | ECOGRAFO | TOSHIBA | APLIO 300 | TIC1222213 | RADIOLOGIA HOSPITAL | | URGENTE |
| 21425 | ECOGRAFO | HITACHI ALOKA | F37 | 203Z2340 | C. EXTERNAS HOSPITAL | 19/01/2015 | URGENTE |
| 21532 | ECOGRAFO | SIEMENS | ACUSON ANTARES | 114382 | REUMATOLOGIA M.A.L.G. | | URGENTE |
| 21537 | ECOGRAFO | HITACHI MEDICAL | AVIUS HI VISION | G320226614 | C. EXTERNAS HOSPITAL | 19/01/2015 | URGENTE |
| 21581 | ECOGRAFO | GENERAL ELECTRIC | VIVID 7 DIMESION | DEL71928 | CARDIOLOGIA M.A.L.G. | 09/11/2005 | URGENTE |
| 21583 | ECOGRAFO | GENERAL ELECTRIC | VIVID E9 | DEL71941 | C. EXTERNAS HOSPITAL | | URGENTE |
| 21590 | ECOGRAFO | GENERAL ELECTRIC | VIVID S6 | DEL71942 | C. EXTERNAS HOSPITAL | | URGENTE |
| 21595 | ECOGRAFO | HITACHI MEDICAL | AVIUS HI VISION | G320183414 | C. EXTERNAS HOSPITAL | 30/01/2015 | URGENTE |
| 21655 | ECOGRAFO | ESAOTE | 8100 | 91226154 | DERMATOLOGIA M.A.L.G. | | URGENTE |
| 21663 | ECOGRAFO | GENERAL ELECTRIC | LOGIQ 9 | DEL71933 | C. EXTERNAS HOSPITAL | | URGENTE |
| 21672 | ECOGRAFO | HITACHI MEDICAL | AVIUS HI VISION | G320026215 | PRUEBAS ESPECIALES ENDOSCOPIAS | | URGENTE |
| 21680 | ECOGRAFO | SIEMENS | SONOLINE ADARA | ECE0336 | PRUEBAS ESPECIALES ENDOSCOPIAS | 28/07/2000 | URGENTE |
| 21858 | ECOGRAFO | GENERAL ELECTRIC | VOLUSON 730 PRO | A42471 | C. EXTERNAS HOSPITAL | | URGENTE |
| 22358 | ECOGRAFO | SIEMENS | ACUSON ANTARES | 113059 | MEDICINA INTENSIVA (SERVICIO) | 27/09/2005 | URGENTE |
| 22366 | ECOGRAFO | SAMSUNG MEDISON | SONOACE X6 | B02510300002433 | GINECOLOGIA M.A.L.G. | 03/06/2010 | URGENTE |
| 22371 | ECOGRAFO | SAMSUNG MEDISON | SONOACE X6 | B03510300002837 | GINECOLOGIA M.A.L.G. | 03/06/2010 | URGENTE |
| 22376 | ECOGRAFO | TOSHIBA | SSA590A (NEMIO) | 99A1222957 | GINECOLOGIA M.A.L.G. | | URGENTE |
| 22419 | ECOGRAFO | GENERAL ELECTRIC | LOGIQ 400CL | DEL71925 | OBSTETRICIA M.A.L.G. | 15/10/2002 | URGENTE |
| 22429 | ECOGRAFO | HITACHI ALOKA | F37 | V0009405 | OBSTETRICIA M.A.L.G. | | URGENTE |
| 22456 | ECOGRAFO | SIEMENS | SONOLINE PRIMA | BCE1925 | REUMATOLOGIA M.A.L.G. | 10/11/1998 | URGENTE |
| 22534 | ECOGRAFO | HITACHI ALOKA | F37 | 203Z2341 | BLOQUE QUIRURGICO | 19/01/2015 | URGENTE |
| 23248 | ECOGRAFO | HITACHI | F37 | 20617253 | GINECOLOGIA M.A.L.G. | 31/08/2018 | URGENTE |
| 23828 | ECOGRAFO | SAMSUNG | HS 40 | S1GPM3HKB00001W | RADIOLOGIA M.A.L.G | 28/11/2018 | URGENTE |
| 24145 | ECOGRAFO | SONOSITE | MICRO TURBO P17000-15C | Q4LQ1M | BLOQUE QUIRURGICO | 15/11/2005 | URGENTE |
| 24423 | ECOGRAFO | SONOSITE | SONOSITE SII WAVE | 04R0RQ | MEDICINA INTENSIVA (SERVICIO) | 30/03/2020 | URGENTE |
| 25609 | ECOGRAFO | HITACHI | F31 | G3023149 | GINECOLOGÍA DISPENSACIÓN PAC.EXTERNO | 18/11/2020 | URGENTE |
| 25735 | ECOGRAFO | PHILIPS IBÉRICA S.A.U. | TABLET SAMSUNG PARA ULTRASOUND SYSTEM LUMIVUE | R52N60CB4TE | M.INTERNA HOSPITALIZACION | 18/11/2020 | URGENTE |
| 25738 | ECOGRAFO | GENERAL ELECTRIC | LOGIQ P9 | LP9351773 | RADIOLOGIA HOSPITAL | 16/12/2020 | URGENTE |
| 22830 | ECOGRAFO DOPPLER-COLOR | TOSHIBA | APLIO 300 | TUS-A300/WA | RADIOLOGIA HOSPITAL | 16/04/2017 | URGENTE |
| 24307 | ECOGRAFO DOPPLER-COLOR | SAMSUNG | RS80 PRESTIGE | S1G1M3HKB00001W | RADIOLOGIA HOSPITAL | 08/07/2019 | URGENTE |
| 25836 | ECOGRAFO DOPPLER-COLOR | CANON | CUS-AA000 | S3A20Z2087 | RADIOLOGIA M.A.L.G | 18/12/2020 | URGENTE |
| 22836 | ECOGRAFO ECTOR DIGITAL ULTRASONIDO CON MALETIN | 369 WED 2000 | WED 2000 | C/AJ4110779 | UROLOGIA (SERVICIO) | 26/04/2016 | URGENTE |
| 25628 | ECÓGRAFO PORTÁTIL INNOSIGHT | PHILIPS | INNOSIGHT ULTRASOUND SYSTEM | VOY6K50066 | M.INTERNA HOSPITALIZACION | 18/11/2020 | URGENTE |
| 20725 | ELECTRO ESTIMULADOR | MAGSTIM | NEUROSIGN N 400 | 61150329A | BLOQUE QUIRURGICO | 18/05/2011 | URGENTE |

ANEXO I .- PA 11-2021 INVENTARIO EQUIPOS ELECTROMÉDICOS HOSPITAL U. SEVERO OCHOA

| Código | Equipo | Marca | Modelo | Número Serie | Unidad | Fecha | Nivel |
|--------|---------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------|------------|---------|
| 21049 | ELECTRO ESTIMULADOR | MEDIVAL | PLEX 07.01 | 10710072 | BLOQUE QUIRURGICO | | URGENTE |
| 2851 | ELECTRO ESTIMULADOR INCON | CARDIVA | KIR INNOVA | 2 ELECTRO ESTIMULADO | UROLOGÍA PRUEBAS ESPECIALES | 23/06/1998 | URGENTE |
| 12507 | ELECTROBISTURI | ARTHOCARE | ATLAS | A01483 | BLOQUE QUIRURGICO | | URGENTE |
| 13022 | ELECTROBISTURI | ERBE | ICC80INT | C-1841 | HEMO-M | 17/09/2008 | URGENTE |
| 13112 | ELECTROBISTURI | VALLEYLAB | FORCE FX | 8CF4133683A | ALMACEN HOSPITAL | 01/01/2005 | URGENTE |
| 16824 | ELECTROBISTURI | FORCE FX | FORCEFX8CS | S4H14545AX | UROLOGÍA QUIRÓFANO | 12/11/2014 | URGENTE |
| 20702 | ELECTROBISTURI | KLS MARTIN | ME 400 | 4000800986690 | BLOQUE QUIRURGICO | 02/06/1998 | URGENTE |
| 20712 | ELECTROBISTURI | VALLEYLAB | FORCE FX-8C | F3E27187A | BLOQUE QUIRURGICO | 30/07/2003 | URGENTE |
| 20724 | ELECTROBISTURI | ERBE | ICC-300H | F-1585 | BLOQUE QUIRURGICO | 26/10/2004 | URGENTE |
| 20739 | ELECTROBISTURI | VALLYLAB | FORCE FX-8CS | S4H14545AX | BLOQUE QUIRURGICO | | URGENTE |
| 20750 | ELECTROBISTURI | KLS MARTIN | ME 411 | ME4110202980241 | BLOQUE QUIRURGICO | 01/01/1998 | URGENTE |
| 20773 | ELECTROBISTURI | VALLEYLAB | FORCE FX-8C | F7A51470A | BLOQUE QUIRURGICO | 22/02/2007 | URGENTE |
| 20791 | ELECTROBISTURI | AESCLAP | GN300 | 001615 | BLOQUE QUIRURGICO | 04/03/1997 | URGENTE |
| 20793 | ELECTROBISTURI | VALLEYLAB | FORCE FX-8C | F6H48925A | BLOQUE QUIRURGICO | 30/11/2006 | URGENTE |
| 20803 | ELECTROBISTURI | ERBE | VIO 300D | 11261519 | U.HOSPIT. 4-C | 06/07/2006 | URGENTE |
| 20822 | ELECTROBISTURI | VALLEYLAB | FORCETRIAD | T7K4526E | BLOQUE QUIRURGICO | | URGENTE |
| 20836 | ELECTROBISTURI | ERBE | ICC 200 EA INT | D-1183 | BLOQUE QUIRURGICO | 01/01/2000 | URGENTE |
| 20837 | ELECTROBISTURI | ERBE | APC 300 | B-2774 | BLOQUE QUIRURGICO | 01/11/2001 | URGENTE |
| 20890 | ELECTROBISTURI | ERBE | ICC-300H | F-1586 | BLOQUE QUIRURGICO | 18/09/2003 | URGENTE |
| 21303 | ELECTROBISTURI | COVIDIEN | FORCETRIAD | E122783EX | BLOQUE QUIRURGICO | | URGENTE |
| 21321 | ELECTROBISTURI | KLS MARTIN | ME 411 | ME4110303000716 | BLOQUE QUIRURGICO | 07/08/2002 | URGENTE |
| 21327 | ELECTROBISTURI | SOMETEC | ST-501 | DOPL-05A-012 | BLOQUE QUIRURGICO | | URGENTE |
| 21334 | ELECTROBISTURI | KLS MARTIN | ME 411 | ME4110101970162 | BLOQUE QUIRURGICO | 01/01/1998 | URGENTE |
| 21715 | ELECTROBISTURI | ERBE | VIO-200S | 11287038 | PRUEBAS ESPECIALES ENDOSCOPIAS | 17/11/2011 | URGENTE |
| 21716 | ELECTROBISTURI | ERBE | ICC 200 EA INT | B-1028 | PRUEBAS ESPECIALES ENDOSCOPIAS | 12/12/2001 | URGENTE |
| 21717 | ELECTROBISTURI | ERBE | APC 300 | B-1950 | PRUEBAS ESPECIALES ENDOSCOPIAS | 12/12/2001 | URGENTE |
| 22467 | ELECTROBISTURI | ERBE | ICC-80 | C-1686 | DERMATOLOGIA M.A.L.G. | 15/11/2007 | URGENTE |
| 23224 | ELECTROBISTURI | MARTIN | ME 200 | ME 2000500982249 | DERMATOLOGIA M.A.L.G. | 14/08/2002 | URGENTE |
| 23225 | ELECTROBISTURI | martin | ME 81 | 960506 | DERMATOLOGIA CONSULTAS | | URGENTE |
| 23566 | ELECTROBISTURI | SURTRON 400 HP | LED SPA | 0223082 | BLOQUE QUIRURGICO | 17/11/2011 | URGENTE |
| 23567 | ELECTROBISTURI | SURTRON 400HP | LED SPA | 0223084 | BLOQUE QUIRURGICO | 17/11/2011 | URGENTE |
| 23568 | ELECTROBISTURI | SURTRON 400 HP | LED SPA | 0224699 | BLOQUE QUIRURGICO | 17/11/2011 | URGENTE |
| 23569 | ELECTROBISTURI | SURTRON 400 HP | LED SPA | 0224700 | BLOQUE QUIRURGICO | 17/11/2011 | URGENTE |
| 24237 | ELECTROBISTURI | SURTRON 400 HP | LED SPA | 0223081 | BLOQUE QUIRURGICO | 17/11/2018 | URGENTE |
| 24238 | ELECTROBISTURI | LED SPA | SURTRON 400 HP | 0223083 | RADIOLOGIA HOSPITAL | 17/11/2018 | URGENTE |
| 24239 | ELECTROBISTURI | SURTRON 400 HP | LED SPA | 0223085 | BLOQUE QUIRURGICO | 17/11/2018 | URGENTE |
| 24240 | ELECTROBISTURI | SURTRON 400 HP | LED SPA | 0223080 | BLOQUE QUIRURGICO | 17/11/2018 | URGENTE |

ANEXO I .- PA 11-2021 INVENTARIO EQUIPOS ELECTROMÉDICOS HOSPITAL U. SEVERO OCHOA

| Código | Equipo | Marca | Modelo | Número Serie | Unidad | Fecha | Nivel |
|----------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------------|------------|---------|
| 2822-00* | ELECTROBISTURI | VALLEYLAB | FORCETRIAD | T7K4526E | BLOQUE QUIRURGICO | 26/09/2007 | URGENTE |
| 3692 | ELECTROBISTURI | SIN MARCA | SIN MODELO | SIN N/SERIE | BLOQUE QUIRURGICO | 01/01/1990 | URGENTE |
| 3693 | ELECTROBISTURI | SIN MARCA | SIN MODELO | SIN N/SERIE | BLOQUE QUIRURGICO | 01/01/1990 | URGENTE |
| 3775 | ELECTROBISTURI | ERBOTOM | ICC-200-I | SIN N/SERIE | BLOQUE QUIRURGICO | 13/09/1994 | URGENTE |
| 4525 | ELECTROBISTURI | ERBE | ERBOTOM ICC-200 | B1028+B1950 | PRUEBAS ESPECIALES ENDOSCOPIAS | 12/12/2001 | URGENTE |
| 20833 | ELECTROBISTURI ULTASONICO | ETHICON | GENERATOR 300 (REF: GEN 04) | GN4035552 | BLOQUE QUIRURGICO | 18/06/2003 | URGENTE |
| 20834 | ELECTROBISTURI ULTASONICO | ETHICON | GENERATOR 300 (REF: GEN 04) | GN4036888 | BLOQUE QUIRURGICO | 09/12/2004 | URGENTE |
| 3716 | ELECTROBISTURI ULTASONICO | JOHNSON&JOHNSON/ETHICON | ULTRACISION | SIN N/SERIE | BLOQUE QUIRURGICO | 01/01/1998 | URGENTE |
| 12053 | ELECTROCARDIOGRAFO | KONTRON | CN6-A | 881118 | MEDICINA INTENSIVA (SERVICIO) | | URGENTE |
| 20064 | ELECTROCARDIOGRAFO | AGILENT | PAGEWRITER 200 | CND4751979 | U.HOSPIT. 4-B | 22/06/2001 | URGENTE |
| 20139 | ELECTROCARDIOGRAFO | PHILIPS | PAGEWRITER 200 | US00606865 | U.HOSPIT. 4-C | 21/05/2003 | URGENTE |
| 20187 | ELECTROCARDIOGRAFO | HEWLETT PACKARD | PAGEWRITER 200 | CNC4223133 | U.HOSPIT. 3-A | 11/08/1997 | URGENTE |
| 20226 | ELECTROCARDIOGRAFO | PHILIPS | PAGEWRITER 200 | US00702966 | U. HOSPIT. 3-C | 26/05/2004 | URGENTE |
| 20288 | ELECTROCARDIOGRAFO | HEWLETT PACKARD | PAGEWRITER 200 | CNC4227002 | U.HOSPIT. 3-B | 06/11/1998 | URGENTE |
| 20381 | ELECTROCARDIOGRAFO | PHILIPS | TC50 | US01103192 | U.HOSPIT. 2-A | 27/08/2015 | URGENTE |
| 20392 | ELECTROCARDIOGRAFO | HEWLETT PACKARD | PAGEWRITER 200 | CND4747045 | C. EXTERNAS HOSPITAL | 07/07/2000 | URGENTE |
| 20449 | ELECTROCARDIOGRAFO | AGILENT | PAGEWRITER 200 | CND4753125 | U. HOSPIT. 2-C | 22/06/2001 | URGENTE |
| 20578 | ELECTROCARDIOGRAFO | PHILIPS | TC20 | CN91507685 | REANIMACION | 27/08/2015 | URGENTE |
| 20612 | ELECTROCARDIOGRAFO | PHILIPS | PAGEWRITER 200 | US00604150 | MEDICINA INTENSIVA (SERVICIO) | 19/06/2002 | URGENTE |
| 20663 | ELECTROCARDIOGRAFO | PHILIPS | PAGEWRITER 200 | US00700651 | HEMODINÁMICA | | URGENTE |
| 20901 | ELECTROCARDIOGRAFO | HEWLETT PACKARD | PAGEWRITER 100 | CNB0306319 | PEDIATRIA HOSPITALIZACION | 03/10/1995 | URGENTE |
| 21101 | ELECTROCARDIOGRAFO | SIEMENS | CARDIOSTAT-31 | 02367 | PEDIATRIA HOSPITALIZACION | | URGENTE |
| 21102 | ELECTROCARDIOGRAFO | PHILIPS | PAGEWRITER TRIM II | US70610927 | URG. PEDIATRICAS | 13/07/2006 | URGENTE |
| 21139 | ELECTROCARDIOGRAFO | PHILIPS | TC50 | US61001242 | URGENCIAS GENERALES | 27/05/2010 | URGENTE |
| 21145 | ELECTROCARDIOGRAFO | PHILIPS | TC50 | US01103193 | URGENCIAS GENERALES | | URGENTE |
| 21176 | ELECTROCARDIOGRAFO | PHILIPS | TC20 | CNN1508055 | URGENCIAS GENERALES | 22/09/2015 | URGENTE |
| 21189 | ELECTROCARDIOGRAFO | PHILIPS | TC30 | CN31510418 | URGENCIAS GENERALES | 23/02/2015 | URGENTE |
| 21211 | ELECTROCARDIOGRAFO | PHILIPS | TC20 | CNN1508054 | URGENCIAS GENERALES | 27/08/2015 | URGENTE |
| 21224 | ELECTROCARDIOGRAFO | PHILIPS | TC20 | CNN1508056 | URGENCIAS GENERALES | 22/09/2015 | URGENTE |
| 21379 | ELECTROCARDIOGRAFO | AGILENT | PAGEWRITER 200 | CND4751973 | HOSPITAL DE DIA | 10/10/2000 | URGENTE |
| 21505 | ELECTROCARDIOGRAFO | PHILIPS | PAGEWRITER TRIM II | US60610705 | C. EXTERNAS HOSPITAL | 28/09/2006 | URGENTE |
| 21557 | ELECTROCARDIOGRAFO | HEWLETT PACKARD | PAGEWRITER 200 | CNB2910353 | URG. PEDIATRICAS | 01/01/1992 | URGENTE |
| 21577 | ELECTROCARDIOGRAFO | PHILIPS | PAGEWRITER TRIM III | US60923766 | C. EXTERNAS HOSPITAL | 21/05/2009 | URGENTE |
| 21579 | ELECTROCARDIOGRAFO | PHILIPS | TC50 | USO01103194 | C. EXTERNAS HOSPITAL | | URGENTE |
| 21593 | ELECTROCARDIOGRAFO | GENERAL ELECTRIC | MAC1200 | 550018653 | C. EXTERNAS HOSPITAL | | URGENTE |
| 21612 | ELECTROCARDIOGRAFO | HEWLETT PACKARD | PAGEWRITER 200 | CNC4227006 | C. EXTERNAS HOSPITAL | 06/11/1998 | URGENTE |
| 21645 | ELECTROCARDIOGRAFO | HEWLETT PACKARD | PAGEWRITER 200 | CNB0306418 | C. EXTERNAS HOSPITAL | | URGENTE |
| 22175 | ELECTROCARDIOGRAFO | HEWLETT PACKARD | PAGEWRITER 100 | CNB2910897 | DIALISIS HOSPITAL | 26/07/1996 | URGENTE |

ANEXO I .- PA 11-2021 INVENTARIO EQUIPOS ELECTROMÉDICOS HOSPITAL U. SEVERO OCHOA

| Código | Equipo | Marca | Modelo | Número Serie | Unidad | Fecha | Nivel |
|----------|---|-----------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|------------|---------|
| 22256 | ELECTROCARDIOGRAFO | HEWLETT PACKARD | PAGEWRITER 200 | CNC4226754 | DIALISIS HOSPITAL | 06/11/1998 | URGENTE |
| 22460 | ELECTROCARDIOGRAFO | PHILIPS | TRIM III | US70820396 | CARDIOLOGIA M.A.L.G. | 06/07/2006 | URGENTE |
| 22470 | ELECTROCARDIOGRAFO | PHILIPS | PAGEWRITER 200 | US00605495 | REHABILITACION HOSPITAL | 24/07/2002 | URGENTE |
| 22473 | ELECTROCARDIOGRAFO | PHILIPS | TC50 | US01103218 | CARDIOLOGIA M.A.L.G. | 06/07/2006 | URGENTE |
| 23150 | ELECTROCARDIOGRAFO | PHILIPS | TC30 | CNN1732246 | URG. PEDIATRICAS | 15/11/2017 | URGENTE |
| 23598 | ELECTROCARDIOGRAFO | PHILIPS | TC20 | CN818112846 | C. EXTERNAS HOSPITAL | | URGENTE |
| 24421 | ELECTROCARDIOGRAFO | MORTARA | ELI 280 | 119410000992 | M. INTERNA CONSULTAS | 27/03/2020 | URGENTE |
| 24422 | ELECTROCARDIOGRAFO | MORTARA | WAM | 1200500000858 | M. INTERNA CONSULTAS | 27/03/2020 | URGENTE |
| 25309 | ELECTROCARDIOGRAFO | PHILIPS | TC50 | CN52017713 | U.HOSPIT. 4-B | 27/08/2020 | URGENTE |
| 25312 | ELECTROCARDIOGRAFO | PHILIPS | TC30 | CN82035693 | PREVENCION DE RIESGOS LABORALES | 02/09/2020 | URGENTE |
| 25387 | ELECTROCARDIOGRAFO | PHILIPS | TC20 | CN72011588 | U. HOSPIT. 3-C | 01/10/2020 | URGENTE |
| 25411 | ELECTROCARDIOGRAFO | PHILIPS | TC50 | CN52017759 | URGENCIAS GENERALES | 01/10/2020 | URGENTE |
| 25610 | ELECTROCARDIOGRAFO | PHILIPS | TC20 | CNN2019147 | U. HOSPIT. 2-C | 30/11/2020 | URGENTE |
| 25611 | ELECTROCARDIOGRAFO | PHILIPS | TC20 | CNN2019149 | U.HOSPIT. 4-C | 30/11/2020 | URGENTE |
| 25612 | ELECTROCARDIOGRAFO | PHILIPS | TC20 | CNN2019148 | C. EXTERNAS HOSPITAL | 30/11/2020 | URGENTE |
| 25831 | ELECTROCARDIOGRAFO | PHILIPS | TC20 | F191220 | PEDIATRIA CONSULTAS | 26/11/2020 | URGENTE |
| 25832 | ELECTROCARDIOGRAFO | PHILIPS | TC20 | F191300 | PEDIATRIA CONSULTAS | 26/11/2020 | URGENTE |
| 576 | ELECTROCARDIOGRAFO | HEWLETT PACKARD | M1771A | CND4749437 | URGENCIAS GENERALES | 07/07/2000 | URGENTE |
| 7770 | ELECTROCARDIOGRAFO | PHILIPS | M1771 A | US00606143 | CARDIOLOGIA M.A.L.G. | 24/07/2002 | URGENTE |
| 8149 | ELECTROENCEFALOG.TECNOMED | TECNOMED 2000 | REF.EEG-1100K | 80065/23983/ZNC25286 | NEUROLOGIA CONSULTAS | 15/10/2002 | URGENTE |
| 12493 | ELECTROENCEFALOGRAFO | NIHON KOHDEN | NEUROFAX | 44447 | NEUROLOGIA CONSULTAS | | URGENTE |
| 23829 | ELECTROENCEFALOGRAFO | NIHON KOHDEN | EEG-1200K | QP-110AK | NEUROLOGIA CONSULTAS | 28/11/2018 | URGENTE |
| 21636 | ELECTROENCEFALOGRAFO CAMARA DE VIDEO | ENEO | VKC-1354 | S/N | C. EXTERNAS HOSPITAL | | URGENTE |
| 21637 | ELECTROENCEFALOGRAFO LAMPARA DE ESTIMULACION VISUAL | NIHON KOHDEN | LS-703A | 81417 | C. EXTERNAS HOSPITAL | | URGENTE |
| 21638 | ELECTROENCEFALOGRAFO MONITOR | EIZO | FLEXSCAN S1921 | 20930088 | C. EXTERNAS HOSPITAL | 23/12/2009 | URGENTE |
| 21639 | ELECTROENCEFALOGRAFO NEUROFAX | NIHON KOHDEN | JE-921A | 04186 | C. EXTERNAS HOSPITAL | 23/12/2009 | URGENTE |
| 21633 | ELECTROENCEFALOGRAFO ORDENADOR | NIHON KOHDEN | NEUROFAX EEG-1200K/3 | 00145 | C. EXTERNAS HOSPITAL | 23/12/2009 | URGENTE |
| 13009-05 | ELECTROENCEFALOGRAFO PORTATIL. | NIHON KOHDEN | | | NRLC-M | 13/05/2010 | URGENTE |
| 13009-02 | ELECTROENCEFALOGRAFO PORTATIL. IMPRESORA LASER | HP LASERJET | | CLCJC57G49 | NRLC-M | 23/12/2009 | URGENTE |
| 21634 | ELECTROENCEFALOGRAFO UNIDAD DE ALIMENTACION | NIHON KOHDEN | EEG-1200K/3 | 00145 | C. EXTERNAS HOSPITAL | 23/12/2009 | URGENTE |
| 21635 | ELECTROENCEFALOGRAFO UNIDAD DE CONTROL DE CAMARA | NIHON KOHDEN | LS-901AK | 01389 | C. EXTERNAS HOSPITAL | | URGENTE |
| 24314 | ELECTROESTIMULADOR | GLOBUS | DUOTENS | A3R171704854 | REHABILITACION HOSPITAL | | URGENTE |
| 12498 | ELECTROMIOGRAFO | OXFORD | MEDELEC | 991651 | OTORRINO CONSULTAS | | URGENTE |
| 21642 | ELECTROMIOGRAFO | KEYPOINT | 9031G1361 | 1076 | C. EXTERNAS HOSPITAL | 03/07/2008 | URGENTE |
| 5084 | ELECTROMIOGRAFO BOTOX | BOTOX | SIN MODELO | 31501 | UNIDAD DEL DOLOR | 01/01/2000 | URGENTE |
| 23234 | ELEVADOR DE SUEROS ELECTRICO | PROVITA | REF. I-U 02237 | BAJ100000011 | BLOQUE QUIRURGICO | 30/12/2009 | URGENTE |
| 12372-05 | ENDOFLATOR | STORZ | 26430020 | 3767 | BLOQUE QUIRURGICO | | CRITICO |
| 20771 | ENDOFLATOR | KARL STORZ | 264305 20 | KM0003015 | BLOQUE QUIRURGICO | | CRITICO |
| 20871 | ENDOFLATOR | KARL STORZ | 263310 20 | AB06629 | BLOQUE QUIRURGICO | | CRITICO |

ANEXO I .- PA 11-2021 INVENTARIO EQUIPOS ELECTROMÉDICOS HOSPITAL U. SEVERO OCHOA

| Código | Equipo | Marca | Modelo | Número Serie | Unidad | Fecha | Nivel |
|----------|---|----------------------|------------------------|-----------------|---------------------------------|------------|---------|
| 20878 | ENDOFLATOR | KARL STORZ | 263310 20 | 0001310 | BLOQUE QUIRURGICO | | CRITICO |
| 24123 | ENDOFLATOR 50 SCB | KARL STORZ | 50SCB SET | XR2776 | BLOQUE QUIRURGICO | 19/12/2018 | CRITICO |
| 24141 | ENDOFLATOR 50 SCB | KARL STORZ | 50SCB SET | XR2775 | BLOQUE QUIRURGICO | 19/12/2018 | CRITICO |
| 20822-05 | ENDOMAT | STORZ | 263310-20 | VV13243 | BLOQUE QUIRURGICO | 06/11/2014 | URGENTE |
| 24120 | ENDOMAT | STORZ | HAMOU | WR15718 | BLOQUE QUIRURGICO | 18/12/2018 | URGENTE |
| 24139 | ENDOMAT | STORZ | HAMOU | WR15722 | BLOQUE QUIRURGICO | 18/12/2018 | URGENTE |
| 2872 | EQUIPO CIRUGIA ENDONASAL | RICHARD WOLF | SIN MODELO | SIN N/SERIE | OTORRINOLARINGOLOGIA (SERVICIO) | 10/10/1995 | URGENTE |
| 21329 | EQUIPO CRIOCIRUGIA | DORC | CRYO SYSTEM | 529 | BLOQUE QUIRURGICO | 01/03/2001 | URGENTE |
| 21331 | EQUIPO CRIOCIRUGIA | OPTIKOM | SYCRON | 840/85 | BLOQUE QUIRURGICO | | URGENTE |
| 22840 | EQUIPO DACRIOCISTORRINOSTOMIA | TECHDENT | BACT ALERT 3D | 45818 | OFTALMOLOGÍA QUIRÓFANO | 26/01/2006 | URGENTE |
| 23503 | EQUIPO DE AFERESIS | SPECTRA OPTIA | VARIOS | 1P01434 | SUMINISTROS | 30/11/2018 | URGENTE |
| 21444 | EQUIPO DE AUDIOMETRIA | INTERACOUSTICS | EQUINOX 2.0 | 766996 | C. EXTERNAS HOSPITAL | 11/06/2012 | URGENTE |
| 8872 | EQUIPO DE CONTROL VISION | TOPCON | SS-3 | 1032781 | PREVENCION DE RIESGOS LABORALES | 14/07/2004 | URGENTE |
| 20983 | EQUIPO DE CRIBADO NEONATAL | NATUS | ALGO 3I | 91692 | NEONATOLOGIA | 05/07/2007 | URGENTE |
| 3924 | EQUIPO DE ESPIROMETRIA | JAEGER | MASTERSCOPE | 761678 | PEDIATRIA CONSULTAS | 27/04/1999 | URGENTE |
| 13020 | EQUIPO DE HEMOFILTRACION (MONITOR AQUARIUS) | EDWARDS LIFESCIENCES | AQUARIUS | 2410 | MEDICINA INTENSIVA (SERVICIO) | 21/05/2008 | CRITICO |
| 13021 | EQUIPO DE HEMOFILTRACION (MONITOR AQUARIUS) | EDWARDS LIFESCIENCES | AQUARIUS | 2407 | MEDICINA INTENSIVA (SERVICIO) | 21/05/2008 | CRITICO |
| 1728 | EQUIPO DE HISTEROSCOPIA | RICHARD WOLF | DIFERENTES REFERENCIAS | SIN N/SERIE | U.HOSPIT. 4-B | 21/10/2000 | URGENTE |
| 4573 | EQUIPO DE MICROONDAS 950 | ENRAF | RADARMED 950 | 5300 | REHA | 25/07/2000 | URGENTE |
| 21722 | EQUIPO DE RINOMANOMETRIA CON MODULO DE ESPIROMETRIA Y DOSIMETRO | JAEGER | APS PRO | 03R00340 | ALGC-M | 10/05/2007 | URGENTE |
| 8628 | EQUIPO HEMOFILTRACION | HOSPAL | PRISMA TPE | 964591 | MEDICINA INTENSIVA (SERVICIO) | 18/09/2003 | URGENTE |
| 16192 | EQUIPO HPLC | HITACHI | VARIOS | | ANÁLISIS CLÍNICOS HOSPITAL | 30/12/2004 | URGENTE |
| 9410 | EQUIPO IDENTIFIC.NEONATAL | ICN | SCCN-GIII | SIN N/SERIE | PARITORIO | 01/12/2004 | URGENTE |
| 21797 | EQUIPO MAGNETOTERAPIA | ASA LASER | PMT QUATTRO PRO | 00005307 | REHABILITACION HOSPITAL | 18/09/2002 | URGENTE |
| 21799 | EQUIPO MAGNETOTERAPIA | ELECTRONICA MILKA | BIOTESLA 2000 | 99207 | REHABILITACION HOSPITAL | 04/05/1999 | URGENTE |
| 21800 | EQUIPO MAGNETOTERAPIA | ASA LASER | M1 | 1675 | REHABILITACION HOSPITAL | 13/05/1997 | URGENTE |
| 10796 | EQUIPO MANOMETRIA GASTRO-INTESTINAL | MEDTRONIC-SYNMED | POLIGRAF ID | 15147 | DIGESTIVO CONSULTAS | | URGENTE |
| 3713 | EQUIPO MICROCIURUGIA LARIN | RICHARD WOLF | GOTINGA | SIN N/SERIE | BLOQUE QUIRURGICO | 01/01/1999 | URGENTE |
| 6282-01 | EQUIPO MICROONDA RADA.650 | ENRAF | RADARMED 650 | 1474 | REHA | 04/09/2002 | URGENTE |
| 6874 | EQUIPO MICROONDA RADA.650 | ENRAF | RADARMED 650 | 1474/02584 | REHA | 18/09/2002 | URGENTE |
| 4495 | EQUIPO MICROONDA RADARMED | RADARMED | 12S253 | 2 UNIDADES | REHABILITACION HOSPITAL | 19/07/1996 | URGENTE |
| 6282 | EQUIPO MICROONDA+RADIADOR | ENRAF | RADARMED 650 | 1474/02584 | REHA | 04/09/2002 | URGENTE |
| 4601 | EQUIPO MICROONDAS ENRAF | ENRAF | 1499921 | SIN N/SERIE | REHA | 19/07/1996 | URGENTE |
| 4553 | EQUIPO ONDA CORTA 970 | ENRAF | CURAPULS 670 | SIN N/SERIE | REHA | 13/04/1999 | URGENTE |
| 10961 | EQUIPO ULTRASONIDOS Y POTENCIALES EVOCADOS FISCHER-ZOTH | FISCHER-ZOTH | ECHO-SCREEN TDA | 15064-PRE-12275 | OTORRINO CONSULTAS | 25/10/2006 | URGENTE |

ANEXO I .- PA 11-2021 INVENTARIO EQUIPOS ELECTROMÉDICOS HOSPITAL U. SEVERO OCHOA

| Código | Equipo | Marca | Modelo | Número Serie | Unidad | Fecha | Nivel |
|----------|--|------------------------|-------------------------|----------------|---------------------------------|------------|---------|
| 13017 | EQUIPO RADIOFRECUENCIA | CELON | CELONLAB | 13764W40-103 | BLOQUE QUIRURGICO | | URGENTE |
| 11053 | EQUIPO VITREORETINA | ALCON | ACCURUS 800 CS | 0502836801X | OFTALMOLOGÍA QUIRÓFANO | | URGENTE |
| 21740 | ERGOESPIROMETRO | ERGOSTIK | 40.400 | 13.8.201.324 | REHABILITACION HOSPITAL | | URGENTE |
| 12211-02 | ESPECTOFOTOMETRO | VARIAN | SPECTAA-300 | 2061133 | BIOQUIMICA HOSPITAL | | URGENTE |
| 22083 | ESPECTOFOTOMETRO | HITACHI | 150-20 | 6133-003 | LAB. HEMATOLOGIA HOSPITAL | | URGENTE |
| 22039 | ESPECTROFOTOMETRO | HITACHI | U-2000 | 121-0003 | BIOQUIMICA HOSPITAL | 01/01/1999 | URGENTE |
| 22013 | ESPECTROFOTOMETRO DE ABSORCION ATOMICA | PERKINELMER | AANALYST 200 | 200S10011501 | BIOQUIMICA HOSPITAL | | URGENTE |
| 12045 | ESPIROMETRO | DRAGER | SPIROLOG 1 | 3935 | MEDICINA INTENSIVA (SERVICIO) | | URGENTE |
| 12050 | ESPIROMETRO | DRAGER | SPIROLOG 1 | 4045 | MEDICINA INTENSIVA (SERVICIO) | | URGENTE |
| 12052 | ESPIROMETRO | OHMEDA | SE 302 T | 0244 | MEDICINA INTENSIVA (SERVICIO) | | URGENTE |
| 14806 | ESPIROMETRO | SIBELMED | DATOSPIR MICRO C | 11A-B030/09 | ALGC-M | 21/05/2009 | URGENTE |
| 21662 | ESPIROMETRO | SIBELMED | DATOSPIR 600 | 119-468 | C. EXTERNAS HOSPITAL | 11/06/2012 | URGENTE |
| 21851 | ESPIROMETRO | JAEGER | APS PRO | 201558-37511 | C. EXTERNAS HOSPITAL | 03/05/2000 | URGENTE |
| 22481 | ESPIROMETRO | SIBELMED | DATOSPIR 120 C | 118-491 | NEUMOLOGIA M.A.L.G. | 23/08/2000 | URGENTE |
| 24246 | ESPIROMETRO | VARIAS | VARIOS | | C. EXTERNAS HOSPITAL | | URGENTE |
| 25310 | ESPIROMETRO DE MESA | HOSPITAL HISPANIA S.L. | SPIRO USB | 075-012277 | PREVENCION DE RIESGOS LABORALES | 19/08/2020 | URGENTE |
| 2963 | ESPIROMETRO DE MESA | SIBELMED | DATOSPIR 70 | 2 ESPIROMETRO | NEUMOLOGIA (SERVICIO) | 11/05/1999 | URGENTE |
| 22829 | ESPIROMETRO DE SOBREMESA | SPIROSTICK COMPETE | REF. GTM.E01.000 | 09/8/100/174 | ALGC-E | 03/06/2010 | URGENTE |
| 24244 | ESPIROMETRO DE SOBREMESA | GANSORN | SPIROSCOUT | 1990003053 | ALERGOLOGÍA M.A.L.G. | | URGENTE |
| 2395 | ESPIROMETRO RELOJ WRIGTH | WRIGHT | HALOSCAL E COMPCAT | 4 ESPIROMETROS | MEDICINA INTENSIVA (SERVICIO) | 15/10/1993 | URGENTE |
| 21891 | ESTACION DE MACROSCOPIA | MILESTONE | PS700 | PS700083801123 | A. PATOLÓGICA HOSPITAL | 16/09/2010 | URGENTE |
| 13388 | ESTACION DE TRABAJO | PHILIPS | EASY VISION | 39290201 | RADIOLOGIA HOSPITAL | | URGENTE |
| 21367 | ESTACION DE TRABAJO MAMOGRAFO | HEWLETT PACKARD | XW8400 WORK STATION | DEL 71937 | RADIOLOGIA HOSPITAL | | URGENTE |
| 21117 | ESTERILIZADOR A VAPOR | MATACHANA | S1000 (REF: 1006 V-2) | E-20073 | ESTERILIZACION HOSPITAL | 14/10/2005 | CRITICO |
| 21118 | ESTERILIZADOR A VAPOR | MATACHANA | S1000 (REF: 1006 V-2) | E-21755 | ESTERILIZACION HOSPITAL | 21/11/2005 | CRITICO |
| 22099 | ESTERILIZADOR DE TUBOS | TERUMO | SC-201A | 94120109 | BANCO DE SANGRE | 26/05/1998 | CRITICO |
| 20719 | ESTERILIZADOR DE VAPOR | SCICAN | STATIM 5000S | 7212CD0004 | BLOQUE QUIRURGICO | 23/10/2002 | CRITICO |
| 20734 | ESTERILIZADOR DE VAPOR | SCICAN | STATIM 2000S | 3216EB0004 | BLOQUE QUIRURGICO | 22/10/2004 | CRITICO |
| 21048 | ESTERILIZADOR DE VAPOR | SCICAN | STATIM 2000S | 32168D2523 | BLOQUE QUIRURGICO | | CRITICO |
| 21326 | ESTERILIZADOR DE VAPOR | SCICAN | STATIM 2000 (G4-152302) | 310115A00019 | BLOQUE QUIRURGICO | 23/06/2015 | CRITICO |
| 23757 | ESTERILIZADOR DE VAPOR | SCICAN | STATIM 2000S | 310118F00004 | BLOQUE QUIRURGICO | | CRITICO |
| 21122 | ESTERILIZADOR OXIDO ETILENO | 3M | STERI-VAC 8XL | 450006 | ESTERILIZACION HOSPITAL | 14/10/2005 | CRITICO |
| 21123 | ESTERILIZADOR OXIDO ETILENO | 3M | STERI-VAC 8XL | 400046 | ESTERILIZACION HOSPITAL | 18/06/2003 | CRITICO |
| 20691 | ESTIMULADOR ELECTRICO | ORGANON | TOF-GUARD NL-5281RM | 10-1999138 | MEDICINA INTENSIVA (SERVICIO) | 08/03/2001 | URGENTE |
| 23259 | ESTIMULADOR ENRAF TENSMED | ENRAF | TENSMED 911 | T01791 | REHABILITACION HOSPITAL | 26/01/2004 | URGENTE |
| 3715 | ESTIMULADOR NERVIOS PERIF | NEUROSIGN | 100 | SIN N/SERIE | BLOQUE QUIRURGICO | 01/01/1999 | URGENTE |
| 2362 | ESTIMULADOR PERIFE.NERVIO | B BRAUN | R/314899-R/087525 | SIN N/SERIE | ANESTESIA | 29/06/1999 | URGENTE |
| 12191 | ESTUFA | MEMMERT | | | BIOQUIMICA HOSPITAL | | URGENTE |
| 12268 | ESTUFA | RAYPA | BOD-2 | 25697 | A. PATOLÓGICA HOSPITAL | | URGENTE |

| ANEXO I .- PA 11-2021 INVENTARIO EQUIPOS ELECTROMÉDICOS HOSPITAL U. SEVERO OCHOA | | | | | | | |
|--|--|-------------------|----------------------|---------------|------------------------------------|------------|---------|
| Código | Equipo | Marca | Modelo | Número Serie | Unidad | Fecha | Nivel |
| 12273 | ESTUFA | SELECTA | COMBIPLAC | | A. PATOLÓGICA HOSPITAL | | URGENTE |
| 21700 | ESTUFA | HERAEUS | B5060-EK-CO2 | 8606850 | PRUEBAS ESPECIALES ENDOSCOPIAS | | URGENTE |
| 21898 | ESTUFA | JP SELECTA | 206 | 134049 | A. PATOLÓGICA HOSPITAL | 01/01/1985 | URGENTE |
| 21992 | ESTUFA CO2 | NUAIRE | NU-4750E | 11429082801 | MICROBIOLOGIA HOSPITAL | | URGENTE |
| 23915 | ESTUFA CO2 | NUAIRE | NU-45800E | 189953012219 | MICROBIOLOGIA HOSPITAL | 13/11/2018 | URGENTE |
| 3636 | ESTUFA CO2 | NUAIRE | 45000-E | 74293AEW-0 | MICROBIOLOGIA HOSPITAL | 11/08/1997 | URGENTE |
| 21983 | ESTUFA DE CULTIVO | BINDER OVEN | KB53 | 06-96192 | MICROBIOLOGIA HOSPITAL | 16/02/2006 | URGENTE |
| 21925 | ESTUFA DE MUESTRAS | MEMMERT | UNE-400 | C4080743 | A. PATOLÓGICA HOSPITAL | 13/03/2008 | URGENTE |
| 21944 | ESTUFA DE MUESTRAS | HERAEUS | B 6120 | 9009417 | MICROBIOLOGIA HOSPITAL | | URGENTE |
| 21951 | ESTUFA DE MUESTRAS | JP SELECTA | 207 | 134028 | MICROBIOLOGIA HOSPITAL | | URGENTE |
| 21961 | ESTUFA DE MUESTRAS | MEMMERT | B60 | 880 006 | MICROBIOLOGIA HOSPITAL | | URGENTE |
| 21974 | ESTUFA DE MUESTRAS | MEMMERT | B60 | 870 073 | MICROBIOLOGIA HOSPITAL | | URGENTE |
| 3405 | ESTUFA SELECTA 210 | SELECTA | 210 | 032854 | A. PATOLÓGICA HOSPITAL | 01/01/1985 | URGENTE |
| 21357 | EXTEREOTASIA | GENERAL ELECTRIC | 5272734 | AXE10319 | RADIOLOGIA HOSPITAL | | URGENTE |
| 6353 | EXTRACTOR D PLASMA TERUMO | TERUMO | TERUFLEX ME ACS 201 | SIN N/SERIE | BANCO DE SANGRE | 23/10/2002 | URGENTE |
| 6354 | EXTRACTOR D PLASMA TERUMO | TERUMO | TERUFLEX ME ACS 201 | SIN N/SERIE | BANCO DE SANGRE | 23/10/2002 | URGENTE |
| 22455 | FLUJOMETRO | SEIKO INSTRUMENTS | DPU-414 | 1052319 | UROLOGIA M.A.L.G. | 07/07/2014 | URGENTE |
| 23133 | FONENDOSCOP.CAMPA.RI.4171 | RIESTER | 4177-01 | S/N | ALMACEN HOSPITAL | 05/12/2017 | URGENTE |
| 23134 | FONENDOSCOP.CAMPA.RI.4171 | RIESTER | 4177-01 | S/N | ALMACEN HOSPITAL | 05/12/2017 | URGENTE |
| 3863 | FONENDOSCOP.CAMPA.RI.4171 | RIESTER | 4171 | SIN N/SERIE | PRUEBAS ESPECIALES ENDOSCOPIAS | 16/01/2002 | URGENTE |
| 21461 | FOTOFORO | KARL STORZ | S/M | 095501 | C. EXTERNAS HOSPITAL | | URGENTE |
| 21473 | FOTOFORO | RICHARD WOLF | 4526.00 | 1042517 | C. EXTERNAS HOSPITAL | 14/05/2009 | URGENTE |
| 14764 | FOTOFORO DE ALTA POTENCIA PARA QUIRÓFANO | RICHARD WOLF | C27.4526.00 | 1042517 | OTORRINO QUIRÓFANO | 14/05/2009 | URGENTE |
| 24232 | FOTOFORO DE CONSULTA CON FUENTE DE LUZ | FAROMED | LED-LUPEGLASSES | 20-715-8-25 | OTORRINO CONSULTAS | 18/07/2019 | URGENTE |
| 8445 | FOTOFORO FIBEROPTIC P/QUI | FIBEROPTIC | REF.34-4500 | LOTE L29702 | QUIRÓFANO AMBULANTE | 11/06/2003 | URGENTE |
| 14904 | FOTOFORO FRONTAL QUIRÚRGICO | STORZ | KS60 | 078511 | OTORRINO QUIRÓFANO | 12/06/2009 | URGENTE |
| 10336 | FOTOFORO LUZ FRIA | RICHARD WOLF | REF.C27.4525.10 | M738080 | OTORRINO CONSULTAS | 16/03/2006 | URGENTE |
| 9675 | FOTOFORO LUZ FRIA+FUENTE | ENDOVUEW | REF.8200029+4251.001 | 3651-1981 | OTORRINO M.A.L.G. | 27/07/2005 | URGENTE |
| 2875 | FOTOFOROS CONSUL.LUZ CAL | IBERQUISA | SIN MODELO | SIN N/SERIE | OTORRINOLARINGOLOGIA (SERVICIO) | 22/10/1993 | URGENTE |
| 12472 | FRONTOFOCOMETRO | ULLOA OPTICO | DESCONOCIDO | | OFTALMOLOGIA CONSULTAS | | URGENTE |
| 22438 | FRONTOFOCOMETRO LENSMETER | TAKAGI | LM-10 | 0797809 | OFTALMOLOGIA M.A.L.G. | | URGENTE |
| 22450 | FRONTOFOCOMETRO LENSMETER | TOPCON | LM-8 | 3416510 | OFTALMOLOGIA M.A.L.G. | 31/07/2002 | URGENTE |
| 12473 | FRONTOFOTOMETRO | ULLOA | | | OFTALMOLOGIA CONSULTAS | | URGENTE |
| 21415 | FRONTOFOTOMETRO | TAKAGI | LM-10 | 0797810 | C. EXTERNAS HOSPITAL | | URGENTE |
| 21525 | FRONTOFOTOMETRO | ULLOA OPTICO | ERGO | 0184032950 | C. EXTERNAS HOSPITAL | 01/01/1995 | URGENTE |
| 21720 | FUENTE DE ALIMENTACION | JAEGER | MASTERSCREEN BODY | 690390-175400 | PRUEBAS ESPECIALES ENDOSCOPIAS | | URGENTE |

ANEXO I .- PA 11-2021 INVENTARIO EQUIPOS ELECTROMÉDICOS HOSPITAL U. SEVERO OCHOA

| Código | Equipo | Marca | Modelo | Número Serie | Unidad | Fecha | Nivel |
|----------|--------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|--------------------------------|------------|---------|
| 21852 | FUENTE DE ALIMENTACION | JAEGER | MASTERSCREEN BODY IOS | 732709 | C. EXTERNAS HOSPITAL | 14/09/2006 | URGENTE |
| 3360-01 | FUENTE DE ELECTROFORESIS | BIOMETA | 4063 | SIN N/SERIE | LAB. HEMATOLOGIA HOSPITAL | 08/08/2001 | URGENTE |
| 3360-02 | FUENTE DE ELECTROFORESIS | BIOMETA | 4063 | SIN N/SERIE | LAB. HEMATOLOGIA HOSPITAL | 08/08/2001 | URGENTE |
| 3362 | FUENTE DE ELECTROFORESIS | NBS | PS-500 | SIN N/SERIE | LAB. HEMATOLOGIA HOSPITAL | 01/01/1992 | URGENTE |
| 12309-02 | FUENTE DE LUZ | OLYMPUS | CLV S30 | 7012431 | BLOQUE QUIRURGICO | | URGENTE |
| 12397 | FUENTE DE LUZ | OLYMPUS | CLK-3L | 511011R | PRUEBAS ESPECIALES ENDOSCOPIAS | | URGENTE |
| 12484 | FUENTE DE LUZ | ENDOVUE | HL-150 mini | 3650-1004 | OTORRINO CONSULTAS | | URGENTE |
| 12512 | FUENTE DE LUZ | STORZ | 482B | 19237 | BLOQUE QUIRURGICO | | URGENTE |
| 20770 | FUENTE DE LUZ | KARL STORZ | XENON NOVA 300 | IF0610946 | BLOQUE QUIRURGICO | | URGENTE |
| 20813 | FUENTE DE LUZ | RICHARD WOLF | 5131.001 | 052854 | BLOQUE QUIRURGICO | 15/11/2005 | URGENTE |
| 20821 | FUENTE DE LUZ | KARL STORZ | XENON NOVA (REF: 291315 20) | 02750 | BLOQUE QUIRURGICO | | URGENTE |
| 20835 | FUENTE DE LUZ | VITAL VUE | 700-02S | 7002280 | BLOQUE QUIRURGICO | | URGENTE |
| 20856 | FUENTE DE LUZ | RICHARD WOLF | 5131.001 | 052665 | BLOQUE QUIRURGICO | | URGENTE |
| 20857 | FUENTE DE LUZ | KARL STORZ | XENON NOVA 300 | OW0686891 | BLOQUE QUIRURGICO | 06/11/2014 | URGENTE |
| 20939 | FUENTE DE LUZ | KARL STORZ | 488B | HT0000030073 | PARITORIO | | URGENTE |
| 20947 | FUENTE DE LUZ | KARL STORZ | 482B | 14546 | PARITORIO | | URGENTE |
| 20957 | FUENTE DE LUZ | RICHARD WOLF | 4251.001 | 000226 | URG. OBST.-GINECOLOGICAS | 21/11/2000 | URGENTE |
| 21071 | FUENTE DE LUZ | RICHARD WOLF | 4015 | 9452 | NEONATOLOGIA | | URGENTE |
| 21723 | FUENTE DE LUZ | OLYMPUS | CLK-4 | 7725464 | PRUEBAS ESPECIALES ENDOSCOPIAS | | URGENTE |
| 21788 | FUENTE DE LUZ | OLYMPUS | CV-160 | 7402852 | PRUEBAS ESPECIALES ENDOSCOPIAS | 09/11/2005 | URGENTE |
| 23279 | FUENTE DE LUZ | STORZ | 488 B | LT 30178 | PARITORIO | | URGENTE |
| 24037 | FUENTE DE LUZ | STORZ | 20131520 | 01072 | BLOQUE QUIRURGICO | | URGENTE |
| 24119 | FUENTE DE LUZ | KARL STORZ | XENON NOVA 300 | XR0719923 | BLOQUE QUIRURGICO | 19/12/2018 | URGENTE |
| 24138 | FUENTE DE LUZ | KARL STORZ | XENON 300scb | xr0719917 | BLOQUE QUIRURGICO | 19/12/2018 | URGENTE |
| 34138 | FUENTE DE LUZ | KARL STORZ | XENON NOVA 300 | XR0719917 | BLOQUE QUIRURGICO | 19/12/2018 | URGENTE |
| 20045 | FUENTE DE LUZ FRIA | RICHARD WOLF | 4017 | 3028 | U.HOSPIT. 4-B | | URGENTE |
| 20784 | FUENTE DE LUZ FRIA | RICHARD WOLF | 5132.001 | 1100127212 | BLOQUE QUIRURGICO | 14/05/2009 | URGENTE |
| 20786 | FUENTE DE LUZ FRIA | KARL STORZ | 482B | 18237 | BLOQUE QUIRURGICO | | URGENTE |
| 20787 | FUENTE DE LUZ FRIA | KARL STORZ | 490S | 1121 | BLOQUE QUIRURGICO | | URGENTE |
| 20877 | FUENTE DE LUZ FRIA | RICHARD WOLF | 4210 | 13017 | BLOQUE QUIRURGICO | | URGENTE |
| 21126 | FUENTE DE LUZ FRIA | RICHARD WOLF | 4251.001 | 031849 | U.HOSPIT. 4-C | 16/03/2006 | URGENTE |
| 21127 | FUENTE DE LUZ FRIA | KARL STORZ | 482 B | 30765 | URGENCIAS GENERALES | | URGENTE |
| 21459 | FUENTE DE LUZ FRIA | RICHARD WOLF | 4210.001 | 961698 | C. EXTERNAS HOSPITAL | | URGENTE |

ANEXO I .- PA 11-2021 INVENTARIO EQUIPOS ELECTROMÉDICOS HOSPITAL U. SEVERO OCHOA

| Código | Equipo | Marca | Modelo | Número Serie | Unidad | Fecha | Nivel |
|---------|--------------------------------------|------------------|---------------------------------------|---------------|-----------------------------------|------------|---------|
| 21460 | FUENTE DE LUZ FRIA | ILO ELECTRONIC | XE 5600 | 3900-7633 | C. EXTERNAS HOSPITAL | | URGENTE |
| 21472 | FUENTE DE LUZ FRIA | RICHARD WOLF | 5131 | 052854 | C. EXTERNAS HOSPITAL | | URGENTE |
| 21476 | FUENTE DE LUZ FRIA | KARL STORZ | 482B | 18011 | C. EXTERNAS HOSPITAL | | URGENTE |
| 21693 | FUENTE DE LUZ FRIA | RICHARD WOLF | 5123.01 | 000740 | PRUEBAS ESPECIALES ENDOSCOPIAS | 21/10/2000 | URGENTE |
| 21781 | FUENTE DE LUZ FRIA | KARL STORZ | 488B | 3973 | PRUEBAS ESPECIALES ENDOSCOPIAS | | URGENTE |
| 21782 | FUENTE DE LUZ FRIA | KARL STORZ | 482 | 17309 | PRUEBAS ESPECIALES ENDOSCOPIAS | | URGENTE |
| 21783 | FUENTE DE LUZ FRIA | KARL STORZ | 482 | 19006 | PRUEBAS ESPECIALES ENDOSCOPIAS | | URGENTE |
| 22379 | FUENTE DE LUZ FRIA | RICHARD WOLF | 4220.001 | 617 | OTORRINO M.A.L.G. | | URGENTE |
| 22386 | FUENTE DE LUZ FRIA | RICHARD WOLF | 4251.001 | 021392 | OTORRINO M.A.L.G. | | URGENTE |
| 22395 | FUENTE DE LUZ FRIA | RICHARD WOLF | 4251.001 | 021378 | OTORRINO M.A.L.G. | 31/07/2002 | URGENTE |
| 24042 | FUENTE DE LUZ FRIA | STORZ | D-LIGHT P SCB | YR5159-C | GINECOLOGÍA QUIRÓFANO | 18/11/2018 | URGENTE |
| 20848 | FUENTE DE LUZ XENON | KARL STORZ | XENON 300 (REF: 20133120) | 00442 | BLOQUE QUIRURGICO | | URGENTE |
| 12212 | FUENTE ELECTROFORESIS | CONSORT | E455 | 033179 | LAB. HEMATOLOGIA HOSPITAL | | URGENTE |
| 3464 | FUENTE ELECTROFORESIS POWER PAC 3000 | BIO-RAD | POWER PAC 3000 | SIN N/SERIE | BIOQUIMICA HOSPITAL | 01/06/1999 | URGENTE |
| 21457 | FUENTE LUZ FRIA | KARL STORZ | REF. 201133 20 | EJ4052 | C. EXTERNAS HOSPITAL | 01/09/2001 | URGENTE |
| 5861-02 | FUENTE LUZ FRÍA OLY.CLH-2 | OLYMPUS | CLH-2 | 7139137 | PRUEBAS ESPECIALES ENDOSCOPIAS | 31/07/2002 | URGENTE |
| 11616 | FUENTE LUZ FRIA XENON | XENON | NOVA 175W | LDO625956 | OTORRINO CONSULTAS | 12/07/2007 | URGENTE |
| 4528-02 | FUENTE LUZ LH 150 | PENTAX | LH 150 | EB02284 | NEUMOLOGIA (SERVICIO) | 01/11/1992 | URGENTE |
| 1923-02 | FUENTE LUZ OLYMPUS CLE-E | OLYMPUS | CLE-E | 7912833 | ENC | 03/05/2000 | URGENTE |
| 11450 | FUENTE LUZ XENON | KARL STORZ | NOVA 175 W REF.20131501 | ECO629645 | OTORRINO CONSULTAS | 12/07/2007 | URGENTE |
| 567 | FUENTE LUZ XENON | ENDOVUE | M.XEN | 4000-1054 | OTORRINO M.A.L.G. | 07/03/2000 | URGENTE |
| 2854 | FUENTE LUZ XENON+CABLE | KARL STORZ | 20131501 + 495 NCS | SIN N/SERIE | UROLOGÍA PRUEBAS ESPECIALES | 02/06/1998 | URGENTE |
| 1890 | FUENTE-GENERADOR POLIPEPT | OLYMPUS | HF-120 | SIN N/SERIE | ENC | 02/10/1995 | URGENTE |
| 21241 | GENERADOR | SIEMENS | POLYDOROS IT 55 (REF: 5658536 X2160) | 01860S01 | RADIOLOGIA HOSPITAL | 12/08/1999 | URGENTE |
| 21248 | GENERADOR | PHILIPS | OPTIMUS 50 (REF: 9890 010 83821) | 08000502 | RADIOLOGIA HOSPITAL | | URGENTE |
| 21276 | GENERADOR | PHILIPS | DIGITALDIAGNOST (REF: 9890 010 82001) | 0502442 | RADIOLOGIA HOSPITAL | | URGENTE |
| 21288 | GENERADOR | PHILIPS | DIGITALDIAGNOST (REF: 9890 010 82002) | 09000315 | RADIOLOGIA HOSPITAL | | URGENTE |
| 21297 | GENERADOR | SIEMENS | POLIDOROS SX 65/80 | SO1 R86538 | RADIOLOGIA HOSPITAL | | URGENTE |
| 21355 | GENERADOR | GENERAL ELECTRIC | 5411290 | MI038010 | RADIOLOGIA HOSPITAL | | URGENTE |
| 22335 | GENERADOR | SIEMENS | POLIDOROS SX 65/80 | 01627 | RADIOLOGIA M.A.L.G. | | URGENTE |
| 22343 | GENERADOR | SIEMENS | POLYDOROS IT | 5760074 x2287 | RADIOLOGIA M.A.L.G. | | URGENTE |
| 22350 | GENERADOR | SIEMENS | POLYDOROS IT | 5760074 X2287 | RADIOLOGIA M.A.L.G. | | URGENTE |
| 22356 | GENERADOR | SIEMENS | POLYDOROS IT | S/N | RADIOLOGIA M.A.L.G. | | URGENTE |
| 2406 | GENERADOR DE MARCAPASOS | CORMEDICA | APC VVI X3 324918 | SIN N/SERIE | MEDICINA INTENSIVA (SERVICIO) | 13/08/1996 | URGENTE |

ANEXO I .- PA 11-2021 INVENTARIO EQUIPOS ELECTROMÉDICOS HOSPITAL U. SEVERO OCHOA

| Código | Equipo | Marca | Modelo | Número Serie | Unidad | Fecha | Nivel |
|--------|---|----------------------|----------------|--------------|-------------------------------|------------|---------|
| 20693 | GENERADOR DE MARCAPASOS CARDIACO EXTERNO UNICAMERAL | MEDTRONIC | 5392 | DJHO38919P | MEDICINA INTENSIVA (SERVICIO) | 07/10/2020 | URGENTE |
| 20694 | GENERADOR DE MARCAPASOS CARDIACO EXTERNO UNICAMERAL | SIEMENS | 146F | 29777 | MEDICINA INTENSIVA (SERVICIO) | | URGENTE |
| 21114 | GENERADOR DE VAPOR | S/M | 14386 | 726083 | ESTERILIZACION HOSPITAL | | CRITICO |
| 21115 | GENERADOR DE VAPOR | S/M | 14386 | 726084 | ESTERILIZACION HOSPITAL | | CRITICO |
| 21116 | GENERADOR DE VAPOR | S/M | 14386 | 726082 | ESTERILIZACION HOSPITAL | | CRITICO |
| 20697 | GENERADOR RADIOFRECUENCIA PURSÁTIL | COSMAN MEDICAL | RF-G-1B | 1B-169 | UNIDAD DEL DOLOR | 16/02/2006 | URGENTE |
| 21668 | GENERADOR RADIOFRECUENCIA PURSÁTIL | COSMAN MEDICAL | RFG-4 | G4-783 | PEDIATRIA CONSULTAS | | URGENTE |
| 535-02 | GENERADOR RX G.ELEC.MX-80 | GENERAL ELECTRIC | MX-80 | SIN N/SERIE | RADA | 01/01/1985 | URGENTE |
| 21970 | GERMICIDA ULTRAVIOLETA | MDH | S/M | 52440 | MICROBIOLOGIA HOSPITAL | | URGENTE |
| 2794 | GRABADOR HOLTER ECG | DIAGNISCAN | 940-3ECG-5/ 7 | SIN N/SERIE | CARDIOLOGIA (SERVICIO) | 12/05/1998 | URGENTE |
| 2795 | GRABADOR HOLTER ECG | DIAGNISCAN | 940-3ECG-5/ 7 | SIN N/SERIE | CARDIOLOGIA (SERVICIO) | 11/02/1997 | URGENTE |
| 2799 | GRABADOR HOLTER ECG | DIAGNISCAN | 940-3ECG-5/ 7 | 1696 | CARDIOLOGIA (SERVICIO) | 22/02/2000 | URGENTE |
| 2801 | GRABADOR HOLTER ECG | DIAGNISCAN | 940-3ECG-5/ 7 | 1698 | CARDIOLOGIA (SERVICIO) | 22/02/2000 | URGENTE |
| 2802 | GRABADOR HOLTER ECG | DIAGNISCAN | 940-3ECG-5/ 7 | SIN N/SERIE | CARDIOLOGIA (SERVICIO) | 21/12/1999 | URGENTE |
| 10395 | GRABADORA DIGITAL HOLTER | MORTARA/VARIOS | H12PLUS/VARIOS | 5168905160 | CARDIOLOGIA CONSULTAS | 16/03/2006 | URGENTE |
| 10396 | GRABADORA DIGITAL HOLTER | MORTARA/VARIOS | H12PLUS/VARIOS | 6096468160 | CARDIOLOGIA CONSULTAS | 16/03/2006 | URGENTE |
| 17348 | GRABADORA DIGITAL HOLTER | MORTARA | 7167 | 115120250626 | CARDIOLOGIA CONSULTAS | 25/04/2016 | URGENTE |
| 21502 | GRABADORA DIGITAL HOLTER DE PRESION ARTERIAL | SPACELABS HEALTHCARE | 90217A | 217A-009339 | C. EXTERNAS HOSPITAL | | URGENTE |
| 21504 | GRABADORA DIGITAL HOLTER DE PRESION ARTERIAL | SPACELABS HEALTHCARE | 90207 | 207-036921 | C. EXTERNAS HOSPITAL | | URGENTE |
| 23223 | GRABADORA DIGITAL HOLTER DE PRESION ARTERIAL | SPACELABS HEALTHCARE | 90207 | 207-037378 | C. EXTERNAS HOSPITAL | | URGENTE |
| 15564 | GRABADORA HOLTER | MORTARA | H12+24H | 0240049850 | CARDIOLOGIA CONSULTAS | 02/09/2010 | URGENTE |
| 5847 | GRABADORA HOLTER SEER LIG | MARQUETTE | SEER LIGHT | P81120287 | CARDIOLOGIA CONSULTAS | 24/07/2002 | URGENTE |
| 5848 | GRABADORA HOLTER SEER LIG | MARQUETTE | SEER LIGHT | P82081618 | CARDIOLOGIA CONSULTAS | 24/07/2002 | URGENTE |
| 14239 | GRAPADORA ELECTRICA DE SOBREMESA PEQUEÑA | RAPID | 5020E | 11757 | ADMISION CENTRAL | 26/12/2007 | NORMAL |
| 14242 | GRAPADORA ELECTRICA DE SOBREMESA PEQUEÑA | RAPID | 5020E | 13014 | ADMISION M.A.L.G. | 26/12/2007 | NORMAL |
| 14243 | GRAPADORA ELECTRICA DE SOBREMESA PEQUEÑA | RAPID | 5020E | 13023 | ADMISION M.A.L.G. | 26/12/2007 | NORMAL |
| 14244 | GRAPADORA ELECTRICA DE SOBREMESA PEQUEÑA | RAPID | 5020E | 12644 | ADMISION CENTRAL | 26/12/2007 | NORMAL |
| 14247 | GRAPADORA ELECTRICA DE SOBREMESA PEQUEÑA | RAPID | 5020E | 11104 | SUMINISTROS | 26/12/2007 | NORMAL |
| 3524 | GRAPADORA BOLSA SANGRE | BAXTER | F 4R4417 | 8 GRAPADORAS | BANCO DE SANGRE | 14/11/1995 | URGENTE |
| 3548 | GRAPADORA BOLSA SANGRE | BAXTER | F 4R4417 | 3 GRAPADORAS | BANCO DE SANGRE | 11/05/1999 | URGENTE |
| 11331 | GRAPADORA ELECTRICA | RAPID | 100 E | 281786 | RADIOLOGIA HOSPITAL | 07/06/2007 | URGENTE |
| 11332 | GRAPADORA ELECTRICA | RAPID | 100 E | 281785 | RADIOLOGIA HOSPITAL | 07/06/2007 | NORMAL |
| 15307 | GRAPADORA ELECTRICA | RAPID | 5020E | 20415 | ADMISION M.A.L.G. | 13/05/2010 | NORMAL |
| 14248 | GRAPADORA ELECTRICA DE SOBREMESA GRAN CAPACIDAD | RAPID | 100 E | 284428 | ADMISION CENTRAL | 26/12/2007 | NORMAL |
| 10138 | GRAPADORA ELECTRICA SOBRE | RAPID | 100 E | 268757 | ADM. U. GENERALES | 13/10/2005 | NORMAL |
| 559 | GRAPADORA ELECTRICA SOBRE | RAPID | 100 E | 229102 | GESTION ECONOMICA-ADTV | 30/05/2001 | NORMAL |
| 8204 | GRAPADORA ELECTRICA SOBRE | RAPID | 100 E | 243529 | FACTURACION | 20/02/2003 | NORMAL |
| 8205 | GRAPADORA ELECTRICA SOBRE | RAPID | 100 E | 245310 | SUMINISTROS | 20/02/2003 | NORMAL |
| 9664 | GRAPADORA ELECTRICA SOBRE | RAPID | 100 E | 79448-1 | GERENCIA | 20/07/2005 | NORMAL |

ANEXO I .- PA 11-2021 INVENTARIO EQUIPOS ELECTROMÉDICOS HOSPITAL U. SEVERO OCHOA

| Código | Equipo | Marca | Modelo | Número Serie | Unidad | Fecha | Nivel |
|----------|------------------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------------|------------|---------|
| 9665 | GRAPADORA ELECTRICA SOBRE | RAPID | 100 E | 79345-1 | REGISTRO GENERAL | 20/07/2005 | NORMAL |
| 9727 | GRAPADORA ELECTRICA SOBRE | RAPID | 100 E | 267897 | GESTION ECONOMICA-ADTV | 20/07/2005 | NORMAL |
| 11261 | GRAPADORA ELECTRICA SOBRE MESA | RAPID | 100 E | 92686/1 | REPROGRAFIA | 24/05/2007 | NORMAL |
| 10403 | GRAPADORA ELECTRICA SOBREMESA | RAPID | 100 E | 276109 | SERVICIOS GENERALES | 12/04/2006 | NORMAL |
| 15561 | GRAPADORA-TALADRADORA ELECTRICA | POLARIS | 1420 | | ADMISION M.A.L.G. | 02/09/2010 | NORMAL |
| 15562 | GRAPADORA-TALADRADORA ELECTRICA | POLARIS | 1420 | | ADMISION M.A.L.G. | 02/09/2010 | NORMAL |
| 15563 | GRAPADORA-TALADRADORA ELECTRICA | POLARIS | 1420 | | ADMISION M.A.L.G. | 02/09/2010 | NORMAL |
| 2408 | GRUA MOVIL.PACIENTE COMB | ARJO | MAXICOMBI | SIN N/SERIE | U. HOSPIT. 2-C | 19/07/1996 | URGENTE |
| 2410 | GRUA MOVIL.PACIENTE COMB | ARJO | MAXICOMBI | SIN N/SERIE | MEDICINA INTENSIVA (SERVICIO) | 13/05/1997 | URGENTE |
| 13101 | GRUA MOVILIZACION DE PACIENTES | ARJO | MAXILIFT | 94ME 5433 | DIAA | 01/01/2005 | URGENTE |
| 20223 | GRUA MOVILIZACION DE PACIENTES | LIKO | VIKING M | 7504028 | U.HOSPIT. 3-B | 16/12/2010 | URGENTE |
| 21764 | GRUA MOVILIZACION DE PACIENTES | VIRMEDIC | CONFORT E-215 | 150266-03 | REHABILITACION HOSPITAL | 02/02/2016 | URGENTE |
| 20090 | GRUA MOVILIZACION PACIENTES | ARJO HUNTLEIGH | MAXIMOVE | GB3201878157005 | U.HOSPIT. 4-C | 01/08/2001 | URGENTE |
| 20289 | GRUA MOVILIZACION PACIENTES | LIKO | VIKING M | EAN-13 | U. HOSPIT. 3-C | 21/06/2006 | URGENTE |
| 20364 | GRUA MOVILIZACION PACIENTES | ARJO HUNTLEIGH | OPERA | GB 4402 905620 010 | U.HOSPIT. 2-A | 09/10/2002 | URGENTE |
| 20455 | GRUA MOVILIZACION PACIENTES | LIKO | VIKING M | 7109144 | U. HOSPIT. 2-C | 18/02/2010 | URGENTE |
| 20456 | GRUA MOVILIZACION PACIENTES | VIRMEDIC | XL WINCARE E-175 | 005 | U. HOSPIT. 2-C | | URGENTE |
| 20627 | GRUA MOVILIZACION PACIENTES | ARJO HUNTLEIGH | MAXILIFT | GB 1297781005 001 | MEDICINA INTENSIVA (SERVICIO) | 02/02/2016 | URGENTE |
| 22266 | GRUA MOVILIZACION PACIENTES | LIKO | VIKING M | 7502002 | DIALISIS HOSPITAL | 14/05/2009 | URGENTE |
| 23009 | GRUA MOVILIZACION PACIENTES | CARINA | 350EE | 660900663 | RADIOLOGIA M.A.L.G | 03/10/2017 | URGENTE |
| 23020 | GRUA MOVILIZACION PACIENTES | HANDICARE | VEGA505EE | 660311955 | U.HOSPIT. 4-B | 19/10/2017 | URGENTE |
| 24305 | GRUA MOVILIZACION PACIENTES | ARJO HUNTLEIGH | MAXIMOVE | KMCSAN-D-10 | MEDICINA INTENSIVA (SERVICIO) | 03/01/2020 | URGENTE |
| 12006 | GRUA PACIENTE | ARJO | MAXIMOVE | GB4697-792680-007 | U.HOSPIT. 3-B | 02/09/1998 | URGENTE |
| 12006-01 | GRUA PACIENTE | ARJO | scale | 030244 004 | U.HOSPIT. 3-A | | URGENTE |
| 21196 | GRUA PACIENTES ELECTRICA | WINNCARE | XL175 (2P) JUMBO | 006 | URGENCIAS GENERALES | 16/12/2013 | URGENTE |
| 21398 | HD-OCT | CARL ZEISS | 4000 | 0297 | C. EXTERNAS HOSPITAL | | URGENTE |
| 21953 | HEMOCULTIVO | BECTON DICKINSON | BACTEC 9120 | UM1246 | MICROBIOLOGIA HOSPITAL | 11/03/2008 | URGENTE |
| 6866 | HIDROCOLATOR CALOR 3448 | ENRAF | 3448-191 | SIN N/SERIE | REHABILITACION HOSPITAL | 04/09/2002 | URGENTE |
| 975 | HIDROCOLATOR DE CALOR | ENRAF | REF.1451.941 | 13629 | REHA | 03/05/2001 | URGENTE |
| 12371 | HISTEROSCOPIO | BOSTON SCIENTIFIC | HIDROTERMABLATOR-56001S | IN0144FH | BLOQUE QUIRURGICO | | URGENTE |
| 5118 | HISTEROSCOPIO 8974,401 | RICHARD WOLF | 8974,401 | OPTICA 350700 | GINECOLOGIA CONSULTAS | 14/11/2000 | URGENTE |
| 9029-01 | HISTEROSCOPIO QUIRUR.K.ST | KARL STORZ | 26008FA | 618149 | GINECOLOGÍA QUIRÓFANO | 29/09/2004 | URGENTE |
| 1730 | HISTEROSCOPIO R.WOLF PANO | RICHARD WOLF | PANOVUE PLUS | 350700 | U.HOSPIT. 4-B | 14/11/2000 | URGENTE |
| 9029 | HISTEROSCOPIO+SET END.VAG | KARL STORZ | 26008FA/26120BA | 618149/544698 | GINECOLOGÍA QUIRÓFANO | 29/09/2004 | URGENTE |
| 25408 | HOLTER (MONITOR ELECTROCARDIOGRAM) | desconocida | EVENTSCOPE | JB1901008 | CARDIOLOGIA CONSULTAS | 01/10/2020 | URGENTE |
| 9865 | HOLTER D PRESION ARTERIAL | SUNTECH | OSCAR2 | 00006301 | MEDICINA INTERNA (SERVICIO) | 17/08/2005 | URGENTE |
| 21506 | HOLTER DE ECG | MORTARA INSTRUMENT | H12+ | 50002 | C. EXTERNAS HOSPITAL | | URGENTE |

ANEXO I .- PA 11-2021 INVENTARIO EQUIPOS ELECTROMÉDICOS HOSPITAL U. SEVERO OCHOA

| Código | Equipo | Marca | Modelo | Número Serie | Unidad | Fecha | Nivel |
|--------|--------------------------------------|-------------------------|-------------------|---------------|-----------------------------|------------|---------|
| 21507 | HOLTER DE ECG | MORTARA INSTRUMENT | H12+ | S/N | C. EXTERNAS HOSPITAL | | URGENTE |
| 21598 | HOLTER DE ECG | MORTARA INSTRUMENT | H12+ | S/N | C. EXTERNAS HOSPITAL | | URGENTE |
| 21599 | HOLTER DE ECG | MORTARA INSTRUMENT | H12+ | S/N | C. EXTERNAS HOSPITAL | | URGENTE |
| 21600 | HOLTER DE ECG | MORTARA INSTRUMENT | H12+ | 114240217170 | C. EXTERNAS HOSPITAL | | URGENTE |
| 21601 | HOLTER DE ECG | MORTARA INSTRUMENT | H12+ | S/N | C. EXTERNAS HOSPITAL | | URGENTE |
| 21602 | HOLTER DE ECG | MORTARA INSTRUMENT | H12+ | S/N | C. EXTERNAS HOSPITAL | | URGENTE |
| 21603 | HOLTER DE ECG | MORTARA INSTRUMENT | H12+ | S/N | C. EXTERNAS HOSPITAL | | URGENTE |
| 11120 | HOLTER DE TENSIÓN ARTERIAL | SPACELABS | 90207-34 | 207-044884 | M. INTERNA CONSULTAS | 02/02/2007 | URGENTE |
| 16945 | HOLTER GRABADORA | H12+ABB-XXXXX | MORTARA | 1142402817170 | CARDIOLOGIA CONSULTAS | | URGENTE |
| 23848 | HOLTER GRABADORA | H1PLUS-APB | MORTARA | 107142354160 | CARDIOLOGIA CONSULTAS | 28/11/2018 | URGENTE |
| 23849 | HOLTER GRABADORA | H1PLUS-APB | MORTARA | 107162975160 | CARDIOLOGIA CONSULTAS | 28/11/2018 | URGENTE |
| 23916 | HOLTER GRABADORA | ULTRALITE MULTI-LINGUAL | SPACELABS | 217A-014954 | M. INTERNA CONSULTAS | 01/01/2018 | URGENTE |
| 23917 | HOLTER GRABADORA | ULTRALITE MULTI-LINGUAL | SPACELABS | 217A-014953 | M. INTERNA CONSULTAS | 01/01/2018 | URGENTE |
| 23918 | HOLTER GRABADORA | ULTRALITE MULTI-LINGUAL | SPACELABS | 217A-015011 | NEFROLOGIA CONSULTAS | 01/01/2018 | URGENTE |
| 23919 | HOLTER GRABADORA | ULTRALITE MULTI-LINGUAL | SPACELABS | 217A-015011 | NEFROLOGIA CONSULTAS | 01/01/2018 | URGENTE |
| 24315 | HOLTER GRABADORA | spacelabs | 90217A | 217A-015401 | NEFROLOGIA CONSULTAS | 01/01/2018 | URGENTE |
| 25406 | HOLTER GRABADORA | SPIDERFLASH | LA490S | SP1910180A | CARDIOLOGIA CONSULTAS | 01/10/2020 | URGENTE |
| 25407 | HOLTER GRABADORA | SPIDERFLASH | LA490S | SP1911001A | CARDIOLOGIA CONSULTAS | 01/10/2020 | URGENTE |
| 561 | HOLTER GRABADORA | DIAGNOSTIC MONITORING | 400/940-3ECG.7 | 1696 | CARDIOLOGIA CONSULTAS | 22/02/2000 | URGENTE |
| 562 | HOLTER GRABADORA | DIAGNOSTIC MONITORING | 400/940-3ECG.7 | 1698 | CARDIOLOGIA CONSULTAS | 22/02/2000 | URGENTE |
| 3929 | HOLTER PARA PHMETRIA | SYNMED | DIGITRAPPER DELTA | 20928 | PEDIATRIA CONSULTAS | 07/11/2000 | URGENTE |
| 1911 | HOLTER PH METRIA AMBULATO | SINETICS | G80-20000 | SIN N/SERIE | ENC | 05/07/1996 | URGENTE |
| 16569 | HOMOGENEIZADOR | ULTRA TURRAX T18 | REF. E407E2 | | FARMACIA | 11/06/2012 | URGENTE |
| 3437 | HOMOGENEIZADOR DE HECES | SIN MARCA | SIN MODELO | SIN N/SERIE | ANÁLISIS CLÍNICOS HOSPITAL | 01/01/1990 | URGENTE |
| 23495 | HUMIDIFICADOR CON GENERADOR DE FLUJO | FISHER PAYKEL | AIRVO 2 | 171024060089 | PEDIATRIA HOSPITALIZACION | 31/10/2018 | URGENTE |
| 23496 | HUMIDIFICADOR CON GENERADOR DE FLUJO | FISHER PAYKEL | AIRVO 2 | 171102060843 | PEDIATRIA HOSPITALIZACION | 31/10/2018 | URGENTE |
| 23850 | HUMIDIFICADOR CON GENERADOR DE FLUJO | HELIANTHUS MEDICAL | AIRVO 2 | 180820075973 | PEDIATRIA HOSPITALIZACION | 18/12/2018 | URGENTE |
| 23987 | HUMIDIFICADOR CON GENERADOR DE FLUJO | FISHER PAYKEL | MR850ALU | 180518356331 | REANIMACION | 19/12/2018 | URGENTE |
| 23988 | HUMIDIFICADOR CON GENERADOR DE FLUJO | FISHER PAYKEL | MR850ALU | 180518356317 | MEDICINA INTENSIVA DOCENCIA | 19/12/2018 | URGENTE |
| 23989 | HUMIDIFICADOR CON GENERADOR DE FLUJO | FISHER PAYKEL | MR850ALU | 180518356328 | PEDIATRIA HOSPITALIZACION | 19/12/2018 | URGENTE |
| 23990 | HUMIDIFICADOR CON GENERADOR DE FLUJO | FISHER PAYKEL | MR850ALU | 180518356321 | PEDIATRIA HOSPITALIZACION | 19/12/2018 | URGENTE |
| 23991 | HUMIDIFICADOR CON GENERADOR DE FLUJO | FISHER PAYKEL | MR850ALU | 180518356336 | MEDICINA INTENSIVA DOCENCIA | 19/12/2018 | URGENTE |
| 23992 | HUMIDIFICADOR CON GENERADOR DE FLUJO | FISHER PAYKEL | MR850ALU | 180606357536 | MEDICINA INTENSIVA DOCENCIA | 19/12/2018 | URGENTE |

ANEXO I .- PA 11-2021 INVENTARIO EQUIPOS ELECTROMÉDICOS HOSPITAL U. SEVERO OCHOA

| Código | Equipo | Marca | Modelo | Número Serie | Unidad | Fecha | Nivel |
|--------|--------------------------------------|--------------------|--------------|-------------------|-------------------------------|------------|---------|
| 24184 | HUMIDIFICADOR CON GENERADOR DE FLUJO | FISHER PAYKEL | MR850ALU | 21170612325174 | NEONATOLOGIA | 21/08/2019 | URGENTE |
| 25422 | HUMIDIFICADOR CON GENERADOR DE FLUJO | FISHER PAYKEL | PT101EW | 191205107620 | URGENCIAS GENERALES | 19/06/2020 | URGENTE |
| 25423 | HUMIDIFICADOR CON GENERADOR DE FLUJO | FISHER PAYKEL | PT101EW | 170912067282 | URGENCIAS GENERALES | 19/06/2020 | URGENTE |
| 25424 | HUMIDIFICADOR CON GENERADOR DE FLUJO | FISHER PAYKEL | PT101EW | 191205107631 | URGENCIAS GENERALES | 19/06/2020 | URGENTE |
| 25425 | HUMIDIFICADOR CON GENERADOR DE FLUJO | FISHER PAYKEL | PT101EW | 190812099517 | NEUMOLOGIA HOSPITALIZACION | 19/06/2020 | URGENTE |
| 25426 | HUMIDIFICADOR CON GENERADOR DE FLUJO | FISHER PAYKEL | PT101EW | 190812099514 | NEUMOLOGIA HOSPITALIZACION | 19/06/2020 | URGENTE |
| 11306 | HUMIDIFICADOR- NEBULIZADOR | OMROM | NE-U17 | 6X00026AF | U.HOSPIT. 4-B | 24/05/2007 | URGENTE |
| 20626 | HUMIDIFICADOR RESPIRATORIO | FISHER PAYKEL | MR850ALU | 060308004389 | MEDICINA INTENSIVA (SERVICIO) | | CRITICO |
| 20680 | HUMIDIFICADOR RESPIRATORIO | FISHER PAYKEL | MR850ALU | 051028016395 | MEDICINA INTENSIVA (SERVICIO) | | CRITICO |
| 20995 | HUMIDIFICADOR RESPIRATORIO | FISHER PAYKEL | MR410 | 0041ASU01308 | NEONATOLOGIA | 01/06/1999 | CRITICO |
| 20996 | HUMIDIFICADOR RESPIRATORIO | FISHER PAYKEL | MR410 | 0041ASU01309 | NEONATOLOGIA | | CRITICO |
| 20997 | HUMIDIFICADOR RESPIRATORIO | FISHER PAYKEL | MR410 | 0041ASU02554 | NEONATOLOGIA | 03/05/2000 | CRITICO |
| 20998 | HUMIDIFICADOR RESPIRATORIO | FISHER PAYKEL | MR410 | 9841ASU20917 | NEONATOLOGIA | | CRITICO |
| 20999 | HUMIDIFICADOR RESPIRATORIO | FISHER PAYKEL | MR410 | 2000-41ASU19035 | NEONATOLOGIA | 16/04/2003 | CRITICO |
| 21000 | HUMIDIFICADOR RESPIRATORIO | FISHER PAYKEL | MR410 | 9941ASU02101 | NEONATOLOGIA | | CRITICO |
| 21001 | HUMIDIFICADOR RESPIRATORIO | FISHER PAYKEL | MR410 | 2000-41ASU19036 | NEONATOLOGIA | 16/04/2003 | CRITICO |
| 21002 | HUMIDIFICADOR RESPIRATORIO | FISHER PAYKEL | MR730 | 2000-73AEU09185 | NEONATOLOGIA | | CRITICO |
| 21003 | HUMIDIFICADOR RESPIRATORIO | FISHER PAYKEL | MR730 | 2001-73AEU12604 | NEONATOLOGIA | | CRITICO |
| 21004 | HUMIDIFICADOR RESPIRATORIO | FISHER PAYKEL | MR730 | 2001-73AEU12603 | NEONATOLOGIA | | CRITICO |
| 21021 | HUMIDIFICADOR RESPIRATORIO | FISHER PAYKEL | MR850ALU | 040416004031 | NEONATOLOGIA | 03/05/2000 | CRITICO |
| 21025 | HUMIDIFICADOR RESPIRATORIO | FISHER PAYKEL | MR730 | 9873ASU10025 | NEONATOLOGIA | 01/06/1999 | CRITICO |
| 21038 | HUMIDIFICADOR RESPIRATORIO | FISHER PAYKEL | MR730 | 9973ASU04550 | NEONATOLOGIA | 22/11/1995 | CRITICO |
| 21041 | HUMIDIFICADOR RESPIRATORIO | FISHER PAYKEL | MR730 | 9573ASU17429 | NEONATOLOGIA | | CRITICO |
| 21045 | HUMIDIFICADOR RESPIRATORIO | FISHER PAYKEL | MR850ALU | 080613018217 | NEONATOLOGIA | 30/07/2008 | CRITICO |
| 21070 | HUMIDIFICADOR RESPIRATORIO | FISHER PAYKEL | MR410 | 9941ASU02100 | NEONATOLOGIA | | CRITICO |
| 21431 | HUMIDIFICADOR RESPIRATORIO | FISHER PAYKEL | MR730 | 9573ASU1730 | NEONATOLOGIA | 01/06/1999 | CRITICO |
| 3027 | HUMIDIFICADOR ULTRA.NEU12 | OMRON | NE-U12 | 2 HUMIDIFICADOR | U.HOSPIT. 2-A | 09/09/1997 | URGENTE |
| 2174 | HUMIDIFICADOR ULTRASO.310 | NEBUTUR | 310C | 4879 | U. HOSPIT. 2-C | 04/07/2000 | URGENTE |
| 5288 | HUMIDIFICADOR ULTRASO.310 | NEBUTUR | 310C | 04549 | U.HOSPIT. 2-A | 27/04/1999 | URGENTE |
| 5289 | HUMIDIFICADOR ULTRASO.310 | NEBUTUR | 310C | SIN N/SERIE | U.HOSPIT. 2-A | 27/04/1999 | URGENTE |
| 1780 | HUMIDIFICADOR ULTRASONICO | NEBUTUR | 310C | 04546 | U.HOSPIT. 4-C | 27/04/1999 | URGENTE |
| 3025 | HUMIDIFICADOR ULTRASONICO | LA CASA DEL MEDICO | 399.15870003 | 3 HUMIDIFICADORES | U.HOSPIT. 2-A | 19/07/1996 | URGENTE |
| 3026 | HUMIDIFICADOR ULTRASONICO | LA CASA DEL MEDICO | 399.15870003 | SIN N/SERIE | U.HOSPIT. 2-A | 29/10/1996 | URGENTE |

ANEXO I .- PA 11-2021 INVENTARIO EQUIPOS ELECTROMÉDICOS HOSPITAL U. SEVERO OCHOA

| Código | Equipo | Marca | Modelo | Número Serie | Unidad | Fecha | Nivel |
|--------|--------------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|---------------------------|------------|---------|
| 1786 | HUMIDIFICADOR/NEBULIZADOR | OMRON | NW-U12 | SIN N/SERIE | U.HOSPIT. 4-C | 15/10/1993 | URGENTE |
| 12021 | HUMIDIFICADOR-NEBULIZADOR | OMRON | NU 17-E | 600300002 | U.HOSPIT. 4-B | | URGENTE |
| 6053 | HUMIDIFICADOR-NEBULIZADOR | OMRON | U17 | 2600108A | U.HOSPIT. 4-B | 09/10/2002 | URGENTE |
| 6041 | HUMID-NEBULIZA.ULTRAS.U17 | OMRON | U17 | 2600086A | U.HOSPIT. 2-A | 28/08/2002 | URGENTE |
| 6042 | HUMID-NEBULIZA.ULTRAS.U17 | OMRON | U17 | 2600218A | U.HOSPIT. 2-A | 28/08/2002 | URGENTE |
| 6052 | HUMID-NEBULIZA.ULTRAS.U17 | OMRON | U17 | 2600107A | U.HOSPIT. 4-C | 09/10/2002 | URGENTE |
| 8896 | HUMID-NEBULIZA.ULTRAS.U17 | OMRON | U17 | 3Z00078A | U. HOSPIT. 3-C | 15/09/2004 | URGENTE |
| 8897 | HUMID-NEBULIZA.ULTRAS.U17 | OMRON | U17 | 3Z00077A | REANIMACION | 24/09/2004 | URGENTE |
| 22390 | IMPEDANCIOMETRO (TIMPANOMETRO) | INTERACOUSTICS | AT 235 | 296550 | OTORRINO M.A.L.G. | 20/09/2007 | URGENTE |
| 21441 | IMPEDANCIOMETRO PORTATIL | INTERACOUSTICS | TITAN | 884680 | C. EXTERNAS HOSPITAL | 12/11/2012 | URGENTE |
| 25577 | IMPEDIANCIOMETRO | AMPLIFON | AT35 V15 | 0999161 | SUMINISTROS | 04/11/2020 | URGENTE |
| 8166 | IMPR. HP B.INJKE 2250TN | HEWLETT PACKARD BIS | BUSINESS INKJET 2250 TN | SG1701108M | LAB. HEMATOLOGIA HOSPITAL | 01/01/1998 | URGENTE |
| 21971 | INCINERADOR DE MUESTRAS | JP SELECTA | STERIL-BIO | 0490586 | MICROBIOLOGIA HOSPITAL | 31/05/2007 | URGENTE |
| 21977 | INCINERADOR DE MUESTRAS | JP SELECTA | STERIL-BIO | 0421999 | MICROBIOLOGIA HOSPITAL | 23/04/2003 | URGENTE |
| 22062 | INCINERADOR DE MUESTRAS | JP SELECTA | STERIL-BIO | 0410764 | MICROBIOLOGIA HOSPITAL | | URGENTE |
| 22063 | INCINERADOR DE MUESTRAS | JP SELECTA | STERIL-BIO | 0341258 | MICROBIOLOGIA HOSPITAL | | URGENTE |
| 22064 | INCINERADOR DE MUESTRAS | JP SELECTA | STERIL-BIO | 0341352 | MICROBIOLOGIA HOSPITAL | | URGENTE |
| 22000 | INCINERADORA DE MUESTRAS | JP SELECTA | STERIL-BIO | 0371827 | MICROBIOLOGIA HOSPITAL | 25/04/2001 | CRITICO |
| 21018 | INCUBADORA | DATEX OHMEDA | GIRAFFE | HDHL50631 | NEONATOLOGIA | 25/06/2007 | CRITICO |
| 21019 | INCUBADORA | DATEX OHMEDA | GIRAFFE | HDHL50627 | NEONATOLOGIA | 25/06/2007 | CRITICO |
| 21026 | INCUBADORA | DRAGER | CALEO | ARWM-0072 | NEONATOLOGIA | 21/11/2005 | CRITICO |
| 21033 | INCUBADORA | DRAGER | CALEO | ARRL-0242 | NEONATOLOGIA | 28/11/2001 | CRITICO |
| 21039 | INCUBADORA | DRAGER | ISOLETTE 8000 | CM04689 | NEONATOLOGIA | 23/09/2014 | CRITICO |
| 21042 | INCUBADORA | DRAGER | CALEO | ARRL-0095 | NEONATOLOGIA | 21/11/2001 | CRITICO |
| 21079 | INCUBADORA | DRAGER | ISOLETTE 8000 | CM04688 | NEONATOLOGIA | 23/09/2014 | CRITICO |
| 12210 | INCUBADORA COAGULACION | DADE BEHRING | PFA-100 | 02096 | LAB. HEMATOLOGIA HOSPITAL | | CRITICO |
| 22130 | INCUBADORA DE MUESTRAS | DIAGNOSTIC GRIFOLS | DG-230 | 230-50-558 | BANCO DE SANGRE | | CRITICO |
| 22138 | INCUBADORA DE MUESTRAS | DIAGNOSTIC GRIFOLS | DG-230 | 230-50-578 | BANCO DE SANGRE | | CRITICO |
| 20982 | INCUBADORA DE TRANSPORTE | DRAGER | T1500 GLOBE-TROTTER | 015070017X | NEONATOLOGIA | 30/08/2007 | CRITICO |
| 22523 | INCUBADORA DE UCI | ATOM | V-707 | 25Z0475 | NEONATOLOGIA | 12/06/2016 | CRITICO |
| 12519 | INSUFLADOR | STORZ | 26430520 | | BLOQUE QUIRURGICO | | URGENTE |
| 24043 | INSUFLADOR | STORZ | ENDOFLATOR 50 UI500 | ZR2969 | GINECOLOGÍA QUIRÓFANO | 18/11/2018 | URGENTE |
| 20811 | INSUFLADOR DE CO2 | RICHARD WOLF | 2232.021 | 1000100349 | BLOQUE QUIRURGICO | 06/07/2006 | URGENTE |
| 20855 | INSUFLADOR DE CO2 | RICHARD WOLF | 2232.021 | 050475 | BLOQUE QUIRURGICO | | URGENTE |
| 22028 | INTERFACE HPLC | HITACHI | D-6000 | 007-7100 | BIOQUIMICA HOSPITAL | | URGENTE |
| 12430 | INYECTOR CONTRASTE | MEDTRON | INJEKTRON 82M | 820803718 | RADIOLOGIA HOSPITAL | | CRITICO |
| 12433 | INYECTOR CONTRASTE | LIEBEL | | 1197-0202 | RADIOLOGIA HOSPITAL | | CRITICO |
| 12438 | INYECTOR CONTRASTE | LIEBEL | | 061-4330 | RADIOLOGIA HOSPITAL | | CRITICO |
| 24242 | IRRIGADOR | STORZ | ENDOMAT SELECT UP20 | YR900 | GINECOLOGÍA QUIRÓFANO | 18/11/2018 | CRITICO |

ANEXO I .- PA 11-2021 INVENTARIO EQUIPOS ELECTROMÉDICOS HOSPITAL U. SEVERO OCHOA

| Código | Equipo | Marca | Modelo | Número Serie | Unidad | Fecha | Nivel |
|--------|-----------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------|----------------------------|------------|---------|
| 21479 | IRRIGADOR CALORICO | ATMOS MEDICA | VARIO THERM PLUS | 254175 03 | C. EXTERNAS HOSPITAL | 28/11/2001 | URGENTE |
| 3366 | ISOELECTROENFOQUE | MINI/POWER | 1000 | SIN N/SERIE | ANÁLISIS CLÍNICOS HOSPITAL | 23/09/1997 | URGENTE |
| 23180 | LAMPARA | LUXO | REF. LUX0001 | | DERMATOLOGIA CONSULTAS | 09/07/2012 | URGENTE |
| 21077 | LAMPARA DE FOTOTERAPIA | DATEX OHMEDA | SPOT LITE GIRAFFE | HEBL51034 | NEONATOLOGIA | | URGENTE |
| 21078 | LAMPARA DE FOTOTERAPIA | NATUS | NEO BLUE | 27359 | NEONATOLOGIA | 11/11/2014 | URGENTE |
| 22417 | LAMPARA DE FOTOTERAPIA | DATEX OHMEDA | SPOT LITE GIRAFFE | HBL50712 | NEONATOLOGIA | 24/05/2007 | URGENTE |
| 21419 | LAMPARA DE HENDIDURA | TOPCON | SL-3G | 3702022 | C. EXTERNAS HOSPITAL | | URGENTE |
| 21435 | LAMPARA DE HESS LANCASTER | ULLOA OPTICO | S/M | S/N | C. EXTERNAS HOSPITAL | | URGENTE |
| 22684 | LAMPARA DE QUIROFANO | MINDRAY | HYLED 760 | 16-6B001652 | BLOQUE QUIRURGICO | 31/10/2016 | URGENTE |
| 22061 | LAMPARA DE WOOD | MIMSAL | VISTA HANDLE PLUS H.F. | E-061914 | MICROBIOLOGIA HOSPITAL | | URGENTE |
| 22440 | LAMPARA DE WOOD | MIMSAL | VISTA HANDLE PLUS H.F. | A0118 | OFTALMOLOGIA M.A.L.G. | | URGENTE |
| 22466 | LAMPARA DE WOOD | MIMSAL | B-601 | S/N | DERMATOLOGIA M.A.L.G. | | URGENTE |
| 22469 | LAMPARA DE WOOD | MIMSAL | B-601 | S/N | DERMATOLOGIA M.A.L.G. | | URGENTE |
| 11179 | LAMPARA FOTOTERAPIA | | | L-1 | NEONATOLOGIA | 03/01/1985 | URGENTE |
| 11180 | LAMPARA FOTOTERAPIA | | | L-2 | NEONATOLOGIA | 03/01/1985 | URGENTE |
| 11181 | LAMPARA FOTOTERAPIA | | | L-3 | NEONATOLOGIA | 03/01/1985 | URGENTE |
| 11182 | LAMPARA FOTOTERAPIA | | | L-4 | NEONATOLOGIA | 03/01/1985 | URGENTE |
| 11183 | LAMPARA FOTOTERAPIA | | | L-5 | NEONATOLOGIA | 03/01/1985 | URGENTE |
| 12476 | LAMPARA HENDIDURA | TOPCON | LM6 | | OFTALMOLOGIA CONSULTAS | | URGENTE |
| 21392 | LAMPARA HENDIDURA | HAAG STREIT DIAGNOSTICS | 900 BM | 1400236.0388 | C. EXTERNAS HOSPITAL | | URGENTE |
| 21401 | LAMPARA HENDIDURA | TAKAGI | SM30 | 498174 | C. EXTERNAS HOSPITAL | | URGENTE |
| 21436 | LAMPARA HENDIDURA | TAKAGI | SM30 | 1199259 | C. EXTERNAS HOSPITAL | 14/07/2000 | URGENTE |
| 21511 | LAMPARA HENDIDURA | TAKAGI | SM-12H | 1135 | C. EXTERNAS HOSPITAL | | URGENTE |
| 21521 | LAMPARA HENDIDURA | TAKAGI | SM-30 | 1297130 | C. EXTERNAS HOSPITAL | 01/01/1997 | URGENTE |
| 21523 | LAMPARA HENDIDURA | TAKAGI | 900 | 9002156939 | C. EXTERNAS HOSPITAL | | URGENTE |
| 21528 | LAMPARA HENDIDURA | HAAG STREIT DIAGNOSTICS | 900 | B90048755 | C. EXTERNAS HOSPITAL | | URGENTE |
| 21547 | LAMPARA HENDIDURA | NIKON | F-S2 | 62727 | C. EXTERNAS HOSPITAL | | URGENTE |
| 22437 | LAMPARA HENDIDURA | TAKAGI | SM-12H | 1136 | OFTALMOLOGIA M.A.L.G. | | URGENTE |
| 22443 | LAMPARA HENDIDURA | TAKAGI | SM-30 | 0198175 | OFTALMOLOGIA M.A.L.G. | | URGENTE |
| 22451 | LAMPARA HENDIDURA | TAKAGI | SM-70 | 0602625 | OFTALMOLOGIA M.A.L.G. | 31/07/2002 | URGENTE |
| 11039 | LAMPARA HENDIDURA TAKAGI | TAKAGI | SM-70/SM-30 | 0498175 | OFTP-E | | URGENTE |
| 20675 | LAMPARA QUIROFANO | KLS MARTIN | C300 SH | 70 607 | HEMODINÁMICA | | URGENTE |
| 20782 | LAMPARA PORTATIL QUIRURGICA | ORDISI | DRL-92 | 21193 | BLOQUE QUIRURGICO | | URGENTE |
| 21133 | LAMPARA PORTATIL QUIRURGICA | INMOCLINIC | ORLA 20100 | S/N | URGENCIAS GENERALES | 04/06/1996 | URGENTE |
| 2292 | LAMPARA QUIROF.LUZ PORTAT | ORDISI | DLR-92 | SIN N/SERIE | REANIMACION | 23/05/2000 | URGENTE |
| 24125 | LAMPARA QUIROFANO | STORZ | LEDVISION 202 DY | WD202DY1 | BLOQUE QUIRURGICO | 19/12/2018 | CRITICO |
| 24126 | LAMPARA QUIROFANO | STORZ | LEDVISION 205 DY (REF: WD202DY1) | F.18.10.0118 | BLOQUE QUIRURGICO | 19/12/2018 | CRITICO |
| 24129 | LAMPARA QUIROFANO | STORZ | LEDVISION 202 DY | | BLOQUE QUIRURGICO | 19/12/2018 | CRITICO |
| 24130 | LAMPARA QUIROFANO | STORZ | LEDVISION 202 DY | | BLOQUE QUIRURGICO | 19/12/2018 | CRITICO |

ANEXO I .- PA 11-2021 INVENTARIO EQUIPOS ELECTROMÉDICOS HOSPITAL U. SEVERO OCHOA

| Código | Equipo | Marca | Modelo | Número Serie | Unidad | Fecha | Nivel |
|--------|--|-----------|----------------------------|-----------------|----------------------|------------|---------|
| 16823 | LAMPARA QUIRURGICA | STERIS | XLED | 201419027 | BLOQUE QUIRURGICO | 15/10/2014 | CRITICO |
| 20716 | LAMPARA QUIRURGICA | DRAGER | POLARIS 700 DC | 100000000076542 | BLOQUE QUIRURGICO | 24/06/2014 | CRITICO |
| 20717 | LAMPARA QUIRURGICA | DRAGER | POLARIS 500 DC | 100000000075916 | BLOQUE QUIRURGICO | | CRITICO |
| 20743 | LAMPARA QUIRURGICA | STERIS | HARMONY LED585 | 0416809082 | BLOQUE QUIRURGICO | 03/12/2009 | CRITICO |
| 20744 | LAMPARA QUIRURGICA | STERIS | HARMONY LED585 | 0416809083 | BLOQUE QUIRURGICO | | CRITICO |
| 20777 | LAMPARA QUIRURGICA | STERIS | HARMONY LED585 | 0416709082 | BLOQUE QUIRURGICO | | CRITICO |
| 20778 | LAMPARA QUIRURGICA | STERIS | HARMONY LED585 | 0416609041 | BLOQUE QUIRURGICO | | CRITICO |
| 20807 | LAMPARA QUIRURGICA | STERIS | XLD3SW | 15291 | BLOQUE QUIRURGICO | | CRITICO |
| 20808 | LAMPARA QUIRURGICA | STERIS | XLD3SW | 15290 | BLOQUE QUIRURGICO | | CRITICO |
| 20937 | LAMPARA QUIRURGICA | HERAEUS | HANAULUX | B6027 | PARITORIO | | CRITICO |
| 21311 | LAMPARA QUIRURGICA | HERAEUS | HANAULUX MELBOURNE | 86025 | BLOQUE QUIRURGICO | | CRITICO |
| 21318 | LAMPARA QUIRURGICA | STERIS | HARMONY LC | 1103 10612612 | BLOQUE QUIRURGICO | 30/11/2006 | CRITICO |
| 21319 | LAMPARA QUIRURGICA | STERIS | HARMONY LC | 1103 10612152 | BLOQUE QUIRURGICO | | CRITICO |
| 21325 | LAMPARA QUIRURGICA | MATACHANA | ML600/S PLUS | 040701406 | BLOQUE QUIRURGICO | 28/10/2005 | CRITICO |
| 23552 | LAMPARA QUIRURGICA | MINDRAY | HYLED 730/760 | 16-88002929 | BLOQUE QUIRURGICO | 05/11/2018 | CRITICO |
| 23553 | LAMPARA QUIRURGICA | INSANEX | MINDRAY HYLED 730/760 | 16-88002924 | BLOQUE QUIRURGICO | 05/11/2018 | CRITICO |
| 23554 | LAMPARA QUIRURGICA | MINDRAY | HYLED 730/760 | 16-88002925 | BLOQUE QUIRURGICO | 05/11/2018 | CRITICO |
| 23555 | LAMPARA QUIRURGICA | INSANEX | MINDRAY HYLED 730/760 | 16-88002931 | BLOQUE QUIRURGICO | 05/11/2018 | CRITICO |
| 24228 | LAMPARA QUIRURGICA | INSANEX | MINDRAY HYLED 730/760 | 16-88002930 | BLOQUE QUIRURGICO | 05/11/2018 | CRITICO |
| 24229 | LAMPARA QUIRURGICA | INSANEX | MINDRAY HYLED 730/760 | 16-88002926 | BLOQUE QUIRURGICO | 05/11/2018 | CRITICO |
| 24230 | LAMPARA QUIRURGICA | INSANEX | MINDRAY HYLED 730/760 | 16-88002928 | BLOQUE QUIRURGICO | 05/11/2018 | CRITICO |
| 24231 | LAMPARA QUIRURGICA | INSANEX | MINDRAY HYLED 730/760 | 16-88002928 | BLOQUE QUIRURGICO | 05/11/2018 | CRITICO |
| 15033 | LAMPARA QUIRURGICA DOBLE | STERIS | HARMONY LED 585 REF. LED01 | 0416809066 | BLOQUE QUIRURGICO | 19/11/2009 | CRITICO |
| 11247 | LARINGOSCOPIO ADULTOS | TRUPHATEK | REFERENCIA MANGO T-4211X | | BLOQUE QUIRURGICO | 17/05/2007 | URGENTE |
| 11248 | LARINGOSCOPIO ADULTOS | TRUPHATEK | REFERENCIA MANGO T-4211X | | BLOQUE QUIRURGICO | 17/05/2007 | URGENTE |
| 11249 | LARINGOSCOPIO ADULTOS | TRUPHATEK | REFERENCIA MANGO T-4211X | | BLOQUE QUIRURGICO | 17/05/2007 | URGENTE |
| 11250 | LARINGOSCOPIO ADULTOS | TRUPHATEK | REFERENCIA MANGO T-4211X | | BLOQUE QUIRURGICO | 17/05/2007 | URGENTE |
| 15340 | LARINGOSCOPIO ADULTOS PUNTO VERDE XENON LUZ FRIA (JUEGO MANGO+4 PALAS) | RIESTER | RI-INTEGRAL REF. 8040 | | MIV-E | 20/05/2010 | URGENTE |
| 14141 | LARINGOSCOPIO JUEGO DE 3 PALAS CON BOMBILLA REPUESTO | RIESTER | 7040 | | RADIOLOGIA HOSPITAL | 25/10/2007 | URGENTE |
| 14142 | LARINGOSCOPIO JUEGO DE 3 PALAS CON BOMBILLA REPUESTO | RIESTER | 7040 | | C. EXTERNAS M.A.L.G. | 25/10/2007 | URGENTE |
| 14143 | LARINGOSCOPIO JUEGO DE 3 PALAS CON BOMBILLA REPUESTO | RIESTER | 7040 | | BANCO DE SANGRE | 25/10/2007 | URGENTE |

ANEXO I .- PA 11-2021 INVENTARIO EQUIPOS ELECTROMÉDICOS HOSPITAL U. SEVERO OCHOA

| Código | Equipo | Marca | Modelo | Número Serie | Unidad | Fecha | Nivel |
|---------|--|-------------------------|----------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------|---------|
| 14144 | LARINGOSCOPIO JUEGO DE 3 PALAS CON BOMBILLA REPUESTO | RIESTER | 7040 | | C. EXTERNAS HOSPITAL | 25/10/2007 | URGENTE |
| 11246 | LARINGOSCOPIO PEDIATRICO | TRUPHATEK | REFERENCIA MANGO T-4212X | | BLOQUE QUIRURGICO | 17/05/2007 | URGENTE |
| 11245 | LARINGOSCOPIO RESONANCIA MAGNETICA | TRUPHATEK | REFERENCIA T-5442M | | ANESTESIA | 17/05/2007 | URGENTE |
| 4704 | LARINGOSCOPIO VARIAS MARC | VARIAS MARCAS | VARIOS MODELOS | SIN N/SERIE | QUIRÓFANO AMBULANTE | 23/01/2001 | URGENTE |
| 8395 | LARINGOSCOPIO VARIAS MARC | VARIAS MARCAS | VARIOS MODELOS | SIN N/SERIE | URGENCIAS GENERALES | 30/04/2003 | URGENTE |
| 8396 | LARINGOSCOPIO VARIAS MARC | VARIAS MARCAS | VARIOS MODELOS | SIN N/SERIE | URGENCIAS GENERALES | 30/04/2003 | URGENTE |
| 20785 | LASER | DIAGNISCAN | SL50 | 50-GD12YE | BLOQUE QUIRURGICO | | URGENTE |
| 23593 | LASER | DIODO | FOXIII | 614288-BAA | BLOQUE QUIRURGICO | 28/11/2018 | URGENTE |
| 4516 | LASER GENERADOR-EMISOR | ENRAF | SIN MODELO | SIN N/SERIE | REHABILITACION HOSPITAL | 01/11/1992 | URGENTE |
| 21330 | LASER OCULAR DE ARGON | ALCON LABORATORIES | EYELITE OPHTHALAS 532 | 0001777201X | BLOQUE QUIRURGICO | | URGENTE |
| 21394 | LASER OCULAR DE ARGON | ALCON LABORATORIES | EYELITE OPHTHALAS 532 | IIIT000339 | C. EXTERNAS HOSPITAL | | URGENTE |
| 21395 | LASER OCULAR YAG | NIDEK | YC-1300 | 30728 | C. EXTERNAS HOSPITAL | | URGENTE |
| 21795 | LASER TIPO CAÑON COMBY | ASA LASER | COMBY 3 | 00005568 | REHABILITACION HOSPITAL | 11/09/2002 | URGENTE |
| 6926 | LASER TIPO CAÑON COMBY | COMBY | 8.3C | SIN N/SERIE | ESTRUCTURA COMUN M.A.L.G. | 24/07/2002 | URGENTE |
| 21796 | LASER TIPO CAÑON ICL 60 | FISIOLINE | ICL 60 | 6101597 | REHABILITACION HOSPITAL | 19/05/1998 | URGENTE |
| 21138 | LAVACUÑAS DESINFECTADOR ELECTRICO | ARJO HUNTLEIGH | TYPHOON (MOD: SP 6000) | SEV0706132 | URGENCIAS GENERALES | 07/06/2007 | URGENTE |
| 21161 | LAVACUÑAS DESINFECTADOR ELECTRICO | ARJO HUNTLEIGH | TYPHOON (MOD: S 6000) | BAA076645 | URGENCIAS GENERALES | 08/08/2001 | URGENTE |
| 21207 | LAVACUÑAS DESINFECTADOR ELECTRICO | ARJO HUNTLEIGH | TYPHOON (MOD: S 6000) | 252202 | URGENCIAS GENERALES | 01/08/2001 | URGENTE |
| 23501 | LAVACUÑAS DESINFECTADOR ELECTRICO | ARJO HUNTLEIGH | TYPHOON (MOD: SP 6000) | SEW0712002 | MEDICINA INTENSIVA (SERVICIO) | 07/06/2007 | URGENTE |
| 11611 | LAVACUÑAS ELECTRICO | ARJO | TYPHOON | SEV6712002 | MEDICINA INTENSIVA (SERVICIO) | 12/07/2007 | URGENTE |
| 24008 | LAVACUÑAS ELECTRICO | ARJO | TYPHOON | PO523307 | MEDICINA INTENSIVA (SERVICIO) | 28/11/2018 | URGENTE |
| 24009 | LAVACUÑAS ELECTRICO | ARJO | TYPHOON | PO515963 | URGENCIAS GENERALES | 28/11/2018 | URGENTE |
| 24010 | LAVACUÑAS ELECTRICO | ARJO | TYPHOON | PO521894-5159 | REANIMACION | 28/11/2018 | URGENTE |
| 8183-01 | LAVADOR DE PLACAS | JOHNSON&JOHNSON/ETHICON | SUNRISE/COLUMBUS/SHAKER | 03930003144/6110007 | BANCO DE SANGRE | 22/04/2002 | URGENTE |
| 11137 | LAVADOR MICROPLACA | BIO-RAD | PW40 | EC6J110602 | MICROBIOLOGIA HOSPITAL | 09/03/2007 | URGENTE |
| 21947 | LAVADORA MUESTRA | LABSYSTEMS | WELLWASH4 | 0006-2028 | MICROBIOLOGIA HOSPITAL | | URGENTE |
| 22873 | LECTOR DE CODIGO DE BARRAS | METROLOGIG | MK5145 ECLIPSE | 2M15380056 | U.HOSPIT. 3-B | 30/10/2015 | URGENTE |
| 22874 | LECTOR DE CODIGO DE BARRAS | METROLOGIG | MK5145 ECLIPSE | 2M15380077 | U.HOSPIT. 3-B | 30/10/2015 | URGENTE |
| 22885 | LECTOR DE CODIGO DE BARRAS | METROLOGIG | MK5145 ECLIPSE | 2M15380279 | U. HOSPIT. 2-C | 30/10/2015 | URGENTE |
| 23167 | LECTOR DE CODIGO DE BARRAS | METROLOGIG | MK5145 ECLIPSE | 2M15380119 | U.HOSPIT. 4-A | 30/10/2015 | URGENTE |
| 23170 | LECTOR DE CODIGO DE BARRAS | METROLOGIG | MK5145 ECLIPSE | 2M15373251 | U. HOSPIT. 3-C | 30/10/2015 | URGENTE |
| 24071 | LECTOR DE CODIGO DE BARRAS | METROLOGIG | MK5145 ECLIPSE | 2M15380074 | BANCO DE SANGRE | 30/10/2015 | URGENTE |
| 24159 | LECTOR DE CODIGO DE BARRAS | METROLOGIG | MK5145 ECLIPSE | 2M15380257 | BANCO DE SANGRE | 30/10/2015 | URGENTE |
| 1913 | LIMPIADOR ULTRASON.MAT.EN | OLYMPUS | KS-2 | SIN N/SERIE | ENC | 19/05/1998 | URGENTE |
| 1916 | LIMPIADOR ULTRASON.MAT.EN | OLYMPUS | KS-2 | SIN N/SERIE | ENC | 01/01/1992 | URGENTE |
| 1915 | LITOTRIPTOR | MEDICAL EUROPA | REF.211225/7 | SIN N/SERIE | ENC | 08/11/1994 | URGENTE |
| 20840 | LITOTRIPTOR | KARL STORZ | SCB CALCULASE II (REF. 27750220) | OY0117 | BLOQUE QUIRURGICO | 13/10/2011 | URGENTE |
| 20841 | LITOTRIPTOR | KARL STORZ | CALCUSPLIT (REF: 276300 20) | UU4023 | BLOQUE QUIRURGICO | 04/11/2015 | URGENTE |

| ANEXO I .- PA 11-2021 INVENTARIO EQUIPOS ELECTROMÉDICOS HOSPITAL U. SEVERO OCHOA | | | | | | | |
|--|----------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------|------------------------------------|------------|---------|
| Código | Equipo | Marca | Modelo | Número Serie | Unidad | Fecha | Nivel |
| 12272 | LUMINIMETRO | DIGENE | DICR-1 | 202514 | A. PATOLÓGICA HOSPITAL | | URGENTE |
| 8266 | LUXOMETRO DIGITAL LUTRON | LUTRON | LX-103 | L893795 | Grupo desc | 16/04/2003 | URGENTE |
| 8196 | MAGNETOSCOPIO | SONY | Desconocido | 420432 | GINECOLOGIA CONSULTAS | 24/03/2003 | URGENTE |
| 21352 | MAMOGRAFO | GENERAL ELECTRIC | SENO ESSENTIAL | 566291BU1 | RADIOLOGIA HOSPITAL | | URGENTE |
| 23173 | MAMOGRAFO | EMSOR (HOLOGIC) | SELENIA (SDA-SYS-3000-2D-HTC | SDM181800163 | RADIOLOGIA HOSPITAL | 15/12/2017 | URGENTE |
| 24158 | MAMOGRAFO, TUBO DE RAYOS X | GE | SENO ESSENTIAL | | RADIOLOGIA HOSPITAL | 13/05/2019 | URGENTE |
| 10500 | MANGUITO PRES.SANGRE RIES | RIESTER | REF.5275 | | PREVENCION DE RIESGOS LABORALES | 11/05/2006 | URGENTE |
| 9877 | MANGUITO PRES.SANGRE RIES | RIESTER | REF.5275 | 6 MANGUITOS | BLOQUE QUIRURGICO | 14/09/2005 | URGENTE |
| 11280 | MANGUITO PRESION SANGRE | RIESTER | REF.5275 | 4 MANGUITOS | REANIMACION | 24/05/2007 | URGENTE |
| 12008 | MEDIDOR INCRUE.T.A.CRITIK | CRITIKON | DINAMAP XL | SIN N/SERIE | U.HOSPIT. 3-B | | URGENTE |
| 3951 | MEDIDOR INCRUE.T.A.CRITIK | CRITIKON | DINAMAP PRO 100 | SIN N/SERIE | PEDIATRIA CONSULTAS | 21/11/2000 | URGENTE |
| 2909 | MEDIDOR INCRUENTO T.A.C/S | CRITICARE | 506N | 102420472 | HOSPITAL DE DIA | 03/10/2001 | URGENTE |
| 3854 | MEDIDOR INCRUENTO T.A.C/S | CRITICARE | 506N | 102433606 | U.HOSPIT. 3-B | 03/10/2001 | URGENTE |
| 5055 | MEDIDOR INCRUENTO T.A.C/S | CRITICARE | 506N | 102420480 | URG. OBST.-GINECOLOGICAS | 03/10/2001 | URGENTE |
| 6178 | MEDIDOR INCRUENTO T.A.C/S | CRITICARE | 506N | 102420474 | U.HOSPIT. 3-B | 16/01/2002 | URGENTE |
| 3860 | MEDIDOR INCRUENTO T.A9300 | DINAMAP | 9300 XL | SIN N/SERIE | URG. OBST.-GINECOLOGICAS | 26/07/1996 | URGENTE |
| 4941 | MEDIDOR INCRUENTO T.A9300 | DINAMAP | 9300 XL | 9301-J7580 | URGENCIAS GENERALES | 28/04/1998 | URGENTE |
| 1851-01 | MEDIDOR INCRUENTO TENS.A | DINAMAP | COMPACT BP | 99Q0030878F | U.HOSPIT. 4-B | 11/05/1999 | URGENTE |
| 5054 | MEDIDOR PORT.PH/TEMPERATU | HANNA INSTRUMENTS | H198230 | SIN N/SERIE | MANTENIMIENTO HOSPITAL | 06/03/2002 | URGENTE |
| 21890 | MESA DE TALLADO | PROPATH | CT4FT-2000M | 00853 | A. PATOLÓGICA HOSPITAL | 02/07/2012 | URGENTE |
| 21396 | MESA ELECTRICA | NIDEK | S/M | S/N | C. EXTERNAS HOSPITAL | | URGENTE |
| 21393 | MESA ELECTRICA CON RUEDAS | HAAG STREIT DIAGNOSTICS | HS INTERNATIONAL | S/N | C. EXTERNAS HOSPITAL | | URGENTE |
| 21420 | MESA ELECTRICA CON RUEDAS | TOPCON | ATE-600 | S/N | C. EXTERNAS HOSPITAL | | URGENTE |
| 12533 | MESA QUIROFANO | MAQUET | | 3976 | BLOQUE QUIRURGICO | | URGENTE |
| 20831 | MESA QUIROFANO | MAQUET | D-7550 (MECANICA) | 1114.00 | BLOQUE QUIRURGICO | | URGENTE |
| 12383 | MESA QUIROFANO PARITORIO | NUOVA | BN | | PARITORIO | | URGENTE |
| 10853-01 | MESA QUIRURGICA | DIAMOND 60BLK | VARIOS | | BLOQUE QUIRURGICO | 14/11/2014 | URGENTE |
| 20706 | MESA QUIRURGICA | ALM | 5 416 28 999 | T700N1471R | BLOQUE QUIRURGICO | | URGENTE |
| 20715 | MESA QUIRURGICA | STERIS | V541658998 (TRANSFERIS) | 15010 | BLOQUE QUIRURGICO | 01/01/1996 | URGENTE |
| 20728 | MESA QUIRURGICA | STERIS | CMAx-S2 | 15035 | BLOQUE QUIRURGICO | 25/10/2006 | URGENTE |
| 20742 | MESA QUIRURGICA | SCHMITZ SOEHNE | DIAMOND | 00008755 | BLOQUE QUIRURGICO | 14/11/2014 | URGENTE |
| 20754 | MESA QUIRURGICA | STERIS | AMSCO 3085 SP | B406605063 | BLOQUE QUIRURGICO | 13/12/2004 | URGENTE |
| 20776 | MESA QUIRURGICA | STERIS | AMSCO 3085 SP | B427304094 | BLOQUE QUIRURGICO | 13/12/2004 | URGENTE |
| 20809 | MESA QUIRURGICA | STERIS | AMSCO 3085 SP | B427304097 | BLOQUE QUIRURGICO | 13/12/2004 | URGENTE |
| 20851 | MESA QUIRURGICA | STERIS | CMAx-S2 | 15052 | BLOQUE QUIRURGICO | | URGENTE |
| 21313 | MESA QUIRURGICA | STERIS | HAUSTED | 0422504064 | BLOQUE QUIRURGICO | 18/11/2004 | URGENTE |
| 21316 | MESA QUIRURGICA | MEDICAL MIX | 500 XLE | 1194-902 875 | BLOQUE QUIRURGICO | | URGENTE |
| 21333 | MESA QUIRURGICA | STERIS | CMAx-S2 | 15051 | BLOQUE QUIRURGICO | 25/10/2006 | URGENTE |
| 23491 | MESA QUIRURGICA | MAQUET | MEERA EU (7200 01B0) | 1312 | BLOQUE QUIRURGICO | 29/10/2018 | URGENTE |

ANEXO I .- PA 11-2021 INVENTARIO EQUIPOS ELECTROMÉDICOS HOSPITAL U. SEVERO OCHOA

| Código | Equipo | Marca | Modelo | Número Serie | Unidad | Fecha | Nivel |
|--------|---------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|------------|---------|
| 23493 | MESA QUIRURGICA | MAQUET | MEERA EU (7200 01B0) | 1348 | BLOQUE QUIRURGICO | 29/10/2018 | URGENTE |
| 23494 | MESA QUIRURGICA | MAQUET | MEERA EU (7200 01B0) | 1346 | BLOQUE QUIRURGICO | 29/10/2018 | URGENTE |
| 24185 | MESA QUIRURGICA | MAQUET | MEERA EU (7200 01B0) | 01988 | BLOQUE QUIRURGICO | 29/10/2018 | URGENTE |
| 24186 | MESA QUIRURGICA | MAQUET | MEERA EU (7200 01B0) | 01987 | BLOQUE QUIRURGICO | 29/10/2018 | URGENTE |
| 24187 | MESA QUIRURGICA | MAQUET | MEERA EU (7200 01B0) | 01989 | BLOQUE QUIRURGICO | 29/10/2018 | URGENTE |
| 24188 | MESA QUIRURGICA | MAQUET | MEERA EU (7200 01B0) | 01652 | BLOQUE QUIRURGICO | 29/10/2018 | URGENTE |
| 24235 | MESA QUIRURGICA | SCHMITZ | DIAMOND | 00054830 | BLOQUE QUIRURGICO | 18/09/2018 | URGENTE |
| 24236 | MESA QUIRURGICA | SCHMITZ | DIAMOND | 00058537 | BLOQUE QUIRURGICO | 18/09/2018 | URGENTE |
| 3859 | MESA QUIRURGICA PARITORIO | FAMED | SJ-21 | 1199/00100 | PARITORIO | 18/04/2000 | URGENTE |
| 6886 | MESA QUIRURGICA PARTOS | NUOVA BN | BN-93 | SIN N/SERIE | PARITORIO | 07/09/2002 | URGENTE |
| 23492 | MESA QUIRURGICA TRAUMA | MAQUET | MEERA EU (7200 01B0) | 1349 | BLOQUE QUIRURGICO | 29/10/2018 | URGENTE |
| 21667 | MESA QUIRURGICA UROLOGICA | FLAEM NUOVA | EM 2010/6 | 946 | PEDIATRIA CONSULTAS | 07/09/2002 | URGENTE |
| 21304 | MESA QUIRURGICA | MAQUET | ALPHAMAXX 1133.02B | 593 | BLOQUE QUIRURGICO | 18/09/2003 | URGENTE |
| 21400 | MESA ZEISS | MAGNETIC ELECTROMOTOREN | CH-4410 | TXG90-0052AA-JDW25 | C. EXTERNAS HOSPITAL | | URGENTE |
| 21279 | MEZCLADOR | PENLON LIMITED | SERIE 200 | NV1199 01 | RADIOLOGIA HOSPITAL | | URGENTE |
| 21043 | MEZCLADOR DE O2-AIRE | BIOMED | 2003FFFP | B1209531 | NEONATOLOGIA | 29/04/2014 | CRITICO |
| 21044 | MEZCLADOR DE O2-AIRE | BIOMED | 2003FFFP | 095107B | NEONATOLOGIA | 24/05/2007 | CRITICO |
| 3761 | MICROMANIPULADOR LENTE | SHAPLAN | 712 | SIN N/SERIE | BLOQUE QUIRURGICO | 01/02/2000 | URGENTE |
| 3655 | MICROMETRO OCULAR P/MICR. | ZEISS | 434011 | SIN N/SERIE | MICROBIOLOGIA HOSPITAL | 28/04/1998 | URGENTE |
| 1024 | MICROONDA | ENRAF | RADARMED 950 | 1298 | REHABILITACION HOSPITAL | 11/07/2001 | URGENTE |
| 4494 | MICROONDA | SANROSAN | KTM-250 | 43136079G | REHABILITACION HOSPITAL | 09/08/1994 | URGENTE |
| 8585 | MICROONDA | ENRAF | RADARMED 650 | 02127 | REHABILITACION HOSPITAL | 09/09/2003 | URGENTE |
| 21756 | MICROONDAS | ENRAF NONIUS | RADARMED | 01588 | REHABILITACION HOSPITAL | | URGENTE |
| 21757 | MICROONDAS | ENRAF NONIUS | RADAMER 950 | 1409.942 05374 | REHABILITACION HOSPITAL | 09/05/2000 | URGENTE |
| 21758 | MICROONDAS | ENRAF NONIUS | RADAMER 650+ | 143590101528 | REHABILITACION HOSPITAL | 19/06/2002 | URGENTE |
| 21759 | MICROONDAS | ENRAF NONIUS | RADAMER 650+ | 143590101524 | REHABILITACION HOSPITAL | 19/06/2002 | URGENTE |
| 21760 | MICROONDAS | ENRAF NONIUS | RADAMER 650+ | 143590102150 | REHABILITACION HOSPITAL | 09/09/2003 | URGENTE |
| 21761 | MICROONDAS | ENRAF NONIUS | RADARMED | 01626 | REHABILITACION HOSPITAL | | URGENTE |
| 21762 | MICROONDAS | ENRAF NONIUS | RADAMER 650+ | 143590102129 | REHABILITACION HOSPITAL | 09/09/2003 | URGENTE |
| 12157 | MICROSCOPIO | HUND | H-500 | 01574 | BIOQUIMICA HOSPITAL | | URGENTE |
| 12233 | MICROSCOPIO | LEITZ | LABORLUX K | 79864 | MICROBIOLOGIA HOSPITAL | | URGENTE |
| 12282 | MICROSCOPIO | ZEISS | KF-2 | 470412-9903 | BANCO DE SANGRE | | URGENTE |
| 12483 | MICROSCOPIO | ZEISS | | 303294 | OTORRINO CONSULTAS | | URGENTE |
| 16971 | MICROSCOPIO | LEICA | STAND/3310 | 20101001 | BLOQUE QUIRURGICO | | URGENTE |
| 20731 | MICROSCOPIO | LEICA | M525 F40 | 19120901 | BLOQUE QUIRURGICO | 20/11/2009 | URGENTE |
| 20832 | MICROSCOPIO | TOPCON | OMS-600 | 050953 | BLOQUE QUIRURGICO | | URGENTE |
| 20879 | MICROSCOPIO | CARL ZEISS | UNIVERSAL S3 | 04251 | BLOQUE QUIRURGICO | 01/01/1996 | URGENTE |
| 20880 | MICROSCOPIO | CARL ZEISS | OPMI 1-F | 04416 | BLOQUE QUIRURGICO | | URGENTE |

ANEXO I .- PA 11-2021 INVENTARIO EQUIPOS ELECTROMÉDICOS HOSPITAL U. SEVERO OCHOA

| Código | Equipo | Marca | Modelo | Número Serie | Unidad | Fecha | Nivel |
|--------|-------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------------------------|------------|---------|
| 21312 | MICROSCOPIO | LEICA | M844/F40 | 240610002 | BLOQUE QUIRURGICO | 21/12/2010 | URGENTE |
| 21317 | MICROSCOPIO | CARL ZEISS | S88 | 02670 | BLOQUE QUIRURGICO | 09/10/2002 | URGENTE |
| 21332 | MICROSCOPIO | CARL ZEISS | OPMI 19-BC | 158272 | BLOQUE QUIRURGICO | | URGENTE |
| 21453 | MICROSCOPIO | CARL ZEISS | OPMI 99 | 126702 | C. EXTERNAS HOSPITAL | | URGENTE |
| 21468 | MICROSCOPIO | CARL ZEISS | CARL ZEISS | 3607580 | C. EXTERNAS HOSPITAL | 28/11/2000 | URGENTE |
| 21474 | MICROSCOPIO | CARL ZEISS | OPMI 99 | 115832 | C. EXTERNAS HOSPITAL | | URGENTE |
| 21708 | MICROSCOPIO | OLYMPUS | BH-2 | 087730 | BIOQUIMICA HOSPITAL | 01/01/1995 | URGENTE |
| 21709 | MICROSCOPIO | OLYMPUS | BX41-TF | 1K14100/2D20191 | BIOQUIMICA HOSPITAL | 30/10/2002 | URGENTE |
| 21712 | MICROSCOPIO | NIKON | C-DS | 1003792 | PRUEBAS ESPECIALES ENDOSCOPIAS | | URGENTE |
| 21864 | MICROSCOPIO | ERNST LEITZ | LABORLUX S | 512859/104434 | A. PATOLÓGICA HOSPITAL | 01/01/1987 | URGENTE |
| 21865 | MICROSCOPIO | ERNST LEITZ | LABORLUX S | 512909/127475 | A. PATOLÓGICA HOSPITAL | 01/01/1987 | URGENTE |
| 21866 | MICROSCOPIO | OLYMPUS | BX45 | 4C12297 | A. PATOLÓGICA HOSPITAL | 26/11/2004 | URGENTE |
| 21867 | MICROSCOPIO | OLYMPUS | BX51 | 5J18785 | A. PATOLÓGICA HOSPITAL | 29/06/2006 | URGENTE |
| 21869 | MICROSCOPIO | OLYMPUS | BX41TF | 4G11910 | A. PATOLÓGICA HOSPITAL | 07/07/2004 | URGENTE |
| 21870 | MICROSCOPIO | OLYMPUS | BX40F4 | 8K03641 | A. PATOLÓGICA HOSPITAL | 22/06/1999 | URGENTE |
| 21871 | MICROSCOPIO | OLYMPUS | BH2 | 17536 | A. PATOLÓGICA HOSPITAL | 01/01/1985 | URGENTE |
| 21872 | MICROSCOPIO | ERNST LEITZ | DIAPLAN | 512834/068338 | A. PATOLÓGICA HOSPITAL | | URGENTE |
| 21874 | MICROSCOPIO | LEICA | DMD108 | 5636130 | A. PATOLÓGICA HOSPITAL | 20/05/2010 | URGENTE |
| 21875 | MICROSCOPIO | OLYMPUS | BX41TF | 7D17518 | A. PATOLÓGICA HOSPITAL | 06/09/2007 | URGENTE |
| 21876 | MICROSCOPIO | ERNST LEITZ | LABORLUX S | 512909/119192 | A. PATOLÓGICA HOSPITAL | 01/01/1987 | URGENTE |
| 21877 | MICROSCOPIO | OLYMPUS | BH2 | 013777 | A. PATOLÓGICA HOSPITAL | 01/01/1997 | URGENTE |
| 21878 | MICROSCOPIO | OLYMPUS | BH2 | 083089 | A. PATOLÓGICA HOSPITAL | 01/01/1985 | URGENTE |
| 21879 | MICROSCOPIO | LEICA | DMD 108 | 5594989 | A. PATOLÓGICA HOSPITAL | 10/05/2007 | URGENTE |
| 21906 | MICROSCOPIO | OLYMPUS | BH-2 | 951067 | A. PATOLÓGICA HOSPITAL | 27/10/1995 | URGENTE |
| 21908 | MICROSCOPIO | NIKON | ALPHAPHOT/YS | 120433 | A. PATOLÓGICA HOSPITAL | 01/01/1985 | URGENTE |
| 21909 | MICROSCOPIO | NIKON | ALPHAPHOT/YS | 136364 | A. PATOLÓGICA HOSPITAL | 01/01/1985 | URGENTE |
| 21922 | MICROSCOPIO | ERNST LEITZ | H500 | 513591 | A. PATOLÓGICA HOSPITAL | | URGENTE |
| 21954 | MICROSCOPIO | OLYMPUS | BH-2 | 915022 | MICROBIOLOGIA HOSPITAL | | URGENTE |
| 21957 | MICROSCOPIO | OLYMPUS | BH-2 | 90473 | MICROBIOLOGIA HOSPITAL | | URGENTE |
| 21959 | MICROSCOPIO | ERNST LEITZ | LABORLUX K | 63532 | MICROBIOLOGIA HOSPITAL | | URGENTE |
| 21978 | MICROSCOPIO | LEICA | DM4000 B | 283786 | MICROBIOLOGIA HOSPITAL | 24/07/2006 | URGENTE |
| 21982 | MICROSCOPIO | OLYMPUS | BH-2 | 006015 | MICROBIOLOGIA HOSPITAL | | URGENTE |
| 21986 | MICROSCOPIO | WILD HEERBRUGG | M3Z | 363205 | MICROBIOLOGIA HOSPITAL | | URGENTE |
| 22024 | MICROSCOPIO | LEICA | DM 2500 | 318473-112009 | BIOQUIMICA HOSPITAL | | URGENTE |
| 22025 | MICROSCOPIO | OLYMPUS | CH40 | 6F10097 | BIOQUIMICA HOSPITAL | | URGENTE |
| 22035 | MICROSCOPIO | NIKON | ALPHAPHOT YS | 123277 | BIOQUIMICA HOSPITAL | 01/01/1985 | URGENTE |
| 22054 | MICROSCOPIO | LEICA | DM2000 | 316993-022009 | BIOQUIMICA DE URGENCIAS | 21/05/2009 | URGENTE |
| 22056 | MICROSCOPIO | OLYMPUS | CH-2 | 5F06114 | BIOQUIMICA DE URGENCIAS | | URGENTE |

ANEXO I .- PA 11-2021 INVENTARIO EQUIPOS ELECTROMÉDICOS HOSPITAL U. SEVERO OCHOA

| Código | Equipo | Marca | Modelo | Número Serie | Unidad | Fecha | Nivel |
|--------|---------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|-------------------------------|------------|---------|
| 22060 | MICROSCOPIO | NIKON | ALPHAPHOT YS | 191198 | MICROBIOLOGIA HOSPITAL | 01/01/1985 | URGENTE |
| 22067 | MICROSCOPIO | OLYMPUS | BH-2 | 248552 | MICROBIOLOGIA HOSPITAL | | URGENTE |
| 22068 | MICROSCOPIO | OLYMPUS | BH-2 | 227176 | LAB. HEMATOLOGIA HOSPITAL | 01/01/1985 | URGENTE |
| 22069 | MICROSCOPIO | OLYMPUS | BH-2 | 238596 | LAB. HEMATOLOGIA HOSPITAL | | URGENTE |
| 22073 | MICROSCOPIO | ERNST LEITZ | LABORLUX K | 063531 | LAB. HEMATOLOGIA HOSPITAL | | URGENTE |
| 22074 | MICROSCOPIO | ERNST LEITZ | LABORLUX K | 063499 | LAB. HEMATOLOGIA HOSPITAL | | URGENTE |
| 22089 | MICROSCOPIO | CARL ZEISS | MC 63 | 170816-9903/36 | LAB. HEMATOLOGIA HOSPITAL | 28/04/1998 | URGENTE |
| 22093 | MICROSCOPIO | LEICA | DM 2000 LED | 394892 | LAB. HEMATOLOGIA HOSPITAL | | URGENTE |
| 22381 | MICROSCOPIO | VOLPI AG | INTRALUX MR2 | 176017 | OTORRINO M.A.L.G. | 01/01/1998 | URGENTE |
| 22387 | MICROSCOPIO | MOLLER WEDEL | FS 1-10 | F84 | OTORRINO M.A.L.G. | 31/07/2002 | URGENTE |
| 22393 | MICROSCOPIO | VARIAS | FS 1-10 | 176014 | OTORRINO M.A.L.G. | | URGENTE |
| 22398 | MICROSCOPIO | HUND WETZLAR | WILOVERT | 202189 | MICROBIOLOGIA HOSPITAL | | URGENTE |
| 22847 | MICROSCOPIO | OLYMPUS | CH-2 | 8E0103 | MICROBIOLOGIA HOSPITAL | 01/01/1995 | URGENTE |
| 24170 | MICROSCOPIO | EUROMEX DELPHI X | OBSERVER DX 2153-PLI | 170029 | REUMATOLOGIA CONSULTAS | 05/04/2019 | URGENTE |
| 24311 | MICROSCOPIO | LEICA DM1000/2000 LED | VARIOS | 475253 | ANATOMIA PATOLOGICA DE MAMA | 12/11/2019 | URGENTE |
| 24312 | MICROSCOPIO | LEICA DM1000/2000LD | LEICA DM1000/2000LD | 475241 | ANATOMIA PATOLOGICA DE MAMA | 12/11/2019 | URGENTE |
| 3222 | MICROSCOPIO | LEITZ | H500 | | A. PATOLÓGICA HOSPITAL | 01/01/1990 | URGENTE |
| 3223 | MICROSCOPIO | LEITZ | MPS 51S | 68338 | A. PATOLÓGICA HOSPITAL | 01/01/1990 | URGENTE |
| 3355 | MICROSCOPIO | VARIAS | VARIOS | 122103Y | LAB. HEMATOLOGIA HOSPITAL | 01/01/1992 | URGENTE |
| 3356 | MICROSCOPIO | ZEISS | AXIOLAB | 984101 | LAB. HEMATOLOGIA HOSPITAL | 11/08/1997 | URGENTE |
| 3385 | MICROSCOPIO | OLYMPUS | BH-2 | 2467 | A. PATOLÓGICA HOSPITAL | 01/01/1985 | URGENTE |
| 3442 | MICROSCOPIO | NIKON | YSH-1 | 221870 | ANÁLISIS CLÍNICOS HOSPITAL | 01/01/1985 | URGENTE |
| 3467 | MICROSCOPIO | OLYMPUS | CH-2 | | ANÁLISIS CLÍNICOS HOSPITAL | 11/08/1997 | URGENTE |
| 21129 | MICROSCOPIO ORL | MOLLER WEDEL | FS 1-11 | 135 | URGENCIAS GENERALES | 11/05/2006 | URGENTE |
| 3762 | MICROSCOPIO QUIRURGICO | SIN MARCA | SIN MODELO | SIN N/SERIE | BLOQUE QUIRURGICO | 01/01/1985 | URGENTE |
| 21913 | MICROTOMO | MICROM | HM 330 | 1086 | A. PATOLÓGICA HOSPITAL | 28/10/1993 | URGENTE |
| 3393 | MICROTOMO | REICHERT JUNG | 2030 | 1284/87 | A. PATOLÓGICA HOSPITAL | 01/01/1985 | URGENTE |
| 21910 | MICROTOMO ROTACION | THERMO SCIENTIFIC | MICROM HM355S | 51396 | A. PATOLÓGICA HOSPITAL | 12/08/2015 | URGENTE |
| 21916 | MICROTOMO ROTACION | LEICA | RM 2155 | 050231619 | A. PATOLÓGICA HOSPITAL | 05/03/2003 | URGENTE |
| 21917 | MICROTOMO ROTACION | LEICA | RM 2155 | 050231619 | A. PATOLÓGICA HOSPITAL | 07/03/2001 | URGENTE |
| 23827 | MICROTOMO ROTACION | LEICA | CORE AUTOCUT | 00328 | A. PATOLÓGICA HOSPITAL | 05/12/2018 | URGENTE |
| 24316 | MICROTOMO ROTACION | LEICA | HISTOCORE AUTOCUT | 00971 | ANATOMIA PATOLOGICA DE MAMA | 13/11/2019 | URGENTE |
| 24450 | MODULO CAPNOGRAFIA RESPIR | GENERAL ELECTRIC | E-MINIC-00 | 8534681 | REANIMACION | 27/03/2020 | CRITICO |
| 24451 | MODULO CAPNOGRAFIA RESPIR | GENERAL ELECTRIC | E-MINIC-00 | 8534687 | REANIMACION | 27/03/2020 | CRITICO |
| 24452 | MODULO CAPNOGRAFIA RESPIR | GENERAL ELECTRIC | E-MINIC-00 | 8534519 | MEDICINA INTENSIVA (SERVICIO) | 27/03/2020 | CRITICO |
| 24453 | MODULO CAPNOGRAFIA RESPIR | GENERAL ELECTRIC | E-MINIC-00 | 8534696 | MEDICINA INTENSIVA (SERVICIO) | 27/03/2020 | CRITICO |
| 24454 | MODULO CAPNOGRAFIA RESPIR | GENERAL ELECTRIC | E-MINIC-00 | 8534685 | REANIMACION | 27/03/2020 | CRITICO |

ANEXO I .- PA 11-2021 INVENTARIO EQUIPOS ELECTROMÉDICOS HOSPITAL U. SEVERO OCHOA

| Código | Equipo | Marca | Modelo | Número Serie | Unidad | Fecha | Nivel |
|----------|--|------------------|----------------------|-----------------|-------------------------------|------------|---------|
| 24455 | MODULO CAPNOGRAFIA RESPIR | GENERAL ELECTRIC | E-MINIC-00 | 8534686 | MEDICINA INTENSIVA (SERVICIO) | 27/03/2020 | CRITICO |
| 24456 | MODULO CAPNOGRAFIA RESPIR | GENERAL ELECTRIC | E-MINIC-00 | 8534496 | REANIMACION | 27/03/2020 | CRITICO |
| 24457 | MODULO CAPNOGRAFIA RESPIR | GENERAL ELECTRIC | E-MINIC-00 | 8534623 | MEDICINA INTENSIVA (SERVICIO) | 27/03/2020 | CRITICO |
| 24458 | MODULO CAPNOGRAFIA RESPIR | GENERAL ELECTRIC | E-MINIC-00 | 8534682 | REANIMACION | 27/03/2020 | CRITICO |
| 24459 | MODULO CAPNOGRAFIA RESPIR | GENERAL ELECTRIC | E-MINIC-00 | 8534680 | REANIMACION | 27/03/2020 | CRITICO |
| 20704 | MODULO CONTROL PARAMETROS | MARQUETTE HELIGE | SOLAR 8000M | B1RF4156G | BLOQUE QUIRURGICO | 07/09/2002 | CRITICO |
| 25613 | MODULO DE DIFUSIÓN PULMONR (PLETISMOGRAFÍA) | | JAEGER | | NEUMOLOGIA BRONCSCOPIAS | 16/12/2020 | URGENTE |
| 25834 | MODULO DE DIFUSIÓN PULMONR (PLETISMOGRAFÍA) | | VYAIR MEDICAL | | NEUMOLOGIA BRONCSCOPIAS | 16/12/2020 | URGENTE |
| 8877 | MÓDULO DE GASTO CARDIACO | DATEX-OHMEDA | S/5 REF. M-COPsv | 5164514 | REANIMACION | 28/07/2004 | CRITICO |
| 21620 | MODULO DE OPTOAISLAMIENTO | SIBELMED | 534-240-000 | BORRADO | C. EXTERNAS HOSPITAL | | CRITICO |
| 21621 | MODULO DE OPTOAISLAMIENTO | SIBELMED | 534-240-000 | A1230 | C. EXTERNAS HOSPITAL | | CRITICO |
| 21622 | MODULO DE OPTOAISLAMIENTO | SIBELMED | 534-240-000 | BORRADO | C. EXTERNAS HOSPITAL | | CRITICO |
| 21623 | MODULO DE OPTOAISLAMIENTO | SIBELMED | 534-240-000 | BORRADO | C. EXTERNAS HOSPITAL | | CRITICO |
| 11970-01 | MODULO DE OTOEMISIONES ACUSTICASP /EQUIPO POTENCIALES EVOCADOS | INTERRACOUSTICS | ECLIPSE CODIGO 69924 | 581384 | OTORRINO CONSULTAS | 13/09/2007 | CRITICO |
| 12541-01 | MODULO FACO | STORZ | | | BLOQUE QUIRURGICO | | URGENTE |
| 25221 | MODULO IBP | COMEN | 115-003995-00 | CC01-2003310058 | MANTENIMIENTO HOSPITAL | 06/05/2020 | CRITICO |
| 25225 | MODULO IBP | COMEN | 115-003995-00 | CC01-2003310051 | MANTENIMIENTO HOSPITAL | 06/05/2020 | CRITICO |
| 25229 | MODULO IBP | COMEN | 115-003995-00 | CC01-2003310098 | URG. PEDIATRICAS | 06/05/2020 | CRITICO |
| 25233 | MODULO IBP | COMEN | 115-003995-00 | CC01-2003310008 | URG. PEDIATRICAS | 06/05/2020 | CRITICO |
| 25237 | MODULO IBP | COMEN | 115-003995-00 | CC012003310053 | URG. PEDIATRICAS | 06/05/2020 | CRITICO |
| 25241 | MODULO IBP | COMEN | 115-003995-00 | CC01-2003310009 | URG. PEDIATRICAS | 06/05/2020 | CRITICO |
| 24079 | MODULO NMT | PHILIPS | 865383 | DE63713026 | BLOQUE QUIRURGICO | 17/12/2018 | CRITICO |
| 24087 | MODULO NMT | PHILIPS | 865383 | DE63713028 | BLOQUE QUIRURGICO | 17/12/2018 | CRITICO |
| 24094 | MODULO NMT | 3M | MODEL 3 37010 | | BLOQUE QUIRURGICO | 17/12/2018 | CRITICO |
| 24102 | MODULO NMT | 3M | MODEL 3 37010 | | BLOQUE QUIRURGICO | 17/12/2018 | CRITICO |
| 24204 | MODULO NMT | PHILIPS | 865383 | DE63715380 | BLOQUE QUIRURGICO | 17/12/2018 | CRITICO |
| 24205 | MODULO NMT | PHILIPS | 865383 | DE63715381 | BLOQUE QUIRURGICO | 12/09/2019 | CRITICO |
| 24206 | MODULO NMT | PHILIPS | 865383 | DE63715377 | BLOQUE QUIRURGICO | 12/09/2019 | CRITICO |

ANEXO I .- PA 11-2021 INVENTARIO EQUIPOS ELECTROMÉDICOS HOSPITAL U. SEVERO OCHOA

| Código | Equipo | Marca | Modelo | Número Serie | Unidad | Fecha | Nivel |
|----------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------|---------|
| 24211 | MODULO NMT | PHILIPS | 865383 | | BLOQUE QUIRURGICO | 12/09/2019 | CRITICO |
| 20535 | MODULO PARA MONITOR MULTICANAL | MINDRAY | IPM8 | FFJ59007831 | REANIMACION | 21/10/2015 | CRITICO |
| 2881-02 | MODULO RELAJACION ANE.DAT | DATEX-OHMEDA | M-NMT | SIN N/SERIE | ANESTESIA | 26/10/2001 | CRITICO |
| 13082-04 | MODULO VNG FIREWIRE | INTERACOUSTICS | V0425B | | OTORRINO CONSULTAS | | CRITICO |
| 12379-02 | MONITOR | DRAGER | | 1121464 | PARITORIO | | CRITICO |
| 16831-01 | MONITOR | | DELTA XL | MS 18596 600703097 | ANESTESIA | 24/11/2014 | CRITICO |
| 20047 | MONITOR | SONY | SSM-14N5E | 6200917 | U.HOSPIT. 4-B | | URGENTE |
| 20418 | MONITOR | NEC | LCD19805SX _i | 47000167YA | U.HOSPIT. 2-A | | URGENTE |
| 20419 | MONITOR | EIZO | FLEXSCAN 1771 | 43711102 | U.HOSPIT. 2-A | | URGENTE |
| 20599 | MONITOR | FUJINON | CDL1909A | 1V490A783 | REANIMACION | | URGENTE |
| 20600 | MONITOR | DELL | P1913b | CL-02W2Y8-74261-4C8-1DCM | REANIMACION | | URGENTE |
| 20659 | MONITOR | APD | L775 | 29468JA095026 | MEDICINA INTENSIVA (SERVICIO) | | URGENTE |
| 20767 | MONITOR | KARL STORZ | WIDEVIEW HD | 12-210978 | BLOQUE QUIRURGICO | 23/09/2013 | URGENTE |
| 20818 | MONITOR | FSN MEDICAL TECHNOLOGIES | FS-P2601B | D26213130014 | BLOQUE QUIRURGICO | | URGENTE |
| 20819 | MONITOR | CANVYS | MD-DFM24-ENDO-2 | DTN321K0064 | BLOQUE QUIRURGICO | | URGENTE |

ANEXO I .- PA 11-2021 INVENTARIO EQUIPOS ELECTROMÉDICOS HOSPITAL U. SEVERO OCHOA

| Código | Equipo | Marca | Modelo | Número Serie | Unidad | Fecha | Nivel |
|--------|----------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------|------------|---------|
| 20820 | MONITOR | LG | S/M | S/N | BLOQUE QUIRURGICO | | URGENTE |
| 20861 | MONITOR | BARCO | MDRC-2124 | K9303006A | BLOQUE QUIRURGICO | | URGENTE |
| 20862 | MONITOR | LG | FLATRON L1717S | S/N | BLOQUE QUIRURGICO | | URGENTE |
| 20867 | MONITOR | NDS SURGICAL IMAGING | BC-WU24-A1417 | 14-244433 | BLOQUE QUIRURGICO | 06/11/2014 | URGENTE |
| 20886 | MONITOR | HYUNDAI | L50S | L50SSBS947K | BLOQUE QUIRURGICO | | URGENTE |
| 20887 | MONITOR | SONY | TRINITRON | 6203329 | BLOQUE QUIRURGICO | | URGENTE |
| 20888 | MONITOR | TOTOKU | CCL1901A | DTCE12C0003 | BLOQUE QUIRURGICO | | URGENTE |
| 21280 | MONITOR | BRUKER | MAGSCREEN C. | 889 00151 | RADIOLOGIA HOSPITAL | | URGENTE |
| 21354 | MONITOR | GENERAL ELECTRIC | 2403951-A | HXW6001591 | RADIOLOGIA HOSPITAL | | URGENTE |
| 21411 | MONITOR | NEC | MULTISYNC P 1250+ | S/N | C. EXTERNAS HOSPITAL | | URGENTE |
| 21447 | MONITOR | HEWLETT PACKARD | ELITE DISPLAY E201 | CNC3200GX5 | C. EXTERNAS HOSPITAL | | URGENTE |
| 21456 | MONITOR | SONY | PVM-14N5MDE | 6000473 | C. EXTERNAS HOSPITAL | | URGENTE |
| 21470 | MONITOR | PHILIPS | 200P6/G | VN2D0609002938 | C. EXTERNAS HOSPITAL | | URGENTE |
| 21741 | MONITOR | DELL | A00 | CN-0H88WA-04180-500-OL 8L | REHABILITACION HOSPITAL | | URGENTE |
| 21742 | MONITOR | DELL | A00 | CN-0H88WA-04180-500-OL 7M | REHABILITACION HOSPITAL | | URGENTE |
| 21743 | MONITOR | IYAMA | PL2278H | 1120134241258 | REHABILITACION HOSPITAL | | URGENTE |
| 21775 | MONITOR | FUJINON | CDL1909A | NV490A067 | PRUEBAS ESPECIALES ENDOSCOPIAS | | URGENTE |
| 21776 | MONITOR | FUJINON | CDL1909A | NV490A069 | PRUEBAS ESPECIALES ENDOSCOPIAS | | URGENTE |
| 21779 | MONITOR | SONY | TRINITRON | 6008049 | PRUEBAS ESPECIALES ENDOSCOPIAS | | URGENTE |
| 21792 | MONITOR | AG NEOVO | X-24 | L1X2400HC0200029 | PRUEBAS ESPECIALES ENDOSCOPIAS | | URGENTE |
| 22336 | MONITOR | SIEMENS | 37 92 079 X2077 | 04089 | RADIOLOGIA M.A.L.G | | URGENTE |
| 22545 | MONITOR | DELL | REV A01 | CN-0H9GD2-74445-485-AS9L | PRUEBAS ESPECIALES ENDOSCOPIAS | | URGENTE |
| 25445 | MONITOR | DRAGER | INFINITY ACUTE CARE SYSTEM M540 | 5833243565 | PARITORIO | | URGENTE |
| 24113 | MONITOR 4K 31" | STORZ | TM342 | 20145078 | BLOQUE QUIRURGICO | 19/12/2018 | URGENTE |
| 24131 | MONITOR 4K 31" | STORZ | TM342 | 20128078 | BLOQUE QUIRURGICO | 19/12/2018 | URGENTE |

ANEXO I .- PA 11-2021 INVENTARIO EQUIPOS ELECTROMÉDICOS HOSPITAL U. SEVERO OCHOA

| Código | Equipo | Marca | Modelo | Número Serie | Unidad | Fecha | Nivel |
|----------|---|-----------------|--------------------|--------------|---------------------------|------------|---------|
| 24132 | MONITOR 4K 31" | STORZ | TM342 | 20106078 | BLOQUE QUIRURGICO | 19/12/2018 | URGENTE |
| 24144 | MONITOR 4K 31" | STORZ | TM342 | 20147078 | BLOQUE QUIRURGICO | 19/12/2018 | URGENTE |
| 4363-01 | MONITOR ANE.DAT.LIGHT S/5 | DATEX-OHMEDA | DATEX LIGHT | 4746037730 | ANESTESIA | 19/12/2001 | URGENTE |
| 4457 | MONITOR ANE.DAT.LIGHT S/5 | DATEX-OHMEDA | DATEX LIGHT | SIN N/SERIE | DIALISIS HOSPITAL | 24/08/1999 | URGENTE |
| 14933-01 | MONITOR ANESTESIA | PROPAQ LT | WELCHALLYN | | ANESTESIA | 18/11/2014 | CRITICO |
| 24074 | MONITOR ANESTESIA | MARQUET | CRITICAL CARE AB | 322538 | BLOQUE QUIRURGICO | 07/12/2018 | CRITICO |
| 24082 | MONITOR ANESTESIA | MARQUET | CRITICAL CARE AB | 322527 | BLOQUE QUIRURGICO | 07/12/2018 | CRITICO |
| 24089 | MONITOR ANESTESIA | MARQUET | CRITICAL CARE AB | 322523 | BLOQUE QUIRURGICO | 07/12/2018 | CRITICO |
| 24097 | MONITOR ANESTESIA | MARQUET | CRITICAL CARE AB | | BLOQUE QUIRURGICO | 07/12/2018 | CRITICO |
| 2314 | MONITOR ANESTESIA DATEX | DATEX-ENGSTROM | CS/3 M-ESTRP MNIBP | SIN N/SERIE | REANIMACION | 06/11/1998 | CRITICO |
| 9119-07 | MONITOR ANESTESIA DATEX_MODULO RELAJACION ANE.DAT | DATEX-OHMEDA | M-NMT | 5046259 | BLOQUE QUIRURGICO | | CRITICO |
| 9119-06 | MONITOR ANESTESIA DATEX_MODULO TA | DATEX-OHMEDA | M-NIBP | 4985748 | BLOQUE QUIRURGICO | | CRITICO |
| 9119-05 | MONITOR ANESTESIA DATEX_MODULOECG+RES+SPO2+P1+P2 | DATEX-OHMEDA | M-ESTPR | 4942328 | BLOQUE QUIRURGICO | | CRITICO |
| 4369 | MONITOR APNEA | MEDICAL EUROPA | AS-100 | 4 MONITORES | PEDIATRIA HOSPITALIZACION | 15/10/1993 | CRITICO |
| 12315 | MONITOR APNEA NEONATAL | GRASEBY MEDICAL | MR 10 | 744332000 | NEONATOLOGIA | | CRITICO |
| 12316 | MONITOR APNEA NEONATAL | GRASEBY MEDICAL | MR 10 | 67779 | NEONATOLOGIA | | CRITICO |
| 21009 | MONITOR APNEA NEONATAL | SIMS GRASEBY | MR10 | 90025 2003 | NEONATOLOGIA | 28/09/2004 | CRITICO |
| 21010 | MONITOR APNEA NEONATAL | SIMS GRASEBY | MR10 | 41117 | NEONATOLOGIA | 11/08/1997 | CRITICO |
| 21011 | MONITOR APNEA NEONATAL | SIMS GRASEBY | MR10 | 067037 | NEONATOLOGIA | 07/07/2000 | CRITICO |
| 21012 | MONITOR APNEA NEONATAL | SIMS GRASEBY | MR10 | 067779 | NEONATOLOGIA | | CRITICO |
| 3418 | MONITOR APNEA NEONATAL | GRASEBY MEDICAL | MR 10 | 2 MONITORES | NEONATOLOGIA | 01/06/1999 | CRITICO |
| 8215-01 | MONITOR ARCO QUIRURGICO | APELEM | APX-HF-II 23M1 | 187 | BLOQUE QUIRURGICO | 28/10/1997 | CRITICO |
| 20928 | MONITOR CARDIOTOCOGRAFO | AGILENT | M1353A | 3817G04233 | PARITORIO | 22/06/2001 | CRITICO |
| 20931 | MONITOR CARDIOTOCOGRAFO | PHILIPS | AVALON FM30 | DE53120515 | PARITORIO | 23/01/2014 | CRITICO |
| 20953 | MONITOR CARDIOTOCOGRAFO | HEWLETT PACKARD | M1353A | 3817G03251 | PARITORIO | | CRITICO |
| 20954 | MONITOR CARDIOTOCOGRAFO | HEWLETT PACKARD | M1353A | 3817G03189 | PARITORIO | 31/07/2002 | CRITICO |
| 20955 | MONITOR CARDIOTOCOGRAFO | PHILIPS | M1353A | 4219G06968 | PARITORIO | 29/06/2006 | CRITICO |
| 20956 | MONITOR CARDIOTOCOGRAFO | HEWLETT PACKARD | M1352A | 3037G00632 | PARITORIO | | CRITICO |
| 20969 | MONITOR CARDIOTOCOGRAFO | PHILIPS | AVALON FM30 | DE53120537 | PARITORIO | 23/01/2014 | CRITICO |
| 20973 | MONITOR CARDIOTOCOGRAFO | PHILIPS | AVALON FM30 | DE53120525 | PARITORIO | 23/01/2014 | CRITICO |
| 20977 | MONITOR CARDIOTOCOGRAFO | PHILIPS | AVALON FM30 | DE53120532 | PARITORIO | 23/01/2014 | CRITICO |
| 24304 | MONITOR CARDIOTOCOGRAFO | PHILIPS | AVALON FM30 | DE65934703 | PARITORIO | 27/11/2019 | CRITICO |
| 10953-02 | MONITOR CEREBRAL | OLYMPIC | 0BM700002 | | NEONATOLOGIA | 04/05/2015 | CRITICO |
| 21015 | MONITOR CEREBRAL | NATUS | 0BM00001 | 101371 | NEONATOLOGIA | 04/05/2015 | CRITICO |
| 2316-01 | MONITOR CONFIGURACI.BASIC | DATEX-OHMEDA | DATEX LIGHT | 710806 | REANIMACION | 21/12/1999 | CRITICO |
| 13107 | MONITOR CONSTANTES VITALES | HITACHI | DATASETTE | CG19991-L9 | ALMACEN HOSPITAL | 01/01/1998 | CRITICO |

ANEXO I .- PA 11-2021 INVENTARIO EQUIPOS ELECTROMÉDICOS HOSPITAL U. SEVERO OCHOA

| Código | Equipo | Marca | Modelo | Número Serie | Unidad | Fecha | Nivel |
|----------|-----------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------|------------|---------|
| 15711-01 | MONITOR CONSTANTES VITALES | DRAGER | DELTA | 6001534273 | ANESTESIA | 21/10/2010 | CRITICO |
| 16041 | MONITOR CONSTANTES VITALES | WELCH ALLYN | PROPAQ LTW | KA020827 | REANIMACION | 16/12/2010 | CRITICO |
| 17226 | MONITOR CONSTANTES VITALES | PHILIPS | VM6 | | DIALISIS HOSPITAL | 10/12/2015 | CRITICO |
| 23754 | MONITOR CONSTANTES VITALES | DRAGER | VISTA 120S | S4SLM0012 | ANESTESIA | 28/11/2018 | CRITICO |
| 25412 | MONITOR CONSTANTES VITALES | PHILIPS | VS30 | CN80600109 | URGENCIAS GENERALES | 01/10/2020 | CRITICO |
| 25413 | MONITOR CONSTANTES VITALES | PHILIPS | VS30 | CN80600445 | URGENCIAS GENERALES | 01/10/2020 | CRITICO |
| 25414 | MONITOR CONSTANTES VITALES | PHILIPS | VS30 | CN80600446 | URGENCIAS GENERALES | 01/10/2020 | CRITICO |
| 25415 | MONITOR CONSTANTES VITALES | PHILIPS | VS30 | CN80600447 | URGENCIAS GENERALES | 01/10/2020 | CRITICO |
| 25476 | MONITOR CONSTANTES VITALES | PHILIPS | EARYVUE VS30 | CN80600451 | PEDIATRIA HOSPITALIZACION | 21/10/2020 | CRITICO |
| 25477 | MONITOR CONSTANTES VITALES | PHILIPS | EARYVUE VS30 | CN80600453 | PEDIATRIA HOSPITALIZACION | 21/10/2020 | CRITICO |
| 25490 | MONITOR CONSTANTES VITALES | QUIRUMED | TFT | 202070009 | RADIOLOGIA HOSPITAL | 04/11/2020 | CRITICO |
| 20705 | MONITOR DE ANESTESIA | MARQUETTE HELIGE | TRAM-RAC2 | BIRD20MAQ | BLOQUE QUIRURGICO | 07/09/2002 | CRITICO |
| 12117 | MONITOR DE CO2 | DRAGER | PM-8030 | ARDC-0028 | BLOQUE QUIRURGICO | | CRITICO |
| 12379-01 | MONITOR DE CONSTANTES VITALES | COLIN | BP-508 | 500084JJ | PARITORIO | | CRITICO |
| 12385 | MONITOR DE CONSTANTES VITALES | COLIN | BP-306 | 000229 | PARITORIO | | CRITICO |
| 24347 | MONITOR DE CONSTANTES VITALES | DRAGER MEDICAL | VARIOS | VQSM0025 - SERMAS | REANIMACION | 17/03/2020 | CRITICO |
| 24348 | MONITOR DE CONSTANTES VITALES | DRAGER MEDICAL | VARIOS | VQSM0021 - SERMAS | REANIMACION | 17/03/2020 | CRITICO |
| 24349 | MONITOR DE CONSTANTES VITALES | DRAGER MEDICAL | VARIOS | VQSMH0018 - SERMAS | REANIMACION | 17/03/2020 | CRITICO |
| 24350 | MONITOR DE CONSTANTES VITALES | DRAGER MEDICAL | VARIOS | VQSM0008 - SERMAS | REANIMACION | 17/03/2020 | CRITICO |
| 24351 | MONITOR DE CONSTANTES VITALES | DRAGER MEDICAL | VARIOS | VQSMH0032 - SERMAS | REANIMACION | 17/03/2020 | CRITICO |
| 24352 | MONITOR DE CONSTANTES VITALES | DRAGER MEDICAL | VARIOS | VQSM0004-SERMAS | REANIMACION | 17/03/2020 | CRITICO |
| 24353 | MONITOR DE CONSTANTES VITALES | DRAGER MEDICAL | VISTA 120 | VQSMH0035-SERMAS | REANIMACION | 19/03/2020 | CRITICO |
| 24354 | MONITOR DE CONSTANTES VITALES | DRAGER MEDICAL | VARIOS | VQSMH0034 - SERMAS | REANIMACION | 17/03/2020 | CRITICO |
| 24355 | MONITOR DE CONSTANTES VITALES | DRAGER MEDICAL | VISTA 120 | VQSMH0022 | MEDICINA INTENSIVA (SERVICIO) | 19/03/2020 | CRITICO |
| 24356 | MONITOR DE CONSTANTES VITALES | DRAGER MEDICAL | VISTA 120 | VQSM0024-SERMAS | REANIMACION | 19/03/2020 | CRITICO |
| 24357 | MONITOR DE CONSTANTES VITALES | DRAGER MEDICAL | VISTA 120 | VQSMH0021 | URGENCIAS GENERALES | 19/03/2020 | CRITICO |
| 24358 | MONITOR DE CONSTANTES VITALES | DRAGER MEDICAL | VISTA 120 | VQSMH0033 | URGENCIAS GENERALES | 19/03/2020 | CRITICO |
| 24359 | MONITOR DE CONSTANTES VITALES | DRAGER MEDICAL | VISTA 120 | VQSMH0031-SERMAS | REANIMACION | 19/03/2020 | CRITICO |
| 24360 | MONITOR DE CONSTANTES VITALES | DRAGER MEDICAL | VISTA 120 | VQSMH0036 | URGENCIAS GENERALES | 19/03/2020 | CRITICO |
| 24361 | MONITOR DE CONSTANTES VITALES | DRAGER MEDICAL | VISTA 120 | VQSMH0007 | URGENCIAS GENERALES | 19/03/2020 | CRITICO |
| 24370 | MONITOR DE CONSTANTES VITALES | DRAGER MEDICAL | VISTA 120S | S4SMM0063 | URGENCIAS GENERALES | 05/03/2020 | CRITICO |
| 24371 | MONITOR DE CONSTANTES VITALES | DRAGER MEDICAL | VISTA 120S | S4SMM0086 | URGENCIAS GENERALES | 05/03/2020 | CRITICO |
| 24372 | MONITOR DE CONSTANTES VITALES | DRAGER MEDICAL | VISTA | S4SMM0074 | URGENCIAS GENERALES | 05/03/2020 | CRITICO |
| 24373 | MONITOR DE CONSTANTES VITALES | DRAGER MEDICAL | VISTA 120S | S4SMM0065 | URGENCIAS GENERALES | 05/03/2020 | CRITICO |
| 4370 | MONITOR DE CONSTANTES VITALES | KONTRON | KONTRON KAREMON | SIN N/SERIE | PEDIATRIA HOSPITALIZACION | 11/08/1997 | CRITICO |
| 4372 | MONITOR DE CONSTANTES VITALES | KONTRON | KONTRON KAREMON | SIN N/SERIE | PEDIATRIA HOSPITALIZACION | 06/11/1998 | CRITICO |
| 8626 | MONITOR DE CONSTANTES VITALES | INVICO | M6 | M1198 | NEUMOLOGIA BRONCOSCOPIAS | 22/10/2003 | CRITICO |
| 14394 | MONITOR DE CONSTANTES VITALES ECG | MARQUETTE | DASH 2000 | 101047704 | URGENCIAS GENERALES | 11/07/2000 | CRITICO |
| 22198 | MONITOR DE HEMODIALISIS | FRESENIUS MEDICAL | 4008E | 8X0A5717 | DIALISIS HOSPITAL | 20/10/1998 | CRITICO |

ANEXO I .- PA 11-2021 INVENTARIO EQUIPOS ELECTROMÉDICOS HOSPITAL U. SEVERO OCHOA

| Código | Equipo | Marca | Modelo | Número Serie | Unidad | Fecha | Nivel |
|--------|-------------------------|-------------------|--------|--------------|-------------------|------------|---------|
| 22199 | MONITOR DE HEMODIALISIS | FRESENIUS MEDICAL | 4008E | 8X0A5715 | DIALISIS HOSPITAL | 20/10/1998 | CRITICO |
| 22202 | MONITOR DE HEMODIALISIS | FRESENIUS MEDICAL | 4008H | 9XCA4108 | DIALISIS HOSPITAL | 12/08/1999 | CRITICO |
| 22203 | MONITOR DE HEMODIALISIS | FRESENIUS MEDICAL | 4008H | OXCA6848 | DIALISIS HOSPITAL | 07/12/2000 | CRITICO |
| 22205 | MONITOR DE HEMODIALISIS | FRESENIUS MEDICAL | 4008H | OXCA2521 | DIALISIS HOSPITAL | 12/08/1999 | CRITICO |
| 22206 | MONITOR DE HEMODIALISIS | FRESENIUS MEDICAL | 4008H | OXCA6849 | DIALISIS HOSPITAL | 07/12/2000 | CRITICO |
| 22207 | MONITOR DE HEMODIALISIS | FRESENIUS MEDICAL | 4008S | 5VCAAF63 | DIALISIS HOSPITAL | 28/11/2005 | CRITICO |
| 22208 | MONITOR DE HEMODIALISIS | FRESENIUS MEDICAL | 4008S | 5VCAAF62 | DIALISIS HOSPITAL | 28/11/2005 | CRITICO |
| 22209 | MONITOR DE HEMODIALISIS | FRESENIUS MEDICAL | 4008S | 5VCAAF59 | DIALISIS HOSPITAL | 28/11/2005 | CRITICO |
| 22210 | MONITOR DE HEMODIALISIS | FRESENIUS MEDICAL | 4008S | 5VCAZ108 | DIALISIS HOSPITAL | 28/11/2005 | CRITICO |
| 22211 | MONITOR DE HEMODIALISIS | FRESENIUS MEDICAL | 4008S | 5VCAAF60 | DIALISIS HOSPITAL | 28/11/2005 | CRITICO |
| 22212 | MONITOR DE HEMODIALISIS | FRESENIUS MEDICAL | 4008S | 4VCA R411 | DIALISIS HOSPITAL | | CRITICO |
| 22213 | MONITOR DE HEMODIALISIS | FRESENIUS MEDICAL | 4008S | 5VCAAF58 | DIALISIS HOSPITAL | 28/11/2005 | CRITICO |
| 22214 | MONITOR DE HEMODIALISIS | FRESENIUS MEDICAL | 4008S | 5VCAAF61 | DIALISIS HOSPITAL | 28/11/2005 | CRITICO |
| 22215 | MONITOR DE HEMODIALISIS | FRESENIUS MEDICAL | 4008S | 5VCAZ101 | DIALISIS HOSPITAL | 28/11/2005 | CRITICO |
| 22216 | MONITOR DE HEMODIALISIS | FRESENIUS MEDICAL | 4008S | 5VCAAF65 | DIALISIS HOSPITAL | 28/11/2005 | CRITICO |
| 22217 | MONITOR DE HEMODIALISIS | FRESENIUS MEDICAL | 4008S | 5VCAAF64 | DIALISIS HOSPITAL | 28/11/2005 | CRITICO |
| 22218 | MONITOR DE HEMODIALISIS | FRESENIUS MEDICAL | 4008S | 5VCAZ977 | DIALISIS HOSPITAL | 28/11/2005 | CRITICO |
| 22219 | MONITOR DE HEMODIALISIS | FRESENIUS MEDICAL | 4008S | 5VCAZ100 | DIALISIS HOSPITAL | 28/11/2005 | CRITICO |
| 22220 | MONITOR DE HEMODIALISIS | FRESENIUS MEDICAL | 4008S | 4VCA R410 | DIALISIS HOSPITAL | | CRITICO |
| 22221 | MONITOR DE HEMODIALISIS | FRESENIUS MEDICAL | 5008 | 7VEA9883 | DIALISIS HOSPITAL | | CRITICO |
| 22222 | MONITOR DE HEMODIALISIS | FRESENIUS MEDICAL | 5008 | 7VEA9881 | DIALISIS HOSPITAL | | CRITICO |
| 22223 | MONITOR DE HEMODIALISIS | FRESENIUS MEDICAL | 5008 | 1VEAP531 | DIALISIS HOSPITAL | | CRITICO |
| 22224 | MONITOR DE HEMODIALISIS | FRESENIUS MEDICAL | 5008 | 5VEAEE32 | DIALISIS HOSPITAL | 16/12/2015 | CRITICO |
| 22225 | MONITOR DE HEMODIALISIS | FRESENIUS MEDICAL | 5008 | 5VEAEE33 | DIALISIS HOSPITAL | 16/12/2015 | CRITICO |
| 22226 | MONITOR DE HEMODIALISIS | FRESENIUS MEDICAL | 5008 | 5VEAEE34 | DIALISIS HOSPITAL | 16/12/2015 | CRITICO |
| 22227 | MONITOR DE HEMODIALISIS | FRESENIUS MEDICAL | 5008 | 5VEAEE35 | DIALISIS HOSPITAL | 16/12/2015 | CRITICO |
| 22228 | MONITOR DE HEMODIALISIS | FRESENIUS MEDICAL | 5008 | 5VEAEE36 | DIALISIS HOSPITAL | 12/01/2016 | CRITICO |
| 22229 | MONITOR DE HEMODIALISIS | FRESENIUS MEDICAL | 5008 | 5VEAEE37 | DIALISIS HOSPITAL | 12/01/2016 | CRITICO |
| 22230 | MONITOR DE HEMODIALISIS | FRESENIUS MEDICAL | 5008 | 5VEAEE38 | DIALISIS HOSPITAL | 12/01/2016 | CRITICO |
| 22231 | MONITOR DE HEMODIALISIS | FRESENIUS MEDICAL | 5008 | 5VEAEE39 | DIALISIS HOSPITAL | 12/01/2016 | CRITICO |
| 22232 | MONITOR DE HEMODIALISIS | FRESENIUS MEDICAL | 5008 | 5VEAEE40 | DIALISIS HOSPITAL | 12/01/2016 | CRITICO |
| 22233 | MONITOR DE HEMODIALISIS | FRESENIUS MEDICAL | 5008 | 5VEAEE41 | DIALISIS HOSPITAL | 12/01/2016 | CRITICO |
| 22234 | MONITOR DE HEMODIALISIS | FRESENIUS MEDICAL | 5008 | 5VEAEE42 | DIALISIS HOSPITAL | 12/01/2016 | CRITICO |
| 22235 | MONITOR DE HEMODIALISIS | FRESENIUS MEDICAL | 5008 | 5VEAEE43 | DIALISIS HOSPITAL | 12/01/2016 | CRITICO |
| 22236 | MONITOR DE HEMODIALISIS | FRESENIUS MEDICAL | 5008 | 5VEAEE44 | DIALISIS HOSPITAL | 12/01/2016 | CRITICO |
| 22237 | MONITOR DE HEMODIALISIS | FRESENIUS MEDICAL | 5008 | 5VEAEE45 | DIALISIS HOSPITAL | 12/01/2016 | CRITICO |
| 22238 | MONITOR DE HEMODIALISIS | FRESENIUS MEDICAL | 5008 | 5VEAEE46 | DIALISIS HOSPITAL | 12/01/2016 | CRITICO |
| 22239 | MONITOR DE HEMODIALISIS | FRESENIUS MEDICAL | 5008 | 7VEAEE47 | DIALISIS HOSPITAL | 12/01/2016 | CRITICO |
| 22240 | MONITOR DE HEMODIALISIS | FRESENIUS MEDICAL | 5008 | 7VEAEE48 | DIALISIS HOSPITAL | 12/01/2016 | CRITICO |

ANEXO I .- PA 11-2021 INVENTARIO EQUIPOS ELECTROMÉDICOS HOSPITAL U. SEVERO OCHOA

| Código | Equipo | Marca | Modelo | Número Serie | Unidad | Fecha | Nivel |
|---------|---|-------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|------------|---------|
| 22241 | MONITOR DE HEMODIALISIS | FRESENIUS MEDICAL | 5008 | 7VEAEE49 | DIALISIS HOSPITAL | 12/01/2016 | CRITICO |
| 22242 | MONITOR DE HEMODIALISIS | BBRAUN | DIALOG+ADIMEA | 150705 | DIALISIS HOSPITAL | | CRITICO |
| 22243 | MONITOR DE HEMODIALISIS | BBRAUN | DIALOG+ADIMEA | 151726 | DIALISIS HOSPITAL | | CRITICO |
| 22244 | MONITOR DE HEMODIALISIS | BBRAUN | DIALOG+ADIMEA | 210264 | DIALISIS HOSPITAL | | CRITICO |
| 22245 | MONITOR DE HEMODIALISIS | BBRAUN | DIALOG+ADIMEA | 302365 | DIALISIS HOSPITAL | 14/01/2016 | CRITICO |
| 22246 | MONITOR DE HEMODIALISIS | GAMBRO | ARTIS | FX003712 | DIALISIS HOSPITAL | 16/10/1997 | CRITICO |
| 22849 | MONITOR DE HEMODIALISIS | FRESENIUS MEDICAL | 5008 | 6VEAFT73 | DIALISIS HOSPITAL | 12/01/2016 | CRITICO |
| 22850 | MONITOR DE HEMODIALISIS | FRESENIUS MEDICAL | 5008 | 6VEAFT74 | DIALISIS HOSPITAL | 12/01/2016 | CRITICO |
| 22851 | MONITOR DE HEMODIALISIS | FRESENIUS MEDICAL | 5008 | 6VEAFT75 | DIALISIS HOSPITAL | 11/08/1997 | CRITICO |
| 22852 | MONITOR DE HEMODIALISIS | FRESENIUS MEDICAL | 5008 | 6VEAFT76 | DIALISIS HOSPITAL | 12/01/2016 | CRITICO |
| 22853 | MONITOR DE HEMODIALISIS | FRESENIUS MEDICAL | 5008 | 6VEAFT72 | DIALISIS HOSPITAL | 12/01/2016 | CRITICO |
| 22854 | MONITOR DE HEMODIALISIS | FRESENIUS MEDICAL | 5008 | 6VEAFU08 | DIALISIS HOSPITAL | 12/01/2016 | CRITICO |
| 22855 | MONITOR DE HEMODIALISIS | FRESENIUS MEDICAL | 5008 | 6VEAFW59 | DIALISIS HOSPITAL | 12/01/2016 | CRITICO |
| 22856 | MONITOR DE HEMODIALISIS | FRESENIUS MEDICAL | 5008 | 6VEAFW60 | DIALISIS HOSPITAL | 12/01/2016 | CRITICO |
| 22857 | MONITOR DE HEMODIALISIS | FRESENIUS MEDICAL | 5008 | 6VEAFW61 | DIALISIS HOSPITAL | 12/01/2016 | CRITICO |
| 22858 | MONITOR DE HEMODIALISIS | FRESENIUS MEDICAL | 5008 | 6VEAFW62 | DIALISIS HOSPITAL | 12/01/2016 | CRITICO |
| 22859 | MONITOR DE HEMODIALISIS | FRESENIUS MEDICAL | 5008 | 6VEAFW63 | DIALISIS HOSPITAL | 12/01/2016 | CRITICO |
| 22860 | MONITOR DE HEMODIALISIS | FRESENIUS MEDICAL | 5008 | 6VEAFW64 | DIALISIS HOSPITAL | 12/01/2016 | CRITICO |
| 22861 | MONITOR DE HEMODIALISIS | FRESENIUS MEDICAL | 5008 | 6VEAFW65 | DIALISIS HOSPITAL | 12/01/2016 | CRITICO |
| 22862 | MONITOR DE HEMODIALISIS | FRESENIUS MEDICAL | 5008 | 6VEAFW66 | DIALISIS HOSPITAL | 12/01/2016 | CRITICO |
| 22863 | MONITOR DE HEMODIALISIS | FRESENIUS MEDICAL | 5008 | 6VEAFW67 | DIALISIS HOSPITAL | 12/01/2016 | CRITICO |
| 22864 | MONITOR DE HEMODIALISIS | FRESENIUS MEDICAL | 5008 | 6VEAFW68 | DIALISIS HOSPITAL | 12/01/2016 | CRITICO |
| 22865 | MONITOR DE HEMODIALISIS | FRESENIUS MEDICAL | 5008 | 6VEAFW69 | DIALISIS HOSPITAL | 12/01/2016 | CRITICO |
| 22866 | MONITOR DE HEMODIALISIS | FRESENIUS MEDICAL | 5008 | 6VEAFW70 | DIALISIS HOSPITAL | 12/01/2016 | CRITICO |
| 22091 | MONITOR DE IMAGEN | NIKON | DS-L2 | 212842 | LAB. HEMATOLOGIA HOSPITAL | | CRITICO |
| 13091 | MONITOR DE PRESION ARTERIAL AMBULATORIA | SPACELAB MEDICAL | 90207-34 | 207-012046 | M. INTERNA CONSULTAS | | CRITICO |
| 13100 | MONITOR DE PRESION ARTERIAL AMBULATORIA | SPACELAB MEDICAL | 90207-34 | 207-044884 | M. INTERNA CONSULTAS | | CRITICO |
| 13108 | MONITOR DE TRANSPORTE | HITACHI | DATASETTE | PG11972-F8 | ALMACEN HOSPITAL | 01/01/1999 | CRITICO |
| 25220 | MONITOR DE TRANSPORTE | COMEN | C30 | K3200403087 | MANTENIMIENTO HOSPITAL | 06/05/2020 | CRITICO |
| 25224 | MONITOR DE TRANSPORTE | COMEN | C30 | K32004030007 | MANTENIMIENTO HOSPITAL | 06/05/2020 | CRITICO |
| 25228 | MONITOR DE TRANSPORTE | COMEN | C30 | K3200403034 | URG. PEDIATRICAS | 06/05/2020 | CRITICO |
| 25232 | MONITOR DE TRANSPORTE | COMEN | C30 | K3200403072 | URG. PEDIATRICAS | 06/05/2020 | CRITICO |
| 25236 | MONITOR DE TRANSPORTE | COMEN | C30 | K3200403070 | URG. PEDIATRICAS | 06/05/2020 | CRITICO |
| 25240 | MONITOR DE TRANSPORTE | COMEN | C30 | K3200403091 | URG. PEDIATRICAS | 06/05/2020 | CRITICO |
| 2323 | MONITOR ECG TA PULSIOXIME | CARDIOCAP | CH-2S | SIN N/SERIE | REANIMACION | 02/11/1994 | CRITICO |
| 8633-01 | MONITOR ECGSIEMENS _CARGADOR | SIEMENS | DC POWER SUP IDS SWITCH | 140883 WEEK 0330 | URGENCIAS GENERALES | 18/09/2003 | CRITICO |
| 21369 | MONITOR ESTACION DE TRABAJO MAMOGRAFO | GENERAL ELECTRIC | 6GF6201-4CC13 | HXW5001757 | RADIOLOGIA HOSPITAL | | CRITICO |

ANEXO I .- PA 11-2021 INVENTARIO EQUIPOS ELECTROMÉDICOS HOSPITAL U. SEVERO OCHOA

| Código | Equipo | Marca | Modelo | Número Serie | Unidad | Fecha | Nivel |
|--------|--|------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------|------------|---------|
| 21370 | MONITOR ESTACION DE TRABAJO MAMOGRAFO | GENERAL ELECTRIC | 6GF6201-4CC13 | HXW4001726 | RADIOLOGIA HOSPITAL | | CRITICO |
| 21371 | MONITOR ESTACION DE TRABAJO MAMOGRAFO | NEC | 1990SXI | 82017312YA | RADIOLOGIA HOSPITAL | | CRITICO |
| 12389 | MONITOR FETAL | SONICAID | D-206 | 10418 | PAR | | CRITICO |
| 22362 | MONITOR GENERADOR ORDEN | QMATIC | S/M | S/N | ADMISION M.A.L.G. | | CRITICO |
| 21497 | MONITOR GENERADOR VISUALIZADOR DE ORDEN | PHILIPS | DE7000 | CS81226000056 | C. EXTERNAS HOSPITAL | | CRITICO |
| 21500 | MONITOR GENERADOR VISUALIZADOR DE ORDEN | PHILIPS | DE7000 | CS3B1226000057 | C. EXTERNAS HOSPITAL | | CRITICO |
| 21544 | MONITOR GENERADOR VISUALIZADOR DE ORDEN | PHILIPS | DE7000 | CS3B1226000019 | C. EXTERNAS HOSPITAL | | CRITICO |
| 21810 | MONITOR GENERADOR VISUALIZADOR DE ORDEN | PHILIPS | DE7000 | CS3B1117000400 | ADMISION CENTRAL | | CRITICO |
| 21811 | MONITOR GENERADOR VISUALIZADOR DE ORDEN | PHILIPS | DE7000 | CS3B11130000091 | ADMISION CENTRAL | | CRITICO |
| 21815 | MONITOR GENERADOR VISUALIZADOR DE ORDEN | PHILIPS | DE7000 | FE3B1033000147 | ADMISION CENTRAL | | CRITICO |
| 21816 | MONITOR GENERADOR VISUALIZADOR DE ORDEN | PHILIPS | DE7000 | CS3B1226000020 | ADMISION CENTRAL | | CRITICO |
| 21817 | MONITOR GENERADOR VISUALIZADOR DE ORDEN | PHILIPS | DE7000 | FE3B1033000121 | ADMISION CENTRAL | | CRITICO |
| 21818 | MONITOR GENERADOR VISUALIZADOR DE ORDEN | PHILIPS | DE7000 | FE3B1033000146 | ADMISION CENTRAL | | CRITICO |
| 21819 | MONITOR GENERADOR VISUALIZADOR DE ORDEN | PHILIPS | DE7000 | FE3B1033000122 | ADMISION CENTRAL | | CRITICO |
| 21820 | MONITOR GENERADOR VISUALIZADOR DE ORDEN | PHILIPS | DE7000 | FE3B1033000124 | ADMISION CENTRAL | | CRITICO |
| 25272 | MONITOR GENERADOR VISUALIZADOR DE ORDEN | PHILIPS | DE7000 | CS3B1226000003 | C. EXTERNAS HOSPITAL | | CRITICO |
| 25273 | MONITOR GENERADOR VISUALIZADOR DE ORDEN | PHILIPS | DE7000 | FE3B1033000122 | C. EXTERNAS HOSPITAL | | CRITICO |
| 25274 | MONITOR GENERADOR VISUALIZADOR DE ORDEN | PHILIPS | DE7000 | S/N | C. EXTERNAS HOSPITAL | | CRITICO |
| 25835 | MONITOR HEMODINAMICO PA RESONANCIA MAGNETICA | PHILIPS | MR200 | | RADIOLOGIA HOSPITAL | | CRITICO |
| 4375 | MONITOR HIDROGENO ESPIRAD | BEDFONT | GASTROLYZER EC-60 | G10551 | PEDIATRIA HOSPITALIZACION | 07/07/2000 | CRITICO |
| 575 | MONITOR HIDROGENO ESPIRAD | BEDFONT | GASTROLYZER EC-60 | G10551 | PEDIATRIA HOSPITALIZACION | 07/07/2000 | CRITICO |
| 21496 | MONITOR LECTOR TARJETA SANITARIA | KIOSYSTEM | ATENEA 17 | 109006M0QAC0132 | C. EXTERNAS HOSPITAL | | URGENTE |
| 21498 | MONITOR LECTOR TARJETA SANITARIA | KIOSYSTEM | ATENEA 17 | 08109022Z0OAC0014 | C. EXTERNAS HOSPITAL | | URGENTE |
| 21499 | MONITOR LECTOR TARJETA SANITARIA | KIOSYSTEM | ATENEA 17 | 1303109006MOOAC0131 | URG. PEDIATRICAS | | URGENTE |
| 21812 | MONITOR LECTOR TARJETA SANITARIA | KIOSYSTEM | ATENEA 17 | 1110 10 9006Z0 0AC 0035 | ADMISION CENTRAL | | URGENTE |
| 21813 | MONITOR LECTOR TARJETA SANITARIA | KIOSYSTEM | ATENEA 17 | 1105 10 9006M0 0AC 0058 | ADMISION CENTRAL | | URGENTE |

ANEXO I .- PA 11-2021 INVENTARIO EQUIPOS ELECTROMÉDICOS HOSPITAL U. SEVERO OCHOA

| Código | Equipo | Marca | Modelo | Número Serie | Unidad | Fecha | Nivel |
|----------|--|----------------------|----------------|--------------------------|-------------------------------|------------|---------|
| 21814 | MONITOR LECTOR TARJETA SANITARIA | KIOSYSTEM | ATENEA 17 | 1106 10 9006M0 0AC 0063 | ADMISION CENTRAL | | URGENTE |
| 22361 | MONITOR LECTOR TARJETA SANITARIA | KIOSYSTEM | ATENEA 17 | S/N | ADMISION M.A.L.G. | | URGENTE |
| 22867 | MONITOR LECTOR TARJETA SANITARIA | KIOSYSTEM | ATENEA 17 | 1705109006M00AC0236 | ADMISION CENTRAL | 01/03/2017 | URGENTE |
| 25802 | MONITOR LECTOR TARJETA SANITARIA | KIOSYSTEM | ATHENA | 2101 10 9006 MO OAC 0423 | FARMACIA | 15/12/2020 | URGENTE |
| 25803 | MONITOR LECTOR TARJETA SANITARIA SOBREMESA | FRONT ESK | OGS201 | DS10U | FARMACIA | 15/12/2020 | URGENTE |
| 9395 | MONITOR MODULAR DRAG.KAPP | DRAGERI | KAPPA XLT | 5530156181 | REANIMACION | 23/11/2004 | CRITICO |
| 581 | MONITOR MODULAR PLATAFORM | PLATAFORMA | S/5 | H80904559 | BLOQUE QUIRURGICO | 07/07/2000 | CRITICO |
| 23145 | MONITOR MULTICANAL | C80 | W.A | KE171206006B | REANIMACION | 17/11/2017 | CRITICO |
| 12031 | MONITOR MULTICANAL | BAXTER | EXPLORER | 1971 | MEDICINA INTENSIVA (SERVICIO) | | CRITICO |
| 12036 | MONITOR MULTICANAL | KONTRON | MICROMON 7141 | B 3761 | REANIMACION | | CRITICO |
| 12038 | MONITOR MULTICANAL | KONTRON | MICROMON 7141 | B 3764 | CIRUGIA MAYOR AMBULATORIA | | CRITICO |
| 12546 | MONITOR MULTICANAL | COLIN | PULSEMATE BX-5 | 207X5 | BLOQUE QUIRURGICO | | CRITICO |
| 15381 | MONITOR MULTICANAL | WELCH ALLYN | PROPAQ LT | KL011069 | URGENCIAS GENERALES | 20/05/2010 | CRITICO |
| 15412 | MONITOR MULTICANAL | SPACELABS | MCARE 300 | 1220-M001906 | REANIMACION | 27/05/2010 | CRITICO |
| 16039 | MONITOR MULTICANAL | WELCH ALLYN | PROPAQ LTW | KA020322 | REANIMACION | 16/12/2010 | CRITICO |
| 16043 | MONITOR MULTICANAL | WELCH ALLYN | PROPAQ LT | KV003660 | REANIMACION | 16/12/2010 | CRITICO |
| 16044 | MONITOR MULTICANAL | WELCH ALLYN | PROPAQ LT | KV003639 | REANIMACION | 16/12/2010 | CRITICO |
| 17063-01 | MONITOR MULTICANAL | MINDRAY | iPM8 | | REANIMACION | 21/10/2015 | CRITICO |
| 20525 | MONITOR MULTICANAL | NIHON KOHDEN | BSM-2351K | 00460 | REANIMACION | 21/11/2005 | CRITICO |
| 20529 | MONITOR MULTICANAL | MARQUETTE HELIGE | DASH 3000 | CODJ2009G | URGENCIAS GENERALES | | CRITICO |
| 20530 | MONITOR MULTICANAL | WELCH ALLYN | PROPAQ LT | KA021411 | REANIMACION | 16/12/2010 | CRITICO |
| 20534 | MONITOR MULTICANAL | MINDRAY | iPM8 | FF-59017646 | REANIMACION | 21/10/2015 | CRITICO |
| 20537 | MONITOR MULTICANAL | WELCH ALLYN | PROPAQ LT | KA027915 | REANIMACION | 11/11/2014 | CRITICO |
| 20541 | MONITOR MULTICANAL | DATEx OHMEDA | CARDIOCAP 5 | FBWG02678 | REANIMACION | 18/09/2003 | CRITICO |
| 20542 | MONITOR MULTICANAL | DATEx OHMEDA | CARDIOCAP 5 | FBUD00730 | REANIMACION | 07/07/2000 | CRITICO |
| 20545 | MONITOR MULTICANAL | WELCH ALLYN | PROPAQ LT | KA011442 | URGENCIAS GENERALES | | CRITICO |
| 20549 | MONITOR MULTICANAL | MINDRAY | iMEC10 | EX-4C021537 | REANIMACION | 11/11/2014 | CRITICO |
| 20554 | MONITOR MULTICANAL | GENERAL ELECTRIC | B20 | SGF12283307WA | REANIMACION | 25/06/2012 | CRITICO |
| 20555 | MONITOR MULTICANAL | GENERAL ELECTRIC | B20 | SGF14484761WA | REANIMACION | 11/11/2014 | CRITICO |
| 20556 | MONITOR MULTICANAL | DATEx OHMEDA | CARDIOCAP 5 | FBWF02207 | URGENCIAS GENERALES | 23/10/2002 | CRITICO |
| 20557 | MONITOR MULTICANAL | DATEx OHMEDA | CARDIOCAP 5 | FBWF02206 | REANIMACION | 23/10/2002 | CRITICO |
| 20558 | MONITOR MULTICANAL | SPACELABS HEALTHCARE | MCARE 300 | 1220-000254 | REANIMACION | 29/11/2007 | CRITICO |
| 20562 | MONITOR MULTICANAL | MARQUETTE HELIGE | DASH 3000 | CODJ1980G | REANIMACION | | CRITICO |
| 20563 | MONITOR MULTICANAL | SPACELABS HEALTHCARE | MCARE 300 | 1220-000921 | URGENCIAS GENERALES | 29/11/2007 | CRITICO |
| 20568 | MONITOR MULTICANAL | DATEx OHMEDA | F-CU8..07 | 4117562 | REANIMACION | | CRITICO |
| 20579 | MONITOR MULTICANAL | DATEx OHMEDA | CARDIOCAP 5 | FBWF01952 | REANIMACION | 07/09/2002 | CRITICO |
| 20583 | MONITOR MULTICANAL | DATEx OHMEDA | F-CU8..07 | 814102 | REANIMACION | 04/07/2000 | CRITICO |

ANEXO I .- PA 11-2021 INVENTARIO EQUIPOS ELECTROMÉDICOS HOSPITAL U. SEVERO OCHOA

| Código | Equipo | Marca | Modelo | Número Serie | Unidad | Fecha | Nivel |
|--------|--------------------|----------------------|-------------------|----------------|-------------------------------|------------|---------|
| 20586 | MONITOR MULTICANAL | GENERAL ELECTRIC | B20 | SGF12283298WA | REANIMACION | 25/06/2012 | CRITICO |
| 20587 | MONITOR MULTICANAL | DATEx OHMEDA | F-CU8..07 | 817294 | REANIMACION | 04/12/1998 | CRITICO |
| 20588 | MONITOR MULTICANAL | SPACELABS HEALTHCARE | ULTRACARE SLP | 6170444 | MEDICINA INTENSIVA (SERVICIO) | 29/11/2007 | CRITICO |
| 20590 | MONITOR MULTICANAL | DATEx OHMEDA | F-CU8..05 | 3842028 | REANIMACION | 30/07/1999 | CRITICO |
| 20608 | MONITOR MULTICANAL | DRAGER | INFINITY GAMMA XL | 5514598357 | MEDICINA INTENSIVA (SERVICIO) | 22/11/2007 | CRITICO |
| 20615 | MONITOR MULTICANAL | MARQUETTE | EAGLE 4000 | 101002544 | MEDICINA INTENSIVA (SERVICIO) | | CRITICO |
| 20616 | MONITOR MULTICANAL | MARQUETTE | EAGLE 4000 | 101078671 | REANIMACION | 07/12/2001 | CRITICO |
| 20632 | MONITOR MULTICANAL | MARQUETTE | EAGLE 4000 | 101042335 | REANIMACION | 07/07/2000 | CRITICO |
| 20640 | MONITOR MULTICANAL | MARQUETTE | EAGLE 4000 | 101078661 | MEDICINA INTENSIVA (SERVICIO) | 07/12/2001 | CRITICO |
| 20647 | MONITOR MULTICANAL | MARQUETTE | EAGLE 4000 | 101078676 | REANIMACION | 07/12/2001 | CRITICO |
| 20652 | MONITOR MULTICANAL | MARQUETTE | EAGLE 4000 | 101002542 | REANIMACION | | CRITICO |
| 20660 | MONITOR MULTICANAL | MARQUETTE HELIGE | DASH 2000 | 70003613 | HEMODINÁMICA | 29/10/2003 | CRITICO |
| 20676 | MONITOR MULTICANAL | MARQUETTE HELIGE | EAGLE 4000 | 101002546 | REANIMACION | | CRITICO |
| 20679 | MONITOR MULTICANAL | MARQUETTE HELIGE | EAGLE 4000 | 101002541 | REANIMACION | | CRITICO |
| 20682 | MONITOR MULTICANAL | MARQUETTE HELIGE | EAGLE 4000 | 101002543 | MEDICINA INTENSIVA (SERVICIO) | | CRITICO |
| 20686 | MONITOR MULTICANAL | MARQUETTE HELIGE | EAGLE 4000 | 101042336 | MEDICINA INTENSIVA (SERVICIO) | 07/07/2000 | CRITICO |
| 20695 | MONITOR MULTICANAL | DATEx OHMEDA | LIGHT | 3684133 | UNIDAD DEL DOLOR | 06/11/1998 | CRITICO |
| 20696 | MONITOR MULTICANAL | DATEx OHMEDA | S/5 | 4555105 | UNIDAD DEL DOLOR | 26/10/2001 | CRITICO |
| 20714 | MONITOR MULTICANAL | DRAGER | INFINITY DELTA | 53978777946 | BLOQUE QUIRURGICO | 31/10/2006 | CRITICO |
| 20727 | MONITOR MULTICANAL | DRAGER | INFINITY DELTA | 5395453365 | BLOQUE QUIRURGICO | | CRITICO |
| 20741 | MONITOR MULTICANAL | DRAGER | INFINITY DELTA XL | 6007030974 | BLOQUE QUIRURGICO | | CRITICO |
| 20748 | MONITOR MULTICANAL | DRAGER | INFINITY DELTA | 5395316959 | RADIOLOGIA HOSPITAL | | CRITICO |
| 20753 | MONITOR MULTICANAL | DATEx OHMEDA | AVANCE PRO | M1019PN6100289 | BLOQUE QUIRURGICO | 27/10/2006 | CRITICO |
| 20775 | MONITOR MULTICANAL | DRAGER | INFINITY DELTA | 5395716857 | BLOQUE QUIRURGICO | | CRITICO |
| 20790 | MONITOR MULTICANAL | DATEx OHMEDA | CH/2 S -23-01 | 300246 | BLOQUE QUIRURGICO | | CRITICO |
| 20795 | MONITOR MULTICANAL | DRAGER | INFINITY DELTA | 5395464567 | BLOQUE QUIRURGICO | 20/10/2006 | CRITICO |
| 20806 | MONITOR MULTICANAL | DATEx OHMEDA | D-LCC15..03.. | M1019PN4121063 | RADIOLOGIA HOSPITAL | | CRITICO |
| 20825 | MONITOR MULTICANAL | DATEx OHMEDA | D-LCC15..03.. | M0019PN3310134 | BLOQUE QUIRURGICO | | CRITICO |
| 20864 | MONITOR MULTICANAL | DRAGER | INFINITY GAMMA XL | 5514306174 | BLOQUE QUIRURGICO | 20/10/2006 | CRITICO |
| 20917 | MONITOR MULTICANAL | HEWLETT PACKARD | 78352C | 3418G12457 | URG. PEDIATRICAS | 30/10/1995 | CRITICO |
| 20945 | MONITOR MULTICANAL | COLIN | BP-508 | 500089JJ | PARITORIO | | CRITICO |
| 20949 | MONITOR MULTICANAL | DATEx OHMEDA | F-LM1 (LIGHT) | 3590715 | PARITORIO | | CRITICO |
| 20950 | MONITOR MULTICANAL | DATEx OHMEDA | F-LM1 (LIGHT) | 3621817 | PARITORIO | | CRITICO |
| 20951 | MONITOR MULTICANAL | DATEx OHMEDA | F-LM1 (LIGHT) | 3590731 | REANIMACION | | CRITICO |
| 20952 | MONITOR MULTICANAL | DATEx OHMEDA | F-LM1 (LIGHT) | 3838730 | PARITORIO | | CRITICO |
| 21017 | MONITOR MULTICANAL | HEWLETT PACKARD | NEONATAL | S/N | NEONATOLOGIA | | CRITICO |
| 21022 | MONITOR MULTICANAL | HEWLETT PACKARD | NEONATAL | S/N | NEONATOLOGIA | | CRITICO |
| 21023 | MONITOR MULTICANAL | DRAGER | INFINITY DELTA | 5396428061 | NEONATOLOGIA | 21/11/2005 | CRITICO |
| 21027 | MONITOR MULTICANAL | DRAGER | INFINITY GAMMA XL | 5514714865 | NEONATOLOGIA | 30/08/2007 | CRITICO |

ANEXO I .- PA 11-2021 INVENTARIO EQUIPOS ELECTROMÉDICOS HOSPITAL U. SEVERO OCHOA

| Código | Equipo | Marca | Modelo | Número Serie | Unidad | Fecha | Nivel |
|--------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------|------------|---------|
| 21034 | MONITOR MULTICANAL | DRAGER | INFINITY DELTA | MS18597E539D | NEONATOLOGIA | 20/10/2006 | CRITICO |
| 21057 | MONITOR MULTICANAL | HEWLETT PACKARD | NEONATAL | S/N | NEONATOLOGIA | | CRITICO |
| 21058 | MONITOR MULTICANAL | SIEMENS | SIRECUST 403 R | 02469 | NEONATOLOGIA | | CRITICO |
| 21060 | MONITOR MULTICANAL | SIEMENS | SIRECUST 403 R | 02463 | NEONATOLOGIA | | CRITICO |
| 21152 | MONITOR MULTICANAL | WELCH ALLYN | PROPAQ LT | KA009048 | URGENCIAS GENERALES | 16/12/2010 | CRITICO |
| 21155 | MONITOR MULTICANAL | WELCH ALLYN | PROPAQ LT | KA011445 | URGENCIAS GENERALES | 14/05/2009 | CRITICO |
| 21162 | MONITOR MULTICANAL | WELCH ALLYN | PROPAQ LT | KA020322 | URGENCIAS GENERALES | 20/05/2010 | CRITICO |
| 21167 | MONITOR MULTICANAL | WELCH ALLYN | PROPAQ LT | KA011443 | URGENCIAS GENERALES | | CRITICO |
| 21170 | MONITOR MULTICANAL | WELCH ALLYN | PROPAQ LT | KA060918 | URGENCIAS GENERALES | 18/11/2014 | CRITICO |
| 21177 | MONITOR MULTICANAL | WELCH ALLYN | PROPAQ LT | KA011444 | URGENCIAS GENERALES | 20/05/2010 | CRITICO |
| 21180 | MONITOR MULTICANAL | MARQUETTE HELIGE | DASH 2000 | 101049681 | URGENCIAS GENERALES | | CRITICO |
| 21193 | MONITOR MULTICANAL | WELCH ALLYN | PROPAQ LT | KA009045 | URGENCIAS GENERALES | 20/05/2010 | CRITICO |
| 21208 | MONITOR MULTICANAL | WELCH ALLYN | PROPAQ LT | KA010989 | URGENCIAS GENERALES | | CRITICO |
| 21258 | MONITOR MULTICANAL | SPACELABS HEALTHCARE | ULTRACARE SLP (REF: 014-0000-00-01) | 6170442 | REANIMACION | 29/11/2007 | CRITICO |
| 21264 | MONITOR MULTICANAL | SPACELABS HEALTHCARE | MCARE 300 | 1220-000925 | RADIOLOGIA HOSPITAL | 27/05/2010 | CRITICO |
| 21269 | MONITOR MULTICANAL | DATEx OHMEDA | LIGHTSOLO | 3838729 | RADIOLOGIA HOSPITAL | | CRITICO |
| 21306 | MONITOR MULTICANAL | DRAGER | INFINITY DELTA | 6006334773 | BLOQUE QUIRURGICO | | CRITICO |
| 21310 | MONITOR MULTICANAL | SPACELABS HEALTHCARE | ULTRACARE SLP (REF: 014-0000-00-01) | 6170443 | MEDICINA INTENSIVA (SERVICIO) | 29/11/2007 | CRITICO |
| 21315 | MONITOR MULTICANAL | DRAGER | INFINITY DELTA | E6001534273 | BLOQUE QUIRURGICO | | CRITICO |
| 21323 | MONITOR MULTICANAL | DATEx OHMEDA | F-CU8-23-02 | 101874 | BLOQUE QUIRURGICO | | CRITICO |
| 21324 | MONITOR MULTICANAL | SAMTRON | 56E | AN15HDBW207825M | BLOQUE QUIRURGICO | | CRITICO |
| 21336 | MONITOR MULTICANAL | DRAGER | INFINITY GAMMA XL | 5514302775 | BLOQUE QUIRURGICO | 20/10/2006 | CRITICO |
| 21586 | MONITOR MULTICANAL | HEWLETT PACKARD | M3046A | DE73100471 | C. EXTERNAS HOSPITAL | 11/08/1997 | CRITICO |
| 21714 | MONITOR MULTICANAL | DATEx OHMEDA | S/5 | 5141602 | PRUEBAS ESPECIALES | 19/05/2004 | CRITICO |
| 21786 | MONITOR MULTICANAL | MINDRAY | PM8000 | AA41-42751 | PRUEBAS ESPECIALES | | CRITICO |
| 22173 | MONITOR MULTICANAL | PHILIPS | SURESINGS VM6 | US63507581 | ENDOSCOPIAS | | CRITICO |
| 22412 | MONITOR MULTICANAL | DRAGER | INFINITY GAMMA XL | 5514705670 | DIALISIS HOSPITAL | 10/12/2015 | CRITICO |
| 23018 | MONITOR MULTICANAL | COMEN | C50 | KD171116001B | DIALISIS HOSPITAL | 22/11/2007 | CRITICO |
| 23021 | MONITOR MULTICANAL | CARESCAPE PATIENT DATA MODULE | CARESCAPE | SEG17430001HX | RADIOLOGIA HOSPITAL | 10/10/2017 | CRITICO |
| 23146 | MONITOR MULTICANAL | COMEN | C80 | KE171206007B | MEDICINA INTENSIVA (SERVICIO) | 08/11/2017 | CRITICO |
| 23752 | MONITOR MULTICANAL | DRAGER | VISTA 120S | S4SLM0016 | REANIMACION | 17/11/2017 | CRITICO |
| 23753 | MONITOR MULTICANAL | DRAGER | VISTA 120S | S4SLM0009 | REANIMACION | 28/11/2018 | CRITICO |
| 25227 | MONITOR MULTICANAL | COMEN | C70 | K7200403051 | REANIMACION | 28/11/2018 | CRITICO |
| 2881 | MONITOR MULTICANAL | DATEx-OHMEDA | DATEx LIGHT | 4555105 | URG. PEDIATRICAS | 06/05/2020 | CRITICO |
| 4284 | MONITOR MULTICANAL | MARQUETTE | EAGLE 4000 | 4555105 | UNIDAD DEL DOLOR | 26/10/2001 | CRITICO |
| 6471 | MONITOR MULTICANAL | PROPAQ CS | REF.24ELSPC | 101078671 | MEDICINA INTENSIVA (SERVICIO) | 07/12/2001 | CRITICO |
| 70748 | MONITOR MULTICANAL | DRAGER | INFINITY DELTA | GA005953 | BLOQUE QUIRURGICO | 09/10/2002 | CRITICO |
| 8633 | MONITOR MULTICANAL | SIEMENS | SC7000 | CA005052 | BLOQUE QUIRURGICO | | CRITICO |
| 20651 | MONITOR MULTICANAL UCI | MARQUETTE | EAGLE 4000 | 5395316959 | BLOQUE QUIRURGICO | | CRITICO |
| | | | | 5394570160 | URGENCIAS GENERALES | 18/09/2003 | CRITICO |
| | | | | 101002545 | URGENCIAS GENERALES | | CRITICO |

ANEXO I .- PA 11-2021 INVENTARIO EQUIPOS ELECTROMÉDICOS HOSPITAL U. SEVERO OCHOA

| Código | Equipo | Marca | Modelo | Número Serie | Unidad | Fecha | Nivel | |
|--------|-----------------------------------|---------------|---------------------------|---------------|-------------------------------|-------------------|------------|---------|
| 20661 | MONITOR MULTIPARAMETRICO | PHILIPS | VM4 | US61101101 | HEMODINÁMICA | | CRITICO | |
| 20846 | MONITOR MULTIPARAMETRICO | KONTRON | MICROMON 7141 | B3650 | BLOQUE QUIRURGICO | | CRITICO | |
| 22877 | MONITOR MULTIPARAMETRICO | COMEN | C-80 | KE170707004 | URGENCIAS GENERALES | 16/06/2017 | CRITICO | |
| 22881 | MONITOR MULTIPARAMETRICO | COMEN | C80 | KE170707003 | URGENCIAS GENERALES | 16/06/2017 | CRITICO | |
| 23144 | MONITOR MULTIPARAMETRICO | | C80 | W.A | KE1712060065B | REANIMACION | 17/11/2017 | CRITICO |
| 23147 | MONITOR MULTIPARAMETRICO | | C80 | W.A | KE171206008B | BLOQUE QUIRURGICO | 17/11/2017 | CRITICO |
| 24073 | MONITOR MULTIPARAMETRICO | PHILIPS | INTELLIVUE MX550 | DE351D2855 | BLOQUE QUIRURGICO | 07/12/2018 | CRITICO | |
| 24081 | MONITOR MULTIPARAMETRICO | PHILIPS | INTELLIVUE MX550 | DE351d2846 | BLOQUE QUIRURGICO | 07/12/2018 | CRITICO | |
| 24088 | MONITOR MULTIPARAMETRICO | PHILIPS | INTELLIVUE MX550 | DE35102850 | BLOQUE QUIRURGICO | 07/12/2018 | CRITICO | |
| 24096 | MONITOR MULTIPARAMETRICO | PHILIPS | INTELLIVUE MX550 | | BLOQUE QUIRURGICO | 07/12/2018 | CRITICO | |
| 24189 | MONITOR MULTIPARAMETRICO | PHILIPS | INTELLIVUE MX550 | DE671G3323 | BLOQUE QUIRURGICO | 07/09/2019 | CRITICO | |
| 24193 | MONITOR MULTIPARAMETRICO | PHILIPS | INTELLIVUE MX550 | DE671G3320 | BLOQUE QUIRURGICO | 07/09/2019 | CRITICO | |
| 24197 | MONITOR MULTIPARAMETRICO | PHILIPS | INTELLIVUE MX550 | DE671G3342 | BLOQUE QUIRURGICO | 07/09/2019 | CRITICO | |
| 24201 | MONITOR MULTIPARAMETRICO | PHILIPS | INTELLIVUE MX550 | DE671G3321 | BLOQUE QUIRURGICO | 07/09/2019 | CRITICO | |
| 24407 | MONITOR MULTIPARAMETRICO | GE HEALTHCARE | B125 V1.5 PATIENT MONITOR | SQF20111267WA | REANIMACION | 26/03/2020 | CRITICO | |
| 24408 | MONITOR MULTIPARAMETRICO | GE HEALTHCARE | B125 V1.5 PATIENT MONITOR | SQF20111250WA | REANIMACION | 26/03/2020 | CRITICO | |
| 24409 | MONITOR MULTIPARAMETRICO | GE | B125 (PN2099000-004) | SQF20111238WA | URGENCIAS GENERALES | 26/03/2020 | CRITICO | |
| 24410 | MONITOR MULTIPARAMETRICO | GE | B125 (PN2099000-004) | SQF20111229WA | URGENCIAS GENERALES | 26/03/2020 | CRITICO | |
| 24411 | MONITOR MULTIPARAMETRICO | GE HEALTHCARE | B125 V1.5 PATIENT MONITOR | SQF20111234WA | REANIMACION | 26/03/2020 | CRITICO | |
| 24412 | MONITOR MULTIPARAMETRICO | GE | B125 (PN 2099000-004) | SQF20111240WA | URGENCIAS GENERALES | 26/03/2020 | CRITICO | |
| 24413 | MONITOR MULTIPARAMETRICO | GE HEALTHCARE | B125 V1.5 PATIENT MONITOR | SQF20111251WA | REANIMACION | 26/03/2020 | CRITICO | |
| 24414 | MONITOR MULTIPARAMETRICO | GE | B125 (PN 2099000-004) | SQF20111225WA | URGENCIAS GENERALES | 26/03/2020 | CRITICO | |
| 24415 | MONITOR MULTIPARAMETRICO | GE HEALTHCARE | B125 V1.5 PATIENT MONITOR | SQF20111236WA | REANIMACION | 26/03/2020 | CRITICO | |
| 24416 | MONITOR MULTIPARAMETRICO | GE HEALTHCARE | B125 V1.5 PATIENT MONITOR | SQF20111279WA | REANIMACION | 26/03/2020 | CRITICO | |
| 25219 | MONITOR MULTIPARAMETRICO | COMEN | C70 | K7200403037 | MEDICINA INTENSIVA (SERVICIO) | 06/05/2020 | CRITICO | |
| 25223 | MONITOR MULTIPARAMETRICO | COMEN | C70 | K7200403013 | MEDICINA INTENSIVA (SERVICIO) | 06/05/2020 | CRITICO | |
| 25231 | MONITOR MULTIPARAMETRICO | COMEN | C70 | K7200403054 | URG. PEDIATRICAS | 06/05/2020 | CRITICO | |
| 25235 | MONITOR MULTIPARAMETRICO | COMEN | C70 | K7200403061 | URG. PEDIATRICAS | 06/05/2020 | CRITICO | |
| 25239 | MONITOR MULTIPARAMETRICO | COMEN | C70 | K7200403041 | URG. PEDIATRICAS | 06/05/2020 | CRITICO | |
| 24078 | MONITOR MULTIPARAMETRICO PORTATIL | PHILIPS | INTELLIVUE X3 867030 | DE61132711 | BLOQUE QUIRURGICO | 07/12/2018 | CRITICO | |
| 24086 | MONITOR MULTIPARAMETRICO PORTATIL | PHILIPS | INTELLIVUE X3 867030 | DE61132624 | BLOQUE QUIRURGICO | 07/12/2018 | CRITICO | |
| 24093 | MONITOR MULTIPARAMETRICO PORTATIL | PHILIPS | INTELLIVUE X3 867030 | DE61132610 | BLOQUE QUIRURGICO | 07/12/2018 | CRITICO | |
| 24101 | MONITOR MULTIPARAMETRICO PORTATIL | PHILIPS | INTELLIVUE X3 867030 | | BLOQUE QUIRURGICO | 07/12/2018 | CRITICO | |
| 24190 | MONITOR MULTIPARAMETRICO PORTATIL | PHILIPS | INTELLIVUE X3 867030 | DE61164379 | BLOQUE QUIRURGICO | 07/12/2018 | CRITICO | |
| 24194 | MONITOR MULTIPARAMETRICO PORTATIL | PHILIPS | INTELLIVUE X3 867030 | DE61163251 | BLOQUE QUIRURGICO | 07/12/2018 | CRITICO | |

| ANEXO I .- PA 11-2021 INVENTARIO EQUIPOS ELECTROMÉDICOS HOSPITAL U. SEVERO OCHOA | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|-------------------------------|------------|---------|
| Código | Equipo | Marca | Modelo | Número Serie | Unidad | Fecha | Nivel |
| 24198 | MONITOR MULTIPARAMETRICO PORTATIL | PHILIPS | INTELLIVUE X3 867030 | DE61164147 | BLOQUE QUIRURGICO | 07/12/2018 | CRITICO |
| 24202 | MONITOR MULTIPARAMETRICO PORTATIL | PHILIPS | INTELLIVUE X3 867030 | DE61164387 | BLOQUE QUIRURGICO | 07/12/2018 | CRITICO |
| 21014 | MONITOR O2 | RADIOMETER | TCM3 | 101R16N15 | NEONATOLOGIA | | CRITICO |
| 16629 | MONITOR PARA ENDOSCOPIO CMOS | STORZ | 8402ZX | OX3240 | UROLOGÍA PRUEBAS ESPECIALES | 03/12/2012 | CRITICO |
| 16630 | MONITOR PARA ENDOSCOPIO CMOS | STORZ | 8402ZX | ZX4843 | UROLOGÍA PRUEBAS ESPECIALES | | CRITICO |
| 24118 | MONITOR PC TODO EN UNO | STORZ | STORZ | MLC5H-21-0219-19 | BLOQUE QUIRURGICO | 18/12/2018 | CRITICO |
| 24137 | MONITOR PC TODO EN UNO | STORZ | STORZ | MLC5H-21-0204-18 | BLOQUE QUIRURGICO | 18/12/2018 | CRITICO |
| 24075 | MONITOR PICCO | PULSION | FLEX DUG-SPC5008 100BK | A17400010567 | BLOQUE QUIRURGICO | 07/12/2018 | CRITICO |
| 24083 | MONITOR PICCO | PULSION | FLEX DUG-SPC5008 100BK | | BLOQUE QUIRURGICO | 07/12/2018 | CRITICO |
| 24090 | MONITOR PICCO | PULSION | FLEX DUG-SPC5008 100BK | | BLOQUE QUIRURGICO | 07/12/2018 | CRITICO |
| 24098 | MONITOR PICCO | PULSION | FLEX DUG-SPC5008 100BK | | BLOQUE QUIRURGICO | 07/12/2018 | CRITICO |
| 24207 | MONITOR PICCO | PULSION | FLEX DUG-SPC5008 100BK | | BLOQUE QUIRURGICO | 18/09/2019 | CRITICO |
| 24208 | MONITOR PICCO | PULSION | FLEX DUG-SPC5008 100BK | | BLOQUE QUIRURGICO | 18/09/2019 | CRITICO |
| 24209 | MONITOR PICCO | PULSION | FLEX DUG-SPC5008 100BK | | BLOQUE QUIRURGICO | 18/09/2019 | CRITICO |
| 24210 | MONITOR PICCO | PULSION | FLEX DUG-SPC5008 100BK | | BLOQUE QUIRURGICO | 18/09/2019 | CRITICO |
| 12030 | MONITOR PRESION ARTERIAL | ABBOTT | OXIMETRIX 3 | 10143 | MEDICINA INTENSIVA (SERVICIO) | | CRITICO |
| 12276 | MONITOR PRESION ARTERIAL | CRITIKON | DINAMAP 1846SX | 8261H1998 | BANCO DE SANGRE | | CRITICO |
| 25462 | MONITOR PRESION ARTERIAL | DIALOG iQ | MONITOR DIALOG 10 HDT COMFORT | 102449 | DIALISIS HOSPITAL | 05/07/2019 | CRITICO |
| 25463 | MONITOR PRESION ARTERIAL | DIALOG iQ | MONITOR DIALOG 10 HDT COMFORT | 102450 | DIALISIS HOSPITAL | 05/07/2019 | CRITICO |
| 12030-01 | MONITOR PRESION ARTERIAL_REGISTRADOR | ABBOTT | OXIMETRIX 3 | 10143 | MEDICINA INTENSIVA (SERVICIO) | | CRITICO |
| 775-03 | MONITOR PRUEBA ESFUERZO | SONY | SERIE 2000 | SIN N/SERIE | CARDIOLOGIA CONSULTAS | 01/01/2001 | CRITICO |
| 2321 | MONITOR REANIMACION COLIN | COLIN | BP 508S | 3 MONITORES | REANIMACION | 01/01/1995 | CRITICO |
| 4939 | MONITOR REGISTRO T.A.INCR | DINAMAP | 1846 SX/P 25308 | 8262-H2668 | URGENCIAS GENERALES | 02/10/1995 | CRITICO |
| 304-03 | MONITOR RX-APELEM | APELEM | BG 644 | 000907 | RADIOLOGIA HOSPITAL | 28/10/1997 | CRITICO |
| 304-04 | MONITOR RX-APELEM | APELEM | BG 644 | 001590 | RADIOLOGIA HOSPITAL | 28/10/1997 | CRITICO |
| 304-05 | MONITOR RX-APELEM | APELEM | BG 644 | 04488 | RADIOLOGIA HOSPITAL | 28/10/1997 | CRITICO |
| 306-04 | MONITOR RX-G.ELEC.TELEGEM | GENERAL ELECTRIC | SIN MODELO | SIN N/SERIE | RADIOLOGIA HOSPITAL | 20/06/1985 | CRITICO |
| 306-05 | MONITOR RX-G.ELEC.TELEGEM | GENERAL ELECTRIC | SIN MODELO | SIN N/SERIE | RADIOLOGIA HOSPITAL | 20/06/1985 | CRITICO |
| 307-04 | MONITOR RX-PHILIPS TAC I | PHILIPS | TOMOSCAN CX-S | SIN N/SERIE | RADIOLOGIA HOSPITAL | 01/01/1989 | CRITICO |
| 5259 | MONITOR SIEMENS SIRECUST | SIEMENS | SIRECUST 404 | 02635 | ENC | 01/01/1990 | CRITICO |
| 5260 | MONITOR SIEMENS SIRECUST | SIEMENS | SIRECUST 404 | 02624 | ENC | 01/01/1990 | CRITICO |
| 14162 | MONITOR SPO2 + T.A. | PHILIPS | SURESIGNS VS3 | US75107578 | URGENCIAS GENERALES | 22/11/2007 | CRITICO |
| 1728-03 | MONITOR VIDEO EQUIHISTER | RICHARD WOLF | REF. PVM14N1E | 155B1561 | U.HOSPIT. 4-B | 21/10/2000 | CRITICO |
| 8216-01 | MONITORES ARCO RADIOQUIRURG.PHILIPS | PHILIPS | BV25 | 1077... | BLOQUE QUIRURGICO | 01/01/1990 | CRITICO |
| 22876 | MONITORES DE CONSTANTES VITALES | COMEN | C80 | KE170707001 | URGENCIAS GENERALES | 16/06/2017 | CRITICO |
| 22878 | MONITORES DE CONSTANTES VITALES | COMEN | C80 | KE170707002 | URGENCIAS GENERALES | 16/06/2017 | CRITICO |
| 22848 | MONITORES DE GRADO MEDICO | LX491W | EIZO CURATOR | 100000061042 | BLOQUE QUIRURGICO | 14/11/2018 | CRITICO |

ANEXO I .- PA 11-2021 INVENTARIO EQUIPOS ELECTROMÉDICOS HOSPITAL U. SEVERO OCHOA

| Código | Equipo | Marca | Modelo | Número Serie | Unidad | Fecha | Nivel |
|--------|--|----------------|---------------------|--------------|-------------------------------|------------|---------|
| 24028 | MONITORES DE GRADO MEDICO | LX491W | EIZO CURATOR | 100000061041 | BLOQUE QUIRURGICO | 14/11/2018 | CRITICO |
| 24029 | MONITORES DE GRADO MEDICO | LX491W | EIZO CURATOR | 10000006142 | BLOQUE QUIRURGICO | 14/11/2018 | CRITICO |
| 24030 | MONITORES DE GRADO MEDICO | LX491W | EIZO CURATOR | 100000061043 | BLOQUE QUIRURGICO | 14/11/2018 | CRITICO |
| 24031 | MONITORES DE GRADO MEDICO | LX491W | EIZO CURATOR | 100000061044 | BLOQUE QUIRURGICO | 14/11/2018 | CRITICO |
| 24032 | MONITORES DE GRADO MEDICO | LX491W | EIZO CURATOR | 100000061045 | BLOQUE QUIRURGICO | 14/11/2018 | CRITICO |
| 24033 | MONITORES DE GRADO MEDICO | LX491W | EIZO CURATOR | 100000061046 | BLOQUE QUIRURGICO | 14/11/2018 | CRITICO |
| 24034 | MONITORES DE GRADO MEDICO | LX491W | EIZO CURATOR | 10000006147 | BLOQUE QUIRURGICO | 14/11/2018 | CRITICO |
| 11253 | MONOFILAMENTO (JUEGO TRES UNIDADES) | | CH532/CH533/CH534 | | ENDP-M | 17/05/2007 | URGENTE |
| 2938 | MONTADOR AUTOMAT.CUBREOB. | TISSUE TEK | RE 4765 | SIN N/SERIE | A. PATOLÓGICA HOSPITAL | 11/08/1997 | URGENTE |
| 21926 | MONTADOR BIOPSIAS | SAKURA | TISSUE-TEK SCA | 47651040 | A. PATOLÓGICA HOSPITAL | | URGENTE |
| 21928 | MONTADOR TEÑIDOR | LEICA | CV5030 | 4465 | A. PATOLÓGICA HOSPITAL | | URGENTE |
| 16102 | MOTOR | STRYKER | UNIVERSAL DRIVER | 1109402203 | TRAUMA QUIRÓFANO | 19/05/2011 | URGENTE |
| 23502 | MOTOR | STRYKER | CORE REF.5400-50 | 0721305173 | BLOQUE QUIRURGICO | 09/02/2006 | URGENTE |
| 20141 | MOTOR COLCHON ANTIESCARAS MEDIO RIESGO | SMITH NEPHEW | AEROCARE A2010 | 24040223 | U.HOSPIT. 4-C | 02/08/2006 | URGENTE |
| 20395 | MOTOR COLCHON ANTIESCARAS MEDIO RIESGO | ARJO HUNTLEIGH | 2503 | 04-OV12365 | U.HOSPIT. 2-A | | URGENTE |
| 20434 | MOTOR COLCHON ANTIESCARAS MEDIO RIESGO | SMITH NEPHEW | AEROCARE A1050/2050 | P1001-02455 | U. HOSPIT. 2-C | 27/05/2010 | URGENTE |
| 20435 | MOTOR COLCHON ANTIESCARAS MEDIO RIESGO | SMITH NEPHEW | A2010 | 24040253 | U. HOSPIT. 2-C | 17/05/2007 | URGENTE |
| 20436 | MOTOR COLCHON ANTIESCARAS MEDIO RIESGO | ARJO HUNTLEIGH | 2503 | 05-OV14886 | U. HOSPIT. 2-C | | URGENTE |
| 20437 | MOTOR COLCHON ANTIESCARAS MEDIO RIESGO | ARJO HUNTLEIGH | 2503 | 04-OV12697 | U. HOSPIT. 2-C | | URGENTE |
| 20464 | MOTOR COLCHON ANTIESCARAS MEDIO RIESGO | SMITH NEPHEW | AEROCARE A1050/2050 | P1001-02454 | U. HOSPIT. 2-C | 27/05/2010 | URGENTE |
| 20468 | MOTOR COLCHON ANTIESCARAS MEDIO RIESGO | ARJO HUNTLEIGH | 2503 | 05-OV14761 | U. HOSPIT. 2-C | 20/07/2005 | URGENTE |
| 20469 | MOTOR COLCHON ANTIESCARAS MEDIO RIESGO | ARJO HUNTLEIGH | 2503 | 04-OV12696 | U. HOSPIT. 2-C | | URGENTE |
| 20510 | MOTOR COLCHON ANTIESCARAS MEDIO RIESGO | SMITH NEPHEW | AEROCARE A2010 | 24013042 | U. HOSPIT. 2-C | 02/08/2006 | URGENTE |
| 20522 | MOTOR COLCHON ANTIESCARAS MEDIO RIESGO | ARJO HUNTLEIGH | 2503 | 05-OV14762 | U.HOSPIT. 2-A | | URGENTE |
| 20523 | MOTOR COLCHON ANTIESCARAS MEDIO RIESGO | ARJO HUNTLEIGH | 2503 | 04-OV12699 | U.HOSPIT. 2-A | | URGENTE |
| 20581 | MOTOR COLCHON ANTIESCARAS MEDIO RIESGO | SMITH NEPHEW | AEROCARE A1050/2050 | 1001-02456 | REANIMACION | 27/05/2010 | URGENTE |
| 20582 | MOTOR COLCHON ANTIESCARAS MEDIO RIESGO | SMITH NEPHEW | AEROCARE A2010 | 24040262 | REANIMACION | 02/08/2006 | URGENTE |
| 20635 | MOTOR COLCHON ANTIESCARAS MEDIO RIESGO | HILL ROM | PRIMO | S/N | MEDICINA INTENSIVA (SERVICIO) | | URGENTE |

ANEXO I .- PA 11-2021 INVENTARIO EQUIPOS ELECTROMÉDICOS HOSPITAL U. SEVERO OCHOA

| Código | Equipo | Marca | Modelo | Número Serie | Unidad | Fecha | Nivel |
|----------|---|-----------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------|------------|---------|
| 20636 | MOTOR COLCHON ANTIESCARAS MEDIO RIESGO | HILL ROM | PRIMO | S/N | MEDICINA INTENSIVA (SERVICIO) | | URGENTE |
| 20643 | MOTOR COLCHON ANTIESCARAS MEDIO RIESGO | HILL ROM | DUO 2 | S/N | MEDICINA INTENSIVA (SERVICIO) | | URGENTE |
| 20649 | MOTOR COLCHON ANTIESCARAS MEDIO RIESGO | HILL ROM | PRIMO | S/N | MEDICINA INTENSIVA (SERVICIO) | | URGENTE |
| 20654 | MOTOR COLCHON ANTIESCARAS MEDIO RIESGO | PARK HOUSE | PHP 1000 | P1505-01508 | MEDICINA INTENSIVA (SERVICIO) | 30/10/2015 | URGENTE |
| 20688 | MOTOR COLCHON ANTIESCARAS MEDIO RIESGO | PARK HOUSE | PHP 1000 | P1408-05371 | MEDICINA INTENSIVA (SERVICIO) | 30/10/2015 | URGENTE |
| 20690 | MOTOR COLCHON ANTIESCARAS MEDIO RIESGO | HILL ROM | PRIMO | S/N | MEDICINA INTENSIVA (SERVICIO) | | URGENTE |
| 22551 | MOTOR COLCHON ANTIESCARAS MEDIO RIESGO | SMITH NEPHEW | AEROCARE A2010 | 24040301 | U. HOSPIT. 2-C | 02/08/2006 | URGENTE |
| 14866 | MOTOR DE BATERIA PARA CIRUGIA DE MANO | STRYKER | SISTEM 6 | | TRAUMA QUIRÓFANO | 28/05/2009 | URGENTE |
| 11712 | MOTOR DE BATERIA PARA ORTOPEDIA DE ALTA POTENCIA | STRYKER | SISTEM 6 | 0714301083 | TRAUMA QUIRÓFANO | 05/07/2007 | URGENTE |
| 3766 | MOTOR DE ORL | BIEN AIR | E-92 | 6G056 | BLOQUE QUIRURGICO | 01/01/1997 | URGENTE |
| 596 | MOTOR ELECTRICO BOMBA | SIEMENS | SIEMENS | SIN N/SERIE | MANTENIMIENTO HOSPITAL | 21/03/2001 | URGENTE |
| 11713 | MOTOR ELECTRICO PARA CIRUGIA DE PIE Y MANO | STRYKER | UNIVERSAL DRIVER | | TRAUMA QUIRÓFANO | 12/07/2007 | URGENTE |
| 3765 | MOTOR FRESADO RECTO ORL | JARMED | REF.5090-00 | SIN N/SERIE | BLOQUE QUIRURGICO | 01/01/1998 | URGENTE |
| 9736 | MOTOR QUIR.LAPIZ PIE/MANO | LINVATEC | MICROCHOICE | BBC01437/7244/7358 | TRAUMA QUIRÓFANO | 27/07/2005 | URGENTE |
| 17230 | MOTOR QUIRU.SYNTHES POWER | SYNTHES | 6 | 15313 | TRAUMA QUIRÓFANO | 17/12/2015 | URGENTE |
| 8609 | MOTOR QUIRU.SYNTHES POWER | SYNTHES | POWER DRIVE | 33663 | TRAUMA QUIRÓFANO | 24/09/2003 | URGENTE |
| 5815 | MOTOR QUIRUR.ARTROSC.LINV | LINVATEC | ADVANTAGE D3000I | 1430 | TRAUMA QUIRÓFANO | 05/07/2002 | URGENTE |
| 3976 | MOTOR QUIRURG.SYNTHES COL | SYNTHES | COLIBRI | 4660 | TRAUMA QUIRÓFANO | 12/12/2001 | URGENTE |
| 8590 | MOTOR QUIRURG.SYNTHES COL | SYNTHES | COLIBRI | 2089 | TRAUMA QUIRÓFANO | 24/09/2003 | URGENTE |
| 5862 | MOTOR QUIRURGICO ORL | RICHARDS | TURBO 7000 | 2552 | OTORRINO QUIRÓFANO | 24/07/2002 | URGENTE |
| 3992 | MOTOR QUIRURGICO POWER | POWER | REF.8530100 | 2732 | TRAUMA QUIRÓFANO | 12/12/2001 | URGENTE |
| 3767 | MOTOR QUIRURGICO TRAUMA | STRYKER | SIN MODELO | SIN N/SERIE | BLOQUE QUIRURGICO | 01/01/1999 | URGENTE |
| 16645 | MOTOR QUIRURGICO TRAUMATOLOGÍA | LINVATEC | POWERPRO ELECTRIC II | LAA02937/05742/11571 | TRAUMA QUIRÓFANO | 15/07/2013 | URGENTE |
| 20761 | MOTOR QUIRURGICO TRAUMATOLOGÍA DE ALTA POTENCIA | STRYKER | CORE (REF: 5400-050-000) | 1012400633 | BLOQUE QUIRURGICO | 03/06/2010 | URGENTE |
| 20762 | MOTOR QUIRURGICO TRAUMATOLOGÍA, CONSOLA ELECTRICA | CONMED LINVATEC | POWERPRO ELECTRIC II | NS 2013-1028 | BLOQUE QUIRURGICO | 15/07/2013 | URGENTE |
| 16645-02 | MOTOR QUIRURGICO TRAUMATOLOGÍA, MPOWER2 MODULAR 2 GATILLOS. | LINVATEC | POWERPRO ELECTRIC II | LAA04093 | TRAUMA QUIRÓFANO | 15/07/2013 | URGENTE |
| 16645-03 | MOTOR QUIRURGICO TRAUMATOLOGÍA, MPOWER2 SIERRA OSCILANTE. | LINVATEC | POWERPRO ELECTRIC II | LAA03300 | TRAUMA QUIRÓFANO | 15/07/2013 | URGENTE |
| 20062 | NEBULIZADOR | OMRON | NE-U12 | 70900048 | U.HOSPIT. 4-B | 22/11/1995 | URGENTE |
| 20063 | NEBULIZADOR | OMRON | NE-U17 | 3Z00115A | U.HOSPIT. 4-B | 20/07/2005 | URGENTE |
| 20108 | NEBULIZADOR | OMRON | NE-U17 | 5Z00032A | U.HOSPIT. 4-B | 15/06/2006 | URGENTE |

ANEXO I .- PA 11-2021 INVENTARIO EQUIPOS ELECTROMÉDICOS HOSPITAL U. SEVERO OCHOA

| Código | Equipo | Marca | Modelo | Número Serie | Unidad | Fecha | Nivel |
|--------|--------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|------------|---------|
| 20242 | NEBULIZADOR | OMRON | NE-U17 | 5Z00031A | U.HOSPIT. 3-B | 15/06/2006 | URGENTE |
| 20584 | NEBULIZADOR | OMRON | NE-U17 | 6X00025AF | REANIMACION | 24/05/2007 | URGENTE |
| 22507 | NEBULIZADOR | ONRON | NE-U17 | 2600218A | PRUEBAS ESPECIALES ENDOSCOPIAS | | URGENTE |
| 23002 | NEBULIZADOR | ONRON | NE-U17 | 201608000059 | U.HOSPIT. 4-B | 10/10/2017 | URGENTE |
| 2329 | NEBULIZADOR | OMRON | NE-U12 | 60500101 | U.HOSPIT. 4-B | 02/11/1994 | URGENTE |
| 4392 | NEBULIZADOR O2 C/CALENTAD | OHMEDA | LUXE | 2 NEBULIZADORES | PEDIATRIA HOSPITALIZACION | 22/11/1995 | URGENTE |
| 4393 | NEBULIZADOR ULTRAS.TROPIC | DRAGER I | TROPIC | SIN N/SERIE | PEDIATRIA HOSPITALIZACION | 26/08/1997 | URGENTE |
| 12143 | NEUROESTIMULADOR | MAGSTIM | NEUROSIGN 100 | 39080905C | BLOQUE QUIRURGICO | | URGENTE |
| 21494 | NEUROESTIMULADOR | VYGON | 7501.31 | 0909PC234 | BLOQUE QUIRURGICO | 23/06/2010 | URGENTE |
| 22519 | NEUROESTIMULADOR | PLEXIGON | 7501.31 | 1040PC145 | BLOQUE QUIRURGICO | | URGENTE |
| 22623 | NEUROESTIMULADOR | PLEXIGON | 7501.31 | 0721PC015 | BLOQUE QUIRURGICO | | URGENTE |
| 24026 | NEUROESTIMULADOR | VYGON | 7501.31 | 0646PC261 | BLOQUE QUIRURGICO | | URGENTE |
| 21643 | NEUROFAX | NIHON KOHDEN | JE-425A | 46698 BA | C. EXTERNAS HOSPITAL | | URGENTE |
| 3424 | NIDO CALIENTE | KANMED | BABY WARMER | B2429/12934 | NEONATOLOGIA | 03/05/2000 | URGENTE |
| 8192 | NIDO CALIENTE | KANMED | BABY WARMER | B3335/03-8229 | NEONATOLOGIA | 26/02/2003 | URGENTE |
| 21406 | OFTALMOMETRO | S/M | S/M | S/N | C. EXTERNAS HOSPITAL | | URGENTE |
| 21433 | OFTALMOMETRO | TOPCON | LM6 | 319912 | C. EXTERNAS HOSPITAL | | URGENTE |
| 5897 | OFTALMOSCO.PORT.RIES.3001 | RIESTER | 3001 ri-mini | LOT FA 0596500204 | URGENCIAS GENERALES | 14/08/2002 | URGENTE |
| 1807 | OFTALMOSCOPIO | SIN MARCA | SIN MODELO | SIN N/SERIE | U.HOSPIT. 4-C | 15/10/1993 | URGENTE |
| 1994 | OFTALMOSCOPIO | SIN MARCA | SIN MODELO | SIN N/SERIE | U. HOSPIT. 3-C | 15/10/1993 | URGENTE |
| 21513 | OFTALMOSCOPIO | HEINE | EN 90 | 1/29379 | C. EXTERNAS HOSPITAL | 13/03/2002 | URGENTE |
| 21518 | OFTALMOSCOPIO | HEINE | EN 90 | 1/29389 | C. EXTERNAS HOSPITAL | 13/03/2002 | URGENTE |
| 21526 | OFTALMOSCOPIO | WELCH-ALLYN | 74714 | S/N | C. EXTERNAS HOSPITAL | 25/04/2001 | URGENTE |
| 25828 | OFTALMOSCOPIO BINOC.KEELE | KEELER VANTAGE | VANTAGE | 95989 | OFTALMOLOGIA CONSULTAS | 20/11/2020 | URGENTE |
| 5970 | OFTALMOSCOPIO BINOC.KEELE | KEELER VANTAGE | VANTAGE | 100918 | OFTALMOLOGIA CONSULTAS | 31/07/2002 | URGENTE |
| 944 | OFTALMOSCOPIO BINOC.KEELE | KEELER VANTAGE | VANTAGE | 012777 | OFTALMOLOGIA CONSULTAS | 09/05/2001 | URGENTE |
| 12444 | OFTALMOSCOPIO BINOCULAR | KEELER | | | OFTALMOLOGIA CONSULTAS | | URGENTE |
| 583 | OFTALMOSCOPIO MINI19190 | WELCH-ALLYN | MINI 19.190 | SIN N/SERIE | OFTALMOLOGIA CONSULTAS | 25/04/2001 | URGENTE |
| 7203 | OFTALMOSCOPIO PARED HEINE | HEINE | DESCONOCIDO | 1/29760 | SUMINISTROS | 24/07/2002 | URGENTE |
| 7246 | OFTALMOSCOPIO PARED HEINE | HEINE | K180+EN 90/EN-20 | 1/29745 | OFTALMOLOGIA M.A.L.G. | 24/07/2002 | URGENTE |
| 8854 | OFTALMOSCOPIO PARED HEINE | HEINE | K180+EN 90/EN-20 | 1/4124 | OFTALMOLOGIA CONSULTAS | 01/01/1994 | URGENTE |
| 2914 | OFTALMOSCOPIO POR.RIESTER | RIESTER | RI-MINI/RI-SCOPE | SIN N/SERIE | HOSPITAL DE DIA | 12/10/1993 | URGENTE |
| 4394 | OFTALMOSCOPIO POR.RIESTER | RIESTER | RI-MINI/RI-SCOPE | 2 OFTALMOSCOPIO | PEDIATRIA HOSPITALIZACION | 27/04/1999 | URGENTE |
| 8961 | OFTALMOSCOPIO POR.RIESTER | RIESTER | RI-MINI/RI-SCOPE | LOT-FA-0628190204 | PEDIATRIA HOSPITALIZACION | 15/09/2004 | URGENTE |
| 8963 | OFTALMOSCOPIO POR.RIESTER | RIESTER | RI-MINI/RI-SCOPE | LOT-1999 | URPE-M | 15/09/2004 | URGENTE |
| 1962 | OFTALMOSCOPIO PORTA.HEINE | HEINE | MINI 2000 | SIN N/SERIE | U.HOSPIT. 3-B | 18/04/2000 | URGENTE |
| 10503 | OFTALMOSCOPIO PORTATIL RIESTER | RIESTER | RI-SCOPE.REF.3060 | | MEDICINA INTERNA (SERVICIO) | 10/05/2006 | URGENTE |
| 10802 | OFTALMOSCOPIO PORTATIL RIESTER | RIESTER | RI-MINI/RI-SCOPE | | NEUROLOGIA PEDROCHES | 15/06/2006 | URGENTE |
| 10836 | OFTALMOSCOPIO PORTATIL RIESTER | RIESTER | RI-MINI/RI-SCOPE | LOT-122887 | MIRC-M | 28/09/2006 | URGENTE |

ANEXO I .- PA 11-2021 INVENTARIO EQUIPOS ELECTROMÉDICOS HOSPITAL U. SEVERO OCHOA

| Código | Equipo | Marca | Modelo | Número Serie | Unidad | Fecha | Nivel |
|--------|---------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-----------------------------------|------------|---------|
| 20092 | OMEGA BASE ET90 BB | DESAN FLEX | S.OMEGA BASE ET3C000 | 040 | U.HOSPIT. 4-B | 12/01/2005 | URGENTE |
| 12304 | ONDA CORTA | ENRAF | CURAPULS 419 | 16-228 | REHABILITACION HOSPITAL | | URGENTE |
| 21752 | ONDA CORTA | ENRAF NONIUS | CURAPULS 419 | 16-135 | REHABILITACION HOSPITAL | | URGENTE |
| 21753 | ONDA CORTA | ENRAF NONIUS | CURAPULS 970 | 141994225790 | REHABILITACION HOSPITAL | 10/07/2002 | URGENTE |
| 21754 | ONDA CORTA | ENRAF NONIUS | CURAPULS 970 | 141994225792 | REHABILITACION HOSPITAL | 04/09/2002 | URGENTE |
| 21755 | ONDA CORTA | ENRAF NONIUS | CURAPULS 670 | 140393212399 | REHABILITACION HOSPITAL | 11/07/2001 | URGENTE |
| 4486 | ONDA CORTA | ENRAF | CURAPULS 970 | 25853 | REHABILITACION HOSPITAL | 09/05/2000 | URGENTE |
| 8444 | OPTICA 30°,4 MM OLYMPUS | OLYMPUS BIS | A22002A | 302846 | UROLOGÍA QUIRÓFANO | 14/05/2003 | URGENTE |
| 1918 | OPTICA DE ENSEÑANZA | FUJINON | FL-100U | SIN N/SERIE | ENC | 15/10/1993 | URGENTE |
| 5536 | OPTICA HOPKINS AUTOCL.30° | KARL STORZ | 27005BA | 272908-S | UROLOGÍA PRUEBAS ESPECIALES | 28/08/2002 | URGENTE |
| 21404 | OPTOTIPO | RODENSTOCK | D40231 | 860001030/MO | C. EXTERNAS HOSPITAL | | URGENTE |
| 21421 | OPTOTIPO | TOPCON | ACP-8 | 1452261 | C. EXTERNAS HOSPITAL | | URGENTE |
| 21510 | OPTOTIPO | RODENSTOCK | D40231 | 860001027 | C. EXTERNAS HOSPITAL | | URGENTE |
| 8852 | OPTOTIPO,ESCALA DE | SALVADOR NAVARRO | SIN MODELO | SIN N/SERIE | OFTALMOLOGIA CONSULTAS | 01/01/1996 | URGENTE |
| 20601 | ORDENADOR | DELL | D15M001 | 16158288278 | REANIMACION | | CRITICO |
| 20817 | ORDENADOR | ASUS | VENTO S6 | 71X360000222 | BLOQUE QUIRURGICO | | CRITICO |
| 20860 | ORDENADOR | VSTREAM TV | V-STREAM | 350110303737001 | BLOQUE QUIRURGICO | | CRITICO |
| 20885 | ORDENADOR | VSTREAM TV | V-STREAM | 340017012913003 | BLOQUE QUIRURGICO | | CRITICO |
| 20930 | ORDENADOR | PHILIPS | OBTV | TZC3352WVT | PARITORIO | | CRITICO |
| 21301 | ORDENADOR | PHILIPS | PCR SYSTEM | S/N | RADIOLOGIA HOSPITAL | | CRITICO |
| 21410 | ORDENADOR | HEWLETT PACKARD | COMPAQ 7100 | CZC5320V42 | C. EXTERNAS HOSPITAL | | CRITICO |
| 21446 | ORDENADOR | HEWLETT PACKARD | COMPAC ELITE 8300 | CZC33442QV | C. EXTERNAS HOSPITAL | | CRITICO |
| 21719 | ORDENADOR | DELL | S/M | S/N | PRUEBAS ESPECIALES ENDOSCOPIAS | | CRITICO |
| 21721 | ORDENADOR | GIGABYTE TECHNOLOGY | S/M | S/N | PRUEBAS ESPECIALES ENDOSCOPIAS | 10/05/2007 | CRITICO |
| 21725 | ORDENADOR | DELL | 8NN5302 | 18843849074 | REHABILITACION HOSPITAL | | CRITICO |
| 21738 | ORDENADOR | DELL | X-Scribe | 115070245100 | REHABILITACION HOSPITAL | | CRITICO |
| 21791 | ORDENADOR | DELL | OPTIPLEX 3020 | 25823801810 | PRUEBAS ESPECIALES ENDOSCOPIAS | | CRITICO |
| 21881 | ORDENADOR | DELL | DIMENSION 9200 | GSPOL2J | A. PATOLÓGICA HOSPITAL | | CRITICO |
| 22031 | ORDENADOR | DTK COMPUTER | S/M | S/N | BIOQUIMICA HOSPITAL | | CRITICO |
| 22363 | ORDENADOR | DELL | S/M | S/N | ADMISION M.A.L.G. | | CRITICO |
| 20416 | ORDENADOR CENTRAL DE TELEMETRIA | GENERAL ELECTRIC | APEXPRO | JA105141736GA | U.HOSPIT. 2-A | | CRITICO |
| 21616 | ORDENADOR POLIGRAFIA | HEWLETT PACKARD | COMPAQ | CZC0370SCX | C. EXTERNAS HOSPITAL | | CRITICO |
| 21617 | ORDENADOR POLISOMNOGRAFO | DELL | OPTIPLEX 760 | 00144-570-196-484 | C. EXTERNAS HOSPITAL | 16/11/2009 | CRITICO |
| 24245 | OSMOMETRO | OSMO | ADVANCED | 19070990B | BIOQUIMICA HOSPITAL | 21/11/2019 | URGENTE |
| 3435 | OSMOMETRO KNAUER | KNAUER | SIN MODELO | SIN N/SERIE | ANÁLISIS CLÍNICOS HOSPITAL | 15/10/1993 | URGENTE |
| 12355 | OTOSC-OFTALM.PARED W.ALLY | WELCH-ALLYN | 767 | | URG. PEDIATRICAS | | URGENTE |
| 8828 | OTOSC-OFTALM.PARED W.ALLY | WELCH-ALLYN | 767 | | URG. PEDIATRICAS | 26/05/2004 | URGENTE |

ANEXO I .- PA 11-2021 INVENTARIO EQUIPOS ELECTROMÉDICOS HOSPITAL U. SEVERO OCHOA

| Código | Equipo | Marca | Modelo | Número Serie | Unidad | Fecha | Nivel |
|--------|--------------------------------|-------------|-------------------|--------------|---------------------------|------------|---------|
| 11278 | OTOSCOPIO | RIESTER | RIFORMER REF:3050 | | URGENCIAS GENERALES | 24/05/2007 | URGENTE |
| 11300 | OTOSCOPIO | RIESTER | RIFORMER REF:3050 | | PEDIATRIA HOSPITALIZACION | 24/05/2007 | URGENTE |
| 11301 | OTOSCOPIO | RIESTER | RIFORMER REF:3050 | | PEDIATRIA HOSPITALIZACION | 24/05/2007 | URGENTE |
| 12308 | OTOSCOPIO | HEINE | EN-10S | | PEDIATRIA CONSULTAS | | URGENTE |
| 20094 | OTOSCOPIO | RIESTER | RI-FORMER | 001317 | U.HOSPIT. 4-B | 30/04/2003 | URGENTE |
| 21462 | OTOSCOPIO | HEINE | EN 90 | 18949 | C. EXTERNAS HOSPITAL | | URGENTE |
| 21467 | OTOSCOPIO | HEINE | EN 90 | 25114 | C. EXTERNAS HOSPITAL | 18/04/2000 | URGENTE |
| 21478 | OTOSCOPIO | HEINE | EN 90 | 1/25116 | C. EXTERNAS HOSPITAL | | URGENTE |
| 21481 | OTOSCOPIO | RIESTER | HALOGEN | S/N | C. EXTERNAS HOSPITAL | | URGENTE |
| 21482 | OTOSCOPIO | WELCH ALLYN | 290000 | S/N | C. EXTERNAS HOSPITAL | | URGENTE |
| 1809 | OTOSCOPIO COMPLETO AC615 | AESCLAP | AC615 | SIN N/SERIE | U.HOSPIT. 4-C | 15/10/1993 | URGENTE |
| 3035 | OTOSCOPIO COMPLETO ALLYN | WELCH-ALLYN | | SIN N/SERIE | URG. PEDIATRICAS | 27/04/1999 | URGENTE |
| 22382 | OTOSCOPIO DE PARED | RIESTER | RIFORMER | 004134 | OTORRINO M.A.L.G. | 15/09/2004 | URGENTE |
| 22383 | OTOSCOPIO DE PARED | HEINE | EN 90 | 1/22388 | OTORRINO M.A.L.G. | 25/05/1999 | URGENTE |
| 22392 | OTOSCOPIO DE PARED | HEINE | EN 90 | 1/23757 | OTORRINO M.A.L.G. | 18/04/2000 | URGENTE |
| 22434 | OTOSCOPIO DE PARED | HEINE | EN 90 | 1/29772 | OFTALMOLOGIA M.A.L.G. | 24/07/2002 | URGENTE |
| 22442 | OTOSCOPIO DE PARED | HEINE | EN 90 | 29748 | OFTALMOLOGIA M.A.L.G. | 24/07/2002 | URGENTE |
| 22452 | OTOSCOPIO DE PARED | HEINE | EN 90 | 1/29768 | OFTALMOLOGIA M.A.L.G. | 24/07/2002 | URGENTE |
| 22475 | OTOSCOPIO DE PARED | HEINE | EN 90 | 1/29789 | NEUROLOGIA PEDROCHES | 24/07/2002 | URGENTE |
| 22476 | OTOSCOPIO DE PARED | HEINE | EN 90 | 1/29759 | NEUROLOGIA PEDROCHES | 24/07/2002 | URGENTE |
| 22444 | OTOSCOPIO DE PARED DOBLE MANGO | HEINE | EN 100 | 1/1709 | OFTALMOLOGIA M.A.L.G. | 24/07/2002 | URGENTE |
| 4396 | OTOSCOPIO OFTALMOSCO.PARE | WELCH-ALLYN | SIN MODELO | SIN N/SERIE | CARDIOLOGIA CONSULTAS | 13/06/2000 | URGENTE |
| 20894 | OTOSCOPIO OFTALMOSCOPIO | RIESTER | RI-FORMER | 013910 | URG. PEDIATRICAS | 06/09/2007 | URGENTE |
| 20897 | OTOSCOPIO OFTALMOSCOPIO | RIESTER | RI-FORMER | 013950 | URG. PEDIATRICAS | 06/09/2007 | URGENTE |
| 20904 | OTOSCOPIO OFTALMOSCOPIO | RIESTER | RI-FORMER | 013947 | URG. PEDIATRICAS | 06/09/2007 | URGENTE |
| 20907 | OTOSCOPIO OFTALMOSCOPIO | RIESTER | RI-FORMER | 013948 | URG. PEDIATRICAS | 06/09/2007 | URGENTE |
| 21108 | OTOSCOPIO OFTALMOSCOPIO | RIESTER | RI-FORMER | 11456 | PEDIATRIA HOSPITALIZACION | | URGENTE |
| 21130 | OTOSCOPIO OFTALMOSCOPIO | HEINE | EN80 | 1/7 135 | URGENCIAS GENERALES | 14/11/2000 | URGENTE |
| 21131 | OTOSCOPIO OFTALMOSCOPIO | RIESTER | RI-FORMER | 043067 | URGENCIAS GENERALES | | URGENTE |
| 21227 | OTOSCOPIO OFTALMOSCOPIO | RIESTER | RI-FORMER | 28218 | URGENCIAS GENERALES | 02/09/2010 | URGENTE |
| 21228 | OTOSCOPIO OFTALMOSCOPIO | RIESTER | RI-FORMER | 28217 | URGENCIAS GENERALES | 02/09/2010 | URGENTE |
| 21450 | OTOSCOPIO OFTALMOSCOPIO | WELCH ALLYN | 767 | S/N | C. EXTERNAS HOSPITAL | | URGENTE |
| 21477 | OTOSCOPIO OFTALMOSCOPIO | WELCH ALLYN | 767 | SIN N/SERIE | C. EXTERNAS HOSPITAL | | URGENTE |
| 21550 | OTOSCOPIO OFTALMOSCOPIO | RIESTER | RI-FORMER | 000785 | C. EXTERNAS HOSPITAL | 07/08/2002 | URGENTE |
| 21554 | OTOSCOPIO OFTALMOSCOPIO | RIESTER | RI-FORMER | 11429 | C. EXTERNAS HOSPITAL | 07/08/2002 | URGENTE |
| 21652 | OTOSCOPIO OFTALMOSCOPIO | RIESTER | RI-FORMER | 000889 | C. EXTERNAS HOSPITAL | | URGENTE |
| 21833 | OTOSCOPIO OFTALMOSCOPIO | RIESTER | S/MODELO | N-209 | C. EXTERNAS HOSPITAL | | URGENTE |
| 21840 | OTOSCOPIO OFTALMOSCOPIO | HEINE | EN80 | 1/7202 | C. EXTERNAS HOSPITAL | | URGENTE |
| 21842 | OTOSCOPIO OFTALMOSCOPIO | HEINE | EN 10S | N-2049 | C. EXTERNAS HOSPITAL | | URGENTE |

ANEXO I .- PA 11-2021 INVENTARIO EQUIPOS ELECTROMÉDICOS HOSPITAL U. SEVERO OCHOA

| Código | Equipo | Marca | Modelo | Número Serie | Unidad | Fecha | Nivel |
|--------|----------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------|------------------------------------|------------|---------|
| 21846 | OTOSCOPIO OFTALMOSCOPIO | WELCH ALLYN | S/MOD | N-2048 | C. EXTERNAS HOSPITAL | 26/07/1996 | URGENTE |
| 21847 | OTOSCOPIO OFTALMOSCOPIO | RIESTER | S/MODELO | 3481 | C. EXTERNAS HOSPITAL | 01/03/1992 | URGENTE |
| 4937 | OTOSCOPIO OFTALMOSCOPIO | HEINE | K100+K180+EN80 | 1/8124 | HOSPITAL DE DIA | 10/10/2000 | URGENTE |
| 4938 | OTOSCOPIO OFTALMOSCOPIO | HEINE | K100+K180+EN80 | 1/8199 | HOSPITAL DE DIA | 10/10/2000 | URGENTE |
| 15338 | OTOSCOPIO OFTALMOSCOPIO DE PARED | WELCH ALLYN | REF. 76712 | 9324 | M. INTERNA CONSULTAS | 20/05/2010 | URGENTE |
| 22391 | OTOSCOPIO OFTALMOSCOPIO DE PARED | WELCH-ALLYN | 74714 | 1122 | OTORRINO M.A.L.G. | 27/04/1999 | URGENTE |
| 15345 | OTOSCOPIO OFTALMOSCOPIO PORTATIL | RIESTER | RI-SCOPE REF. 3745 | | URGENCIAS GENERALES | 20/05/2010 | URGENTE |
| 7252 | OTOSCOPIO PARED K180 HEIN | HEINE | DESCONOCIDO | 29781 | OTORRINO M.A.L.G. | 24/07/2002 | URGENTE |
| 7302 | OTOSCOPIO PARED K180 HEIN | HEINE | DESCONOCIDO | 29760 | OTORRINO M.A.L.G. | 24/07/2002 | URGENTE |
| 4406 | OTOSCOPIO PORT.INFA.RIEST | VARIAS MARCAS | VARIOS MODELOS | 2 OTOSCOPIOS | PEDIATRIA HOSPITALIZACION | 27/04/1999 | URGENTE |
| 4407 | OTOSCOPIO PORT.INFA.RIEST | VARIAS MARCAS | VARIOS MODELOS | 2 OTOSCOPIOS | PEDIATRIA HOSPITALIZACION | 23/06/1998 | URGENTE |
| 8962 | OTOSCOPIO PORT.INFA.RIEST | VARIAS MARCAS | VARIOS MODELOS | LOT-096257 | PEDIATRIA HOSPITALIZACION | 15/09/2004 | URGENTE |
| 8964 | OTOSCOPIO PORT.INFA.RIEST | VARIAS MARCAS | VARIOS MODELOS | LOT-09557 | URPE-M | 15/09/2004 | URGENTE |
| 8965 | OTOSCOPIO PORT.INFA.RIEST | VARIAS MARCAS | VARIOS MODELOS | LOT-09557 | URPE-M | 15/09/2004 | URGENTE |
| 2916 | OTOSCOPIO PORTA.MINI 2000 | HEINE | MINI 2000 D0170209 | SIN N/SERIE | HOSPITAL DE DIA | 18/04/2000 | URGENTE |
| 4401 | OTOSCOPIO PORTA.MINI 2000 | HEINE | MINI 2000 D0170209 | 3 OTOSCOPIO | PEDIATRIA HOSPITALIZACION | 18/04/2000 | URGENTE |
| 9722 | OTOSCOPIO PORTATIL.RIESTER | RIESTER | RI-MINI/RI-SCOPE | SIN N/SERIE | U.HOSPIT. 4-B | 27/07/2005 | URGENTE |
| 4408 | OTOSCOPIO PORTATIL ALLYN | ALLYN KLINIC | NINI 29.092 | 2 OTOSCOPIOS | PEDIATRIA HOSPITALIZACION | 22/11/1995 | URGENTE |
| 573 | OTOSCOPIO PORTATIL ALLYN | ALLYN KLINIC | NINI 29.092 | SIN N/SERIE | OTORRINO M.A.L.G. | 25/04/2001 | URGENTE |
| 574 | OTOSCOPIO PORTATIL ALLYN | ALLYN KLINIC | NINI 29.092 | SIN N/SERIE | OTORRINO M.A.L.G. | 25/04/2001 | URGENTE |
| 578 | OTOSCOPIO PORTATIL ALLYN | ALLYN KLINIC | NINI 29.092 | SIN N/SERIE | PEDIATRIA HOSPITALIZACION | 25/04/2001 | URGENTE |
| 579 | OTOSCOPIO PORTATIL ALLYN | ALLYN KLINIC | NINI 29.092 | SIN N/SERIE | PEDIATRIA HOSPITALIZACION | 25/04/2001 | URGENTE |
| 580 | OTOSCOPIO PORTATIL ALLYN | ALLYN KLINIC | NINI 29.092 | SIN N/SERIE | QUIRÓFANO AMBULANTE | 25/04/2001 | URGENTE |
| 6097 | OTOSCOPIO PORTATIL ALLYN | ALLYN KLINIC | NINI 29.092 | SIN N/SERIE | CONSERJERIA HOSPITAL | 30/10/2002 | URGENTE |
| 1857 | OTOSCOPIO PORTATIL HEINE | HEINE | 861.20.052 | SIN N/SERIE | U.HOSPIT. 3-A | 22/11/1995 | URGENTE |
| 1472 | OTOSCOPIO-OFTALMOS.PARED | RIESTER | RIFORMER | 010433 | URGENCIAS GENERALES | 17/10/2000 | URGENTE |
| 4397 | OTOSCOPIO-OFTALMOS.PARED | RIESTER | RIFORMER | SIN N/SERIE | PEDIATRIA HOSPITALIZACION | 05/11/1993 | URGENTE |
| 4398 | OTOSCOPIO-OFTALMOS.PARED | RIESTER | RIFORMER | 2 OTOSCOPIOS | PEDIATRIA HOSPITALIZACION | 19/08/1997 | URGENTE |
| 5414 | OTOSCOPIO-OFTALMOS.PARED | RIESTER | RIFORMER | SIN N/SERIE | MEDICINA PREVENTIVA (SERVICIO) | 01/01/1997 | URGENTE |
| 6063 | OTOSCOPIO-OFTALMOS.PARED | RIESTER | RIFORMER | SIN N/SERIE | URPE-M | 07/08/2002 | URGENTE |
| 8217 | OTOSCOPIO-OFTALMOS.PARED | RIESTER | RIFORMER | 001348 | PREVENCION DE RIESGOS LABORALES | 09/04/2003 | URGENTE |
| 21005 | OXIMETRO | MSA CATALYST RESEARCH | MINIOX 3000 | D062E99 | NEONATOLOGIA | 09/05/2000 | CRITICO |
| 21006 | OXIMETRO | MSA CATALYST RESEARCH | MINIOX 3000 | C676D99 | NEONATOLOGIA | 01/06/1999 | CRITICO |
| 21007 | OXIMETRO | MSA CATALYST RESEARCH | MINIOX 3000 | D02SE99 | NEONATOLOGIA | 09/05/2000 | CRITICO |
| 21008 | OXIMETRO | MSA CATALYST RESEARCH | MINIOX 3000 | MNXL70007 | NEONATOLOGIA | 20/04/2011 | CRITICO |
| 21068 | OXIMETRO | MSA CATALYST RESEARCH | MINIOX 3000 | C680D99 | NEONATOLOGIA | | CRITICO |
| 21069 | OXIMETRO | TELEDYNE | MX-300-1 | 263321 | NEONATOLOGIA | 26/07/2007 | CRITICO |
| 4410 | OXIMETRO AMBIENTAL OXYCHE | JOHNSON&JOHNSON/ETHICON | OXYCHEK II | 4 OXIMETROS | PEDIATRIA HOSPITALIZACION | 15/10/1993 | URGENTE |

ANEXO I .- PA 11-2021 INVENTARIO EQUIPOS ELECTROMÉDICOS HOSPITAL U. SEVERO OCHOA

| Código | Equipo | Marca | Modelo | Número Serie | Unidad | Fecha | Nivel |
|--------|--|--------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|------------|---------|
| 3429 | OXIMETRO OHMEDA | OHMEDA | SIN MODELO | 3 OXÍMETROS | NEONATOLOGIA | 22/11/1995 | URGENTE |
| 4409 | OXIMETRO OHMEDA | OHMEDA | SIN MODELO | 2 OXIMETRO | PEDIATRIA HOSPITALIZACION | 22/11/1995 | URGENTE |
| 21290 | PANTALLA TACTIL | CODONICS | S/M | B10L014991 | RADIOLOGIA HOSPITAL | | URGENTE |
| 21298 | PANTALLA TACTIL | SIEMENS | 03099975 | HXTO 001093 | RADIOLOGIA HOSPITAL | | URGENTE |
| 21299 | PANTALLA TACTIL | EIZO | 10410754 | HXDO 002607 | RADIOLOGIA HOSPITAL | | URGENTE |
| 21302 | PANTALLA TACTIL | PHILIPS | M3163-60016 | 717214560C | RADIOLOGIA HOSPITAL | | URGENTE |
| 21771 | PANTALLAS ARCO QUIRURGICO | IRE RAYOS X | ZEN-CART-05 | ZEN-012101-10515CA | PRUEBAS ESPECIALES ENDOSCOPIAS | 15/02/2015 | URGENTE |
| 20800 | PANTALLAS ARCO QUIRURGICO AZUL | PHILIPS | BV-PULSERA (REF: 718 093) | 322 | RADIOLOGIA HOSPITAL | | URGENTE |
| 20828 | PANTALLAS ARCO QUIRURGICO ROJO | PHILIPS | BV-PULSERA (REF: 718 093) | 321 | RADIOLOGIA HOSPITAL | 27/10/2005 | URGENTE |
| 25409 | PAQUIMETRO | PACYMETER | SP-100 | 023304 | OFTALMOLOGIA CONSULTAS | 08/10/2020 | URGENTE |
| 25410 | PAQUIMETRO | PACYMETER | SP-100 | 917911 | OFTALMOLOGIA CONSULTAS | 08/10/2020 | URGENTE |
| 22696 | PEDAL CAPILAROSCOPIO | OPTIPIX | MEDISCOPE | OP-120-150 | REUMATOLOGIA CONSULTAS | 10/12/2016 | URGENTE |
| 3682 | PEDAL DOBLE EXPLOSION | MARTIN | 80-821-02 | SIN N/SERIE | BLOQUE QUIRURGICO | 01/01/1998 | URGENTE |
| 3683 | PEDAL DOBLE EXPLOSION | MARTIN | 80-821-02 | SIN N/SERIE | BLOQUE QUIRURGICO | 01/01/1998 | URGENTE |
| 21739 | PETACA | MORTARA INSTRUMENT | M12A-USB | 114320224282 | REHABILITACION HOSPITAL | | URGENTE |
| 21489 | PETACA ECG | INTERACOUSTICS | S/M | S/N | C. EXTERNAS HOSPITAL | | URGENTE |
| 20382 | PETACA LATIGUILLOS ECG | PHILIPS | TC50 | CNO1120843 | U.HOSPIT. 2-A | | URGENTE |
| 21140 | PETACA LATIGUILLOS ECG | PHILIPS | TC50 | CN31223072 | URGENCIAS GENERALES | | URGENTE |
| 21146 | PETACA LATIGUILLOS ECG | PHILIPS | TC50 | CN01120820 | URGENCIAS GENERALES | | URGENTE |
| 21190 | PETACA LATIGUILLOS ECG | PHILIPS | TC30 | CN31537234 | URGENCIAS GENERALES | | URGENTE |
| 21578 | PETACA LATIGUILLOS ECG | PHILIPS | TRIM III | 458594001491 | C. EXTERNAS HOSPITAL | | URGENTE |
| 21580 | PETACA LATIGUILLOS ECG | PHILIPS | TC50 | CN81014599 | C. EXTERNAS HOSPITAL | | URGENTE |
| 22461 | PETACA LATIGUILLOS ECG | PHILIPS | TRIM III | US20503951 | CARDIOLOGIA M.A.L.G. | | URGENTE |
| 22474 | PETACA LATIGUILLOS ECG | PHILIPS | TC50 | CN01120900 | CARDIOLOGIA M.A.L.G. | | URGENTE |
| 20609 | PETACA LATIGUILLOS ECG+TEMPERATURA+SPO2 | DRAGER | 336839107 | S/N | MEDICINA INTENSIVA (SERVICIO) | | CRITICO |
| 22294 | PH METRO | EUTECH INSTRUMENTS | XS PH 510 | 179940 | FARMACIA | 28/01/2004 | URGENTE |
| 22027 | PH METRO DE SOBREMESA DIGITAL | JP SELECTA | 9999931 | 0510591 | BIOQUIMICA HOSPITAL | 03/06/2010 | URGENTE |
| 22552 | PH METRO ESOFAGICO INFANT | SYNECTICS MEDICAL | DIGITRAPPER MK III | 36549 | PEDIATRIA CONSULTAS | | URGENTE |
| 4411 | PH METRO ESOFAGICO INFANT | MARK III | SIN MODELO | SIN N/SERIE | PEDIATRIA HOSPITALIZACION | 01/01/1992 | URGENTE |
| 16583 | PHMETRO | DIGITRAPPER DELTA | PH 400 REF. 9043G0203 | 82472 | DIGESTIVO CONSULTAS | 25/06/2012 | URGENTE |
| 22081 | PH-METRO | CRISON | GLP21 | 920021 | LAB. HEMATOLOGIA HOSPITAL | 22/06/1999 | URGENTE |
| 3446 | PHMETRO CRISON | CRISON | MICRO PH 2000 | SIN N/SERIE | BIOQUIMICA HOSPITAL | 01/01/1985 | URGENTE |
| 20012 | PISTOLA LECTORA CODIGO DE BARRAS | HONEYWELL | MS5145 LS USB | 2M15380271 | U.HOSPIT. 4-A | | URGENTE |
| 20015 | PISTOLA LECTORA CODIGO DE BARRAS | HONEYWELL | MS5145 LS USB | 2M15361052 | U.HOSPIT. 4-A | 30/10/2015 | URGENTE |
| 200373 | PISTOLA LECTORA CODIGO DE BARRAS | HONEYWELL | MS5145 LS USB | 2M15380126 | U.HOSPIT. 2-A | 30/10/2015 | URGENTE |
| 20051 | PISTOLA LECTORA CODIGO DE BARRAS | HONEYWELL | MS5145 LS USB | 2M15380080 | U.HOSPIT. 4-B | 30/10/2015 | URGENTE |
| 20054 | PISTOLA LECTORA CODIGO DE BARRAS | HONEYWELL | MS5145 LS USB | 2M15380127 | U.HOSPIT. 4-B | 30/10/2015 | URGENTE |
| 20057 | PISTOLA LECTORA CODIGO DE BARRAS | HONEYWELL | MS5145 LS USB | 2M15373292 | U.HOSPIT. 4-B | 30/10/2015 | URGENTE |

ANEXO I .- PA 11-2021 INVENTARIO EQUIPOS ELECTROMÉDICOS HOSPITAL U. SEVERO OCHOA

| Código | Equipo | Marca | Modelo | Número Serie | Unidad | Fecha | Nivel |
|--------|----------------------------------|-----------|-------------------------|--------------|---------------------------|------------|---------|
| 20114 | PISTOLA LECTORA CODIGO DE BARRAS | HONEYWELL | MS5145 LS USB | 2M15380273 | U.HOSPIT. 4-C | 30/10/2015 | URGENTE |
| 20128 | PISTOLA LECTORA CODIGO DE BARRAS | HONEYWELL | MS5145 LS USB | 2M15361088 | U.HOSPIT. 4-C | 30/10/2015 | URGENTE |
| 20131 | PISTOLA LECTORA CODIGO DE BARRAS | HONEYWELL | MS5145 LS USB | 2M15361317 | U.HOSPIT. 4-C | 30/10/2015 | URGENTE |
| 20134 | PISTOLA LECTORA CODIGO DE BARRAS | HONEYWELL | MS5145 LS USB | 2M15295960 | U.HOSPIT. 4-C | 30/10/2015 | URGENTE |
| 20232 | PISTOLA LECTORA CODIGO DE BARRAS | HONEYWELL | MS5145 LS USB | 2M15296372 | U.HOSPIT. 3-B | 30/10/2015 | URGENTE |
| 20240 | PISTOLA LECTORA CODIGO DE BARRAS | HONEYWELL | MS5145 LS USB | 2M15293874 | U.HOSPIT. 3-B | 30/10/2015 | URGENTE |
| 20291 | PISTOLA LECTORA CODIGO DE BARRAS | HONEYWELL | MK5145-71A38-EU | 2M18157181 | U. HOSPIT. 3-C | 30/10/2015 | URGENTE |
| 20294 | PISTOLA LECTORA CODIGO DE BARRAS | HONEYWELL | MS5145 LS USB | 2M15373289 | U. HOSPIT. 3-C | 30/10/2015 | URGENTE |
| 20297 | PISTOLA LECTORA CODIGO DE BARRAS | HONEYWELL | MS5145 LS USB | 2M15296667 | U. HOSPIT. 3-C | 30/10/2015 | URGENTE |
| 20304 | PISTOLA LECTORA CODIGO DE BARRAS | HONEYWELL | MS5145 LS USB | 2M15424360 | U. HOSPIT. 3-C | 30/10/2015 | URGENTE |
| 20376 | PISTOLA LECTORA CODIGO DE BARRAS | HONEYWELL | MS5145 LS USB | 2M15380150 | U.HOSPIT. 2-A | 30/10/2015 | URGENTE |
| 20379 | PISTOLA LECTORA CODIGO DE BARRAS | HONEYWELL | MS5145 LS USB | 2M15380461 | U.HOSPIT. 2-A | | URGENTE |
| 20383 | PISTOLA LECTORA CODIGO DE BARRAS | HONEYWELL | MS5145 LS USB | 2M18157196 | U.HOSPIT. 2-A | | URGENTE |
| 20393 | PISTOLA LECTORA CODIGO DE BARRAS | HONEYWELL | MS5145 LS USB | 2M15361240 | U.HOSPIT. 2-A | 30/10/2015 | URGENTE |
| 20441 | PISTOLA LECTORA CODIGO DE BARRAS | HONEYWELL | MS5145 LS USB | 2M15361153 | U. HOSPIT. 2-C | 30/10/2015 | URGENTE |
| 20444 | PISTOLA LECTORA CODIGO DE BARRAS | HONEYWELL | MS5145 LS USB | 2M15380005 | U. HOSPIT. 2-C | 30/10/2015 | URGENTE |
| 20447 | PISTOLA LECTORA CODIGO DE BARRAS | HONEYWELL | MS5145 LS USB | 2M17152820 | U. HOSPIT. 2-C | 01/01/2015 | URGENTE |
| 20514 | PISTOLA LECTORA CODIGO DE BARRAS | HONEYWELL | MS5145 LS USB | 2M15380135 | U.HOSPIT. 3-B | 30/10/2015 | URGENTE |
| 20517 | PISTOLA LECTORA CODIGO DE BARRAS | HONEYWELL | MS5145 LS USB | 2M15361183 | U.HOSPIT. 3-B | 30/10/2015 | URGENTE |
| 20520 | PISTOLA LECTORA CODIGO DE BARRAS | HONEYWELL | MS5145 LS USB | 2M15361086 | U. HOSPIT. 2-C | 30/10/2015 | URGENTE |
| 20527 | PISTOLA LECTORA CODIGO DE BARRAS | HONEYWELL | MS5145 LS USB | 2M15361255 | REANIMACION | | URGENTE |
| 20560 | PISTOLA LECTORA CODIGO DE BARRAS | HONEYWELL | MS5145 LS USB | 2M15380262 | REANIMACION | | URGENTE |
| 20570 | PISTOLA LECTORA CODIGO DE BARRAS | PHILIPS | MS5145 LS USB | 2M15380275 | REANIMACION | 30/10/2015 | URGENTE |
| 20580 | PISTOLA LECTORA CODIGO DE BARRAS | HONEYWELL | MS5145 LS USB | 2M15380264 | REANIMACION | | URGENTE |
| 20593 | PISTOLA LECTORA CODIGO DE BARRAS | HONEYWELL | MS5145 LS USB | 2M15380101 | REANIMACION | 30/10/2015 | URGENTE |
| 20594 | PISTOLA LECTORA CODIGO DE BARRAS | HONEYWELL | MS5145 LS USB | 2M15380238 | REANIMACION | 30/10/2015 | URGENTE |
| 20915 | PISTOLA LECTORA CODIGO DE BARRAS | HONEYWELL | MS5145 LS USB | 2M15373288 | URG. PEDIATRICAS | 30/10/2015 | URGENTE |
| 20921 | PISTOLA LECTORA CODIGO DE BARRAS | HONEYWELL | MS5145 LS USB | 2M15373272 | URG. OBST.-GINECOLOGICAS | | URGENTE |
| 21032 | PISTOLA LECTORA CODIGO DE BARRAS | HONEYWELL | MS5145 LS USB | 2M153800276 | NEONATOLOGIA | 30/10/2015 | URGENTE |
| 21051 | PISTOLA LECTORA CODIGO DE BARRAS | HONEYWELL | MS5145 LS USB | 2M15380240 | PEDIATRIA HOSPITALIZACION | 30/10/2015 | URGENTE |
| 21054 | PISTOLA LECTORA CODIGO DE BARRAS | HONEYWELL | MS5145 LS USB | 2M15373293 | NEONATOLOGIA | 30/10/2015 | URGENTE |
| 21088 | PISTOLA LECTORA CODIGO DE BARRAS | HONEYWELL | MS5145 LS USB | 2M15380208 | PEDIATRIA HOSPITALIZACION | 30/10/2015 | URGENTE |
| 21143 | PISTOLA LECTORA CODIGO DE BARRAS | HONEYWELL | MS5145 LS USB | 2M15380105 | URGENCIAS GENERALES | 30/10/2015 | URGENTE |
| 21175 | PISTOLA LECTORA CODIGO DE BARRAS | HONEYWELL | MS5145 LS USB | 2M15361265 | URGENCIAS GENERALES | 30/10/2015 | URGENTE |
| 21192 | PISTOLA LECTORA CODIGO DE BARRAS | HONEYWELL | MS5145 LS USB | 2M15294516 | URGENCIAS GENERALES | 30/10/2015 | URGENTE |
| 21201 | PISTOLA LECTORA CODIGO DE BARRAS | HONEYWELL | MS5145 LS USB | 2M15380471 | URGENCIAS GENERALES | 30/10/2015 | URGENTE |
| 21216 | PISTOLA LECTORA CODIGO DE BARRAS | HONEYWELL | ECLIPSE MK5145-71A38-EU | 2M18150724 | URGENCIAS GENERALES | | URGENTE |
| 21383 | PISTOLA LECTORA CODIGO DE BARRAS | HONEYWELL | MS5145 LS USB | 2M15373295 | HOSPITAL DE DIA | 30/10/2015 | URGENTE |
| 21385 | PISTOLA LECTORA CODIGO DE BARRAS | HONEYWELL | MS5145 LS USB | 2M15373302 | HOSPITAL DE DIA | 30/10/2015 | URGENTE |

ANEXO I .- PA 11-2021 INVENTARIO EQUIPOS ELECTROMÉDICOS HOSPITAL U. SEVERO OCHOA

| Código | Equipo | Marca | Modelo | Número Serie | Unidad | Fecha | Nivel |
|----------|---|------------------|-------------------------|---------------|--------------------------------|------------|---------|
| 21691 | PISTOLA LECTORA CODIGO DE BARRAS | HONEYWELL | MS5145 LS USB | 2M15361288 | PRUEBAS ESPECIALES ENDOSCOPIAS | | URGENTE |
| 21915 | PLACA FRIA | LEICA | EG1150c | 038838037 | A. PATOLÓGICA HOSPITAL | | URGENTE |
| 21619 | POLIGRAFO | PHILIPS | ALICE PDx REF 1043844 | 13704 | C. EXTERNAS HOSPITAL | 03/03/2014 | URGENTE |
| 21628 | POLIGRAFO | SIBELMED | SIBELHOME PLUS E | 342-154 | C. EXTERNAS HOSPITAL | 07/09/2006 | URGENTE |
| 21629 | POLIGRAFO | SIBELMED | SIBELHOME PLUS E | 342-184 | C. EXTERNAS HOSPITAL | | URGENTE |
| 24109 | POLIGRAFO | CGR | COMBO-LAB IT | JTD15407014SA | RADIOLOGIA HOSPITAL | 24/09/2015 | URGENTE |
| 11138 | POLIGRAFO RESPIRATORIO | JAEGER | APNOSCREEN | 66300855 | PEDIATRIA CONSULTAS | 22/09/2003 | URGENTE |
| 3177 | POLIGRAFO RESPIRATORIO | SIBELHOME | 300 | PDI/1301 | NEUMOLOGIA (SERVICIO) | 26/10/2001 | URGENTE |
| 3177-01 | POLIGRAFO RESPIRATORIO | SIBELHOME | MOD.300 | PDI/1301 | NEUMOLOGIA (SERVICIO) | 26/10/2001 | URGENTE |
| 21631 | POLISOMNOGRAFO | SANRO | SOMNOSCREEN PLUS PSG | 1997 | C. EXTERNAS HOSPITAL | 12/11/2012 | URGENTE |
| 20628 | PORTATIL RAYOS X | PHILIPS | MOBILEDIAGNOST OPTA | 15000035 | RADIOLOGIA HOSPITAL | 24/09/2015 | URGENTE |
| 21232 | PORTATIL RAYOS X | IRE RAYOS X | ROLLER 30 | T8369 | RADIOLOGIA HOSPITAL | 12/11/2012 | URGENTE |
| 23137 | PORTATIL RAYOS X | RADIOLOGIA | TRANSPORTIX B | G77006 | RADIOLOGIA HOSPITAL | 07/12/2017 | URGENTE |
| 25037 | PORTATIL RAYOS X | DRGEM | TOPAZ-40D | DRR2040153A | RADIOLOGIA HOSPITAL | 15/04/2020 | URGENTE |
| 25040 | PORTATIL RAYOS X | DRGEM | TOPAZ-40D | DRR2040159A | RADIOLOGIA HOSPITAL | 15/04/2020 | URGENTE |
| 11970-02 | PREAMPLIFICADOR P/ MODULO OTOMISIONES DEL EQUIPO POTENCIALES EVOCADOS | INTERRACOUSTICS | ECLIPSE EPA4 | | OTORRINO CONSULTAS | 21/12/2011 | URGENTE |
| 5846-02 | PREPARADOR GELES LONG VGE | VISIBLE GENETICS | VG10011 | GT3000112 | MICROBIOLOGIA HOSPITAL | 25/06/2002 | URGENTE |
| 21765 | PRESOTERAPIA | MEDIC SYSTEMS | PULSTAR S2 | 1301 | REHABILITACION HOSPITAL | 03/05/2001 | URGENTE |
| 21766 | PRESOTERAPIA | MEDIC SYSTEMS | PULSTAR S2 | 543 | REHABILITACION HOSPITAL | 09/09/2003 | URGENTE |
| 25487 | PRESOTERAPIA | LYMPHA-MAT 300 | GRADIENT REF 507920 | 300G10202652S | REHABILITACION HOSPITAL | 11/11/2020 | URGENTE |
| 24041 | PROCESADOR DE CAMARA | STORZ | H3-LINK TC300 | WR790987-P | GINECOLOGÍA QUIRÓFANO | 18/11/2018 | URGENTE |
| 24140 | PROCESADOR DE CAMARA | STORZ | 4U-LINK | WR792059-P | BLOQUE QUIRURGICO | 18/11/2018 | URGENTE |
| 24241 | PROCESADOR DE CAMARA | STORZ | TC 304 4-ULINK | WR792064-P | BLOQUE QUIRURGICO | 18/11/2018 | URGENTE |
| 21888 | PROCESADOR DE TEJIDOS | LEICA | ASP 300 S | 3907 | A. PATOLÓGICA HOSPITAL | 30/05/2011 | URGENTE |
| 21889 | PROCESADOR DE TEJIDOS | THERMO | SHANDON EXCELSIOR | EX0926 0505 | A. PATOLÓGICA HOSPITAL | 21/07/2005 | URGENTE |
| 21777 | PROCESADOR DE ULTRASONIDOS | FUJINON | SU8000 | 1V519A029 | PRUEBAS ESPECIALES ENDOSCOPIAS | | URGENTE |
| 12264 | PROCESADOR PARAFINA | MILES | TISSUE-TEK | 8721216 | A. PATOLÓGICA HOSPITAL | | URGENTE |
| 6159 | PROCESADOR TEJIDOS XMICRO | MILESTONE | MICROMED T/T MEGA | 124350 | A. PATOLÓGICA HOSPITAL | 23/10/2002 | URGENTE |
| 16609 | PROYECTOR | HITACHI | CP-X2521WN 27 DCP2521wn | F1KE03865 | DCE-E | 05/09/2012 | URGENTE |
| 21486 | PROYECTOR | LG | HS 102 | S/N | C. EXTERNAS HOSPITAL | | URGENTE |
| 21863 | PROYECTOR | SONY | VPL-CS2 | 28532 | REANIMACION | | URGENTE |
| 22493 | PROYECTOR | NEC | VT 540 K | 114093SC | U.HOSPIT. 2-A | 21/11/2001 | URGENTE |
| 15269 | PROYECTOR DE OPTOTIPOS | TAKAGI | CP-40 | 0508500 | OFTALMOLOGIA CONSULTAS | 13/05/2010 | URGENTE |
| 5981-01 | PROYECTOR DIAP.KOD.EKTA. | KODAK | EKTALITE 2000 | 13865 | INVESTIGACION | 16/10/2002 | URGENTE |
| 9158 | PROYECTOR MULTIPORTA.DELL | DELL | 2300MP | 5KCY751 | NEFROLOGIA (SERVICIO) | 17/11/2004 | URGENTE |
| 21437 | PROYECTOR OPTOTIPOS | NIKON | NP3 | 35757 | C. EXTERNAS HOSPITAL | | URGENTE |

ANEXO I .- PA 11-2021 INVENTARIO EQUIPOS ELECTROMÉDICOS HOSPITAL U. SEVERO OCHOA

| Código | Equipo | Marca | Modelo | Número Serie | Unidad | Fecha | Nivel |
|----------|---------------------------|------------------|-------------------|----------------------|---------------------------------|------------|---------|
| 21516 | PROYECTOR OPTOTIPOS | NIKON | NP3 | 35759 | C. EXTERNAS HOSPITAL | | URGENTE |
| 21530 | PROYECTOR OPTOTIPOS | TAKAGI | CP-40 | 1008500 | C. EXTERNAS HOSPITAL | | URGENTE |
| 22436 | PROYECTOR OPTOTIPOS | TAKAGI | CP-30 | 0502504 | OFTALMOLOGIA M.A.L.G. | 31/07/2002 | URGENTE |
| 22439 | PROYECTOR OPTOTIPOS | TAKAGI | CP-30 | 0502505 | OFTALMOLOGIA M.A.L.G. | 31/07/2002 | URGENTE |
| 22453 | PROYECTOR OPTOTIPOS | TAKAGI | CP-30 | 0502507 | OFTALMOLOGIA M.A.L.G. | 31/07/2002 | URGENTE |
| 22835 | PROYECTOR PORTATIL HITA | BARCO LQ G500 | R9002930 | 1391404709 | MANTENIMIENTO HOSPITAL | 27/09/2006 | URGENTE |
| 8441 | PROYECTOR PORTATIL HITA | HITACHI | CPX-880X/CPX-275 | G3C001218 | DOCENCIA Y FORMACIÓN CONTINUADA | 04/06/2003 | URGENTE |
| 8698 | PROYECTOR PORTATIL HITA | HITACHI | CPX-880X/CPX-275 | RT 4A012825 | DOCENCIA Y FORMACIÓN CONTINUADA | 28/01/2004 | URGENTE |
| 549 | PROYECTOR PORTATIL MITSUB | MITSUBISHI | LVP-X300U | 1563 | BIBLIOTECA | 11/01/2000 | URGENTE |
| 775 | PRUEBA ESFUERZO, EQUIPO D | MARQUETTE | VARIOS MODELOS | KODH1371M/K0455393 M | CARDIOLOGIA CONSULTAS | 01/01/2001 | URGENTE |
| 21607 | PRUEBA ESFUERZO,EQUIPO DE | MARQUETTE HELIGE | CASE 8000 | K0DH1371M | C. EXTERNAS HOSPITAL | 01/01/2001 | URGENTE |
| 24165 | PRUEBA ESFUERZO,EQUIPO DE | MARQUETTE 12SL | CASE 8000 | SPZ18390010SA | C. EXTERNAS HOSPITAL | 16/05/2019 | URGENTE |
| 10067 | PULSIOXIMETRO | NELLCOR | N-550 | 0108012004120403 | U.HOSPIT. 2-A | 05/10/2005 | URGENTE |
| 10069 | PULSIOXIMETRO | NELLCOR | N-550 | 10801050100112 | URGENCIAS GENERALES | 05/10/2005 | URGENTE |
| 10070 | PULSIOXIMETRO | NELLCOR | N-550 | 10801050100362 | URGENCIAS GENERALES | 05/10/2005 | URGENTE |
| 10071 | PULSIOXIMETRO | NELLCOR | N-550 | 10801050100446 | URGENCIAS GENERALES | 05/10/2005 | URGENTE |
| 10072 | PULSIOXIMETRO | NELLCOR | N-550 | 10801041200036 | URGENCIAS GENERALES | 05/10/2005 | URGENTE |
| 10073 | PULSIOXIMETRO | NELLCOR | N-550 | 108012004120114 | U.HOSPIT. 4-B | 05/10/2005 | URGENTE |
| 10074 | PULSIOXIMETRO | NELLCOR | N-550 | 108012004120479 | MEDICINA INTENSIVA (SERVICIO) | 05/10/2005 | URGENTE |
| 10386 | PULSIOXIMETRO | NELLCOR | N-550 | 018105080319 | NMLP-E | 26/04/2006 | URGENTE |
| 10788 | PULSIOXIMETRO | KONICA-MINOLTA | PULSOX 300i | B31002488 | PEDIATRIA CONSULTAS | 06/07/2006 | URGENTE |
| 12005-01 | PULSIOXIMETRO | DATAX-OHMEDA | 6051 | FBCY00295 | U.HOSPIT. 3-B | | URGENTE |
| 12009 | PULSIOXIMETRO | BCI | BCI-3303 | 270313292 | U. HOSPIT. 3-C | | URGENTE |
| 12124 | PULSIOXIMETRO | NELLCOR | N-100 | 01828111-E | BLOQUE QUIRURGICO | | URGENTE |
| 12322 | PULSIOXIMETRO | NELLCOR | N-550 | P1030201456 | NEONATOLOGIA | | URGENTE |
| 12323 | PULSIOXIMETRO | NELLCOR | N-550 | 1030200937 | NEONATOLOGIA | | URGENTE |
| 12338 | PULSIOXIMETRO | NELLCOR | N-550 | P1030201011 | NEONATOLOGIA | | URGENTE |
| 12351 | PULSIOXIMETRO | NELLCOR | N-550 | P1020604726 | PEDIATRIA HOSPITALIZACION | | URGENTE |
| 12373 | PULSIOXIMETRO | NELLCOR | N-180 | 20204820 | BLOQUE QUIRURGICO | | URGENTE |
| 12431 | PULSIOXIMETRO | NELLCOR | N-180 | 21406858 | RADIOLOGIA HOSPITAL | | URGENTE |
| 13001 | PULSIOXIMETRO | NELLCOR | OXIMAX N-65 | G07800723 | PEDIATRIA HOSPITALIZACION | 02/04/2007 | URGENTE |
| 13002 | PULSIOXIMETRO | NELLCOR | OXIMAX N-65 | G07800725 | PEDIATRIA HOSPITALIZACION | 02/04/2007 | URGENTE |
| 13004 | PULSIOXIMETRO | KONICA-MINOLTA | PULSOX P-300i | | ALGC-M | 10/05/2007 | URGENTE |
| 13007 | PULSIOXIMETRO | NELLCOR | N-65 | G07822585 | URG. PEDIATRICAS | 25/09/2007 | URGENTE |
| 13008 | PULSIOXIMETRO | NELLCOR | N-65 | G07728051/G07826006 | URG. PEDIATRICAS | 25/09/2007 | URGENTE |
| 13009 | PULSIOXIMETRO | NELLCOR | OXIMAX N-65 | G07831945 | URG. PEDIATRICAS | 27/11/2007 | URGENTE |
| 13010 | PULSIOXIMETRO | N65 HANDHELD | PULSE OXIMETER X1 | G07736360 | NMLC-E | 27/11/2007 | URGENTE |

ANEXO I .- PA 11-2021 INVENTARIO EQUIPOS ELECTROMÉDICOS HOSPITAL U. SEVERO OCHOA

| Código | Equipo | Marca | Modelo | Número Serie | Unidad | Fecha | Nivel |
|--------|---------------|----------------|------------------|-----------------|----------------------------|------------|---------|
| 1516 | PULSIOXIMETRO | ISSO | BCI-3303 | 290400402 | U.HOSPIT. 4-B | 11/07/2000 | URGENTE |
| 16062 | PULSIOXIMETRO | KONICA-MINOLTA | PULSOX 300i | B31032972 | NEUMOLOGIA HOSPITALIZACION | 07/04/2011 | URGENTE |
| 16734 | PULSIOXIMETRO | KONICA-MINOLTA | PULSOX 300i | 31037336 | NEUMOLOGIA CONSULTAS | 03/03/2014 | URGENTE |
| 16809 | PULSIOXIMETRO | KONICA-MINOLTA | PULSOX 300i | 031037629 | NEUMOLOGIA CONSULTAS | 03/03/2014 | URGENTE |
| 1813 | PULSIOXIMETRO | ISSO | BCI-3303 | 700636026 | U.HOSPIT. 4-C | 01/06/1999 | URGENTE |
| 20188 | PULSIOXIMETRO | BCI | BCI-3303 | 290400407 | U.HOSPIT. 3-A | 01/06/1999 | URGENTE |
| 20911 | PULSIOXIMETRO | BCI | AUTOCORR 3404002 | 380381178 | URG. PEDIATRICAS | 01/06/1999 | URGENTE |
| 20912 | PULSIOXIMETRO | BCI | 3303MDD | 700636022 | URG. PEDIATRICAS | 11/08/1997 | URGENTE |
| 21111 | PULSIOXIMETRO | KONICA MINOLTA | PULSOX-300i | B31036280 | PEDIATRIA HOSPITALIZACION | | URGENTE |
| 21199 | PULSIOXIMETRO | KONICA MINOLTA | PULSOX-300i | B31002579 | PEDIATRIA HOSPITALIZACION | 19/07/2007 | URGENTE |
| 21338 | PULSIOXIMETRO | NELLCOR | NE-100E | 100-0131031-E | BLOQUE QUIRURGICO | | URGENTE |
| 21339 | PULSIOXIMETRO | NELLCOR | N-6000B | 82003723 | BLOQUE QUIRURGICO | | URGENTE |
| 2965 | PULSIOXIMETRO | HAND HELD | BCI-3301 | | NEUMOLOGIA (SERVICIO) | 26/07/1996 | URGENTE |
| 2967 | PULSIOXIMETRO | HAND HELD | BCI-3301 | | NEUMOLOGIA (SERVICIO) | 01/06/1999 | URGENTE |
| 3038 | PULSIOXIMETRO | ISSO | BCI-3303 | | U.HOSPIT. 2-A | 01/06/1999 | URGENTE |
| 3937 | PULSIOXIMETRO | ISSO | BCI-3303 | 700848198 | PEDIATRIA CONSULTAS | 21/11/2000 | URGENTE |
| 4416 | PULSIOXIMETRO | NELLCOR | NPB-190 | | PEDIATRIA HOSPITALIZACION | 06/11/1998 | URGENTE |
| 4418 | PULSIOXIMETRO | ISSO | BCI-3303 | 700636020 | PEDIATRIA HOSPITALIZACION | 07/07/2000 | URGENTE |
| 4420 | PULSIOXIMETRO | ISSO | BCI-3303 | 700636028 | PEDIATRIA HOSPITALIZACION | 07/07/2000 | URGENTE |
| 4428 | PULSIOXIMETRO | VARIOS | VARIOS | | PEDIATRIA HOSPITALIZACION | 15/10/1993 | URGENTE |
| 4429 | PULSIOXIMETRO | VARIOS | VARIOS | | PEDIATRIA HOSPITALIZACION | 01/01/1992 | URGENTE |
| 4430 | PULSIOXIMETRO | MINOLTA | PULSOX 3 | | PEDIATRIA HOSPITALIZACION | 01/06/1999 | URGENTE |
| 4431 | PULSIOXIMETRO | MINOLTA | PULSOX 3i | | PEDIATRIA HOSPITALIZACION | 01/06/1999 | URGENTE |
| 5092 | PULSIOXIMETRO | NELLCOR | N-550 | 1011201406 | URGENCIAS GENERALES | 19/12/2001 | URGENTE |
| 5093 | PULSIOXIMETRO | NELLCOR | N-550 | 1011201408 | URGENCIAS GENERALES | 19/12/2001 | URGENTE |
| 5831 | PULSIOXIMETRO | MINOLTA | PULSOX 3i | B31036280 | PEDIATRIA CONSULTAS | 18/02/2013 | URGENTE |
| 5836 | PULSIOXIMETRO | ISSO | BCI-3303 | 702647064 | U.HOSPIT. 3-B | 24/07/2002 | URGENTE |
| 5995 | PULSIOXIMETRO | ISSO | PULSOX 3i | 702647027 | U.HOSPIT. 3-B | 23/10/2002 | URGENTE |
| 6076 | PULSIOXIMETRO | MINOLTA | PULSOX 3i | 31003802 | NEUMOLOGIA (SERVICIO) | 30/10/2002 | URGENTE |
| 8566 | PULSIOXIMETRO | MINOLTA | PULSOX 3i | 31004003/195825 | PEDIATRIA CONSULTAS | 17/09/2003 | URGENTE |
| 8890 | PULSIOXIMETRO | MINOLTA | PULSOX 3i | 31007202 | PEDIATRIA CONSULTAS | 15/09/2004 | URGENTE |
| 8984 | PULSIOXIMETRO | NELLCOR | N-550 | P1030200283 | PEDIATRIA HOSPITALIZACION | 16/09/2003 | URGENTE |
| 8985 | PULSIOXIMETRO | NELLCOR | N-550 | P1030102190 | PEDIATRIA HOSPITALIZACION | 16/09/2003 | URGENTE |
| 8986 | PULSIOXIMETRO | NELLCOR | N-550 | P1030200286 | PEDIATRIA HOSPITALIZACION | 16/09/2003 | URGENTE |
| 8987 | PULSIOXIMETRO | NELLCOR | N-550 | P1030101776 | PEDIATRIA HOSPITALIZACION | 16/09/2003 | URGENTE |
| 8988 | PULSIOXIMETRO | NELLCOR | N-550 | P1030102180 | PEDIATRIA HOSPITALIZACION | 16/09/2003 | URGENTE |
| 8989 | PULSIOXIMETRO | NELLCOR | N-550 | P1030100728 | PEDIATRIA HOSPITALIZACION | 16/09/2003 | URGENTE |
| 8990 | PULSIOXIMETRO | NELLCOR | N-550 | P1030200265 | PEDIATRIA HOSPITALIZACION | 08/09/2003 | URGENTE |
| 8991 | PULSIOXIMETRO | NELLCOR | N-550 | P1030100737 | PEDIATRIA HOSPITALIZACION | 16/09/2003 | URGENTE |

ANEXO I .- PA 11-2021 INVENTARIO EQUIPOS ELECTROMÉDICOS HOSPITAL U. SEVERO OCHOA

| Código | Equipo | Marca | Modelo | Número Serie | Unidad | Fecha | Nivel |
|--------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|---------------|-----------------------------------|------------|---------|
| 8992 | PULSIOXIMETRO | NELLCOR | N-550 | P1030200287 | URG. PEDIATRICAS | 16/09/2003 | URGENTE |
| 8993 | PULSIOXIMETRO | NELLCOR | N-550 | P1030200271 | NEONATOLOGIA | 08/09/2003 | URGENTE |
| 8994 | PULSIOXIMETRO | NELLCOR | N-550 | P1030102259 | NEONATOLOGIA | 16/09/2003 | URGENTE |
| 8995 | PULSIOXIMETRO | NELLCOR | N-550 | P1030200188 | NEONATOLOGIA | 16/09/2003 | URGENTE |
| 8996 | PULSIOXIMETRO | NELLCOR | N-550 | P1030102265 | NEONATOLOGIA | 16/09/2003 | URGENTE |
| 8997 | PULSIOXIMETRO | NELLCOR | N-550 | P1030102188 | NEONATOLOGIA | 08/09/2003 | URGENTE |
| 8998 | PULSIOXIMETRO | NELLCOR | N-550 | P1030200261 | URG. PEDIATRICAS | 08/09/2003 | URGENTE |
| 8999 | PULSIOXIMETRO | NELLCOR | N-550 | P1030200307 | NEONATOLOGIA | 08/09/2003 | URGENTE |
| 9000 | PULSIOXIMETRO | NELLCOR | N-550 | P1030200308 | PEDIATRIA HOSPITALIZACION | 16/09/2003 | URGENTE |
| 9001 | PULSIOXIMETRO | NELLCOR | N-550 | P1030101768 | PEDIATRIA HOSPITALIZACION | 16/09/2003 | URGENTE |
| 9002 | PULSIOXIMETRO | NELLCOR | N-550 | P1030100966 | NEONATOLOGIA | 08/09/2003 | URGENTE |
| 9003 | PULSIOXIMETRO | NELLCOR | N-550 | P1030100968 | NEONATOLOGIA | 16/09/2003 | URGENTE |
| 966 | PULSIOXIMETRO | NELLCOR | NPB-190 | G00862082 | HOSPITAL DE DIA | 22/06/2001 | URGENTE |
| 967 | PULSIOXIMETRO | NELLCOR | NPB-190 | G00862082 | HOSPITAL DE DIA | 22/06/2001 | URGENTE |
| 968 | PULSIOXIMETRO | NELLCOR | NPB-190 | 21684659 | URG. PEDIATRICAS | 22/06/2001 | URGENTE |
| 968-01 | PULSIOXIMETRO | NELLCOR | NPB-190 | G00839055 | URGENCIAS GENERALES | 22/06/2001 | URGENTE |
| 982 | PULSIOXIMETRO | MINOLTA | POULSOX 3i | 31003270 | PEDIATRIA CONSULTAS | 22/06/2001 | URGENTE |
| 21540 | PULSIXIOMETRO | MINDRAY | PM-50 | AY-2C137599 | C. EXTERNAS HOSPITAL | | URGENTE |
| 21541 | PULSIXIOMETRO | BLUEPOINT MEDICAL | OXYTRUE 102011204-GRY | 31003573 | C. EXTERNAS HOSPITAL | | URGENTE |
| 21028 | PULSIXIOMETRO BASE | MASIMO | RADICAL 7 | 120878 | NEONATOLOGIA | | CRITICO |
| 21036 | PULSIXIOMETRO BASE | MASIMO | RADICAL 7 | 181223 | NEONATOLOGIA | | CRITICO |
| 21047 | PULSIXIOMETRO BASE | MASIMO | RADICAL 7 | 268278 | NEONATOLOGIA | | CRITICO |
| 21055 | PULSIXIOMETRO BASE | MASIMO | RADICAL 7 | 277483 | NEONATOLOGIA | | CRITICO |
| 21061 | PULSIXIOMETRO BASE | MASIMO | RADICAL 7 | 123530 | NEONATOLOGIA | | CRITICO |
| 21066 | PULSIXIOMETRO BASE | MASIMO | RADICAL 7 | 124023 | NEONATOLOGIA | | CRITICO |
| 21029 | PULSIXIOMETRO PORTATIL | MASIMO | RAINBOW | Q03553 | NEONATOLOGIA | | CRITICO |
| 21035 | PULSIXIOMETRO PORTATIL | MASIMO | RAINBOW | TO12986 | NEONATOLOGIA | | CRITICO |
| 21046 | PULSIXIOMETRO PORTATIL | MASIMO | RAINBOW | TO12997 | NEONATOLOGIA | | CRITICO |
| 21056 | PULSIXIOMETRO PORTATIL | MASIMO | RAINBOW | Q03554 | NEONATOLOGIA | | CRITICO |
| 21062 | PULSIXIOMETRO PORTATIL | MASIMO | RAINBOW | TO12965 | NEONATOLOGIA | | CRITICO |
| 21067 | PULSIXIOMETRO PORTATIL | MASIMO | RAINBOW | TO42058 | NEONATOLOGIA | | CRITICO |
| 21955 | QUEMADOR A GAS | WLD TEC | GASPROFI 1 | 15360251 | MICROBIOLOGIA HOSPITAL | | URGENTE |
| 21981 | QUEMADOR A GAS | WLD TEC | GASPROFI 1 | 15360256 | MICROBIOLOGIA HOSPITAL | | URGENTE |
| 21522 | QUERATOMETRO | ULLOA OPTICO | S/M | S/N | C. EXTERNAS HOSPITAL | | URGENTE |
| 20411 | RECEPTOR DE ANTENAS TELEMETRIA | GENERAL ELECTRIC | APEXPRO | RAV05120089GA | U.HOSPIT. 2-A | | CRITICO |
| 22826 | RECUPERADOR NEUROMUSCULAR | VYGON | 7501.31 | 0802PC019 | BLOQUE QUIRURGICO | | URGENTE |
| 22292 | REENVASADORA MEDICAMENTOS | DEXTRO MEDICA | SY. UNIPAC | S/N | FARMACIA | 18/07/1997 | URGENTE |
| 22293 | REENVASADORA MEDICAMENTOS | DEXTRO MEDICA | DEXTROPAC | 2014-09 | FARMACIA | 01/07/2015 | URGENTE |
| 21677 | REGULADOR CO2 | FUJINON | GW-100 | 1V605K028 | PRUEBAS ESPECIALES ENDOSCOPIAS | | URGENTE |

ANEXO I .- PA 11-2021 INVENTARIO EQUIPOS ELECTROMÉDICOS HOSPITAL U. SEVERO OCHOA

| Código | Equipo | Marca | Modelo | Número Serie | Unidad | Fecha | Nivel |
|--------|------------|--------------------|------------------------|---------------|-------------------------------|------------|---------|
| 14151 | RESPIRADOR | DRAGER | OXILOG 3000 | | MEDICINA INTENSIVA (SERVICIO) | 24/05/2007 | CRITICO |
| 16640 | RESPIRADOR | VAPOTHERM | FLOW VAPOTHERM | PF00004729-P | PEDIATRIA HOSPITALIZACION | 24/04/2013 | CRITICO |
| 20573 | RESPIRADOR | DRAGER | EVITA 4 | ARUM-0167 | REANIMACION | 30/11/2004 | CRITICO |
| 20574 | RESPIRADOR | DRAGER | EVITA 4 edition | ARXL-0475 | REANIMACION | 19/10/2006 | CRITICO |
| 20575 | RESPIRADOR | SIEMENS | SERVO 900C | 152560 | REANIMACION | | CRITICO |
| 20576 | RESPIRADOR | SIEMENS | SERVO 900C | 152552 | REANIMACION | | CRITICO |
| 20577 | RESPIRADOR | SIEMENS | SERVO 900C | 152730 | REANIMACION | | CRITICO |
| 20617 | RESPIRADOR | DRAGER | EVITA 2 DURA | ARMF 0230 | MEDICINA INTENSIVA (SERVICIO) | 11/08/1997 | CRITICO |
| 20621 | RESPIRADOR | DRAGER | EVITA 2 | ARKH-0060 | MEDICINA INTENSIVA (SERVICIO) | 19/07/1996 | CRITICO |
| 20622 | RESPIRADOR | DRAGER | EVITA 2 DURA | ARTL-0198 | MEDICINA INTENSIVA (SERVICIO) | 18/09/2003 | CRITICO |
| 20633 | RESPIRADOR | DRAGER | EVITA XL | ARXM-0042 | MEDICINA INTENSIVA (SERVICIO) | 19/10/2006 | CRITICO |
| 20639 | RESPIRADOR | PURITAN BENNET | NPB-840 | 3510083330 | MEDICINA INTENSIVA (SERVICIO) | 03/06/2010 | CRITICO |
| 20641 | RESPIRADOR | DRAGER | EVITA 2 DURA | ARNF-0042 | MEDICINA INTENSIVA (SERVICIO) | 11/08/1997 | CRITICO |
| 20648 | RESPIRADOR | PURITAN BENNET | NPB-840 | 3510030151 | MEDICINA INTENSIVA (SERVICIO) | 23/10/2006 | CRITICO |
| 20650 | RESPIRADOR | DRAGER | EVITA 2 DURA | ARLB-0004 | MEDICINA INTENSIVA (SERVICIO) | 30/07/1999 | CRITICO |
| 20653 | RESPIRADOR | DRAGER | EVITA 2 DURA | ARLJ-0041 | REANIMACION | 07/09/1998 | CRITICO |
| 20677 | RESPIRADOR | PURITAN BENNETT | NPN-840 | 3510074548 | MEDICINA INTENSIVA (SERVICIO) | 03/06/2010 | CRITICO |
| 20678 | RESPIRADOR | PURITAN BENNET | NPB-840 | 3510090141 | MEDICINA INTENSIVA (SERVICIO) | 03/06/2010 | CRITICO |
| 20683 | RESPIRADOR | PURITAN BENNET | NPB-840 | 3510065438 | MEDICINA INTENSIVA (SERVICIO) | | CRITICO |
| 20687 | RESPIRADOR | PURITAN BENNET | NPB-840 | 3510044248 | MEDICINA INTENSIVA (SERVICIO) | 21/11/2005 | CRITICO |
| 21278 | RESPIRADOR | BRUKER | MAGLIFE C | 849 10185 | RADIOLOGIA HOSPITAL | | CRITICO |
| 22524 | RESPIRADOR | ACUTRONIC | FABIA +nCPAP EVOLUTION | AN11CD-1038 | NEONATOLOGIA | | CRITICO |
| 22526 | RESPIRADOR | PHILIPS | V60 | 100186783 | URGENCIAS GENERALES | 21/07/2016 | CRITICO |
| 22533 | RESPIRADOR | PHILIPS | V60 | 100073205 | URGENCIAS GENERALES | 19/11/2012 | CRITICO |
| 24362 | RESPIRADOR | MINDRAY | MONNAL T60 (KA010000) | MT60-07480 | REANIMACION | 14/03/2020 | CRITICO |
| 24363 | RESPIRADOR | MINDRAY | MONNAL T60 (KA010000) | MT60-07544 | URG. PEDIATRICAS | 14/03/2020 | CRITICO |
| 24364 | RESPIRADOR | DRAGER | OXILOG 3000 | | REANIMACION | | CRITICO |
| 24365 | RESPIRADOR | DRAGER | OXILOG 2000 | | BLOQUE QUIRURGICO | | CRITICO |
| 24375 | RESPIRADOR | CARDIVA | ES2100X15B | H263760184DIE | UNIDAD RESPIRATORIA DEL SUEÑO | 20/03/2020 | CRITICO |
| 24419 | RESPIRADOR | DRAGER | EVITA V800 | ASNC-0375 | MEDICINA INTENSIVA (SERVICIO) | 27/03/2020 | CRITICO |
| 25005 | RESPIRADOR | VENTMED TECHNOLOGY | DS-8 | DS82300202594 | UNIDAD RESPIRATORIA DEL SUEÑO | 10/04/2020 | CRITICO |
| 25006 | RESPIRADOR | VENTMED | DS-8 ST30 -BIPAP | DS82300202619 | UNIDAD RESPIRATORIA DEL SUEÑO | 10/04/2020 | CRITICO |
| 25007 | RESPIRADOR | GETINGE | SERVO-U | 32254 | MEDICINA INTENSIVA (SERVICIO) | 31/03/2020 | CRITICO |
| 25008 | RESPIRADOR | VENTMED | DS-8 ST30 -BIPAP | DS82300202557 | UNIDAD RESPIRATORIA DEL SUEÑO | 10/04/2020 | CRITICO |
| 25009 | RESPIRADOR | VENTMED | DS-8ST 30 -BIPAP | DS82300202568 | UNIDAD RESPIRATORIA DEL SUEÑO | 10/04/2020 | CRITICO |

ANEXO I .- PA 11-2021 INVENTARIO EQUIPOS ELECTROMÉDICOS HOSPITAL U. SEVERO OCHOA

| Código | Equipo | Marca | Modelo | Número Serie | Unidad | Fecha | Nivel |
|--------|--------------------------|------------------|-----------------|---------------|-------------------------------|------------|---------|
| 25010 | RESPIRADOR | VENTMED | DS-8 ST30-BIPAP | DS82300202527 | UNIDAD RESPIRATORIA DEL SUEÑO | 10/04/2020 | CRITICO |
| 25011 | RESPIRADOR | YUWELL | YH-730 -BIPAP | V98140114 | UNIDAD RESPIRATORIA DEL SUEÑO | 10/04/2020 | CRITICO |
| 25012 | RESPIRADOR | YUWELL | YH-730 -BIPAP | V20345169 | UNIDAD RESPIRATORIA DEL SUEÑO | 10/04/2020 | CRITICO |
| 25013 | RESPIRADOR | YUWELL | YH-730 -BIPAP | V20345275 | UNIDAD RESPIRATORIA DEL SUEÑO | 10/04/2020 | CRITICO |
| 25014 | RESPIRADOR | YUWELL | YH-730 -BIPAP | V9A200081 | UNIDAD RESPIRATORIA DEL SUEÑO | 10/04/2020 | CRITICO |
| 25015 | RESPIRADOR | YUWELL | YH-730 -BIPAP | V20340011 | UNIDAD RESPIRATORIA DEL SUEÑO | 10/04/2020 | CRITICO |
| 25016 | RESPIRADOR | YUWELL | YH-730 -BIPAP | V203455284 | UNIDAD RESPIRATORIA DEL SUEÑO | 10/04/2020 | CRITICO |
| 25017 | RESPIRADOR | YUWELL | YH-730 -BIPAP | V20340044 | UNIDAD RESPIRATORIA DEL SUEÑO | 10/04/2020 | CRITICO |
| 25018 | RESPIRADOR | YUWELL | YH-730 -BIPAP | V98140079 | UNIDAD RESPIRATORIA DEL SUEÑO | 10/04/2020 | CRITICO |
| 25019 | RESPIRADOR | VARIOS | YH-730 - BIPAP | V20345165 | UNIDAD RESPIRATORIA DEL SUEÑO | 10/04/2020 | CRITICO |
| 25020 | RESPIRADOR | YUWELL | YH-730 | V9A200103 | UNIDAD RESPIRATORIA DEL SUEÑO | 10/04/2020 | CRITICO |
| 25021 | RESPIRADOR | MINDRAY | SV300 | GB-03016026 | REANIMACION | 10/04/2020 | CRITICO |
| 25022 | RESPIRADOR | MINDRAY | SV300 | GB03016028 | MEDICINA INTENSIVA (SERVICIO) | 10/04/2020 | CRITICO |
| 25023 | RESPIRADOR | GETINGE | SERVO-AIR | 16014 | MEDICINA INTENSIVA (SERVICIO) | 14/04/2020 | CRITICO |
| 25043 | RESPIRADOR | CARDIVA | ES2100X15B | H276515607F18 | UNIDAD RESPIRATORIA DEL SUEÑO | 15/04/2020 | CRITICO |
| 25243 | RESPIRADOR | DRAGER | EVITA V600 | ASND-0604 | REANIMACION | 08/05/2020 | CRITICO |
| 25245 | RESPIRADOR | MINDRAY | SV600 | AA6-04004098 | REANIMACION | 14/05/2020 | CRITICO |
| 25246 | RESPIRADOR | MINDRAY | SV600 | AA06-04004137 | MEDICINA INTENSIVA (SERVICIO) | 14/05/2020 | CRITICO |
| 25847 | RESPIRADOR | DRAGER | EVITA V600 | ASNJ-0268 | MANTENIMIENTO HOSPITAL | 22/01/2021 | CRITICO |
| 25848 | RESPIRADOR | DRAGER | EVITA V600 | ASNJ-0272 | MANTENIMIENTO HOSPITAL | 22/01/2021 | CRITICO |
| 25849 | RESPIRADOR | GETINGE | SERVO-U | 40213 | MEDICINA INTENSIVA (SERVICIO) | 31/03/2020 | CRITICO |
| 25850 | RESPIRADOR | GETINGE | SERVO-U | 41546 | MEDICINA INTENSIVA (SERVICIO) | 31/03/2020 | CRITICO |
| 6361 | RESPIRADOR | DRAGER | OXILOG 2000 | 90572168M | REANIMACION | 23/10/2002 | CRITICO |
| 25218 | RESPIRADOR DE TRANSPORTE | HAMILTON MEDICAL | C1 | 22535 | MEDICINA INTENSIVA (SERVICIO) | 05/05/2020 | CRITICO |
| 20613 | RESPIRADOR DE TRANSPORTE | DRAGER | OXILOG 2000 | ARHK-0001 | MEDICINA INTENSIVA (SERVICIO) | 22/11/1995 | CRITICO |
| 20656 | RESPIRADOR DE TRANSPORTE | DRAGER | OXILOG 3000 | SRZH-00001 | MEDICINA INTENSIVA (SERVICIO) | 19/06/2008 | CRITICO |
| 24366 | RESPIRADOR DE TRANSPORTE | HERSILL | VITAE 40 | 51073-0041 | MEDICINA INTENSIVA (SERVICIO) | 16/03/2020 | CRITICO |
| 24367 | RESPIRADOR DE TRANSPORTE | HERSILL | VITAE 40 | 51073-0063 | REANIMACION | 16/03/2020 | CRITICO |
| 24368 | RESPIRADOR DE TRANSPORTE | HERSILL | VITAE 40 | 51073-0044 | REANIMACION | 16/03/2020 | CRITICO |
| 24386 | RESPIRADOR DE TRANSPORTE | HERSILL | VITAE 40 | 51450-0010 | REANIMACION | 21/03/2020 | CRITICO |
| 24387 | RESPIRADOR DE TRANSPORTE | HERSILL | VITAE 40 | 51450-0012 | REANIMACION | 23/03/2020 | CRITICO |

ANEXO I .- PA 11-2021 INVENTARIO EQUIPOS ELECTROMÉDICOS HOSPITAL U. SEVERO OCHOA

| Código | Equipo | Marca | Modelo | Número Serie | Unidad | Fecha | Nivel |
|--------|---------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|-------------------------------|------------|---------|
| 24489 | RESPIRADOR DE TRANSPORTE | ZOLL | Z VENT | AY20C010458 | REANIMACION | 02/04/2020 | CRITICO |
| 24490 | RESPIRADOR DE TRANSPORTE | ZOLL | Z VENT | AY20C010530 | REANIMACION | 02/04/2020 | CRITICO |
| 24491 | RESPIRADOR DE TRANSPORTE | ZOLL | Z VENT | AY20C010532 | BLOQUE QUIRURGICO | 02/04/2020 | CRITICO |
| 24492 | RESPIRADOR DE TRANSPORTE | ZOLL | Z VENT | AY20C010545 | BLOQUE QUIRURGICO | 02/04/2020 | CRITICO |
| 24493 | RESPIRADOR DE TRANSPORTE | DRAGER | OXILOG 3000 | ASNC-0132 | URGENCIAS GENERALES | 19/12/2019 | CRITICO |
| 25217 | RESPIRADOR DE TRANSPORTE | HAMILTON MEDICAL | C1 | 22544 | MEDICINA INTENSIVA (SERVICIO) | 05/05/2020 | CRITICO |
| 25268 | RESPIRADOR DE TRANSPORTE | HAMILTON MEDICAL | C1 | 23020 | REANIMACION | 28/05/2020 | CRITICO |
| 25304 | RESPIRADOR DE TRANSPORTE | HAMILTON MEDICAL | C1 | 23066 | REANIMACION | 02/07/2020 | CRITICO |
| 25305 | RESPIRADOR DE TRANSPORTE | HAMILTON MEDICAL | C1 | 23057 | REANIMACION | 02/07/2020 | CRITICO |
| 25396 | RESPIRADOR DE TRANSPORTE | DRAGER | OXILOG VE300F | ASLB-0014 | URGENCIAS GENERALES | 10/06/2020 | CRITICO |
| 21016 | RESPIRADOR NEONATAL | DRAGER | BABYLOG 8000 | ARRF-0032 | NEONATOLOGIA | 26/10/2001 | CRITICO |
| 21020 | RESPIRADOR NEONATAL | DRAGER | BABYLOG 8000 | ARKD-0042 | NEONATOLOGIA | 06/10/1998 | CRITICO |
| 21040 | RESPIRADOR NEONATAL | DRAGER | BABYLOG 8000 | ARLN-0054 | NEONATOLOGIA | 19/07/1996 | CRITICO |
| 24183 | RESPIRADOR NEONATAL | INFANT FLOW SIPAP | FLOW | BJP01921 | NEONATOLOGIA | 21/08/2019 | CRITICO |
| 20603 | RESPIRADOR TRANSPORTE | DRAGER | OXILOG 2000 | SRSL-0094 | REANIMACION | 07/09/1998 | CRITICO |
| 20903 | RESPIRADOR TRANSPORTE | DRAGER | OXILOG 2000 | ARME-0105 | URG. PEDIATRICAS | 07/09/1998 | CRITICO |
| 21136 | RESPIRADOR TRANSPORTE | DRAGER | OXILOG | ARKJ-0017 | URGENCIAS GENERALES | | CRITICO |
| 3656 | RESUCITADOR MAN.ADU.35000 | MARK III | REF.209035000 | SIN N/SERIE | CEA | 05/12/2001 | CRITICO |
| 4229 | RESUCITADOR MAN.ADU.35000 | AMBU | MARK III.ref.209035000 | SIN N/SERIE | MEDICINA INTENSIVA (SERVICIO) | 06/02/2002 | CRITICO |
| 4633 | RESUCITADOR MAN.ADU.35000 | AMBU | MARK III.ref.209035000 | SIN N/SERIE | MEDICINA INTENSIVA (SERVICIO) | 06/02/2002 | CRITICO |
| 4636 | RESUCITADOR MAN.ADU.35000 | MARK III | REF.209035000 | SIN N/SERIE | MEDICINA INTENSIVA (SERVICIO) | 06/02/2002 | CRITICO |
| 4637 | RESUCITADOR MAN.ADU.35000 | MARK III | REF.209035000 | SIN N/SERIE | MEDICINA INTENSIVA (SERVICIO) | 06/02/2002 | CRITICO |
| 4638 | RESUCITADOR MAN.ADU.35000 | MARK III | REF.209035000 | SIN N/SERIE | MEDICINA INTENSIVA (SERVICIO) | 06/02/2002 | CRITICO |
| 4639 | RESUCITADOR MAN.ADU.35000 | MARK III | REF.209035000 | SIN N/SERIE | MEDICINA INTENSIVA (SERVICIO) | 06/02/2002 | CRITICO |
| 5801 | RESUCITADOR MAN.ADU.35000 | MARK III | REF.209035000 | SIN N/SERIE | U.HOSPIT. 4-C | 19/06/2002 | CRITICO |
| 5802 | RESUCITADOR MAN.ADU.35000 | MARK III | REF.209035000 | SIN N/SERIE | REANIMACION | 19/06/2002 | CRITICO |
| 8723 | RESUCITADOR MAN.ADU.35000 | AMBU | MARK III.ref.209035000 | SIN N/SERIE | URGENCIAS GENERALES | 25/02/2004 | CRITICO |
| 8724 | RESUCITADOR MAN.ADU.35000 | AMBU | MARK III.ref.209035000 | SIN N/SERIE | URGENCIAS GENERALES | 01/03/2004 | CRITICO |
| 8885 | RESUCITADOR MAN.ADU.35000 | AMBU | MARK III.ref.209035000 | SIN N/SERIE | C. EXTERNAS M.A.L.G. | 15/09/2004 | CRITICO |
| 9044 | RESUCITADOR MAN.ADU.35000 | AMBU | MARK III.ref.209035000 | 4 RESUCITADORES | HEMODINÁMICA | 14/01/2004 | CRITICO |
| 1861 | RESUCITADOR MAN.ADUL.2000 | MARK III | REF. 209 002 000 | SIN N/SERIE | U.HOSPIT. 3-A | 23/10/2001 | CRITICO |
| 3522 | RESUCITADOR MAN.ADUL.2000 | MARK III | REF. 209 002 000 | SIN N/SERIE | BANCO DE SANGRE | 02/11/1994 | CRITICO |
| 5362 | RESUCITADOR MAN.ADUL.2000 | MARK III | REF. 209 002 000 | SIN N/SERIE | C. EXTERNAS HOSPITAL | 10/09/1996 | CRITICO |
| 5363 | RESUCITADOR MAN.ADUL.2000 | MARK III | REF. 209 002 000 | SIN N/SERIE | C. EXTERNAS HOSPITAL | 18/10/1994 | CRITICO |
| 5364 | RESUCITADOR MAN.ADUL.2000 | MARK III | REF. 209 002 000 | SIN N/SERIE | C. EXTERNAS HOSPITAL | 18/10/1994 | CRITICO |
| 5365 | RESUCITADOR MAN.ADUL.2000 | MARK III | REF. 209 002 000 | SIN N/SERIE | C. EXTERNAS HOSPITAL | 02/11/1994 | CRITICO |
| 8258 | RESUCITADOR MAN.ADUL.2000 | MARK III | REF. 209 002 000 | SIN N/SERIE | BLOQUE QUIRURGICO | 16/04/2003 | CRITICO |
| 11516 | RESUCITADOR MANUAL ADULTO | AMBU | MARK IV REF: 304.002.000 | | OFTALMOLOGIA CONSULTAS | 05/07/2007 | CRITICO |
| 11517 | RESUCITADOR MANUAL ADULTO | AMBU | MARK IV REF: 304.002.000 | | REANIMACION | 05/07/2007 | CRITICO |

ANEXO I .- PA 11-2021 INVENTARIO EQUIPOS ELECTROMÉDICOS HOSPITAL U. SEVERO OCHOA

| Código | Equipo | Marca | Modelo | Número Serie | Unidad | Fecha | Nivel |
|--------|---|---------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------|---------|
| 11518 | RESUCITADOR MANUAL ADULTO | AMBU | MARK IV REF: 304002000 | | REANIMACION | 05/07/2007 | CRITICO |
| 11605 | RESUCITADOR MANUAL ADULTO | AMBU | MARK IV REF:304.002.000 | | CARDIOLOGIA CONSULTAS | 05/07/2007 | CRITICO |
| 11606 | RESUCITADOR MANUAL ADULTO | AMBU | MARK IV REF:304.002.000 | | ALERGOLOGÍA HOSPITAL | 05/07/2007 | CRITICO |
| 11607 | RESUCITADOR MANUAL ADULTO | AMBU | MARK IV REF:304.002.000 | | PEDIATRIA CONSULTAS | 05/07/2007 | CRITICO |
| 14145 | RESUCITADOR MANUAL ADULTO | AMBU | MARK IV.REF.304002000 | | C. EXTERNAS HOSPITAL | 25/10/2007 | CRITICO |
| 16065 | RESUCITADOR MANUAL ADULTO | AMBU MARK IV ADULTO | REF. 304002000 | | PRUEBAS ESPECIALES ENDOSCOPIAS | 21/04/2011 | CRITICO |
| 16066 | RESUCITADOR MANUAL ADULTO | AMBU MARK IV ADULTO | REF. 304002000 | | REANIMACION | 21/04/2011 | CRITICO |
| 16067 | RESUCITADOR MANUAL ADULTO | AMBU MARK IV ADULTO | REF. 304002000 | | REANIMACION | 21/04/2011 | CRITICO |
| 16068 | RESUCITADOR MANUAL ADULTO | AMBU MARK IV ADULTO | REF. 304002000 | | MEDICINA INTENSIVA (SERVICIO) | 21/04/2011 | CRITICO |
| 16069 | RESUCITADOR MANUAL ADULTO | AMBU MARK IV ADULTO | REF. 304002000 | | MEDICINA INTENSIVA (SERVICIO) | 21/04/2011 | CRITICO |
| 14146 | RESUCITADOR MANUAL ADULTO CON RESERVORIO | AMBU | MARK IV REF 304002000 | | RADIOLOGIA HOSPITAL | 25/10/2007 | CRITICO |
| 14147 | RESUCITADOR MANUAL ADULTO CON RESERVORIO | AMBU | MARK IV REF 304002000 | | C. EXTERNAS M.A.L.G. | 25/10/2007 | CRITICO |
| 14148 | RESUCITADOR MANUAL ADULTO CON RESERVORIO | AMBU | MARK IV REF 304002000 | | BANCO DE SANGRE | 25/10/2007 | CRITICO |
| 10587 | RESUCITADOR MANUAL ADULTOS CON RESERVORIO | AMBU | MARK IV, ref. 304 002 000 | | MEDICINA INTENSIVA (SERVICIO) | 08/06/2006 | CRITICO |
| 10588 | RESUCITADOR MANUAL ADULTOS CON RESERVORIO | AMBU | MARK IV, ref. 304 002 000 | | MEDICINA INTENSIVA (SERVICIO) | 08/06/2006 | CRITICO |
| 10589 | RESUCITADOR MANUAL ADULTOS CON RESERVORIO | AMBU | MARK IV, ref. 304 002 000 | | MEDICINA INTENSIVA (SERVICIO) | 08/06/2006 | CRITICO |
| 10590 | RESUCITADOR MANUAL ADULTOS CON RESERVORIO | AMBU | MARK IV, ref. 304 002 000 | | MEDICINA INTENSIVA (SERVICIO) | 08/06/2006 | CRITICO |
| 10591 | RESUCITADOR MANUAL ADULTOS CON RESERVORIO | AMBU | MARK IV, ref. 304 002 000 | | MEDICINA INTENSIVA (SERVICIO) | 08/06/2006 | CRITICO |
| 10592 | RESUCITADOR MANUAL ADULTOS CON RESERVORIO | AMBU | MARK IV, ref. 304 002 000 | | MEDICINA INTENSIVA (SERVICIO) | 08/06/2006 | CRITICO |
| 15272 | RESUCITADOR MANUAL DE ADULTO CON RESERVORIO | AMBU | MARK IV REF 304002000 | | REANIMACION | 13/05/2010 | CRITICO |
| 15273 | RESUCITADOR MANUAL DE ADULTO CON RESERVORIO | AMBU | MARK IV REF 304002000 | | MIV-E | 13/05/2010 | CRITICO |
| 11608 | RESUCITADOR MANUAL PEDIATRICO CON RESERVORIO | AMBU | PLUS PEDIAT. REF: 246.040.000 | | PEDIATRIA CONSULTAS | 05/07/2007 | CRITICO |
| 20710 | RESUCITADOR NEONATAL | FISHER PAYKEL | RD900ASU (NEOPUF) | 070307000680 | BLOQUE QUIRURGICO | 24/05/2007 | CRITICO |
| 20941 | RESUCITADOR NEONATAL | FISHER PAYKEL | RD900ASU (NEOPUF) | 070307000684 | PARITORIO | 24/05/2007 | CRITICO |
| 3440 | RESUCITADOR PEDIATRICO | AMBU | BABY R,ref.083019000 | 2 RESUCITADORES | NEONATOLOGIA | 15/10/1993 | CRITICO |
| 3938 | RESUCITADOR PEDIATRICO | AMBU | BABY R,ref.083019000 | SIN N/SERIE | PEDIATRIA CONSULTAS | 22/11/1995 | CRITICO |
| 5366 | RESUCITADOR PEDIATRICO | AMBU | BABY R,ref.083019000 | SIN N/SERIE | C. EXTERNAS HOSPITAL | 26/05/1998 | CRITICO |
| 8725 | RESUCITADOR PEDIATRICO | AMBU | BABY R,ref.083019000 | SIN N/SERIE | URGENCIAS GENERALES | 25/02/2004 | CRITICO |
| 8726 | RESUCITADOR PEDIATRICO | AMBU | BABY R,ref.083019000 | SIN N/SERIE | URGENCIAS GENERALES | 02/03/2004 | CRITICO |
| 4709 | RINOSCOPIO HARTMANN/HALLE | SIN MARCA | SIN MODELO | 2 UNIDADES | QUIRÓFANO AMBULANTE | 22/06/1999 | CRITICO |

ANEXO I .- PA 11-2021 INVENTARIO EQUIPOS ELECTROMÉDICOS HOSPITAL U. SEVERO OCHOA

| Código | Equipo | Marca | Modelo | Número Serie | Unidad | Fecha | Nivel |
|--------|--|----------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------|---------|
| 22416 | ROUTER WIFI PARA Sonda TEMPERATURA | TESTO | ROUTER | 01805026 | FARMACIA | | URGENTE |
| 11620 | SACALECHES ELECTRICO | ÉLITE STANDARD | CODIGO ELI00020 | AL06080614 | U.HOSPIT. 4-A | 12/07/2007 | URGENTE |
| 15274 | SACALECHES ELECTRICO | MEDELA | LACTINA SELECT REF.016.2014 | 652323 | PEDIATRIA HOSPITALIZACION | 13/05/2010 | URGENTE |
| 15568 | SACALECHES ELECTRICO | MEDELA | SYMPHONY FREEMIE+ REF.024.0103 | 1293367 | NEONATOLOGIA | 02/09/2010 | URGENTE |
| 16051 | SACALECHES ELECTRICO | MEDELA | SYMPHONY STANDARD | 1293372 | NEONATOLOGIA | 21/12/2010 | URGENTE |
| 16514 | SACALECHES ELECTRICO | MEDELA | SYMPHONY REF. 024.0103 | 1365846 | NEONATOLOGIA | 28/05/2012 | URGENTE |
| 17334 | SACALECHES ELECTRICO | MEDELA | SYMPHONY STANDARD | 1573495 | U.HOSPIT. 4-A | 01/02/2016 | URGENTE |
| 17335 | SACALECHES ELECTRICO | MEDELA | SYMPHONY STANDARD | 1491989 | NEONATOLOGIA | 01/02/2016 | URGENTE |
| 20042 | SACALECHES ELECTRICO | MEDELA | SYMPHONY | 1365849 | U.HOSPIT. 4-A | 28/05/2012 | URGENTE |
| 20989 | SACALECHES ELECTRICO | MEDELA | SYMPHONY | 1795894 | NEONATOLOGIA | 27/12/2019 | URGENTE |
| 20990 | SACALECHES ELECTRICO | MEDELA | SYMPHONY | 1240498 | NEONATOLOGIA | 02/09/2010 | URGENTE |
| 20991 | SACALECHES ELECTRICO | MEDELA | SYMPHONY | 1293371 | NEONATOLOGIA | 21/12/2010 | URGENTE |
| 21063 | SACALECHES ELECTRICO | MEDELA | SYMPHONY | 1491989 | NEONATOLOGIA | | URGENTE |
| 22828 | SACALECHES ELECTRICO | MEDELA | LACTINA SELECT REF.016.2014 | 860961 | URG. PEDIATRICAS | 13/05/2010 | URGENTE |
| 21413 | SAI | SALICRU | SPS SERIE AT-1 | 8164-35 | C. EXTERNAS HOSPITAL | | URGENTE |
| 25627 | SAI CENTRAL MONITORIZACIÓN CARESCAPE V2 | GE | SMK600A | 10025182006 | REANIMACION | 21/10/2020 | URGENTE |
| 11690 | SAIS PARA ARMARIO DE DISPENSACIÓN MEDICAMENTOS | | REF. SAI-CLIENTE | LE27CSC20043210 | MEDICINA INTENSIVA (SERVICIO) | 24/05/2007 | URGENTE |
| 11691 | SAIS PARA ARMARIO DISPENSACION MEDICAMENTOS | | REF. SAI-CLIENTE | LE10CSC20022125 | BLOQUE QUIRURGICO | 24/05/2007 | URGENTE |
| 11687 | SAIS PARA ARMARIOS DISPENSACIÓN MEDICAMENTOS | | REF. SAI-CLIENTE | LE27CSC20043212 | PRUEBAS ESPECIALES ENDOSCOPIAS | 24/05/2007 | URGENTE |
| 313-01 | SALA CONVENCIONAL DE TECHO: GENERADOR RX | PHILIPS | OPTIMUS 65 | 990232 | RADIOLOGIA HOSPITAL | 16/11/1998 | URGENTE |
| 313-03 | SALA CONVENCIONAL DE TECHO: MESA RADIOLOGICA | PHILIPS | BUCKY DIAGNOST TH | 9901025 | RADIOLOGIA HOSPITAL | 16/11/1998 | URGENTE |
| 313-02 | SALA CONVENCIONAL DE TECHO:TUBO RAYOS X | PHILIPS | SRO 33 100 | 947751 | RADIOLOGIA HOSPITAL | 16/11/1998 | URGENTE |
| 313-04 | SALA CONVENCIONAL TECHO:BUCKY MURAL | PHILIPS | DIAGNOST VE | 9900272 | RADIOLOGIA HOSPITAL | 16/11/1998 | URGENTE |
| 313-05 | SALA CONVENCIONAL TECHO:PUPITRE | PHILIPS | DIAGNOST TH | 99010224 | RADIOLOGIA HOSPITAL | 16/11/1998 | URGENTE |
| 22298 | SALA LIMPIA | GRIFOLS | MISTERIUM | S/N | FARMACIA | | URGENTE |
| 22299 | SALA LIMPIA | GRIFOLS | MISTERIUM | S/N | FARMACIA | | URGENTE |
| 22303 | SALA LIMPIA | GRIFOLS | MISTERIUM | S/N | FARMACIA | | URGENTE |
| 21235 | SALA RX | SIEMENS | MULTIX | 01036 | RADIOLOGIA HOSPITAL | 12/08/1999 | URGENTE |
| 21242 | SALA RX | PHILIPS | OPTIMUS 50 | 08000503 | RADIOLOGIA HOSPITAL | 20/10/2008 | URGENTE |
| 21270 | SALA RX | PHILIPS | OPTIMUS 65 | 0502442 | RADIOLOGIA HOSPITAL | 01/12/2009 | URGENTE |
| 21282 | SALA RX | PHILIPS | OPTIMUS 50 | 9000315 | RADIOLOGIA HOSPITAL | | URGENTE |
| 22337 | SALA RX | SIEMENS | POLYDOROS IT55 | 1470-1981 | RADIOLOGIA M.A.L.G | 26/11/2001 | URGENTE |
| 22344 | SALA RX | SIEMENS | POLYDOROS IT55 | 1486 | RADIOLOGIA M.A.L.G | 26/11/2001 | URGENTE |

ANEXO I .- PA 11-2021 INVENTARIO EQUIPOS ELECTROMÉDICOS HOSPITAL U. SEVERO OCHOA

| Código | Equipo | Marca | Modelo | Número Serie | Unidad | Fecha | Nivel |
|--------|---|-------------------|--------------------------------|---------------|--------------------------------|------------|---------|
| 22351 | SALA RX | SIEMENS | POLYDOROS IT55 | 1487 | RADIOLOGIA M.A.L.G | 26/11/2001 | URGENTE |
| 7905 | SALA RX TELEMANDO | SIEMENS | ICONOS R200/POLYDOROS 65 SX | 4358 | RADIOLOGIA M.A.L.G | 26/11/2001 | URGENTE |
| 8659 | SALA RX TELEMANDO | PHILIPS | NUEVO INTEGRIS ALLURA FLAT DET | 01H032138-14 | HEMODINÁMICA | 03/09/2003 | URGENTE |
| 22121 | SELLADOR DE BOLSAS | LJUNGBERG & KOHEL | CR6-PS | 03-04-2458 | BANCO DE SANGRE | 23/10/2002 | URGENTE |
| 22122 | SELLADOR DE BOLSAS | LJUNGBERG & KOHEL | CR6-PS | 02-06-2379 | BANCO DE SANGRE | 16/04/2003 | URGENTE |
| 22123 | SELLADOR DE BOLSAS | LJUNGBERG & KOHEL | CR6-PS | 01-12-2305 | BANCO DE SANGRE | 16/04/2003 | URGENTE |
| 21097 | SELLADORA DE BOLSAS | PERGUT | STARSEAL | 12613 | PEDIATRIA HOSPITALIZACION | | URGENTE |
| 21113 | SELLADORA DE BOLSAS | HAWO | HM 850DC | 412090/0206 | ESTERILIZACION HOSPITAL | | URGENTE |
| 21124 | SELLADORA DE BOLSAS | FAMOS | F103 | 302311 | ESTERILIZACION HOSPITAL | | URGENTE |
| 22101 | SELLADORA DE BOLSAS | SARSTEDT | MS 450 | 455033 | BANCO DE SANGRE | 26/06/2008 | URGENTE |
| 22145 | SELLADORA DE BOLSAS | TERUMO | AC155H | 9903009 | BANCO DE SANGRE | 11/05/1999 | URGENTE |
| 23222 | SELLADORA DE BOLSAS | SARSTEDT | MS 500M | M160178 | BANCO DE SANGRE | 24/05/2018 | URGENTE |
| 585 | SELLADORA TERM.BOLSAS COM | COMECTA | MODELO S-400 | SIN N/SERIE | FARMACIA | 16/05/2001 | URGENTE |
| 20410 | SERVIDOR DE TELEMETRIA | GENERAL ELECTRIC | APEXPRO | SAH05140736GA | U.HOSPIT. 2-A | | URGENTE |
| 21886 | SIERRA DE CORTE PARA AUTOPSIAS CON ASPIRACIÓN | SURGIPATH | CCS | 090914796 | A. PATOLÓGICA HOSPITAL | 12/06/2009 | URGENTE |
| 13067 | SILLON DIALISIS ELECTRICO | FRESENIUS | TOP X 220 | 8XCL2709 | DIAA | | NORMAL |
| 13076 | SILLON DIALISIS ELECTRICO | FRESENIUS | TOP X 220 | 8XCL2704 | DIAA | | NORMAL |
| 15702 | SILLON DIALISIS ELECTRICO | FRESENIUS | TOP X 220 | 10XCL1468 | DIAA | 03/06/2010 | NORMAL |
| 15706 | SILLON DIALISIS ELECTRICO | FRESENIUS | TOP X 220 | 10XCL0883 | DIAA | 03/06/2010 | NORMAL |
| 20923 | SILLON ELECTRICO | LIKAMED | TOP X 220 | 10XCL0883 | URG. OBST.-GINECOLOGICAS | | NORMAL |
| 20924 | SILLON ELECTRICO | LIKAMED | TOP X 220 | 8XCL3050 | URG. OBST.-GINECOLOGICAS | | NORMAL |
| 21527 | SILLON ELECTRICO | S/M | S/M | S/N | C. EXTERNAS HOSPITAL | | NORMAL |
| 21698 | SILLON ELECTRICO | MEDISA | GALICIA | S/N | PRUEBAS ESPECIALES ENDOSCOPIAS | 08/08/2001 | NORMAL |
| 22165 | SILLON ELECTRICO | LIKAMED | TOP X 220 | 8XCL2706 | DIALISIS HOSPITAL | | NORMAL |
| 22179 | SILLON ELECTRICO | LIKAMED | TOP X 220 | 3XCL0351 | DIALISIS HOSPITAL | 09/09/2003 | NORMAL |
| 22180 | SILLON ELECTRICO | LIKAMED | TOP X 220 | 10XCL1469 | DIALISIS HOSPITAL | 03/06/2010 | NORMAL |
| 22181 | SILLON ELECTRICO | LIKAMED | TOP X 220 | 8XCL2708 | DIALISIS HOSPITAL | | NORMAL |
| 22182 | SILLON ELECTRICO | LIKAMED | TOP X 220 | 10XCL0884 | DIALISIS HOSPITAL | 03/06/2010 | NORMAL |
| 22183 | SILLON ELECTRICO | LIKAMED | TOP X 220 | 8XCL2705 | DIALISIS HOSPITAL | | NORMAL |
| 22184 | SILLON ELECTRICO | LIKAMED | TOP X 220 | 8XCL2707 | DIALISIS HOSPITAL | | NORMAL |
| 22185 | SILLON ELECTRICO | LIKAMED | TOP X 220 | 3XCL0726 | DIALISIS HOSPITAL | 09/09/2003 | NORMAL |
| 22194 | SILLON ELECTRICO | LIKAMED | TOP X 220 | 3XCL0724 | DIALISIS HOSPITAL | 09/09/2003 | NORMAL |
| 22304 | SILLON ELECTRICO | LIKAMED | TOP X 220 | 3XCL0719 | DIALISIS HOSPITAL | 09/09/2003 | NORMAL |
| 22305 | SILLON ELECTRICO | LIKAMED | TOP X 220 | 3XCL0722 | DIALISIS HOSPITAL | 09/09/2003 | NORMAL |
| 22312 | SILLON ELECTRICO | LIKAMED | TOP X 220 | 10XCL0259 | DIALISIS HOSPITAL | 03/06/2010 | NORMAL |
| 22313 | SILLON ELECTRICO | LIKAMED | TOP X 220 | 10XCL0882 | DIALISIS HOSPITAL | 03/06/2010 | NORMAL |
| 22314 | SILLON ELECTRICO | LIKAMED | TOP X 220 | 10XCL0254 | DIALISIS HOSPITAL | 03/06/2010 | NORMAL |

ANEXO I .- PA 11-2021 INVENTARIO EQUIPOS ELECTROMÉDICOS HOSPITAL U. SEVERO OCHOA

| Código | Equipo | Marca | Modelo | Número Serie | Unidad | Fecha | Nivel |
|--------|---|-----------|-----------------|---------------|----------------------|------------|---------|
| 22315 | SILLON ELECTRICO | LIKAMED | TOP X 220 | 10XCL0253 | DIALISIS HOSPITAL | 03/06/2010 | NORMAL |
| 22316 | SILLON ELECTRICO | LIKAMED | TOP X 220 | 10XCL0258 | DIALISIS HOSPITAL | 03/06/2010 | NORMAL |
| 22317 | SILLON ELECTRICO | LIKAMED | TOP X 220 | 10XCL0255 | DIALISIS HOSPITAL | 03/06/2010 | NORMAL |
| 22323 | SILLON ELECTRICO | LIKAMED | TOP X 220 | 10XCL0289 | DIALISIS HOSPITAL | 03/06/2010 | NORMAL |
| 22324 | SILLON ELECTRICO | LIKAMED | TOP X 220 | 8XCL3051 | DIALISIS HOSPITAL | | NORMAL |
| 22325 | SILLON ELECTRICO | LIKAMED | TOP X 220 | 3XCL0723 | DIALISIS HOSPITAL | 09/09/2003 | NORMAL |
| 22326 | SILLON ELECTRICO | LIKAMED | TOP X 220 | 10XCL1470 | DIALISIS HOSPITAL | 03/06/2010 | NORMAL |
| 22409 | SILLON ELECTRICO | LIKAMED | TOP X 220 | 10XCL1468 | DIALISIS HOSPITAL | | NORMAL |
| 22410 | SILLON ELECTRICO | LIKAMED | TOP X 220 | 03XCL0720 | DIALISIS HOSPITAL | | NORMAL |
| 21454 | SILLON ELECTRICO ORL | FLEX | IMPERIAL M1-ARP | SIN N/SERIE | C. EXTERNAS HOSPITAL | 18/07/2000 | NORMAL |
| 21469 | SILLON ELECTRICO ORL | SAFETY | F1 | S/N | C. EXTERNAS HOSPITAL | | NORMAL |
| 21475 | SILLON ELECTRICO ORL | FLEX | IMPERIAL M1-ARP | S/N | C. EXTERNAS HOSPITAL | | NORMAL |
| 5755 | SILLON ORL ELECT.MERCURIO | MERCURIO | REF. CM-2520 | 88027 | OTORRINO CONSULTAS | 28/11/2000 | NORMAL |
| 5757 | SILLON ORL ELECT.MERCURIO | MERCURIO | REF. CM-2520 | SIN N/SERIE | OTORRINO CONSULTAS | 28/11/2000 | NORMAL |
| 5754 | SILLON ORL ELECTRIC.SIMED | SIMED | REF. V60.F1.ENT | 1010384 | OTORRINO CONSULTAS | 01/12/2000 | NORMAL |
| 21128 | SILLON ORL ELECTRICO | MASIA | MOD.237511 | SIN N/SERIE | URGENCIAS GENERALES | 03/10/2000 | NORMAL |
| 22884 | SILLONES ELEC DIALISIS | FRESENIUS | TOP X 220 | 3XCL0725 | DIAA | 09/09/2003 | NORMAL |
| 8592 | SILLONES ELEC DIALISIS | FRESENIUS | TOP X 220 | 3XCL0720 | DIAA | 09/09/2003 | NORMAL |
| 8593 | SILLONES ELEC DIALISIS | FRESENIUS | TOP X 220 | 3XCL0721 | DIAA | 09/09/2003 | NORMAL |
| 6890 | SILLONES ELECTRICO DIALIS | AKAELL | TRYOMAT | SIN N/SERIE | DIAA | 16/10/2002 | NORMAL |
| 6891 | SILLONES ELECTRICO DIALIS | AKAELL | TRYOMAT | SIN N/SERIE | DIAA | 16/10/2002 | NORMAL |
| 6892 | SILLONES ELECTRICO DIALIS | AKAELL | TRYOMAT | SIN N/SERIE | DIAA | 16/10/2002 | NORMAL |
| 6893 | SILLONES ELECTRICO DIALIS | AKAELL | TRYOMAT | SIN N/SERIE | DIAA | 16/10/2002 | NORMAL |
| 6894 | SILLONES ELECTRICO DIALIS | AKAELL | TRYOMAT | SIN N/SERIE | DIAA | 16/10/2002 | NORMAL |
| 6895 | SILLONES ELECTRICO DIALIS | AKAELL | TRYOMAT | SIN N/SERIE | DIAA | 23/10/2002 | NORMAL |
| 6896 | SILLONES ELECTRICO DIALIS | AKAELL | TRYOMAT | SIN N/SERIE | DIAA | 23/10/2002 | NORMAL |
| 6897 | SILLONES ELECTRICO DIALIS | AKAELL | TRYOMAT | SIN N/SERIE | DIAA | 23/10/2002 | NORMAL |
| 20049 | SISTEMA ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (SAI) | SALICRU | SPS.1000.SOHO+ | 232013808340 | FARMACIA | | URGENTE |
| 20417 | SISTEMA ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (SAI) | POWERWARE | 5115 | UW395A0013 | U.HOSPIT. 2-A | | URGENTE |
| 20567 | SISTEMA ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (SAI) | SALICRU | SPS.1000.SOHO+ | 232013807739 | FARMACIA | | URGENTE |
| 20614 | SISTEMA ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (SAI) | SALICRU | SPS.1000.SOHO+ | 232013807743 | FARMACIA | | URGENTE |
| 20721 | SISTEMA ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (SAI) | SALICRU | SPS.1000.SOHO+ | 2320138007742 | FARMACIA | | URGENTE |
| 21160 | SISTEMA ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (SAI) | SALICRU | SPS.1000.SOHO+ | 232014B04088 | FARMACIA | | URGENTE |
| 22272 | SISTEMA ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (SAI) | SALICRU | SPS.1000.SOHO+ | 232013807752 | FARMACIA | | URGENTE |

ANEXO I .- PA 11-2021 INVENTARIO EQUIPOS ELECTROMÉDICOS HOSPITAL U. SEVERO OCHOA

| Código | Equipo | Marca | Modelo | Número Serie | Unidad | Fecha | Nivel |
|----------|---|----------------|------------------------|------------------------|--------------------------------|------------|---------|
| 22274 | SISTEMA ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (SAI) | SALICRU | SPS.1000.SOHO+ | 232013C03903 | FARMACIA | | URGENTE |
| 22799 | SISTEMA ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (SAI) | SALICRU | SPS.1000.SOHO+ | | FARMACIA | | URGENTE |
| 21289 | SISTEMA AUTOMÁTICO DE GRABACIÓN Y ROTULACIÓN CD/DVD | CODONICS | VIRTUA E | 100C00144C | RADIOLOGÍA HOSPITAL | 20/01/2011 | URGENTE |
| 13051 | SISTEMA DE DISPENSACIÓN AUTOMÁTICA DE MEDICAMENTOS | | | | PRUEBAS ESPECIALES ENDOSCOPIAS | | URGENTE |
| 8209 | SISTEMA DE HOLTER EKG | DIAGNISCAN | H/X-Scribe | E30086/CNCX526611 | CARDIOLOGÍA CONSULTAS | 25/02/2003 | URGENTE |
| 11971 | SISTEMA DE REFORZO VISUAL AUDIOMETRÍA | INTERACOUSTICS | VRA201-2 | 661391 | OTORRINO CONSULTAS | 13/09/2007 | URGENTE |
| 20745 | LAMPARA QUIRURGICA | STERIS | HARMONY LED | 0435308053 | BLOQUE QUIRURGICO | | CRITICO |
| 20779 | LAMPARA QUIRURGICA | STERIS | HARMONY LED | 0410409036 | BLOQUE QUIRURGICO | | CRITICO |
| 21880 | SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA | TANDBERG DATA | EGDE 95 | 26A72690 | A. PATOLÓGICA HOSPITAL | 09/07/2009 | URGENTE |
| 2847 | SISTEMA ELECTROMIOGRAFIA | RUSCH MEDICA | UD 503 MMS | SIN N/SERIE | UROLOGÍA PRUEBAS ESPECIALES | 20/03/1997 | URGENTE |
| 2858 | SISTEMA ELECTROMIOGRAFIA | RUSCH MEDICA | UD 503 MMS | SIN N/SERIE | UROLOGÍA PRUEBAS ESPECIALES | 20/07/1999 | URGENTE |
| 4363 | SISTEMA MODULAR ANE.DATEx | DATEx-OHMEDA | S/5 | VARIOS | ANESTESIA | 19/12/2001 | URGENTE |
| 10573 | SISTEMA MONITORIZACIÓN CONTINUA DE GLUCOSA | MEDTRONIC | GUARDIAN-7610 | GR1003006U | ENDOCRINO CONSULTAS | 12/05/2006 | CRITICO |
| 10756 | SISTEMA N° CITACIÓN CONSULTA | | REF.5824001 | | CONSERJERIA M.A.L.G. | 20/07/2006 | URGENTE |
| 10757 | SISTEMA N° CITACIÓN CONSULTA | | REF. 5824001 | | CONSERJERIA M.A.L.G. | 20/07/2006 | URGENTE |
| 10758 | SISTEMA N° CITACIÓN CONSULTA | | REF. 5824 | | CONSERJERIA M.A.L.G. | 20/07/2006 | URGENTE |
| 3612 | SISTEMA N° CITACIÓN CONSULTA | SIN MARCA | SIN MODELO | SIN N/SERIE | LAB. HEMATOLOGÍA HOSPITAL | 21/04/1998 | URGENTE |
| 22137 | SISTEMA SECO DESCONGELACIÓN Y CALENTAMIENTO | TRANSMED | TRANSTHERM III | 97.8710.503 | BANCO DE SANGRE | | URGENTE |
| 17270-01 | SONDA ABDOMINAL PROBE | CONVEX | UST-9123 | V0014318 | GINECOLOGÍA CONSULTAS | 08/01/2016 | URGENTE |
| 14292 | SONDA CONVEX CH5-2 + SONDA ENDOVAGINAL EV9-4 | SIEMENS | PARA ECOGRAFO SONOLINE | | GINECOLOGÍA CONSULTAS | 03/07/2008 | URGENTE |
| 20910 | SONDA DE TEMPERATURA | TESTO | SAVERIS T2D | 02358236-PED URG FRIGO | URG. PEDIÁTRICAS | | URGENTE |
| 20986 | SONDA DE TEMPERATURA | TESTO | SAVERIS T2D | 02591315-FAR NEO NV | NEONATOLOGÍA | | URGENTE |
| 21090 | SONDA DE TEMPERATURA | TESTO | SAVERIS T2D | 02369349-FRIG FAR | PEDIATRÍA HOSPITALIZACIÓN | | URGENTE |
| 21091 | SONDA DE TEMPERATURA | TESTO | SAVERIS T2D | 02591338-FRIG MUES | PEDIATRÍA HOSPITALIZACIÓN | | URGENTE |
| 21141 | SONDA DE TEMPERATURA | TESTO | SAVERIS T1 | 60372652-URGE NEV 2 | URGENCIAS GENERALES | | URGENTE |
| 21159 | SONDA DE TEMPERATURA | TESTO | SAVERIS T3 | 00575329-URGE COMPU | URGENCIAS GENERALES | | URGENTE |
| 21701 | SONDA DE TEMPERATURA | TESTO | SAVERIS T2 | 02669295-BIO AUX 17 | BIOQUÍMICA HOSPITAL | | URGENTE |
| 21848 | SONDA DE TEMPERATURA | TESTO | SAVERIS T2D | 02116631-PED_CONS | C. EXTERNAS HOSPITAL | | URGENTE |
| 21899 | SONDA DE TEMPERATURA | TESTO | SAVERIS T2D | 01812815-AP ESTUFA IHQ | A. PATOLÓGICA HOSPITAL | | URGENTE |
| 21905 | SONDA DE TEMPERATURA | TESTO | SAVERIS T3D | 01675110-AP NEVERA IHQ | A. PATOLÓGICA HOSPITAL | | URGENTE |
| 21929 | SONDA DE TEMPERATURA | TESTO | SAVERIS T2D | 01812808-AP NEV CITO | A. PATOLÓGICA HOSPITAL | | URGENTE |
| 21938 | SONDA DE TEMPERATURA | TESTO | SAVERIS T3 | 02682086-MIC AUX 19 | MICROBIOLOGÍA HOSPITAL | | URGENTE |

ANEXO I .- PA 11-2021 INVENTARIO EQUIPOS ELECTROMÉDICOS HOSPITAL U. SEVERO OCHOA

| Código | Equipo | Marca | Modelo | Número Serie | Unidad | Fecha | Nivel |
|--------|----------------------|-------|-------------|-------------------------|------------------------|-------|---------|
| 21945 | SONDA DE TEMPERATURA | TESTO | SAVERIS T2 | 02669271-MIC AUX 25 | MICROBIOLOGIA HOSPITAL | | URGENTE |
| 21948 | SONDA DE TEMPERATURA | TESTO | SAVERIS T3 | 02648538-MIC AUX 164 | MICROBIOLOGIA HOSPITAL | | URGENTE |
| 21952 | SONDA DE TEMPERATURA | TESTO | SAVERIS T3 | 02682081-MIC AUX 110 | MICROBIOLOGIA HOSPITAL | | URGENTE |
| 21958 | SONDA DE TEMPERATURA | TESTO | SAVERIS T3 | 02648558-MIC AUX 23 | MICROBIOLOGIA HOSPITAL | | URGENTE |
| 21962 | SONDA DE TEMPERATURA | TESTO | SAVERIS T2 | 02669286-MIC AUX 120 | MICROBIOLOGIA HOSPITAL | | URGENTE |
| 21966 | SONDA DE TEMPERATURA | TESTO | SAVERIS T3 | 02682099-MIC AUX 055 | MICROBIOLOGIA HOSPITAL | | URGENTE |
| 21975 | SONDA DE TEMPERATURA | TESTO | SAVERIS T3 | 02682115-MIC AUX 064 | MICROBIOLOGIA HOSPITAL | | URGENTE |
| 21979 | SONDA DE TEMPERATURA | TESTO | SAVERIS T2 | 02669297-MIC AUX 179 | MICROBIOLOGIA HOSPITAL | | URGENTE |
| 21984 | SONDA DE TEMPERATURA | TESTO | SAVERIS T2 | 02669281-MIC AUX 047 | MICROBIOLOGIA HOSPITAL | | URGENTE |
| 21991 | SONDA DE TEMPERATURA | TESTO | SAVERIS T2 | 02652670-MIC AUX 075 | MICROBIOLOGIA HOSPITAL | | URGENTE |
| 21993 | SONDA DE TEMPERATURA | TESTO | SAVERIS T2 | 02669304-MIC AUX 026 | MICROBIOLOGIA HOSPITAL | | URGENTE |
| 21994 | SONDA DE TEMPERATURA | TESTO | SAVERIS PT | 02668322-MIC AUX 028 | MICROBIOLOGIA HOSPITAL | | URGENTE |
| 21995 | SONDA DE TEMPERATURA | TESTO | SAVERIS T2D | 02591325-MIC AUX AMB | MICROBIOLOGIA HOSPITAL | | URGENTE |
| 22001 | SONDA DE TEMPERATURA | TESTO | SAVERIS PT | 02668318-MIC AUX 045 | MICROBIOLOGIA HOSPITAL | | URGENTE |
| 22002 | SONDA DE TEMPERATURA | TESTO | SAVERIS T2 | 02669278-BIO AUX 16 | BIOQUIMICA HOSPITAL | | URGENTE |
| 22004 | SONDA DE TEMPERATURA | TESTO | SAVERIS T1 | 02667982-BIO AUX 1 | BIOQUIMICA HOSPITAL | | URGENTE |
| 22005 | SONDA DE TEMPERATURA | TESTO | SAVERIS PT | 02668312-MIC AUX 103 | MICROBIOLOGIA HOSPITAL | | URGENTE |
| 22007 | SONDA DE TEMPERATURA | TESTO | SAVERIS PT | 02668305-MIC AUX 033 | MICROBIOLOGIA HOSPITAL | | URGENTE |
| 22008 | SONDA DE TEMPERATURA | TESTO | SAVERIS T2 | 02669270-BIO AUX 274 | BIOQUIMICA HOSPITAL | | URGENTE |
| 22009 | SONDA DE TEMPERATURA | TESTO | SAVERIS PT | 02668302-MIC AUX 111 | MICROBIOLOGIA HOSPITAL | | URGENTE |
| 22010 | SONDA DE TEMPERATURA | TESTO | SAVERIS T2 | 02669291-BIO AUX 231 | BIOQUIMICA HOSPITAL | | URGENTE |
| 22011 | SONDA DE TEMPERATURA | TESTO | SAVERIS T3 | 02648526-MIC AUX 051 | MICROBIOLOGIA HOSPITAL | | URGENTE |
| 22012 | SONDA DE TEMPERATURA | TESTO | SAVERIS PT | 02668297-BIO AUX 9 | BIOQUIMICA HOSPITAL | | URGENTE |
| 22021 | SONDA DE TEMPERATURA | TESTO | SAVERIS T3 | 02682098-BIO AUX 267 | BIOQUIMICA HOSPITAL | | URGENTE |
| 22022 | SONDA DE TEMPERATURA | TESTO | SAVERIS T3 | 02682113-BIO AUX 6 | BIOQUIMICA HOSPITAL | | URGENTE |
| 22023 | SONDA DE TEMPERATURA | TESTO | SAVERIS PT | 02668282-BIO AUX 241 | BIOQUIMICA HOSPITAL | | URGENTE |
| 22040 | SONDA DE TEMPERATURA | TESTO | SAVERIS PT | 02668303-BIO AUX 12 | BIOQUIMICA HOSPITAL | | URGENTE |

ANEXO I .- PA 11-2021 INVENTARIO EQUIPOS ELECTROMÉDICOS HOSPITAL U. SEVERO OCHOA

| Código | Equipo | Marca | Modelo | Número Serie | Unidad | Fecha | Nivel |
|--------|----------------------|-------|-------------|-------------------------------|---------------------------|-------|---------|
| 22043 | SONDA DE TEMPERATURA | TESTO | SAVERIS PT | 02668304-BIO AUX 11 | BIOQUIMICA HOSPITAL | | URGENTE |
| 22045 | SONDA DE TEMPERATURA | TESTO | SAVERIS T3 | 02648496-BIO AUX 239 | BIOQUIMICA HOSPITAL | | URGENTE |
| 22048 | SONDA DE TEMPERATURA | TESTO | SAVERIS T3 | 02682106-BIO AUX 240 | BIOQUIMICA HOSPITAL | | URGENTE |
| 22049 | SONDA DE TEMPERATURA | TESTO | SAVERIS T3 | 02682103-BIO AUX 4 | BIOQUIMICA HOSPITAL | | URGENTE |
| 22098 | SONDA DE TEMPERATURA | TESTO | SAVERIS T2 | 02765576-HEM AUX 59 | LAB. HEMATOLOGIA HOSPITAL | | URGENTE |
| 22103 | SONDA DE TEMPERATURA | TESTO | SAVERIS T2 | 02702828-HEM AUX 22 | LAB. HEMATOLOGIA HOSPITAL | | URGENTE |
| 22104 | SONDA DE TEMPERATURA | TESTO | SAVERIS T2 | 01803251-BS CONG 7 | BANCO DE SANGRE | | URGENTE |
| 22105 | SONDA DE TEMPERATURA | TESTO | SAVERIS PT | 01818346-BS CONG 10 | BANCO DE SANGRE | | URGENTE |
| 22106 | SONDA DE TEMPERATURA | TESTO | SAVERIS T2D | 01803255-BS CONG 9 | BANCO DE SANGRE | | URGENTE |
| 22107 | SONDA DE TEMPERATURA | TESTO | SAVERIS PT | 01829369-BS CONG 12A | BANCO DE SANGRE | | URGENTE |
| 22118 | SONDA DE TEMPERATURA | TESTO | SAVERIS T2D | 01792922-BS INC PQ | BANCO DE SANGRE | | URGENTE |
| 22119 | SONDA DE TEMPERATURA | TESTO | SAVERIS T2D | 01812783-BS BÑPF | BANCO DE SANGRE | | URGENTE |
| 22127 | SONDA DE TEMPERATURA | TESTO | SAVERIS T2D | 01812835-BS NEVERA 3 | BANCO DE SANGRE | | URGENTE |
| 22128 | SONDA DE TEMPERATURA | TESTO | SAVERIS T2D | 01792933-BS NEVERA 1 | BANCO DE SANGRE | | URGENTE |
| 22129 | SONDA DE TEMPERATURA | TESTO | SAVERIS T2 | 01803254-BS FRIGO 13 | BANCO DE SANGRE | | URGENTE |
| 22136 | SONDA DE TEMPERATURA | TESTO | SAVERIS T2D | 01803274-BS BÑPX | BANCO DE SANGRE | | URGENTE |
| 22146 | SONDA DE TEMPERATURA | TESTO | SAVERIS T2D | 01812776-BS CONG 11 | BANCO DE SANGRE | | URGENTE |
| 22147 | SONDA DE TEMPERATURA | TESTO | SAVERIS T2D | 01803266-BS FRIGO 6 | BANCO DE SANGRE | | URGENTE |
| 22158 | SONDA DE TEMPERATURA | TESTO | SAVERIS PT | 02668301-BIO AUX 15 | BIOQUIMICA HOSPITAL | | URGENTE |
| 22159 | SONDA DE TEMPERATURA | TESTO | SAVERIS PT | 02668286-BIO AUX 14 | BIOQUIMICA HOSPITAL | | URGENTE |
| 22161 | SONDA DE TEMPERATURA | TESTO | SAVERIS PT | 02668300-MIC AUX 034 | MICROBIOLOGIA HOSPITAL | | URGENTE |
| 22162 | SONDA DE TEMPERATURA | TESTO | SAVERIS PTD | 02577291-MIC AUX 117 | MICROBIOLOGIA HOSPITAL | | URGENTE |
| 22163 | SONDA DE TEMPERATURA | TESTO | SAVERIS T1D | 61550144 | INFORMATICA | | URGENTE |
| 22268 | SONDA DE TEMPERATURA | TESTO | SAVERIS T1 | 01722804 Farmacia-AMB PEX S5 | FARMACIA | | URGENTE |
| 22269 | SONDA DE TEMPERATURA | TESTO | SAVERIS T1 | 01800329 Farmacia-NEV5 PEXS12 | FARMACIA | | URGENTE |
| 22270 | SONDA DE TEMPERATURA | TESTO | SAVERIS T1 | 01722789 Farmacia-EstupesS3 | FARMACIA | | URGENTE |
| 22275 | SONDA DE TEMPERATURA | TESTO | SAVERIS T1 | 01759203 Farmacia-AMB EC S8 | FARMACIA | | URGENTE |
| 22276 | SONDA DE TEMPERATURA | TESTO | SAVERIS T1 | 01722812 Farmacia AMB CIT S4 | FARMACIA | | URGENTE |
| 22277 | SONDA DE TEMPERATURA | TESTO | SAVERIS T1 | 01707249 Farmacia-NEV 2 EC S1 | FARMACIA | | URGENTE |
| 22278 | SONDA DE TEMPERATURA | TESTO | SAVERIS T1 | 01787900 Farmacia-AMB ALMS10 | FARMACIA | | URGENTE |

ANEXO I .- PA 11-2021 INVENTARIO EQUIPOS ELECTROMÉDICOS HOSPITAL U. SEVERO OCHOA

| Código | Equipo | Marca | Modelo | Número Serie | Unidad | Fecha | Nivel |
|--------|---|------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------|---------|
| 22281 | SONDA DE TEMPERATURA | TESTO | SAVERIS T1 | 01652310 Farmacia-AMB DIS S9 | FARMACIA | | URGENTE |
| 22282 | SONDA DE TEMPERATURA | TESTO | SAVERIS T3D | 01643682 Farmacia S11 | FARMACIA | | URGENTE |
| 22284 | SONDA DE TEMPERATURA | TESTO | SAVERIS T1 | 01800336 Farmacia-AMB LAB S6 | FARMACIA | | URGENTE |
| 22295 | SONDA DE TEMPERATURA | TESTO | SAVERIS Pt | 02668320-CONG-PAS | PEDIATRIA HOSPITALIZACION | | URGENTE |
| 22329 | SONDA DE TEMPERATURA | TESTO | SAVERIS H2E | 01714411 | INFORMATICA | | URGENTE |
| 22399 | SONDA DE TEMPERATURA | TESTO | SAVERIS PTD | 03385768 VACUNAS | MEDICINA PREVENTIVA | | URGENTE |
| 22402 | SONDA DE TEMPERATURA | TESTO | SAVERIS T2 | 02591275-MIC AUX 177 | MICROBIOLOGIA HOSPITAL | | URGENTE |
| 22407 | SONDA DE TEMPERATURA | TESTO | SAVERIS T2 | 02591284-PED FRIGO 4P | U.HOSPIT. 4-A | | URGENTE |
| 22414 | SONDA DE TEMPERATURA | TESTO | SAVERIS T2D | 01804986-AP NEV PCR | A. PATOLÓGICA HOSPITAL | | URGENTE |
| 22415 | SONDA DE TEMPERATURA | TESTO | SAVERIS T2D | 01792928-AP CONG PCR | A. PATOLÓGICA HOSPITAL | | URGENTE |
| 22490 | SONDA DE TEMPERATURA | TESTO | SAVERIS T2D | 02591331-FAR NEO NVP | NEONATOLOGIA | | URGENTE |
| 22491 | SONDA DE TEMPERATURA | TESTO | SAVERIS T2 | 02591332-FRIG BIBE | PEDIATRIA HOSPITALIZACION | | URGENTE |
| 22492 | SONDA DE TEMPERATURA | TESTO | SAVERIS T1 | 01707275 Farmacia-CAMARA S2 | FARMACIA | | URGENTE |
| 22494 | SONDA DE TEMPERATURA | TESTO | SAVERIS ptd | 01791557-AP CONG -80 | A. PATOLÓGICA HOSPITAL | | URGENTE |
| 22520 | SONDA DE TEMPERATURA | TESTO | SAVERIS T2D | 60557530-NEO CLDP | NEONATOLOGIA | 01/07/2016 | URGENTE |
| 22541 | SONDA DE TEMPERATURA | TESTO | SAVERIS T2D | 60635643-NEO CLDC | NEONATOLOGIA | | URGENTE |
| 22648 | SONDA DE TEMPERATURA | TESTO | SAVERIS T1E | 60769367 Farmacia-NEV EC et | FARMACIA | 30/09/2016 | URGENTE |
| 22649 | SONDA DE TEMPERATURA | TESTO | SAVERIS T1E | 60769366 Farmacia-NEV ONCO Et | FARMACIA | 30/09/2016 | URGENTE |
| 21963 | SONDA DE TEMPERATURA MIC-AUX-206 | TESTO | SAVERIS T3 | 02648518-MIC AUX 206 | MICROBIOLOGIA HOSPITAL | | URGENTE |
| 25403 | SONDA ECOCARDIOGRAFO | GENERAL ELECTRIC | 4Vc-D PROBE | 363653YP7 | CARDIOLOGIA CONSULTAS | 22/04/2020 | URGENTE |
| 25404 | SONDA ECOCARDIOGRAFO | GENERAL ELECTRIC | 6VT-D PROBE | 216779 | CARDIOLOGIA CONSULTAS | 22/05/2020 | URGENTE |
| 25417 | SONDA ECOCARDIOGRAFO | GENERAL ELECTRIC | 3SC-RS PHASED | 885799WX7 | PEDIATRIA CONSULTAS | 22/05/2020 | URGENTE |
| 25418 | SONDA ECOCARDIOGRAFO | GENERAL ELECTRIC | 62-RS PHASED ARRAY PROBE | 19225PD8 | PEDIATRIA CONSULTAS | 22/05/2020 | URGENTE |
| 25419 | SONDA ECOCARDIOGRAFO | GENERAL ELECTRIC | 12S-RS PHASED ARRAY PROBE | 190989PD4 | PEDIATRIA CONSULTAS | 22/05/2020 | URGENTE |
| 25421 | SONDA ECOCARDIOGRAFO | GENERAL ELECTRIC | ML6-15-RS MATRIX | 211604WP4 | ENDOCRINO CONSULTAS | 22/05/2020 | URGENTE |
| 14802 | SONDA ECOGRAFICA P/CIRUGIA ABIERTA PARA ECOGRAFO SONOSITE | SONOSITE | SLT 10-5 | 03F7VZ | CIRUGÍA VASCULAR CONSULTAS | 14/05/2009 | URGENTE |
| 12402 | SONDA ECOGRAFO | SIEMENS | | SN13780R | PRUEBAS ESPECIALES ENDOSCOPIAS | | URGENTE |
| 20596 | SONDA ECOGRAFO | SONOSITE | P05482-10 | 036TDQ | REANIMACION | 18/01/2016 | URGENTE |
| 20624 | SONDA ECOGRAFO | SIEMENS | 7472660 (L10-5) | AL31645 | MEDICINA INTENSIVA (SERVICIO) | 26/11/2003 | URGENTE |
| 20667 | SONDA ECOGRAFO | SIEMENS | 7V3C | 92802061 | HEMODINÁMICA | | URGENTE |
| 20668 | SONDA ECOGRAFO | SIEMENS | 4V1C | 83139312 | HEMODINÁMICA | | URGENTE |
| 20669 | SONDA ECOGRAFO | SIEMENS | 2MHZ | 92003024 | HEMODINÁMICA | | URGENTE |

ANEXO I .- PA 11-2021 INVENTARIO EQUIPOS ELECTROMÉDICOS HOSPITAL U. SEVERO OCHOA

| Código | Equipo | Marca | Modelo | Número Serie | Unidad | Fecha | Nivel |
|--------|----------------|------------------|------------------------|--------------|-----------------------------------|------------|---------|
| 20673 | SONDA ECOGRAFO | GENERAL ELECTRIC | 3S | 33050PD6 | HEMODINÁMICA | 10/01/2007 | URGENTE |
| 20960 | SONDA ECOGRAFO | TOSHIBA | PVM651VT | TDA10Y6411 | URG. OBST.-GINECOLOGICAS | | URGENTE |
| 20961 | SONDA ECOGRAFO | TOSHIBA | PVM-375AT | D3594796 | URG. OBST.-GINECOLOGICAS | | URGENTE |
| 20966 | SONDA ECOGRAFO | TOSHIBA | PVT-674BT | 99B1834004 | PARITORIO | | URGENTE |
| 20967 | SONDA ECOGRAFO | TOSHIBA | PVT-781VT | FSA14Z4472 | PARITORIO | | URGENTE |
| 20968 | SONDA ECOGRAFO | TOSHIBA | PVT-675MVL | AEA1482163 | PARITORIO | | URGENTE |
| 21230 | SONDA ECOGRAFO | HITACHI ALOKA | UST-9123 | 20557953 | URGENCIAS GENERALES | | URGENTE |
| 21231 | SONDA ECOGRAFO | HITACHI ALOKA | UST-5413 | X00A6833 | URGENCIAS GENERALES | | URGENTE |
| 21250 | SONDA ECOGRAFO | SIEMENS | VF10-5 (REF: 04839473) | 45147048 | MEDICINA INTENSIVA (SERVICIO) | | URGENTE |
| 21251 | SONDA ECOGRAFO | SIEMENS | P10-4 (REF: 07472272) | P10C043942 | MEDICINA INTENSIVA (SERVICIO) | | URGENTE |
| 21252 | SONDA ECOGRAFO | SIEMENS | CH4-1 (REF: 07472256) | 24540094 | MEDICINA INTENSIVA (SERVICIO) | | URGENTE |
| 21343 | SONDA ECOGRAFO | PHILIPS | L12-3 | B1482Q | RADIOLOGIA HOSPITAL | 06/11/2015 | URGENTE |
| 21344 | SONDA ECOGRAFO | PHILIPS | C5-2 | 02H8PX | RADIOLOGIA HOSPITAL | | URGENTE |
| 21345 | SONDA ECOGRAFO | PHILIPS | C9-4 | 02PZK8 | RADIOLOGIA HOSPITAL | | URGENTE |
| 21346 | SONDA ECOGRAFO | PHILIPS | L15-7IO | 02ZCHX | RADIOLOGIA HOSPITAL | | URGENTE |
| 21348 | SONDA ECOGRAFO | PHILIPS | L12-3 | 02MFRH | RADIOLOGIA HOSPITAL | | URGENTE |
| 21349 | SONDA ECOGRAFO | PHILIPS | C5-2 | 02MNWY | RADIOLOGIA HOSPITAL | | URGENTE |
| 21351 | SONDA ECOGRAFO | PHILIPS | L12-3 | B147TY | RADIOLOGIA HOSPITAL | | URGENTE |
| 21373 | SONDA ECOGRAFO | TOSHIBA | PVT-375BT | FDA1793612 | RADIOLOGIA HOSPITAL | 01/01/2015 | URGENTE |
| 21375 | SONDA ECOGRAFO | TOSHIBA | PVT-375BT | FSA11Z3164 | RADIOLOGIA HOSPITAL | | URGENTE |
| 21376 | SONDA ECOGRAFO | TOSHIBA | PVT-712BT | 99A14X4146 | RADIOLOGIA HOSPITAL | | URGENTE |
| 21426 | SONDA ECOGRAFO | HITACHI ALOKA | UST-9123 | X00A1568 | C. EXTERNAS HOSPITAL | | URGENTE |
| 21427 | SONDA ECOGRAFO | HITACHI ALOKA | UST-5413 | X00A6932 | C. EXTERNAS HOSPITAL | | URGENTE |
| 21533 | SONDA ECOGRAFO | SIEMENS | VF13-5 | F13C063046 | C. EXTERNAS M.A.L.G. | | URGENTE |
| 21538 | SONDA ECOGRAFO | HITACHI MEDICAL | EUP-L74M | G3W0297314D | C. EXTERNAS HOSPITAL | | URGENTE |
| 21539 | SONDA ECOGRAFO | HITACHI MEDICAL | EUP-L75 | KE15121206A | C. EXTERNAS HOSPITAL | | URGENTE |
| 21582 | SONDA ECOGRAFO | GENERAL ELECTRIC | 3S | 554693WX2 | CARDIOLOGIA M.A.L.G. | 09/11/2005 | URGENTE |
| 21584 | SONDA ECOGRAFO | GENERAL ELECTRIC | M5S-D | 000009128 | C. EXTERNAS HOSPITAL | | URGENTE |
| 21585 | SONDA ECOGRAFO | GENERAL ELECTRIC | 4V-D | 128968PD5 | C. EXTERNAS HOSPITAL | | URGENTE |
| 21587 | SONDA ECOGRAFO | GENERAL ELECTRIC | 6T | 93467 | C. EXTERNAS HOSPITAL | | URGENTE |
| 21588 | SONDA ECOGRAFO | GENERAL ELECTRIC | 7L | 135165WP9 | C. EXTERNAS HOSPITAL | | URGENTE |
| 21591 | SONDA ECOGRAFO | GENERAL ELECTRIC | M4S | 169728YP3 | C. EXTERNAS HOSPITAL | | URGENTE |
| 21596 | SONDA ECOGRAFO | HITACHI MEDICAL | EUP-C715 | G3W0141514D | C. EXTERNAS HOSPITAL | | URGENTE |
| 21597 | SONDA ECOGRAFO | HITACHI MEDICAL | EUP-L74M | G3W0296214D | C. EXTERNAS HOSPITAL | | URGENTE |
| 21656 | SONDA ECOGRAFO | ESAOTE | SL3116 | 11515049 | DERMATOLOGIA M.A.L.G. | | URGENTE |
| 21664 | SONDA ECOGRAFO | GENERAL ELECTRIC | M12L | 1069573YM2 | C. EXTERNAS HOSPITAL | | URGENTE |
| 21665 | SONDA ECOGRAFO | GENERAL ELECTRIC | 4D16L | 57870KR8 | C. EXTERNAS HOSPITAL | | URGENTE |
| 21673 | SONDA ECOGRAFO | HITACHI MEDICAL | EUP-0514 | KE11764732G | PRUEBAS ESPECIALES ENDOSCOPIAS | | URGENTE |

ANEXO I .- PA 11-2021 INVENTARIO EQUIPOS ELECTROMÉDICOS HOSPITAL U. SEVERO OCHOA

| Código | Equipo | Marca | Modelo | Número Serie | Unidad | Fecha | Nivel |
|----------|-------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------------|------------|---------|
| 21681 | SONDA ECOGRAFO | SIEMENS | 3.5C40S | 61139 | PRUEBAS ESPECIALES ENDOSCOPIAS | 28/07/2000 | URGENTE |
| 21682 | SONDA ECOGRAFO | SIEMENS | 6.5EV13S | XA96615 | PRUEBAS ESPECIALES ENDOSCOPIAS | 28/07/2000 | URGENTE |
| 21859 | SONDA ECOGRAFO | GENERAL ELECTRIC | RIC5-9W | 127275KR6 | C. EXTERNAS HOSPITAL | | URGENTE |
| 21860 | SONDA ECOGRAFO | GENERAL ELECTRIC | RAB4-8L | 88244KR9 | C. EXTERNAS HOSPITAL | | URGENTE |
| 22359 | SONDA ECOGRAFO | SIEMENS | CH4-1 | 3199622 | RADIOLOGIA M.A.L.G | | URGENTE |
| 22360 | SONDA ECOGRAFO | SIEMENS | VF10-5 | SF105014388 | RADIOLOGIA M.A.L.G | | URGENTE |
| 22367 | SONDA ECOGRAFO | SAMSUNG MEDISON | C3-7EP | B029200000100070 | GINECOLOGIA M.A.L.G. | 10/06/2010 | URGENTE |
| 22368 | SONDA ECOGRAFO | SAMSUNG MEDISON | NEV4-9ES | B02900310001996 | GINECOLOGIA M.A.L.G. | 10/06/2010 | URGENTE |
| 22372 | SONDA ECOGRAFO | SAMSUNG MEDISON | C3-7EP | B04920000100021 | GINECOLOGIA M.A.L.G. | 10/06/2010 | URGENTE |
| 22373 | SONDA ECOGRAFO | SAMSUNG MEDISON | NEV4-9ES | B01900310001926 | GINECOLOGIA M.A.L.G. | 10/06/2010 | URGENTE |
| 22377 | SONDA ECOGRAFO | TOSHIBA | PVM-651VT | TDA11Y2011 | GINECOLOGIA M.A.L.G. | | URGENTE |
| 22378 | SONDA ECOGRAFO | TOSHIBA | PLM-805AT | TDA11Y3811 | GINECOLOGIA M.A.L.G. | | URGENTE |
| 22404 | SONDA ECOGRAFO | GENERAL ELECTRIC | C364 (REF: 2358066) | 22704YP1 | GINECOLOGIA M.A.L.G. | | URGENTE |
| 22405 | SONDA ECOGRAFO | GENERAL ELECTRIC | E721 (REF: P9607FB) | 537295YM8 | GINECOLOGIA M.A.L.G. | | URGENTE |
| 22420 | SONDA ECOGRAFO | GENERAL ELECTRIC | E721 (REF: 2301956) | 884504YM2 | OBSTETRICIA M.A.L.G. | 15/10/2002 | URGENTE |
| 22421 | SONDA ECOGRAFO | GENERAL ELECTRIC | C364 (REF: 2358066) | 80949YP1 | OBSTETRICIA M.A.L.G. | | URGENTE |
| 22430 | SONDA ECOGRAFO | HITACHI ALOKA | UST-9123 (REF: 40768000) | V0014318 | OBSTETRICIA M.A.L.G. | | URGENTE |
| 22431 | SONDA ECOGRAFO | HITACHI ALOKA | UST-9124 | 204C7522 | OBSTETRICIA M.A.L.G. | | URGENTE |
| 22457 | SONDA ECOGRAFO | SIEMENS | 7.5L45S (4529264-L0850) | XG80720 | REUMATOLOGIA M.A.L.G. | | URGENTE |
| 22510 | SONDA ECOGRAFO | TOSHIBA | PLT-805AT | 99A0914929 | RADIOLOGIA HOSPITAL | 01/01/2015 | URGENTE |
| 22535 | SONDA ECOGRAFO | HITACHI ALOKA | UST-9123 | G3047390 | BLOQUE QUIRURGICO | | URGENTE |
| 22536 | SONDA ECOGRAFO | HITACHI ALOKA | UST-5413 | G3017826 | BLOQUE QUIRURGICO | | URGENTE |
| 22842 | SONDA ECOGRAFO | TOSHIBA | PVT-375BT | FDA1716099 | RADIOLOGIA HOSPITAL | 16/04/2017 | URGENTE |
| 22843 | SONDA ECOGRAFO | TOSHIBA | PLT-704BT | MAB16Z2870 | RADIOLOGIA HOSPITAL | 16/04/2017 | URGENTE |
| 23220 | SONDA ECOGRAFO | TOSHIBA | PVT-375BT | 99A0914929 | RADIOLOGIA HOSPITAL | | URGENTE |
| 25265 | SONDA ECOGRAFO | SAMSUNG | LA3-16AD | K0HAM3GKA00226R | RADIOLOGIA M.A.L.G | 28/11/2018 | URGENTE |
| 25266 | SONDA ECOGRAFO | SAMSUNG | CA2-8AD | K0J5M3GK800167E | RADIOLOGIA M.A.L.G | 28/11/2018 | URGENTE |
| 20875 | SONDA ECOGRAFO 3.5MHZ | SIEMENS | 4529314-L0850 | XA10139 | PARITORIO | 01/01/1996 | URGENTE |
| 20876 | SONDA ECOGRAFO 7.5MHZ | SIEMENS | 4529264-L0850 | XG01015 | PARITORIO | 01/01/1996 | URGENTE |
| 25829 | SONDA ECOGRAFO BOLSILLO | PHILIPS | SONDA LINEAL L-12-4 | F00MLY | M.INTERNA HOSPITALIZACION | 16/11/2020 | URGENTE |
| 25830 | SONDA ECOGRAFO BOLSILLO | PHILIPS | SONDA SECTORIAL S-4-1 | | M.INTERNA HOSPITALIZACION | 16/11/2020 | URGENTE |
| 25629 | SONDA ECOGRAFO PORTATIL | PHILIPS | SONDA LINEAL | | M.INTERNA HOSPITALIZACION | 16/11/2020 | URGENTE |
| 25630 | SONDA ECOGRAFO PORTATIL | PHILIPS | SONDA CONVEX | | M.INTERNA HOSPITALIZACION | 16/11/2020 | URGENTE |
| 21270-02 | SONDA ENDOCAVITARIA | CONVEX | UST-9124 | 204C7522 | GINECOLOGIA CONSULTAS | 08/01/2016 | URGENTE |
| 24146 | SONDA L38e/10-5 MHz | SONOSITE | P12742-70 | 0356 CF | BLOQUE QUIRURGICO | 15/11/2005 | URGENTE |
| 3875 | SONDA LINEAL PLB 508 M | TOSHIBA MEDICAL SIS. | PLB-508M | SIN N/SERIE | URG. OBST.-GINECOLOGICAS | 01/01/1992 | URGENTE |
| 3830-02 | SONDA P/DETECTOR FETAL | SONICAID-OXFORD | MODELO 421 | SE2284 | URG. OBST.-GINECOLOGICAS | 22/06/2001 | URGENTE |
| 5872-02 | SONDA P/DETECTOR FETAL | SONICAID-OXFORD | MODELO 421 | SF3036 | URG. OBST.-GINECOLOGICAS | 07/08/2002 | URGENTE |

ANEXO I .- PA 11-2021 INVENTARIO EQUIPOS ELECTROMÉDICOS HOSPITAL U. SEVERO OCHOA

| Código | Equipo | Marca | Modelo | Número Serie | Unidad | Fecha | Nivel |
|---------|--------------------------|------------------|------------------------|-----------------|------------------------------------|------------|---------|
| 5873-02 | SONDA P/DETECTOR FETAL | SONICAID-OXFORD | MODELO 421 | SF3044 | URG. OBST.-GINECOLOGICAS | 07/08/2002 | URGENTE |
| 5874-02 | SONDA P/DETECTOR FETAL | SONICAID-OXFORD | MODELO 421 | SF2999 | OBSTETRICIA M.A.L.G. | 31/07/2002 | URGENTE |
| 14278 | SONDA PARA ECOGRAFO | VARIOS | VARIOS | 11774707 | CIRUGÍA QUIRÓFANO | 19/06/2008 | URGENTE |
| 21106 | SONDA PARA ECOGRAFO | GENERAL ELECTRIC | 3S SECTOR | 49690VX1 | PEDIATRIA HOSPITALIZACION | 28/05/2007 | URGENTE |
| 21107 | SONDA PARA ECOGRAFO | GENERAL ELECTRIC | 7S | 144090PD8 | PEDIATRIA HOSPITALIZACION | | URGENTE |
| 24222 | SONDA PARA ECOGRAFO | CONVEX | CONVEX 9.0 - 5.0 MHZ | SN205X3628 | DIGESTIVO ENDOSCOPIAS | | URGENTE |
| 24308 | SONDA PARA ECOGRAFO | SAMSUNG | LA3-12A | KORZM3GNB00029L | RADIOLOGIA HOSPITAL | 08/07/2019 | URGENTE |
| 24309 | SONDA PARA ECOGRAFO | SAMSUNG | LA2-9A | K0EKM3GM100027X | RADIOLOGIA HOSPITAL | 08/07/2019 | URGENTE |
| 24310 | SONDA PARA ECOGRAFO | SAMSUNG | LA4-18B | KOK8M3GM2000134 | RADIOLOGIA HOSPITAL | 08/07/2019 | URGENTE |
| 24313 | SONDA PARA ECOGRAFO | SAMSUNG | CA1-7A | K0LJM3GM100166F | RADIOLOGIA HOSPITAL | 08/07/2019 | URGENTE |
| 24424 | SONDA PARA ECOGRAFO | SONOSITE | L38XI | 04QZCX | MEDICINA INTENSIVA (SERVICIO) | 30/03/2020 | URGENTE |
| 25004 | SONDA PARA ECOGRAFO | SONOSITE | L38X1 | 04RGLL | MEDICINA INTENSIVA (SERVICIO) | 30/03/2020 | URGENTE |
| 22554 | SONDA PARA FIBROSCAM | ECHOSENS | M+ | 70232 | DIGESTIVO CONSULTAS | 25/02/2015 | URGENTE |
| 6092-03 | SONDA VAGINAL E 721 | GENERAL ELECTRIC | E 721 | 884504YM2 | GINECOLOGIA CONSULTAS | 15/10/2002 | URGENTE |
| 8267 | SONOMETRO DIGITAL LUTRON | LUTRON | SL-4001 | W.A51410 | PREVENCION DE RIESGOS LABORALES | 16/04/2003 | URGENTE |
| 13068 | SONOMETRO/DOSIMETRO | CASELLA | CEL 420 | 1291968 | PREVENCION DE RIESGOS LABORALES | 15/12/1999 | URGENTE |
| 21292 | TELEMANDO | SIEMENS | ICONOS R200 | 2077 | RADIOLOGIA HOSPITAL | | URGENTE |
| 22330 | TELEMANDO | SIEMENS | ICONOS R200 | 1627 | RADIOLOGIA M.A.L.G | 27/09/2005 | URGENTE |
| 22823 | TELEMETRIA | GENERAL ELECTRIC | CARESCAPE T4 | SFY18240032SA | U.HOSPIT. 2-A | 31/05/2018 | CRITICO |
| 20420 | TELEMETRIA | GENERAL ELECTRIC | CARESCAPE T4 | SFY13412572GA | U.HOSPIT. 2-A | | CRITICO |
| 20421 | TELEMETRIA | GENERAL ELECTRIC | CARESCAPE TELEMETRY T4 | SFY18120017SA | U.HOSPIT. 2-A | | CRITICO |
| 20422 | TELEMETRIA | GENERAL ELECTRIC | CARESCAPE T4 | SFY15294628GA | U.HOSPIT. 2-A | 28/12/2015 | CRITICO |
| 20423 | TELEMETRIA | GENERAL ELECTRIC | APEXPRO | RAM10035101GA | U.HOSPIT. 2-A | 25/02/2010 | CRITICO |
| 20424 | TELEMETRIA | GENERAL ELECTRIC | CARESCAPE TELEMETRY T4 | SFY18120013SA | U.HOSPIT. 2-A | | CRITICO |
| 20425 | TELEMETRIA | GENERAL ELECTRIC | CARESCAPE T4 | SFY183501001SA | U.HOSPIT. 2-A | | CRITICO |
| 20426 | TELEMETRIA | GENERAL ELECTRIC | APEXPRO | SFY16460081SA | U.HOSPIT. 2-A | | CRITICO |
| 20427 | TELEMETRIA | GENERAL ELECTRIC | APEXPRO | SFY171300315A | U.HOSPIT. 2-A | 10/08/2017 | CRITICO |
| 20428 | TELEMETRIA | GENERAL ELECTRIC | CARESCAPE T4 | SFY15294831GA | U.HOSPIT. 2-A | | CRITICO |
| 20430 | TELEMETRIA | GENERAL ELECTRIC | CARESCAPE T4 | SFY14253319GA | U.HOSPIT. 2-A | 24/09/2014 | CRITICO |
| 20432 | TELEMETRIA | GENERAL ELECTRIC | CARESCAPE TELEMETRY T4 | SYF13051871GA | U.HOSPIT. 2-A | | CRITICO |
| 21493 | TELEMETRIA | GENERAL ELECTRIC | CARESCAPE TELEMETRY T4 | SFY15454970GA | U.HOSPIT. 2-A | 22/12/2015 | CRITICO |
| 21744 | TELEMETRIA | ERGOLINE | ERS.2 | 2016201088 | REHABILITACION HOSPITAL | | CRITICO |
| 21745 | TELEMETRIA | ERGOLINE | ERS.2 | 2016201085 | REHABILITACION HOSPITAL | | CRITICO |
| 21746 | TELEMETRIA | ERGOLINE | ERS.2 | 2016201089 | REHABILITACION HOSPITAL | | CRITICO |
| 21747 | TELEMETRIA | ERGOLINE | ERS.2 | 2016201090 | REHABILITACION HOSPITAL | | CRITICO |
| 21748 | TELEMETRIA | ERGOLINE | ERS.2 | 2016201087 | REHABILITACION HOSPITAL | | CRITICO |
| 21749 | TELEMETRIA | ERGOLINE | ERS.2 | 2016201086 | REHABILITACION HOSPITAL | | CRITICO |
| 21750 | TELEMETRIA | ERGOLINE | ERS.2 | 2016200027 | REHABILITACION HOSPITAL | | CRITICO |

ANEXO I .- PA 11-2021 INVENTARIO EQUIPOS ELECTROMÉDICOS HOSPITAL U. SEVERO OCHOA

| Código | Equipo | Marca | Modelo | Número Serie | Unidad | Fecha | Nivel |
|--------|--------------------------|------------------|--------------|---------------|-------------------------|------------|---------|
| 21751 | TELEMETRIA | ERGOLINE | ERS.2 | 2016200028 | REHABILITACION HOSPITAL | | CRITICO |
| 23226 | TELEMETRIA | GENERAL ELECTRIC | CARESCAPE T4 | SFY18410031SA | U.HOSPIT. 2-A | 31/05/2018 | CRITICO |
| 23227 | TELEMETRIA | GENERAL ELECTRIC | CARESCAPE T4 | SFY18240032SA | U.HOSPIT. 2-A | 31/05/2018 | CRITICO |
| 23228 | TELEMETRIA | GENERAL ELECTRIC | CARESCAPE T4 | SFY18250008SA | U.HOSPIT. 2-A | 31/05/2018 | CRITICO |
| 23229 | TELEMETRIA | GENERAL ELECTRIC | CARESCAPE T4 | SFY18250009A | U.HOSPIT. 2-A | 31/05/2018 | CRITICO |
| 24298 | TELEMETRIA CABLE DE RED | CUSTOM | GRIDCONNECT | GC-NET 2 | PEDIATRIA CONSULTAS | 04/12/2019 | CRITICO |
| 9112 | TENS PORTAT.CARDIVA EPIX | CARDIVA | EPIX LT | 9503315 | UNIDAD DEL DOLOR | 10/11/2004 | URGENTE |
| 9113 | TENS PORTAT.CARDIVA EPIX | CARDIVA | EPIX LT | 9503316 | UNIDAD DEL DOLOR | 10/11/2004 | URGENTE |
| 9114 | TENS PORTAT.CARDIVA EPIX | CARDIVA | EPIX LT | 9503317 | UNIDAD DEL DOLOR | 10/11/2004 | URGENTE |
| 9115 | TENS PORTAT.CARDIVA EPIX | CARDIVA | EPIX LT | 9503318 | UNIDAD DEL DOLOR | 10/11/2004 | URGENTE |
| 14167 | TENS PORTATIL | APEX MEDICAL | DIGISTIM | B079700/10 | UNIDAD DEL DOLOR | 15/11/2007 | URGENTE |
| 14168 | TENS PORTATIL | APEX MEDICAL | DIGISTIM | B079699/10 | UNIDAD DEL DOLOR | 15/11/2007 | URGENTE |
| 14169 | TENS PORTATIL | APEX MEDICAL | DIGISTIM | B079689/10 | UNIDAD DEL DOLOR | 15/11/2007 | URGENTE |
| 14170 | TENS PORTATIL | APEX MEDICAL | DIGISTIM | B079698/10 | UNIDAD DEL DOLOR | 15/11/2007 | URGENTE |
| 14171 | TENS PORTATIL | APEX MEDICAL | DIGISTIM | B079685/10 | UNIDAD DEL DOLOR | 15/11/2007 | URGENTE |
| 14172 | TENS PORTATIL | APEX MEDICAL | DIGISTIM | B079682/10 | UNIDAD DEL DOLOR | 15/11/2007 | URGENTE |
| 14173 | TENS PORTATIL | APEX MEDICAL | DIGISTIM | B079687/10 | UNIDAD DEL DOLOR | 15/11/2007 | URGENTE |
| 14174 | TENS PORTATIL | APEX MEDICAL | DIGISTIM | B079684/10 | UNIDAD DEL DOLOR | 15/11/2007 | URGENTE |
| 14175 | TENS PORTATIL | APEX MEDICAL | DIGISTIM | B079697/10 | UNIDAD DEL DOLOR | 15/11/2007 | URGENTE |
| 14176 | TENS PORTATIL | APEX MEDICAL | DIGISTIM | B079686/10 | UNIDAD DEL DOLOR | 15/11/2007 | URGENTE |
| 14177 | TENS PORTATIL | APEX MEDICAL | DIGISTIM | B079683/10 | UNIDAD DEL DOLOR | 15/11/2007 | URGENTE |
| 14178 | TENS PORTATIL | APEX MEDICAL | DIGISTIM | B079690/10 | UNIDAD DEL DOLOR | 15/11/2007 | URGENTE |
| 14179 | TENS PORTATIL | APEX MEDICAL | DIGISTIM | B079741/10 | UNIDAD DEL DOLOR | 15/11/2007 | URGENTE |
| 14180 | TENS PORTATIL | APEX MEDICAL | DIGISTIM | B079688/10 | UNIDAD DEL DOLOR | 15/11/2007 | URGENTE |
| 14181 | TENS PORTATIL | APEX MEDICAL | DIGISTIM | B079692/10 | UNIDAD DEL DOLOR | 15/11/2007 | URGENTE |
| 14182 | TENS PORTATIL | APEX MEDICAL | DIGISTIM | B079695/10 | UNIDAD DEL DOLOR | 15/11/2007 | URGENTE |
| 14183 | TENS PORTATIL | APEX MEDICAL | DIGISTIM | B079691/10 | UNIDAD DEL DOLOR | 15/11/2007 | URGENTE |
| 14184 | TENS PORTATIL | APEX MEDICAL | DIGISTIM | B079694/10 | UNIDAD DEL DOLOR | 15/11/2007 | URGENTE |
| 14185 | TENS PORTATIL | APEX MEDICAL | DIGISTIM | B079696/10 | UNIDAD DEL DOLOR | 15/11/2007 | URGENTE |
| 14186 | TENS PORTATIL | APEX MEDICAL | DIGISTIM | B079693/10 | UNIDAD DEL DOLOR | 15/11/2007 | URGENTE |
| 14943 | TENS PORTATIL | APEX MEDICAL | DIGISTIM | B420273 | UNIDAD DEL DOLOR | 27/08/2009 | URGENTE |
| 14944 | TENS PORTATIL | APEX MEDICAL | DIGISTIM | B420274 | UNIDAD DEL DOLOR | 27/08/2009 | URGENTE |
| 14945 | TENS PORTATIL | APEX MEDICAL | DIGISTIM | B420275 | UNIDAD DEL DOLOR | 27/08/2009 | URGENTE |
| 14946 | TENS PORTATIL | APEX MEDICAL | DIGISTIM | B420276 | UNIDAD DEL DOLOR | 27/08/2009 | URGENTE |
| 14947 | TENS PORTATIL | APEX MEDICAL | DIGISTIM | B420277 | UNIDAD DEL DOLOR | 27/08/2009 | URGENTE |
| 14948 | TENS PORTATIL | APEX MEDICAL | DIGISTIM | B420279 | UNIDAD DEL DOLOR | 27/08/2009 | URGENTE |
| 14949 | TENS PORTATIL | APEX MEDICAL | DIGISTIM | B420280 | UNIDAD DEL DOLOR | 27/08/2009 | URGENTE |
| 14950 | TENS PORTATIL | APEX MEDICAL | DIGISTIM | B420301 | UNIDAD DEL DOLOR | 27/08/2009 | URGENTE |
| 14951 | TENS PORTATIL | APEX MEDICAL | DIGISTIM | B420302 | UNIDAD DEL DOLOR | 27/08/2009 | URGENTE |

ANEXO I .- PA 11-2021 INVENTARIO EQUIPOS ELECTROMÉDICOS HOSPITAL U. SEVERO OCHOA

| Código | Equipo | Marca | Modelo | Número Serie | Unidad | Fecha | Nivel |
|--------|--|--------------|-----------------------|--------------|------------------|------------|---------|
| 14952 | TENS PORTATIL | APEX MEDICAL | DIGISTIM | B420303 | UNIDAD DEL DOLOR | 27/08/2009 | URGENTE |
| 15277 | TENS PORTATIL | APEX MEDICAL | DIGISTIM REF. 0301003 | 09-088651 | UNIDAD DEL DOLOR | 13/05/2010 | URGENTE |
| 15278 | TENS PORTATIL | APEX MEDICAL | DIGISTIM REF. 0301003 | 09-088652 | UNIDAD DEL DOLOR | 13/05/2010 | URGENTE |
| 15279 | TENS PORTATIL | APEX MEDICAL | DIGISTIM REF. 0301003 | 09-088653 | UNIDAD DEL DOLOR | 13/05/2010 | URGENTE |
| 15280 | TENS PORTATIL | APEX MEDICAL | DIGISTIM REF. 0301003 | B420298 | UNIDAD DEL DOLOR | 13/05/2010 | URGENTE |
| 15281 | TENS PORTATIL | APEX MEDICAL | DIGISTIM REF. 0301003 | B420299 | UNIDAD DEL DOLOR | 13/05/2010 | URGENTE |
| 16070 | TENS PORTATIL | EMPI | REF. 2527116 | 477 | UNIDAD DEL DOLOR | 21/04/2011 | URGENTE |
| 16071 | TENS PORTATIL | EMPI | REF. 2527116 | 478 | UNIDAD DEL DOLOR | 21/04/2011 | URGENTE |
| 16072 | TENS PORTATIL | EMPI | REF. 2527116 | 479 | UNIDAD DEL DOLOR | 21/04/2011 | URGENTE |
| 16073 | TENS PORTATIL | EMPI | REF. 2527116 | 480 | UNIDAD DEL DOLOR | 21/04/2011 | URGENTE |
| 16074 | TENS PORTATIL | EMPI | REF. 2527116 | 481 | UNIDAD DEL DOLOR | 21/04/2011 | URGENTE |
| 16075 | TENS PORTATIL | EMPI | REF. 2527116 | 482 | UNIDAD DEL DOLOR | 21/04/2011 | URGENTE |
| 16076 | TENS PORTATIL | EMPI | REF. 2527116 | 483 | UNIDAD DEL DOLOR | 21/04/2011 | URGENTE |
| 16077 | TENS PORTATIL | EMPI | REF. 2527116 | 484 | UNIDAD DEL DOLOR | 21/04/2011 | URGENTE |
| 16078 | TENS PORTATIL | EMPI | REF. 2527116 | 485 | UNIDAD DEL DOLOR | 21/04/2011 | URGENTE |
| 16079 | TENS PORTATIL | EMPI | REF. 2527116 | 486 | UNIDAD DEL DOLOR | 21/04/2011 | URGENTE |
| 16080 | TENS PORTATIL | APEX MEDICAL | IF-4000, Ref. 0301002 | 10-044696 | UNIDAD DEL DOLOR | 21/04/2011 | URGENTE |
| 16081 | TENS PORTATIL | APEX MEDICAL | IF-4000, Ref. 0301002 | 10-044697 | UNIDAD DEL DOLOR | 21/04/2011 | URGENTE |
| 16082 | TENS PORTATIL | APEX MEDICAL | IF-4000, Ref. 0301002 | 10-044698 | UNIDAD DEL DOLOR | 21/04/2011 | URGENTE |
| 16083 | TENS PORTATIL | APEX MEDICAL | IF-4000, Ref. 0301002 | 10-044699 | UNIDAD DEL DOLOR | 21/04/2011 | URGENTE |
| 16084 | TENS PORTATIL | APEX MEDICAL | IF-4000, Ref. 0301002 | 10-044700 | UNIDAD DEL DOLOR | 21/04/2011 | URGENTE |
| 10446 | TENS PORTATIL CARDIVA | CHATTANOOGA | INTELECT | A708625 | UNIDAD DEL DOLOR | 04/05/2006 | URGENTE |
| 10447 | TENS PORTATIL CARDIVA | CHATTANOOGA | INTELECT | A708-626 | UNIDAD DEL DOLOR | 04/05/2006 | URGENTE |
| 10448 | TENS PORTATIL CARDIVA | CHATTANOOGA | INTELECT | A708780 | UNIDAD DEL DOLOR | 04/05/2006 | URGENTE |
| 10449 | TENS PORTATIL CARDIVA | CHATTANOOGA | INTELECT | A724066 | UNIDAD DEL DOLOR | 04/05/2006 | URGENTE |
| 10450 | TENS PORTATIL CARDIVA | CHATTANOOGA | INTELECT | A724067 | UNIDAD DEL DOLOR | 04/05/2006 | URGENTE |
| 10451 | TENS PORTATIL CARDIVA | CHATTANOOGA | INTELECT | A724068 | UNIDAD DEL DOLOR | 04/05/2006 | URGENTE |
| 10452 | TENS PORTATIL CARDIVA | CHATTANOOGA | INTELECT | A724069 | UNIDAD DEL DOLOR | 04/05/2006 | URGENTE |
| 10453 | TENS PORTATIL CARDIVA | CHATTANOOGA | INTELECT | A724070 | UNIDAD DEL DOLOR | 04/05/2006 | URGENTE |
| 10454 | TENS PORTATIL CARDIVA | CHATTANOOGA | INTELECT | A724071 | UNIDAD DEL DOLOR | 04/05/2006 | URGENTE |
| 10455 | TENS PORTATIL CARDIVA | CHATTANOOGA | INTELECT | A724072 | UNIDAD DEL DOLOR | 04/05/2006 | URGENTE |
| 14769 | TENS PORTATIL CON ESTIMULADOR INTERFERENCIAL | APEX MEDICAL | IF-4000 REF. 0301002 | B367522 | UNIDAD DEL DOLOR | 14/05/2009 | URGENTE |
| 14770 | TENS PORTATIL CON ESTIMULADOR INTERFERENCIAL | APEX MEDICAL | IF-4000 REF. 0301002 | B367523 | UNIDAD DEL DOLOR | 14/05/2009 | URGENTE |
| 14771 | TENS PORTATIL CON ESTIMULADOR INTERFERENCIAL | APEX MEDICAL | IF-4000 REF. 0301002 | B367524 | UNIDAD DEL DOLOR | 14/05/2009 | URGENTE |
| 14772 | TENS PORTATIL CON ESTIMULADOR INTERFERENCIAL | APEX MEDICAL | IF-4000 REF. 0301002 | B367525 | UNIDAD DEL DOLOR | 14/05/2009 | URGENTE |
| 14773 | TENS PORTATIL CON ESTIMULADOR INTERFERENCIAL | APEX MEDICAL | IF-4000 REF. 0301002 | B367526 | UNIDAD DEL DOLOR | 14/05/2009 | URGENTE |

ANEXO I .- PA 11-2021 INVENTARIO EQUIPOS ELECTROMÉDICOS HOSPITAL U. SEVERO OCHOA

| Código | Equipo | Marca | Modelo | Número Serie | Unidad | Fecha | Nivel |
|--------|--|-----------------------|----------------------|---------------|--------------------------------|------------|---------|
| 14774 | TENS PORTATIL CON ESTIMULADOR INTERFERENCIAL | APEX MEDICAL | IF-4000 REF. 0301002 | B367528 | UNIDAD DEL DOLOR | 14/05/2009 | URGENTE |
| 14775 | TENS PORTATIL CON ESTIMULADOR INTERFERENCIAL | APEX MEDICAL | IF-4000 REF. 0301002 | B367529 | UNIDAD DEL DOLOR | 14/05/2009 | URGENTE |
| 14776 | TENS PORTATIL CON ESTIMULADOR INTERFERENCIAL | APEX MEDICAL | IF-4000 REF. 0301002 | B367530 | UNIDAD DEL DOLOR | 14/05/2009 | URGENTE |
| 14777 | TENS PORTATIL CON ESTIMULADOR INTERFERENCIAL | APEX MEDICAL | IF-4000 REF. 0301002 | B367531 | UNIDAD DEL DOLOR | 14/05/2009 | URGENTE |
| 14778 | TENS PORTATIL CON ESTIMULADOR INTERFERENCIAL | APEX MEDICAL | IF-4000 REF. 0301002 | B367532 | UNIDAD DEL DOLOR | 14/05/2009 | URGENTE |
| 15282 | TENS PORTATIL CON ESTIMULADOR INTERFERENCIAL | APEX MEDICAL | IF-4000 REF. 0301002 | 10-037861 | UNIDAD DEL DOLOR | 13/05/2010 | URGENTE |
| 15283 | TENS PORTATIL CON ESTIMULADOR INTERFERENCIAL | APEX MEDICAL | IF-4000 REF. 0301002 | 10-037862 | UNIDAD DEL DOLOR | 13/05/2010 | URGENTE |
| 15284 | TENS PORTATIL CON ESTIMULADOR INTERFERENCIAL | APEX MEDICAL | IF-4000 REF. 0301002 | 10-037863 | UNIDAD DEL DOLOR | 13/05/2010 | URGENTE |
| 15285 | TENS PORTATIL CON ESTIMULADOR INTERFERENCIAL | APEX MEDICAL | IF-4000 REF. 0301002 | 10-037864 | UNIDAD DEL DOLOR | 13/05/2010 | URGENTE |
| 15286 | TENS PORTATIL CON ESTIMULADOR INTERFERENCIAL | APEX MEDICAL | IF-4000 REF. 0301002 | 10-037865 | UNIDAD DEL DOLOR | 13/05/2010 | URGENTE |
| 5839 | TENS PORTATIL TELIC NEURO | TELIC | NEUROTRAC 3 | 10 TENS | UNIDAD DEL DOLOR | 31/07/2002 | URGENTE |
| 12010 | TENSIOMETRO | CRITIKON | DINAMAP XL | 728-906A | U. HOSPIT. 2-C | | URGENTE |
| 12024 | TENSIOMETRO | CRITIKON | DINAMAP PL | H2993 | REANIMACION | | URGENTE |
| 21098 | TENSIOMETRO | CRITICARE SYSTEMS INC | 506 | 103200379 | PEDIATRIA HOSPITALIZACION | 09/10/2002 | URGENTE |
| 22155 | TENSIOMETRO | PNASONIC | EW-BU30 | S/N | BANCO DE SANGRE | | URGENTE |
| 8645 | TENSIOMETRO | DINAMAP | PROCARE 100 | | HOSPITAL DE DIA | 22/10/2003 | URGENTE |
| 17344 | TENSIOMETRO AEROBIO C/ RUEDAS | ONRO | 1468LF | | M. INTERNA CONSULTAS | 14/03/2016 | URGENTE |
| 10271 | TENSIOMETRO AUTOMATICO | OMRON | M6 | 5938012L | C. EXTERNAS M.A.L.G. | 16/02/2006 | URGENTE |
| 10320 | TENSIOMETRO AUTOMATICO | OMRON | M6 | 5938018L | U. HOSPIT. 2-C | 16/03/2006 | URGENTE |
| 10496 | TENSIOMETRO AUTOMATICO | OMRON | M6 | 5938088L | U.HOSPIT. 2-A | 10/05/2006 | URGENTE |
| 10497 | TENSIOMETRO AUTOMATICO | OMRON | M6 | 5938081L | U. HOSPIT. 3-C | 10/05/2006 | URGENTE |
| 10498 | TENSIOMETRO AUTOMATICO | OMRON | M6 | 5938086L | MIRC-M | 10/05/2006 | URGENTE |
| 10617 | TENSIOMETRO AUTOMATICO | OMRON | M6 | | C. EXTERNAS HOSPITAL | 15/06/2006 | URGENTE |
| 10618 | TENSIOMETRO AUTOMATICO | OMRON | M6 | | C. EXTERNAS HOSPITAL | 15/06/2006 | URGENTE |
| 10619 | TENSIOMETRO AUTOMATICO | VARIAS | VARIOS | | C. EXTERNAS HOSPITAL | 15/06/2006 | URGENTE |
| 10620 | TENSIOMETRO AUTOMATICO | OMRON | M6 | | C. EXTERNAS HOSPITAL | 15/06/2006 | URGENTE |
| 10803 | TENSIOMETRO AUTOMATICO | OMRON | M6 | 6403316LF | U.HOSPIT. 3-B | 10/08/2006 | URGENTE |
| 10831 | TENSIOMETRO AUTOMATICO | OMRON | M6 | 6525111LF | PSIQUIATRÍA HOSPITALIZACIÓN | 07/09/2006 | URGENTE |
| 11015 | TENSIOMETRO AUTOMATICO | OMRON | M6 | 6620771LF | PRUEBAS ESPECIALES ENDOSCOPIAS | 16/11/2006 | URGENTE |
| 11275 | TENSIOMETRO AUTOMATICO | OMRON | M6 | 6721035LF | U.HOSPIT. 4-A | 24/05/2007 | URGENTE |
| 11276 | TENSIOMETRO AUTOMATICO | OMRON | M6 | 20070200678LF | U.HOSPIT. 4-B | 24/05/2007 | URGENTE |
| 11288 | TENSIOMETRO AUTOMATICO | OMRON | M6 | 6721034LF | U. HOSPIT. 3-C | 24/05/2007 | URGENTE |

ANEXO I .- PA 11-2021 INVENTARIO EQUIPOS ELECTROMÉDICOS HOSPITAL U. SEVERO OCHOA

| Código | Equipo | Marca | Modelo | Número Serie | Unidad | Fecha | Nivel |
|--------|------------------------|-----------|-----------------|----------------|-----------------------------------|------------|---------|
| 11289 | TENSIOMETRO AUTOMATICO | OMRON | M6 | 6721032LF | U.HOSPIT. 2-A | 24/05/2007 | URGENTE |
| 11290 | TENSIOMETRO AUTOMATICO | OMRON | M6 | 6721036LF | HOSPITAL DE DIA | 24/05/2007 | URGENTE |
| 11297 | TENSIOMETRO AUTOMATICO | OMRON | M6 | 6721033LF | PARITORIO | 24/05/2007 | URGENTE |
| 11298 | TENSIOMETRO AUTOMATICO | OMRON | M6 | 6721031LF | U.HOSPIT. 4-C | 24/05/2007 | URGENTE |
| 11299 | TENSIOMETRO AUTOMATICO | OMRON | M6 | 20070200677LF | PEDIATRIA CONSULTAS | 24/05/2007 | URGENTE |
| 11302 | TENSIOMETRO AUTOMATICO | OMRON | M6 | 20070200679LF | ENDP-M | 24/05/2007 | URGENTE |
| 11303 | TENSIOMETRO AUTOMATICO | OMRON | M6 | 20070200680LF | OBSP-E | 24/05/2007 | URGENTE |
| 11310 | TENSIOMETRO AUTOMATICO | OMRON | M6 | 20070200529LF | OBSP-M | 31/05/2007 | URGENTE |
| 11389 | TENSIOMETRO AUTOMATICO | OMRON | M6 | 200770200657LF | ENDOCRINO CONSULTAS | 14/06/2007 | URGENTE |
| 11670 | TENSIOMETRO AUTOMATICO | VARIAS | VARIOS | 20070309777LF | U.HOSPIT. 4-C | 26/07/2007 | URGENTE |
| 11995 | TENSIOMETRO AUTOMATICO | OMRON | M6 | 20061231844LF | U.HOSPIT. 4-C | 26/09/2007 | URGENTE |
| 11996 | TENSIOMETRO AUTOMATICO | OMRON | M6 | 20061231894LF | PRUEBAS ESPECIALES ENDOSCOPIAS | 26/09/2007 | URGENTE |
| 11997 | TENSIOMETRO AUTOMATICO | OMRON | M6 | 20061231878LF | U.HOSPIT. 3-B | 26/09/2007 | URGENTE |
| 11998 | TENSIOMETRO AUTOMATICO | OMRON | M6 | 20061231876LF | PRUEBAS ESPECIALES ENDOSCOPIAS | 26/09/2007 | URGENTE |
| 11999 | TENSIOMETRO AUTOMATICO | OMRON | M6 | 20061231848LF | PRUEBAS ESPECIALES ENDOSCOPIAS | 26/09/2007 | URGENTE |
| 12002 | TENSIOMETRO AUTOMATICO | OMRON | M4 I | | PAR | | URGENTE |
| 14228 | TENSIOMETRO AUTOMATICO | OMRON | M6 | 20070502657LF | PES-NML | 15/11/2007 | URGENTE |
| 15073 | TENSIOMETRO AUTOMATICO | OMRON | M6 CNFORT | 20090821401VF | U.HOSPIT. 4-C | 30/12/2009 | URGENTE |
| 15075 | TENSIOMETRO AUTOMATICO | OMRON | M6 CONFORT | 20090821403VF | PRUEBAS ESPECIALES ENDOSCOPIAS | 30/12/2009 | URGENTE |
| 15076 | TENSIOMETRO AUTOMATICO | OMRON | M6 CONFORT | 20090821404VF | PRUEBAS ESPECIALES ENDOSCOPIAS | 30/12/2009 | URGENTE |
| 15077 | TENSIOMETRO AUTOMATICO | OMRON | M6 CONFORT | 20090821405VF | U. HOSPIT. 2-C | 30/12/2009 | URGENTE |
| 15078 | TENSIOMETRO AUTOMATICO | OMRON | M6 CONFORT | 20090821406VF | PRUEBAS ESPECIALES ENDOSCOPIAS | 30/12/2009 | URGENTE |
| 15079 | TENSIOMETRO AUTOMATICO | OMRON | M6 CONFORT | 20090821407VF | U.HOSPIT. 4-B | 30/12/2009 | URGENTE |
| 15080 | TENSIOMETRO AUTOMATICO | OMRON | M6 CONFORT | 20090821408VF | U.HOSPIT. 4-C | 30/12/2009 | URGENTE |
| 1512 | TENSIOMETRO AUTOMATICO | DINAMAP | COMPACT BP | 86951A00 | U.HOSPIT. 4-B | 11/05/1999 | URGENTE |
| 15355 | TENSIOMETRO AUTOMATICO | OMRON | M6 CONFORT | 20091110481VF | M. INTERNA CONSULTAS | 20/05/2010 | URGENTE |
| 15356 | TENSIOMETRO AUTOMATICO | OMRON | M6 CONFORT | 20091110482VF | ENDOCRINO CONSULTAS | 20/05/2010 | URGENTE |
| 15357 | TENSIOMETRO AUTOMATICO | OMRON | M6 CONFORT | 20091110483VF | ENDOCRINO CONSULTAS | 20/05/2010 | URGENTE |
| 15358 | TENSIOMETRO AUTOMATICO | OMRON | M6 CONFORT | 20091110484VF | GERIATRIA (SERVICIO) | 20/05/2010 | URGENTE |
| 15359 | TENSIOMETRO AUTOMATICO | OMRON | M6 CONFORT | 20091110485VF | C. EXTERNAS M.A.L.G. | 20/05/2010 | URGENTE |
| 15360 | TENSIOMETRO AUTOMATICO | OMRON | M6 CONFORT | 20091110486VF | C. EXTERNAS M.A.L.G. | 20/05/2010 | URGENTE |
| 15361 | TENSIOMETRO AUTOMATICO | OMRON | M6 CONFORT | 20091110487VF | C. EXTERNAS HOSPITAL | 20/05/2010 | URGENTE |
| 15362 | TENSIOMETRO AUTOMATICO | OMRON | M6 CONFORT | 20091110488VF | C. EXTERNAS HOSPITAL | 20/05/2010 | URGENTE |
| 15367 | TENSIOMETRO AUTOMATICO | PANASONIC | PS-EW BU30 W800 | 91225014429 | BANCO DE SANGRE | 20/05/2010 | URGENTE |
| 15368 | TENSIOMETRO AUTOMATICO | PANASONIC | PS-EW BU30 W800 | 91225014426 | U. HOSPIT. 2-C | 20/05/2010 | URGENTE |
| 15369 | TENSIOMETRO AUTOMATICO | PANASONIC | PS-EW BU30 W800 | 91225014428 | U.HOSPIT. 3-B | 20/05/2010 | URGENTE |
| 15370 | TENSIOMETRO AUTOMATICO | PANASONIC | PS-EW BU30 W800 | 91225014427 | U.HOSPIT. 3-B | 20/05/2010 | URGENTE |

ANEXO I .- PA 11-2021 INVENTARIO EQUIPOS ELECTROMÉDICOS HOSPITAL U. SEVERO OCHOA

| Código | Equipo | Marca | Modelo | Número Serie | Unidad | Fecha | Nivel |
|--------|------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------|-----------------------------------|------------|---------|
| 15371 | TENSIOMETRO AUTOMATICO | PANASONIC | PS-EW BU30 W800 | 9001560 | U. HOSPIT. 3-C | 20/05/2010 | URGENTE |
| 15372 | TENSIOMETRO AUTOMATICO | PANASONIC | PS-EW BU30 W800 | 9001257 | U. HOSPIT. 3-C | 20/05/2010 | URGENTE |
| 15374 | TENSIOMETRO AUTOMATICO | PANASONIC | PS-EW BU30 W800 | 9001556 | U. HOSPIT. 4-C | 20/05/2010 | URGENTE |
| 15513 | TENSIOMETRO AUTOMATICO | FRESENIUS | M1 PLUS | 20090700253LF | DIAA | 19/05/2010 | URGENTE |
| 15515 | TENSIOMETRO AUTOMATICO | FRESENIUS | M1 PLUS | 20090900155LF | DIAA | 19/05/2010 | URGENTE |
| 15517 | TENSIOMETRO AUTOMATICO | FRESENIUS | M1PLUS | 20090501368LF | DIAA | 19/05/2010 | URGENTE |
| 15518 | TENSIOMETRO AUTOMATICO | FRESENIUS | M1 PLUS | 20090900158LF | DIALISIS HOSPITAL | 19/05/2010 | URGENTE |
| 15519 | TENSIOMETRO AUTOMATICO | FRESENIUS | M1 PLUS | 20090501394LF | DIALISIS HOSPITAL | 19/05/2010 | URGENTE |
| 16399 | TENSIOMETRO AUTOMATICO | OMRON | M-6 CONFORT | 20110412581VG | ALMACEN HOSPITAL | 21/12/2011 | URGENTE |
| 16401 | TENSIOMETRO AUTOMATICO | OMRON | M-6 CONFORT | 20110412584VG | ALMACEN HOSPITAL | 21/12/2011 | URGENTE |
| 16402 | TENSIOMETRO AUTOMATICO | OMRON | M-6 CONFORT | 20110412590VG | ALMACEN HOSPITAL | 21/12/2011 | URGENTE |
| 16532 | TENSIOMETRO AUTOMATICO | OMRON | M-6 CONFORT, REF. PF019024 | 20111001698LG | ENDOCRINO CONSULTAS | 11/06/2012 | URGENTE |
| 16533 | TENSIOMETRO AUTOMATICO | OMRON | M-6 CONFORT, REF. PF019024 | 20111001697LG | ENDOCRINO CONSULTAS | 11/06/2012 | URGENTE |
| 1851 | TENSIOMETRO AUTOMATICO | DINAMAP | COMPACT BP | 99Q0030878F | PRUEBAS ESPECIALES ENDOSCOPIAS | 11/05/1999 | URGENTE |
| 20011 | TENSIOMETRO AUTOMATICO | PHILIPS | SURESINGS VSi | CN42720704 | U.HOSPIT. 4-A | | URGENTE |
| 20025 | TENSIOMETRO AUTOMATICO | OMRON | M6 AC | S/N | U.HOSPIT. 4-A | | URGENTE |
| 20137 | TENSIOMETRO AUTOMATICO | CRITIKON | DINAMAP COMPAP BP | 99Q0030876FY | U.HOSPIT. 4-C | 11/05/1999 | URGENTE |
| 20176 | TENSIOMETRO AUTOMATICO | OMRON | M6 AC | 20150302128VG | U.HOSPIT. 4-B | | URGENTE |
| 20190 | TENSIOMETRO AUTOMATICO | OMRON | M6 CONFORT | 20120314868LG | U.HOSPIT. 3-A | 21/07/2010 | URGENTE |
| 20191 | TENSIOMETRO AUTOMATICO | OMRON | M6 AC | 20150302127VG | U.HOSPIT. 3-A | | URGENTE |
| 20192 | TENSIOMETRO AUTOMATICO | CRITIKON | DINAMAP COMPAP BP | 99Q0030877FZ | U.HOSPIT. 3-A | | URGENTE |
| 20225 | TENSIOMETRO AUTOMATICO | CRITICARE SYSTEMS INC | 506N | 103200378 | U.HOSPIT. 3-B | 09/10/2002 | URGENTE |
| 20229 | TENSIOMETRO AUTOMATICO | OMRON | M6 AC | 20150302130VG | U.HOSPIT. 3-B | | URGENTE |
| 20230 | TENSIOMETRO AUTOMATICO | OMRON | M6 AC | 20150302125VG | U.HOSPIT. 3-B | | URGENTE |
| 20283 | TENSIOMETRO AUTOMATICO | OMRON | M6 AC | S/N | U. HOSPIT. 3-C | | URGENTE |
| 20321 | TENSIOMETRO AUTOMATICO | OMRON | M6 AC | S/N | U. HOSPIT. 3-C | | URGENTE |
| 20366 | TENSIOMETRO AUTOMATICO | CRITICARE SYSTEMS INC | 506N | 401420458 | U.HOSPIT. 2-A | 22/06/2001 | URGENTE |
| 20367 | TENSIOMETRO AUTOMATICO | CRITIKON | DINAMAP COMPAP BP | 99Q0030878F | U.HOSPIT. 2-A | | URGENTE |
| 20390 | TENSIOMETRO AUTOMATICO | OMRON | M6 AC | 20141204189VG | U.HOSPIT. 2-A | | URGENTE |
| 20391 | TENSIOMETRO AUTOMATICO | OMRON | M6 CONFORT | N/S | U.HOSPIT. 2-A | | URGENTE |
| 20459 | TENSIOMETRO AUTOMATICO | OMRON | M6 AC | 20141204184VG | U. HOSPIT. 2-C | | URGENTE |
| 20460 | TENSIOMETRO AUTOMATICO | OMRON | M6 AC | 20150302122VG | U. HOSPIT. 2-C | | URGENTE |
| 20461 | TENSIOMETRO AUTOMATICO | OMRON | M6 AC | 20150302129VG | U. HOSPIT. 2-C | | URGENTE |
| 20891 | TENSIOMETRO AUTOMATICO | WELCH ALLYN | 53000 | JA123415 | URG. PEDIATRICAS | 24/06/2014 | URGENTE |
| 20927 | TENSIOMETRO AUTOMATICO | CRITIKON | DINAMAP XL | S/N | PARITORIO | | URGENTE |
| 20963 | TENSIOMETRO AUTOMATICO | CRITIKON | DINAMAP XL | 9301-18518 | PARITORIO | 28/04/1998 | URGENTE |
| 21082 | TENSIOMETRO AUTOMATICO | WELCH ALLYN | PRO-3400 | 100001281612 | PEDIATRIA HOSPITALIZACION | 28/05/2012 | URGENTE |
| 21109 | TENSIOMETRO AUTOMATICO | MICROLIFE | BP A100 PLUS | 361000067 | PARITORIO | | URGENTE |
| 21203 | TENSIOMETRO AUTOMATICO | CRITICARE SYSTEMS INC | 506N | 103200377 | U.HOSPIT. 3-B | 09/10/2002 | URGENTE |

ANEXO I .- PA 11-2021 INVENTARIO EQUIPOS ELECTROMÉDICOS HOSPITAL U. SEVERO OCHOA

| Código | Equipo | Marca | Modelo | Número Serie | Unidad | Fecha | Nivel |
|--------|------------------------|-----------------------|-------------------|---------------|-----------------------------------|------------|---------|
| 21220 | TENSIOMETRO AUTOMATICO | OMRON | M6 AC | 20140907595VG | URGENCIAS GENERALES | | URGENTE |
| 21340 | TENSIOMETRO AUTOMATICO | COLIN | BP-306 | 000366CL | BLOQUE QUIRURGICO | | URGENTE |
| 21387 | TENSIOMETRO AUTOMATICO | OMRON | M6 CONFORT | S/N | HOSPITAL DE DIA | | URGENTE |
| 21388 | TENSIOMETRO AUTOMATICO | OMRON | M6 CONFORT | S/N | HOSPITAL DE DIA | | URGENTE |
| 21389 | TENSIOMETRO AUTOMATICO | CRITIKON | DINAMAP COMPAP BP | 030M2948016 | HOSPITAL DE DIA | | URGENTE |
| 21536 | TENSIOMETRO AUTOMATICO | OMRON | M6 CONFORT | 20100724722LF | C. EXTERNAS HOSPITAL | | URGENTE |
| 21542 | TENSIOMETRO AUTOMATICO | OMRON | M6 | 5930951L | C. EXTERNAS HOSPITAL | | URGENTE |
| 21551 | TENSIOMETRO AUTOMATICO | OMRON | M6 CONFORT | 20100724727LF | C. EXTERNAS HOSPITAL | | URGENTE |
| 21558 | TENSIOMETRO AUTOMATICO | DINAMAP | PROCARE 300 | AAW05360183SA | URGENCIAS GENERALES | 26/01/2006 | URGENTE |
| 21559 | TENSIOMETRO AUTOMATICO | DINAMAP | PROCARE 100 | 030M255800S | URGENCIAS GENERALES | 22/10/2003 | URGENTE |
| 21561 | TENSIOMETRO AUTOMATICO | CRITICARE SYSTEMS INC | 506N | 102433605 | URGENCIAS GENERALES | 16/01/2002 | URGENTE |
| 21630 | TENSIOMETRO AUTOMATICO | OMRON | M6 | 5930956L | C. EXTERNAS HOSPITAL | | URGENTE |
| 21658 | TENSIOMETRO AUTOMATICO | OMRON | M6 AC | 20150302124VG | C. EXTERNAS HOSPITAL | | URGENTE |
| 21666 | TENSIOMETRO AUTOMATICO | DINAMAP | PROCARE 100 | 000M3409106 | PEDIATRIA CONSULTAS | 01/01/1993 | URGENTE |
| 21679 | TENSIOMETRO AUTOMATICO | DINAMAP | V100 | SDT09190117SP | PRUEBAS ESPECIALES ENDOSCOPIAS | 04/06/2009 | URGENTE |
| 21822 | TENSIOMETRO AUTOMATICO | OMRON | M6 CONFORT | 20100724724LF | C. EXTERNAS HOSPITAL | | URGENTE |
| 21825 | TENSIOMETRO AUTOMATICO | OMRON | MX3 PLUS | 5408212L | C. EXTERNAS HOSPITAL | | URGENTE |
| 21826 | TENSIOMETRO AUTOMATICO | OMRON | MX3 PLUS | 551209OL | C. EXTERNAS HOSPITAL | | URGENTE |
| 21828 | TENSIOMETRO AUTOMATICO | OMRON | M6 AC | 20140907591VG | C. EXTERNAS HOSPITAL | | URGENTE |
| 21835 | TENSIOMETRO AUTOMATICO | CRITIKON | DINAMAP 8100 | 8101-J2560 | PEDIATRIA CONSULTAS | 15/10/1993 | URGENTE |
| 21837 | TENSIOMETRO AUTOMATICO | OMRON | M6 CONFORT | 20070502654LF | C. EXTERNAS HOSPITAL | 15/11/2007 | URGENTE |
| 21843 | TENSIOMETRO AUTOMATICO | OMRON | M6 AC | 20141204182VG | C. EXTERNAS HOSPITAL | | URGENTE |
| 21857 | TENSIOMETRO AUTOMATICO | OMRON | M6 AC | 20140907596VG | C. EXTERNAS HOSPITAL | | URGENTE |
| 22156 | TENSIOMETRO AUTOMATICO | MICROLIFE | BP A100 PLUS | 361000066 | BANCO DE SANGRE | | URGENTE |
| 22166 | TENSIOMETRO AUTOMATICO | OMRON | M6 AC | 20141105511VG | DIALISIS HOSPITAL | | URGENTE |
| 22188 | TENSIOMETRO AUTOMATICO | OMRON | M6 CONFORT | 20120314868LG | DIALISIS HOSPITAL | | URGENTE |
| 22251 | TENSIOMETRO AUTOMATICO | OMRON | M6 AC | 20141204183VG | DIALISIS HOSPITAL | | URGENTE |
| 22259 | TENSIOMETRO AUTOMATICO | OMRON | M1 PLUS | 20090501392LF | DIALISIS HOSPITAL | 19/05/2010 | URGENTE |
| 22261 | TENSIOMETRO AUTOMATICO | CRITICARE SYSTEMS INC | 506N | 103200376 | DIALISIS HOSPITAL | 09/10/2002 | URGENTE |
| 22418 | TENSIOMETRO AUTOMATICO | OMRON | M6 CONFORT | 20091110486VF | OBSTETRICIA M.A.L.G. | | URGENTE |
| 22463 | TENSIOMETRO AUTOMATICO | OMRON | M6 CONFORT | S/N | CARDIOLOGIA M.A.L.G. | | URGENTE |
| 22464 | TENSIOMETRO AUTOMATICO | OMRON | M6 AC | 20150301606VG | CARDIOLOGIA M.A.L.G. | | URGENTE |
| 22483 | TENSIOMETRO AUTOMATICO | OMRON | M6 CONFORT | 2080410396LF | ALERGOLOGÍA M.A.L.G. | | URGENTE |
| 22484 | TENSIOMETRO AUTOMATICO | OMRON | M6 CONFORT | 20100724729LF | ENDOCRINO M.A.L.G. | | URGENTE |
| 22487 | TENSIOMETRO AUTOMATICO | OMRON | M6 CONFORT | 20100724728LF | ENDOCRINO M.A.L.G. | | URGENTE |
| 22672 | TENSIOMETRO AUTOMATICO | OMRON | M6 AC | 20141204186VG | U.HOSPIT. 3-B | | URGENTE |
| 2924 | TENSIOMETRO AUTOMATICO | OMRON | M4 | | HOSPITAL DE DIA | 10/10/2000 | URGENTE |
| 3047 | TENSIOMETRO AUTOMATICO | OMRON | M4 | | U.HOSPIT. 2-A | 25/04/2001 | URGENTE |
| 4313 | TENSIOMETRO AUTOMATICO | OMRON | M4 | 1904985L | U.HOSPIT. 3-A | 16/01/2002 | URGENTE |

ANEXO I .- PA 11-2021 INVENTARIO EQUIPOS ELECTROMÉDICOS HOSPITAL U. SEVERO OCHOA

| Código | Equipo | Marca | Modelo | Número Serie | Unidad | Fecha | Nivel |
|--------|--|-----------|---------------|--------------|-----------------------------------|------------|---------|
| 4314 | TENSIOMETRO AUTOMATICO | OMRON | M4 | 1904983L | U.HOSPIT. 3-A | 16/01/2002 | URGENTE |
| 5544 | TENSIOMETRO AUTOMATICO | CRITICARE | 506N | 401424869 | U.HOSPIT. 4-A | 22/06/2001 | URGENTE |
| 5896 | TENSIOMETRO AUTOMATICO | OMRON | M4 | 2423630L | ANESTESIA CONSULTA | 14/08/2002 | URGENTE |
| 6045 | TENSIOMETRO AUTOMATICO | OMRON | M4 | 2620066L | U. HOSPIT. 2-C | 16/10/2002 | URGENTE |
| 6057 | TENSIOMETRO AUTOMATICO | OMRON | M4 | 2620063L | PRUEBAS ESPECIALES ENDOSCOPIAS | 16/10/2002 | URGENTE |
| 6059 | TENSIOMETRO AUTOMATICO | OMRON | M4 | 2620061L | U.HOSPIT. 3-A | 16/10/2002 | URGENTE |
| 6060 | TENSIOMETRO AUTOMATICO | OMRON | M4 | 2620069L | PRUEBAS ESPECIALES ENDOSCOPIAS | 16/10/2002 | URGENTE |
| 6061 | TENSIOMETRO AUTOMATICO | OMRON | M4 | 2620065L | PRUEBAS ESPECIALES ENDOSCOPIAS | 16/10/2002 | URGENTE |
| 7295 | TENSIOMETRO AUTOMATICO | OMRON | M4 | | CARDIOLOGIA M.A.L.G. | 24/07/2002 | URGENTE |
| 8190 | TENSIOMETRO AUTOMATICO | OMRON | RX2 | 2200249L | U.HOSPIT. 4-A | 12/03/2003 | URGENTE |
| 8467 | TENSIOMETRO AUTOMATICO | OMRON | M4 | 3416035L | U.HOSPIT. 3-A | 09/07/2003 | URGENTE |
| 8468 | TENSIOMETRO AUTOMATICO | OMRON | M4 | 3416034L | PARITORIO | 09/07/2003 | URGENTE |
| 8676 | TENSIOMETRO AUTOMATICO | OMRON | M4 | 3503706L | HEMODINÁMICA | 14/01/2004 | URGENTE |
| 8677 | TENSIOMETRO AUTOMATICO | OMRON | M4 | 3504898L | PARITORIO | 14/01/2004 | URGENTE |
| 8747 | TENSIOMETRO AUTOMATICO | OMRON | M4 | 3927261L | U.HOSPIT. 4-C | 17/03/2004 | URGENTE |
| 8946 | TENSIOMETRO AUTOMATICO | OMRON | M4 | | Grupo desc | 15/09/2004 | URGENTE |
| 8947 | TENSIOMETRO AUTOMATICO | OMRON | M4 | | Grupo desc | 06/10/2004 | URGENTE |
| 8948 | TENSIOMETRO AUTOMATICO | OMRON | M4 | 4504034L | ENDOCRINO CONSULTAS | 06/10/2004 | URGENTE |
| 8949 | TENSIOMETRO AUTOMATICO | OMRON | M4 | 4721416L | C. EXTERNAS HOSPITAL | 15/09/2004 | URGENTE |
| 8950 | TENSIOMETRO AUTOMATICO | OMRON | M4 | 4721418L | C. EXTERNAS HOSPITAL | 15/09/2004 | URGENTE |
| 8951 | TENSIOMETRO AUTOMATICO | OMRON | M4 | 4721419L | C. EXTERNAS HOSPITAL | 15/09/2004 | URGENTE |
| 8952 | TENSIOMETRO AUTOMATICO | OMRON | M4 | 45040036L | U.HOSPIT. 3-B | 15/09/2004 | URGENTE |
| 8954 | TENSIOMETRO AUTOMATICO | OMRON | M4 | 4721420L | GINECOLOGÍA PRUEBAS ESPECIALES | 15/09/2004 | URGENTE |
| 8966 | TENSIOMETRO AUTOMATICO | OMRON | M4 | 4721417L | RADIOLOGIA HOSPITAL | 15/09/2004 | URGENTE |
| 9041 | TENSIOMETRO AUTOMATICO | OMRON | M4 | 3504897L | HEMODINÁMICA | 14/01/2004 | URGENTE |
| 9042 | TENSIOMETRO AUTOMATICO | OMRON | M4 | 3503706L | HEMODINÁMICA | 14/01/2004 | URGENTE |
| 9043 | TENSIOMETRO AUTOMATICO | OMRON | M4 | 3504898L | PARITORIO | 14/01/2004 | URGENTE |
| 20014 | TENSIOMETRO AUTOMATICO MULTIPARAMETRICO | PHILIPS | SURESINGS VSi | CN42720705 | U.HOSPIT. 4-A | | URGENTE |
| 20050 | TENSIOMETRO AUTOMATICO MULTIPARAMETRICO | PHILIPS | SURESINGS VSi | CN42720709 | U.HOSPIT. 4-B | | URGENTE |
| 20053 | TENSIOMETRO AUTOMATICO MULTIPARAMETRICO | PHILIPS | SURESINGS VSi | CN42720708 | U.HOSPIT. 4-B | | URGENTE |
| 20056 | TENSIOMETRO AUTOMATICO MULTIPARAMETRICO | PHILIPS | SURESINGS VSi | CN42720706 | U.HOSPIT. 4-B | | URGENTE |
| 20113 | TENSIOMETRO AUTOMATICO MULTIPARAMETRICO | PHILIPS | SURESINGS VSi | CN42720710 | U.HOSPIT. 4-C | | URGENTE |
| 20127 | TENSIOMETRO AUTOMATICO MULTIPARAMETRICO | PHILIPS | SURESINGS VSi | CN42720707 | U.HOSPIT. 4-C | | URGENTE |

ANEXO I .- PA 11-2021 INVENTARIO EQUIPOS ELECTROMÉDICOS HOSPITAL U. SEVERO OCHOA

| Código | Equipo | Marca | Modelo | Número Serie | Unidad | Fecha | Nivel |
|----------|---|---------|---------------|--------------|--------------------------|------------|---------|
| 20130 | TENSIOMETRO AUTOMATICO MULTIPARAMETRICO | PHILIPS | SURESINGS VSi | CN42720711 | U.HOSPIT. 4-C | | URGENTE |
| 20133 | TENSIOMETRO AUTOMATICO MULTIPARAMETRICO | PHILIPS | SURESINGS VSi | CN42720712 | U.HOSPIT. 4-C | | URGENTE |
| 20231 | TENSIOMETRO AUTOMATICO MULTIPARAMETRICO | PHILIPS | SURESINGS VSi | CN42720714 | U.HOSPIT. 3-B | | URGENTE |
| 20239 | TENSIOMETRO AUTOMATICO MULTIPARAMETRICO | PHILIPS | SURESINGS VSi | CN42720715 | U.HOSPIT. 3-B | | URGENTE |
| 20290 | TENSIOMETRO AUTOMATICO MULTIPARAMETRICO | PHILIPS | SURESINGS VSi | CN42720719 | U. HOSPIT. 3-C | | URGENTE |
| 20293 | TENSIOMETRO AUTOMATICO MULTIPARAMETRICO | PHILIPS | SURESINGS VSi | CN42720717 | U. HOSPIT. 3-C | | URGENTE |
| 20295-00 | TENSIOMETRO AUTOMATICO MULTIPARAMETRICO | PHILIPS | SURESINGS VSi | CN42720731 | U.HOSPIT. 4-A | | URGENTE |
| 20296 | TENSIOMETRO AUTOMATICO MULTIPARAMETRICO | PHILIPS | SURESINGS VSi | CN42720731 | U. HOSPIT. 3-C | | URGENTE |
| 20303 | TENSIOMETRO AUTOMATICO MULTIPARAMETRICO | PHILIPS | SURESINGS VSi | CN42720718 | U. HOSPIT. 3-C | | URGENTE |
| 20372 | TENSIOMETRO AUTOMATICO MULTIPARAMETRICO | PHILIPS | SURESINGS VSi | CN42720724 | U.HOSPIT. 2-A | | URGENTE |
| 20375 | TENSIOMETRO AUTOMATICO MULTIPARAMETRICO | PHILIPS | SURESINGS VSi | CN42720725 | U.HOSPIT. 2-A | | URGENTE |
| 20378 | TENSIOMETRO AUTOMATICO MULTIPARAMETRICO | PHILIPS | SURESINGS VSi | CN42720723 | U.HOSPIT. 2-A | | URGENTE |
| 20440 | TENSIOMETRO AUTOMATICO MULTIPARAMETRICO | PHILIPS | SURESINGS VSi | CN42720721 | U. HOSPIT. 2-C | | URGENTE |
| 20443 | TENSIOMETRO AUTOMATICO MULTIPARAMETRICO | PHILIPS | SURESINGS VSi | CN42720720 | U. HOSPIT. 2-C | | URGENTE |
| 20446 | TENSIOMETRO AUTOMATICO MULTIPARAMETRICO | PHILIPS | SURESINGS VSi | CN42720733 | U. HOSPIT. 2-C | | URGENTE |
| 20513 | TENSIOMETRO AUTOMATICO MULTIPARAMETRICO | PHILIPS | SURESINGS VSi | CN42720716 | U.HOSPIT. 3-B | | URGENTE |
| 20516 | TENSIOMETRO AUTOMATICO MULTIPARAMETRICO | PHILIPS | SURESINGS VSi | CN42720713 | U.HOSPIT. 3-B | | URGENTE |
| 20519 | TENSIOMETRO AUTOMATICO MULTIPARAMETRICO | PHILIPS | SURESINGS VSi | CN42720722 | U. HOSPIT. 2-C | | URGENTE |
| 20526 | TENSIOMETRO AUTOMATICO MULTIPARAMETRICO | PHILIPS | SURESINGS VSi | CN42720727 | REANIMACION | | URGENTE |
| 20559 | TENSIOMETRO AUTOMATICO MULTIPARAMETRICO | PHILIPS | SURESINGS VSi | CN42720726 | REANIMACION | | URGENTE |
| 20564 | TENSIOMETRO AUTOMATICO MULTIPARAMETRICO | PHILIPS | SURESINGS VS3 | US12634604 | REANIMACION | 06/11/2015 | URGENTE |
| 20914 | TENSIOMETRO AUTOMATICO MULTIPARAMETRICO | PHILIPS | SURESINGS VSi | CN42720730 | URG. PEDIATRICAS | | URGENTE |
| 20920 | TENSIOMETRO AUTOMATICO MULTIPARAMETRICO | PHILIPS | SURESINGS VSi | CN42720728 | URG. OBST.-GINECOLOGICAS | | URGENTE |

ANEXO I .- PA 11-2021 INVENTARIO EQUIPOS ELECTROMÉDICOS HOSPITAL U. SEVERO OCHOA

| Código | Equipo | Marca | Modelo | Número Serie | Unidad | Fecha | Nivel |
|--------|---|--------------|-----------------------|---------------|--------------------------------|------------|---------|
| 21031 | TENSIOMETRO AUTOMATICO MULTIPARAMETRICO | PHILIPS | SURESINGS VS3 | US70101015 | NEONATOLOGIA | 11/11/2015 | URGENTE |
| 21050 | TENSIOMETRO AUTOMATICO MULTIPARAMETRICO | PHILIPS | SURESINGS VS3 | US75107574 | PEDIATRIA HOSPITALIZACION | 15/11/2007 | URGENTE |
| 21053 | TENSIOMETRO AUTOMATICO MULTIPARAMETRICO | PHILIPS | SURESINGS VS3 | US70101014 | NEONATOLOGIA | 11/11/2015 | URGENTE |
| 21087 | TENSIOMETRO AUTOMATICO MULTIPARAMETRICO | PHILIPS | SURESINGS VS <i>i</i> | CN42720729 | PEDIATRIA HOSPITALIZACION | | URGENTE |
| 21142 | TENSIOMETRO AUTOMATICO MULTIPARAMETRICO | PHILIPS | SURESINGS VS3 | US90717079 | URGENCIAS GENERALES | 15/11/2007 | URGENTE |
| 21148 | TENSIOMETRO AUTOMATICO MULTIPARAMETRICO | PHILIPS | SURESINGS VS3 | US83301498 | URGENCIAS GENERALES | | URGENTE |
| 21174 | TENSIOMETRO AUTOMATICO MULTIPARAMETRICO | PHILIPS | SURESINGS VS3 | US75107576 | URGENCIAS GENERALES | 22/11/2007 | URGENTE |
| 21191 | TENSIOMETRO AUTOMATICO MULTIPARAMETRICO | PHILIPS | SURESINGS VS3 | US75107573 | URGENCIAS GENERALES | 15/11/2007 | URGENTE |
| 21200 | TENSIOMETRO AUTOMATICO MULTIPARAMETRICO | PHILIPS | SURESINGS VS <i>i</i> | CN42717667 | URGENCIAS GENERALES | 09/02/2015 | URGENTE |
| 21215 | TENSIOMETRO AUTOMATICO MULTIPARAMETRICO | PHILIPS | SURESINGS VS3 | US75109772 | URGENCIAS GENERALES | 11/11/2015 | URGENTE |
| 21223 | TENSIOMETRO AUTOMATICO MULTIPARAMETRICO | PHILIPS | SURESINGS VS3 | US75109773 | URGENCIAS GENERALES | 06/11/2015 | URGENTE |
| 21225 | TENSIOMETRO AUTOMATICO MULTIPARAMETRICO | PHILIPS | SURESINGS VS3 | US75107575 | URGENCIAS GENERALES | 15/11/2007 | URGENTE |
| 21382 | TENSIOMETRO AUTOMATICO MULTIPARAMETRICO | PHILIPS | SURESINGS VS3 | US70101001 | HOSPITAL DE DIA | | URGENTE |
| 21384 | TENSIOMETRO AUTOMATICO MULTIPARAMETRICO | PHILIPS | SURESINGS VS <i>i</i> | CN42720732 | HOSPITAL DE DIA | | URGENTE |
| 21690 | TENSIOMETRO AUTOMATICO MULTIPARAMETRICO | PHILIPS | SURESINGS VS <i>i</i> | CN42717666 | PRUEBAS ESPECIALES ENDOSCOPIAS | 09/02/2015 | URGENTE |
| 21853 | TENSIOMETRO AUTOMATICO MULTIPARAMETRICO | PHILIPS | SURESINGS VS3 | US91117302 | PEDIATRIA CONSULTAS | 21/05/2009 | URGENTE |
| 29569 | TENSIOMETRO AUTOMATICO MULTIPARAMETRICO | PHILIPS | SURESINGS VS3 | US70101002 | URGENCIAS GENERALES | | URGENTE |
| 21064 | TENSIOMETRO DIGITAL | WELCH ALLYN | 53000 | JA110458 | NEONATOLOGIA | 28/05/2012 | URGENTE |
| 16905 | TENSIOMETRO ELECTRONICO | OMRON M-6 AC | REF PF019048 | 20140100272vg | ALMACEN HOSPITAL | 14/07/2014 | URGENTE |
| 16906 | TENSIOMETRO ELECTRONICO | OMRON M-6 AC | REF PF019048 | 20140100300vg | ALMACEN HOSPITAL | 14/07/2014 | URGENTE |
| 16907 | TENSIOMETRO ELECTRONICO | OMRON M-6 AC | REF PF019048 | 20140100275vg | ALMACEN HOSPITAL | 14/07/2014 | URGENTE |
| 10262 | TENSIOMETRO MANUAL | RIESTER | BIG BEN | | PEDIATRIA HOSPITALIZACION | 22/02/2006 | URGENTE |
| 10273 | TENSIOMETRO MANUAL | RIESTER | BIG BEN | | DIAA | 23/02/2006 | URGENTE |
| 10274 | TENSIOMETRO MANUAL | RIESTER | BIG BEN | | DIAA | 23/02/2006 | URGENTE |
| 10277 | TENSIOMETRO MANUAL | RIESTER | BIG BEN | | RADIOLOGIA HOSPITAL | 23/02/2006 | URGENTE |
| 10486 | TENSIOMETRO MANUAL | RIESTER | BIG BEN | | U.HOSPIT. 4-B | 04/05/2006 | URGENTE |
| 10487 | TENSIOMETRO MANUAL | RIESTER | BIG BEN | | RADIOLOGIA HOSPITAL | 10/05/2006 | URGENTE |
| 10488 | TENSIOMETRO MANUAL | RIESTER | BIG BEN | | U.HOSPIT. 4-A | 10/05/2006 | URGENTE |

ANEXO I .- PA 11-2021 INVENTARIO EQUIPOS ELECTROMÉDICOS HOSPITAL U. SEVERO OCHOA

| Código | Equipo | Marca | Modelo | Número Serie | Unidad | Fecha | Nivel |
|--------|--------------------|-------------|----------------------|--------------|-----------------------------------|------------|---------|
| 10489 | TENSIOMETRO MANUAL | RIESTER | BIG BEN | | U.HOSPIT. 4-B | 10/05/2006 | URGENTE |
| 10490 | TENSIOMETRO MANUAL | RIESTER | BIG BEN | | DIALISIS HOSPITAL | 10/05/2006 | URGENTE |
| 10491 | TENSIOMETRO MANUAL | RIESTER | BIG BEN | | DIALISIS HOSPITAL | 10/05/2006 | URGENTE |
| 10492 | TENSIOMETRO MANUAL | RIESTER | BIG BEN | | U. HOSPIT. 3-C | 10/05/2006 | URGENTE |
| 10493 | TENSIOMETRO MANUAL | RIESTER | BIG BEN | | U. HOSPIT. 3-C | 10/05/2006 | URGENTE |
| 10494 | TENSIOMETRO MANUAL | RIESTER | BIG BEN | | U.HOSPIT. 2-A | 10/05/2006 | URGENTE |
| 10495 | TENSIOMETRO MANUAL | RIESTER | BIG BEN | | U.HOSPIT. 2-A | 10/05/2006 | URGENTE |
| 10499 | TENSIOMETRO MANUAL | RIESTER | MINIMUS II | | U. HOSPIT. 2-C | 11/05/2006 | URGENTE |
| 10501 | TENSIOMETRO MANUAL | RIESTER | MIMINUS II | | PRUEBAS ESPECIALES ENDOSCOPIAS | 11/05/2006 | URGENTE |
| 10502 | TENSIOMETRO MANUAL | RIESTER | MINIMUS II | | HOSPITAL DE DIA | 10/05/2006 | URGENTE |
| 10644 | TENSIOMETRO MANUAL | RIESTER | BIG BEN | | DGVC | 11/05/2006 | URGENTE |
| 10718 | TENSIOMETRO MANUAL | RIESTER | MINIMUS II | SIN N/SERIE | C. EXTERNAS M.A.L.G. | 29/06/2006 | URGENTE |
| 10719 | TENSIOMETRO MANUAL | RIESTER | MINIMUS II | | C. EXTERNAS M.A.L.G. | 29/06/2006 | URGENTE |
| 10835 | TENSIOMETRO MANUAL | RIESTER | BIG BEN | | MIRC-M | 28/09/2006 | URGENTE |
| 11014 | TENSIOMETRO MANUAL | RIESTER | MINIMUS II | | PRUEBAS ESPECIALES ENDOSCOPIAS | 16/11/2006 | URGENTE |
| 11187 | TENSIOMETRO MANUAL | RIESTER | BIG BEN | | U.HOSPIT. 3-B | 04/04/2007 | URGENTE |
| 11188 | TENSIOMETRO MANUAL | RIESTER | BIG BEN | | U.HOSPIT. 3-B | 04/04/2007 | URGENTE |
| 11277 | TENSIOMETRO MANUAL | RIESTER | BIG BEN | | U.HOSPIT. 4-B | 24/05/2007 | URGENTE |
| 11279 | TENSIOMETRO MANUAL | RIESTER | MINIMUS II | | URGENCIAS GENERALES | 24/05/2007 | URGENTE |
| 11281 | TENSIOMETRO MANUAL | RIESTER | MINIMUS II | | URGENCIAS GENERALES | 24/05/2007 | URGENTE |
| 11282 | TENSIOMETRO MANUAL | RIESTER | MINIMUS II | | URGENCIAS GENERALES | 24/05/2007 | URGENTE |
| 11283 | TENSIOMETRO MANUAL | RIESTER | MINIMUS II | | URGENCIAS GENERALES | 24/05/2007 | URGENTE |
| 11284 | TENSIOMETRO MANUAL | RIESTER | BIG BEN | | DIALISIS HOSPITAL | 24/05/2007 | URGENTE |
| 11286 | TENSIOMETRO MANUAL | RIESTER | BIG BEN | | U.HOSPIT. 4-C | 24/05/2007 | URGENTE |
| 11304 | TENSIOMETRO MANUAL | RIESTER | MINIMUS II | | C. EXTERNAS M.A.L.G. | 24/05/2007 | URGENTE |
| 11305 | TENSIOMETRO MANUAL | VARIAS | VARIOS | | C. EXTERNAS M.A.L.G. | 24/05/2007 | URGENTE |
| 11390 | TENSIOMETRO MANUAL | RIESTER | BIG BEN | LF3655-109 | ENDOCRINO CONSULTAS | 14/06/2007 | URGENTE |
| 13106 | TENSIOMETRO MANUAL | WELCH ALLYN | MAXI STABIL 3 | | DIALISIS HOSPITAL | | URGENTE |
| 15346 | TENSIOMETRO MANUAL | RIESTER | ANEROIDE REF. LF1468 | 100613776 | U. HOSPIT. 3-C | 20/05/2010 | URGENTE |
| 15348 | TENSIOMETRO MANUAL | RIESTER | ANEROIDE REF. LF1468 | | U.HOSPIT. 4-A | 20/05/2010 | URGENTE |
| 15354 | TENSIOMETRO MANUAL | RIESTER | LF459+108 | | M. INTERNA CONSULTAS | 20/05/2010 | URGENTE |
| 15363 | TENSIOMETRO MANUAL | RIESTER | LF 1312 | | HOSPITAL DE DIA | 20/05/2010 | URGENTE |
| 15364 | TENSIOMETRO MANUAL | RIESTER | LF 1312 | | CARDIOLOGIA M.A.L.G. | 20/05/2010 | URGENTE |
| 15365 | TENSIOMETRO MANUAL | RIESTER | LF 1312 | | U. HOSPIT. 2-C | 20/05/2010 | URGENTE |
| 15527 | TENSIOMETRO MANUAL | RIESTER | LF 1312 | | PRUEBAS ESPECIALES ENDOSCOPIAS | 21/07/2010 | URGENTE |
| 15528 | TENSIOMETRO MANUAL | RIESTER | LF 1312 | | ALMACEN HOSPITAL | 21/07/2010 | URGENTE |
| 15553 | TENSIOMETRO MANUAL | RIESTER | LF 1312 | | ALMACEN HOSPITAL | 05/08/2010 | URGENTE |

ANEXO I .- PA 11-2021 INVENTARIO EQUIPOS ELECTROMÉDICOS HOSPITAL U. SEVERO OCHOA

| Código | Equipo | Marca | Modelo | Número Serie | Unidad | Fecha | Nivel |
|--------|--------------------|---------|------------------------|--------------|----------------------|------------|---------|
| 16526 | TENSIOMETRO MANUAL | RIESTER | BIG BEN, REF. 1468LF | | U.HOSPIT. 4-A | 11/06/2012 | URGENTE |
| 16527 | TENSIOMETRO MANUAL | RIESTER | BIG BEN, REF. 1468LF | | U.HOSPIT. 4-A | 11/06/2012 | URGENTE |
| 16534 | TENSIOMETRO MANUAL | RIESTER | MINMUS II, REF. 1312LF | 1203021844 | ENDP-E | 11/06/2012 | URGENTE |
| 20021 | TENSIOMETRO MANUAL | RIESTER | BIG BEN | S/N | U.HOSPIT. 4-A | | URGENTE |
| 20024 | TENSIOMETRO MANUAL | RIESTER | BIG BEN | S/N | U.HOSPIT. 4-A | | URGENTE |
| 20034 | TENSIOMETRO MANUAL | RIESTER | BIG BEN | S/N | U.HOSPIT. 4-A | | URGENTE |
| 20060 | TENSIOMETRO MANUAL | RIESTER | BIG BEN | S/N | U.HOSPIT. 4-B | | URGENTE |
| 20061 | TENSIOMETRO MANUAL | RIESTER | BIG BEN | 050265089 | U.HOSPIT. 4-B | 27/07/2005 | URGENTE |
| 20077 | TENSIOMETRO MANUAL | RIESTER | BIG BEN | S/N | U.HOSPIT. 4-B | | URGENTE |
| 20095 | TENSIOMETRO MANUAL | RIESTER | BIG BEN | S/N | U.HOSPIT. 4-B | 11/06/2012 | URGENTE |
| 20140 | TENSIOMETRO MANUAL | RIESTER | BIG BEN | S/N | U.HOSPIT. 4-C | | URGENTE |
| 20145 | TENSIOMETRO MANUAL | RIESTER | BIG BEN | S/N | U.HOSPIT. 4-C | 20/05/2010 | URGENTE |
| 20155 | TENSIOMETRO MANUAL | RIESTER | BIG BEN | S/N | U.HOSPIT. 4-C | | URGENTE |
| 20194 | TENSIOMETRO MANUAL | RIESTER | BIG BEN | S/N | U.HOSPIT. 3-A | | URGENTE |
| 20243 | TENSIOMETRO MANUAL | RIESTER | BIG BEN | S/N | U.HOSPIT. 3-B | 20/05/2010 | URGENTE |
| 20284 | TENSIOMETRO MANUAL | RIESTER | BIG BEN | S/N | U. HOSPIT. 3-C | | URGENTE |
| 20325 | TENSIOMETRO MANUAL | RIESTER | BIG BEN | S/N | U. HOSPIT. 3-C | | URGENTE |
| 20368 | TENSIOMETRO MANUAL | RIESTER | BIG BEN | S/N | U.HOSPIT. 2-A | | URGENTE |
| 20369 | TENSIOMETRO MANUAL | RIESTER | BIG BEN | S/N | U.HOSPIT. 2-A | | URGENTE |
| 20370 | TENSIOMETRO MANUAL | RIESTER | BIG BEN | S/N | U.HOSPIT. 2-A | | URGENTE |
| 20371 | TENSIOMETRO MANUAL | RIESTER | BIG BEN | S/N | U.HOSPIT. 2-A | | URGENTE |
| 20394 | TENSIOMETRO MANUAL | RIESTER | BIG BEN | S/N | U.HOSPIT. 2-A | | URGENTE |
| 20407 | TENSIOMETRO MANUAL | RIESTER | BIG BEN | | U.HOSPIT. 2-A | 24/05/2007 | URGENTE |
| 20438 | TENSIOMETRO MANUAL | RIESTER | BIG BEN | S/N | U. HOSPIT. 2-C | | URGENTE |
| 20439 | TENSIOMETRO MANUAL | RIESTER | BIG BEN | S/N | U. HOSPIT. 2-C | | URGENTE |
| 20453 | TENSIOMETRO MANUAL | RIESTER | BIG BEN | S/N | U. HOSPIT. 2-C | | URGENTE |
| 20454 | TENSIOMETRO MANUAL | RIESTER | BIG BEN | S/N | U. HOSPIT. 2-C | | URGENTE |
| 20938 | TENSIOMETRO MANUAL | RIESTER | BIG BEN | S/N | PARITORIO | | URGENTE |
| 21112 | TENSIOMETRO MANUAL | RIESTER | BIG BEN | S/N | U.HOSPIT. 2-A | | URGENTE |
| 21212 | TENSIOMETRO MANUAL | RIESTER | BIG BEN | S/N | URGENCIAS GENERALES | 20/05/2010 | URGENTE |
| 21219 | TENSIOMETRO MANUAL | RIESTER | BIG BEN | S/N | URGENCIAS GENERALES | | URGENTE |
| 21221 | TENSIOMETRO MANUAL | RIESTER | BIG BEN | S/N | URGENCIAS GENERALES | | URGENTE |
| 21255 | TENSIOMETRO MANUAL | RIESTER | BIG BEN | S/N | RADIOLOGIA HOSPITAL | | URGENTE |
| 21256 | TENSIOMETRO MANUAL | RIESTER | BIG BEN | S/N | RADIOLOGIA HOSPITAL | | URGENTE |
| 21268 | TENSIOMETRO MANUAL | RIESTER | BIG BEN | | RADIOLOGIA HOSPITAL | 23/02/2006 | URGENTE |
| 21291 | TENSIOMETRO MANUAL | RIESTER | BIG BEN | | RADIOLOGIA HOSPITAL | 23/02/2006 | URGENTE |
| 21508 | TENSIOMETRO MANUAL | RIESTER | BIG BEN | S/N | C. EXTERNAS HOSPITAL | | URGENTE |
| 21549 | TENSIOMETRO MANUAL | RIESTER | BIG BEN | S/N | C. EXTERNAS HOSPITAL | 13/03/2002 | URGENTE |
| 21553 | TENSIOMETRO MANUAL | RIESTER | BIG BEN | S/N | C. EXTERNAS HOSPITAL | | URGENTE |

ANEXO I .- PA 11-2021 INVENTARIO EQUIPOS ELECTROMÉDICOS HOSPITAL U. SEVERO OCHOA

| Código | Equipo | Marca | Modelo | Número Serie | Unidad | Fecha | Nivel |
|--------|--------------------|-------------|---------------|--------------|-------------------------|------------|---------|
| 21575 | TENSIOMETRO MANUAL | RIESTER | BIG BEN | S/N | C. EXTERNAS HOSPITAL | | URGENTE |
| 21594 | TENSIOMETRO MANUAL | RIESTER | BIG BEN | S/N | C. EXTERNAS HOSPITAL | | URGENTE |
| 21608 | TENSIOMETRO MANUAL | ACCOSON | S/M | S/N | C. EXTERNAS HOSPITAL | | URGENTE |
| 21609 | TENSIOMETRO MANUAL | ACCOSON | S/M | S/N | C. EXTERNAS HOSPITAL | | URGENTE |
| 21613 | TENSIOMETRO MANUAL | RIESTER | BIG BEN | S/N | C. EXTERNAS HOSPITAL | 09/10/2002 | URGENTE |
| 21640 | TENSIOMETRO MANUAL | WELCH ALLYN | LIFETIME | 130118145406 | C. EXTERNAS HOSPITAL | | URGENTE |
| 21646 | TENSIOMETRO MANUAL | WELCH ALLYN | LIFETIME | 130122062966 | C. EXTERNAS HOSPITAL | | URGENTE |
| 21653 | TENSIOMETRO MANUAL | RIESTER | BIG BEN | S/N | C. EXTERNAS HOSPITAL | 11/06/2012 | URGENTE |
| 21657 | TENSIOMETRO MANUAL | WELCH ALLYN | LIFETIME | 130121100686 | C. EXTERNAS HOSPITAL | | URGENTE |
| 21737 | TENSIOMETRO MANUAL | WELCH ALLYN | LIFETIME | 130118082096 | REHABILITACION HOSPITAL | | URGENTE |
| 22167 | TENSIOMETRO MANUAL | RIESTER | BIG BEN | S/N | DIALISIS HOSPITAL | 20/05/2010 | URGENTE |
| 22174 | TENSIOMETRO MANUAL | RIESTER | BIG BEN | S/N | DIALISIS HOSPITAL | | URGENTE |
| 22187 | TENSIOMETRO MANUAL | RIESTER | BIG BEN | S/N | DIALISIS HOSPITAL | 20/05/2010 | URGENTE |
| 22191 | TENSIOMETRO MANUAL | RIESTER | BIG BEN | S/N | DIALISIS HOSPITAL | | URGENTE |
| 22196 | TENSIOMETRO MANUAL | RIESTER | BIG BEN | S/N | DIALISIS HOSPITAL | | URGENTE |
| 22250 | TENSIOMETRO MANUAL | WELCH ALLYN | LIFETIME | 110627114848 | DIALISIS HOSPITAL | | URGENTE |
| 22258 | TENSIOMETRO MANUAL | RIESTER | BIG BEN | S/N | DIALISIS HOSPITAL | 24/05/2007 | URGENTE |
| 22260 | TENSIOMETRO MANUAL | RIESTER | BIG BEN | S/N | DIALISIS HOSPITAL | | URGENTE |
| 22263 | TENSIOMETRO MANUAL | WELCH ALLYN | MAXI STABIL 3 | S/N | DIALISIS HOSPITAL | | URGENTE |
| 22267 | TENSIOMETRO MANUAL | WELCH ALLYN | MAXI STABIL 3 | S/N | DIALISIS HOSPITAL | | URGENTE |
| 22279 | TENSIOMETRO MANUAL | RIESTER | BIG BEN | S/N | U.HOSPIT. 3-B | | URGENTE |
| 22280 | TENSIOMETRO MANUAL | RIESTER | BIG BEN | S/N | U.HOSPIT. 3-B | | URGENTE |
| 22306 | TENSIOMETRO MANUAL | RIESTER | BIG BEN | S/N | DIALISIS HOSPITAL | | URGENTE |
| 22328 | TENSIOMETRO MANUAL | WELCH ALLYN | MAXI STABIL 3 | S/N | DIALISIS HOSPITAL | | URGENTE |

ANEXO I .- PA 11-2021 INVENTARIO EQUIPOS ELECTROMÉDICOS HOSPITAL U. SEVERO OCHOA

| Código | Equipo | Marca | Modelo | Número Serie | Unidad | Fecha | Nivel |
|--------|--------------------|---------|---------|---------------|-----------------------------------|------------|---------|
| 22530 | TENSIOMETRO MANUAL | RIESTER | BIG BEN | S/N | U.HOSPIT. 3-B | | URGENTE |
| 22550 | TENSIOMETRO MANUAL | RIESTER | BIG BEN | | U.HOSPIT. 3-B | 27/10/2005 | URGENTE |
| 22556 | TENSIOMETRO MANUAL | RIESTER | BIG BEN | | CARDIOLOGIA CONSULTAS | 11/06/2012 | URGENTE |
| 22869 | TENSIOMETRO MANUAL | OMRON | M6 AC | 20140201624VG | U. HOSPIT. 2-C | | URGENTE |
| 22886 | TENSIOMETRO MANUAL | OMRON | M6 AC | 20160803480VG | U. HOSPIT. 2-C | 21/12/2016 | URGENTE |
| 22887 | TENSIOMETRO MANUAL | OMRON | M6 AC | 20160803479V6 | U. HOSPIT. 2-C | 21/12/2016 | URGENTE |
| 22971 | TENSIOMETRO MANUAL | OMRON | M6 AC | 20160803477VG | OBSTETRICIA M.A.L.G. | 21/12/2016 | URGENTE |
| 22972 | TENSIOMETRO MANUAL | OMRON | M6 AC | 20160803475VG | ENDOCRINO M.A.L.G. | 21/12/2016 | URGENTE |
| 22973 | TENSIOMETRO MANUAL | OMRON | M6 AC | 20160803473VG | ENDOCRINO CONSULTAS | 21/12/2016 | URGENTE |
| 23131 | TENSIOMETRO MANUAL | OMRON | M6 AC | 20170901480 | ALMACEN HOSPITAL | 05/12/2017 | URGENTE |
| 23132 | TENSIOMETRO MANUAL | OMRON | M6 AC | 20170901451 | ALMACEN HOSPITAL | 05/12/2017 | URGENTE |
| 2845 | TENSIOMETRO MANUAL | RIESTER | | | HOSPITAL DE DIA | 10/10/2000 | URGENTE |
| 3862 | TENSIOMETRO MANUAL | RIESTER | 1042 | | PRUEBAS ESPECIALES ENDOSCOPIAS | 16/01/2002 | URGENTE |
| 3865 | TENSIOMETRO MANUAL | RIESTER | 1042 | SIN N/SERIE | PRUEBAS ESPECIALES ENDOSCOPIAS | 16/01/2002 | URGENTE |
| 3867 | TENSIOMETRO MANUAL | RIESTER | 1042 | SIN N/SERIE | PRUEBAS ESPECIALES ENDOSCOPIAS | 16/01/2002 | URGENTE |
| 4849 | TENSIOMETRO MANUAL | RIESTER | 1112 | | ANESTESIA CONSULTA | 10/10/2000 | URGENTE |
| 5630 | TENSIOMETRO MANUAL | RIESTER | BIG BEN | | C. EXTERNAS HOSPITAL | 13/03/2002 | URGENTE |
| 5632 | TENSIOMETRO MANUAL | RIESTER | BIG BEN | | C. EXTERNAS HOSPITAL | 13/03/2002 | URGENTE |
| 5633 | TENSIOMETRO MANUAL | RIESTER | BIG BEN | | C. EXTERNAS HOSPITAL | 13/03/2002 | URGENTE |
| 6054 | TENSIOMETRO MANUAL | RIESTER | BIG BEN | | M. INTERNA CONSULTAS | 09/10/2002 | URGENTE |
| 8186 | TENSIOMETRO MANUAL | RIESTER | BIG BEN | | U.HOSPIT. 3-A | 05/03/2003 | URGENTE |
| 8187 | TENSIOMETRO MANUAL | RIESTER | BIG BEN | | U.HOSPIT. 3-A | 05/03/2003 | URGENTE |
| 8188 | TENSIOMETRO MANUAL | RIESTER | BIG BEN | | U. HOSPIT. 3-C | 14/08/2002 | URGENTE |
| 8189 | TENSIOMETRO MANUAL | RIESTER | BIG BEN | | U.HOSPIT. 3-B | 14/08/2002 | URGENTE |
| 8381 | TENSIOMETRO MANUAL | RIESTER | BIG BEN | | ENDA | 30/04/2003 | URGENTE |
| 8382 | TENSIOMETRO MANUAL | RIESTER | BIG BEN | | ENDA | 30/04/2003 | URGENTE |
| 8383 | TENSIOMETRO MANUAL | RIESTER | BIG BEN | SIN N/SERIE | ENDA | 30/04/2003 | URGENTE |
| 8384 | TENSIOMETRO MANUAL | RIESTER | BIG BEN | SIN N/SERIE | OBSA | 30/04/2003 | URGENTE |
| 8385 | TENSIOMETRO MANUAL | RIESTER | BIG BEN | | OBSA | 30/04/2003 | URGENTE |
| 8386 | TENSIOMETRO MANUAL | RIESTER | BIG BEN | | DIAA | 30/04/2003 | URGENTE |
| 8387 | TENSIOMETRO MANUAL | RIESTER | BIG BEN | | DIAA | 30/04/2003 | URGENTE |
| 8391 | TENSIOMETRO MANUAL | RIESTER | BIG BEN | | HOSPITAL DE DIA | 30/04/2003 | URGENTE |
| 8392 | TENSIOMETRO MANUAL | RIESTER | BIG BEN | | HOSPITAL DE DIA | 30/04/2003 | URGENTE |
| 8393 | TENSIOMETRO MANUAL | RIESTER | BIG BEN | | U.HOSPIT. 2-A | 30/04/2003 | URGENTE |
| 8394 | TENSIOMETRO MANUAL | RIESTER | BIG BEN | | U.HOSPIT. 2-A | 30/04/2003 | URGENTE |

ANEXO I .- PA 11-2021 INVENTARIO EQUIPOS ELECTROMÉDICOS HOSPITAL U. SEVERO OCHOA

| Código | Equipo | Marca | Modelo | Número Serie | Unidad | Fecha | Nivel |
|--------|---------------------------|--------------------|------------------------|--------------|------------------------------------|------------|---------|
| 8400 | TENSIOMETRO MANUAL | RIESTER | BIG BEN | | URGENCIAS GENERALES | 30/04/2003 | URGENTE |
| 8735 | TENSIOMETRO MANUAL | RIESTER | BIG BEN | | DIALISIS HOSPITAL | 10/03/2004 | URGENTE |
| 8736 | TENSIOMETRO MANUAL | RIESTER | BIG BEN | | DIALISIS HOSPITAL | 10/03/2004 | URGENTE |
| 8840 | TENSIOMETRO MANUAL | RIESTER | BIG BEN | | U. HOSPIT. 2-C | 09/06/2004 | URGENTE |
| 8850 | TENSIOMETRO MANUAL | RIESTER | BIG BEN | | PARITORIO | 07/07/2004 | URGENTE |
| 8953 | TENSIOMETRO MANUAL | RIESTER | BIG BEN | | U.HOSPIT. 3-B | 15/09/2004 | URGENTE |
| 8955 | TENSIOMETRO MANUAL | RIESTER | BIG BEN | | URGENCIAS GENERALES | 15/09/2004 | URGENTE |
| 8956 | TENSIOMETRO MANUAL | RIESTER | BIG BEN | SIN N/SERIE | URGENCIAS GENERALES | 15/09/2004 | URGENTE |
| 8957 | TENSIOMETRO MANUAL | RIESTER | BIG BEN | | U. HOSPIT. 3-C | 15/09/2004 | URGENTE |
| 8958 | TENSIOMETRO MANUAL | RIESTER | BIG BEN | | U.HOSPIT. 4-A | 15/09/2004 | URGENTE |
| 8959 | TENSIOMETRO MANUAL | RIESTER | BIG BEN | | U.HOSPIT. 2-A | 15/09/2004 | URGENTE |
| 8960 | TENSIOMETRO MANUAL | RIESTER | BIG BEN | | PREVENCION DE RIESGOS LABORALES | 15/09/2004 | URGENTE |
| 9719 | TENSIOMETRO MANUAL | RIESTER | BIG BEN | | U. HOSPIT. 2-C | 27/07/2005 | URGENTE |
| 9721 | TENSIOMETRO MANUAL | RIESTER | BIG BEN | | U.HOSPIT. 3-B | 27/07/2005 | URGENTE |
| 9723 | TENSIOMETRO MANUAL | RIESTER | BIG BEN | 041015709 | U.HOSPIT. 4-B | 27/07/2005 | URGENTE |
| 9724 | TENSIOMETRO MANUAL | RIESTER | BIG BEN | | U. HOSPIT. 3-C | 27/07/2005 | URGENTE |
| 9873 | TENSIOMETRO MANUAL | RIESTER | MINIMUS II | | CARP-M | 05/10/2005 | URGENTE |
| 9874 | TENSIOMETRO MANUAL | RIESTER | MINIMUS II | | BLOQUE QUIRURGICO | 14/09/2005 | URGENTE |
| 9875 | TENSIOMETRO MANUAL | RIESTER | MINIMUS II | | BLOQUE QUIRURGICO | 14/09/2005 | URGENTE |
| 9876 | TENSIOMETRO MANUAL | RIESTER | MINIMUS II | | BLOQUE QUIRURGICO | 14/09/2005 | URGENTE |
| 3351 | TEÑIDOR AUTOM.FROTIS HEMA | HEMATEK | 2000 | 100039 | LAB. HEMATOLOGIA HOSPITAL | 13/08/1996 | URGENTE |
| 5827 | TEÑIDOR AUTOM.FROTIS HEMA | HEMATEK | 2000 | A100032 | LAB. HEMATOLOGIA HOSPITAL | 01/01/1996 | URGENTE |
| 21927 | TEÑIDOR AUTOMATICO | SAKURA | TISSUE-TEK DRS 2000 | 49310072 | A. PATOLÓGICA HOSPITAL | 25/09/1998 | URGENTE |
| 22796 | TEÑIDOR AUTOMATICO | SIEMENS | HEMATEK | 4488C208888 | LAB. HEMATOLOGIA HOSPITAL | 01/01/2011 | URGENTE |
| 21894 | TERMOBLOC | JP SELECTA | TEMBLOC (REF: 7462200) | 0489138 | A. PATOLÓGICA HOSPITAL | | URGENTE |
| 21895 | TERMOBLOC | THERMO FISHER | FB15101 | SB1B08331 | A. PATOLÓGICA HOSPITAL | | URGENTE |
| 21904 | TERMOBLOC | EPPENDORF | THERMOMIXER COMFORT | 5355 29577 | A. PATOLÓGICA HOSPITAL | | URGENTE |
| 21937 | TERMOBLOC | JP SELECTA | MULTIPLACES | 0452204 | A. PATOLÓGICA HOSPITAL | | URGENTE |
| 21940 | TERMOCICLADOR | PERKIN ELMER | 2400 | 803N7030427 | A. PATOLÓGICA HOSPITAL | | URGENTE |
| 21941 | TERMOCICLADOR | APPLIED BIOSYSTEMS | GENEAMP PCR 2700 | 270S1070582 | A. PATOLÓGICA HOSPITAL | 25/07/2001 | URGENTE |
| 21942 | TERMOCICLADOR | ROCHE DIAGNOSTICS | TAQMAN48 | 1420 | A. PATOLÓGICA HOSPITAL | | URGENTE |
| 15712 | TERMOMETRO DIGITAL | GE | EXERGEN-EX124379 | 0212225 | ALMACEN HOSPITAL | 21/10/2010 | URGENTE |
| 15715 | TERMOMETRO DIGITAL | GE | EXERGEN-EX124379 | 0212208 | ALMACEN HOSPITAL | 21/10/2010 | URGENTE |
| 15717 | TERMOMETRO DIGITAL | GE | EXERGEN-EX124379 | 0212207 | ALMACEN HOSPITAL | 21/10/2010 | URGENTE |
| 15718 | TERMOMETRO DIGITAL | GE | EXERGEN-EX124379 | 0216253 | ALMACEN HOSPITAL | 21/10/2010 | URGENTE |
| 15719 | TERMOMETRO DIGITAL | GE | EXERGEN-EX124379 | 0212202 | ALMACEN HOSPITAL | 21/10/2010 | URGENTE |
| 15720 | TERMOMETRO DIGITAL | GE | EXERGEN-EX124379 | 0212241 | BLOQUE QUIRURGICO | 21/10/2010 | URGENTE |

ANEXO I .- PA 11-2021 INVENTARIO EQUIPOS ELECTROMÉDICOS HOSPITAL U. SEVERO OCHOA

| Código | Equipo | Marca | Modelo | Número Serie | Unidad | Fecha | Nivel |
|--------|--------------------|---------|-------------------------|--------------|---------------------------|------------|---------|
| 15722 | TERMOMETRO DIGITAL | GE | EXERGEN-EX124379 | 0212209 | ALMACEN HOSPITAL | 21/10/2010 | URGENTE |
| 15723 | TERMOMETRO DIGITAL | GE | EXERGEN-EX124379 | 0212222 | ALMACEN HOSPITAL | 21/10/2010 | URGENTE |
| 15724 | TERMOMETRO DIGITAL | GE | EXERGEN-EX124379 | 0212203 | ALMACEN HOSPITAL | 21/10/2010 | URGENTE |
| 15725 | TERMOMETRO DIGITAL | GE | EXERGEN-EX124379 | 0212210 | U. HOSPIT. 2-C | 21/10/2010 | URGENTE |
| 15726 | TERMOMETRO DIGITAL | GE | EXERGEN-EX124379 | 0212205 | ALMACEN HOSPITAL | 21/10/2010 | URGENTE |
| 15727 | TERMOMETRO DIGITAL | GE | EXERGEN-EX124379 | 0223867 | QUIRÓFANO AMBULANTE | 21/10/2010 | URGENTE |
| 15728 | TERMOMETRO DIGITAL | GE | EXERGEN-EX124379 | A371216 | TRAUMA HOSPITALIZACION | 21/10/2010 | URGENTE |
| 15729 | TERMOMETRO DIGITAL | GE | EXERGEN-EX124379 | 0216255 | ALMACEN HOSPITAL | 21/10/2010 | URGENTE |
| 15730 | TERMOMETRO DIGITAL | GE | EXERGEN-EX124379 | 0212213 | UNIDAD DEL DOLOR | 21/10/2010 | URGENTE |
| 15734 | TERMOMETRO DIGITAL | GE | EXERGEN-EX124379 | 0212244 | ALMACEN HOSPITAL | 21/10/2010 | URGENTE |
| 15735 | TERMOMETRO DIGITAL | GE | EXERGEN-EX124379 | 0212218 | URG. OBST.-GINECOLOGICAS | 21/10/2010 | URGENTE |
| 15736 | TERMOMETRO DIGITAL | GE | EXERGEN-EX124379 | 0212215 | ALMACEN HOSPITAL | 21/10/2010 | URGENTE |
| 15737 | TERMOMETRO DIGITAL | GE | EXERGEN-EX124379 | 0212220 | ALMACEN HOSPITAL | 21/10/2010 | URGENTE |
| 15738 | TERMOMETRO DIGITAL | GE | EXERGEN-EX124379 | 0212245 | ALMACEN HOSPITAL | 21/10/2010 | URGENTE |
| 15739 | TERMOMETRO DIGITAL | GE | EXERGEN-EX124379 | 0212242 | ALMACEN HOSPITAL | 21/10/2010 | URGENTE |
| 15741 | TERMOMETRO DIGITAL | GE | EXERGEN-EX124379 | 0212201 | BANCO DE SANGRE | 21/10/2010 | URGENTE |
| 15743 | TERMOMETRO DIGITAL | GE | EXERGEN-EX124379 | 0221154 | ALMACEN HOSPITAL | 21/10/2010 | URGENTE |
| 15744 | TERMOMETRO DIGITAL | GE | EXERGEN-EX124379 | 0212224 | ALMACEN HOSPITAL | 21/10/2010 | URGENTE |
| 15747 | TERMOMETRO DIGITAL | GE | EXERGEN-EX124379 | 0212211 | URGENCIAS GENERALES | 21/10/2010 | URGENTE |
| 15749 | TERMOMETRO DIGITAL | GE | EXERGEN-EX124379 | 0216258 | ALMACEN HOSPITAL | 21/10/2010 | URGENTE |
| 15750 | TERMOMETRO DIGITAL | GE | EXERGEN-EX124379 | 0212200 | ALMACEN HOSPITAL | 21/10/2010 | URGENTE |
| 15751 | TERMOMETRO DIGITAL | GE | EXERGEN-EX124379 | 0212228 | HEMODINÁMICA | 21/10/2010 | URGENTE |
| 15762 | TERMOMETRO DIGITAL | GE | EXERGEN-EX124379 | 0216275 | ALMACEN HOSPITAL | 28/10/2010 | URGENTE |
| 15765 | TERMOMETRO DIGITAL | GE | EXERGEN-EX124379 | 0212247 | U.HOSPIT. 3-B | 28/10/2010 | URGENTE |
| 15771 | TERMOMETRO DIGITAL | GE | EXERGEN-EX124379 | 0216265 | U.HOSPIT. 2-A | 28/10/2010 | URGENTE |
| 15772 | TERMOMETRO DIGITAL | GE | EXERGEN-EX124379 | 0216277 | U.HOSPIT. 2-A | 28/10/2010 | URGENTE |
| 15773 | TERMOMETRO DIGITAL | GE | EXERGEN-EX124379 | 0216273 | U. HOSPIT. 2-C | 28/10/2010 | URGENTE |
| 15777 | TERMOMETRO DIGITAL | GE | EXERGEN-EX124379 | 0216242 | REANIMACION | 28/10/2010 | URGENTE |
| 15779 | TERMOMETRO DIGITAL | GE | EXERGEN-EX124379 | 0171883 | NEONATOLOGIA | 28/10/2010 | URGENTE |
| 15784 | TERMOMETRO DIGITAL | GE | EXERGEN-EX124379 | 0212240 | PARITORIO | 28/10/2010 | URGENTE |
| 15790 | TERMOMETRO DIGITAL | GE | EXERGEN-EX124379 | 0216262 | PEDIATRIA HOSPITALIZACION | 28/10/2010 | URGENTE |
| 15791 | TERMOMETRO DIGITAL | GE | EXERGEN-EX124379 | 0216268 | C. EXTERNAS M.A.L.G. | 28/10/2010 | URGENTE |
| 15798 | TERMOMETRO DIGITAL | GE | EXERGEN-EX124379 | 0216248 | ALMACEN HOSPITAL | 28/10/2010 | URGENTE |
| 15802 | TERMOMETRO DIGITAL | GE | EXERGEN-EX124379 | 0212234 | URGENCIAS GENERALES | 28/10/2010 | URGENTE |
| 15803 | TERMOMETRO DIGITAL | GE | EXERGEN-EX124379 | 0212246 | URGENCIAS GENERALES | 28/10/2010 | URGENTE |
| 15804 | TERMOMETRO DIGITAL | GE | EXERGEN-EX124379 | 0212239 | URGENCIAS GENERALES | 28/10/2010 | URGENTE |
| 17346 | TERMOMETRO DIGITAL | DATE | MINI-DATENLOGGER | 37014237 | FARMACIA | | URGENTE |
| 20017 | TERMOMETRO DIGITAL | EXERGEN | EXERGEN ARTERIAL Y ORAL | 0171820 | U.HOSPIT. 4-A | 28/10/2010 | URGENTE |
| 20169 | TERMOMETRO DIGITAL | EXERGEN | EXERGEN ARTERIAL | A411572 | U.HOSPIT. 4-A | 28/10/2010 | URGENTE |

ANEXO I .- PA 11-2021 INVENTARIO EQUIPOS ELECTROMÉDICOS HOSPITAL U. SEVERO OCHOA

| Código | Equipo | Marca | Modelo | Número Serie | Unidad | Fecha | Nivel |
|--------|--------------------|---------|-------------------------|--------------|-------------------------------|------------|---------|
| 20170 | TERMOMETRO DIGITAL | EXERGEN | EXERGEN ARTERIAL Y ORAL | 0216250 | U.HOSPIT. 4-A | 21/10/2010 | URGENTE |
| 20173 | TERMOMETRO DIGITAL | EXERGEN | EXERGEN ARTERIAL Y ORAL | 0212214 | U.HOSPIT. 4-B | 21/10/2010 | URGENTE |
| 20174 | TERMOMETRO DIGITAL | EXERGEN | EXERGEN ARTERIAL Y ORAL | 0171875 | U.HOSPIT. 4-B | 28/10/2010 | URGENTE |
| 20181 | TERMOMETRO DIGITAL | EXERGEN | EXERGEN ARTERIAL Y ORAL | 0212223 | U.HOSPIT. 4-C | 21/10/2010 | URGENTE |
| 20182 | TERMOMETRO DIGITAL | EXERGEN | EXERGEN ARTERIAL Y ORAL | 0669756 | U.HOSPIT. 4-C | 28/10/2010 | URGENTE |
| 20183 | TERMOMETRO DIGITAL | EXERGEN | EXERGEN ARTERIAL Y ORAL | 0216282 | U.HOSPIT. 4-C | 28/10/2010 | URGENTE |
| 20189 | TERMOMETRO DIGITAL | EXERGEN | EXERGEN ARTERIAL Y ORAL | 0171832 | U.HOSPIT. 3-A | 28/10/2010 | URGENTE |
| 20228 | TERMOMETRO DIGITAL | EXERGEN | EXERGEN ARTERIAL Y ORAL | 0212236 | U.HOSPIT. 3-B | 28/10/2010 | URGENTE |
| 20299 | TERMOMETRO DIGITAL | EXERGEN | EXERGEN ARTERIAL Y ORAL | 08180001 | U. HOSPIT. 3-C | 28/10/2010 | URGENTE |
| 20300 | TERMOMETRO DIGITAL | EXERGEN | EXERGEN ARTERIAL Y ORAL | 0212199 | U. HOSPIT. 3-C | 21/10/2010 | URGENTE |
| 20302 | TERMOMETRO DIGITAL | EXERGEN | EXERGEN ARTERIAL Y ORAL | 0221141 | U. HOSPIT. 3-C | 28/10/2010 | URGENTE |
| 20387 | TERMOMETRO DIGITAL | EXERGEN | EXERGEN ARTERIAL Y ORAL | 0216264 | U.HOSPIT. 2-A | 28/10/2010 | URGENTE |
| 20388 | TERMOMETRO DIGITAL | EXERGEN | EXERGEN ARTERIAL Y ORAL | 0216247 | U.HOSPIT. 2-A | 28/10/2010 | URGENTE |
| 20389 | TERMOMETRO DIGITAL | EXERGEN | EXERGEN ARTERIAL Y ORAL | 0212212 | U.HOSPIT. 2-A | 21/10/2010 | URGENTE |
| 20457 | TERMOMETRO DIGITAL | EXERGEN | EXERGEN ARTERIAL Y ORAL | 0212221 | U. HOSPIT. 2-C | 21/10/2010 | URGENTE |
| 20458 | TERMOMETRO DIGITAL | EXERGEN | EXERGEN ARTERIAL Y ORAL | 0216241 | U. HOSPIT. 2-C | 28/10/2010 | URGENTE |
| 20591 | TERMOMETRO DIGITAL | EXERGEN | EXERGEN ARTERIAL Y ORAL | 0212204 | REANIMACION | 21/10/2010 | URGENTE |
| 20592 | TERMOMETRO DIGITAL | EXERGEN | EXERGEN ARTERIAL Y ORAL | 0216281 | REANIMACION | 28/10/2010 | URGENTE |
| 20619 | TERMOMETRO DIGITAL | EXERGEN | EXERGEN ARTERIAL | A790412 | MEDICINA INTENSIVA (SERVICIO) | 28/10/2010 | URGENTE |
| 20700 | TERMOMETRO DIGITAL | EXERGEN | EXERGEN ARTERIAL Y ORAL | 0212213 | UNIDAD DEL DOLOR | 01/01/1985 | URGENTE |
| 20893 | TERMOMETRO DIGITAL | EXERGEN | EXERGEN ARTERIAL Y ORAL | 0216243 | URG. PEDIATRICAS | 28/10/2010 | URGENTE |
| 20896 | TERMOMETRO DIGITAL | EXERGEN | EXERGEN ARTERIAL Y ORAL | 0171893 | URG. PEDIATRICAS | 28/10/2010 | URGENTE |
| 20906 | TERMOMETRO DIGITAL | EXERGEN | EXERGEN ARTERIAL Y ORAL | 0171873 | URG. PEDIATRICAS | 28/10/2010 | URGENTE |
| 20929 | TERMOMETRO DIGITAL | EXERGEN | EXERGEN ARTERIAL Y ORAL | 0221148 | PARITORIO | 28/10/2010 | URGENTE |
| 20962 | TERMOMETRO DIGITAL | EXERGEN | EXERGEN ARTERIAL Y ORAL | 0216279 | URG. OBST.-GINECOLOGICAS | 28/10/2010 | URGENTE |
| 21084 | TERMOMETRO DIGITAL | EXERGEN | EXERGEN ARTERIAL Y ORAL | 0216261 | PEDIATRIA HOSPITALIZACION | 28/10/2010 | URGENTE |
| 21085 | TERMOMETRO DIGITAL | EXERGEN | EXERGEN ARTERIAL Y ORAL | 0216245 | PEDIATRIA HOSPITALIZACION | 28/10/2010 | URGENTE |
| 21086 | TERMOMETRO DIGITAL | EXERGEN | EXERGEN ARTERIAL Y ORAL | 0212199 | PEDIATRIA HOSPITALIZACION | 28/10/2010 | URGENTE |
| 21147 | TERMOMETRO DIGITAL | EXERGEN | EXERGEN ARTERIAL Y ORAL | 0212235 | URGENCIAS GENERALES | 28/10/2010 | URGENTE |
| 21181 | TERMOMETRO DIGITAL | EXERGEN | EXERGEN ARTERIAL Y ORAL | A474800 | URGENCIAS GENERALES | 28/10/2010 | URGENTE |
| 21213 | TERMOMETRO DIGITAL | EXERGEN | EXERGEN ARTERIAL Y ORAL | 0212227 | URGENCIAS GENERALES | 21/10/2010 | URGENTE |
| 21226 | TERMOMETRO DIGITAL | EXERGEN | EXERGEN ARTERIAL Y ORAL | 0397392 | URGENCIAS GENERALES | 21/10/2010 | URGENTE |
| 21377 | TERMOMETRO DIGITAL | EXERGEN | EXERGEN ARTERIAL Y ORAL | 0212216 | RADIOLOGIA HOSPITAL | 21/10/2010 | URGENTE |
| 21390 | TERMOMETRO DIGITAL | EXERGEN | EXERGEN ARTERIAL Y ORAL | 0216244 | HOSPITAL DE DIA | 28/10/2010 | URGENTE |
| 21535 | TERMOMETRO DIGITAL | EXERGEN | EXERGEN ARTERIAL Y ORAL | 0216270 | C. EXTERNAS HOSPITAL | 28/10/2010 | URGENTE |
| 22176 | TERMOMETRO DIGITAL | EXERGEN | EXERGEN ARTERIAL Y ORAL | 823497 | DIALISIS HOSPITAL | 28/10/2010 | URGENTE |
| 22190 | TERMOMETRO DIGITAL | EXERGEN | EXERGEN ARTERIAL Y ORAL | 148678 | DIALISIS HOSPITAL | 28/10/2010 | URGENTE |
| 22253 | TERMOMETRO DIGITAL | EXERGEN | EXERGEN ARTERIAL | A408498 | DIALISIS HOSPITAL | 28/10/2010 | URGENTE |
| 22264 | TERMOMETRO DIGITAL | EXERGEN | EXERGEN ARTERIAL | A148663 | DIALISIS HOSPITAL | 28/10/2010 | URGENTE |

ANEXO I .- PA 11-2021 INVENTARIO EQUIPOS ELECTROMÉDICOS HOSPITAL U. SEVERO OCHOA

| Código | Equipo | Marca | Modelo | Número Serie | Unidad | Fecha | Nivel |
|--------|--|-------------------------|-------------------------|--------------|--------------------------------|------------|---------|
| 22506 | TERMOMETRO DIGITAL | EXERGEN | EXERGEN ARTERIAL Y ORAL | A743315 | U.HOSPIT. 4-B | | URGENTE |
| 22548 | TERMOMETRO DIGITAL | EXERGEN | EXERGEN ARTERIAL | A539319 | DIALISIS HOSPITAL | 19/09/2016 | URGENTE |
| 22549 | TERMOMETRO DIGITAL | EXERGEN | EXERGEN ARTERIAL Y ORAL | A823730 | U.HOSPIT. 3-B | 19/09/2016 | URGENTE |
| 22674 | TERMOMETRO DIGITAL | GE | EXERGEN-EX124379 | 365115 | MEDICINA INTENSIVA (SERVICIO) | 28/10/2010 | URGENTE |
| 11130 | TERMOMETRO DIGITAL CON Sonda PARA BAÑO | XS | TEMP5 CON Sonda PT100 | 365326 | BANCO DE SANGRE | 08/03/2007 | URGENTE |
| 11132 | TERMOMETRO DIGITAL CON Sonda PARA BAÑO | XS | TEMP5 CON Sonda PT100 | 365331 | A. PATOLÓGICA HOSPITAL | 08/03/2007 | URGENTE |
| 11131 | TERMOMETRO DIGITAL CON Sonda PARA CONGELADORES | XS | TEMP5 CON Sonda PT100 | 365330 | BANCO DE SANGRE | 08/03/2007 | URGENTE |
| 22803 | TERMOMETRO DIGITAL CON Sonda PARA CONGELADORES | XS | TEMP5 CON Sonda PT100 | 365332 | A. PATOLÓGICA HOSPITAL | 08/03/2007 | URGENTE |
| 5434 | TERMOMETRO DIGITAL EXTERN | CRISON | 638PT | SIN N/SERIE | MEDICINA PREVENTIVA (SERVICIO) | 19/08/1997 | URGENTE |
| 20870 | THERMOFLATOR | KARL STORZ | 264320 20 | TV18130-B | BLOQUE QUIRURGICO | 06/11/2014 | URGENTE |
| 20884 | THERMOFLATOR | KARL STORZ | 264320 20 | KF 04089-B | BLOQUE QUIRURGICO | | URGENTE |
| 21451 | TIMPANOMETRO | MAICO DIAGNOSTIC | MI 24 | 32160 | C. EXTERNAS HOSPITAL | 01/01/1998 | URGENTE |
| 21452 | TIMPANOMETRO | MADSEN | TYMP-SCREEN TP10 | 237083 | C. EXTERNAS HOSPITAL | 04/10/2007 | URGENTE |
| 23033 | TIMPANOMETRO | titan | TYMP-SCREEN TP11 | 0952928 | C. EXTERNAS HOSPITAL | 15/11/2007 | URGENTE |
| 21403 | TONOMETRO | HAAG STREIT DIAGNOSTICS | PERKINS MK3 | 1369T3 | C. EXTERNAS HOSPITAL | 26/05/2015 | URGENTE |
| 21439 | TONOMETRO | HAAG STREIT DIAGNOSTICS | PERKINS MK2 | 15074 | C. EXTERNAS HOSPITAL | | URGENTE |
| 21440 | TONOMETRO | HAAG STREIT DIAGNOSTICS | PERKINS MK2 | 3615590 | C. EXTERNAS HOSPITAL | | URGENTE |
| 21514 | TONOMETRO | HAAG STREIT DIAGNOSTICS | PERKINS MK2 | 3615694 | C. EXTERNAS HOSPITAL | | URGENTE |
| 21515 | TONOMETRO | HAAG STREIT DIAGNOSTICS | PERKINS MK2 | 16578 | C. EXTERNAS HOSPITAL | 13/05/2010 | URGENTE |
| 21517 | TONOMETRO | HAAG STREIT DIAGNOSTICS | PERKINS MK2 | 3604875 | C. EXTERNAS HOSPITAL | | URGENTE |
| 22441 | TONOMETRO | HAAG STREIT DIAGNOSTICS | PERKINS MK2 | T8092 | OFTALMOLOGIA M.A.L.G. | 30/11/2004 | URGENTE |
| 22448 | TONOMETRO | HAAG STREIT DIAGNOSTICS | PERKINS MK3 | 1300T3 | OFTALMOLOGIA M.A.L.G. | 26/05/2015 | URGENTE |
| 935 | TONOMETRO | PERKINS | CLEMENT CLARKE MK-2 | 4165 | OFTALMOLOGIA CONSULTAS | 09/05/2001 | URGENTE |
| 23012 | TONOMETRO APLAN.PORT.PERK | PERKINS | CLEMENT CLARKE MK-3 | 2684 | OFTALMOLOGIA M.A.L.G. | 15/11/2017 | URGENTE |
| 936 | TONOMETRO APLAN.PORT.PERK | PERKINS | CLEMENT CLARKE MK-2 | 4160 | OFTA | 09/05/2001 | URGENTE |
| 7806 | TONOMETRO APLANAC.PORTATI | CLEMENT CLARKE | MODELO MK-2 | T5835 | OFTALMOLOGIA M.A.L.G. | 31/07/2002 | URGENTE |
| 11673 | TONOMETRO DE APLANACIÓN PORTATIL TIPO PERKINS | CLEMENT CLARKE | MODELO MK-2 | | OFTALMOLOGIA CONSULTAS | 26/07/2007 | URGENTE |
| 14862 | TONOMETRO DE APLANACIÓN PORTATIL TIPO PERKINS | CLEMENT CLARKE | MODELO MK-2 | T14920 | OFTALMOLOGIA CONSULTAS | 28/05/2009 | URGENTE |
| 14863 | TONOMETRO DE APLANACIÓN PORTATIL TIPO PERKINS | CLEMENT CLARKE | MODELO MK-2 | T15074 | OFTALMOLOGIA CONSULTAS | 28/05/2009 | URGENTE |
| 25302 | TONOMETRO DE REBOTE | sin marca | ICARE ic100 | 2021AJ116 | OFTALMOLOGIA CONSULTAS | 06/07/2020 | URGENTE |
| 25303 | TONOMETRO DE REBOTE | sin marca | ICARE ic100 | 2021AJ117 | OFTALMOLOGIA CONSULTAS | 06/07/2020 | URGENTE |
| 21529 | TONOMETRO DINAMICO | PASCAL | BIOS | 061020220 | C. EXTERNAS HOSPITAL | | URGENTE |
| 20758 | TORNIQUETE DE ISQUEMIA | SPENGLER | BX1 8005 | 15580 | BLOQUE QUIRURGICO | | URGENTE |
| 20765 | TORNIQUETE DE ISQUEMIA | SPENGLER | BX1 8005 | 960222825 | BLOQUE QUIRURGICO | | URGENTE |

ANEXO I .- PA 11-2021 INVENTARIO EQUIPOS ELECTROMÉDICOS HOSPITAL U. SEVERO OCHOA

| Código | Equipo | Marca | Modelo | Número Serie | Unidad | Fecha | Nivel |
|--------|--|------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------------|------------|---------|
| 20849 | TORNIQUETE DE ISQUEMIA | CEIMSA ELECTROMEDICINA | HCM-700A | 0704/178954/004 | BLOQUE QUIRURGICO | 23/11/2004 | URGENTE |
| 20766 | TORRE | KARL STORZ | S/N | 124412 | BLOQUE QUIRURGICO | | URGENTE |
| 20810 | TORRE | RICHARD WOLF | S/M | S/N | BLOQUE QUIRURGICO | | URGENTE |
| 20854 | TORRE | RICHARD WOLF | S/M | S/N | BLOQUE QUIRURGICO | | URGENTE |
| 20866 | TORRE | KARL STORZ | CC-100 (REF: 100144) | 147824 | BLOQUE QUIRURGICO | 06/11/2014 | URGENTE |
| 20881 | TORRE | KARL STORZ | CC-100 (REF: 100144) | 124106 | BLOQUE QUIRURGICO | | URGENTE |
| 24050 | TORRE ENDOSCOPIA CARRO ABIERTO | STORZ | LP140 | 180753 | OTORRINO QUIRÓFANO | 18/11/2018 | URGENTE |
| 24058 | TORRE ENDOSCOPIA CARRO ABIERTO | STORZ | LP140 | 180729 | BLOQUE QUIRURGICO | 18/11/2018 | URGENTE |
| 24045 | TORRE ENDOSCOPIA CARRO LP140 | STORZ | XES00340 | 180751 | GINECOLOGÍA QUIRÓFANO | 18/11/2018 | URGENTE |
| 24068 | TORRE ENDOSCOPIA CARRO LP140 | STORZ | XES00340 | 180767 | UROLOGÍA QUIRÓFANO | 18/11/2018 | URGENTE |
| 24060 | TORRE ENDOSCOPIA ENDOFLATOR 50 | STORZ | ENDOFLATOR 50 | YR2965 | BLOQUE QUIRURGICO | 18/11/2018 | URGENTE |
| 24067 | TORRE ENDOSCOPIA ENDOFLATOR 50 | STORZ | ENDOFLATOR 50 | YR2964 | UROLOGÍA QUIRÓFANO | 18/11/2018 | URGENTE |
| 24059 | TORRE ENDOSCOPIA ENDOMAT SELECT | STORZ | ENDOMAT SELECT | ZR908 | BLOQUE QUIRURGICO | 18/11/2018 | URGENTE |
| 24057 | TORRE ENDOSCOPIA FUENTE DE LUZ FRIA | STORZ | D-LIGHT P SCB | YR5193-C | BLOQUE QUIRURGICO | 18/11/2018 | URGENTE |
| 24066 | TORRE ENDOSCOPIA FUENTE DE LUZ FRIA | STORZ | D-LIGHT P SCB | UR5040-C | UROLOGÍA QUIRÓFANO | 18/11/2018 | URGENTE |
| 24047 | TORRE ENDOSCOPIA IMAGEN 1S | STORZ | CONNECT II TC201ES | XR793599-P | OTORRINO QUIRÓFANO | 18/11/2018 | URGENTE |
| 24063 | TORRE ENDOSCOPIA IMAGEN 1S | STORZ | CONNECT TC200ES | RR783868-P | UROLOGÍA QUIRÓFANO | 18/11/2018 | URGENTE |
| 24064 | TORRE ENDOSCOPIA IMAGEN 1S | STORZ | H3-LINK TC300 | ZS777278-P | UROLOGÍA QUIRÓFANO | 18/11/2018 | URGENTE |
| 24065 | TORRE ENDOSCOPIA IMAGEN 1S | STORZ | H3-Z FI TH102 | YR002620-K | UROLOGÍA QUIRÓFANO | 18/11/2018 | URGENTE |
| 24048 | TORRE ENDOSCOPIA IMAGEN1 S | STORZ | IMAGEN1 4U-LINK TC304 | VR789046-P | OTORRINO QUIRÓFANO | 18/11/2018 | URGENTE |
| 24054 | TORRE ENDOSCOPIA IMAGEN1 S | STORZ | CONNECT TC200ES | YR796539-P | BLOQUE QUIRURGICO | 18/11/2018 | URGENTE |
| 24055 | TORRE ENDOSCOPIA IMAGEN1 S | STORZ | IMAGEN1 H3-LINK | YR795505-P | BLOQUE QUIRURGICO | 18/11/2018 | URGENTE |
| 24056 | TORRE ENDOSCOPIA IMAGEN1 S | STORZ | IMAGEN1 H3-Z FI | YR002607-K | GINECOLOGÍA QUIRÓFANO | 18/11/2018 | URGENTE |
| 24121 | TORRE ENDOSCOPIA IMAGEN1 S | STORZ | IMAGEN1 USB PARA ACC1 Y ACC2 4U LINK | WR792064-P | BLOQUE QUIRURGICO | 18/11/2018 | URGENTE |
| 24122 | TORRE ENDOSCOPIA IMAGEN1 S | STORZ | IMAGEN1 S 4U | WR999468-H | BLOQUE QUIRURGICO | 18/11/2018 | URGENTE |
| 24142 | TORRE ENDOSCOPIA IMAGEN1 S | STORZ | IMAGEN1 S 4U | XR793765-P | BLOQUE QUIRURGICO | 18/11/2018 | URGENTE |
| 24039 | TORRE ENDOSCOPIA MONITOR 24" | STORZ | LCD-LMD-2435MD | 8001997 | GINECOLOGÍA QUIRÓFANO | 18/11/2018 | URGENTE |
| 24061 | TORRE ENDOSCOPIA MONITOR 24" | STORZ | LCD-LMD-2435MD XES00408 | 8001987 | UROLOGÍA QUIRÓFANO | 18/11/2018 | URGENTE |
| 24062 | TORRE ENDOSCOPIA MONITOR 24" | STORZ | LCD-LMD-2435MD XES00408 | 8002116 | UROLOGÍA QUIRÓFANO | 18/11/2018 | URGENTE |
| 24052 | TORRE ENDOSCOPIA MONITOR 24" XES00326 | STORZ | LCD-LMD-2435MD | 8001983 | BLOQUE QUIRURGICO | 18/11/2018 | URGENTE |
| 24053 | TORRE ENDOSCOPIA MONITOR 24" XES00326 | STORZ | LCD-LMD-2435MD | 8001729 | BLOQUE QUIRURGICO | 18/11/2018 | URGENTE |
| 23853 | TORRE ENDOSCOPIA MONITOR 32" | STORZ | XE00358 EV-90K0085 | C18-004453 | GINECOLOGÍA QUIRÓFANO | 18/11/2018 | URGENTE |
| 24038 | TORRE ENDOSCOPIA MONITOR 32" | STORZ | C-18-004453 | 8001982 | GINECOLOGÍA QUIRÓFANO | 18/11/2018 | URGENTE |
| 24046 | TORRE ENDOSCOPIA MONITOR 32" | STORZ | MONITOR 32" | 18-291619 | OTORRINO QUIRÓFANO | 18/11/2018 | URGENTE |
| 24051 | TORRE ENDOSCOPIA MONITOR 32" | STORZ | MONITOR 32" EV-90K0085 | C18-004461 | BLOQUE QUIRURGICO | 18/11/2018 | URGENTE |
| 10212 | TORRE ENDOSCOPIA UROLÓGICA | RICHARD WOLF | | 053163/052854/ | UROLOGÍA QUIRÓFANO | 15/11/2005 | URGENTE |
| 23851 | TORRE ENDOSCOPIA UROLÓGICA MONITOR 32" | STORZ | EV-90K0085 XES00358 | C18-004454 | UROLOGÍA QUIRÓFANO | 18/11/2018 | URGENTE |
| 5133 | TORRE HISTEROSCOPIA | RICHARD WOLF | REF. 5123.001 | 000261/000746 | GINECOLOGIA CONSULTAS | 21/11/2000 | URGENTE |

ANEXO I .- PA 11-2021 INVENTARIO EQUIPOS ELECTROMÉDICOS HOSPITAL U. SEVERO OCHOA

| Código | Equipo | Marca | Modelo | Número Serie | Unidad | Fecha | Nivel |
|--------|-----------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------|---------|
| 10211 | TORRE LAPAROSCOPIA GINECOLÓGICA | RICHARD WOLF | REF. 5508.101 | VN1B519002908/050040 | GINECOLOGÍA QUIRÓFANO | 15/11/2005 | URGENTE |
| 21455 | TORRE ORL | KARL STORZ | | | C. EXTERNAS HOSPITAL | | URGENTE |
| 21234 | TUBO | | S/M | S/N | RADIOLOGIA HOSPITAL | | URGENTE |
| 21238 | TUBO | SIEMENS | SV 150-30/50C | 248257 | RADIOLOGIA HOSPITAL | 12/08/1999 | URGENTE |
| 21245 | TUBO | PHILIPS | RO 1750 ROT360 (9890 000 85271) | 24044 A 222 600 | RADIOLOGIA HOSPITAL | 20/10/2008 | URGENTE |
| 21273 | TUBO | IAE | RTM 90 HS | 40V107 | RADIOLOGIA HOSPITAL | 18/10/2018 | URGENTE |
| 21285 | TUBO | VAREX IMAGING | RAD-34 | 95810-0R | RADIOLOGIA HOSPITAL | | URGENTE |
| 21295 | TUBO | SIEMENS | SV 150-40/80ACC | 432902 | RADIOLOGIA HOSPITAL | | URGENTE |
| 22333 | TUBO | SIEMENS | SV 150-40/80 HC-100 | 432459 | RADIOLOGIA M.A.L.G | | URGENTE |
| 22353 | TUBO | SIEMENS | OPTI 150/30/50HC | 436091 | RADIOLOGIA M.A.L.G | | URGENTE |
| 22547 | TUBO | SIEMENS | SV 150-30/50HC | C34-433833 | RADIOLOGIA M.A.L.G | 15/09/2016 | URGENTE |
| 23721 | TUBO | IAE | RC 700 HS | 72V014 | RADIOLOGIA M.A.L.G | | URGENTE |
| 20630 | TUBO DE RAYOS X | IMD GENERATORS | MHF2030 | 06/15-15157 | MEDICINA INTENSIVA (SERVICIO) | | URGENTE |
| 25038 | TUBO RX | DRGEM | DXT-10M | M1912056 | RADIOLOGIA HOSPITAL | 15/04/2020 | URGENTE |
| 25041 | TUBO RX - PALEX MEDICAL - | DRGEM | DXT-10M | M2003002 | RADIOLOGIA HOSPITAL | 15/04/2020 | URGENTE |
| 12300 | ULTRASONIDOS | ENRAF NONIUS | DYNATRON 438 | | REHABILITACION HOSPITAL | | URGENTE |
| 21763 | ULTRASONIDOS | ENRAF NONIUS | SONOPULS 492 | 149792115050 | REHABILITACION HOSPITAL | 09/09/2003 | URGENTE |
| 21767 | ULTRASONIDOS | ENRAF NONIUS | SONOPULS 492 | 1495.931.11879 | REHABILITACION HOSPITAL | 01/06/1999 | URGENTE |
| 21768 | ULTRASONIDOS | ENRAF NONIUS | SONOPULS 434 | 10-0215 | REHABILITACION HOSPITAL | | URGENTE |
| 21769 | ULTRASONIDOS | ENRAF NONIUS | DINATRON 438 | 04-414 | REHABILITACION HOSPITAL | | URGENTE |
| 21770 | ULTRASONIDOS | ENRAF NONIUS | DINATRON 438 | 10-0203 | REHABILITACION HOSPITAL | | URGENTE |
| 21801 | ULTRASONIDOS | ENRAF NONIUS | SONOPLUS 590 | 149583118827 | REHABILITACION HOSPITAL | 09/09/2003 | URGENTE |
| 21804 | ULTRASONIDOS | ENRAF NONIUS | SONOPLUS 590 | 149593113655 | REHABILITACION HOSPITAL | 09/05/2000 | URGENTE |
| 21805 | ULTRASONIDOS | ENRAF NONIUS | SONOPLUS 590 | 149593117438 | REHABILITACION HOSPITAL | 18/09/2002 | URGENTE |
| 21806 | ULTRASONIDOS | ENRAF NONIUS | SONOPLUS 492 | 149792115540 | REHABILITACION HOSPITAL | 09/09/2003 | URGENTE |
| 11251 | UNIDAD PORTATIL VACULAR CON Sonda | HUNTLEIGH HEALTHCARE | SUPER DOPLEX II | SD2P102046207 | CIRUGÍA VASCULAR CONSULTAS | 17/05/2007 | URGENTE |
| 11252 | UNIDAD PORTATIL VACULAR CON Sonda | HUNTLEIGH HEALTHCARE | SUPER DOPLEX II | SD2P1020377406 | CIRUGÍA VASCULAR CONSULTAS | 17/05/2007 | URGENTE |
| 14842 | UNIDAD PORTATIL VACULAR CON Sonda | HUNTLEIGH HEALTHCARE | SUPER DOPLEX II | SD2P10205750-08 | CIRUGÍA VASCULAR CONSULTAS | 21/05/2009 | URGENTE |
| 13322 | URETEROSCOPIO | KARL STORZ | FLEX-X 2 REF. 11278A1-X | 2106228 | UROLOGÍA QUIRÓFANO | 14/09/2011 | URGENTE |
| 2867 | URETEROSCOPIO RIGIDO 9,5C | OLYMPUS | A-2562 C/CANAL TRABAJO | SIN N/SERIE | UROLOGÍA PRUEBAS ESPECIALES | 16/10/1998 | URGENTE |
| 11312 | URETROTOMO | KARL STORZ | | 815115.S | UROLOGÍA QUIRÓFANO | 31/05/2007 | URGENTE |
| 2869 | UROFLUJOMETRO COMPAC.WIES | WIEST | 9000 | SIN N/SERIE | UROLOGÍA PRUEBAS ESPECIALES | 24/10/1995 | URGENTE |
| 21784 | UROFLUJOMETRO COMPACT.MMS | MMS MEDIZINTECHNIK | UFS-1005 | 0032260 | PRUEBAS ESPECIALES ENDOSCOPIAS | 05/07/1996 | URGENTE |
| 5911 | UROFLUJOMETRO WIEST 9500 | WIEST | 9500 | 080200758 | UROLOGIA (SERVICIO) | 31/07/2002 | URGENTE |
| 21100 | VAPOTHERM | VAPOTHERM | PRECISION FLOW | PF00002035-P | PEDIATRIA HOSPITALIZACION | 19/10/2009 | URGENTE |
| 21110 | VAPOTHERM | VAPOTHERM | PRECISION FLOW | PF00004729-P | PEDIATRIA HOSPITALIZACION | | URGENTE |
| 3447 | VENTILAC.NEON.SIST.(CPAP) | MEDIJET | SIN MODELO | SIN N/SERIE | NEONATOLOGIA | 25/07/2000 | CRITICO |
| 25737 | ventilador cpapa nasal neonatos | vyaire medical | modelo infantil flow sipap | | NEONATOLOGIA | 18/12/2020 | CRITICO |
| 22369 | VIDEOPRINTER | MITSUBISHI ELECTRIC | P93E | 6032112 | GINECOLOGIA M.A.L.G. | 02/02/2014 | URGENTE |

ANEXO I .- PA 11-2021 INVENTARIO EQUIPOS ELECTROMÉDICOS HOSPITAL U. SEVERO OCHOA

| Código | Equipo | Marca | Modelo | Número Serie | Unidad | Fecha | Nivel |
|----------|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|------------|---------|
| 22374 | VIDEOPRINTER | MITSUBISHI ELECTRIC | P93E | 6032131 | GINECOLOGIA M.A.L.G. | 02/02/2014 | URGENTE |
| 22422 | VIDEOPRINTER | TOSHIBA | TP-8700 | 2594696 | OBSTETRICIA M.A.L.G. | | URGENTE |
| 22432 | VIDEOPRINTER | MITSUBISHI ELECTRIC | P95DE | 776C413C20 | OBSTETRICIA M.A.L.G. | | URGENTE |
| 10381-01 | VIDEOPROCESADOR | FUJINON | EPX-2500 | 4V564A308 | NEUMOLOGIA BRONCOSCOPIAS | 02/07/2012 | URGENTE |
| 17345 | VIDEOPROCESADOR | DEMO C/OFICE | VP-4400 | 4V396A595 | NEUMOLOGIA (SERVICIO) | 29/02/2016 | URGENTE |
| 20598 | VIDEOPROCESADOR | FUJINON | VP-4400 | 1V492A620 | REANIMACION | | URGENTE |
| 20604 | VIDEOPROCESADOR | OLYMPUS | CLE-10 | 7259896 | REANIMACION | 28/10/1993 | URGENTE |
| 20735 | VIDEOPROCESADOR | KARL STORZ | 200430 20 | EA 4004-B | BLOQUE QUIRURGICO | 14/05/2009 | URGENTE |
| 21670 | VIDEOPROCESADOR | FUJINON | VP-4400 | 7V396A119 | PEDIATRIA CONSULTAS | | URGENTE |
| 24143 | VIDEOPROCESADOR | STORZ | IMAGE 1 S CONNECT II | XR793601-P | BLOQUE QUIRURGICO | 18/11/2018 | URGENTE |
| 21923 | VITRINA DE ASPIRACION DE GASES | CRUMA | AIRNET900A | H11192 | A. PATOLÓGICA HOSPITAL | | URGENTE |
| 22032 | VITRINA DE ASPIRACION DE GASES | CAPTAIN | TOXICAP 1624 | T1624-6190-06 | BIOQUIMICA HOSPITAL | 09/11/2006 | URGENTE |
| | INSTALACION QUIROFANO INTEGRADO 1 | INSTALACION QUIROFANO INTEGRADO | INSTALACION QUIROFANO INTEGRADO | | | 2007 | CRITICO |
| | INSTALACION QUIROFANO INTEGRADO 2 | INSTALACION QUIROFANO INTEGRADO | INSTALACION QUIROFANO INTEGRADO | | | 2007 | CRITICO |
| | INSTALACION QUIROFANO 3 | INSTALACION QUIROFANO | INSTALACION QUIROFANO | | | 2018 | URGENTE |
| | INSTALACION QUIROFANO 4 | INSTALACION QUIROFANO | INSTALACION QUIROFANO | | | 2018 | URGENTE |
| | INSTALACION QUIROFANO 5 | INSTALACION QUIROFANO | INSTALACION QUIROFANO | | | 2018 | URGENTE |
| | INSTALACION QUIROFANO 6 | INSTALACION QUIROFANO | INSTALACION QUIROFANO | | | 2019 | URGENTE |
| | INSTALACION QUIROFANO 7 | INSTALACION QUIROFANO | INSTALACION QUIROFANO | | | 2019 | URGENTE |
| | INSTALACION QUIROFANO 8 | INSTALACION QUIROFANO | INSTALACION QUIROFANO | | | 2019 | URGENTE |
| | INSTALACION QUIROFANO 9 | INSTALACION QUIROFANO | INSTALACION QUIROFANO | | | 2019 | URGENTE |
| | INSTALACION QUIROFANO 10 | INSTALACION QUIROFANO | INSTALACION QUIROFANO | | | 2019 | URGENTE |
| | INSTALACION QUIROFANO 11 | INSTALACION QUIROFANO | INSTALACION QUIROFANO | | | 2019 | URGENTE |
| | INSTALACION DE PARTORIO 1 | INSTALACION QUIROFANO | INSTALACION QUIROFANO | | | 1987 | URGENTE |
| | INSTALACION DE PARTORIO 2 | INSTALACION QUIROFANO | INSTALACION QUIROFANO | | | 1996 | URGENTE |
| | QUIROFANO 101 | INSTALACION QUIROFANO | INSTALACION QUIROFANO | | | 1996 | URGENTE |
| | QUIROFANO 102 | INSTALACION QUIROFANO | INSTALACION QUIROFANO | | | 1996 | URGENTE |
| | QUIROFANO 103 | INSTALACION QUIROFANO | INSTALACION QUIROFANO | | | 1999 | URGENTE |
| | INSTALACION UCI 1 | INSTALACION UCI | INSTALACION UCI | | | 1999 | URGENTE |
| | INSTALACION UCI 2 | INSTALACION UCI | INSTALACION UCI | | | 1999 | URGENTE |
| | INSTALACION BOXES UCI | INSTALACION BOX UCI | INSTALACION BOX UCI | | | 1999 | URGENTE |
| | INSTALACION SALA HEMODINAMICA | INSTALACION HEMODINAMICA | INSTALACION HEMODINAMICA | | | 2003 | URGENTE |
| | INSTALACION SALA ANGIOGRAFO | INSTALACION ANGIOGRAFO | INSTALACION ANGIOGRAFO | | | 2019 | URGENTE |
| | INSTALACION SALA BLANCA FARMACIA 1 y 2 | INSTALACION SALA BLANCA | INSTALACION SALA BLANCA | | | 2011 | URGENTE |
| | INSTALACION SALA BLANCA HOSPITAL DE DIA | INSTALACION SALA BLANCA | INSTALACION SALA BLANCA | | | 2020 | URGENTE |
| | INSTALACION GENERAL SALA RESONANCIA 1 | INSTALACION SALA RESONANCIA | INSTALACION SALA RESONANCIA | | | 2015 | URGENTE |
| | INSTALACION GENERAL SALA RESONANCIA 2 | INSTALACION SALA RESONANCIA | INSTALACION SALA RESONANCIA | | | 2020 | URGENTE |
| | SALA TELEMANDO | INSTALACION SALA RAYOS | INSTALACION SALA RAYOS | | | 2005 | URGENTE |

ANEXO I .- PA 11-2021 INVENTARIO EQUIPOS ELECTROMÉDICOS HOSPITAL U. SEVERO OCHOA

| Código | Equipo | Marca | Modelo | Número Serie | Unidad | Fecha | Nivel |
|--------|---|---------------------------------|---------------------------------|--------------|--------|-------|---------|
| | INSTALACION GENERAL SALA HUESOS | INSTALACION SALA RAYOS | INSTALACION SALA RAYOS | | | 1998 | URGENTE |
| | INSTALACION GENERAL SALA TORAX | INSTALACION SALA RAYOS | INSTALACION SALA RAYOS | | | 2001 | URGENTE |
| | INSTALACION GENERAL SALA RX URGENCIAS 1 | INSTALACION SALA RAYOS | INSTALACION SALA RAYOS | | | 1999 | URGENTE |
| | INSTALACION GENERAL SALA RX URGENCIAS 1 | INSTALACION SALA RAYOS | INSTALACION SALA RAYOS | | | 1999 | URGENTE |
| | INSTALACION GENERAL SALA RX-1 (MALG) | INSTALACION SALA RAYOS | INSTALACION SALA RAYOS | | | 2001 | URGENTE |
| | INSTALACION GENERAL SALA RX-2 (MALG) | INSTALACION SALA RAYOS | INSTALACION SALA RAYOS | | | 2001 | URGENTE |
| | INSTALACION GENERAL SALA ESPIROMETRIA | INSTALACION SALA ESPIROMETRIAS | INSTALACION SALA ESPIROMETRIAS | | | 2005 | URGENTE |
| | INSTALACION GENERAL SALA BRONCOSCOPIA | INSTALACION SALA BONCOSCOPIA | INSTALACION SALA BONCOSCOPIA | | | 2005 | URGENTE |
| | INSTALACION GENERAL SALA REPRODUCCION | INSTALACION SALA REPRODUCCION | INSTALACION SALA REPRODUCCION | | | 2005 | URGENTE |
| | INSTALACION GENERAL SALA UROLOGIA 1 | INSTALACION SALA UROLOGIA | INSTALACION SALA UROLOGIA | | | 2005 | URGENTE |
| | INSTALACION GENERAL SALA UROLOGIA 2 | INSTALACION SALA UROLOGIA | INSTALACION SALA UROLOGIA | | | 2005 | URGENTE |
| | INSTALACION GENERAL SALA DIGESTIVO 1 | INSTALACION SALA DIGESTIVO | INSTALACION SALA DIGESTIVO | | | 2005 | URGENTE |
| | INSTALACION GENERAL SALA DIGESTIVO 2 | INSTALACION SALA DIGESTIVO | INSTALACION SALA DIGESTIVO | | | 2005 | URGENTE |
| | INSTALACION GENERAL SALA DIGESTIVO 3 | INSTALACION SALA DIGESTIVO | INSTALACION SALA DIGESTIVO | | | 2005 | URGENTE |
| | INSTALACION GENERAL SALA HISTEROSCOPIAS | INSTALACION SALA HISTEROSCOPIAS | INSTALACION SALA HISTEROSCOPIAS | | | 2005 | URGENTE |