

EXPEDIENTE: 2021-0-164

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA EL SUMINISTRO DE DIVERSO MATERIAL DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

OBJETO DEL CONTRATO:

El presente contrato tiene por objeto el suministro de diverso material de endoscopia digestiva para la Unidad de Endoscopias del Servicio de Medicina de Aparato Digestivo del hospital.

El Expediente consta de los siguientes lotes:

LOTE 1: ASAS PARA POLIPECTOMÍA ENDOSCÓPICA EN FRÍO.

LOTE	Nº Orden	CD ARTº	DESCRIPCIÓN ARTICULO
1	1	018261	ASAS PARA POLIPECTOMÍA ENDOSCÓPICA EN FRÍO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Estéril con fecha de envasado y caducidad. Un solo uso.
- Diámetro de asa igual o menor de 10 mm de diámetro
- Diámetro del hilo igual o menor de 0,3 mm.
- Compatibles con canal de trabajo de 2.8 mm
- Longitud de catéter de 230 mm

LOTE 2: ASAS DE DIATERMIA PARA POLIPECTOMÍA ENDOSCÓPICA GÁSTRICA, COLORRECTAL Y ENTERA.

LOTE	Nº Orden	CD ARTº	DESCRIPCIÓN ARTICULO
2	2	018259	ASAS DE DIATERMIA PARA POLIPECTOMÍA ENDOSCÓPICA GÁSTRICA, COLORRECTAL Y ENTERAL.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Estéril con fecha de envasado y caducidad. Un solo uso.
- Conexión de electrodo activo tipo Olympus. Compatible con todas las fuentes de diatermia de la unidad, de diferentes marcas y modelos.
- Compatibles con canal de trabajo de 2.8 mm y 3,2 mm
- Longitud de catéter de 230 mm
- Es imprescindible la existencia de los siguientes modelos que deben ser suministrados por el proveedor según las necesidades del servicio:
 - Ovals de alambre trenzado: disponibles en diámetros de entre 12 y 30 cm.
 - Ovals monofilamento con segmento plano proximal, de entre 22 y 30 mm de diámetro.
 - Ovals de 25 mm de diámetro con aguja de esclerosis incluida.
 - Hexagonales de alambre trenzado de 25 y 30 mm de diámetro.

- Hexagonales de alambre trenzado y segmento rígido de morfología plana distal de al menos 12 mm de diámetro.
- Hexagonales de 25 mm de diámetro con aguja incluida
- Asas trenzadas de morfología variable (oval, hexagonal) según amplitud de apertura.
- Asas trenzadas con aguja incluida, de morfología variable (oval, hexagonal) según amplitud de apertura.
- Asa asimétrica de alambre trenzado de 15 y 25 mm de diámetro

LOTE 3: RED PARA LA RECUPERACIÓN DE CUERPOS EXTRAÑOS Y PÓLIPOS.

LOTE	Nº Orden	CD ARTº	DESCRIPCIÓN ARTICULO
3	3	016764	RED PARA LA RECUPERACIÓN DE CUERPOS EXTRAÑOS Y PÓLIPOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Accesorio terminado en una red para la recuperación de pólipos y extracción de cuerpos extraños. Para canal de trabajo de 2.8 mm, de 30 mm. diámetro de apertura de lazo, de más de 180 cm de longitud.
- Existencia de diversos calibres de red y de un modelo para endoscopios ultrafinos (2.0 mm. de canal).
- Es imprescindible la existencia de modelos de longitud y calibre adaptados a la enteroscopia de doble balón.
- Sin látex.
- Estéril con fecha de envasado y caducidad. Un solo uso.
- Compatible con los endoscopios existentes en el Servicio marca Fujifilm, Olympus y Pentax.

LOTE 4: BISTURÍ DE DISECCION ENDOSCOPICA SUBMUCOSA CON PUERTO PARA INYECCION DE SUERO

LOTE	Nº Orden	CD ARTº	DESCRIPCIÓN ARTICULO
4	4	017869	BISTURÍ DE DISECCION ENDOSCOPICA SUBMUCOSA CON PUERTO PARA INYECCION DE SUERO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Bisturí de disección submucosa con puerto para inyección de suero y aguja de corte de longitud fija, disponible en las longitudes de 1 a 3 mm. Compatible con los endoscopios marca Fujifilm, Olympus y Pentax y con las bombas de inyección a presión controlada existentes en el Servicio. Con conexión tipo "Olympus" a las fuentes de diatermia y conexión luer lock a las bombas de inyección a presión controlada.
- Es imprescindible la disponibilidad de los siguientes modelos:
 - punta recta.
 - punta esférica.
 - disponibilidad de catéter de diámetro reducido (de 2.2 mm o menor) para facilitar la aspiración en endoscopios con canales de trabajo de 2,8 mm.
- Estéril con fecha de envasado y caducidad. Un solo uso.

LOTE 5: BISTURÍS DE DISECCIÓN MUCOSA CON CUBIERTA CERÁMICA

LOTE	Nº Orden	CD ARTº	DESCRIPCIÓN ARTICULO
5	5		BISTURÍ MONOPOLAR DE DISECCION MUCOSA/SUBMUCOSA DE TIPO TIJERA CON CUBIERTA CERAMICA EXTERNA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Bisturí monopolar de disección mucosa / submucosa de tipo "tijera" con cubierta cerámica externa y electrodo lineal en su superficie interna. Rotable y con palas anguladas
- Es imprescindible la disponibilidad de al menos los siguientes modelos:
 - longitud de 6 mm con apertura de 6 mm, diámetro de 2.8 mm y longitud de trabajo de 1.8 m.
 - longitud de 7 mm con apertura de 8 mm, diámetro de 2.8 mm y longitud de trabajo de 1.8 m.
- Estéril con fecha de envasado y caducidad. Un solo uso.

LOTE 6: CAPUCHONES TRANSPARENTES ADAPTABLES AL EXTREMO DISTAL DE GASTROSCOPIOS Y COLONOSCOPIOS PARA DISECCIÓN ENDOSCÓPICA SUBMUCOSA.

LOTE	Nº Orden	CD ARTº	DESCRIPCIÓN ARTICULO
6	6		CAPUCHÓN TRANSPARENTE CON PUNTA CÓNICA RÍGIDA PARA DISECCIÓN ENDOSCÓPICA SUBMUCOSA
	7		CAPUCHÓN TRANSPARENTE CILÍNDRICO FLEXIBLE CON DRENAJE LATERAL Y TOPE DE RETENCION PARA RESECCIÓN MUCOSA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capuchones transparentes, adaptables al extremo distal de gastroscopios y colonoscopios, para la realización de Disección Endoscópica Submucosa, polipectomía en localizaciones complejas y endoscopia de magnificación
- Es imprescindible la disponibilidad de los siguientes modelos:

-Capuchón de punta cónica rígida: transparente, con punta cónica rígida, de extremo distal abierto y doble apertura lateral para drenaje. Sin surco en su superficie interna. Extremo proximal cilíndrico, flexible, adaptable al extremo distal de gastroscopios y colonoscopios. Deben ofertarse al menos las siguientes configuraciones:

- Diámetro externo máximo de 11.8 mm, longitud máxima del segmento cónico de 7 mm y diámetro distal de 8 mm para endoscopios de 9.6 mm.
- Diámetro externo máximo de 13.0 mm, longitud máxima del segmento cónico de 7 mm y diámetro distal de 8 mm para endoscopios de 10.8 mm
- Diámetro externo máximo de 14.8 mm, longitud máxima del segmento cónico de 7 mm y diámetro distal de 8 mm para endoscopios de entre 12.0 y 12.8 mm.

-Capuchón cilíndrico flexible: transparente, con drenaje lateral y tope de retención interno, adaptable al extremo distal de gastroscopios y colonoscopios. Deben ofertarse al menos las siguientes configuraciones.

- Diámetro externo máximo de 11,8 mm para endoscopios de 9.5 a 9.9 mm.
- Diámetro externo máximo de 13.4 mm para endoscopios de 10.9 a 11.8 mm
- Diámetro externo máximo de 15.0 mm para endoscopios de 12,6 a 13.2 mm

- Estéril con fecha de envasado y caducidad. Un solo uso.

LOTE 7: PINZAS DE EXTRACCIÓN ENDOSCÓPICA DE CUERPOS EXTRAÑOS.

LOTE	Nº Orden	CD ARTº	DESCRIPCIÓN ARTICULO
7	8	012558	PINZAS EXTRACCION ENDOSCOPICA DE CUERPOS EXTRAÑOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Pinzas para la extracción endoscópica de cuerpos extraños, con mandíbulas dentadas, de diferentes tamaños de palas y sistema de agarre. Para canal de trabajo de 2.8 mm.
- Es imprescindible poder suministrar al menos: palas largas tipo cocodrilo, palas cortas con dientes de ratón, trípode con agarre, tijeras e imán.
- Estéril con fecha de envasado y caducidad. Reutilizables.
- Compatibles con los endoscopios existentes en el Servicio marca Fujinon y Olympus.

LOTE 8: SISTEMA DE MUSOSECTOMIA MULTIBANDA.

LOTE	Nº Orden	CD ARTº	DESCRIPCIÓN ARTICULO
8	9	017420	SISTEMA DE MUSOSECTOMIA MULTIBANDA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Sistema completo de mucosectomía multibanda para endoscopios Fujinon y Olympus, que debe incluir:
 - Capuchón distal con bandas para diámetros de extremo distal entre 8.5 y 10.5 mm. y canal de trabajo de 2.8 mm.
 - Sistema de disparo de bandas.
 - Asa de polipectomía específica
- Estéril con fecha de envasado y caducidad. Un solo uso

MUESTRAS

Para la evaluación de los productos se solicitan muestras: **SI**
 Cantidad de muestras: **2 POR LOTE Y Nº DE ORDEN**
 Lugar de Entrega: **Almacén General. Edificio MI planta -2**

- No obstante, y durante el período de evaluación técnica de los productos ofertados, se podrán solicitar **más muestras** en aquellos casos que se considere necesario, requisito imprescindible para poder valorar la calidad del producto.

FORMACIÓN

La empresa adjudicataria deberá formar, sin coste alguno para el Centro, si es preciso, al personal que se determine para el correcto uso de los productos, entregándose sin cargo el material docente necesario para la formación.

OTROS

El presente pliego, así como el de Cláusulas Administrativas Particulares, será incorporado como parte del contrato.

Madrid, a 19 de agosto de 2021

JEFE DE SERVICIO DE APARATO DIGESTIVO



Fdo.: Dra. Fernández Vázquez

EXPEDIENTE: 2021-0-164

OBJETO: SUMINISTRO DE DIVERSO MATERIAL DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

						PRESUPUESTO				VALOR ESTIMADO (incluida 20% modificación)	EPIGRAFE
LOTE	Nº ORDEN	CODIGO ART.	DESCRIPCION ARTICULO	CANTIDAD INICIAL 12 MESES	CANTIDAD PRORROGA 12 MESES	PRECIO S/IVA	BASE IMPONIBLE	IVA 21%	IMPORTE TOTAL		
1	1	018261	ASAS PARA POLIPECTOMÍA ENDOSCÓPICA EN FRÍO	3.800	3.800	9,0000	34.200,000	7.182,000	41.382,000	75.240,000	27004
2	2	018259	ASAS DE DIATERMIA PARA POLIPECTOMÍA ENDOSCÓPICA GÁSTRICA, COLORRECTAL Y ENTERA	2.220	2.220	16,8000	37.296,000	7.832,160	45.128,160	82.051,200	27004
3	3	016764	RED PARA LA RECUPERACION DE CUERPOS EXTRAÑOS Y POLIPOS	1.000	1.000	23,9500	23.950,000	5.029,500	28.979,500	52.690,000	27004
4	4	017869	BISTURI DE DISECCION ENDOSCOPICA SUBMUCOSA CON PUERTO PARA INYECCION DE SUERO	60	60	305,9500	18.357,000	3.854,970	22.211,970	40.385,400	27004
5	5		BISTURÍ MONOPOLAR DE DISECCION MUCOSA/SUBMUCOSA DE TIPO TIJERA CON CUBIERTA CERAMICA EXTERNA	10	10	282,4000	2.824,000	593,040	3.417,040	6.212,800	27004
6	6		CAPUCHÓN TRANSPARENTE CON PUNTA CÓNICA RÍGIDA PARA DISECCIÓN ENDOSCÓPICA SUBMUCOSA	65	65	96,8000	6.292,000	1.321,320	7.613,320	13.842,400	27004
	7		CAPUCHÓN TRANSPARENTE CILÍNDRICO FLEXIBLE CON DRENAJE LATERAL Y TOPE DE RETENCION PARA RESECCIÓN MUCOSA	70	70	16,0000	1.120,000	235,200	1.355,200	2.464,000	27004
7	8	012558	PINZAS EXTRACCION ENDOSCOPICA DE CUERPOS EXTRAÑOS	100	100	45,0000	4.500,000	945,000	5.445,000	9.900,000	27004
8	9	017420	SISTEMA DE MUCOSECTOMIA MULTIBANDA	10	10	148,0000	1.480,000	310,800	1.790,800	3.256,000	27004
							130.019,000	27.303,990	157.322,990	286.041,800	

EXPEDIENTE: 2021-0-164

OBJETO: SUMINISTRO DE DIVERSO MATERIAL DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

						PRESUPUESTO				VALOR ESTIMADO (incluida 20% modificación)	EPIGRAFE
LOTE	Nº ORDEN	CODIGO ART.	DESCRIPCION ARTICULO	CANTIDAD INICIAL 12 MESES	CANTIDAD PRORROGA 12 MESES	PRECIO S/IVA	BASE IMPONIBLE	IVA 21%	IMPORTE TOTAL		
1	1	018261	ASAS PARA POLIPECTOMÍA ENDOSCÓPICA EN FRÍO	3.800	3.800	9,0000	34.200,000	7.182,000	41.382,000	75.240,000	27004
2	2	018259	ASAS DE DIATERMIA PARA POLIPECTOMÍA ENDOSCÓPICA GÁSTRICA, COLORRECTAL Y ENTERA	2.220	2.220	16,8000	37.296,000	7.832,160	45.128,160	82.051,200	27004
3	3	016764	RED PARA LA RECUPERACION DE CUERPOS EXTRAÑOS Y POLIPOS	1.000	1.000	23,9500	23.950,000	5.029,500	28.979,500	52.690,000	27004
4	4	017869	BISTURI DE DISECCION ENDOSCÓPICA SUBMUCOSA CON PUERTO PARA INYECCION DE SUERO	60	60	305,9500	18.357,000	3.854,970	22.211,970	40.385,400	27004
5	5		BISTURÍ MONOPOLAR DE DISECCION MUCOSA/SUBMUCOSA DE TIPO TIJERA CON CUBIERTA CERAMICA EXTERNA	10	10	282,4000	2.824,000	593,040	3.417,040	6.212,800	27004
6	6		CAPUCHÓN TRANSPARENTE CON PUNTA CÓNICA RÍGIDA PARA DISECCIÓN ENDOSCÓPICA SUBMUCOSA	65	65	96,8000	6.292,000	1.321,320	7.613,320	13.842,400	27004
	7		CAPUCHÓN TRANSPARENTE CILÍNDRICO FLEXIBLE CON DRENAJE LATERAL Y TOPE DE RETENCION PARA RESECCIÓN MUCOSA	70	70	16,0000	1.120,000	235,200	1.355,200	2.464,000	27004
7	8	012558	PINZAS EXTRACCION ENDOSCOPICA DE CUERPOS EXTRAÑOS	100	100	45,0000	4.500,000	945,000	5.445,000	9.900,000	27004
8	9	017420	SISTEMA DE MUCOSECTOMIA MULTIBANDA	10	10	148,0000	1.480,000	310,800	1.790,800	3.256,000	27004
							130.019,000	27.303,990	157.322,990	286.041,800	