

Expte.: A/SUM-036476/2021

CERTIFICADO DE PROPOSICIONES ADMITIDAS Y DESCARTADAS EN LA LICITACIÓN TRAS EL INFORME TÉCNICO DE APTITUD RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS DE CONVOCATORIA

La Mesa de Contratación del Hospital Universitario de Móstoles de fecha 15 de noviembre de 2021 procedió a la apertura de la documentación técnica y económica del procedimiento abierto con pluralidad de criterios con nº de expediente: **A/SUM-036476/2021**, denominado **"ARRENDAMIENTO DE BOMBAS DE INFUSIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE"**. Posteriormente, se procedió a remitir la documentación técnica de los licitadores al responsable del contrato, siendo el resultado el siguiente:

INFORME TÉCNICO ARRENDAMIENTO DE BOMBAS DE INFUSIÓN Y SUMINISTRO DEL MATERIAL FUNGIBLE EXpte A/SUM- 036476/2021

Numero	Artículo
1	Nº DE ORDEN 1: BOMBAS DE INFUSIÓN PARA HOSPITALIZACIÓN
5	Nº DE ORDEN 7: SISTEMA INFUSIÓN BOMBA VOLUMÉTRICA HOSPITALIZACIÓN
5	Nº DE ORDEN 8: SISTEMA INFUSIÓN OPACO BOMBA VOLUMETRIC HOSPITALIZACIÓN

licitador	VALORACIÓN TÉCNICA DE LA MUESTRA
BECTON DICKINSON, S.A	SI CUMPLE las especificaciones técnicas
ICU MEDICAL PRODUCTOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS, S.L	SI CUMPLE las especificaciones técnicas
FRESENIUS KABI ESPAÑA, S.A	SI CUMPLE las especificaciones técnicas
PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, S.L	SI CUMPLE las especificaciones técnicas
B.BRAUN MEDICAL, S.A	SI CUMPLE las especificaciones técnicas

CRITERIOS TECNICOS	BECTON DICKINSON S.A.U	ICU MEDICAL PROD. MED. Y HOSPIT., S.L	FRESENIUS KABI	PROD. MEDICOS HOSPITALARIOS, S.L	B. BRAUN MEDICAL, S.A
TOTAL LOTE 1+5	18 puntos	18 puntos	18 puntos	15 puntos	23 puntos

Numero	Artículo
2	Nº ORDEN 2: BOMBAS DE INFUSIÓN DE "JERINGA"
2	Nº DE ORDEN 3: BOMBAS DE INFUSIÓN "VOLUMÉTRICA"
2	Nº DE ORDEN 4: SISTEMA MODULAR (TIPO RACK O EQUIVALENTE)
6	Nº ORDEN 9: SISTEMA INFUSIÓN BOMBA VOLUMÉTRICA SERVICIOS ESPECIALES
6	Nº ORDEN 10: SISTEMA INFUSIÓN OPACO BOMBA VOLUMETRIC SERVICIOS ESPECIALES
6	Nº ORDEN 11: JERINGA PARA BOMBA DE INFUSION 50 ML
6	Nº ORDEN 12: JERINGA OPACA PARA BOMBA DE INFUSION 50 ML

licitador	VALORACIÓN TÉCNICA DE LA MUESTRA
B.BRAUN MEDICAL, S.A	SI CUMPLE las especificaciones técnicas
GESTION INTEGRAL DE CLINICAS, S.L	SI CUMPLE las especificaciones técnicas

CRITERIOS TECNICOS	B.BRAUN MEDICAL, S.A	GESTION INTEGRAL DE CLINICAS, S.L
TOTAL LOTE 2+6	23 puntos	24 puntos

Numero	Articulo
3	Nº DE ORDEN 5: BOMBAS DE INFUSIÓN VOLUMÉTRICA PARA ANESTESIA (TIVA/TCI)
7	Nº ORDEN 13: SISTEMA INFUSIÓN BOMBA VOLUMÉTRICA PARA ANESTESIA (TCI)

LICITADOR	VALORACIÓN TÉCNICA DE LA MUESTRA
B.BRAUN MEDICAL, S.A	SI CUMPLE las especificaciones técnicas
GESTION INTEGRAL DE CLINICAS,S.L	SI CUMPLE las especificaciones técnicas

CRITERIOS TÉCNICOS	B.BRAUN MEDICAL, S.A	GESTION INTEGRAL DE CLINICAS,S.L
TOTAL LOTE 3+7	28 puntos	29 puntos

Numero	Articulo
4	Nº DE ORDEN 6: BOMBAS DE INFUSIÓN PARA CITOSTÁTICOS
8	Nº ORDEN 14: SISTEMA INFUSIÓN BOMBA VOLUMÉTRICA PARA CITOSTÁTICOS
8	Nº ORDEN 15: SISTEMA INFUSIÓN BOMBA VOLUMÉTRICA MULTIACCESO
8	Nº ORDEN 16: SISTEMA INFUSIÓN BOMBA VOLUMÉTRICA PARA SANGRE

LICITADOR	VALORACIÓN TÉCNICA DE LA MUESTRA
BECTON DICKINSON ,S.A	SI CUMPLE las especificaciones técnicas
ICU MEDICAL PRODUCTOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS,S.L	SI CUMPLE las especificaciones técnicas
FRESENIUS KABI ESPAÑA,S.A	NO CUMPLE las especificaciones técnicas En el nº de orden 16 se solicita "Punzón perforador <u>doble</u>, según norma ISO 8536-4, con protector". En la documentación aportada hace referencia a <u>un Punzón</u> perforador simple y las muestras recibidas son de un solo punzón.

CRITERIOS TÉCNICOS	BECTON DICKINSON, S.A	ICU MEDICAL PROD.FARM. HOSPIT.SL
TOTAL LOTE 4+8	27 puntos	7 puntos

INFORME TÉCNICO
ARRENDAMIENTO DE BOMBAS DE INFUSION Y SUMINISTRO DEL MATERIAL FUNGIBLE
EXPTA A/SUM- 036476/2021

Numero	Artículo
1	Nº DE ORDEN 1 : BOMBAS DE INFUSIÓN PARA HOSPITALIZACIÓN

LICITADOR	VALORACIÓN TÉCNICA DE LA MUESTRA
B.BRAUN MEDICAL, S.A	SI CUMPLE las especificaciones técnicas
BECTON DICKINSON, S.A	SI CUMPLE las especificaciones técnicas
FRESENIUS KABI ESPAÑA S.A	SI CUMPLE las especificaciones técnicas
ICU MEDICAL PROD.FARM.HOSPITAL	SI CUMPLE las especificaciones técnicas
PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, S.L	SI CUMPLE las especificaciones técnicas

CRITERIOS TÉCNICOS	B.BRAUN MEDICAL, S.A	BECTON DICKINSON, S.A	FRESENIUS KABI ESPAÑA S.A	ICU MEDICAL PROD.FARM.HOSPITAL	PROD. MEDICOS HOSPITALARIOS, S.L
1. Capacidad de detección rápida de la oclusión:					
o Tiempo de detección de la oclusión <120" (programado a 50mmHg).....10 Puntos	10 Puntos	10 Puntos	10 Puntos	10 Puntos	10 Puntos
o Tiempo de detección de la oclusión >120" (programado a 50mmHg).....0 Puntos					
2. Sobre el volumen a infundir:					
o SI Permite programar el final del volumen a infundir según el tratamiento prescrito (bien que la bomba se pare al finalizar el volumen programado, bien que continúe a un ritmo menor para mantenimiento vía venosa...).....10 Puntos	10 Puntos	10 Puntos	10 Puntos	10 Puntos	
o NO Permite programar el final del volumen a infundir según el tratamiento prescrito (bien que la bomba se pare al finalizar el volumen programado, bien que continúe a un ritmo menor para mantenimiento vía venosa...).....0 Puntos					0 Puntos
3. Sobre el peso de las bombas:	10 Puntos				10 Puntos
o Menor o igual a 1,9 kg.....10 Puntos					
o Menor o igual a 2,5 kg.....4 Puntos		4 Puntos	4 Puntos		
o Superior a 2,5 kg.....0 Puntos				0 Puntos	
PUNTUACIÓN TOTAL	30 Puntos	24 Puntos	24 Puntos	20 Puntos	20 Puntos

Móstoles, a 23 de noviembre de 2021

SUPERVISORA DE CIRUGÍA GENERAL

Fdo. Rosa Carvajal Muñoz

Numero	Artículo
2	Nº ORDEN 2: BOMBAS DE INFUSIÓN DE "JERINGA" Nº DE ORDEN 4: SISTEMA MODULAR (TIPO RACK O EQUIVALENTE)

LICITADOR	VALORACIÓN TÉCNICA DE LA MUESTRA
B.BRAUN MEDICAL, S.A	SI CUMPLE las especificaciones técnicas
GESTION INTEGRAL DE CLINICAS,S.L	SI CUMPLE las especificaciones técnicas

CRITERIOS TECNICOS	B.BRAUN MEDICAL, S.A	GESTION INTEGRAL DE CLINICAS,S.L
1. Capacidad de detección rápida de la oclusión para evitar que se demore la infusión programada (La medición del tiempo se realizará ocluyendo en la zona de venopunción a un ritmo de 1 ml/hora):		
Tiempo de detección de la oclusión <90" 5 Puntos	5 Puntos	5 Puntos
Tiempo de detección de la oclusión >90"0 Puntos		
2. Existencia de bolo post-oclusión: Cuando se produce una oclusión en la línea, la bomba evita infundir un micro-bolo al retomar la infusión:		
NO permite microbolus al retomar la infusión.....5 Puntos	5 Puntos	5 Puntos
SI permite microbolus al retomar la infusión0 Puntos		
3. Sobre el margen de error en la perfusión, a menor margen de error más exactitud en la infusión:		
Margen de error igual o inferior al 2%..... 4 Puntos		4 Puntos
Margen de error superior a 2%.....0 Puntos	0 Puntos	
4. Biblioteca de fármacos, necesaria para evitar errores en la administración del medicamento		
Presenta 6 o más librerías de fármacos..... 4 Puntos	4 Puntos	4 Puntos
Presenta de 2 a 5 librerías de fármacos..... 2 Puntos		
Presenta menos de 2 librerías de fármacos.....0 Puntos		
5. Sobre la mejora en la precisión de infusión: disponibilidad de dos decimales de incrementos en el rango de velocidades de 0,10 ml/h a 99,99ml/h para bombas de jeringa, muy necesario en tratamiento a neonatos:		
SI Permite incrementos de 0,01ml/h en ese rango de velocidades.....4 Puntos	4 Puntos	4 Puntos
No Permite incrementos de 0,01ml/h en ese rango de velocidades..... 0 Puntos		
6. Sobre la mejora en los límites de sensibilidad a la presión de oclusión: las bombas de jeringa disponen de un límite inferior a la oclusión de al menos 10 mmHg:		
Valor límite inferior de la oclusión de 10 mmHg o inferior..... 3 Puntos	3 Puntos	3 Puntos
Valor límite inferior de oclusión mayor a 10 mmHg 0 Puntos		
7. Control de presiones:		

Red

CRITERIOS TECNICOS	B.BRAUN MEDICAL, S.A	GESTION INTEGRAL DE CLINICAS, S.L
SI Dispone de autoajuste de presiones (controla que el límite de oclusión distal se pueda ajustar de forma automática) 3 Puntos	3 Puntos	3 Puntos
NO Dispone de autoajuste de presiones (controla que el límite de oclusión distal se pueda ajustar de forma automática) 0 Puntos		
8. Presenta certificado de horas de uso y de electricidad de las bombas para garantizar que los equipos sean de nueva fabricación:		
Presenta SI..... 2 Puntos	2 Puntos	2 Puntos
Presenta NO..... 0 Puntos		
PUNTUACIÓN TOTAL	26 Puntos	30 Puntos

Móstoles, a 23 de noviembre de 2021

JEFE DE SERVICIO DE UNIDAD DE
CUIDADOS INTENSIVOS



Fdo.: Nieves Franco Garrobo

Numero	Artículo
2	Nº DE ORDEN 3: BOMBAS DE INFUSIÓN "VOLUMÉTRICA"

LICITADOR	VALORACIÓN TÉCNICA DE LA MUESTRA
B.BRAUN MEDICAL, S.A	SI CUMPLE las especificaciones técnicas
GESTION INTEGRAL DE CLINICAS,S.L	SI CUMPLE las especificaciones técnicas

CRITERIOS TECNICOS	B.BRAUN MEDICAL, S.A	GESTION INTEGRAL DE CLINICAS,S.L
1. Capacidad de detección rápida de la oclusión (la medición se realizará en zona de venopunción):		
Tiempo de detección de la oclusión <90" 5 Puntos	5 Puntos	5 Puntos
Tiempo de detección de la oclusión >90" 0 Puntos		
2. Sobre el volumen a infundir:		
Permite programar el final del volumen a infundir (se para la bomba al finalizar el volumen programado, continua a un ritmo menor para mantenimiento vía venosa, etc.) 5 Puntos	5 Puntos	5 Puntos
NO Permite programar el final del volumen a infundir (se para la bomba al finalizar el volumen programado, continua a un ritmo menor para mantenimiento vía venosa, etc.) 0 Puntos		
3. Las alarmas auditivas se pueden programar de forma ascendente:		
SI se puede..... 5 Puntos	5 Puntos	5 Puntos
NO se puede..... 0 Puntos		
4. Presenta biblioteca de fármacos que permite la codificación de los fármacos por color:		
Presenta SI..... 4 Puntos	4 Puntos	4 Puntos
Presenta NO..... 0 Puntos		
5. Sobre el peso de las bombas:		
Menor o igual a 1,9 kg..... 4 Puntos	4 Puntos	
Menor o igual a 2,5 kg..... 2 Puntos		2 Puntos
Superior a 2,5 kg..... 0 Puntos		
6. Presenta biblioteca de fármacos con modelos farmacocinéticos para pediatría y obesos mórbidos:		
Presenta SI..... 4 Puntos		4 Puntos
Presenta NO..... 0 Puntos	0 Puntos	
7. Presenta certificado de horas de uso y de electricidad de las bombas para garantizar que los equipos sean de nueva fabricación:		
Presenta SI..... 3 Puntos	3 Puntos	3 Puntos
Presenta NO..... 0 Puntos		
PUNTUACIÓN TOTAL	26 Puntos	28 Puntos

■ Móstoles, a 23 de noviembre de 2021

JEFE DE SERVICIO DE ANESTESIA
Y REANIMACIÓN

Fdo.- Fco. de Borja de la Quintana Gordon

JEFE DE SERVICIO UNIDAD DE
CUIDADOS INTENSIVOS

Fdo.: Nieves Franco Garrobo

Numero	Articulo
3	Nº DE ORDEN 5: BOMBAS DE INFUSIÓN VOLUMÉTRICA PARA ANESTESIA (TIVA/TCI)

LICITADOR	VALORACIÓN TÉCNICA DE LA MUESTRA
B.BRAUN MEDICAL, S.A	SI CUMPLE las especificaciones técnicas
GESTION INTEGRAL DE CLINICAS,S.L	SI CUMPLE las especificaciones técnicas

CRITERIOS TECNICOS	B.BRAUN MEDICAL, S.A	GESTION INTEGRAL DE CLINICAS,S.L
1.-Capacidad de detección rápida de la oclusión (la medición se realizará en zona de venopunción):		
Tiempo de detección de la oclusión <90" 6 Puntos	6 Puntos	6 Puntos
Tiempo de detección de la oclusión >90" 0 Puntos		
2.-Las alarmas auditivas se pueden programar de forma ascendente:		
SI se puede..... 6 Puntos	6 Puntos	6 Puntos
NO se puede..... 0 Puntos		
3.-Presenta biblioteca de fármacos que permite la codificación de los fármacos por color:		
Presenta SI..... 5 Puntos	5 Puntos	5 Puntos
Presenta NO..... 0 Puntos		
4.-Sobre el peso de las bombas:		
Menor o igual a 1,9 kg..... 5 Puntos	5 Puntos	
Menor o igual a 2,5 kg..... 2 Puntos		2 Puntos
Superior a 2,5 kg..... 0 Puntos		
5.-Presenta biblioteca de fármacos con modelos farmacocinéticos para pediatría y obesos mórbidos:		
Presenta SI..... 5 Puntos		5 Puntos
Presenta NO..... 0 Puntos	0 Puntos	
6.-Presenta certificado de horas de uso y de electricidad de las bombas para garantizar que los equipos sean de nueva fabricación:		
Presenta SI..... 3 Puntos	3 Puntos	3 Puntos
Presenta NO..... 0 Puntos		
PUNTUACION TOTAL	25 Puntos	27 Puntos

Móstoles, a 23 de noviembre de 2021

JEFE DE SERVICIO DE ANESTESIA
Y REANIMACIÓN



Fdo.- Fco. de Borja de la Quintana Gordon

Numero	Artículo
4	Nº DE ORDEN 6: BOMBAS DE INFUSIÓN PARA CITOSTÁTICOS

LICITADOR	VALORACIÓN TÉCNICA DE LA MUESTRA
BECTON DICKINSON, S.A	SI CUMPLE las especificaciones técnicas
FRESENIUS KABI ESPAÑA S.A	SI CUMPLE las especificaciones técnicas
ICU MEDICAL PROD.FARM.HOSPIT.SL	SI CUMPLE las especificaciones técnicas

CRITERIOS TÉCNICOS	BECTON DICKINSON, S.A	FRESENIUS KABI ESPAÑA S.A	ICU MEDICAL PROD.FARM. HOSPIT.SL
1. Permite infusión independiente de varias soluciones intravenosas en toda su extensión:			
Permite SI..... 8 Puntos	8 Puntos	8 Puntos	
Permite NO..... 0 Puntos			0 Puntos
2. Capacidad de detección rápida de la oclusión:			
Tiempo de detección de la oclusión <120" (programado a 50mmHg)..... 8 Puntos	8 Puntos	8 Puntos	8 Puntos
Tiempo de detección de la oclusión >120"(programado a 50mmHg)..... 0 Puntos			
3. Programación de la alarma de presión:			
SI Permite programar alarma de presión a partir de 25 mmHg..... 8 Puntos	8 Puntos		
NO Permite programar alarma de presión a partir de 25 mmHg..... 0 Puntos		0 Puntos	0 Puntos
4. Presenta alarma luminosa visible a más de 3 metros de distancia:			
Presenta SI..... 6 Puntos	6 Puntos		
Presenta NO..... 2 Puntos		2 Puntos	2 Puntos
PUNTUACIÓN TOTAL	30 Puntos	18 Puntos	10 Puntos

Móstoles, a 23 de noviembre de 2021

SUPERVISORA DE HOSPITAL DE DÍA



Fdo.- Ruth Serrano González

Numero	Artículo
5	Nº DE ORDEN 7: SISTEMA INFUSIÓN BOMBA VOLUMÉTRICA HOSPITALIZACIÓN

LICITADOR	VALORACIÓN TÉCNICA DE LA MUESTRA
BECTON DICKINSON, S.A	SI CUMPLE las especificaciones técnicas
ICU MEDICAL PRODUCTOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS, S.L	SI CUMPLE las especificaciones técnicas
FRESENIUS KABI ESPAÑA, S.A	SI CUMPLE las especificaciones técnicas
PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, S.L	SI CUMPLE las especificaciones técnicas
B.BRAUN MEDICAL, S.A	SI CUMPLE las especificaciones técnicas

CRITERIOS TECNICOS	BECTON DICKINSON S.A.U	ICU MEDICAL PROD. MED. Y HOSPITAL. S.L	FRESENIUS KABI	PROD. MEDICOS HOSPITALARIOS S.L	B. BRAUN MEDICAL, S.A
1. Los sistemas de infusión opacos presentan filtro de 1,2 micras incorporado para la nutrición parenteral:					
Presentan SI14 Puntos					
Presentan NO.....0 Puntos	0 Puntos	0 Puntos	0 Puntos	0 Puntos	0 Puntos
2. Presenta conexión en "Y" con válvula de seguridad, para conseguir un acceso inmediato a la vía del paciente y para evitar manipulaciones de la vía venosa:					
Presenta SI.....8 Puntos	8 Puntos	8 Puntos			8 Puntos
Presenta NO.....0 Puntos			0 Puntos	0 Puntos	
3. Presenta sistema atrapaburbujas para facilitar el purgado:					
Presenta SI.....8 Puntos	8 Puntos	8 Puntos	8 Puntos		8 Puntos
Presenta NO.....0 Puntos				0 Puntos	
PUNTUACIÓN TOTAL	16 Puntos	16 Puntos	8 Puntos	0 Puntos	16 Puntos

Móstoles, a 23 de noviembre de 2021

SUPERVISORA DE CIRUGÍA GENERAL

Fdo.- Rosa Gárvajal Muñoz

Numero	Artículo
5	Nº DE ORDEN 8: SISTEMA INFUSIÓN OPACO BOMBA VOLUMETRICA HOSPITALIZACIÓN

LICITADOR	VALORACIÓN TÉCNICA DE LA MUESTRA
BECTON DICKINSON	SI CUMPLE las especificaciones técnicas
ICU MEDICAL PRODUCTOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS,S.L	SI CUMPLE las especificaciones técnicas
FRESENIUS KABI	SI CUMPLE las especificaciones técnicas
PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, S.L	SI CUMPLE las especificaciones técnicas
B.BRAUN MEDICAL,S.A	SI CUMPLE las especificaciones técnicas

CRITERIOS TECNICOS	BECTON DICKINSON S.A.U	ICU MEDICAL PRODUCTOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS,S.L	FRESENIUS KABI	PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS , S.L	B. BRAUN MEDICAL, S.A
1. Los sistemas de infusión opacos presentan filtro de 1,2 micras incorporado para la nutrición parenteral:					
Presentan SI14 Puntos					
Presentan NO.....0 Puntos	0 Puntos	Puntos	0 Puntos	0 Puntos	0 Puntos
2. Presenta conexión en "Y" con válvula de seguridad, para conseguir un acceso inmediato a la vía del paciente y para evitar manipulaciones de la vía:					
Presenta SI.....8 Puntos		8 Puntos	8 Puntos		8 Puntos
Presenta NO.....0 Puntos	0 Puntos			0 Puntos	
3. Presenta sistema atrapaburbujas para facilitar el purgado:					
Presenta SI.....8 Puntos	8 Puntos	8 Puntos	8 Puntos		8 Puntos
Presenta NO.....0 Puntos				0 Puntos	
PUNTUACIÓN TOTAL	8 Puntos	16 Puntos	16 Puntos	0 Puntos	16 Puntos

Móstoles, a 23 de noviembre de 2021

SUPERVISORA DE CIRUGÍA GENERAL

Fdo.- Rosa Carvajal Muñoz

Numero	Artículo
6	Nº ORDEN 9: SISTEMA INFUSIÓN BOMBA VOLUMÉTRICA SERVICIOS ESPECIALES

LICITADOR	VALORACIÓN TÉCNICA DE LA MUESTRA
GESTION INTEGRAL DE CLINICAS,S.L	SI CUMPLE las especificaciones técnicas
B.BRAUN MEDICAL,S.A	SI CUMPLE las especificaciones técnicas

CRITERIOS TECNICOS	GESTION INTEGRAL DE CLINICAS,S.L	B.BRAUN MEDICAL,S.A
1. Los sistemas de Infusión opacos presentan filtro de 1,2 micras incorporado para la nutrición parenteral:		
Presentan SI10 Puntos		
Presentan NO0 Puntos	0 Puntos	0 Puntos
2. Los sistemas de infusión presentan filtro de 0,2 micras incorporado:		
Presenta SI10 Puntos		
Presenta NO0 Puntos	0 Puntos	0 Puntos
3. Seguridad en la colocación del sistema volumétrico, antes de cerrar la puerta de la bomba:		
El sistema sí dispone de guía visual en el tramo siliconado6 Puntos		6 Puntos
El sistema no dispone de guía visual en el tramo siliconado0 Puntos	0 Puntos	
4. Inserción del sistema:		
Dispone de sistema mecanizado en el cierre de la bomba que asegura su inserción4 Puntos	4 Puntos	4 Puntos
Dispone sólo de sistema manual en la bomba para su inserción0 Puntos		
PUNTUACIÓN TOTAL	4 Puntos	10 Puntos

Móstoles, a 23 de noviembre de 2021

JEFE DE SERVICIO DE ANESTESIA
Y REANIMACIÓN



Fdo.- Fco. de Borja de la Quintana Gordon

JEFE DE SERVICIO UNIDAD DE
CUIDADOS INTENSIVOS



Fdo.: Nieves Franco Garrobo


Numero	Artículo
6	Nº ORDEN 10: SISTEMA INFUSIÓN OPACO BOMBA VOLUMÉTRICA SERVICIOS ESPECIALES

LICITADOR	VALORACIÓN TÉCNICA DE LA MUESTRA
GESTION INTEGRAL DE CLINICAS,S.L	SI CUMPLE las especificaciones técnicas
B.BRAUN MEDICAL,S.A	SI CUMPLE las especificaciones técnicas

CRITERIOS TECNICOS	GESTION INTEGRAL DE CLINICAS,S.L	B.BRAUN MEDICAL,S.A
1. Los sistemas de infusión opacos presentan filtro de 1,2 micras incorporado para la nutrición parenteral:		
Presentan SI10 Puntos		
Presentan NO.....0 Puntos	0 Puntos	0 Puntos
2. Los sistemas de infusión presentan filtro de 0,2 micras incorporado:		
Presenta SI.....10 Puntos		
Presenta NO.....0 Puntos	0 Puntos	0 Puntos
3. Seguridad en la colocación del sistema volumétrico, antes de cerrar la puerta de la bomba:		
El sistema sí dispone de guía visual en el tramo siliconado.....6 Puntos	6 Puntos	6 Puntos
El sistema no dispone de guía visual en el tramo siliconado.....0 Puntos		
4. Inserción del sistema:		
Dispone de sistema mecanizado en el cierre de la bomba que asegura su inserción.....4 Puntos	4 Puntos	4 Puntos
Dispone sólo de sistema manual en la bomba para su inserción0 Puntos		
PUNTUACIÓN TOTAL	10 Puntos	10 Puntos


Móstoles, a 23 de noviembre de 2021

JEFE DE SERVICIO DE ANESTESIA
Y REANIMACIÓN



Fdo.: Eco. de Borja de la Quintana Gordon

JEFE DE SERVICIO UNIDAD DE
CUIDADOS INTENSIVOS



Fdo.: Nieves Franco Garrobo

Numero	Articulo
6	Nº ORDEN 11: JERINGA PARA BOMBA DE INFUSION 50 ML Nº ORDEN 12: JERINGA OPACA PARA BOMBA DE INFUSION 50 ML

LICITADOR	VALORACIÓN TÉCNICA DE LA MUESTRA
GESTION INTEGRAL DE CLINICAS,S.L	SI CUMPLE las especificaciones técnicas
B.BRAUN MEDICAL,S.A	SI CUMPLE las especificaciones técnicas

CRITERIOS TECNICOS	GESTION INTEGRAL DE CLINICAS,S.L	B.BRAUN MEDICAL,S.A
1. Inserción de jeringas en las bombas durante el proceso de carga:		
El émbolo queda sujeto con sistema automático de seguridad antibolos..... 20 Puntos	20 Puntos	20 Puntos
El émbolo queda sujeto con sistema manual de seguridad antibolos..... 10 Puntos		
o El émbolo no queda sujeto..... 0 Puntos		
2. Inserción del sistema:		
Dispone de sistema mecanizado en el cierre de la bomba que asegura su inserción..... 10 Puntos	10 Puntos	10 Puntos
Dispone sólo de sistema manual en la bomba para su inserción..... 0 Puntos		
PUNTUACIÓN TOTAL	30 Puntos	30 Puntos

Móstoles, a 23 de noviembre de 2021

JEFE DE SERVICIO UNIDAD DE
CUIDADOS INTENSIVOS



Fdo.: Nieves Franco Garrobo

Numero	Articulo
7	Nº ORDEN 13: SISTEMA INFUSIÓN BOMBA VOLUMÉTRICA PARA ANESTESIA (TCI)

LIQITADOR	VALORACIÓN TÉCNICA DE LA MUESTRA
GESTION INTEGRAL DE CLINICAS,S.L	SI CUMPLE las especificaciones técnicas
B.BRAUN MEDICAL,S.A	SI CUMPLE las especificaciones técnicas

CRITERIOS TECNICOS	GESTION INTEGRAL DE CLINICAS,S.L	B.BRAUN MEDICAL,S.A
1. Seguridad en la colocación del sistema volumétrico, antes de cerrar la puerta de la bomba:		
El sistema si dispone de guía visual en el tramo siliconado.....15 Puntos	15 Puntos	15 Puntos
El sistema no dispone de guía visual en el tramo siliconado.....0 Puntos		
2. Inserción del sistema:		
Dispone de sistema mecanizado en el cierre de la bomba que asegura su inserción.....15 Puntos	15 Puntos	15 Puntos
Dispone sólo de sistema manual en la bomba para su inserción.....0 Puntos		
PUNTUACIÓN TOTAL	30 Puntos	30 Puntos

Móstoles, a 23 de noviembre de 2021

JEFE DE SERVICIO DE ANESTESIA
Y REANIMACIÓN

Fdo.- Fco. de Borja de la Quintana Gordon

Numero	Artículo
8	Nº ORDEN 14: SISTEMA INFUSIÓN BOMBA VOLUMÉTRICA PARA CITOSTÁTICOS

LICITADOR	VALORACIÓN TÉCNICA DE LA MUESTRA
BECTON DICKINSON, S.A	SI CUMPLE las especificaciones técnicas
ICU MEDICAL PRODUCTOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS, S.L	SI CUMPLE las especificaciones técnicas
FRESENIUS KABI ESPAÑA, S.A	SI CUMPLE las especificaciones técnicas.

CRITERIOS TÉCNICOS	BECTON DICKINSON, S.A	ICU MEDICAL PRODUCTOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS, S.L	FRESENIUS KABI ESPAÑA, S.A
1. Presenta toma de aire automática con válvula unidireccional, que permite la entrada de aire del exterior para una correcta infusión de la medicación, pero impide la salida al exterior de aerosoles/líquidos lo que lo constituye en un sistema cerrado:			
Presenta SI..... 10 Puntos			
Presenta NO..... 0 Puntos	0 Puntos	0 Puntos	0 Puntos
2. Los sistemas de infusión presentan filtro de 0,2 micras incorporado:			
Presentan SI..... 7 Puntos			
Presentan NO..... 0 Puntos	7 Puntos	0 Puntos	0 Puntos
3. Presenta conexión en "Y" con válvula de seguridad, para conseguir un acceso inmediato a la vía del paciente y para evitar manipulaciones de la vía venosa:			
Presenta SI..... 7 Puntos	7 Puntos	7 Puntos	7 Puntos
Presenta NO..... 0 Puntos			
4. Presenta sensor de presión incorporados en el sistema de infusión:			
Presenta sensor de presión con una precisión de 1mmHg, SI..... 6 Puntos	6 Puntos		
Presenta sensor de presión con una precisión de 1mmHg, NO..... 0 Puntos		0 Puntos	0 Puntos
PUNTUACIÓN TOTAL	20 Puntos	7 Puntos	7 Puntos

Móstoles, a 23 de noviembre de 2021

SUPERVISORA DE HOSPITAL DE DÍA



Fdo.- Ruth Serrano González

Numero	Artículo
8	Nº ORDEN 15: SISTEMA INFUSIÓN BOMBA VOLUMETRICA MULTIACCESO

LICITADOR	VALORACIÓN TÉCNICA DE LA MUESTRA
BECTON DICKINSON ,S.A	SI CUMPLE las especificaciones técnicas
ICU MEDICAL PRODUCTOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS,S.L	SI CUMPLE las especificaciones técnicas
FRESENIUS KABI ESPAÑA,S.A	SI CUMPLE las especificaciones técnicas

CRITERIOS TECNICOS	BECTON DICKINSON ,S.A	ICU MEDICAL PRODUCTOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS,S.L	FRESENIUS KABI ESPAÑA,S.A
1.-Presenta toma de aire automática con válvula unidireccional, que permite la entrada de aire del exterior para una correcta infusión de la medicación, pero impide la salida al exterior de aerosoles/líquidos lo que lo constituye en un sistema cerrado:			
Presenta SI.....10 Puntos	10 Puntos		
Presenta NO.....0 Puntos		0 Puntos	0 Puntos
2.- Los sistemas de infusión presentan filtro de 0,2 micras incorporado:			
Presentan SI.....7 Puntos	7 Puntos		
Presentan NO.....0 Puntos		0 Puntos	0 Puntos
3.-Presenta conexión en "Y" con válvula de seguridad, para conseguir un acceso inmediato a la vía del paciente y para evitar manipulaciones de la vía venosa:			
Presenta SI.....7 Puntos	7 Puntos	7 Puntos	7 Puntos
Presenta NO.....0 Puntos			
4.-Presenta sensor de presión incorporados en el sistema de infusión:			
Presenta sensor de presión con una precisión de 1mmHg, SI.....6 Puntos	6 Puntos		
Presenta sensor de presión con una precisión de 1mmHg, NO.....0 Puntos		0 Puntos	0 Puntos
PUNTUACIÓN TOTAL	30 Puntos	7 Puntos	7 Puntos

Móstoles, a 23 de noviembre de 2021

SUPERVISORA DE HOSPITAL DE DÍA

Fdo.- Ruth Serrano González

Numero	Artículo
8	Nº ORDEN 16: SISTEMA INFUSIÓN BOMBA VOLUMÉTRICA PARA SANGRE

LICITADOR	VALORACIÓN TÉCNICA DE LA MUESTRA
BECTON DICKINSON ,S.A	SI CUMPLE las especificaciones técnicas
ICU MEDICAL PRODUCTOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS,S.L	SI CUMPLE las especificaciones técnicas
FRESENIUS KABI ESPAÑA,S.A	NO CUMPLE las especificaciones técnicas ✓ Se solicita en PPT" Punzón perforador <u>doble</u> según norma ISO 8536-4, con protector". En la documentación aportada hace referencia a <u>un Punzon</u> perforador y las muestras recibidas son de un solo punzón.

CRITERIOS TECNICOS	BECTON DICKINSON ,S.A	ICU MEDICAL PRODUCTOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS,S.L
1.-Presenta toma de aire automática con válvula unidireccional, que permite la entrada de aire del exterior para una correcta infusión de la medicación, pero impide la salida al exterior de aerosoles/líquidos lo que lo constituye en un sistema cerrado:		
Presenta SI.....10 Puntos		
Presenta NO.....0 Puntos	0 Puntos	0 Puntos
2.-Los sistemas de infusión presentan filtro de 0,2 micras incorporado:		
Presentan SI.....7 Puntos	7 Puntos	
Presentan NO.....0 Puntos		0 Puntos
3.-Presenta conexión en "Y" con válvula de seguridad, para conseguir un acceso inmediato a la vía del paciente y para evitar manipulaciones de la vía venosa:		
Presenta SI.....7 Puntos	7 Puntos	7 Puntos
Presenta NO.....0 Puntos		
4.-Presenta sensor de presión incorporados en el sistema de infusión:		
Presenta sensor de presión con una precisión de 1mmHg, SI.....6 Puntos	6 Puntos	
Presenta sensor de presión con una precisión de 1mmHg, NO.....0 Puntos		0 Puntos
PUNTUACIÓN TOTAL	20 Puntos	7 Puntos

Móstoles, a 23 de noviembre de 2021

SUPERVISORA DE HOSPITAL DE DÍA

Fdo.- Ruth Serrano González

PUNTUACION TÉCNICA															
LOT E	Nº ORDE N	DESCRIPCIÓN	BECTON DICKINSON		B BRAUN		GESTION INTEGRAL DE CLINICAS		IOU MEDICAL		FRESENIUS			PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS	
1	1	Alquiler mensual Bomba hospitalización	24	24	30	30	NO SE PRESENTA		20	20	24	24	30	30	15 puntos
5	7	Sistema infusión bomba volumétrica hospitalización	16	12	16	16	NO SE PRESENTA		16	16	8	12	0	0	
5	8	Sistema infusión opaco bomba volumétrica hospitalización	8		16		NO SE PRESENTA		16		16		0		
			TOTAL LOTE 1+5		TOTAL LOTE 1+5		TOTAL LOTE 2+6		TOTAL LOTE 1+5		TOTAL LOTE 1+5			TOTAL LOTE 1+5	
			18 puntos		23 puntos		24 puntos		18 puntos		18 puntos			15 puntos	
LOT E	Nº ORDE N	DESCRIPCIÓN	BECTON DICKINSON		B BRAUN		GESTION INTEGRAL DE CLINICAS		IOU MEDICAL		FRESENIUS			PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS	
2	2	Alquiler mensual Bomba jeringa	NO SE PRESENTA		26	26	30	29	NO SE PRESENTA	NO SE PRESENTA	NO SE PRESENTA	NO SE PRESENTA	NO SE PRESENTA	NO SE PRESENTA	NO SE PRESENTA
2	3	Alquiler mensual Bomba volumétrica para críticos			26	28									
2	4	Alquiler mensual Sistema modular (rack)			10	4									
6	9	Sistema infusión bomba volumétrica servicios especiales			10	10	19								
6	10	Sistema infusión opaco bomba volumétrica servicios especiales			30	30									
6	11	Jeringa para bomba de infusión 50 ml													
6	12	Jeringa opaca para bomba de infusión 50 ml			30		30								
			TOTAL LOTE 1+5		TOTAL LOTE 2+6		TOTAL LOTE 2+6		TOTAL LOTE 1+5		TOTAL LOTE 1+5			TOTAL LOTE 1+5	
			NO SE PRESENTA		23 puntos		24 puntos		NO SE PRESENTA		NO SE PRESENTA			NO SE PRESENTA	
LOT E	Nº ORDE N	DESCRIPCIÓN	BECTON DICKINSON		B BRAUN		GESTION INTEGRAL DE CLINICAS		IOU MEDICAL		FRESENIUS			PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS	
3	5	Alquiler mensual Bomba volumétrica TCI	NO SE PRESENTA		25	25	27	27	NO SE PRESENTA	NO SE PRESENTA	NO SE PRESENTA	NO SE PRESENTA	NO SE PRESENTA	NO SE PRESENTA	NO SE PRESENTA
7	13	Sistema infusión bomba volumétrica anestesia TCI			30	30	30	30							
					TOTAL LOTE 3+7		TOTAL LOTE 3+7								
			NO SE PRESENTA		28 puntos		29 puntos		NO SE PRESENTA		NO SE PRESENTA			NO SE PRESENTA	
LOT E	Nº ORDE N	DESCRIPCIÓN	BECTON DICKINSON		B BRAUN		GESTION INTEGRAL DE CLINICAS		IOU MEDICAL		FRESENIUS			PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS	
4	6	Alquiler mensual Bombas citostáticos	30	30	NO SE PRESENTA		NO SE PRESENTA		10	10	18	18	NO CUMPLE	NO SE PRESENTA	NO SE PRESENTA
8	14	Sistema infusión bomba volumétrica para citostáticos	20						7	7	no cumple				
8	15	Sistema infusión bomba volumétrica multiacceso	30	23					7	7	no cumple				
8	16	Sistema infusión sangre bomba volumétrica para citostáticos	20						0		no cumple				
			TOTAL LOTE 4+8		TOTAL LOTE 4+8		TOTAL LOTE 4+8		TOTAL LOTE 4+8		TOTAL LOTE 4+8			TOTAL LOTE 4+8	
			27 puntos		NO SE PRESENTA		NO SE PRESENTA		7 puntos		NO CUMPLE			NO SE PRESENTA	

Únicamente las ofertas clasificadas como “SÍ CUMPLE” continúan en la licitación y, por tanto, pasan a la fase siguiente.

Queda excluida **la empresa FRESENIUS KABI ESPAÑA S.A**, al no cumplir en el lote 8 con lo descrito en el PPT relativo al punzón doble tal como se especifica en el informe.

Contra el presente acto de trámite, que determina la imposibilidad de continuar el procedimiento para la empresa excluida, podrá interponerse con carácter potestativo recurso especial en materia de contratación, en el plazo de quince días hábiles contados desde el día siguiente a aquel en que se remita la notificación, ante el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, o bien, directamente, recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la recepción de la notificación, ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime procedente interponer. Todo ello conforme a lo dispuesto en los artículos 44 y siguientes de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público y artículos 8 al 12 de la Ley 29/1988, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Esta información se publicará en el tablón de anuncios del Perfil del Contratante de la Comunidad de Madrid en aplicación del artículo 63 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.

EL SECRETARIO DE LA
MESA DE CONTRATACIÓN
P.A

Firmado digitalmente por: RODRIGUEZ JIMENEZ ROCIO
Fecha: 2021 12 30 09:52