

EXPEDIENTE: 2021-0-157

**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA EL SUMINISTRO DE SELLANTES Y HEMOSTÁTICOS DE COLÁGENO REABSORBIBLES PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE**

**OBJETO DEL CONTRATO:**

El presente contrato tiene por objeto el suministro de Sellantes y hemostáticos de colágeno reabsorbibles que permitan la detención de sangrados en cirugía laparoscópica y pacientes politraumatizados y cesión de dos frigoríficos durante la vigencia del contrato para el Servicio de Cirugía General y Digestivo y el Servicio de Ginecología del Hospital Universitario Doce de Octubre.

**El Expediente consta del siguiente lote:**

LOTE	Nº Orden	CD ARTº	DESCRIPCIÓN ARTICULO
1	1	019121	<b>SELLANTE Y HEMOSTATICO DE COLAGENO REABSORBIBLE DE 4,5x4,5 CM</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Parche de colágeno bovino</li> <li>- Plegable y flexible</li> <li>- Recubierto con NHS-PEG (pentaeritritol polietilenglicol éter tetrasuccinimidil gutarato).</li> <li>- Cara no activa identificada</li> <li>- Reabsorbible entre 6 y 8 semanas después de su aplicación.</li> </ul>
	2	019122	<b>SELLANTE Y HEMOSTATICO DE COLAGENO REABSORBIBLE DE 4,5x9 CM</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Parche de colágeno bovino</li> <li>- Plegable y flexible</li> <li>- Recubierto con NHS-PEG (pentaeritritol polietilenglicol éter tetrasuccinimidil gutarato).</li> <li>- Cara no activa identificada</li> <li>- Reabsorbible entre 6 y 8 semanas después de su aplicación.</li> </ul>

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPAMIENTO**

El adjudicatario cederá en cesión de uso, dos frigoríficos congeladores para su conservación, con las siguientes características:

- Eficiencia energética A++
- Medidas exteriores mínimas (altura/anchura/profundidad): 180/60/63 cm
- Capacidad útil total 257 l
- Nivel de potencia acústica hasta 41 dB
- No frost, capacidad congeladora en 24 h , 20 Kg
- Clase climática SN-T
- Descongelación, compartimento congelador automática
- Tiempo de almacenamiento en caso de anomalía 20 h.
- Con estantes y cajones cerrados por todos los costados

2021-0-157

### **MUESTRAS**

Para la evaluación de los productos se solicitan muestras **SI**

Cantidad de muestras: **5 por cada Nº DE ORDEN**

Lugar de Entrega: **Almacén General. Edificio MI planta -2**

- No obstante, y durante el período de evaluación técnica de los productos ofertados, se podrán solicitar **más** muestras en aquellos casos que se considere necesario, requisito imprescindible para poder valorar la calidad del producto

### **FORMACIÓN**

La empresa adjudicataria deberá formar, sin coste alguno para el Centro, si es preciso, al personal que se determine para el correcto uso de los productos, entregándose sin cargo el material docente necesario para la formación.

### **OTROS**

El presente pliego, así como el de Cláusulas Administrativas Particulares, será incorporado como parte del contrato.

Madrid, 27 de julio de 2021

**EL JEFE DE SECCION C.GENERAL**

**Fdo. Dr. García Borda**



**LA JEFE DE SECCION GINECOLOGIA**

**Fdo. Dra. Aragón Sánchez**



*p A. Dr. Tejido*

EXPEDIENTE: 2021-0-157

OBJETO: SUMINISTRO DE SELLANTES Y HEMOSTATICOS DE COLAGENO REABSORBIBLES PARA EL HOSPITAL 12 DE OCTUBRE

						PRESUPUESTO					
LOTE	Nº ORDEN	CODIGO ARTº	DESCRIPCION ARTICULO	CANTIDAD 24 MESES	PRORROGA 24 MESES	PRECIO S/IVA	BASE IMPONIBLE	IVA 10%	IMPORTE TOTAL	VALOR ESTIMADO (incluida 20% modificación)	EPIGRAFE
1	1	019121	SELLANTE Y HEMOSTATICO DE COLAGENO REABSORBIBLE 4,5 x4.5 CM	292	292	140,000	40.880,00	4.088,00	44.968,00	89.936,00	27004
	2	019122	SELLANTE Y HEMOSTATICO DE COLAGENO REABSORBIBLE 4,5 x 9 CM	520	520	240,000	124.800,00	12.480,00	137.280,00	274.560,00	27004
							<b>165.680,00</b>	<b>16.568,00</b>	<b>182.248,00</b>	<b>364.496,00</b>	