

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE UN EQUIPO PARA EL DIAGNÓSTICO FUNCIONAL DE LA RESPIRACIÓN NASAL PARA EL SERVICIO DE ALERGIA DEL HOPITAL CLÍNICO SAN CARLOS

PNSP 2021-8-273

1. OBJETIVO Y ALCANCE.

El presente pliego de prescripciones técnicas tiene por objeto describir las características técnicas que deberá cumplir el equipamiento médico que se describe en el lote que se relaciona, su instalación y puesta en marcha.

Las condiciones establecidas en este pliego tendrán la consideración de complementarias en relación con las de similar contenido en el pliego de cláusulas administrativas particulares que habrán de regir la contratación de este expediente.

2. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO E IMPORTE MÁXIMO DE LICITACIÓN

Conforme a lo dispuesto en el Artículo 126.5.a) de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE de 26 de febrero de 2014, los productos ofertados por los distintos licitadores habrán de acreditar el cumplimiento de las siguientes exigencias funcionales y de diseño.

LOTE	DESCRIPCIÓN LOTE	UND.	PRECIO UNT.S/IVA	BASE IMPONIBLE	IVA -21%	TOTAL
1	EQUIPO PARA EL DIAGNÓSTICO FUNCIONAL DE LA RESPIRACIÓN NASAL	1	28.016,53	28.016,53	5.883,470	33.900

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS mínimas que tienen que tener el equipamiento:

El equipo debe posibilitar la realización de Rinomanometría, Resistometría nasal y Rinometría acústica.

Debe permitir medir: flujo nasal, resistencia nasal (presión transnasal), geometría nasal, volumen nasal, y cambios en los mismos tras provocación nasal.

Rinomanometría/Resistometría nasal:

- Mascarilla para medición flujo nasal con adaptación de los sensores de presión coanal.
- Filtro de bacterias desechable adaptable a la máscara.
- Boquilla de medición precalentada y con compensación térmica.
- Apto para uso en niños y adultos

Rinomanometría acústica:

- Sonda de medición réflex, digitalmente filtrada.
- Estimulo de señal pulsante de banda ancha

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE UN EQUIPO PARA EL DIAGNÓSTICO FUNCIONAL DE LA RESPIRACIÓN NASAL PARA EL SERVICIO DE ALERGÍA DEL HOPITAL CLÍNICO SAN CARLOS

PNSP 2021-8-273

- Tubo acústico en forma de pieza de mano disociada acústicamente.
- Apto para uso en niños y adultos.

Marcado CE

Ordenador portátil con todo el software para rinomanometría, rinorresistometría, rinometría acústica y test de provocación nasal, y licencias necesarias para la utilización del equipo.

Proporcionar software y hardware necesario para la puesta en marcha, realización de las pruebas anteriormente indicadas y correcto funcionamiento del equipo.

Los resultados/datos deben poder ser exportados sin procesar, enviados a impresora, almacenados externamente, y deben poder ser exportados/compatibles con el sistema de historia clínica electrónica del hospital.

Carrito con ruedas para almacenamiento de todos los componentes y ordenador portátil.

4. El adjudicatario garantizará el **adiestramiento técnico** adecuado en el empleo de los bienes licitados al personal implicado en el uso de los mismos.
5. Para la recepción y la conformidad de la puesta en marcha de los equipos, será requisito imprescindible el cumplimiento de las cláusulas siguientes:
 - 1) El equipo descrito en la oferta debe suministrarse con todos aquellos dispositivos o elementos de interconexión y accesorios necesarios para un total y correcto funcionamiento.
 - 2) La instalación de los equipos se realizará en presencia del personal del servicio al que va dirigido y de un técnico designado por el Servicio Técnico del Hospital. El servicio receptor del equipo autorizará y supervisará la instalación del mismo (en coordinación con el Servicio Técnico del Hospital).
 - 3) La fecha de instalación deberá ser comunicada a dicho Servicio y al que vaya dirigido con antelación suficiente, mediante documento escrito (carta o fax).
 - 4) Deberá aportarse al servicio de Mantenimiento del Centro la siguiente documentación por cada equipo suministrado:
 - a. Descripción del equipo y todos y cada uno de sus componentes principales con sus números de serie correspondientes.
 - b. Documentación técnica completa, incluyendo esquemas eléctricos mecánicos, neumáticos hidráulicos y de otro tipo considerados necesarios del equipo principal y todos y cada uno de sus componentes en idioma castellano.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE UN EQUIPO PARA EL DIAGNÓSTICO FUNCIONAL DE LA RESPIRACIÓN NASAL PARA EL SERVICIO DE ALERGÍA DEL HOPITAL CLÍNICO SAN CARLOS

PNSP 2021-8-273

6. LOS EQUIPOS Y TODOS SUS COMPONENTES SERAN DE NUEVA FABRICACION Y SIN NINGUN COMPONENTE REACONDICIONADO.

Firmado por MARIA MONTSERRAT FERNANDEZ RIVAS - [REDACTED] el día 04/11/2021 con un certificado emitido por AC CAMERFIRMA FOR NATURAL PERSONS - 2016

Fdo.: Dra. M. Monserrat Fernández Rivas
Jefa del Servicio de Alergia