

EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PA SUM 21/034

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

Cláusula Primera

Objeto. El objeto del presente expediente de contratación consiste en el **Suministro de material de cataratas y viscoelásticos para el Servicio de Oftalmología** del Hospital Universitario de Fuenlabrada, conforme se detalla a continuación:

Lote	Orden	Cód SAP	Descripción	Cantidad 24 meses	Precio unitario S/IVA	Importe S/IVA
1	1	11131	<p>EQUIPO PARA CIRUGÍA DE CATARATAS (CUSTOM PACK)</p> <p>COMPOSICIÓN:</p> <p>1 Paño cubremesas de 140 x 180 cm</p> <p>3 Batas con cierre de velcro y secamanos talla XL</p> <p>1 cuchillete para incisión temporal 20G</p> <p>2 Jeringas L-L de 5 ml</p> <p>2 jeringas L-S de 2 ml</p> <p>1 Cistitomo Rycroft 25G</p> <p>1 Cánula de hidrodisección tipo Pearce de 25G</p> <p>2 Cánulas de cámara anterior Rycroft 27G</p> <p>1 Paquete de 10 unidades de hemostetas</p> <p>1 Paño quirúrgico de cuerpo entero con doble bolsa sin fenestrar de 160 x 250 cm</p> <p>EL ADJUDICATARIO SE COMPROMETE A CEDER LOS SIGUIENTES EQUIPOS:</p> <p>EQUIPO COMBINADO DE LASER YAG-SLT CON LÁMPARA DE HENDIDURA Y MESA ELÉCTRICA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:</p> <ul style="list-style-type: none">- Debe combinar diferentes ópticas y una potente cavidad láser (poder cambiar con facilidad de láser YAG a láser SLT) para ofrecer una fotodisrupción óptima en procedimientos de iridectomía y capsulotomía, además de SLT.- El sistema láser SLT debe disponer de una fuente de láser Q-Switched, Nd:YAG de doble frecuencia, longitud de onda de 532 nm, niveles de energía de 0.3 a 2 mJ, duración del pulso de 4 ns, medida del punto de impacto de 400 µm, tasa de repetición de hasta 25 Hz y pulso único.- El láser YAG debe disponer de fuente de láser Q-Switched, ND:YAG, longitud de onda de 1064 nm, niveles de energía de 0.3 a 10 mJ (1 pulso), duración del pulso de 4 ns, medida del punto de impacto de 10 µm (86.4% de energía dentro del diámetro del	6.000	45,00€	270.000,00€

Lote	Orden	Cód SAP	Descripción	Cantidad 24 meses	Precio unitario S/IVA	Importe S/IVA
			<p>punto de impacto) 8 µm FWHM, tasa de repetición hasta 2 Hz, desenfoque de -1.5, +30, +150 µm, tipo de pulso de 1,2 y 3 pulsos por disparo.</p> <ul style="list-style-type: none"> - El punto de luz rojo de 635 nm debe tener una intensidad ajustable - Lámpara de hendidura tipo CSO 980 LED - Tres posiciones de magnificación (x10, x16 y x25) - Refrigeración mediante aire - Debe tener la posibilidad de incorporar un láser de 532 nm, mono o multispot en la misma plataforma <p>ENDOSCOPIO PARA EXPLORACION ENDONASAL COM LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Optica rígida de 0º, 4 mm de diámetro y 18 cm de longitud - Cable de luz de fibra óptica de 230 cm de longitud y 3.5 mm de diámetro - Fuente de luz fría, con cable de conexión, con tensión de trabajo 100-240 VAC y 50/60 Hz <p>EL EQUIPO CEDIDO PASARÁ A SER PROPIEDAD DEL HOSPITAL UNA VEZ FINALIZADO EL CONCURSO</p>			
2	2	1339	<p>VISCOELÁSTICO DISPERSIVO</p> <p>Características técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Solución viscoelástica, estéril, para uso quirúrgico, fundamentalmente cirugía de cataratas. - Obtenido por fermentación bacteriana - Composición de condroitin sulfato sódico 4% + hialuronato sódico 3% - Peso molecular de 650.000 dalton - Osmolalidad 325 +/-40 mOSsmol/ Kg - pH 7-7.5 - Viscosidad de 40.000 +/- 20.000 mPas (a 25ºC) - Presentación en jeringuillas estériles desechables, acompañadas de una cánula angulada estéril y desechable con calibre de 20-27 G. - Volumen mínimo: 0,5 ml. - Conservación entre 2 y 8º. 	1.200	36,00 €	43.200,00€
3	3	6178	<p>VISCOELÁSTICO ALTA DENSIDAD</p>	5.000	34,00 €	170.000,00€

Lote	Orden	Cód SAP	Descripción	Cantidad 24 meses	Precio unitario S/IVA	Importe S/IVA
			<p>Características técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Solución viscoelástica, estéril, para uso quirúrgico, fundamentalmente cirugía de cataratas. - Obtenido por biotecnología (Fermentación bacteriana). - Composición de hialuronato sódico 1,2 % + cloruro sódico 8,5 mg. + fosfato disódico dodecahidrato 0,56 mg + fosfato monosódico dihidrato 0,05 mg. - Peso molecular: 3 millones de Daltons. - Viscosidad: 250.000 cps (centipoises). - Índice de cohesión-dispersión: 37 - Índice de pseudoplasticidad 1286 - Presentación en jeringuillas estériles desechables, acompañadas de una cánula angulada estéril y desechable con calibre de 20-27 G. - Volumen: 0,8 ml. de ácido hialurónico al 1,2 % - Fácil de aspirar e irrigar. Potencialidad mínima de provocar hipertensión ocular postoperatoria. - Conservación entre 2 y 8º - Caducidad mínima de 3 años. <p>EL ADJUDICATARIO SE COMPROMETE A CEDER UN ANGIOGRAFO DE CAMPO ULTRA-AMPIO CON CAPTACION DE IMÁGENES EN MENOS DE MEDIO SEGUNDO, CON TECNOLOGIA CSLO, PARA PUPILAS MENORES DE 2 MM, CON AUTOFLUORESCENCIA CON LASER VERDE, HERRAMIENTA DE SUPERPOSICION DE IMÁGENES, CON VERDE INDOCIANINA, FUNCIÓN DE AUTOMONTAJE PARA MOSTRAR EN UNA SOLA IMAGEN HASTA 220º DE LA RETINA, CON MESA ELEVABLE</p> <p>EL EQUIPO CEDIDO PASARÁ A SER PROPIEDAD DEL HOSPITAL UNA VEZ FINALIZADO EL CONCURSO</p>			
4	4	18082	<p>PACK EXAMINACIÓN RETINA PEDIÁTRICA</p> <p>Características técnicas:</p> <p>Kit para examinación de Retina Pediátrica desechable que incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 depresor escleral curvo pediátrico con punta en forma de T de 6.1 mm de longitud y 1.5 mm de grosor, con eje curvo con ángulo de 50º de 21 mm y mango de 78 mm - 1 blefarostato neonatal de 7 mm de pala cerrada, con hojas cerradas de 3 x 7 mm - Material acero inoxidable de grado médico - Cjas de 20 packs. Estériles y de un solo uso 	400	17,00€	6.800,00€

Lote	Orden	Cód SAP	Descripción	Cantidad 24 meses	Precio unitario S/IVA	Importe S/IVA
5	5	18003	PINZAS RECTAS PARA EXTRACCION DE SUTURAS CORNEALES Características técnicas: <ul style="list-style-type: none"> - Pinza recta para extracción de suturas corneales con punta de 0.26 mm, con plataformas de 5 mm y mango de 52 mm. - Desechable de un solo uso - Material acero inoxidable de grado médico 	400	17,00€	6.800,00€
6	6	11900	MANGO DE IRRIGACION/ ASPIRACION COAXIAL PARA MICS Con de punta de silicona eje recto con manguito de 1.8 mm Puerto de aspiración 0,3mmv Conexión luer lock de seguridad Plástico, silicona y acero inoxidable Longitud 75mm y 5,2 pulgadas Angulado 45 grados COMPATIBLE CON FACOEMULSIFICADOR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: <i>Sistema de última generación para facoemulsificación de la catarata que permita las técnicas bimanual o coaxial por 2.75 mm. y 1,8 mm.</i> <ul style="list-style-type: none"> - Bomba centrífuga, control de fluidos cominados. - Posibilidad de elección del sistema de fluidos, mango de ultrasonidos de 28 Khz., 6 cristales de cuarzo, pedal de control inalámbrico mediante tecnología Bluetooth, sin necesidad de conexiones neumáticas externas. - Pantalla táctil. - Conexión del sistema a internet para hacer un servicio técnico interactivo y actualización de nuevo software, con 2 puertos USB para cargar y almacenar configuraciones o realizar diagnósticos y actualizaciones. - Interfaz gráfica de usuario con video para visualización de la cirugía en la pantalla de trabajo a tiempo real. 	4.000	17,00€	68.000,00€
			IMPORTE TOTAL (IVA EXCLUIDO)			564.800,00 €



Cláusula Segunda

Alcance de las características técnicas.

Las empresas licitadoras deberán ofertar el material que constituye el objeto de este expediente de contratación, tomando como referencia las características técnicas que se describen en la cláusula primera.

Los licitadores deberán ajustar sus ofertas de los números de orden referentes a los implantes, a una propuesta técnica en la que, corriendo todos los gastos por su cuenta, se describa la solución tecnológica ofertada.

Cláusula Tercera:

Los licitadores deberán ofertar por precios unitarios, según modelo de Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Cuando el Precio Unitario, sin IVA ofertado, supere el precio unitario, sin IVA de licitación, la proposición será desechada.

Aquellas proposiciones en las que el resultado del producto del precio unitario, sin IVA, por el número de unidades estimadas, sea superior a la Base Imponible, sin IVA, especificada como base en los Pliegos, serán desechadas.

Asimismo, serán excluidas las proposiciones económicas presentadas a lotes con varios componentes, que no oferten a la totalidad de los mismos, o que excedan el precio de licitación, sin IVA, de alguno de ellos.

Las cantidades propuestas para la adjudicación son estimadas, su entrega está condicionada a las necesidades del Hospital.

Cláusula Cuarta:

Consideraciones sociales.

Las empresas adjudicatarias no deben practicar o apoyar la discriminación en la contratación, remuneración, acceso a la capacitación, promoción, despido o jubilación basada en la raza, origen social o nacional, casta, nacimiento, religión, discapacidad, género, orientación sexual, responsabilidad familiar, estado civil, afiliación a sindicatos, opiniones políticas, edad o cualquier otra condición que pueda dar origen a la discriminación.

Las empresas adjudicatarias no deben interferir en el ejercicio de los derechos de su personal para observar sus creencias o prácticas o para satisfacer sus necesidades relacionadas con la raza, origen social o nacional, religión, discapacidad, género orientación sexual, responsabilidad familiar, estado civil, afiliación a sindicatos, opiniones políticas o cualquier otra condición que pueda dar origen a la discriminación.

Las empresas adjudicatarias no deben permitir ningún comportamiento que sea amenazador, abusivo, explotador o sexualmente coercitivo, incluyendo gestos, lenguajes, y contacto físico en el lugar de trabajo, y donde sea aplicable, en residencias y otras instalaciones para el uso de sus empleados, ofrecidas por la empresa adjudicataria.

Cláusula Quinta:

Incorporación al contrato.

El presente Pliego, así como el de Cláusulas Administrativas Particulares, será incorporado como estipulación al contrato que se suscriba con el adjudicatario.

Fuenlabrada a 21 de octubre de 2021
Gema Sarmiento Beltrán
Directora Gerente

CONFORME:
EL ADJUDICATARIO
FECHA Y FIRMA

