

**SUBSANACIÓN DE ERRORES EN EL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS Y PARTICULARES (PCAP) Y EN EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS (PPT) DEL PROCEDIMIENTO HUH PASA SUM 2021/03 "SUMINISTRO DE UNA MESA QUIRÚRGICA PARA EL BLOQUE QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL HENARES"**

Habiéndose observado incorrecciones en los criterios de valoración en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP), y en las características técnicas del Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT), del procedimiento arriba mencionado, comunicamos que se ha procedido a las correspondientes subsanaciones.

Los pliegos modificados (PCAP y PPTT) podrán descargarse en el Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid Perfil del Contratante: <http://www.madrid.org/contratospublicos>

- En el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP):
  - En la cláusula 7.- Criterios objetivos de adjudicación del contrato. Punto 2.- Evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas: En el Nº 3,

**Donde dice:**

Nº	CRITERIO		MAX. PUNT.
2	Sistemas de sujeción de las colchonetas que no alteren el plano de la mesa	Dicho plano deberá estar perfectamente liso y sin agujeros para su limpieza. Se puntuará con 10 puntos a los sistemas de sujeción de colchonetas que no tengan velcro, tetones de anclaje, etc. y con "0" puntos al que los tenga.	10 puntos

**Debe decir:**

Nº	CRITERIO		MAX. PUNT.
2	Apoyo directo del chasis al suelo	La mesa quirúrgica dispone de apoyo directo del chasis al suelo. Si 10 puntos / No 0 puntos.	10 puntos

- En el ANEXO IV DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE LOS CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS.

**Donde dice:**

CRITERIO Nº 2	SI (10 puntos)	NO (0 puntos)
<b>Sistemas de sujeción de las colchonetas que no alteren el plano de la mesa</b> <b>10 puntos</b> Dicho plano deberá estar perfectamente liso y sin agujeros para su limpieza. Se puntuará con 10 puntos a los sistemas de sujeción de colchonetas que no tengan velcro, tetones de anclaje, etc. y con "0" puntos al que los tenga.		

**Debe decir:**

CRITERIO Nº 2	SI (10 puntos)	NO (0 puntos)
<b>Apoyo directo del chasis al suelo</b> <b>10 puntos</b> Se puntuará con 10 puntos a la <b>mesa quirúrgica que disponga de apoyo directo del chasis al suelo.</b>		



La autenticidad de este documento se puede comprobar en [www.madrid.org/csv](http://www.madrid.org/csv) mediante el siguiente código seguro de verificación: **0963208289638631796173**

- En el Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT),

**No se incluirá:**

- Mesa de operaciones móvil para cirugía mayor, que debe disponer de automoción para el ajuste de velocidad continuo que facilite la maniobra y movilidad.
- Deberá estar siempre operativa aun estando sin baterías, mientras esté conectada a la red y realizando la carga de éstas simultáneamente.

**Donde dice:**

- Caja manual de mandos con cable espiral y pulsadores de láminas integradas para la ejecución de los movimientos de la mesa, puesta a cero automático. Panel de emergencia montado en la columna.

**Debe decir:**

- Mando de control y pulsadores de láminas integradas para la ejecución de los movimientos de la mesa, puesta a cero automático. Panel de emergencia montado en la columna.

**Donde dice:**

- Tablero reversible de entre 550 mm. y 600mm., con desplazamiento longitudinal de al menos 310 mm., radiotransparente, Dividido en 6-7 secciones (cabezal, respaldo inferior, respaldo superior, placa de asiento y placas apoyapiernas). Altura sin colchón entre un mínimo de 600 mm. y un máximo de 1100 mm.

**Debe decir:**

- Tablero reversible de entre 550 mm. y 600mm., con desplazamiento longitudinal de al menos 310 mm., radiotransparente, Dividido en 6-7 secciones (cabezal, respaldo inferior, respaldo superior, placa de asiento y placas apoyapiernas). Altura sin colchón entre un mínimo de 600 mm. y un máximo de 1050 mm.

Dichas correcciones quedan reflejadas en los pliegos publicados en el Perfil de Contratante.

Lo que les trasladamos para los efectos oportunos.

EL DIRECTOR GERENTE

