

## **CRITERIOS TÉCNICOS DE ADJUDICACIÓN EXPEDIENTE ESTERILIZADOR A VAPOR**

**Relación de criterios: Total 30 puntos.**

### **JUSTIFICACIÓN**

Todos los criterios de adjudicación están vinculados directamente con el objeto del contrato, en cuanto que afectan a características tales como la calidad de estos productos, funcionalidad, seguridad y están referidos a prestaciones directas de los productos que suponen una mejora sobre las prestaciones base definidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

#### **LOTE 1: ESTERILAZOR DE VAPOR**

- 1. Presenta un sistema que garantice una mayor capacidad (memoria interna) de almacenamiento con un mínimo de 700 ciclos sin necesidad de utilizar ningún programa o aplicación adicional**
  - Presenta SI.....10 puntos
  - Presenta NO.....0 puntos
- 2. Presenta bloqueo de seguridad que no permita abrir la puerta por la zona estéril ya sea después de un ciclo de prueba, ciclo abortado o ciclo fallido:**
  - Presenta SI.....10 puntos
  - Presenta NO.....0 puntos
- 3. Presenta control de los ciclos con procesadores independientes para el proceso de esterilización y para el proceso de datos:**
  - Presenta SI.....10 puntos
  - Presenta NO.....0 puntos

Móstoles, a 26 octubre de 2021

**JEFE DE SERVICIO DE INGENIERÍA  
Y MANTENIMIENTO**

Firmado digitalmente por: GÓMEZ DELGADO LAURA-ANDREA  
Fecha: 2021 10 26 21:48

**SUPERVISORA DE QUIRÓFANO  
Y ESTERILIZACIÓN**

Firmado digitalmente por: FEIJOO ALVAREZ AMAYA  
Fecha: 2021 10 28 12:11